



CENTRUL NAȚIONAL DE  
TRANSFUZIE A SÂNGELUI

str. Academiei nr.11  
MD-2028, mun. Chișinău,  
Tel. +373 22109080; Fax +373 22109085;  
Fax. +373 222251; 22 109070  
[www.cnts.md](http://www.cnts.md), e-mail: [singe@ms.md](mailto:singe@ms.md)

04.10.346 nr. 01-18/346  
la nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ

ул. Академическая, № 11  
MD-2028, мун. Кишинэу,  
Тел.+373 22109080; Факс+373 22109085;  
Факс. +37322225107; 22 109070  
[www.cnts.md](http://www.cnts.md), e-mail: [singe@ms.md](mailto:singe@ms.md)

Operatorilor economici participanți la achiziția prin licitația deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1632804154687 din 15 octombrie 2021 privind achiziționarea Dispozitivelor medicale pentru realizarea controlului de calitate a condițiilor de producere preparate din sânge și a produselor finale pentru anul 2021, repetat, care au oferit întrebări de clarificare situația la 07.10.2021, ora 13.00

Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, a examinat întrebările operatorilor economici, parvenite prin SIA RSAP "MTender" pentru licitația deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1632804154687 din 15 octombrie 2021 privind achiziționarea dispozitivelor medicale pentru realizarea controlului de calitate a condițiilor de producere preparate din sânge și a produselor finale pentru anul 2021, repetat, despre cantitatea analizatoarelor hematologice lot nr.1 și specificațiilor tehnice pentru spectrofotometru lot nr.3.

Răspunsul Grupului de lucru responsabil pentru achiziții este următorul:

1. Pentru lotul nr. 1 analizator hematologic, analizând ofertele operatorilor economici participanți la achiziția prin licitația deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1622533414564 din 02.06.2021 privind achiziționarea dispozitivelor medicale pentru realizarea controlului de calitate a condițiilor de producere preparate din sânge și a produselor finale pentru anul 2021, s-a constatat că necătând la faptul că utilajele propuse pentru achiziția precedentă nu au corespuns la capitolul specificațiilor tehnice, capacitatea de lucru a dispozitivelor propuse este cu mult mai mare decât necesitățile instituției, inițial instituția și-a pus scopul să procure 2 dispozitive destinația unuia din ele fiind asigurarea backup-ului. Reieșind din cele menționate mai sus specialiștii instituției au stabilit necesitatea unui singur dispozitiv medical analizator hematologic – 1 (una) bucată.

2. Pentru lotul nr. 3 spectrofotometru, specificațiile tehnice au fost elaborate reieșind din necesitățile de înaltă precizie și performanță la controlul calității produselor sanguine. Analizând piața dispozitivelor medicale sa constatat faptul că piața mondială există cel puțin 3 producători dispozitivele cărora corespund cerințelor înaintate. Respectiv, specificațiile tehnice elaborate de autoritatea contractantă sunt totalmente conforme prevederilor art. 37 ale Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Vicedirector calitate

Silvia Roșca

Secretar grupului de lucru, tel: 079557265  
E-mail: [jurist@cnts.md](mailto:jurist@cnts.md)