

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru DM de Tip Deschis și Accesorii conform
necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 (repetat)
prin procedura de achiziție: Licitație publică**

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că
autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă
de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe
la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV: 3310000-1

| Nr. Lot | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Unitatea de măsură | Cantitatea | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată |
|---------|---|---|--------------------|------------|--|-------------------|
| 1 | Ac pentru miografie 25 mm | Ac pentru miografie 25 mm. Lungime 25 mm Grosime 0,45-0,46 mm De unică utilizare | Bucată | 350 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 35000,00 |
| 2 | Ac pentru miografie 35-37 mm | Lungime 35-37 mm Grosime 0,45-0,46 mm De unică utilizare | Bucată | 350 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 35000,00 |
| 3 | Electrod ECG | Electrod ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta | Bucată | 39643 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 43607,30 |
| 4 | Electrozi ECG copii | Electrozi ECG pentru copii, 25-30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Țesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC. | Bucată | 10820 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 21640,00 |
| 5 | Electrozi EEG punte mare | Set =20 buc, plastic,dimensiune mare, reutilizabili | Bucată | 6 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 27528,79 |
| 6 | Electrozi EEG punte medie | Set =20 buc, plastic,dimensiune medie, reutilizabili | Bucată | 4 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 19212,53 |
| 7 | Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore | 1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala | Bucată | 1400 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 1610,00 |
| 8 | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen | 1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore,9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; | Bucată | 300 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 345,00 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|------|--|----------|
| | scurt de utilizare 24 ore | 10.Impedanță 10 hz după defibrilare \geq 70% de la Impedanță initiala | | | | |
| 9 | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore | 1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9.Impedanță 10 Hz \leq 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare \geq 70% de la Impedanță initiala | Bucată | 150 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 172,50 |
| 10 | Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat | Set din 20 dimensiune medie 6 mm, fire cu conector tip DIN, reutilizabili | Bucată | 4 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 13458,25 |
| 11 | Fire ECG | Set din 3 bucati., cu conector DIN 42802 și conexiune la electrod snap clip de lungime de 1.5m. Un set= O bucată | Bucată | 11 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 2356,81 |
| 12 | Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml | 1.volum: 1000 ml 2.PH 5.5 - 7; 3.transparent, incolor, inodor (fără miros) 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 5.hidrosolubil 6. Flacon transparent sau semitransparent, se permita utilizatorului sa vada cit gel a ramas 7. Sa aiba capac pentru a preveni uscarea gelului 8. Flacon reutilizabil 9. Flacon cu dozator mecanic sau cu posibilitatea de dozare manuală prin apăsarea flaconului | Bucată | 1210 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 23250,15 |
| 13 | Hârtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112x20, tip: rolă, | Hârtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112x20, tip: rolă, caroiaj rosu/albastru compatibil cu Spirograf BTL08 spiro Pro | Bucată | 302 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 5882,96 |
| 14 | Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120x20 tip: rolă | Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120x20, tip: rolă, caroiaj rosu/albastru | Bucată | 80 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 1375,20 |
| 15 | Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă | Hârtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm x300P tip: pliată caroiaj rosu/albastru | Bucată | 50 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 2742,51 |

| | | | | | | |
|----|--|---|--------|------|--|----------|
| | 143mm x150mm x300P tip: pliată | | | | | |
| 16 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 297mm x 150P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x 297mm x 150P, tip: pliată caroiaj rosu/albastru | Bucată | 5 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 406,60 |
| 17 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 216mm x 279mm x 300P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 216mm x 279mm x 300P, tip: pliată caroiaj rosu/albastru | Bucată | 100 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 9219,60 |
| 18 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu BTL- 08 Spiro | 1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 25.5mm ±0,5mm Diametru exterior – 28 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu BTL-08 Spiro, BTL-08 Spiro Pro 5. De unică folosință 6. Material: carton Se vor prezenta mostre pentru verificare. | Bucată | 6200 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 61595,20 |
| 19 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX | 1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30,5mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosință 6. Material: carton Se vor prezenta mostre pentru verificare. | Bucată | 5070 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 13891,80 |
| 20 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR | 1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm | Bucată | 4400 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 12056,00 |

| | | | | | | |
|----|--|---|--------|------|--|----------|
| | | <p>3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință</p> <p>Se vor prezenta mostre pentru verificare.</p> | | | | |
| 21 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CМП-21/01-"P-Д" | <p>1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 24mm ±0,5mm Diametru exterior – 26 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu CМП-21/01-"P-Д" 5. De unică folosință 6. Material: carton</p> <p>Se vor prezenta mostre pentru verificare.</p> | Bucată | 1400 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 3836,00 |
| 22 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 | <p>1. Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 5. De unică folosință 6. Material: carton</p> <p>Se vor prezenta mostre pentru verificare.</p> | Bucată | 1600 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 4384,00 |
| 23 | Film radiologic cu baza albastra 27x35cm | <p>Film radiologic (cu baza albastra) (27x35cm) . 1. Dimensiune 27x35cm 2. Tonuri de gri ≥4096 3. Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6. Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320DPI 7. Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8. La vizualizare și depozitare normală nici o schimbare și decolorarea imaginii 9. Bază albastră</p> | Bucată | 2500 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 92354,17 |

| | | | | | | |
|----|--|---|--------|------|--|-----------|
| | | 10. Echivalent cu model 1114-DVB 11. Până la 100 buc in cutie | | | | |
| 24 | Film radiologic cu baza albastra 20x25cm | Film radiologic (cu baza albastra) (20x25cm) . 1. Dimensiune 20x25cm 2.Tonuri de gri ≥ 4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320 DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 810-DVB 11. Până la 100 buc in cutie | Bucată | 7500 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 198375,00 |
| 25 | Film cu baza albastra 35 x 43 cm. nr. 100 | Film radiologic (cu baza albastra) (35 x 43 cm) . 1. Dimensiune 35 x 43 cm 2.Tonuri de gri ≥ 4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320 DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 1417-DVB 11. Până la 100 buc in cutie | Bucată | 2000 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 99666,67 |
| 26 | Pungi sterilizare articolelor medicale 100 cm x 100 m | Hartie pentru impachetarea articolelor medicale 100 cm x 100 m | Bucată | 74 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 8189,95 |
| 27 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adultl), reutilizabil | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm. | Bucată | 64 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 25514,67 |

| | | | | | | |
|----|---|--|--------|--------|--|----------|
| 28 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient pediatric, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm. | Bucată | 45 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 12420,00 |
| 29 | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern | Indicator p/u controlul calității sterilizării la 120 grade 20 min. Intern nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. | Test | 37000 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 3391,67 |
| 29 | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 37 | conform pct. 11 din anunțul de participare | |
| 30 | Test-indicator sterilizare 121/15 min | Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 15 min., nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. | Test | 24000 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 6309,60 |
| 30 | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 24 | conform pct. 11 din anunțul de participare | |
| 31 | Test-indicator sterilizare 121/15 min intern | Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 15 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. | Test | 12000 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 3154,80 |
| 31 | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 12 | conform pct. 11 din anunțul de participare | |
| 32 | Test-indicator sterilizare 132° | Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade . Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. | Test | 156000 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 25870,00 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|--------|--|----------|
| 32 | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 156 | conform pct. 11 din anunțul de participare | |
| 33 | Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern | Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 7 min. Intern , nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. | Test | 220000 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 61768,70 |
| 33 | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 220 | conform pct. 11 din anunțul de participare | |
| 34 | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern | Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 4 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. . | Test | 8000 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 2353,09 |
| 34 | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 8 | conform pct. 11 din anunțul de participare | |
| 35 | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal | Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 4 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. | Test | 64000 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 18824,75 |
| 35 | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 64 | conform pct. 11 din anunțul de participare | |
| 36 | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern | Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 5 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. | Test | 106000 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 30740,00 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|--------|--|-----------|
| 36 | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 106 | conform pct. 11 din anunțul de participare | |
| 37 | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal | Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 5 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. | Test | 479000 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 140891,46 |
| 37 | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 479 | conform pct. 11 din anunțul de participare | |
| 38 | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | 1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel semilichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. Capacitatea de monitorizare ECG în timpul defibrilării | Bucată | 50000 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 53333,33 |
| 39 | Filtru antiviral/antibacterial pentru spiograf Pony FX | 1.Forma filtru: Ovală 2.Dimensiuni: Diametrul exterior 30,5 mm (+/- 0,5 mm) Diametrul interior 26 mm (+/- 0,5 mm) 3.Material: polipropilena sau echivalent 4.Eficiența Filtrării: Filtrare bacteriană: >= 99,999% Filtrare virală: >= 99,999% 5.Rezistență: 0.3cmH2O(+/-0.05cm) @ 30L/min 6. Compatibil cu spiograf Pony FX 7. Echivalent cu A-182-300-005, COSMED | Bucată | 900 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 3375,00 |
| 40 | Muștuc pentru spiograf Pony FX, copii | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametrul exterior dispozitiv 30,5 mm (+/- 0,5 mm) Diametrul exterior pacient 22 mm (+/- 0,5 mm) | Bucată | 200 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 750,00 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|-------|--|---------|
| | | <p>Lungime 70 mm (+/- 5 mm)</p> <p>3. Destinat pentru copii</p> <p>4. Poate fi utilizat la aparatul PoniFX</p> <p>5. De unică folosință</p> <p>6. Material: carton</p> <p>Se vor prezenta mostre pentru verificare.</p> | | | | |
| 41 | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern | Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. | Test | 5000 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 854,17 |
| 41 | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 5 | conform pct. 11 din anunțul de participare | |
| 42 | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal | Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 20 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. | Test | 23000 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 6238,37 |
| 42 | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. | Bucată | 23 | conform pct. 11 din anunțul de participare | |
| 43 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 108x140x200 tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 108x140x200 tip: pliată compatibil cu dispozitivul FAZZINI 1200 B | Bucată | 200 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 4564,25 |
| 44 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112 x 100 x 150 tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112 x 100 x 150 tip: pliată compatibil cu dispozitivul Edan Star 5000E (și cu Iocare TM 801) | Bucată | 60 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 1440,00 |
| 45 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152 x 90 x 150 tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152 x 90 x 150 tip: pliată compatibil cu dispozitivul Edan F 3 | Bucată | 15 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 264,00 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|-----|--|----------|
| 46 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă compatibil cu Fazzani GM-500 c | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă compatibil cu Fazzani GM-500 c | Bucată | 20 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 255,00 |
| 47 | Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus) | Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus) | Bucată | 30 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 7350,00 |
| 48 | Cablul pacientului pentru ECG | Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf, conectori 4,0 mm, conector internațional 15 pini, standart de culori | Bucată | 6 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 5500,00 |
| 49 | Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat | Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat (Natus reusable silver disc electrodes 1,5 m with silicone leads) (10 unitati in set) | set | 1 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 5416,67 |
| 50 | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m (Reusable button snap lead wires 60" (1,5m)) (6 unitati in set) | set | 1 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 5833,33 |
| 51 | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m (Reusable button snap lead wires 120" (3,0 m)) (4 unitati in set) | set | 1 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 7500,00 |
| 52 | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 sterilizabil integral la aceeași temperatură, compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O | Bucată | 300 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 40000,00 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|------|--|-----------|
| | ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O | | | | | |
| 53 | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator MR 850 sterilizabil integral la aceeași temperatură, compatibil cu ventilator Shangrila 590, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator MR 850 sterilizabil integral la aceeași temperatură, compatibil cu ventilator Shangrila 590, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O | Bucată | 200 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 20000,00 |
| 54 | Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX | Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35 | Bucată | 500 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 29166,67 |
| 55 | Injector-seringa 200ml | Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7 | Bucată | 200 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 46000,00 |
| 56 | Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in | Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in 1000ml, compatibil cu aparatul QUIN PORT | Bucată | 2500 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 312500,00 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|-------|--|-----------|
| 57 | EEG bridge electrode | EEG bridge electrode with cross hole Ag/AgCl, reutilizabil for 2mm plugs, 10pcs. Set Compatibile cu Newrowerk Model ID 32 BE4 | set | 3,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 7500,00 |
| 58 | Electrod bipolar de stimulare pentru electromiografie | cu electrozi metalici, cu suport pentru fixare, pentru copil, distanța între electrozi 15 mm, lungime cablu 1,5 m, conector la dispozitiv tip DIN42803 | Bucată | 1,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 1666,67 |
| 59 | Electrod EEG | Electrod EEG tip cupa Ag/Ag/Cl reutilizabil , Lungimea 150cm, diametrul 10mm , set 10 buc compatibile cu EEG -122K | set | 2,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 833,34 |
| 60 | Electrod EEG | Electrod EEG tip clips pentru ureche, reutilizabil compatibili cu EEG -122K | Bucată | 2,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 1662,67 |
| 61 | Electrod neutru pentru electromiografie | metalic flexibil pentru electromiografie, dimensiune medie pe suport de material, fixare cu bandă scai, cu conector pentru cablu tip snap și cablu de interconectare de 1.5 m, cu un conector snap și al doilea tip DIN 42802 | Bucată | 1,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 1666,67 |
| 62 | Electrod pentru electromiografie | Electrod diametru - 24mm, Ag/AgCl cu cablu de interconectare lungimea 60 cm cu conector DIN 42802 (set 100 buc)compatibil cu dispozitivul de EMG model MEB-9400K | set | 10,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 2500,00 |
| 63 | Electrod pentru coagulare, sub formă de bilă, monopolar | Electrod pentru coagulare monopolar, cu capatul de lucru sub forma de bilă, compatibil cu elementul de lucru 8654.204 și teaca resectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent | Bucată | 30,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 60000,00 |
| 64 | Electrod pentru incizie Hook, bipolar, | Electrod de incizie bipolar, cu capatul de lucru sub forma de con, compatibil cu elementul de lucru 8680.205 și teaca resectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent | Bucată | 30,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 120000,00 |
| 65 | Electrod pentru incizie Hook, monopolar | Electrod de incizie monopolar, cu capatul de lucru sub forma de con, compatibil cu elementul de lucru 8654.204 și teaca resectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent | Bucată | 30,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 60000,00 |
| 66 | Electrozi cu clame pentru copii | Electrozi cu clame pentru copii pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-0530212A Italia) | set | 2,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 1000,00 |

| | | | | | | |
|----|---|--|---------|-------|--|---------|
| 67 | Electrozi cu clame pentru copii | Electrozi cu clame pentru copii pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-AHNG0015 Italia) | set | 2,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 880,00 |
| 68 | Electrozi cu clame pentru maturi | Electrozi cu clame pentru mături pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-0530212A Italia) | set | 2,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 1000,00 |
| 69 | Electrozi cu clame pentru maturi | Electrozi cu clame pentru mături pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-AHNG0015 Italia) | set | 2,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 880,00 |
| 70 | Electrozi din cauciuc | Compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet-Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 50X50 | perechi | 20,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 1876,67 |
| 71 | Electrozi din cauciuc | compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 80X120 | perechi | 20,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 3390,00 |
| 72 | Electrozi din cauciuc | compatibil cu aparatul Neurodin numarul de serie 5103 anul producerii 2010,dimensiuni 50x50 cm | perechi | 20,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 1876,67 |
| 73 | Hirtie pt ECG | Hirtie ECG 150*100*150 compatibil cu cardiomonitor Comen Star 5000C tip pliata | Bucată | 10,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 208,33 |
| 74 | Hirtie pt pulsoximetru | hirtie pt pulsoximetru 110mm*20m , (rulou) | Bucată | 24,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 434,64 |
| 75 | Hîrtie termo pentru diagrame 110 x 20 (rulou) | Hîrtie termo pentru diagrame 110 x 20 (rulou) | Bucată | 20,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 4833,33 |
| 76 | Hîrtie termo pentru printer autoclav | Hîrtie termică pentru videoprint autoclav; demensiunile 55 mm x 10 m., tip hîrtie rulou, culoare alba. Prezentarea mostrelor. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) | Bucată | 10,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 83,33 |

| | | | | | | |
|-----------|---|---|--------|---------|--|----------|
| 77 | Hîrtie termo-chimică, compatibil cuaparart ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K | gradata, carte, 210 mm x 140mm , min 200 foi, compatibilă cu CardifaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K, imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz inchis), cu delimitarea clara a imprimeului | Bucată | 50,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 833,33 |
| 78 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x280mm x180P tip: pliată | Hartie ECG, 210mm x280mm x180 P, compatibil cu Schiller AT-102 | Bucată | 65,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 3791,67 |
| 79 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm | 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan | Bucată | 57,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 5415,00 |
| 80 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm | 1. Cu un canal,un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan | Bucată | 70,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 6650,00 |
| 81 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm | 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 35- 55 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan | Bucată | 40,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 3800,00 |
| 82 | Filme radiologice cu baza albastra 26 cm x 36 cm, nr 150 | Filme radiologice cu baza albastra 26 cm x 36 cm ambalarea până la 150 bucăți Echivalent cu model DI – HL | Bucată | 1500,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 36750,00 |

| | | | | | | |
|----|---|--|--------|---------|--|-----------|
| 83 | Filme radiologice cu baza albastra 25 cm x 30 cm, nr 150 | Filme radiologice cu baza albastra 25 cm x 30 cm ambalarea până la 150 bucăți Echivalent cu model DI – ML | Bucată | 4500,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 98512,50 |
| 84 | Filme radiologice 14 x 17 inch compatibile cu Sony FilmStation UP-DF500, UP-DF550, UP-DF750, nr 125 | Filme radiologice 14 x 17 inch compatibile cu Sony FilmStation UP-DF500, UP-DF550, UP-DF750, ambalarea până la 125 bucăți | Bucată | 750,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 41406,25 |
| 85 | Filme radiologice 8*10inc (20*25) compatibil cu Colenta | Pelicula sensibila digitala 8*10inc (~ 20*25 cm) Ambalare pînă la 150 bucăți în cutie. Echivalent cu "Mediphot DL", compatibil cu Colenta HighCap XP | Bucată | 6900,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 182574,00 |
| 86 | Filme radiologice 14*17 inc (35*43) compatibil cu Colenta | Pelicula sensibila digitala 14*17 inc (~35*43 cm) Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie. Echivalent cu "Mediphot DL", compatibil cu Colenta HighCap XP | Bucată | 2200,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 109626,00 |
| 87 | Pencete p/u electrocoaguloarere monopolară | Pencete p/u electrocoaguloarere monopolară, de o singura folosinta, sterile, lungimea firului de 3,2 m. Priza sa fie cu 3 conectoare | Bucată | 2500,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 68333,33 |
| 88 | Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL | Pentru măsurarea saturației de oxigen la deget, Pentru adulți cu greutatea > 30 kg cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul Draeger Infiniti XL, să nu fie din materiale cu proprietăți poroase. Unica folosinta. | Bucată | 400,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 18333,33 |
| 89 | Sensor SpO2, adulti, p/u Nihon Kohden | Pentru măsurarea saturației de oxigen la deget, Pentru adulți cu greutatea > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăți poroase. Unica folosinta. | Bucată | 400,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 20000,00 |
| 90 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770 | Bucată | 20,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 6666,67 |

| | | | | | | |
|------------|---|--|--------|---------|--|----------|
| 91 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60 | Bucată | 6,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 2000,00 |
| 92 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 | Sensor SpO2 (tehnologia Masimo) tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 | Bucată | 6,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 2000,00 |
| 93 | Seringa pentru perfuzomat 20ml-60 ml | Seringa pentru perfuzomat 20ml-60 ml destinata prepararii si administrarii de medicamente/lichide pacientului si colectarii de probe din fluidele corporale ale pacientului. | Bucată | 50,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 645,00 |
| 94 | Seringi getabile 30 ml-60 ml | Pentru pompa model Amp sp8800 (30 ml-60 ml) | Bucată | 100,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 1290,00 |
| 95 | Hârtie termosensibilă, rolă 57mm x20m | Hârtie termosensibilă, 57x20x12, rolă | Bucată | 100,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 583,33 |
| 96 | Hârtie milimetrică 100mm x 42m | Termohârtie pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-0530212A Italia), 100 mm x 42-50 m, rolă | Bucată | 50,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 1010,33 |
| 97 | Hârtie milimetrică 60mm x 38m | Termohârtie pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-AHNG0015 Italia), 60 mm x 30-38 m, rolă | Bucată | 50,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 392,50 |
| 98 | Hârtie milimetrică p/u Stat-Fax | Hârtie pentru printer la analizator hematologic, imunologic, biochimic, compatibil cu Stat Fax 303 și Stat Fax 4700, Rolă 55-57 mm x 20m | Bucată | 3090,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 16902,30 |
| 99 | Hârtie milimetrică pentru Stat Fax 3300 | parametrii 110 mm x 25 m, tip: rolă | Bucată | 6,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 85,17 |
| 100 | Film radiologic 20 x 25 cm | digital (termic) dimensiune 20 x 25 cm, DVB+, casete compatibil cu Dry View 5700 | Bucată | 625,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 12500,00 |

| | | | | | | |
|------------|---|--|--------|---------|--|-----------|
| 101 | Film radiologic Digital (termic) | Digital (termic), CT dimensiuni 14 x 17 inc., Nr 150 cu acordarea imprimantei in comodat | Bucată | 3750,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 100000,00 |
| 102 | Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie compatibil cu Sonoca 300 | Unica folosinta 5m , format din 2 tuburi unul pentru aspiratie culoare violeta ; altul pentru irigatie culoare alba la un capat sa fie cu ac plastic pentru picuratoare. Ref 700S03616 Soering sau echivalentul, compatibil cu Sonoca 300 aflat in dotare | Bucată | 24,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 59600,00 |
| 103 | Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie | Protectie flux liber, compatibile cu pompa de infuzie TERUMO TE-LM 800 | Bucată | 500,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 62500,00 |
| 104 | Husa sterila p/u microscop chirurgical | Husa sterila p/u microscop chirurgical de tip"smartdrape"REF:306028-0000-0000.Compatibila cu microscopul chirurgical ZEISS Tivato 700. Cu cipul atasat de husa p/u activarea functiei"Smart drape:de la microscopul chirurgical mentionat mai sus. De o singura utilizare.Dimensiuni:132 cm x 340 cm.Anul de productie 2022. | Bucată | 300,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 115000,00 |
| 105 | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu BTL-08 SPIRO Dimensiunile 33 mm | Bucată | 6000,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 121300,00 |
| 106 | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir | Bucată | 600,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 25000,00 |
| 107 | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale Vega-Uno, Accuvac Pro. | Bucată | 300,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 15000,00 |
| 108 | Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură | Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1 mbar la 30 l/min | Bucată | 600,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 12000,00 |

| | | | | | | |
|------------|--|---|--------|---------|--|-----------|
| | rata de filtrare minim 99,999 %, rezistența la inspir maxim 1 mbar la 30 l/min | | | | | |
| 109 | Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR | <p>1. Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 80mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosință</p> <p>Se vor prezenta mostre pentru verificare.</p> | Bucată | 8010,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 300375,00 |
| 110 | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) | <p>Tub calibrat din silicon Nu contine latex Rezistent la presiune (4 bari) Lungimea tubului 240-310 cm Compatibil cu Infusomat Compact Plus</p> | Bucată | 150,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 23750,00 |
| 111 | Filtru pentru sistemul de respirație | <p>1. Material filtru - Membrana hidrofobă plisată 2. Eficiența de eliminare a bacterii/viroze - 100% 3. Eficiența de eliminare a bacteriilor/viroze transmise prin aer > 99.999% 4. Rezistența la 60l/min - est. 2.0 cm H2O 5. Conectori (ISO): Partea pacientului: 22 mm OD Partea sistemului de respirație: 22 mm ID 6. Construcție: Transparent, neconductiv 7. Volum filtru - est. 90 mL 8. Echivalent cu model BB50TE, PALL</p> | Bucată | 200,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 25000,00 |
| 112 | Hirtie radiologica A4 | <p>Hirtie pentru mediu alb-negru A4 Ambalaj până la 80 buc</p> <p>.Echivalent cu model A4-DVP, Codonics</p> | Bucată | 960,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 20704,00 |
| 113 | Hârtie ECG | Hârtie termică compatibilă cu ECG Mindray Beneheart R3 80mm*20-25 m sub formă de rolă, | Bucată | 450,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 7839,00 |

| | | | | | | |
|------------|--|---|--------|--------|--|----------|
| | | calitate superioară, suport de fixare din plastic (baza rulonului, tub plastic) | | | | |
| 114 | Filme radiologice 8*10 inch , nr 125 | Filme radiologice 8*10 inch , Ambalaj până la 125 buc Echivalent cu model SD-Q | Bucată | 750,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 18135,00 |
| 115 | Filme radiologice 14*17 inch , nr 125 | Filme radiologice 14*17 inch , Ambalaj până la 125 buc Echivalent cu model SD-Q | Bucată | 125,00 | conform pct. 11 din anunțul de participare | 3632,50 |

Valoarea estimată totală

3440965,04

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, conform următoarelor cerințe:

| | 2024 | Condiții de livrare generale Cuantumul din cantitatea totală contractată a Bunurilor per lot | |
|---|--|--|---|
| Condiții de livrare conform graficului de livrare | În 20 de zile de la înregistrarea contractului la CAPCS | 10% | Cantitatea per lot proporțională cu cuantumul menționat poate fi divizată în mai multe livrări, cu condiția livrării cumulative – nu mai puțin de 10% la fiecare 2 luni |
| | Iulie August | 10% | |
| | Septembrie Octombrie | 20 % | |
| | Noiembrie Până la 15 Decembrie | 20% | |
| Condiții de livrare conform bonului de comandă- livrare | În decurs de maxim 20 zile calendaristice din data plasării bonului de comandă-livrare de către Beneficiar | ≤40% | |

Note:

1. În cazul în care Vânzătorul nu respectă condițiile de livrare conform graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus, Beneficiarul este în drept să refuze recepționarea bunurilor nelivrate conform condițiilor contractuale. În acest caz, în termen de 10 zile de la finalizarea termenului de livrare stabilit conform graficului de livrare (indicat în tabel), Beneficiarul se obligă să informeze CAPCS și Vânzătorul, prin intermediul unui demers oficial, în privința refuzului recepționării bunurilor nelivrate conform graficului de livrare, cu indicarea măsurilor care au fost întreprinse de către Beneficiar, astfel încât să nu fie afectată continuitatea activității sale;

2. Pe parcursul anului Beneficiarul poate plasa în adresa Vânzătorului mai multe bonuri de comandă- livrare, reieșind din cantitatea necesară, dar care nu depășește 40% din cantitatea totală

contractată per lot. În bonul de comandă-livrare este obligatoriu de indicat mențiunea ”conform bonului de comandă – livrare”;

3. În cazul în care Beneficiarul necesită livrarea unimomentană a unei cantități de bunuri care depășește cumulativ 10% conform tranșei de livrare și 40% conform bonului de comandă livrare, Beneficiarul este obligat să înștiințeze în acest sens Vanzătorul cu 60 de zile calendaristice înainte de livrare;

4. Livrarea bunurilor conform tranșelor de livrare se execută prin coordonarea prealabilă dintre Beneficiar și Vanzător cu **5 zile** calendaristice înainte de livrare. În cazul unor impedimente din partea Beneficiarului de a recepționa Bunurile (ex: lipsa spațiului suficient de depozitare), Beneficiarul va înștiința Vanzătorul în privința termenului (ziua/luna) până la care vor fi recepționate Bunurile, însă cu respectarea graficului de livrare indicat în tabelul de mai sus;

5. În cazul în care valoarea totală a contractului, inclusiv TVA, nu depășește 10 mii lei moldovenești, livrarea se va realiza în 1 sau 2 tranșe. **În cazul necesității livrării bunurilor în 2 tranșe, Beneficiarul în mod obligatoriu va înștiința autoritatea contractantă (CAPCS) și Vanzătorul, în acest sens, prin intermediul unui demers oficial, în termen de până la 10 zile din data intrării în vigoare a contractului.** În caz contrar, se va considera aprobarea tacită a livrării bunurilor într-o singură tranșă. Totodată, se va lua în calcul că în cazul aprobării tacite de livrare într-o singură tranșă, livrarea se realizează nu mai târziu de 31 mai 2024. În cazul în care se solicită livrarea în 2 tranșe, atunci aceasta se realizează după cum urmează: I tranșă – nu mai târziu de 31 mai 2024, II tranșă – nu mai târziu de 30 septembrie 2024;

6. Vanzătorul va lua în considerare divizarea materialelor per cutie, astfel încât să fie livrate doar ambalaje secundare integrale (nu se admite livrarea per bucată, etc.), fiind totodată respectat cuantumul minim indicat în tabelul de mai sus;

**Ambalaje secundare integrale nu presupune cutii colective/pentru depozitare angro.*

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2024

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. 16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/Obligativitatea |
|---------|--|---|-------------------------------|
| 1 | Cererea de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i> | DA |
| 2 | Specificația tehnică | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul | DA |

| | | | |
|---|------------------------|---|----|
| | | <p>delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.</p> <p>ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat atrage după sine respingerea ofertei</p> | |
| 3 | Specificația de preț | <p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</p> | DA |
| 4 | DUAЕ | <p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i></p> | DA |
| 5 | Garanția pentru ofertă | <p>- 2.00% din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>- În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 120 zile, - de: 2.00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (120 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor</p> | DA |

| | | | |
|---|--|--|----|
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei (120 de zile) | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. | DA |
|---|--|--|----|

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE

Cerințe de calificare obligatorii

| | | | |
|----|--|---|----|
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 9 | Lipsa restanțelor față de bugetul public național | Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național. | DA |
| 10 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | DA |
| 11 | Documente confirmative (prospecte) și | Documente confirmative (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de | DA |

| | | | |
|--|---|---|----|
| | documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit | către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice/ Manualul de utilizare, cu <u>indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u> | |
| 12 | Declarație de la ofertant | cu privire Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării va constitui: livrate de la 01.05.2024 - 30.06.2024, va constitui: - nu mai puțin de 60% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți; - și de minim 80% din cel inițial pentru Bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani. Termenul de valabilitate restant al Bunurilor la momentul livrării, livrate de la 01.07.2024- 31.12.2024 va constitui: - nu mai puțin de 40% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți; - și de minim 60% din cel inițial pentru Bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani. - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, | DA |
| 13 | Prezentarea mostrelor | Mostrele vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Mostrele vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz). Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea mostrelor va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. | DA |
| 14 | Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei) | DA |
| Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice: | | | |
| 17 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării | Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |

| | | | |
|----|---|---|----|
| | <p>pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani</p> | | |
| 18 | <p><u>Garanția de bună execuție</u></p> | <p>În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE 2. Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat 3. Codul fiscal: 1016601000212 4. IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA 5. cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” <p>Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2025</p> | DA |

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. ____ din ____.

Notă: În cazul transferului, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Garanția de bună execuție Bancară va fi valabilă la 31 ianuarie 2025

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: nu se aplică.

20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

21. Ofertele se prezintă: în lei.

22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 de zile

27. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

28. Ofertele întârziate vor fi respinse.

29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.

31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în Mtender.
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
35. Data publicării anunțului de intenție: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_69_3.pdf
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 22.03.2024

37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| | |
|--|------------------------------|
| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| Sistemul de comenzi electronice | - |
| Facturarea electronică | Se va utiliza |
| Plățile electronice | Se va utiliza |

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _____

Conducătorul grupului de lucru:

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG