

**CAIET DE SARCINI**  
**Bunuri**

Obiectul **REACTIVI CHIMICI SI CONSUMABILE DE LABORATOR pentru anul 2023**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”, or. Drochia bd. N.Testemițanu, 4/1** (denumirea, adresa)

**1. Descriere generală. Informații**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
<b>LOTUL I Reactive pentru analizorul automat biochimic A-25 (tip închis)</b>						
Lotul 1	33696500-0	ASAT (GOT) cu ambalaj special pentru A-25	ml	4000	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	ALAT (GPT) cu ambalaj special pentru A-25	ml	4000	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	Albumina (Albumin) cu ambalaj special pentru A-25	ml	250	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	alfa-Amilaza (alfa-Amylase) cu ambalaj special pentru A-25	ml	2500	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	Bilirubina totală (Total Bilirubin) cu ambalaj special pentru A-25	ml	3500	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) cu ambalaj special pentru A-25	ml	3500	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	Cholesterol total (Cholesterol) cu ambalaj special pentru A25	ml	4000	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	Creatinina (Creatinine) cu ambalaj special pentru A-25	ml	3000	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	Glucoza (Glucose) cu ambalaj special pentru A-25	ml	4000	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	Trigliceride (Triglicerides) cu ambalaj special pentru A-25	ml	2500	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	Uree (Urea) cu ambalaj special pentru A-25	ml	3250	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	Acidul Uric (Uric Acid) cu ambalaj special pentru A-25	ml	2500	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	Antistreptolizi na 0 (ASO) cu ambalaj special pentru A-25	ml	1150	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	Proteina C reactivă (CRP) cu ambalaj special pentru A-25	ml	1400	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47

Lotul 1	33696500-0	Proteina Totală (Total Protein) cu ambalaj special pentru A-25	ml	1000	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	Factorul Reumatic (RF) cu ambalaj special pentru A-25	ml	1150	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	MultiCalibrator uman	ml	300	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	Control ser normal uman	ml	300	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	Control ser patologic uman	ml	300	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	Rotor de reacție, 10 buc/set (consumabile pentru Analizator A 25)	ml	120	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	Soluție concentrată de spălare 100 ml/set	set	1	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	Soluție de spălare 1000 ml/set (consumabile pentru Analizator A 25) ml	set	1	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	Soluție concentrată de sistem 1000 ml/set (consumabil p/u A25)	ml	4000	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	Calciu (Calcium) cu ambalaj special pentru A-15 10x50 ml ml	ml	500	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	Fier (Iron) cu ambalaj special pentru A-15, 5x50, ml	ml	250	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	cholesterol HDL, set + calibrator	set	26	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	cholesterol LDL, set + calibrator	set	26	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	hemoglobina glicolizata cu standard si material de control	set	6	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	Calibrator Antistreptolizina fl 1ml	fl	5	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	Calibrator Proteina C reactivă fl 1ml	fl	5	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	Calibrator Factorul Reumatoid fl 5ml	fl	5	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	Control CRP, ASO, RF normal	fl	5	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	Control CRP, ASO, RF patologic	fl	5	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	Cuva pentru ser, 2 ml 1000 buc/set	set	35	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	Lampa halogen 6v-10W	buc	1	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	Ac pentru analizatorul A-25	buc	1	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
Lotul 1	33696500-0	Lampa halogen 12v-20W	buc	1	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47

Lotul 1	33696500-0	Fosfataza alcalina	ml	250	**Informatia se anexeaza	Valoarea lotului 519819,47
<b>Valoarea estimată a LOTULUI I Reactive și consumabile pentru analizatorul automat biochimic A-25 (tip închis) - 519 819,47 lei f/TVA (38 poziții)</b>						
<b>** Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință</b>						
<p>1. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE - copie confirmată prin ștampila și semnătura participantului.</p> <p>2. Reactivii să fie adaptați la Analizatorul A-25, cu certificat de confirmare de la producatorul analizorului.</p> <p>3. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător.</p> <p>4. Reactivii să fie obligatorii în ambalajul producătorului.</p> <p>5. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor.</p> <p>6. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni.</p> <p>7. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat cu marcaj CE și etichetat de producător.</p> <p>8. Metodicele de adaptare pentru A-25 sunt obligatorii (prezentate odată cu oferta).</p> <p>9. Ambalaj standard pentru A-25 cu prezentarea mostrei de la operatorul economic câștigător în timp de cinci zile înainte de semnarea contractului sau certificat de confirmare de la producătorul analizorului că ambalajul corespunde analizatorului A-25.</p> <p>10. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.</p> <p>11. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea; liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza).</p> <p>12. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător sau certificat de desemnare în calitate de distribuitor oficial.</p> <p>13. Evaluarea se va face pe lot.</p> <p>Ofertantul va asigura gratuit deservirea analizatorului biochimic A-25 în mod de urgență (12-24 ore de la solicitare), inclusiv în zilele de odihnă</p> <p>Prioritate se va acorda seturilor de reactivi cu cea mai înaltă linearitate și termeni de valabilitate.</p> <p>Calibratorii și standardele să fie înregistrați în ordinea stabilită de lege în țară în mod obligatoriu!</p> <p>Calibratorii și materialul de control v-a corespunde cu setul de reactivi, adică v-a fi de la același producător.</p> <p>Ofertanții vor demonstra că reactivii, seturile de reactivii se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigoriger sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).</p> <p>Ofertantul va prezenta certificate de compatibilitate al consumabilelor propuse pentru analizatorul A-25, eliberate de producătorul analizatorului. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător sau certificat de desemnare în calitate de distribuitor oficial. <b>Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător!</b></p>						
<b>Reactivi pentru analizatorul hematologic MINDRAY tip deschis</b>						
Lotul 2	33696500-0	M-52 Diluent ~20 l	butelii	45	pentru analizator hematologic Mindray	32970,6
Lotul 3	33696500-0	M-52 Diff Lyze 4*~500 ml (set)	set	6	pentru analizator hematologic Mindray	30406,2
Lotul 4	33696500-0	M-52 LH Lyze. 4*~100 ml(set)	set	6	pentru analizator hematologic Mindray	20148,66
Lotul 5	33696500-0	M-53 Probe Cleaner~ 50 ml (fl)	flacon	10	pentru analizator hematologic Mindray	3400
Lotul 6	33696500-0	material de control pentru analizator hematologic Minray 3 flx~3 ml (set)	set	6	pentru analizator hematologic Mindray	15000
Lotul 7	33696500-0	hirtie pentru p/u aparatul Minray cu latimea de ~55 mm , buc	buc	200	pentru analizator hematologic Mindray	1480
<b>Reactivi pentru investigatii imunologice</b>						
Lotul 8	33696500-0	Tsh cu calibratori (96 teste) Elisa	set	2	set	1998
Lotul 9	33696500-0	T3 total cu calibratori (96 teste ) Elisa set	set	2	set	1918,08
Lotul 10	33696500-0	T4 cu calibratori (96 teste) Elisa set	set	2	set	1918,08
Lotul 11	33696500-0	Anti Tpo cu Calibratori (96 teste) Elisa set	set	2	set	2000
<b>Cercetarea sistemului de hemostaza</b>						
Lotul 12	33696500-0	Set p/u determinarea TEC Clot Pt -S(protrombin lefiolizat)compatibil cu coagulometru Cotron X Pro	ml	400	Ambalaj in set din 10fl*~4ml	10120

		Mic numai mult 1,1,activitatea tromboplastinica mai mic14sec .Ambalaj in set din 10fl*~4ml				
Lotul 13	33696500-0	Set pentru determinarea TEClot FIB(fFibrinogenleofilezat)co mpatibil cu coagulometrul"Coatron X Pro"ambalaj set din 10 fl *~2ml	ml	80	set din 10 fl *~2ml	6480
Lotul 14	33696500-0	Plazma de control Normala cu parametri IP,INR,TTPA,PT dupa quik,FB. Acelas producator ca si tromboplastin compatibil cu coagulometru" COATRON X Pro'Ambalaj cite ~1ml	ml	50	cite ~1ml, ml	4750
Lotul 15	33696500-0	Plazma de control Patologica cu parametri IP,INR,TTPA,PT dupa quik,FB. Acelas producator ca si tromboplastin compatibil cu coagulometru" COATRON X Pro'Ambalaj cite~ 1ml	ml	50	cite~ 1ml	4750
Lotul 16	33696500-0	Calibrator Universal la IP,INR,TTPA fibrinogen,protrombin dupa Quick,compatibil cu coagulomtru 'Coatron X pro Ambalaj ~1ml	fl	4	~1ml	660
Lotul 17	33696500-0	Cuve pentru "Coatron"cuvele cu cod de bare (set ~500 cuvele)	buc	6000	cuvele cu cod de bare (set ~500 cuvele)	6300
Lotul 18	33696500-0	Combina 8 pentru aparat Mission U500	buc	200	pentru aparat Mission U500	22000
Lotul 19	33696500-0	Acid acetic , kg	kg	1	kg	528
Lotul 20	33696500-0	Acid sulfosalicilic, kg	kg	1	kg	62,7
Lotul 21	33696500-0	Clorură de natriu, NaCl , kg	kg	1	kg	120
Lotul 22	33696500-0	Citrat de Natriu, kg	kg	1	kg	3354
<b>Veseli și articole de ustensilă</b>						
Lotul 23	33696500-0	Eprubete cu Citrat Na 3,8% pentru coagulogramă volum sînge~ 2.5 ml, capac de cauciuc cuvalvă, cu etichetă cite ~1000 in set,	buc	5000	cu Citrat Na 3,8% pentru coagulogramă volum sînge ~2.5 ml, capac de cauciuc cuvalvă, cu etichetă cite ~1000 in set,	2328
Lotul 24	33696500-0	Eprubete K3EDTA	buc	10000	K3EDTA	5500
Lotul 25	33696500-0	Eprubete sticla P16	buc	1000	sticla P16	1990
Lotul 26	33696500-0	Eprubete vacum cu accelerator cheag=gel separator 8-10ml	buc	8000	vacum cu accelerator cheag=gel separator 8- 10ml	10292
Lotul 27	33696500-0	Lame de sticla ~25*75*2mm	buc	1000	~25*75*2mm	340
Lotul 28	33696500-0	Virfuri plastic 10-200mkl (galbene)	buc	10000	10-200mkl (galbene)	400
Lotul 29	33696500-0	Lancete (scarificatoare ) metalice	buc	1000	scarificatoare )metalice	148

Lotul 30	33696500-0	Brilliant crezil albastrum, ~ 50 ml fl	fl	1	~50 ml fl	248,5
Lotul 31	33696500-0	Azopiram set	Set	5	Sol. Azopiram, set 4 flacoane, pt ~100 ml sol. (2x~50 ml)	170
Lotul 32	33696500-0	Pipete serologice de~ 1 ml , sterile ambalaj individual	buc	500	~1 ml , sterile ambalaj individual	640
<b>Valoarea estimativă totală de achiziție: 712 241,00 lei f/TVA</b>						

**2. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/serviciilor:**  
LIVRAREA LA COMANDA în termen de 5 zile de la comanda Cumpărătorului, cu transportul Vînzătorului, la sediul Beneficiarului.

**3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**

Conformitatea reactivilor conform standardelor în vigoare

**4. Cerințe privind calculul costului/prețului**

Prețul fără și cu TVA, în lei moldovenești.

**5. Mostre**

Prezentarea mostrelor la solicitarea Cumpărătorului.

**6. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	<b>DUAE</b>	Semnat electronic de către operatorul economic	Obligativiu
	<b>Oferta</b>		
2.	<b>Oferta:</b> Specificația tehnică	Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din "15" 09. 2021, completat si semnat prin semnatura electronica a ofertantului	obligativiu
3.	<b>Oferta:</b> Specificatia de preț	Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115 din "15" 09. 2021, completat si semnat prin semnatura electronica a ofertantului	obligativiu
4.	Cererea de participare	Anexa nr. 7 la Documentația standard nr.115 din "15" 09. 2021, completat si semnat prin semnatura electronica a ofertantului	obligativiu
5.	<b>DECLARAȚIE</b> privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	APROBAT prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 semnat prin semnatura electronica a ofertantului	obligativiu
6.	Licența de activitate	Sau actul care confirmă dreptul operatorului economic să presteze /livreze bunurile /serviciile solicitate, (în cazul în care activitatea nu se licențiază (de menționat) semnat prin semnatura electronica a ofertantului	obligativiu
7.	Scrisoare de garanție bancară pentru ofertă (cuantum 1%) sau transfer bancar la contul autorității contractante	Anexa nr. 9 la Documentația standard nr.115 din "15" 09. 2021, confirmată prin semnătura și ștampila a băncii acreditată în RM, scanată și semnată prin semnatura electronica a ofertantului sau transfer bancar la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: IMSP CS Drochia IBAN:MD38TRPCBZ518430A00261AA Banca: MF-TT Drochia	obligativiu

		Adresa poștală a băncii: or. Drochia Cod:TREZMD2X Cod fiscal:1008600001156 cu nota „Garanția pentru ofertă”; Termenul de valabilitate al garanției să fie egal cu termenul de valabilitate al ofertei (30 zile). original scanat - cu semnătura electronică a operatorul economic	
8.	<b>Toate certificatele solicitate obligatoriu in lista reagentilor chimici CE</b>	Semnate electronic de către operatorul economic	Obligatoriu

### **7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

Oferta finală și toate documentele solicitate de autoritatea contractantă.

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_

**Notă:** *Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contractantă este obligată să respecte legislația.*