

# **DOCUMENTAȚIA STANDARD**

## **pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri**

Obiectul achiziției: **achiziționarea centralizată a  
endoprotezelor conform necesităților IMSP pentru anul 2019**

Cod CPV: **33100000-1**

Autoritatea Contractantă: **Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate  
în Sănătate**

Procedura achiziției: **licitație publică**

**CAPITOLUL I**  
**INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI (IPO)**  
*[Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]*

**Secțiunea 1. Dispoziții generale**

**1. Scopul procedurii de achiziție**

1.1. Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare **FDA**).

**2. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție**

2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziție publică sînt:

- a) libera concurență;
- b) eficiența utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițailor contractante;
- c) transparența;
- d) tratamentul egal, imparțial și nediscriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici;
- e) protecția mediului;
- f) respectarea ordinii de drept;
- g) confidențialitatea;
- h) asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziție publică.

**3. Sursa de finanțare**

3.1. În **FDA** va fi specificată sursa de finanțare pentru plățile contractului ce urmează a fi atribuit.

3.2. Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză.

**4. Participanții la licitație**

4.1. Participant la licitație poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condițiile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice.

4.2. Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate și întreprinderi sociale de inserție în cazul în care majoritatea angajaților implicați sînt persoane cu dizabilități care, prin natura sau gravitatea deficiențelor lor, nu pot desfășura o activitate profesională în condiții normale.

**5. Cheltuielile de participare la procedura de achiziție**

5.1. Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea și înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfășurarea sau rezultatul procedurii de licitație.

5.2. La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menționate, precum și quantumul acesteia sînt stabilite de Guvern.

5.3. Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta.

**6. Limba de comunicare în cadrul licitației**

6.1. Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare **DUAE**), documentele de atribuire și toată corespondența dintre ofertant și autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative și literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat.

6.2. Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în **FDA** posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională.

## 7. Secțiunile Documentelor de atribuire

7.1. Documentele de atribuire includ toate secțiunile indicate în prezentul punct și trebuie citite în conjuncție cu orice modificare conform punctului IPO8.

CAPITOLUL I. Instrucțiuni pentru ofertanți

CAPITOLUL II. Fișa de date a achiziției

CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei

CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț.

CAPITOLUL V. Formularul de contract

## 8. Clarificarea și modificarea documentelor de atribuire

8.1. Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor.

8.2. Până la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentația de atribuire fie din proprie inițiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încât de la data aducerii la cunoștință a modificărilor operate până la noul termen de depunere a ofertelor să rămână cel puțin 50% din termenul stabilit inițial.

8.3. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punând astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă.

## 9. Practicile de corupere și alte practici interzise

9.1. Autoritățile contractante și participanții la licitațiile publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfășurarea și implementarea proceselor de achiziții, precum și în executarea contractelor de achiziție publică.

9.2. În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurență pentru contractul de achiziție publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta:

a. va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziție prin includerea lui în Lista de interdicție, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau

b. va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015.

9.3. În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv.

9.4. În cadrul procedurilor de achiziție și executării contractului, nu se permit următoarele acțiuni:

- a. promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcție de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influența acțiunile unei alte părți;
- b. orice acțiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conștient sau din neglijență, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obținerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligație;
- c. înțelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părți, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziții publice;
- d. deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părți sau a proprietății acestei părți, pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile acesteia;
- e. distrugerea intenționată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidență ale investigației, sau darea unor informații false anchetatorilor, pentru a împiedica esențial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum și amenințarea, hărțuirea sau intimidarea oricărei părți pentru a o împiedica să divulge informația cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta.

9.5. Personalul autorității contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obținerii beneficiilor personale în legătură cu desfășurarea procedurii de achiziții publice.

## Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

### 10. Criterii generale

10.1. Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziții publice, operatorul economic va completa și va prezenta **DUAE**, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă.

10.2. Prezentarea oricărui alt formular **DUAE** decât cel solicitat de către autoritatea contractantă, poate servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică.

10.3. Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la:

- a) eligibilitatea ofertantului sau candidatului;
- b) capacitatea de exercitare a activității profesionale;
- c) capacitatea economică și financiară;
- d) capacitatea tehnică și/sau profesională;
- e) standarde de asigurare a calității;
- f) standarde de protecție a mediului.

### 11. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului

11.1. Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică.

11.2. Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.

11.3. Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziție publică, și respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situații:

- a. se află în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b. nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit;
- c. a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d. prezintă informații false sau nu prezintă informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;
- e. a încălcat obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
- f. se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt;
- g. a încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens;
- h. se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015;
- i. este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

11.4. Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere.

11.5. Autoritatea contractantă extrage informația necesară pentru constatarea existenței sau inexistenței circumstanțelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităților publice sau ale părților terțe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligația de a accepta ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă.

11.6. În ceea ce privește cazurile menționate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislația internă a statului în care sunt stabiliți ofertanții, aceste solicitări se referă la persoane fizice și persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce privește ofertantul/candidatul.

11.7. În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

11.8. Orice operator economic aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-și demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice.

11.9. Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținând seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în

care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii.

## 12. Capacitatea de exercitare a activității profesionale

12.1. Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a furniza bunuri, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit

## 13. Capacitatea economică și financiară

13.1. În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacității economice și financiare, aceasta are obligația de a indica în documentația de atribuire și informațiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică și financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi:

- a. declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional;
- b. rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislația țării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare;
- c. declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informațiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligația de a lua în considerare și data la care operatorul economic a fost înființat sau și-a început activitatea comercială.

13.2. În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor.

13.3. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

13.4. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului.

13.5. Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordată de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat și persoana respectivă.

13.6. În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.

13.7. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.

13.8. O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.

## 14. Capacitate tehnică și/sau profesională

14.1. În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții de bunuri, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților, autoritatea contractantă are

dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de cantitatea și de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate și numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele:

a. o listă a principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conținînd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt autorități contractante sau clienți privați. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat și, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obținerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declarație a operatorului economic;

b. o declarație referitoare la echipamentele tehnice și la măsurile aplicate în vederea asigurării calității, precum și, dacă este cazul, la resursele de studiu și cercetare;

c. informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calității;

d. certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificații sau standarde relevante;

e. mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri și/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru, dovada experienței specifice în livrarea bunurilor;

f. capacitate minimă de producere sau echipamentele și/sau capacitate minimă profesională

14.2. Capacitatea tehnică și profesională a ofertantului poate fi susținută, pentru îndeplinirea unui contract, și de o altă persoană, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant și persoana respectivă.

14.3. În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate.

14.4. Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire.

14.5. Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă.

## **15. Standarde de asigurare a calității.**

15.1. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calității, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calității, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate.

15.2. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte

certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calității.

## 16. Standarde de protecție a mediului.

16.1. Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecție a mediului, aceasta trebuie să se raporteze:

- a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu și Audit (EMAS);
- b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaționale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislația Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaționale privind certificarea.

16.2. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă are obligația de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deține un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligația de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecției mediului.

## 17. Calificarea candidaților în cazul asocierii

17.1. În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

### Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor

## 18. Documentele ce constituie oferta

18.1. Oferta va cuprinde următoarele:

- a) propunerea financiară, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă;
- b) propunerea tehnică, precum și documente suport și facultative solicitate de autoritatea contractantă;
- c) Documentul unic de achiziții europene;

18.2. Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea 131/2015.

## 19. Documente pentru demonstrarea conformității bunurilor

19.1. Pentru a stabili conformitatea bunurilor cu cerințele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condițiilor de livrare, specificațiilor tehnice și standardelor specificate în CAPITOLUL IV.

19.2. Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor propuse, cantităților propuse și a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificații tehnice (F4.1) și Specificații



de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage și alte date tehnice justificative, după caz.

## 20. Oferte alternative

20.1. Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunțul de participare și în FDA punctul 3.1 că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentația de atribuire a cerințelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum și orice alte cerințe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autoritatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative.

## 21. Garanția pentru ofertă

21.1. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanție pentru ofertă (F3.2), după cum este specificat în FDA punctul 3.2.

21.2. Garanția pentru ofertă va fi în suma specificată în FDA punctul 3.3, în lei moldovenești, și va fi:

- a) în formă de garanție bancară de la o instituție bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau
- b) transfer pe contul autorității contractante; sau
- c) alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în FDA punctul 3.2.

21.3. Dacă o garanție pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoțită de o astfel de garanție pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

21.4. Garanția pentru ofertă a ofertanților necâștigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente:

- a) expirarea termenului de valabilitate a garanției pentru ofertă;
- b) încheierea unui contract de achiziții publice și depunerea garanției de bună execuție a contractului, dacă o astfel de garanție este prevăzută în documentația de atribuire;
- c) suspendarea procedurii de licitație fără încheierea unui contract de achiziții publice;
- d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentația de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri.

21.5. Garanția pentru ofertă va fi reținută dacă:

- a) ofertantul își retrage sau își modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepția cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau
- b) ofertantul câștigător refuză:
  - să depună Garanția de bună execuție conform punctului IPO42;
  - să semneze contractul conform punctului IPO43.

21.6. Garanția pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta.

## 22. Prețuri

22.1. Prețurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (F3.1) și în Specificațiile de preț (F4.2) se vor conforma cerințelor specificate în punctul IPO22.

22.2. Toate loturile și pozițiile trebuie enumerate și evaluate separat în Specificațiile tehnice **(F4.1)** și Specificațiile de preț **(F4.2)**.

22.3. Prețul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA.

22.4. Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP și alți termeni similari, vor fi supuși regulilor prevăzute în ediția curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internațională de Comerț, după cum este menționat în **FDA** punctul **3.4**.

22.5. Prețurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificațiile de preț **(F4.2)**.

22.6. Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în **FDA** punctul **3.7**.

### 23. Termenul de valabilitate a ofertelor

23.1. Ofertele vor rămâne valabile pe parcursul perioadei specificate în **FDA** punctul **3.8**, de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare.

23.2. În cazuri excepționale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanților să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitare vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanție pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanția pentru ofertă. Ofertanților ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere și nu li se va permite să modifice ofertele.

### 24. Valuta ofertei

24.1. Prețurile pentru bunurile solicitate vor fi indicate în lei moldovenești, cu excepția cazurilor în care **FDA** punctul **3.9** prevede altfel.

### 25. Formatul ofertei

25.1. Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015.

## Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor

### 26. Depunerea ofertelor

26.1. Oferta, scrisă și semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerințele expuse în documentația de atribuire, utilizând SIA “RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data și ora recepționării ofertei sau confirmă recepționarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a **DUA** și a garanției pentru ofertă.

26.2. La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzând timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți.

### 27. Termenul limită de depunere a ofertelor

27.1. Ofertele vor fi depuse nu mai târziu de data și ora specificate în **FDA** punctul **4.2**. Autoritatea contractantă poate, la discreția sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7, caz în care toate drepturile și obligațiile autorității contractante și ale ofertanților vor fi supuse ulterior termenului-limită prelungit.

## 28. Oferte întârziate

28.1. SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.

28.2. În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise.

## 29. Modificarea, substituirea și retragerea ofertelor

29.1. În cazul în care documentația de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanției pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor.

## 30. Deschiderea ofertelor

30.1. Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data și ora specificate în **FDA** punctul **4.2**.

30.2. Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

# Secțiunea a-5-a. Evaluarea și compararea ofertelor

## 31. Confidențialitate

31.1. SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice.

## 32. Clarificarea ofertelor

32.1. Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricărui dintre ofertanți o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în prețurile sau în conținutul ofertei, cu excepția corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33.

32.2. În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorității contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge și se selectează o altă ofertă câștigătoare dintre ofertele rămase în vigoare.

32.3. Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia.

## 33. Determinarea conformității ofertelor

33.1. Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conținutul ofertei.

33.2. Se consideră conformă cerințelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condițiilor și specificațiilor din documentele de atribuire, neavând abateri esențiale sau având doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă:

- a) nu afectează în orice mod substanțial sfera de acțiune, calitatea sau performanța bunurilor specificate în contract;
- b) nu limitează în orice mod substanțial drepturile autorității contractante sau obligațiile ofertantului conform contractului;
- c) nu ar afecta într-un mod inechitabil poziția competitivă a altor ofertanți ce prezintă oferte conforme cerințelor.

33.3. Dacă o ofertă nu este conformă cerințelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă.

#### **34. Neconformități, erori și omiteri**

34.1. Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerințelor dacă aceasta conține abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, și se va lua în considerare la evaluarea și compararea ofertelor.

34.2. Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge.

#### **35. Evaluarea ofertelor**

35.1. Examinarea, evaluarea și compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanților și a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele și documentația tehnică prevăzute în punctul IPO18 sau fost prezentate și pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus.

35.2. Autoritatea contractantă stabilește oferta/ofertele câștigătoare aplicând criteriul de atribuire și factorii de evaluare prevăzuți în documentația de atribuire, utilizând instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu excepția cazurilor prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015.

#### **36. Calificarea ofertantului**

36.1. Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul.

36.2. Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuțioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum și în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului.

36.3. O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităților aceluși ofertant în executarea contractului.

#### **37. Descalificarea ofertantului**

37.1. Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conțin informații false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerințelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziții publice, prin includerea lui în Lista de interdicție a operatorilor economici.

37.2. Lista de interdicție a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial și este întocmită actualizată și ținută de către Agenția Achiziții Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziție publică.

37.3. Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolubil, în privința lui a fost inițiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activitățile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menționate.

37.4. Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancțiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, față de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziții publice.

37.5. Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor și altor plăți obligatorii în conformitate cu legislația țării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanților să demonstreze împlinirea de a încheia contractele de achiziții publice și componența fondatorilor și a persoanelor afiliate.

37.6. Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

37.7. Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare.

### 38. Anularea procedurii

38.1. Autoritatea contractantă va anula procedura de achiziție în cazul în care constată lipsa unei concurențe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerințelor stabilite în prezenta documentație, fără a-și crea astfel anumite obligații față de ofertanți. Autoritatea contractantă are obligația de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanților la procedura de achiziție publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea de oferte, cît și motivul anulării.

## Secțiunea a-2-a. Adjudecarea contractului

### 39. Criteriul de adjudecare

39.1. Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în **FDA** punctul **6.1.** aceluși ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum și altor condiții și cerințelor din documentele de atribuire, cu condiția ca și ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului.

### 40. Dreptul autorității contractante de a modifica cantitățile în timpul adjudecării

40.1. La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micșora cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziției, specificate inițial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în prețul unitar sau în alți termeni și condiții ale ofertei și ale documentelor de atribuire.

### 41. Înștiințarea de adjudecare

41.1. Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat.

41.2. Comunicarea prin care se realizează informarea este transmisă prin mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanți în ofertele acestora.

41.3. Ofertanții necâștigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate.

#### 42. Garanția de bună execuție

42.1. La momentul încheierii contractului, dar nu mai târziu de data expirării Garanției pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul câștigător va prezenta Garanția de bună execuție în mărimea prevăzută de **FDA** punctul **6.2.**, folosind în acest scop formularul Garanției de bună execuție (**F3.3**), inclus în **CAPITOLUL III**, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condițiilor formularului (**F3.3**).

42.2. Refuzul ofertantului câștigător de a depune Garanția de bună execuție sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării și reținerea Garanției pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărei ofertă este conformă cerințelor și care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanților rămași extinderea termenului de valabilitate a Garanției pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte.

#### 43. Semnarea contractului

43.1. O dată cu expedierea înștiințării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului câștigător Formularul contractului (**F5.1**) completat și toate celelalte documente componente ale contractului.

43.2. Ofertantul câștigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de așteptare, în modul corespunzător și îl va restitui autorității contractante în termenul specificat în **FDA** punctul **6.5**.

#### 44. Dreptul de contestare

44.1. Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziție, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziție aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.

44.2. Contestațiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestațiile vor fi depuse, examinate și soluționate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015.

44.3. Operatorul economic, în termen de până la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanțele ce au servit drept temei pentru contestație, are dreptul să depună la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestație argumentată a acțiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă.

44.4. Contestațiile privind anunțurile de participare la licitație și documentația de atribuire vor fi depuse până la deschiderea de către autoritatea contractantă a pachetelor cu oferte.

**CAPITOLUL II**  
**FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)**

Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepante sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I.

*Instrucțiunile pentru completarea Fișei de Date a Achiziției sînt oferite cu litere cursive.*

**1. Dispoziții generale**

<b>Nr.</b>	<b>Rubrica</b>	<b>Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii</b>
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:	<i>Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, 1016601000212</i>
1.2.	Obiectul achiziției:	<i>achiziționarea centralizată a endoprotezelor conform necesităților IMSP pentru anul 2019</i>
1.3.	Numărul și tipul procedurii de achiziție:	Nr.: <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1552479412529</a> <i>Licitație publică</i>
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	<i>[bunuri ]</i>
1.5.	Codul CPV:	<i>33100000-1</i>
1.6.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:	<i>CNAM pentru anul 2019 84 975 610 lei</i>
1.7.	Administratorul alocațiilor bugetare:	<i>IMSP conform Listei de distribuție</i>
1.8.	Partenerul de dezvoltare (după caz):	<i>[Denumirea partenerului de dezvoltare]</i>
1.9.	Denumirea cumpărătorului, IDNO:	<i>Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, 1016601000212</i>
1.10.	Destinatarul bunurilor, IDNO:	<i>IMSP conform Listei de distribuție</i>
1.11.	Limba de comunicare:	<i>[limba de stat]</i>
1.12.	Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire	<i>SIA RSAP</i>
1.13.	<b>Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate</b>	<i>nu</i>
1.14.	Tipul contractului:	<i>[Vînzare-cumpărare]</i>
1.15.	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):	<i>[indicați sau nu se aplică]</i>

## 2. Listă bunurilor și specificații tehnice:

Nr. ord. /o	C o d C P V	Denumire bunurilor/ serviciilor solicitate	Uni tate a de mă sură	Canti tatea	Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 1 Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)	buc.	230	<p>Cupă diferite dimensiuni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Cupă bipolară - confecționat din aliaj de Co Cr sau echivalentul său;</li> <li>- Diametre exterioare între 42 și 56 mm cu increment de 2 mm;</li> <li>- Suprafața exterioară lustruită;</li> <li>- Insertul de polietilenă:</li> </ul> <p>- Sa fie confecționat din polietilena cu greutate moleculară foarte înaltă UHMWPE.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sa fie steril.</li> <li>- Fixarea insertului de polietilena să se facă printr-un mecanism de blocare.</li> <li>- Sa accepte capete de 28 mm.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 1 Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)	buc.	230	<p>Cap diferite dimensiuni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sa fie confecționat din aliaj de CoCrMo sau echivalentul său ;</li> <li>- Sa fie disponibil în minim 4 dimensiuni ale colului</li> <li>- Sa prezinte variante de diametru exterior de 28mm diametru</li> <li>- Dimensiuni con interior: 12/ 14 mm</li> </ul> <p>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 1 Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)	buc.	140	<p>Tijă femurală necimentată diferite dimensiuni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Confecționată din aliaj de titan, acoperită cu strat de suprafață osteointegrativă, care crează stabilizarea secundară; Minim 7 tipodimensiuni;</li> <li>- Tija cu forma conică ; Variantele standard și lateralizate, pentru adoptare mai bună spre anatomia individuală.</li> <li>- Tip de con interior cap femural: 12/14 mm;</li> </ul> <p>- Pentru implantarea tijelor femurale se va utiliza același instrumentar.</p> <p>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>



1	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 1 Endoproteză bipolară de șold (cimentata si necimentată)	buc.	90	<p>Tijă femurală cimentata de diferite dimensiuni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Confectionata din aliaj de CoCr sau echivalentul său;</li> <li>- Tip de con interior cap femural: 12/14 mm;</li> <li>- Sa prezine varianta standard si lateralizata; In minim 6 tipodimensiuni;</li> <li>- Pentru implantarea tijelor femurale se va utiliza același instrumentar.</li> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 1 Endoproteză bipolară de șold (cimentata si necimentată)	buc.	190	<p>Restrictor pentru canal femoral</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Confectionat din polietilena supradensa;</li> <li>- Disponibil in mai multe tipedimensiuni, pentru adaptare mai buna spre anatomia individualizata;</li> <li>- Sa existe masuratorul pentru masurarea adincimii si diametrului de canal femural;</li> <li>- Sa se implanteze cu un instrument special,</li> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 1 Endoproteză bipolară de șold (cimentata si necimentată)	buc.	4	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. compatibil cu endoprotezele livrate</li> <li>2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.</li> <li>3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea.</li> <li>4. va fi nou (neutilizat)</li> <li>5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.</li> </ol> <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>
1	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 1 Endoproteză bipolară de șold (cimentata si necimentată)	buc.	4	<p>Motor oscilant gratis în folosință</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. compatibil cu endoprotezele livrate</li> <li>2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.</li> <li>3. va fi nou (neutilizat)</li> </ol> <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>
1	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 1 Endoproteză bipolară de șold (cimentata si necimentată)	buc.	64	Lame pentru motor oscilant
2	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 2 Proteza de sold totala necimentata tip 1	buc.	928	<p>TIJA</p> <p>Confectionat din aliaj de titan</p> <p>Acoperit cu titan poros (titan plasma spray) partea metafizara a tijeii;</p> <p>Să prezinte șanțuri longitudinale pe partea diafizara a tijeii;</p> <p>să prezinte lungimea minima de 120mm;</p> <p>Varianta de offset standard si offset lateralizat;</p> <p>Con 12/14 mm</p>

					<p>Cel puțin 10 tipodimensiuni; Fara coleret;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
2	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 2 Proteza de sold totala necimentata tip 1	buc.	928	<p>CUPA Confecționată din aliaj de titan; Acoperirea cupei se va efectua prin suprafața de integrare pe principiile "in growth" ( Ex: bile sinterizate , fibre metalice din titan sau metal cu structura poroasa 3D (titan sau tantal)). Suprafața cupei poroasa, rugoasa, structura 3D. Sa prezinte mecanisme de fixare ferma a insertului polimeric in cupa: degajari ecuatoriale, santuri in structura etc.;</p> <p>2 suruburi incluse in cupa pentru fixare, diametrul 6.5 mm, variatia lungimilor de la 15-50 mm;</p> <p>Diametrul extern al cupelor sa varieze minim intre 44-68 mm; Sa prezinte desing de tip: cu multiple gauri si fara gauri; Fixare de tip Press-fit;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
2	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 2 Proteza de sold totala necimentata tip 1	buc.	928	<p>INSERT Trebuie sa fie confectionata din polietilena cu grad inalt de cross linkare (5-10 MRad); Trebuie sa accepte capurile protetice de dimensiuni: 28, 32 mm Sterilizare raze Gamma Sa prezinte variante standart si antiluxatie;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
2	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 2 Proteza de sold totala necimentata tip 1	buc.	928	<p>CAP confecționat din aliaj CoCr sau ceramica; Con 12/14 mm; Diametre externe variind fiind 28, 32 mm; Cel puțin 5 dimensiuni de lungime;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> </ul>

					- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
2	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 2 Proteza de sold totala necimentata tip 1	buc.	12	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
2	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 2 Proteza de sold totala necimentata tip 1	buc.	16	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
2	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 2 Proteza de sold totala necimentata tip 1	buc.	185	Lame pentru motor oscilant
3	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 3 Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)	buc.	575	TIJA Confecționată din aliaj titan; Acoperire: titan poros asociat cu hidroxiapatita; Fara coleret; Să prezinte variante de offset standard si lateralizat; Con 12/14 mm Minim 10 tipodimensiuni - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
3	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 3 Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)	buc.	575	CUPA Confecționată din aliaj de titan, acoperita cu titan poros asociat cu HA; Diametre sa varieze intre 44-64mm Sa prezinte variante cu multiple gauri si fara gauri; Sa prezinte mecanism aditional de fixare a insertului polimeric (Ex.: prin degajari ecuatoriale, santuri suplimentare in cupa, etc); 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, diametrul 6.5 mm, variatia lungimilor de la 15-50 mm; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
3	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 3 Proteza de sold totala	buc.	575	INSERT Confectionata din polietilena intens cross-linkata (variatia intre 5-10 MRad); Diametre pentru cupele cu variatia de la 44-64mm

		necimentata tip II (HA)			<p>Sa prezinte variante standard si antiluxatie; Diametrul interior al insertului sa receptioneze capurile 28, 32 mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
3	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 3 Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)	buc.	575	<p>CAP confecționat din aliaj de cobalt crom (CoCr) sau ceramica; Diametre externe sa prezinte 28, 32 mm; Con 12/14 mm; Minim 5 dimensiuni de lungime;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
3	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 3 Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)	buc.	8	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. compatibil cu endoprotezele livrate</li> <li>2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.</li> <li>3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea.</li> <li>4. va fi nou (neutilizat)</li> </ol> <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>
3	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 3 Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)	buc.	13	<p>Motor oscilant gratis în folosință</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. compatibil cu endoprotezele livrate</li> <li>2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.</li> <li>3. va fi nou (neutilizat)</li> </ol> <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>
3	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 3 Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)	buc.	143	Lame pentru motor oscilant
4	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 4 Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimentat cu cotil dubla mobilitate necimentata	buc.	35	<p>TIJA Confecționată din aliaj de titan; Con 12/14mm; Suprafat sablata osteointegranta ; Fara coleret; Lungime minim de la 190mm</p> <p>Sa prezinte proiemninite ascutite pe lungimea tije;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
4	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 4 Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimentat cu cotil dubla mobilitate necimentata	buc.	35	<p style="text-align: center;"><b>CUPA</b></p> <p style="text-align: center;">Confecționată din aliaj de CoCr sau echivalentul sau; Acoperire prin titan poros, asociat cu HA; Fixare necimentată press-fit; Diametre 44-62 mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
4	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 4 Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimentat cu cotil dubla mobilitate necimentata	buc.	35	<p style="text-align: center;"><b>Insert</b></p> <p style="text-align: center;">Confecționată din UHMWPE; Diametrul interior 22, 28mm ; Diametre 44-62 mm; Sa prezinte desing retentiv;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
4	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 4 Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimentat cu cotil dubla mobilitate necimentata	buc.	35	<p style="text-align: center;"><b>CAP</b></p> <p style="text-align: center;">Confecționat din aliaj de cobal crom (CoCr) Diametre 22,28 mm; Con interior 12/14mm; Minim 5 marimi de lungime;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
4	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 4 Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimentat cu cotil dubla mobilitate necimentata	buc.	1	<p style="text-align: center;">Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. compatibil cu endoprotezele livrate</li> <li>2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.</li> <li>3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea.</li> <li>4. va fi nou (neutilizat)</li> </ol> <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>
4	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 4 Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc	buc.	3	<p style="text-align: center;">Motor oscilant gratis în folosință</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. compatibil cu endoprotezele livrate</li> <li>2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.</li> <li>3. va fi nou (neutilizat)</li> </ol>

		necimentat cu cotil dubla mobilitate necimentata			În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
4	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 4 Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimentat cu cotil dubla mobilitate necimentata	buc.	17	Lame pentru motor oscilant
5	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 5 Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	buc.	112	<p>TIJA confecționată din aliaj de titan, CoCr sau echivalent Lungime minim 180mm Prezenta centrului sau cu autocentrare Con 12/14 mm Minim 4 dimensiuni</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
5	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 5 Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	buc.	112	<p>CUPA confecționată din aliaj de titan sau CoCr sau Otel inox La exterior santuri pentru fixare mai optima a cimentului Diametre 44-60mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
5	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 5 Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	buc.	112	<p>INSERT Diametrul interior 28,22 mm Confecționat din UHMWPE crosslinked Diametre 44-60mm retentiv</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
5	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 5 Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla	buc.	112	<p>CAP metalic Diam intern 12/14mm 4 dimensiuni de lungime Diametre 22,28 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea</li> </ul>

		mobilitate cimentata			<p>conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
5	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 5 Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	buc.	112	<p>Restrictor pentru canal femoral</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Confectionat din polietilena supradensa;</li> <li>- Sa existe masuratorul pentru diametrului si lungimea canalului;</li> <li>- Sa se implanteze cu un instrument special.</li> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
5	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 5 Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	buc.	1	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. compatibil cu endoprotezele livrate</li> <li>2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.</li> <li>3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea.</li> <li>4. va fi nou (neutilizat)</li> </ol> <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>
5	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 5 Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	buc.	5	<p>Motor oscilant gratis în folosință</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. compatibil cu endoprotezele livrate</li> <li>2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.</li> <li>3. va fi nou (neutilizat)</li> </ol> <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>
5	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 5 Proteza totala de sold cu tija de revisie cimentata cu cotil dubla mobilitate cimentata	buc.	40	Lame pentru motor oscilant
6	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 6 Proteza totala de sold cu tija modulara necimentata si cupa de revizie	buc.	45	<p>Tija femurală de revizie modular</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sa fie confectionata din aliaj de titan , acoperita cu material poros pentru o buna fixare secundara</li> <li>- Dimensiunile sa varieze de la 180 mm la 340 mm cu interval de la 5 la 10mm;</li> <li>- Sa aiba doua componente : proximala si distala, cu multiple posibilitati de combinare, oferind o modularitate crescuta prin combinarea oricarei componente proximale cu orice componenta distala.</li> </ul> <p>Componenta proximala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-sa fie in doua variante- cilindrica si conica cu minim 5 dimensiuni: de la 60 la 100 mm</li> <li>- Sa prezinte gauri proximale pentru sutura de siguranta cu material nonmetalic.</li> <li>-Sa aiba suprafata rugoasa</li> <li>-Sa prezinte filet interior pentru fixarea impactorului;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sa prezinte geometrie redusa a gatului pentru a creste gradul de libertate al miscarii</li> <li>-Sa prezinte santuri longitudinale pentru imbunatatirea osteointegrării - Sa existe posibilitatea testarii pozitionarii ansamblului in situ.</li> <li>Componenta distala <ul style="list-style-type: none"> <li>-sa fie fara coleret</li> <li>-Sa existe compatibilitate stanga/dreapta</li> <li>-Sa se poate combina cu orice componenta proximala</li> <li>-Sa ofere posibilitatea de reglare a anteversiei, <math>\pm 40^\circ</math>.</li> </ul> </li> <li>- Componenta distala sa fie: curba si dreapta , cu amprente longitudinale, universale stanga/dreapta, pentru abord endofemural sau transfemural</li> <li>-Sa prezinte posibilitatea de cuplare a oricarui element distal cu orice element proximal indiferent de forma componentelor si de dimensiunea acestora ( tija dreapta sau curba, componenta conica sau cilindrica )</li> <li>-Fixarea celor 2 componente sa se faca cu cheie dinamometrica</li> <li>-Pentru componenta distala curba sa se puna la dispozitie 2 suruburi cu <math>\phi = 4, 9\text{mm}</math> si L intre 34mm si 52mm cu increment de 2mm</li> <li>-Sterilizare</li> <li>Componenta distala curba</li> <li>-Sa aiba lungimea ce cuprinde dimensiunile de la 150 – pina la 250 mm lungime si de la 15 si 23mm, cu <math>\phi</math> de 26mm si 28mm la cererea pe comanda speciala (17 dimensiuni)</li> <li>-Sa prezinte curbura anatomica</li> <li>-Forma octogonala pe sectiune cu aripioare de fixare</li> <li>-Sa prezinte si posibilitatea de blocare distala statica sau dinamica cu suruburi pentru tijele mai mari de la <math>\phi = 18\text{ mm}</math> si L= 200mm</li> <li>-Sa existe posibilitatea de zavorare distala cu minim 2 suruburi cu ajutorul unui sistem de ochire modular pentru L 200 respectiv 260</li> <li>Componenta distala dreapta</li> <li>-Sa aiba diferite lungime, variind de la 130 pina la 250 mm si sa prezinte diametre diferite, variatia fiind intre 15 si 25mm</li> <li>-Sa aiba aripioare de fixare, numarul variind de la 4-8, si sa fie tot mai turtita ventrodorsal functie de diametru</li>   <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
6	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 6 Proteza totala de sold cu tija modulara necimentata si cupa de revizie	buc.	45	<p style="text-align: center;">Cupa acetabulara de revizii</p> <p>Sa fie confectionata din tantal sau titan poros, cu structura 3 D.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Porozitatea materialului sa fie de minim 60%</li> <li>-Sa prezinte o elasticitate apropiata de cea tesutului osos;</li> <li>-Sa faciliteze integrarea tesutului osos si a tesuturilor moi ,</li> <li>- Dimensiunile porilor sa fie de pina la 550<math>\mu\text{m}</math>, toti porii deschisi;</li> <li>-Materialul sa fie foarte stabil si rezistent la coroziune</li> <li>-Sa poata sa fie gaurit</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sa permita cimentarea unei cupe (un insert ) in interiorul acesteia,sau fixare necimentata.</li> <li>-Modalitate de implantare : necimentata</li> <li>-Sa prezinte gauri pentru fixare aditionala cu suruburi</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant</li> </ul>



					<p>pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
6	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 6 Proteza totala de sold cu tija modulara necimentata si cupa de revizie	buc.	45	<p>Insert crosslinked pentru cupa de revizii</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modalitatea de fixare sa fie : prin cimentare sau fixare prin blocare in interiorul cupei metalice sau amplasat pe cale necimentata;</li> <li>- Insertul sa fie disponibil in varianta oblica, gradele variind de la 10°-20°;</li> <li>- Insertul sa fie confectionat din polietilena inalt cross-linkata (5-10 MRad);</li> <li>- Sa prezinte santuri ecuatoriale si polare pentru o buna cimentare in interiorul cupei, in cazul insertului cimentat sau mecanisme de fixare ferma - in cazul fixarii necimentate.</li> <li>- Oferta de baza sa includa insertul cu diametrul interior : 28mm si 32mm</li> <li>- Sa prezinte numar minim de dimensiuni ( diametre exterioare ) diferite: dimensiuni cuprinse intre 50mm-74mm cu increment de 2mm;</li> <li>- Instrumentarul sa fie complet cu toate probele pentru cupe si inserturi, asezat in cutii rezistente la sterilizari repetate</li> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
6	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 6 Proteza totala de sold cu tija modulara necimentata si cupa de revizie	buc.	45	<p>Cap confectionat din aliaj CoCr sau ceramica; Con 12/14 mm; Diametre externe variind fiind 28, 32 mm; Cel puțin 5 dimensiuni de lungime;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
6	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 6 Proteza totala de sold cu tija modulara necimentata si cupa de revizie	buc.	150	<p>Șuruburi de cupă</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Confectionate din aliaj de Titan</li> <li>- Diametru de 6,5mm</li> <li>- Profil redus</li> <li>- mărimi disponibile 20-50 mm</li> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
6	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 6 Proteza totala de sold cu tija modulara	buc.	2	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. compatibil cu endoprotezele livrate</li> <li>2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.</li> </ol>

		necimentata si cupa de revizie			<p>3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea.</p> <p>4. va fi nou (neutilizat)</p> <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>
6	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 6 Proteza totala de sold cu tija modulara necimentata si cupa de revizie	buc.	3	<p>Motor oscilant gratis în folosință</p> <p>1. compatibil cu endoprotezele livrate</p> <p>2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.</p> <p>3. va fi nou (neutilizat)</p> <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>
6	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 6 Proteza totala de sold cu tija modulara necimentata si cupa de revizie	buc.	15	Lame pentru motor oscilant
7	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 7 Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	buc.	570	<p>Componenta femurală</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sa fie confectionata din aliaj Cobalt - Crom (Co - Cr)</li> <li>- Componenta anatomica cu variante stanga-dreapta;</li> <li>-Sa prezinte o textură specială pentru bună fixare a cimentului, opțional fixarea femurală antirotațională augumentată prin doi pini</li> <li>- Condilii femurali posteriori sa fie ingrosati pentru cresterea stabilitatii si evitarea subluxatiei</li> <li>- Să prezinte congruență între raza condililor femurali și insertul tibial</li> <li>- Sant prepatelar accentuat pentru un contact bun patela-femur si reducerea stresului asupra patelei</li> <li>- Design care sa permita flexie cel puțin pana la 130°</li> <li>- Dimensiunile de tibie si femur sa poata fi combinate intre ele, pastrandu-se congruenta articulara.</li> <li>- Congruenta femuro-tibiala maxima</li> <li>- Suprafata articulara sa fie lustruita;</li> <li>- Suprafata de implantare sa fie rugoasa;</li> <li>- Modalitate de implantare: cimentata, (suprafata rugoasa)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
7	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 7 Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	buc.	570	<p>Componenta tibiala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sa fie confectionata din aliaj Titan;</li> <li>- Sa fie universală SAU stanga/ dreapta</li> <li>- Componenta tibiala sa prezinte posibilitatea de suprastabilizare si de transformare in proteza de revizie prin atasarea de tije de extensie scurte, in functie de necesitatile intraoperatorii</li> <li>-Profilul platoului tibial sa fie simetric si sa se adapteaza perfect la portiunea proximala a tibiei</li> </ul> <p>Să prezinte modularitate, dimensiunile de tibie și de femur să poată fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel, o dimensiune de femur să se poată combina cu 3 dimensiuni de tibie</p> <p>Fixarea insertului de polietilenă pe tibie să se facă prin sistem de prindere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Dimensiuni: minim 5, universale SAU stînga/dreapta</li> <li>-Suprafata de implantare sa fie rugoasa, mata;</li> <li>-Modalitatea de implantare cimentata;</li> <li>-Sa permita corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern;</li> </ul>

					<p>-Sa prezinte un dop filetat distal pentru posibilitatea fixării tije de extensie;</p> <p>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</p> <p>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</p> <p>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</p> <p>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p>
7	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 7 Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	buc.	150	<p>Augmente tibiale</p> <p>Sa fie confectionate din aliaj de titan</p> <p>-Adaptate la zona de deficit osos ce necesita augmentare</p> <p>Disponibile în minim 2 dimensiuni</p> <p>Fixarea de tibie să se facă cu șurub sau implantabile cimentat</p> <p>STERIL</p> <p>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</p> <p>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</p> <p>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</p> <p>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p>
7	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 7 Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	buc.	110	<p>Tija de extensie</p> <p>Sa fie confectionate din aliaj de titan</p> <p>-Sa prezinte varianta standard</p> <p>-Sa se poata implanta pe piesa tibiala</p> <p>-Sa se poata implanta cimentat</p> <p>-Fixarea la piesa tibiala sa se faca prin intermediul unui sistem de fixare stabil la piesa tibială</p> <p>-Sterilizate cu radiatii GAMMA in atmosfera de azot</p> <p>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</p> <p>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</p> <p>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</p> <p>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p>
7	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 7 Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	buc.	570	<p>Insert tibial</p> <p>- Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE)</p> <p>- Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa</p> <p>- Sa prezinte modularitate deosebită, dimensiuni de tibie și de femur să poată fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel o dimensiune de femur să se poată combina cu minim 3 dimensiuni de insert;</p> <p>- Modalitate de fixare prin sistem de prindere</p> <p>- Sa prezinte varianta cu stabilizare posterioara</p> <p>- Să prezinte 4 dimensiuni</p> <p>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</p> <p>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite</p>

					<p>confirmat prin semnătura participantului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
7	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 7 Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	buc.	50	<p>Componentă patelară</p> <p>Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sa fie adaptata la forma zonei trohleare a piesei femurale</li> <li>- Să prezinte 5 dimensiuni</li> <li>- Modalitatea de implantare: cimentata</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
7	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 7 Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	buc.	5	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. compatibil cu endoprotezele livrate</li> <li>2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.</li> <li>3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea.</li> <li>4. va fi nou (neutilizat)</li> </ol> <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>
7	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 7 Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	buc.	8	<p>Motor oscilant gratis în folosință</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. compatibil cu endoprotezele livrate</li> <li>2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.</li> <li>3. va fi nou (neutilizat)</li> </ol> <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>
7	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 7 Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix	buc.	172	Lame pentru motor oscilant
8	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 8 Ciment ortopedic fără antibiotic	buc.	15	<p>Ciment ortopedic fără antibiotic</p> <p>Cimentul sa contina 40 g</p> <p>Ambalat steril</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sa aiba 2 componente – o fiola cu lichid si o punga pudra polimer</li> <li>- Radioopac</li> <li>- Viscositate medie</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>

9	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 9 Ciment ortopedic cu antibiotic	buc.	695	<p>Ciment ortopedic cu antibiotic</p> <p>Cimentul sa contina 40 g de polimer sub forma de pudra si monomer sub forma lichida.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sa contina oxidul de zirconiu in pudra de ciment ca agent radioopac.</li> <li>-Sa fie un ciment ortopedic radioopac, cu viscozitate medie, indicat pentru artroplastii la nivel de sold, genunchi si alte articulatii.</li> <li>-Sa contina Gentamicina.</li> <li>-Sa prezinte un colorant, ce va permite difentierea cimentului acrilic de os, in cazuri de artroplastii de revizie;</li> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1 0	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 10 Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vaacum a cimentului	buc.	750	<p>Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vaacum a cimentului</p> <p>Sistem de mixare în vaacum a cimentului acrilic:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Să prezinte cartridul în care se mixează cimentul acrilic;</li> <li>-Să prezinte pompa vaacum ;</li> <li>-Să prezinte vârful lung pentru inserarea cimentului in canalul femural;</li> <li>- Să prezinte pistolul de livrare a cimentului pe suprafețele protetice și canale osoase.</li> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1 1	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 11 Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor)	buc.	165	<p>Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor)</p> <p>Să fie prezent în trusă sterilă preasamblată:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Să aibă la vârf un scut contra stropi;</li> <li>-Să fie de singura folosință ;</li> <li>- Sa prezinte modul pentru lavajul canalului femural si al acetabulului;</li> <li>- Sa prezinte tubulatura pentru pulsarea lichidului si tubulatura separata pentru aspirarea lui ;</li> <li>- Sa se oferteze impreuna cu o perie pentru lavajul canalului femural ;</li> <li>- Sa aiba 2 viteze de lucru ;</li> <li>- Sa fie tip pistol.</li> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1 2	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 12 Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	buc.	200	<p>Componenta femurală</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Confectionat din aliaj de CoCr;</li> <li>- Raza unica in plan sagital;</li> <li>- Disponibile variante cimentata si necimentata;</li> <li>- Mecanismul de stabilizare: deschis;</li> <li>- Anatomica: stanga / dreapta;</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensiuni disponibile: minim 8;</li> <li>- Santul patelar lateralizat;</li> <li>- Sa ofere posibilitatea unei flexii de minim 1300;</li> <li>- Geometria condililor asimetrica;</li> <li>- Congruenta completa cu geometria insertului tibial in plan coronal si sagital;</li> <li>- Pe suprafata interna prezinta buzunare pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare;</li> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1 2	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 12 Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	buc.	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>Componenta tibiala primara cimentata : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Confectionata din aliaj de CoCr;</li> <li>- Dimensiuni disponibile: minim 7;</li> <li>- Disponibile 2 variante: cimentata si necimentata;</li> </ul> </li> <li>- Permite atasarea tijelor intramedulare de revizie si a blocurilor de augmentare;</li> <li>- Suprafata superioara lustruita;</li> <li>- Pe suprafata inferioara prezinta buzunare pentru realizarea unei mantale de ciment corespunzatoare;</li> <li>- Sa poata fi folosita cu insertul de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau supradimensionata cu un număr standardizat</li> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1 2	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 12 Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	buc.	200	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insertul tibial primar mobil <ul style="list-style-type: none"> <li>- Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultraintalta UHMWPE;</li> <li>- Dimensiuni disponibile: minim 7;</li> <li>- Grosimi disponibile: 4 pentru fiecare dimensiune;</li> </ul> </li> <li>- Insertul sa poata fi folosit cu componenta tibiala de dimensiunea corespunzătoare sau cu cea sub- sau supradimensionata cu un număr standardizat;</li> <li>- Congruenta cu geometria componentei femurale in plan coronal si sagital;</li> <li>- Aspectele anterior si laterale redus pentru a evita lezarea tesurilor moi;</li> <li>- Modul de fixare: prin pivot central cilindric;</li> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>

1 2	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 12 Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	buc.	10	<p>Componentă patelară</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultraintalta UHMWPE;</li> <li>- Grosime: minim 7 mm</li> <li>- Tipul fixarii: cimentata cu pini;</li> <li>- Congruenta completa cu santul patelar femural;</li> <li>- Dimensiuni disponibile: minim 3</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1 2	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 12 Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	buc.	2	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. compatibil cu endoprotezele livrate</li> <li>2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.</li> <li>3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea.</li> <li>4. va fi nou (neutilizat)</li> <li>5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.</li> </ol> <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>
1 2	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 12 Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	buc.	4	<p>Motor oscilant gratis în folosință</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. compatibil cu endoprotezele livrate</li> <li>2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.</li> <li>3. va fi nou (neutilizat)</li> </ol> <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>
1 2	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 12 Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil	buc.	100	Lame pentru motor oscilant
1 3	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 13 Endoproteză totală de genunchi platou anatomic	buc.	250	<p>Componenta femurală</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sa fie confectionata din aliaj Cobalt (Co)- Crom (Cr)</li> <li>- Componenta anatomica cu variante stanga-dreapta;</li> <li>- Deschidere posterioara intercondiliana pentru a permite implantarea tijelor retrograde</li> <li>- Condilii femurali posteriori sa fie ingrosati pentru cresterea stabilitatii si evitarea subluxatiei</li> <li>- Sa prezinte congruenta intre raza condiliilor femurali si insertul tibial <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sant prepatelar accentuat</li> <li>- Design care sa permita flexie pana la 130°</li> </ul> </li> <li>- Dimensiuni extreme de tibie si femur sa poata fi combinate intre ele, pastrandu-se congruenta articulara.</li> <li>- Sa fie posibila combinarea unei piese femurale cu minim 3 dimensiuni de tibie <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sa fie disponibila in minim 8 dimensiuni</li> </ul> </li> <li>- Modalitate de implantare: cimentata, suprafata rugoasa <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suprafata articulara sa fie lustruita</li> </ul> </li> <li>- Sa permita corecta pozitionare atat cu ghid centromedular, cat si cu ghid extern</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1 3	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 13 Endoproteză totală de genunchi platou anatomic	buc.	250	<p style="text-align: center;">Componenta tibială</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sa fie confectionata din aliaj de titan ;</li> <li>- Sa respecte forma anatomica a tibiei, fiind divizată în componentul pentru partea dreaptă și stîngă ;</li> <li>- Sa prezinte forma asimetrica a platoului pentru o acoperire mai buna a suprafetei tibiei ; <ul style="list-style-type: none"> <li>- suprafata de contact a platoului tibial cu insertul de polietilena – polisata, pentru reducerea uzurii;</li> <li>- Baza de implantare prin pin de stabilizare cu 2 aripioare laterale</li> </ul> </li> <li>- Cu posibilitatea de atasare a unei tije de extensie si de transformare in proteza de revizie, in functie de necesitatile intraoperatorii.</li> <li>- tija medializata pentru centrare mai buna in canalul medular si pentru a permite folosirea tijelor mai lungi fara adaptoare excentrice ;</li> <li>- Dimensiuni extreme de tibia si femur sa poata fi combinate intre ele, pastrandu- se congruenta articulara. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Design care sa permita flexie pana la 130°</li> </ul> </li> <li>- Sa fie disponibila in minim 8 dimensiuni pentru fiecare parte (stanga/ dreapta )</li> <li>- Sa permita corecta pozitionare atat cu ghid centromedular, cat si cu ghid extern <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modalitate de implantare: cimentata, suprafata mata</li> </ul> </li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1 3	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 13 Endoproteză totală de genunchi platou anatomic	buc.	250	<p style="text-align: center;">Insert tibial</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) si crosslincata;</li> <li>- Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa</li> <li>- Dimensiuni extreme de tibia si femur sa poata fi combinate intre ele, pastrandu- se congruenta articulara. Sa fie posibila combinarea unei piese femurale cu minim 3 dimensiuni de tibia</li> <li>- Minim 6 inaltimi diferite pentru fiecare din cele minim 8 dimensiuni de tibia ; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grosimea minima a stratului de polietilena de 6 mm</li> </ul> </li> <li>- Modalitatea de implantare: sistem de prindere periferica a insertului, cu elemente de stabilizare mecanica la nivelul piesei tibiale; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sa prezinte varianta cu stabilizare posterioara</li> </ul> </li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> </ul>



					- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
1 3	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 13 Endoproteză totală de genunchi platou anatomic	buc.	2	<p>Componenta patelara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE)</li> <li>- Sa fie adaptata la forma zonei trohleare a piesei femurale <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minim 5 dimensiuni</li> </ul> </li> <li>- Modalitatea de implantare: cimentata, sa prezinte pinteni de cimentare <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sa ofere posibilitatea reviziei de patela</li> </ul> </li> <li>- Proteza sa fie implantabila atat pe cale clasica cat si pe cale minim invaziva ( MIS ).</li> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1 3	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 13 Endoproteză totală de genunchi platou anatomic	buc.	3	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. compatibil cu endoprotezele livrate</li> <li>2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.</li> <li>3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea.</li> <li>4. va fi nou (neutilizat)</li> <li>5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.</li> </ol> <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>
1 3	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 13 Endoproteză totală de genunchi platou anatomic	buc.	6	<p>Motor oscilant gratis în folosință</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. compatibil cu endoprotezele livrate</li> <li>2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.</li> <li>3. va fi nou (neutilizat)</li> </ol> <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>
1 3	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 13 Endoproteză totală de genunchi platou anatomic	buc.	130	Lame pentru motor oscilant
1 4	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 14 Proteza totala de genunchi complet anatomica	buc.	20	<p>Componenta femurala cimentata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr , cimentata</li> <li>-Variante stanga/ dreapta</li> <li>-Sa prezinte fixarea femurală antirotațională augumentată prin doi pini și o textură specială pentru o bună fixare a cimentului</li> <li>-Deschidere posterioara intercondiliana pentru permiterea implantarii tijelor centromedulare</li> <li>-Design care sa permita flexie de minim 130°</li> <li>-Varianta cu posterostabilizare</li> <li>-Condili femurali posteriori sa fie ingrosati pentru cresterea stabilitatii si evitarea subluxatiei</li> <li>-Sa prezinte congruenta intre raza condiliilor femurali si insertul tibial</li> <li>-Sant prepatelar accentuat pentru un contact bun patela-femur si reducerea stresului asupra patelei</li> <li>-Sa reproduca distantele antroposterioare native cu minim 20 de profile</li> <li>-Minim 12 dimensiuni pentru fiecare membru in parte</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>-Suprafata articulara sa fie lustruita</li> <li>-Suprafata de implantare sa fie rugoasa</li> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1 4	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 14 Proteza totala de genunchi complet anatomica	buc.	20	<p style="text-align: center;"><b>Componenta tibiala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sa fie confectionata din aliaj de titan</li> <li>-Sa respecte forma anatomica a tibiei, cu variatii stanga /dreapta</li> <li>-Baza de implantare prin pin de stabilizare cu 2 aripi laterale destinat cresterii rezistentei si stabilizarii rotationale</li> <li>-Componenta tibiala sa prezinte posibilitatea de suprastabilizare prin atasarea de tije de extensie, in functie de necesitatile intraoperatorii</li> <li>-Profilul platoului tibial sa fie asimetric</li> <li>-Sa prezinte modularitate, dimensiuni uzuale de tibie sa fie compatibile cu minim 3 dimensiuni de femur</li> <li>-Sistem de prindere periferica a insertului de polietilena</li> <li>-Dimensiuni: minim 10 in total pentru fiecare membru in parte</li> <li>-Sa prezinte un dop filetat distal pentru fixarea tijei de extensie</li> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1 4	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 14 Proteza totala de genunchi complet anatomica	buc.	20	<p style="text-align: center;"><b>Insert tibial</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sa fie confectionat din polietilena UHMWPE cu optiunea de Polietilena cu vit. E</li> <li>-Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa</li> <li>-Sa prezinte modularitate deosebita, dimensiuni uzuale de tibie sa fie compatibile cu minim 3 dimensiuni de femur</li> <li>-Modalitatea de implantare: insert detasabil cu sistem de prindere periferica a insertului, cu elemente de stabilizare mecanica la nivelul piesei tibiale ( tip pana )</li> <li>-Dimensiuni multiple: mim 10 inaltimi de inserturi cu crestere de 1mm</li> <li>-Varianta cu posterostabilizare</li> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1 4	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 14 Proteza totala de genunchi complet anatomica	buc.	1	<p style="text-align: center;">Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. compatibil cu endoprotezele livrate</li> <li>2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.</li> </ol>

					<p>3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea.</p> <p>4. va fi nou (neutilizat)</p> <p>5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.</p> <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>
1 4	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 14 Proteza totala de genunchi complet anatomica	buc.	2	<p>Motor oscilant gratis în folosință</p> <p>1. compatibil cu endoprotezele livrate</p> <p>2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.</p> <p>3. va fi nou (neutilizat)</p> <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>
1 4	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 14 Proteza totala de genunchi complet anatomica	buc.	10	Lame pentru motor oscilant
1 5	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 15 Artroplastia monopolară cervico- cefalică cimentată a umărului	buc.	10	<p>Tija humerală</p> <p>- din titan, cu unghi de 135 °</p> <p>- sa poata fi utilizata atit pentru implantare cimentata, cit si necimentata</p> <p>- sablata in regiunea metafizara, lisa in portiunea distal</p> <p>- diametre intre 8 si 14 mm si lungimi intre 120 si 170 mm</p> <p>- con Morse inversat care sa permita o buna expunere glenei</p> <p>- aripioara lateral prevazuta cu gauri pentru reinsertia elementelor anatomice ; gaura medial cu acelasi scop</p> <p>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</p> <p>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</p> <p>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</p> <p>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p>
1 5	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 15 Artroplastia monopolară cervico- cefalică cimentată a umărului	buc.	10	<p>Capul humeral</p> <p>- livrabil atit in varianta centrata (cu conul Morse in centru) cit si in varianta excentrica (cu conul Morse excentric)</p> <p>- din otel inox , cu suprafata polisata</p> <p>- cuplarea cu tija humerala cu con Morse</p> <p>- disponibile in diametre de 40-54 mm si 3 grosimi pentru diametrele uzuale de 46-50</p> <p>Cerinte obligatorii:</p> <p>-posibilitatea de a realizeze toate tipurile de artroplastie de umar (hemiartroplastie, proteza totala anatomica cimentata si ne cimentata) folosind aceeasi gama de implanturi si acelasi instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de interventie chirurgicala</p> <p>- conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte</p> <p>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</p> <p>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</p> <p>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</p> <p>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</p> <p>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</p>

1 5	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 15 Artroplastia monopolară cervico- cefalică cimentată a umărului	buc.	1	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
1 5	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 15 Artroplastia monopolară cervico- cefalică cimentată a umărului	buc.	2	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
1 5	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 15 Artroplastia monopolară cervico- cefalică cimentată a umărului	buc.	5	Lame pentru motor oscilant
1 6	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 16 Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	buc.	15	Tija humerala - din titan, cu un unghi de 135° - sa poate fi utilizata atat pentru implantare cimentata, cat si necimentata - sablata in regiunea metafizara, lisa in portiunea distala - diametre intre 8 si 14mm si lungimi intre 120 si 170mm - aripioara laterala prevazuta cu gauri pentru reinsertia elementelor anatomice; gaura mediala cu acelasi scop  CERINTE OBLIGATORII : - - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umar ( hemiartroplastie, proteza totala - anatomica cimentata si necimentata) folosind aceeasi gama de implanturi si acelasi instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de interventie chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte  - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
1 6	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 16 Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	buc.	15	Sfera glenoidala - din otel inox, cu suprafata polisata - disponibile in minim 2  CERINTE OBLIGATORII : - - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umar ( hemiartroplastie, proteza totala - anatomica cimentata si necimentata) folosind aceeasi gama de implanturi si acelasi instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de interventie chirurgicala

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte</li> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1 6	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 16 Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	buc.	15	<p>Cupa humerala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- din titan;</li> <li>- minim 2 marimi</li> </ul> <p>CERINTE OBLIGATORII :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umar ( hemiartroplastie, proteza totala</li> <li>- anatomica cimentata si necimentata) folosind aceeași gama de implanturi si acelasi instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de interventie chirurgicala</li> <li>- conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte</li> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1 6	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 16 Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	buc.	15	<p>Insert humeral</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Confectionat din polietilena UHMWPE;</li> <li>- Minimum 3 dimensiuni pentru fiecare diametru.</li> </ul> <p>CERINTE OBLIGATORII :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umar ( hemiartroplastie, proteza totala</li> <li>- anatomica cimentata si necimentata) folosind aceeași gama de implanturi si acelasi instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de interventie chirurgicala</li> <li>- conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte</li> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1 6	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 16 Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	buc.	45	<p>Suruburi pentru baza glenoidala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minim 5 dimensiuni;</li> <li>- Diametrul 6.5 mm;</li> <li>- Confectionate din titan.</li> </ul> <p>CERINTE OBLIGATORII :</p>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umar ( hemiartroplastie, proteza totala</li> <li>- anatomica cimentata si necimentata) folosind aceeasi gama de implanturi si acelasi instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de interventie chirurgicala</li> <li>- conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte</li> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1 6	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 16 Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	buc.	1	<p>Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. compatibil cu endoprotezele livrate</li> <li>2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.</li> <li>3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea.</li> <li>4. va fi nou (neutilizat)</li> <li>5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.</li> </ol> <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>
1 6	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 16 Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	buc.	2	<p>Motor oscilant gratis în folosință</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. compatibil cu endoprotezele livrate</li> <li>2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.</li> <li>3. va fi nou (neutilizat)</li> </ol> <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>
1 6	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 16 Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	buc.	10	Lame pentru motor oscilant
1 7	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 17 Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active	buc.	50	<p>Tija femurala necimentata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Confecționată din material de titan</li> <li>- Acoperire cu titan poros combinat cu hidroxiapatita ce acopera toata suprafata a fijeii, sau doar titan poros prezent in zona metafizara a tijeii protetice;</li> <li>- Tija sa prezinte unul sau mai multe sanțuri metadiafizare</li> <li>- Disponibila in minim 10 dimensiuni <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con 12/14 mm</li> <li>- Offset standart si lateralizat</li> <li>- Fara guler</li> </ul> </li> <li>- Sa prezinte instrumente ce permit implantarea tijeii femurale prin abord minim-invaziv.</li> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1 7	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 17 Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active	buc.	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cupa acetabulară necimentata</li> <li>-Confecționată din aliaj de titan.</li> <li>-Acoperita cu titan poros asociat cu HA, bile sinterizate depuse tridimensional sau fibre metalice de titan.</li> <li>- Cu gauri, fara gauri sau multiple gauri;</li> <li>- Se permite schimbarea pozitiei insertului deja fixat</li> <li>- Include 2 suruburi</li> <li>- Diametre 44-64 mm</li> <li>- Sa prezinte instrumente ce permit implantarea cupei acetabulare prin abord minim-invaziv.</li> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1 7	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 17 Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active	buc.	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insert din polietilena inalt cross – linkata</li> <li>-Confecționat din polietilenă inalt cross-linkata, variind intre 7-10Mrad</li> <li>- Diametrul interior 28, 32, 36 mm</li> <li>- Sa prezinte mecanism aditional de fixare a insertului polimeric: degajari ecuatoriale antirotationale, santuri suplimentare la cupa etc;</li> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1 7	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 17 Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active	buc.	50	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cap femoral ceramic</li> <li>-Ceramică de generația a patra (cu incluziuni de zirconiu) ;</li> <li>- Conul 12/14 mm ;</li> <li>- Diametre 28, 32, 36 mm ;</li> <li>- Minim 4 dimensiuni de lungime</li> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1 7	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 17 Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active	buc.	40	<ul style="list-style-type: none"> <li>Șuruburi de cupă d-6,5 lungime de 15-50 mm</li> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> </ul>

					- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
1 7	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 17 Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active	buc.	1	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
1 7	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 17 Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active	buc.	2	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
1 7	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 17 Proteza totala de sold necimentata pentru persoane tinere si active	buc.	20	Lame pentru motor oscilant
1 8	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 18 Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	buc.	30	Tija femurala necimentata -Confecționată din aliaj de titan; -Acoperire cu titan poros asociat cu hidroxiapatita (HA), pe toata suprafata sau titan poros de tip plasma spray; - Sa prezinte suprafata rugoasa, santuri pe tija; - Minim 10 dimensiuni; - Varianta de offset standard si offset lateralizat; - Instrumentatia tije date necimentate sa fie comuna si cu varianta de tija cimentata, pentru luarea deciziei de fixare a tijeii introoperator; - Col eleptic, forma aplatizata - Con 12/14 mm  - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare
1 8	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 18 Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	buc.	30	Cupa acetabulara necimentata - Confecționată din aliaj de CoCr sau echivalentul sau; - Polisata la interior; - Suprafata externa rugoasa, acoperita prin titan poros asociat cu HA; - Diametre externe ce variaza intre 44-62 mm; - Sa prezinte instrumentatie comuna pentru implantarea cupei necimentate si cimentate.  - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului - Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura



					<p>participantului</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1 8	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 18 Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	buc.	40	<p>Insert polimeric</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Confecționat din polietilenă UHMWPE;</li> <li>-Diametre exterioare dedicate cupelor de dimensiuni ce variaza între 44-62 mm ;</li> <li>- Diametre interioare 22.2, 28 mm;</li> <li>- Sa prezinte desing retentiv;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1 8	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 18 Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	buc.	40	<p>Cap metalic</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Confecționat din aliaj de CoCr;</li> <li>-Con 12/14 mm;</li> <li>-Minim 4 dimensiuni de lungime;</li> <li>-Diametru extern 22.2, 28 mm;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1 8	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 18 Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	buc.	10	<p>Tija femurala cimentata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sa fie confectionata din aliaj de CoCr sau echivalentul sau;</li> <li>- Profil biconic aplatizat antero-posterior cu sprijin medio-lateral</li> <li>-- Sa fie polisata ;sau mata</li> <li>-Sa prezinte 2 variante si anume standard si cu offset lateralizat;</li> <li>- Sa fie disponibila in minim 8 dimensiuni diferite;</li> <li>- Sa prezinte con 12/14;</li> <li>- Colul sa fie aplatizat pentru evitarea impingement-ului la nivel acetabular</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1 8	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 18 Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	buc.	10	<p>Cupa acetabulara cimentata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Confecționată din aliaj de CoCr sau echivalentul sau;</li> <li>- Polisata la interior;</li> <li>- Suprafata externa polisata;</li> <li>- La exterior sa prezinte santuri pentru fixare mai optima a cimentului;</li> <li>- Diametre externe sa fie prezente in minim 9 dimensiuni;</li> <li>- Sa prezinte instrumentatie comuna pentru implantarea cupei</li> </ul>

					<p>necimentate si cimentate.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1 9	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 19 Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	buc.	20	<p>Componenta femurala cimentata suprastabilizata</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr, cimentata</li> <li>-Sa fie o componenta anatomica cu 3 raze de curbura <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sa permita implantarea tijelor de extensie</li> <li>-Sa prezinte varianta cu posterostabilizare</li> </ul> </li> <li>-Condili femurali posteriori sa fie ingrosati pentru cresterea stabilitatii si evitarea subluxatiei</li> <li>-Sa prezinte sant prepatelar accentuat pentru un contact bun patela-femur si pentru reducerea stresului asupra patelei <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sa aiba design care sa permita flexie pana la 130°</li> </ul> </li> <li>-Sa prezinte multiple posibilitati de combinatii femuro- tibiale, asigurand o modularitate deosebita – o dimensiune de femur sa se poata combina cu 6 si chiar 8 dimensiuni de tibie, pastrandu- se congruenta articulara. <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sa prezinte variante stanga/ dreapta</li> <li>-Sa prezinte 5 dimensiuni diferite stanga/ dreapta</li> <li>-Modalitate de implantare sa fie cimentata</li> <li>-Sa permita corecta pozitionare cu ghid centromedular</li> <li>-Suprafata articulara sa fie lustruita</li> </ul> </li> <li>-Sa prezinte fixarea femurală antirotatională augmentată prin doi pini și o textură rugoasa pentru o bună fixare a cimentului</li> <li>-Sa prezinte congruenta intre raza condiliilor femurali si insertul tibial</li> <li>-Suprafata de implantare sa fie rugoasa, modalitatea de implantare cimentata</li> </ul> <p>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1 9	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 19 Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	buc.	20	<p>Insert tibial suprastabilizat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sa fie confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta</li> <li>-Sa prezinte marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa</li> <li>-Sa prezinte modularitate deosebita, dimensiuni extreme de tibie si de femur sa poata fi combinate intre ele, pastrandu-se congruenta articulara, astfel, o dimensiune de femur sa se poate combina cu minim 3 dimensiuni de tibie <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sa permita o flexie de pana la 130°</li> </ul> </li> <li>-Modalitatea de implantare sa fie insert detasabil cu sistem de prindere periferica a insertului, cu elemente de stabilizare mecanica la nivelul piesei tibial <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sa prezinte varianta cu posterostabilizare</li> </ul> </li> <li>-Dimensiuni multiple: minim 9 dimensiuni de inserturi, fiecare avand 7 inaltimi <ul style="list-style-type: none"> <li>-Grosimea minima a stratului de polietilena sa fie de 6, 0mm</li> </ul> </li> <li>-Sa se fixeze de componenta tibiala si de extensie prin intermediul unui surub.</li> </ul>

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1 9	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 19 Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	buc.	40	<p style="text-align: center;">Tija de extensie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sa fie confectionate din aliaj de titan</li> <li>-Sa fie incluse cate 2 buc/proteza</li> <li>-Sa prezinte 2 variante: dreapta si cu offset</li> <li>-Sa se poata implanta atat pe piesa femurala cat si pe cea tibiala</li> <li>-Sa fie disponibile in urmatoarele lungimi ce variaza de la 60 la 150 mm ;</li> <li>-Sa se prezinte in diametre cuprinse intre 10mm si 20 mm ;</li> <li>-Sa se poata implanta atat cimentat cat si pressfit</li> <li>-Fixarea la piesa tibiala sa se faca prin intermediul unui surub care fixeaza atat extensia cat si insertul</li> <li>-Atasarea la piesa femurala sa se faca prin intermediul unui sistem periferic de prindere;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1 9	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 19 Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	buc.	20	<p style="text-align: center;">Componenta tibiala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sa fie confectionata din aliaj Titan</li> <li>- Sa fie universala stanga/ dreapta</li> <li>- Componenta tibiala sa prezinte posibilitatea de suprastabilizare si de transformare in proteza de revizie prin atasarea de tije de extensie ;</li> <li>-Profilul platoului tibial sa fie simetric si sa se adapteaza perfect la portiunea proximala a tibiei</li> <li>-Sa prezinte modularitate, dimensiuni extreme de tibie si de femur sa poata fi combinate intre ele, pastrandu-se congruenta articulara ;</li> <li>-Sa prezinte sistem de prindere periferica a insertului de polietilena</li> <li>-Dimensiuni: minim 7, universale stanga/ dreapta</li> <li>-Diferentele dintre dimensiunile succesive sa nu fie pe âmblesle axe antero-posteriore si medio- laterale, ci doar pe una dintre axe;</li> <li>-Suprafata de implantare sa fie rugoasa, mata;</li> <li>-Modalitatea de implantare cimentata;</li> <li>-Sa permita corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern;</li> <li>-Sa prezinte un dop filetat distal - fixarea tije de extensie;</li> <li>-Sa aiba orificii la nivelul platoului, pentru fixare de augumente tibiale.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1 9	33 10 00	Lotul nr. 19 Proteza totala cimentata de	buc.	2	<p style="text-align: center;">Component patelar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE)</li> </ul>

	00 -1	genunchi de tip constrans			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sa fie adaptata la forma zonei trohleare a piesei femurale</li> <li>- Minim 6 dimensiuni</li> <li>- Modalitatea de implantare: cimentata, sa prezinte min 3 pinteni de cimentare.</li> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1 9	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 19 Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	buc.	40	<p style="text-align: center;">Elemente de augementare tibiala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sa fie confectionate din aliaj de titan</li> <li>-Adaptate la zona de deficit osos ce necesita augmentare</li> <li>-Sa fie disponibile in variante cu unghi dreptunghic, si anume jumătate de bloc</li> <li>-Disponibile minim 2 dimensiuni de inaltimi.</li> <li>-Implantabile cimentat si cu prindere pe componenta tibiala cu surub.</li> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1 9	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 19 Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	buc.	40	<p style="text-align: center;">Elemente de augmentare femurala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sa fie confectionate din aliaj de titan ;</li> <li>-Sa fie adaptate la zona de deficit osos ce necesita augmentare ;</li> <li>-Sa prezinte 2 tipuri disponibile: distal si posterior ;</li> <li>- Sa fie disponibile in minim 2 grosimi ;</li> <li>-Implantabile cimentat si cu prindere pe componenta femurala cu surub.</li> <li>- Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării</li> <li>- Certificat CE și/sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Catalogul producătorului pentru produsele oferite - catalog și/sau pliant pentru produsele oferite confirmat prin semnătura participantului</li> <li>- Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare</li> </ul>
1 9	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 19 Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	buc.	1	<p style="text-align: center;">Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. compatibil cu endoprotezele livrate</li> <li>2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.</li> <li>3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea.</li> <li>4. va fi nou (neutilizat)</li> <li>5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.</li> </ol> <p>În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.</p>
1 9	33 10 00	Lotul nr. 19 Proteza totala	buc.	2	<p style="text-align: center;">Motor oscilant gratis în folosință</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. compatibil cu endoprotezele livrate</li> </ol>

	00 -1	cimentata de genunchi de tip constrans			2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.
1 9	33 10 00 00 -1	Lotul nr. 19 Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans	buc.	28	Lame pentru motor oscilant

### 3. Pregătirea ofertelor

3.1.	Oferte alternative:	<i>[nu vor fi acceptate]</i>
3.2.	Garanția pentru ofertă:	<p><b><i>[forma garanției a/b/c]</i></b></p> <p>a) <i>Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei</i></p> <p><i>sau</i></p> <p>b) <i>Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i></p> <p><b>Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE</b></p> <p><b>Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat</b></p> <p><b>Codul fiscal: 1016601000212</b></p> <p><b>IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA</b></p> <p><i>cu nota “Pentru garanția pentru ofertă la licitația publică nr. ____ din _____”</i></p> <p><i>sau</i></p> <p>c) <i>Alte forme ale garanției bancare acceptate de autoritatea contractantă.</i></p>
3.3.	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	<b>1 % din valoarea ofertei fără TVA.</b>
3.4.	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi:	<b><i>Incoterms 2013 DDP[ediția aplicabilă]</i></b>
3.5.	Termenul de livrare:	<b><i>Pînă la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2019</i></b>
3.6.	Locul livrării bunurilor:	<b><i>IMSP conform listei de distributie</i></b>
3.7.	Metoda și condițiile de plată vor fi:	Prin transfer, în 30 zile de la recepționarea facturilor fiscale și a actului de predare-primire de către CAPCS.
3.8.	Perioada valabilității ofertei va fi de:	<b><i>[ 120 zile]</i></b>
3.9.	Ofertele în valută străină:	<b><i>[nu se acceptă]</i></b>

### 4. Depunerea și deschiderea ofertelor

4.1	Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este:	<i>SIA RSAP</i>
4.2.	<b>Termenul limită</b> de depunere a ofertelor este:	<i>Data 19.04.2019, Ora 15:00</i>
4.3.	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului în care ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP").	Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului în care ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP"

### 5. Evaluarea și compararea ofertelor

5.1.	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	<i>[lei MD]</i>
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	<i>[sursa ratei de schimb]</i>
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	<i>[data ratei de schimb]</i>
5.2.	Modalitatea de efectuare a evaluării:	<i>Evaluarea va fi efectuată pe: lot la cel mai scăzut preț fără TVA..</i>
5.3.	Factorii de evaluare vor fi următorii:	<i>[_cu corespunderea tuturor cerințelor tehnice solicitate_]</i>

### 6. Adjudecarea contractului

6.1.	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	<b>Se va aplica criteriul de evaluare: cel mai scăzut preț fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor</b>
6.2.	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	<b>5%</b>
6.3.	Garanția de bună execuție a contractului:	<i>[forma garanției de bună execuție a/b/c]</i> <i>a) Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 sau</i> <i>b) Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:</i>

		<p><i>Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE</i></p> <p><i>Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat</i></p> <p><i>Codul fiscal: 1016601000212</i></p> <p><b>IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA</b></p> <p><i>cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanția de bună execuție la licitația publică nr. _____ din _____”</i></p> <p><i>sau</i></p> <p>c) <i>Alte forme ale garanției de bună execuție acceptate de autoritatea contractantă.</i></p>
6.4.	Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul	<p><b>[indicați una din formele de mai jos]</b> _____</p> <p>a) Societate pe acțiuni</p> <p>b) Societate cu răspundere limitată</p> <p>Altele _____</p>
6.5.	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare:	[10 zile]

**Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.**

**Conducătorul grupului de lucru:** \_\_\_\_\_

### **CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI**

Următoarele tabele și formulare vor fi completate de către ofertant și incluse în ofertă.

<b>Formular</b>	<b>Denumirea</b>
F3.1	Formularul ofertei
F3.2	Garanția pentru ofertă – formularul garanției bancare
F3.3	Garanție de bună execuție

### Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum și nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.]

Data depunerii ofertei: “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Procedura de achiziție Nr.: \_\_\_\_\_

Anunț de participare Nr.: \_\_\_\_\_

Către: \_\_\_\_\_

[numele deplin al autorității contractante]

declară că:

[denumirea ofertantului]

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. \_\_\_\_\_.

[introduceți numărul și data fiecărei modificări, dacă au avut loc]

b) \_\_\_\_\_ se angajează să

[denumirea ofertantului]

furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri \_\_\_\_\_.

[introduceți o descriere succintă a bunurilor]

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:

\_\_\_\_\_  
[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:

\_\_\_\_\_  
[introduceți prețul pe loturi (unde e cazul) și totalul ofertei în cuvinte și cifre, indicând toate sumele și valutele respective]

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, \_\_\_\_\_

[denumirea ofertantului]

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: \_\_\_\_\_

[semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei]

Nume: \_\_\_\_\_

În calitate de: \_\_\_\_\_

[funcția oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei]

Ofertantul: \_\_\_\_\_

Adresa: \_\_\_\_\_

Data: “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_



## Garanția pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanție bancară în conformitate cu instrucțiunile indicate mai jos. Garanția bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.]

\_\_\_\_\_ [Numele băncii și adresa oficiului sau a filialei emitente]

**Beneficiar:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ [numele și adresa autorității contractante]

**Data:** “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

### GARANȚIE DE OFERTĂ Nr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ a fost informată că  
\_\_\_\_\_ [denumirea băncii]

\_\_\_\_\_ (numit în continuare „Ofertant”)  
\_\_\_\_\_ [numele ofertantului]

urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ (numită în  
continuare „ofertă”) pentru livrarea/prestarea \_\_\_\_\_

conform anunțului de participare nr. \_\_\_\_\_ [obiectul achiziției]  
din “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_  
20\_\_.

La cererea Ofertantului, noi, \_\_\_\_\_, prin prezenta,  
\_\_\_\_\_ [denumirea băncii]

ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de:

\_\_\_\_\_ ([suma în cifre] \_\_\_\_\_ [suma în cuvinte])

la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se  
specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile  
ofertei, și anume:

- a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
- b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de  
către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună  
execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.

Prezenta garanție este valabilă pînă la data de “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_.

\_\_\_\_\_ [semnătura autorizată a băncii]

## Garanție de bună execuție (F3.3)

*[Banca comercială, la cererea ofertantului câștigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.]*

Data: “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

Licitația Nr.: \_\_\_\_\_

**Oficiul Băncii:** \_\_\_\_\_  
*[introduceți numele complet al garantului]*

**Beneficiar:** \_\_\_\_\_  
*[introduceți numele complet al autorității contractante]*

## GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE Nr. \_\_\_\_\_

Noi, *[introduceți numele legal și adresa băncii]*, am fost informați că firmei *[introduceți numele deplin al Furnizorului]* (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare \_\_\_\_\_ *[obiectul achiziției, descrieți bunurile]* conform invitației la licitația nr. din \_\_\_\_\_. 201\_ *[numărul și data licitației]* (numit în continuare „Contract”).

Prin urmare, noi înțelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanție de bună execuție în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire.

În urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depășește *[introduceți suma(ele) în cifre și cuvinte]* la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declarați că Furnizorul nu îndeplinește una sau mai multe obligații conform Contractului, fără discuții sau clarificări și fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanție va expira nu mai târziu de *[introduceți numărul]* de la data de *[introduceți luna][introduceți anul]*,<sup>1</sup> și orice cerere de plată ce ține de aceasta trebuie recepționată de către noi la oficiu până la această dată inclusiv.

*[semnăturile reprezentanților autorizați ai băncii și ai Furnizorului]*

<sup>1</sup> *Autoritatea contractantă trebuie să țină cont de situațiile când, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere și a acestei garanții de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris și trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanție. În procesul pregătirii acestei Garanții, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfârșitul penultimului paragraf: „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanții pentru o perioadă ce nu depășește [șase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorității contractante pentru o astfel de extindere, și o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanții.”*

**CAPITOLUL IV**  
**SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ**

Următoarele tabele și formulare vor fi completate de către ofertant și incluse în ofertă. În cazul unei discrepanțe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.

<b>Formular</b>	<b>Denumirea</b>
F4.1	Specificații tehnice
F4.2	Specificații de preț

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție: _____

Cod CP V	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Bunuri</b>						
	Lotul 1						
	<i>[adăugați numărul de rânduri și detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului]</i>						
	<b>Total lot 1</b>						
	Lotul 2						
	<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_  
 Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

## Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Denumirea procedurii de achiziție:

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Bunuri</b>								
	Lotul 1								
	<i>[adăugați numărul de rînduri și detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului]</i>								
	<b>Total lot 1</b>								
	Lotul 2								
	<b>TOTAL</b>								

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

