

Nr. Lot	Denumire Lot	Poziția				
		Descrierea lot	CPV	Cantitatea	Unitatea de măsura	Denumire obiectului lotului
1	1. Analizator hematologic automat Norma ICON - 3	Analizator hematologic automat Norma ICON - 3	33600000-6	2	838	1.1. Pack de reagenți care conține: Diluent, Soluție de lizare și soluție de spălare pentru 500 de teste - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Ambalaj standart pentru aparat: Pack de reagenți care conține: 1) Diluent 3550 ml; 2) Soluție de lizare - 750 ml; 3) Soluție de spălare - 1150 ml. Total 5450 ml. Compatibil cu analizator hematologic NORMA ICON 3 pentru 500 teste. Unitate de masura - set <u>Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire.</u> Camera de bord aparatului hematologic ICON trebuie să identifice pachetul prin citirea codului QR imprimat pe cutie de către producător NORMA (conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
1	1. Analizator hematologic automat Norma ICON - 3	Analizator hematologic automat Norma ICON - 3	33600000-6	1	838	1.2. Control hematologic: 1) Nivel Normal; 2) Nivel Scăzut; 3) Nivel Înalt . 6 eprubete a câte 2,5 ml cu Discheta de programare automata pentru minim 22 de parametri. - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Control hematologic: 1) Nivel Normal; 2) Nivel Scăzut; 3) Nivel Înalt. 6 eprubete a câte 2,5 ml cu Discheta de programare automata pentru minim 22 de parametri, compatibili cu dispozitivul NORMA ICON 3. Unitate de masura - set. <u>Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire.</u> Camera de bord aparatului hematologic ICON trebuie să identifice pachetul prin citirea codului QR imprimat pe cutie de către producător NORMA (conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
1	1. Analizator hematologic automat Norma ICON - 3	Analizator hematologic automat Norma ICON - 3	33600000-6	1	838	1.3. Consumabile pentru mentenanța NORMA ICON 3 - Set dedicat pentru mentenanța la 1 an pentru NORMA ICON 3, care conține: set tub cu pompa peristaltică, conector extern, lubrifianți și materiale suplimentare; unsoare pe bază de teflon (alb); ac de recoltare închis; senzor de detectare a scurgerilor. <u>Unitate de masura - set. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire.</u> Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat sau Rusă.
2	2. Analizator de gaze Rapid Point 500	Analizator de gaze Rapid Point 500	33600000-6	12	794	2.1. Cartuș de măsurare pentru 250 probe - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Ambalajul standart pentru aparat: Cărtuș de măsurare pentru 250 de probe compatibil cu analizatorul de gaze și ioni Rapid Point 500. <u>Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire.</u> Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat sau Rusă.

2	2. Analizator de gaze Rapid Point 500	Analizator de gaze Rapid Point 500	33600000-6	10	794	2.2. Cartuș de spalare - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Ambalajul standart pentru aparat: Cartuș de spalare compatibil cu analizatorul de gaze și ioni Rapid Point 500. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de Trasabilitate. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat sau Rusă.
2	2. Analizator de gaze Rapid Point 500	Analizator de gaze Rapid Point 500	33600000-6	12	838	2.3. Seringi specializate cu litium heparină de 2,5 ml (LH - 100 UI) 250 buc/set -Seringi specializate cu litium heparină compatibile cu analizatorul de gaze și ioni Rapid Point 500. Volum seringă - 2,5 ml (LH - 100 UI). Ambalaj: 250 buc/set. Certificat de Conformitate de la producător. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire.
2	2. Analizator de gaze Rapid Point 500	Analizator de gaze Rapid Point 500	33600000-6	12	838	2.4. Port pentru detecția cheagului de sânge, 2 buc/set - Port pentru detecția cheagului de sânge de către analizatorul de gaze și ion Rapid Point 500. Ambalaj: 2 buc/set. Certificat de Conformitate de la producător. Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire. Instrucțiune de utilizare în Limba de Stat sau Rusă.
3	3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	33600000-6	25	838	3.1. ALT CP IFCC 250 teste/casetă - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea alaninaminotransferazei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat. Unitate de masura - set - caseta
3	3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	33600000-6	25	838	3.2. AST CP IFCC 250 teste/casetă - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea aspartataminotransferazei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat. Unitate de masura - set - caseta
3	3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	33600000-6	88	838	3.3. Alfa-Amilaza totala CP EPS G-7 125 teste/casetă - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea amilazei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat. Unitate de masura - set - caseta

3	3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	33600000-6	25	838	3.4. ALP CP IFCC 125 teste/caseta - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea fosfatazei alcaline din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat. Unitate de masura - set - caseta
3	3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	33600000-6	25	838	3.5. GGTP CP SZAZ Carboxylated Substrate 250 teste/casetă - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul ABX Pentra 400 pentru determinarea gamma-glutamyltranspeptidazei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat. Unitate de masura - set - caseta
3	3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	33600000-6	18	838	3.6. Abumina CP Bromocresol Green 327 teste/casetă - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul ABX Pentra 400 pentru determinarea albuminei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord - 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. Unitate de masura - set - caseta
3	3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	33600000-6	62	838	3.7. Proteina totală CP Biuret 100 teste/casetă - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea proteinei totale din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat
3	3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	33600000-6	52	838	3.8. Creatinina CP Jaffe/Alkaline Picrate 120 teste/caseta - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea creatininei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.

3	3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	33600000-6	28	838	3.9. Urea CP GLDH 220 teste/casetă - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea ureei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
3	3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	33600000-6	63	838	3.10. Glucoza CP Glucozoxidază 295 teste/casetă - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea glucozei din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
3	3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	33600000-6	24	838	3.11. Proteina urinară Pirogallol red 100 teste/casetă - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea proteinei din urină umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
3	3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	33600000-6	40	838	3.12. Bilirubina totală CP DCA 130 teste/casetă - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea bilirubinei totale din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat. Unitate de masura - set - caseta
3	3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	33600000-6	45	838	3.13. Bilirubina directă CP DCA 100 teste/casetă - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea bilirubinei conjugată (directă) din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat. Unitate de masura - set - caseta

3	3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	33600000-6	18	794	3.14. CK-MB RTU NAC Immuno-inhibition 125 teste/viala - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. <u>Certificat de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare.</u> Reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea creatinkinazei fracția MB din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. Instrucțiune de utilizare a kitului și amplasare pe bord în Limba de Stat.
3	3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	33600000-6	2	838	3.15. Multicalibrator Chimie clinică Liofilizat 10x3 ml - Set de calibratori multiconstituenți, originali, specifici, destinate pentru calibrarea metodicilor de chimie clinică tip lichid efectuate pe analizatorul automatizat ABX Pentra 400. Certificat de la producător de reactivi. <u>Certificat de Trasabilitate a calibratorului! Certificatul condițiilor de transportare.</u> Certificat de la producător ingineri. Instrucțiune de utilizare a calibratorului în Limba de Stat. Unitate de masura - set - caseta
3	3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	33600000-6	4	838	3.16. TPU calibrator RTU 3x3ml - Set de calibratori originali, specifici, destinate pentru calibrarea metodicilor la analizator chimie clinică automatizat ABX Pentra 400. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. <u>Certificat de Trasabilitate a calibratorului!</u> Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind ingineri. Instrucțiune de utilizare a calibratorului în Limba de Stat. Unitate de masura - set - caseta
3	3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	33600000-6	2	838	3.17. Control N Liofilizat 10x5 ml - Control cu analiți biochimici nivel normal, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de chimie clinică efectuate pe analizatorul automat ABX Pentra 400. <u>Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a controlului!</u> Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
3	3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	33600000-6	2	838	3.18. Control P Liofilizat 10x5 ml - Control cu analiți biochimici nivel patologic, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de chimie clinică efectuate pe analizatorul automat Pentra C400. <u>Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a controlului!</u> Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
3	3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	33600000-6	2	838	3.19. Control CK Liofilizat 4x3 ml - Control original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de chimie clinică efectuate pe analizatorul automat Pentra C400. <u>Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a controlului!</u> Certificatul condițiilor de transportare. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.

3	3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	33600000-6	4	838	3.20. Control urină L/H RTU 1x10ml + 1x10ml - Control cu analiți biochimici în 2 nivele, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de urină efectuate pe analizatorul automat Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. <u>Certificat de Trasabilitate a controlului!</u> Certificatul condițiilor de transportare.
3	3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	33600000-6	2	838	3.21. Clean Chem 99 CP - Cerințe generale* + Nota** <u>Certificat de Conformitate de la producător de reactiv.</u> <u>Certificat de Trasabilitate!</u> Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. Setul de soluție de spălare original, specific, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Pentra C400. La necesitate camera de bord/scaner a aparatului hematologic trebuie să identifice setul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
3	3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	33600000-6	2	838	3.22. Sample Cup-Blue 1000 buc/cutie - Ependorfi de unică folosință, specifice după volum și formă pentru analizatorul semiautomat de biochimie Pentra C400, destinate pentru reacții chimice și măsurare. <u>Certificat de Conformitate de la producător.</u>
3	3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	33600000-6	12	838	3.23. Deproteinizer CP - Cerințe generale* + Nota** <u>Certificat de Conformitate de la producător.</u> <u>Certificat de Trasabilitate!</u> Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător ingineri. Setul de soluție de spălare original, specific, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Pentra C400. La necesitate camera de bord/scaner a aparatului hematologic trebuie să identifice setul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
3	3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	33600000-6	19	838	3.24. Cuvettes de unică folosință pentru reacții chimice și măsurare 5400 buc/set - Cuve de unică folosință, specifice după volum și formă pentru analizatorul semiautomat de biochimie Pentra 400, destinate pentru reacții chimice și măsurare. 5400 buc/set (450x12 chiuvete). <u>Certificat de Conformitate de la producător.</u> <u>Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire.</u> Instrucțiune de utilizare în Limba de Stat.
3	3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	33600000-6	3	838	3.25. Filtru Osmoser o mini - Seturi de filtre Osmoser o mini , specifice, originale, destinate filtrării apei de înaltă calitate compatibilă cu necesitățile analitice și de mentenanță a analizator chimie clinică automatizat Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător. <u>Specificațiile condițiilor de distrugere după folosire.</u> Certificat de la producător privind instruire ingineri. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.

3	3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	33600000-6	2	838	3.26. Kit de mentenanță 12 luni - Kit de mentenanță 12 luni, original, specific, destinat pentru asigurarea funcționalității optime a aparatului automatizat de chimie clinică Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind instruire ingineri. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
3	3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	33600000-6	3	794	3.27. Lampa fotometrică - Lampa fotometrică, originală, specifică, destinată măsurării analiților biochimici pentru asigurarea funcționalității optime a aparatului automatizat de chimie clinică Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de la producător privind instruire ingineri. Instrucțiune de utilizare în Limba de Stat.
3	3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	33600000-6	1	838	3.28. Vîrfurile din teflon 10 buc/set - Vîrfurile din teflon de calitate înaltă, specifice, originale, destinate manevrelor de dozare de înaltă precizie a volumurilor necesare de reagenți și specimene la Pentra C400. Certificat de Conformitate de la producător. Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind instruire ingineri. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
3	3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	33600000-6	7	838	3.29. Acid uric - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea acidului uric din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
3	3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	33600000-6	10	838	3.30. LDH - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea acidului uric din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
3	3. Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	Analizator chimie clinică automatizat Pentra C400	33600000-6	3	838	3.31. Fierul seric - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului. Certificatul condițiilor de transportare. Casetă specifică originală barcodată cu reagenți proprii și compatibili cu analizatorul Pentra C400 pentru determinarea fierului seric din ser/plasmă umană. Stabilitatea reagentului pe bordul analizatorului și termen de utilizare pe bord nu mai puțin de 70 zile, sau până la consumarea numărului de teste declarate în kit. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.

4	4. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500	Analizator hematologic automatizat Yumizen H500	33600000-6	32	838	4.1. ABX Diluent 20 L - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota** <u>Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului.</u> Certificatul condițiilor de transportare. Ambalajul standart pentru aparat. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru prima etapă de diluție fixă, pe bordul analizatorului, a volumelor de probă destinată pentru numărarea în mod CBC și DIFF, măsurarea Hb. Camera de bord/scaner a aparatului hematologic trebuie să identifice setul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
4	4. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500	Analizator hematologic automatizat Yumizen H500	33600000-6	42	838	4.2. Whitediff 1L - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota** <u>Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului.</u> Certificatul condițiilor de transportare. Ambalajul standart pentru aparat. Reactiv original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru etapa finală de diferite tipuri de diluții a volumelor de probă, pe bordul analizatorului, destinată pentru numărarea în mod CBC și DIFF, măsurarea Hb. Camera de bord/scanerul aparatului hematologic trebuie să identifice setul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
4	4. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500	Analizator hematologic automatizat Yumizen H500	33600000-6	20	838	<u>4.3. ABX Cleaner 1L - Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului.</u> Certificatul condițiilor de transportare. Setul de soluție de spălare original, specific, compatibil cu analizatorul Yumizen H500, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Yumizen H500. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
4	4. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500	Analizator hematologic automatizat Yumizen H500	33600000-6	12	838	4.4. QC Diffrol N Control hematologic: Nivel Norma - Cerințe pentru control: Cerințe generale* + Nota**. <u>Certificat de la producător de reactivi. Trasabilitatea controlului. Certificatul condițiilor de transportare.</u> Certificat de la producător privind ingineri. Control hematologic Nivel Normal compatibil cu analizatorul Yumizen H500. Camera de bord/scanerul a analizatorului hematologic trebuie să identifice pachetul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
4	4. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500	Analizator hematologic automatizat Yumizen H500	33600000-6	12	838	4.5. QC Diffrol L Control hematologic: Nivel Micșorat - Cerințe pentru control: Cerințe generale* + Nota**. <u>Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului.</u> Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind ingineri. Control hematologic Nivel Micșorat compatibil cu analizatorul Yumizen H500. Camera de bord/scanerul a analizatorului hematologic trebuie să identifice pachetul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).

4	4. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500	Analizator hematologic automatizat Yumizen H500	33600000-6	12	838	4.6. QC Diffrol H Control hematologic: Nivel Înalt. - Cerințe pentru control: Cerințe generale* + Nota**. <u>Certificat de Conformitate de la producător de reactivi.</u> <u>Certificat de Trasabilitate a reactivului.</u> Certificatul condițiilor de transportare. Control hematologic Nivel Înalt compatibil cu analizatorul Yumizen H500. Camera de bord/scanerul a analizatorului hematologic trebuie să identifice pachetul prin citirea barcodului sau codului QR imprimat pe cutie de către producător (conform anxei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Instrucțiune de utilizare a calibratorului în Limba de Stat.
4	4. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500	Analizator hematologic automatizat Yumizen H500	33600000-6	6	838	4.7. Minoclair - Setul de soluție de spălare original, specific, destinat pentru mentenanțele zilnice a analizatorului hematologic automat Yumizen H500, pentru asigurarea funcționalității optime a analizatorului. <u>Certificat de Conformitate de la producător de reactivi.</u> <u>Certificat de Trasabilitate a reactivului.</u> Certificatul condițiilor de transportare. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
4	4. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500	Analizator hematologic automatizat Yumizen H500	33600000-6	2	838	4.8. Kit de mentenanță 12 luni - Kit de mentenanță 12 luni, original, specific, destinat pentru asigurarea funcționalității optime a aparatului automatizat hematologic Yumizen H500 . <u>Certificat de Conformitate de la producător de reactivi.</u> Certificat de la producător privind instruire ingineri. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
4	4. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500	Analizator hematologic automatizat Yumizen H500	33600000-6	2	838	4.9. Lampa - Lampa originală, de tehnologie specifică, destinată măsurării și numărării indicilor hematologici determinați de analizatorul automatizat hematologic Yumizen H500. <u>Certificat de Conformitate de la producător.</u> Certificat de Trasabilitate. Certificat de la producător privind instruire ingineri. Instrucțiune de utilizare în Limba de Stat.
4	4. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500	Analizator hematologic automatizat Yumizen H500	33600000-6	1	838	4.10. Calibrator MinoCal - Set de calibratori MinoCal original, specific, destinat procedurilor de calibrare a analizator hematologic automatizat Yumizen H500 în cadrul mentenanțelor efectuate de ingineri. <u>Certificat de Conformitate de la producător de reactivi.</u> <u>Certificat de Trasabilitate a reactivului.</u> Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind instruire ingineri. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
4	4. Analizator hematologic automatizat Yumizen H500	Analizator hematologic automatizat Yumizen H500	33600000-6	1	838	4.11. Latex - Setul microparticule de latex cu dimensiuni specific înzestrate pentru executarea calibrărilor, controlului de calitate optim în cadrul mentenanțelor specifice analizatorului hematologic automat Yumizen H500 și asigurarea funcționalității optime a analizatorului. <u>Certificat de Conformitate de la producător.</u> Certificatul condițiilor de transportare. Certificat de la producător privind instruire ingineri. Instrucțiune de utilizare în Limba de Stat.
5	5. Analizator hemostaza semiautomat cu 2 canale de măsurare Yumizen G200	Analizator hemostaza semiautomat cu 2 canale de măsurare Yumizen G200	33600000-6	6	838	5.1. Yumizen G PT liq 4 12x4ml - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza semiautomat cu 2 canale de măsurare Yumizen G200, destinat pentru determinarea <i>protrombinei</i> din plasmă umană și calcularea INR. <u>Certificat de Conformitate de la producător de reactivi.</u> <u>Certificat de Trasabilitate a reactivului.</u> Certificatul condițiilor de transportare. Certificat privind instruire ingineri. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.

5	5. Analizator hemostaza semiautomat cu 2 canale de măsurare Yumizen G200	Analizator hemostaza semiautomat cu 2 canale de măsurare Yumizen G200	33600000-6	4	838	5.2. Yumizen G APTT liq 4 12x4ml - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza semiautomat cu 2 canale - Yumizen G200, destinat pentru determinarea <i>timpului trombolastinei pațial activate</i> din plasmă umană. <u>Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului.</u> Certificatul condițiilor de transportare. Certificat privind instruire ingineri. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
5	5. Analizator hemostaza semiautomat cu 2 canale de măsurare Yumizen G200	Analizator hemostaza semiautomat cu 2 canale de măsurare Yumizen G200	33600000-6	6	838	5.3. Yumizen G FIB 2 12x2ml - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Set de reactivi originali, specifici analizatorului hemostaza semiautomat cu 2 canale - Yumizen G200, destinat pentru determinarea <i>fibrinogenului</i> . <u>Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului.</u> Certificatul condițiilor de transportare. Certificat privind instruire ingineri. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
5	5. Analizator hemostaza semiautomat cu 2 canale de măsurare Yumizen G200	Analizator hemostaza semiautomat cu 2 canale de măsurare Yumizen G200	33600000-6	4	838	5.4. Yumizen G IMIDAZOL 12x15 ml - Cerințe pentru test: Cerințe generale* + Nota**. Set de reactivi originali, specifici analizatorului de hemostaza semiautomat cu 2 canale - Yumizen G200, destinat pentru determinarea fibrinogenului. <u>Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului.</u> Certificatul condițiilor de transportare. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
5	5. Analizator hemostaza semiautomat cu 2 canale de măsurare	Analizator hemostaza semiautomat cu 2 canale de măsurare Yumizen G200	33600000-6	13	838	5.5. Cuve de unică folosință pentru reacții de coagulare și măsurare. 1000 buc/set - Cuve de unică folosință, specifice după volum și formă pentru analizatorul semiautomat de hemostază Yumizen G200, destinate pentru reacții de coagulare și măsurare. <u>Certificat de Conformitate de la producător de reactivi.</u> Certificatul condițiilor de
5	5. Analizator hemostaza semiautomat cu 2 canale de măsurare Yumizen G200	Analizator hemostaza semiautomat cu 2 canale de măsurare Yumizen G200	33600000-6	8	838	5.6. Yumizen G CTRL I/II + 5x1mm (2x) - Control 2 nivele, original, specific pentru efectuarea controlului intern de calitate a testelor de hemostază efectuate pe analizatorul semiautomat cu 2 canale Yumizen G200. <u>Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului.</u> Certificatul condițiilor de transportare. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
5	5. Analizator hemostaza semiautomat cu 2 canale de măsurare Yumizen G200	Analizator hemostaza semiautomat cu 2 canale de măsurare Yumizen G200	33600000-6	5	838	5.7. Yumizen G CaCl ₂ 12x4ml - Set de reactiv activator a reacțiilor de coagulare destinat pentru testarea sistemului de hemostaza pe analizatorul semiautomat cu 2 canale independente Yumizen G200. <u>Certificat de Conformitate de la producător de reactivi. Certificat de Trasabilitate a reactivului.</u> Certificatul condițiilor de transportare. Instrucțiune de utilizare a kitului în Limba de Stat.
6	6.1. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	33600000-6	15,000	794	6.1. Eprubete cu clot activator - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete cu clot activator, vacutainer (fără gel). Volum 5 ml. IVD CE. Capac roșu, tichetă. Certificat Eropean. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de eprubete.

7	6.2. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	33600000-6	30,000	794	6.2. Eprubete cu K3 EDTA 2,5 ml. - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete pentru investigații hematologice cu K3EDTA. Volum 2,5 ml. Cu capac verde, tichetă. IVD. CE. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de eprubete.
8	6.3. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	33600000-6	1,000	794	6.3. Eprubete cu K3 EDTA. Vacuum Tub. 3 ml. - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete pentru investigații hematologice cu K3EDTA. Volum 3 ml. Vacuum Tub. Cu capac violet, tichetă. IVD. CE. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Certificat condițiilor de transportare. Certificat European. Prezentare exemple de eprubete.
9	6.4. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	33600000-6	100	794	6.4. Eprubete cu capilar - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Cu K3-EDTA, cu capilar steril, ambalat individual. Volum: 0,5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Certificat condițiilor de transportare. Certificat European. Prezentare exemple de eprubete.
10	6.5. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	33600000-6	3000	794	6.5. Eprubete de unică folosință - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete polisteren cu diametru 13mm, înălțime 75mm fără capac. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de Conformitate de la producător. Prezentare exemple de eprubete.
11	6.6. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	33600000-6	15,000	794	6.6. Vîrfuri plastic pentru dozator 100-1000 mkl - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Vîrfuri plastic 100-1000 mkl (albastre) p-u dozator semiautomat. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de vîrfuri.
12	6.7. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	33600000-6	15,000	794	6.7. Vîrfuri plastic pentru dozator 200 mkl - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Vîrfuri galbene pentru PA de tip Gilson de 0 - 200 mkl p-u dozator semiautomat. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de vîrfuri .
13	6.8. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	33600000-6	500	794	6.8. Saci deșeuri 50kg - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Saci (galbene) 50kg, p-u deșeri contaminate cu lichide biologice. Cu insigna "Pericol Biologic". Se va da prioritate celor cu densitate mai înaltă . Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor. Sacul să poată fi închis sigur. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Certificat European. Prezentare exemple de saci.
14	6.9. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	33600000-6	100	794	6.9 Eprubete 10 ml - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete polipropilen 10 ml, p-u urină, fără capac. Rezistență la centrifugare. Prezentare exemple de eprubete.
15	6.10. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	33600000-6	1	794	6.10. Stativ Pancencov - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Stativ Pancencov pentru investigații hematologice VSH.

16	6.11. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	33600000-6	20	794	6.11. Capilare Pancencov - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Capilare Pancencov, din sticlă, cu gradare pronunțată precisă 0 - 100 mm p-u investigații hematologice VSH.
17	6.12. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	33600000-6	6	794	6.12. Stativ din plastic pentru eprubete - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Pentru 40-60 eprubete de 5-10 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).
18	6.13. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	33600000-6	2	794	6.13. Stativ - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** P/u eprubete Ependorf (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).
19	6.14. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	33600000-6	1000	794	6.14. Scarificator - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Steril, inox cu o lance centrală 33mm, ambalat individual (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Certificat European. Prezentare exemple de scarificatoare.
20	6.15. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	33600000-6	1	794	6.15. Densitometru pentru lichide - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Densitometru pentru măsurarea densității relative a lichidelor biologice: urodensitometru. Certificat de la producător. Certificat metrologic.
21	6.16. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	33600000-6	500	794	6.16. Sticlă pentru microscopie - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** P/u mirosopie, margine șlefuită și fâșie p/u notițe 76x26x2mm, grosimea nu mai mic de 2mm (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).
22	6.17. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	33600000-6	2	794	6.17. Cilindru de sticlă - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Volum: 100 ml, d=3.2 cm, h=24 cm Gradație pronunțată. (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).
23	6.18. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	33600000-6	2	794	6.18. Cilindru de sticlă - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Volum: 50 ml, d=2,6 cm, h=18 cm Gradație pronunțată. (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).
24	6.19. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	33600000-6	1000	794	6.19. Pipete de unică folosință - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Pipete Pasteur 3 mL, de unică folosință.
25	7. Articole de consum și veselă de laborator	Eprubete Vacutiner 3 ml cu Citrat de Na <u>3.2 %</u>	33600000-6	7000	794	Eprubete Vacutiner 3 ml cu Citrat de Na 3.2 % - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Eprubete vacutiner pentru investigații de hemostază 3 ml cu anticoagulant <u>Citrat de Na 3.2 %</u> . Capac albastru. IVD. CE. Certificat European. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de eprubete.

26	8. D-dimeri	D-dimeri 1x1,7 ml	33600000-6	10	838	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Determinarea D-dimeri din plasma sângelui. Latex test pe placă. Componenta setului: D-dimer latex reagent 1x1.7 ml. Cerințe către particule de latex cu anticorpi de șobolani: <u>Anti-D-dimer să manifeste specificitate înaltă către D-dimeri puri. Anti-D-dimer pe latex să NU aibă afinitate încrucișată către fibrinogen, fragmentelor D fibrinogenului și factorul reumatoid.</u> D-dimer control pozitiv 1x1 ml. D-dimer control negativ 1x1 ml. Bufer salin pH 7,3 - 2x8 ml. Plăci pentru testare 16x6. Baghete pentru mixare manuală pe placă - 50 buc. Sensibilitate 200 ng/ml, specificitate mai mare de 95%, precizitate 98,5%. Certificat European. Certificat de la producător. Certificat de Trasabilitate. Certificat condițiilor de transportare. <u>Prezentare exemplului de set.</u>
27	9. Test rapid Cardio-Combo (Troponin I/ Myo/CK-MB)	Test rapid Cardio-Combo (Troponin I/ Myo/CK-MB)	33600000-6	200	794	Test triplu calitativ pentru determinarea Troponinei I, Mioglobinei, Creatinkinazei fracția MB. Determinarea Troponinelor I din ser/plasma sângelui. Strip-test. Sensibilitate 0,50 ng/ml (98,5%), specificitate 98,4%, precizitate 98,5%. Certificat European. Certificat de la producător. Certificat condițiilor de transportare. Prezentare exemple de strip-test. Instrucțiune de utilizare în Limba de Stat.
28	10. Troponin I/T	Troponin I/T	33600000-6	150	794	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Determinarea Troponinelor T/I din ser/plasma sângelui. Strip-test. Sensibilitate 0,50 ng/ml (98,5%), specificitate 98,4%, precizitate 98,5%. Certificat European. Certificat de la producător. Certificat condițiilor de transportare. Prezentare exemple de strip-test. Instrucțiune de utilizare în Limba de Stat.
29	11.1. Reactivi chimici p/u investigații clinice	11.1. Sodiu citrat	33600000-6	1	838	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).
30	11.2.Reactivi chimici p/u investigații clinice generale	11.2. Acid sulfosalicilic	33600000-6	1	838	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).
31	11.3.Reactivi chimici p/u investigații clinice	11.3. Acid acetic glacial	33600000-6	1	838	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).
32	11.4.Reactivi chimici p/u investigații clinice generale	11.4. Set de diagnostic p/u analiza LCR	33600000-6	1	838	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de la producător. Certificat de trasabilitate.
33	11.5.Reactivi chimici p/u investigații clinice generale	11.5. Albastru de metilen	33600000-6	1	112	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de la producător. Certificat de trasabilitate.
34	11.6.Reactivi chimici p/u investigații clinice generale	11.6. Azur II - Eozina K după Romanovski	33600000-6	2	112	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Colorant combinat gata pregătit de la producător. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de la producător. Certificat de trasabilitate.
35	11.7.Reactivi chimici p/u investigații clinice generale	7. Fixator May-Grunwald	33600000-6	2	112	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**. Gradul de purificare: chimică sau analitică (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de la producător. Certificat de trasabilitate.

36	11.8.Reactivi chimici p/u investigații clinice	8. Ulei de imersie	33600000-6	1	794	Cerințele p/u articole: Pentru microscopie (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).
37	12. Articole pentru microscopie	Articole pentru microscopie. Microscop.	33600000-6	1	838	1. Iluminator - lampa LED X. 2. Măsuță mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y. 3. Fixator de probe (lamelle) pentru un singur specimen. 4. Revolver pentru 5 obiective. 5. Obiective Plan Achromat: 4x, 10x, 20x, 40x, 100x/1.25 pentru imersie. 6. Condensor universal pre-centrat și pre-foculat cu slot-uri pentru accesoriile pentru tehnica de vizualizare cu contrast de fază și câmp întunecat. 7. Diafragmă de câmp pentru iluminarea Koehler. 8. Tub binocular cu unghi de înclinare cel puțin 30°, ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 52-75 mm. 9. Oculare 10x/20x – 2 buc (cel puțin unul cu focusare). 10. Unitatea de alimentare - încorporată. 11. Accesorii pentru vizualizare în contrast de fază. 12. Ulei de imersie – o sticlă. Articole pentru microscopie compatibile între ele, încorporate, configurate pentru tehnica de vizualizare în câmp <i>luminos, câmp întunecat și contrast de fază</i> . Furnizat cu accesoriile necesare pentru lucrul în câmp luminos. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). Certificat de Conformitate de la producător. Certificat de la producător privind instruire ingineri. Instrucțiune de utilizare a unităților tehnice în Limba de Stat. Articole pentru microscopie compatibile între ele, încorporate, <u>ansamblate.</u>
38	13. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	13. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	33600000-6	1	Set	13.1. Dozator semiautomat unicanal - Cerințele p/u articole: Cerințe generale**Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 10 mkl-100 mkl . Pasul schimbului diviziunilor: 0,1 µL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; Vol.max ≤ ± 0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; Vol.max ≤ 0,2%. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic.
38	13. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	13. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	33600000-6	1	838	13.2. Dozator semiautomat unicanal - Cerințele p/u articole: Cerințe generale**Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 20 mkl-200 mkl cu metrologie. Pasul schimbului diviziunilor: 0,2 µL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,1%; Vol.max ≤ ± 0,6%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 0,6%; Vol.med. ≤ 0,4%; Vol.max ≤ 0,2%. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic.

39	14. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	Dozator semiautomat unicanal	33600000-6	1	794	14.1. Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 10 mkl-100 mkl cu metrologie. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic.
39	14. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	Dozator semiautomat unicanal	33600000-6	1	794	14.2.Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 20 mkl-200 mkl cu metrologie. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic.
39	14. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	Dozator semiautomat unicanal	33600000-6	2	794	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 100 mkl-1000 mkl cu metrologie. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic.
40	15. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.	15. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.	33600000-6	1500	794	15.1. Test rapid la CK-MB/cTnI/Myo - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).
40	15. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.	15. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.	33600000-6	1000	794	15.2. Test rapid la CRB+hs-CRP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).
40	15. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.	15. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.	33600000-6	1000	794	15.3. Test rapid la D-Dimer - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).
40	15. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.	15. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.	33600000-6	400	794	15.4. Test rapid la HbA1c - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).
40	15. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.	15. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.	33600000-6	125	794	15.5. Test rapid la NT- pro BNP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).
40	15. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.	15. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.	33600000-6	840	794	15.6. Test rapid la PCT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).
40	15. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.	15. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.	33600000-6	25	794	15.7. Test rapid la HCG+β - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).
41	16. Veselă și articole de ustensilă	Hârtie perforată 270 mm x 30 m	33600000-6	100	794	P/u cromatograf Crom-5. Mărime: Latimea 270 mm (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).

Legendă	Unități de
1	Bucată
2	100 b.
3	1000 b.
4	Pereche
5	Set
6	Gram
7	Kilogram
8	Tonă
9	Litru
10	Decilitru
12	Litru spirt
13	Metru
14	Metru
15	Metru cub
16	Curie
17	Carate
18	Kilowatt/o
19	Terajoule
20	Zile
21	Ore
22	Mililitru
23	Kilometru
24	Minută
25	Flacon
26	Tub