

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Reagenților și consumabilelor pentru analizatorul
biochimic automat Cobas c311
prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri

1. **Denumirea autorității contractante:** IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
2. **IDNO:** 1003600150783
3. **Adresa:** MD-2025, mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29
4. **Numărul de telefon/fax:** 022403697
5. **Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:**
www.scr.md/achizitiipublicescr@gmail.com
6. **Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** nu se aplică
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Lot	Denumirea poziției	Cantitatea	U/M	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată
							(se va indica pentru fiecare lot în parte fără TVA)
1	33100000-1	Lot 1. ALT	ALT	9	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	4651,05

2	33100000-1	Lot 2. AST	AST	10	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	5167,83
3	33100000-1	Lot 3. Amilaza	Amilaza	16	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	24292,80

4	33100000-1	Lot 4. Total Bilirubin	Total Bilirubin	17	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	10465,20
5	33100000-1	Lot 5. Urea	Urea	11	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	9405,00

6	33100000-1	Lot 6. Albumin	Albumin	11	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	5459,85
7	33100000-1	Lot 7. Glucoza	Glucoza	7	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	7843,50

8	33100000-1	Lot 8. Proteina Totală	Proteina Totală	11	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	5138,10
9	33100000-1	Lot 9. Creatinina	Creatinina	8	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	3924,00

10	33100000-1	Lot 10. Feritina	Feritina	3	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	20250,00
11	33100000-1	Lot 11. Fe seric	Fe seric	3	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	1593,00

12	33100000-1	Lot 12. LDH	LDH	2	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	1360,80
13	33100000-1	Lot 13. AT III	AT III	1	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	2366,67

14	33100000-1	Lot 14. CK-MB	CK-MB	1	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	770,00
15	33100000-1	Lot 15. Mg	Mg	1	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	675,00

16	33100000-1	Lot 16. CRP	CRP	1	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	5151,96
17	33100000-1	Lot 17. Ca	Ca	1	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	467,10

18	33100000-1	Lot 18. PeciControl ClinChem Multi 1	PeciControl ClinChem Multi 1	1	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	6412,50
19	33100000-1	Lot 19. PeciControl ClinChem Multi 2	PeciControl ClinChem Multi 2	1	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	6412,50

20	33100000-1	Lot 20. PRECICHR OM I/II (at III)	PRECICHR OM I/II (at III)	1	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	2004,17
21	33100000-1	Lot 21. Cfas	Cfas	1	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	1470,83

22	33100000-1	Lot 22. Cfas CK-MB	Cfas CK-MB	1	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	954,17
23	33100000-1	Lot 23. Cfas Proteins (CRP)	Cfas Proteins (CRP)	1	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	5394,00

24	33100000-1	Lot 24. PRECIMAT Chromogen (AT III)	PRECIMAT Chromogen (AT III)	1	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	2458,33
25	33100000-1	Lot 25. NaOH-D (c-pack)	NaOH-D (c- pack)	14	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	4774,00

26	33100000-1	Lot 26. SMS (c-pack)	SMS (c-pack)	3	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	1548,00
27	33100000-1	Lot 27. 9% NaCL Diluent (c-pack)	9% NaCL Diluent (c-pack)	2	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	890,00

28	33100000-1	Lot 28. Detergent 1 NaOH-D (2*1.8 l)	Detergent 1 NaOH-D (2*1.8 l)	8	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim. Setul (2*1.8 l).	6264,00
29	33100000-1	Lot 29. Detergent 2 Acid Wash (2*2,0 L)	Detergent 2 Acid Wash (2*2,0 L)	3	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim. Setul (2*2,0 L).	4776,00

30	33100000-1	Lot 30. Sample Cleaner 1	Sample Cleaner 1	1	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	1140,00
31	33100000-1	Lot 31. ECOtergent cobas c311	ECOtergent cobas c311	25	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	31145,83

32	33100000-1	Lot 32. Cobas sample cup	Cobas sample cup	1	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim. Setul conține 5000 buc.	1749,00
33	33100000-1	Lot 33. Halohen lamp	Halohen lamp	2	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	13108,33

34	33100000-1	Lot 34. ISE Standard low	ISE Standard low	3	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	725,00
35	33100000-1	Lot 35. ISE Standard high	ISE Standard high	3	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	725,00

36	33100000-1	Lot 36. ISE Diluent Gen 2	ISE Diluent Gen 2	2	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	4782,00
37	33100000-1	Lot 37. ISE Internal Standard Gen 2	ISE Internal Standard Gen 2	4	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate si preambalate de la producator. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesara pentru un ciclu de lucru minim.	9564,00

38	33100000-1	Lot 38. ISE Reference Electrolyte Solution	ISE Reference Electrolyte Solution	2	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	1264,00
39	33100000-1	Lot 39. ISE Cleaning solution	ISE Cleaning solution	1	set	Compatibil cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311; Cerințe de calitate: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului); Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. De la deschidere sa fie valabile nu mai puțin de 12 luni. Sigilate și preambalate de la producător. Prezentarea mostrelor în cantitatea necesară pentru un ciclu de lucru minim.	783,00
Valoarea estimativă totală							217 326,53

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

3) Pentru toate loturile;

Argumentare: Consumabilele sunt pentru sistem închis, respectiv, trebuie să fie compatibile cu analizatorul biochimic automat Cobas c 311 și de la un singur producător;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2020, în termen de până la 10 zile de la solicitare.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2020

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile

minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	DUAЕ	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.72 din 30.06.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligatoriu
2	Garanția pentru oferta – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA (F3.2)	Original – (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 – după cum este specificat în Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante;	Obligatoriu
3	Oferta tehnică (F4.1)	Specificații tehnice (F4.1) – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligatoriu
4	Oferta financiară (F4.2)	Specificații de preț (F.4.2) – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice.	Obligatoriu
5	Formularul Ofertei (F3.1)	Formularul ofertei (F.3.1) original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligatoriu
Documente suplimentare de calificare și selecție			
6	Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare	Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatoriu
7	Declarație pe proprie răspundere privind livrarea reagenților și consumabilelor pe parcursul anului 2020, în termen de până la 10 zile de la solicitare	Original – confirmată prin semnătura electronică;	Obligatoriu
8	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante	Copie, certificate de conformitate/declarație de conformitate vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare – conform caietului de sarcini, confirmată prin semnătura electronică;	Obligatoriu
9	Declarație pe proprie răspundere precum că livrarea va avea loc cu respectarea lanțului condițiilor de păstrare și transportare	Original – confirmată prin semnătura electronică;	Obligatoriu
10	Declarație pe proprie răspundere privind termenul de valabilitate restant (la momentul livrării)	Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui 90% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni.	Obligatoriu
11	Declarație pe proprie răspundere privind criteriile de calitate	Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului să conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	
Modalitatea de efectuare a evaluării		Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot;	
Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați		DDP – Franco destinație vămuیت, Incoterms 2013, pe parcursul anului 2020, în termen de până la 10 zile de la solicitare;	

Termen și modalitate de achitare	Prin transfer, în termen de 30 zile, de la data prezentării facturii;
Prezentarea mostrelor	În decurs de 3 zile de la solicitare;
Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă	Maxim 5 zile, de la remiterea acestuia spre semnare

16. Garanția pentru ofertă în valoare de 1% va fi prezentată sub formă de:

- a) *Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei*
- b) *Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:*

Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29

Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448

Codul bancar: MOLMD2X302.

Garanția pentru ofertă se va reține în cazul în care:

- a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;*
- b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;*
- c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei.*

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică. Numărul de runde – 3. Durata rundelor este stabilită de sistem. Pasul minim – 1% din suma totală a lotului fără TVA.

19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Ofertantul va prezenta, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Garanția de bună execuție a contractului va constitui 5% din valoarea totală cu TVA a contractului de achiziții publice.

20. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA, pe lot cu corespunderea cerințelor solicitate

21. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
1	nu se aplică	

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **până la:** *[ora exactă]*/Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md
- **pe:** *[data]*/Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

24. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 60 zile
25. **Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP/
Ofertele întârziate vor fi respinse.
26. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA „RSAP”.
27. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** română
28. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** nu se aplică
29. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
30. **Data (datele) și sursa referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):** nu se aplică
31. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:**nu se aplică
32. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** coform BAP nr.41 din 07.07.2020
33. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:**conform SIAR SAP
34. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

35. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** nu se aplică
36. **Alte informații relevante:** nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:

Natalia GAIBU