

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**privind *Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților
instituțiilor medico-sanitare publice beneficiare
prin procedura de achiziție: Licitatie publică***

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV : 33100000-1

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	cantitatea	valoarea estimativă fără TVA
1.1	sistem complex de revizie de sold cimentat si necimentat	TIJA FEMURALA MODULARA	bucată	COMPONENTA METAFIZARA: -- Sa fie confectionata din aliaj de titan; - Sa fie compusa din 2 segmente: metafizar si diafizar; - Sa fie serile; - Conul 12 / 14mm 1. Segmentul metafizar: - Sa fie disponibile 3 lungimi cuprinse intre 50 – 70mm, increment 10mm - Sa fie disponibile varianta standard cu unghi de 130grd si varianta cu lateralizare cu unghi de 127grd; - Sa aiba inclus capacul de protective; - Sa fie disponibil segment de extensie in doua diametre, cu lungimea de 30mm; - Sa fie disponibil un accesoriu trohanteric ; - Sa permita reglarea anteverseiei la 3600; - Sa prezinte filet interior pentru fixarea impactorului; - Sa existe posibilitatea testarii pozitionarii ansamblului in situ; - Sa aiba suprafata rugoasa; - Sa permita combinarea oricarei componente metafizare cu oricare componenta diafizara. Segmentul diafizar - Sa prezinte optiunea dreapta si curba pentru varianta necimentata si dreapta pentru varianta cimentata; Sa permita testarea pozitionarii in situ atat cu componenta protetica cit si cu componenta de proba metafizara; - Sa prezinte santuri longitudinale pentru imbunatairea osteointegrarii; - Sa permita combinarea oricarei componente diafizare cu oricare componenta metafizara; - Varianta necimentata sa prezinte 12 diametre intre 11 si 22mm, increment 1mm, varianta cimentata sa prezinte 3 diametre; - Varianta necimentata dreapta sa prezinte doua lungimi de 140 si 200mm, cea curba sa fie disponibila lungimea de 200mm - Varianta cimentata sa prezinte doua lungimi: 140mm – dreapta si 200mm – curba; - Fixarea sa se faca cu o cheie dinamometrica si surub de blocare disponibil in doua lungimi; Sa fie sterile.	110	6 936 350,00
1.2	sistem complex de revizie de sold cimentat si necimentat	CAPUL PROTETIC	bucată	Confectionat din aliaj de CoCr; - Conul 12/14mm; - Sa prezinte si varianta de cap excentric cu diametrul de 32 si 36mm; - Disponibile diametre de 28, 32, 36mm; - Disponibile 4 lungimi pentru fiecare diametru; Sa fie steril.	103	

1.3	sistem complex de revizie de sold cimentat si necimentat	CUPA ACETABULARA NECIMENTATA DE REVIZIE	bucată	Confectionata din aliaj de titan printat 3D; - Acoperire titan poros cu structura 3D cu diametrul mediu al porilor de minim 630 microni; - Geometrie externa hemisferica; - Geometrie interna complexa: tronconico-hemisferica; - Sa prezinte sant intern cu rol antirotator si de fixare suplimentara a insertului; - Sa permita convertirea in cupa cu dubla mobilitate prin utilizarea unui adaptor metallic; - Disponibile minim 10 dimensiuni, intre 50 – 80mm; - Sa prezinte o rama craniala prevazuta cu orificii pe care sa se fixeze augmenturi si flanse craniale acetabulare; - Sa prezinte orificii pe toata suprafata; - Sa prezinte orificii pentru fixarea augmenturilor acetabulare; - Sa permita atasarea unui carlig caudal; - Sa includa cirligul claudal;L10	105	
1.4	sistem complex de revizie de sold cimentat si necimentat	CUPA ACETABULARA CIMENTATA CU DUBLA MOBILITATE	bucată	Confectionata din aliaj de otel inox cu continut inalt de azot; - Disponibile 14 dimensiuni, intre 38 si 64mm; - Pe suprafata externa sa prezinte santuri cu rol de fixare suplimentara in mantaua de ciment; - Suprafata externa mata, suprafata interna lustruita; - Geometrie externa hemisferica cu polul aplatizat; Sa fie sterile.	15	
1.5	sistem complex de revizie de sold cimentat si necimentat	INSERTUL ACETABULAR	bucată	Confectionat din polietilena UHMWPE, crosslinkat; - Sa contina vitamina E; - Disponibile 13 dimensiuni; - Disponibile variante neutra, antiluxatie 100 si 200; - Sa permita utilizarea capetelor articulare de 32 si 36mm; Sa fie steril	110	
1.6	sistem complex de revizie de sold cimentat si necimentat	ADAPTOR ACETABULAR METALIC	bucată	Sa fie confectionat din aliaj de otel inox acoperit cu TiNbN; - Sa fie disponibil in 3 dimensiuni care sa acopere intreaga gama de dimensiuni ale cupelor; - Geometrie externa tronconica; - Sa prezinte margine antiluxatie; Sa fie steril	20	
1.7	sistem complex de revizie de sold cimentat si necimentat	AUGMENTUL ACETABULAR	bucată	Confectionat din aliaj de titan; - Disponibile cate 2 grosimi pentru fiecare din cele 10 dimensiuni; - Sa fie ambalata cu suruburile de fixare; - Sa prezinte orificii pentru fixarea suruburilor acetabulare.	50	
1.8	sistem complex de revizie de sold cimentat si necimentat	FLANSA CRANIALA	bucată	Confectionata din titan; - Disponibila in minim 10 dimensiuni; - Sa fie ambalata cu suruburile de fixare; - Prevazuta cu minim 4 orificii pentru suruburi acetabulare.	44	

1.9	sistem complex de revizie de sold cimentat si necimentat	INSERTUL ACETABULAR CU DUBLA MOBILITATE	bucată	Confectionat din polietilena UHMWPE; - Disponibile 3 dimensiuni; - Sa permita utilizarea capetelor articulare de 22 si 28mm; - Sa fie steril.	20	
1.10	sistem complex de revizie de sold cimentat si necimentat	SURUBURILE DE CUPA	bucată	Confectionate din aliaj de titan; - Diametrul 6,5mm; - Disponibile 8 lungimi intre 20 – 60mm; - Sa fie sterile.	240	
1.11	sistem complex de revizie de sold cimentat si necimentat	SET DE INSTRUMENTE IN gratuit IN FOLOSINTA	bucată	Setul de instrumente pentru navigatie computerizata oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. Compatibil cu endoprotezele livrate; 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului; 3. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. Va fi nou (neutilizat) 5.În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului	2	
1.12	sistem complex de revizie de sold cimentat si necimentat	Ferestru oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	bucată	Va corespunde următoarelor cerinte: 1. Compatibil cu endoprotezele livrate 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. Va fi nou (neutilizat) 4. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	4	
1.13	sistem complex de revizie de sold cimentat si necimentat	LAME PENTRU MOTOR OSCILANT	bucată	Va corespunde următoarelor cerinte: 1. Compatibile cu motoare livratelivrate 2. Vor fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului	80	
2	CONURI PENTRU REVIZIA DE GENUNCHI	CONURI PENTRU REVIZIA DE GENUNCHI	bucată	Confectionate din aliaj de titan, printate 3D; - Acoperire titan poros cu structura 3D cu diametrul mediu al porilor de minim 620 micrometri - Sa fie disponibile pentru femur si tibie; - Sa nu contina nichel; - Design conic pentru conurile femurale; - Conurile femurale sa fie disponibile in 4 dimensiuni; - Conurile tibiale sa fie disponibile in 3 variante: conic, cilindric si în treapta; - Conurile tibiale sa fie disponibile in doua dimensiuni pentru conurile cilindrice si în treapta si 3 dimensiuni pentru cele conice; - Sa fie sterile.	40	862000
3.1	Artroplastia monopolară cervico-	Tija humerală	bucată	Tija humerală - din titan, cu unghi de 135 ° - sa poata fi utilizata atit pentru implantare cimentata, cit si necimentata / sau componentă humerală modulară, compusă din partea metafizară din titan, cu unghi de 135 ° și tijă humerală (cimentată din aliaj	5	390482

	cefalică cimentată a umărului			CoCr/CoCrMo și necimentată din titan) - sablata în regiunea metafizara, lisa în porțiunea distală - diametre minim 4 și lungimi de la 120 mm inclusiv - con Morse inversat / sau designul (construcția) conului să fie potrivită care să permită o bună expunere glenei - aripioara laterală prevăzută cu gauri pentru reinsertia elementelor anatomice ; gaura medială cu același scop - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării		
3.2	Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului	Capul humeral	bucată	Capul humeral - livrabil atît în varianta centrată (cu conul Morse în centru) cit și în varianta excentrică (cu conul Morse excentric) - din oțel inox/titan/oțel nitrogenat/oțel CoCr, CoCrMo/ ceramică , cu suprafața polisată - cuplarea cu tijă humerală cu con Morse - disponibile în diametre de 40-54 mm (± 1 mm) și 3 grosimi pentru diametrele uzuale de 46-50 (± 1 mm) (Cerinte obligatorii: -posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiartroplastie, proteza totală anatomică cimentată și ne cimentată) folosind aceeași gamă de implanturi și același instrumentar pentru adaptarea facilă intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicală - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteză în parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	5	
3.3	Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului	Set de instrumente gratuit în folosință	bucată	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.	5	
3.4	Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului	Motor oscilant și reamer în custodie	bucată	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	5	
3.5	Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului	Lame pentru motor oscilant	bucată	Lame pentru motor oscilant	15	
4.1	Proteza totală de sold cu dubla mobilitate	Insert polimeric	bucată	Insert polimeric -Confecționat din polietilenă UHMWPE; -Diametre externe să fie prezente în minim 10 dimensiuni, în gama de dimensiuni de la 40 - 64 mm; - Diametre interioare 22,2, 28 mm; - Să prezinte desing retentiv; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	90	3751800

4.2	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Cap metalic	bucată	Cap metalic -Confecționat din aliaj de CoCr; -Con 12/14 mm; -Minim 4 dimensiuni de lungime pentru capul de 28 mm; Minim 3 dimensiuni pentru capul de 22.2 mm; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	90	
4.3	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Tija femurala cimentata	bucată	Tija femurala cimentata - Sa fie confectionata din aliaj de CoCr sau echivalentul sau; - Profil biconic aplatizat antero-posterior cu sprijin medio-lateral -- Sa fie polisata ;sau mata -Sa prezinte 2 variante si anume standard si cu offset lateralizat; - Sa fie disponibila in minim 8 dimensiuni diferite; - Sa prezinte con 12/14; - Colul sa fie aplatizat pentru evitarea impingement-ului la nivel acetabular - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării -	120	
4.4	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Cupa acetabulara cimentata	bucată	Cupa acetabulara cimentata - Confecționată din aliaj de CoCr sau echivalentul sau; - Polisata la interior; - Suprafata externa polisata; - La exterior sa prezinte santuri pentru fixare mai optima a cimentului; - Diametre externe sa fie prezente in minim 8 dimensiuni; - Sa prezinte instrumentatie comuna pentru implantarea cupei necimentate si cimentate. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	160	
4.5	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Motor oscilant si reamer în custodie	bucată	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	2	
4.6	Proteza totala de sold cu dubla mobilitate	Lame pentru motor oscilant	bucată	Lame pentru motor oscilant	50	
5.1	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TIP BALAMA	Elemente de augementare tibiala compatibilă cu proteza de la UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/TAIWAN	bucată	Confectionate din aliaj de CoCr; -Sa fie disponibile pentru fixare posteroara si distala -Sa fie disponibile cel putin 6 dimensiuni; -Fixarea sa se faca cu surub sau cimentare; -Pentru varianta posteroara sa fie disponibile cel putin 2 grosimi; -Pentru varianta distala sa fie disponibile cel putin 3 grosimi; --Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	27	342900
5.2	PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TIP BALAMA	Motor oscilant si reamer în custodie	bucată	Va corespunde urmatoarelor cerinte: 1. Compatibil cu endoprotezele livrate 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. Va fi nou (neutilizat) 4. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	4	

6.1	Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	Cupa humerala compatibilă cu proteza de la IMPLANTCAST GMBH/Germania	bucată	Baza glenoidala - din titan; minim 2 mărimi. Cerinței obligatorii : cerințe obligatorii - posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiartroplastie, proteza totala - anatomica cimentata si necimentata) folosind același instrumentar pentru adaptarea facila intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicala - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteza in parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	10	282000
6.2	Proteza totala de umar necimentata de tip reverse	Lame pentru motor oscilant	bucată	Lame pentru motor oscilant	10	
7	Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa	Componenta Patelara compatibilă cu proteza de la UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/TAIWAN	bucată	Sa fie confectionata din polietilena ultradensa UHMWPE; - Sa fie disponibile minim 5 diametre; - Modalitatea de implantare cimentata; - Sa prezinte 3 pini; - Sa fie sterila.	1	500
8.1	Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimintat cu cotil dubla mobilitate necimentata	TIJA	bucată	TIJA Confecționată din aliaj de titan; Con 12/14mm; Suprafat sablata osteointegranta; Fara coleret; Să fie conică circumferențială. Sa prezinte proiemninet ascutite pe lungimea tijei; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	16	687232
8.2	Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimintat cu cotil dubla mobilitate necimentata	CUPA	bucată	CUPA Confecționată din aliaj de CoCr sau echivalentul sau; Acoperire prin titan poros, asociat cu HA; Fixare necimentată press-fit; Diametrele externe prezente în minim 10 dimensiuni; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul	16	
8.3	Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimintat cu cotil dubla mobilitate necimentata	Insert	bucată	Insert Confecționată din UHMWPE; Diametrul interior 22, 28mm ; Diametre 44-62 mm; Sa prezinte desing retentiv; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării -	16	
8.4	Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimintat cu cotil dubla mobilitate necimentata	CAP	bucată	CAP Confecționat din aliaj de cobal crom (CoCr) Diametre 22,28 mm; Con interior 12/14mm; Minim 4 marimi de lungime; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	16	
8.5	Proteza totala de sold cu tija de	Set de instrumente gratuit în folosință	bucată	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe	3	

	revisie monobloc necimintat cu cotil dubla mobilitate necimentata			perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.		
8.6	Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimintat cu cotil dubla mobilitate necimentata	Motor oscilant gratis în folosință	bucată	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	3	
8.7	Proteza totala de sold cu tija de revisie monobloc necimintat cu cotil dubla mobilitate necimentata	Lamele pentru motor	bucată	Lame pentru motor oscilant	8	
9.1	Sistem de proteza totala de revizie a soldului	Tija femurală de revizie modular	bucată	Tija femurală de revizie modular - Sa fie confectionata din aliaj de titan, acoperita cu material poros pentru o buna fixare secundara - Dimensiunile sa varieze de la 180 mm la 340 mm cu interval de la 5 la 10mm; - Sa aiba doua componente: proximala si distala, cu multiple posibilitati de combinare, oferind o modularitate crescuta prin combinarea oricarei componente proximale cu orice componenta distala. Componenta proximala -sa fie in doua variante- cilindrica si conica cu minim 5 dimensiuni: de la 60 la 100 mm - Sa prezinte gauri proximale pentru sutura de siguranta cu material nonmetalic. -Sa aiba suprafata rugoasa -Sa prezinte filet interior pentru fixarea impactorului; -Sa prezinte geometrie redusa a gatului pentru a creste gradul de libertate al miscarii -Sa prezinte santuri longitudinale pentru imbunatatirea osteointegrării -Sa existe posibilitatea testării pozitionării ansamblului in situ. Componenta distala -sa fie fara coleret -Sa existe compatibilitate stanga/dreapta -Sa se poate combina cu orice componenta proximala -Sa ofere posibilitatea de reglare a anteversiei, $\pm 40^\circ$. - Componenta distala sa fie: curba si dreapta , cu amprente longitudinale, universale stanga/dreapta, pentru abord endofemural sau transfemural -Sa prezinte posibilitatea de cuplare a oricarui element distal cu orice element proximal indiferent de forma componentelor si de dimensiunea acestora (tija dreapta sau curba, componenta conica sau cilindrica) -Fixarea celor 2 componente sa se faca cu cheie dinamometrica -Pentru componenta distala curba sa se puna la dispozitie 2 suruburi cu $\phi = 4, 9\text{ mm}$ si L între 34mm si 52mm cu increment de 2mm -Sterilizare Componenta distala curba -Sa aiba lungimea ce cuprinde dimensiunile de la 150 – pina la 250 mm lungime si de la 15 si 23mm, cu ϕ de 26mm si 28mm la cererea pe comanda speciala (17 dimensiuni) -Sa prezinte curbura anatomica -Forma octogonala pe sectiune cu aripioare de fixare -Sa prezinte si posibilitatea de blocare distala statica sau dinamica cu suruburi pentru tijele mai mari de la $\phi = 18\text{ mm}$ si L= 200mm -Sa existe posibilitatea	70	6213380

				de zavorare distala cu minim 2 suruburi cu ajutorul unui sistem de ochire modular pentru L 200 respectiv 260 Componenta distala dreapta -Sa aiba diferite lungime, variind de la 130 pina la 250 mm si sa prezinte diametre diferite, variatia fiind intre 15 si 25mm -Sa aiba aripioare de fixare, numarul variind de la 4-8, si sa fie tot mai turtita ventrodorsal functie de diametru - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării		
9.2	Sistem de proteza totala de revizie a soldului	Cupa acetabulara de revizii	bucată	Cupa acetabulara de revizii Sa fie confectionata din tantal sau titan poros, cu structura 3 D. -Porozitatea materialului sa fie de minim 60% -Sa prezinte o elasticitate apropiata de cea tesutului osos; -Sa faciliteze integrarea tesutului osos si a tesuturilor moi , - Dimensiunile porilor sa fie de pina la 550µm, toti porii deschisi; -Materialul sa fie foarte stabil si rezistent la coroziune -Sa poata sa fie gaurit -Sa permita cimentarea unei cupe (un insert) in interiorul acesteia,sau fixare necimentata. -Modalitate de implantare: necimentata -Sa prezinte gauri pentru fixare aditionala cu suruburi - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	70	
9.3	Sistem de proteza totala de revizie a soldului	Insert crosslinked pentru cupa de revizii	bucată	Insert crosslinked pentru cupa de revizii -Modalitatea de fixare sa fie : prin cimentare sau fixare prin blocare in interiorul cupei metalice sau amplasat pe cale necimentata; -Insertul sa fie disponibil in varianta oblica, gradele variind de la 10°-20 °; -Insertul sa fie confectionat din polietilena inalt cross-linkata (5-10 MRad); -Sa prezinte santuri ecuatoriale si polare pentru o buna cimentare in interiorul cupei, in cazul insertului cimentat sau mecanisme de fixare ferma - in cazul fixarii necimentate. -Oferta de baza sa includa insertul cu diametrul interior : 28mm si 32mm -Sa prezinte numar minim de dimensiuni (diametre exterioare) diferite: dimensiuni cuprinse intre 50mm-74mm cu increment de 2mm; -Instrumentarul sa fie complet cu toate probele pentru cupe si inserturi, asezat in cutii rezistente la sterilizari repetate - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	50	
9.4	Sistem de proteza totala de revizie a soldului	Cap femural proteic	bucată	Cap femural proteic, confectionat din aliaj CoCr; Con 12/14 mm; Diametre externe variind fiind 22.2, 28, 32, 36 mm; Cel putin 4 dimensiuni de lungime pentru capuri de dimensiunea 28, 32 mm și 3 dimensiuni de lungime pentru capuri de dimensiunea 22.2 mm; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	70	
9.5	Sistem de proteza totala de revizie a soldului	Tija femurala necimentata de revizie tip monobloc.	bucată	Tija femurala necimentata de revizie tip monobloc.- Confectionată din aliaj de titan; - sa prezinte un numar minim de 10 dimensiuni; - sa fie conica in toate planurile; - sa fie conica circumferential; - sa prezinte microlamele pe toata lungimea si pe toata circumferinta ei pentru o ancorare in tesutul osos; - Suprafat sablata osteointegranta; - Fara coleret; - Sa permita implantarea in orice grad de anteversie; - Tip de con interior cap femural: 12/ 14; - Sa fie sterila.	10	
9.6	Sistem de proteza totala de revizie a soldului	Caja de ranforsare cotil	bucată	Caja de ranforsare cotil -sa fie confectionata din aliaj de Titan; - suprafata rugoasa, sablata ; - sa prezinte 2 aripioare una care se implanteaza in ischion si una care se fixeaza pe	25	

				aripa iliaca; - anatomica cu variante stanga/dreapta; - sa fie disponibila in minim 4 dimensiuni pentru fiecare parte; - sa prezinte gauri pentru fixare cu suruburi pe toata concavitatea implantului; - sa se livreze impreuna cu minim 5 suruburi designate pentru fixarea cajei; - sa se implanteze necimentata; - sa fie posibila cimentarea in interiorul cajei a unei cupe acetabulare cimentate; - sa fie sterila.		
9.7	Sistem de proteza totala de revizie a soldului	Cupa cimentata dubla mobilitate	bucată	Confecționată din aliaj de CoCr sau echivalentul său; - Polisata la interior; - Suprafata externa rugoasa, acoperita prin titan poros asociat cu HA; - Diametre externe să fie prezente în minim 8 dimensiuni - Sa fie sterila.	20	
9.8	Sistem de proteza totala de revizie a soldului	Insert polimeric pentru cupa cu dubla mobilitate	bucată	Confecționat din polietilenă UHMWPE; -Diametre exterioare să fie prezente în minim 8 dimensiuni; - Diametre interioare 22.2, 28 mm; - Sa prezinte desing retentiv; - Sa fie steril.	20	
9.9	Sistem de proteza totala de revizie a soldului	Insert retentiv pentru cupa acetabulara de revizie	bucată	sa fie confectionat din polietilena de tip Crosslink ; - sa prezinte santuri ecuatoriale si polare ; - diametrul interior de 28-32mm; - sa prezinte inel metallic ecuatorial pentru blocarea capului femoral in interiorul insertului; - sa fie sterilizat cu radiatii gamma ; - sa se livreze impachetat steril si individual	5	
9.10	Sistem de proteza totala de revizie a soldului	Șuruburi de cupă	bucată	Șuruburi de cupă - Confecționate din aliaj de Titan - Diametru de 6,5mm - Profil redus - mărimi disponibile 20-50 mm - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	350	
9.11	Sistem de proteza totala de revizie a soldului	Set de instrumente gratuit în folosință	bucată	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.	1	
9.12	Sistem de proteza totala de revizie a soldului	Motor oscilant gratis în folosință	bucată	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	2	

9.13	Sistem de proteza totala de revizie a soldului	Lamele pentru motor	bucată	Lame pentru motor oscilant	25	
10.1	Proteza totala de genunchi complet anatomica	Componenta femurala cimentata	bucată	Componenta femurala cimentata -Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr , cimentata - Variante stanga/ dreapta -Sa prezinte fixarea femurală antirotațională augumentată prin doi pini și o textură specială pentru o bună fixare a cimentului -Deschidere posteroara intercondiliana pentru permiterea implantarii tijelor centromedulare -Design care sa permita flexie de minim 130° -Varianta cu posterostabilizare -Condili femurali posteriori sa fie ingrosati pentru cresterea stabilitatii si evitarea subluxatiei -Sa prezinte congruenta intre raza condililor femurali si insertul tibial -Sant prepatelar accentuat pentru un contact bun patela-femur si reducerea stresului asupra patelei -Sa reproduca distantele antroposterioare native cu minim 18 de profile -Minim 10 dimensiuni pentru fiecare membru in parte -Suprafata articulara sa fie lustruita -Suprafata de implantare sa fie rugoasa - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	70	2804230
10.2	Proteza totala de genunchi complet anatomica	Componenta tibiala	bucată	Componenta tibiala -Sa fie confectionata din aliaj de titan -Sa respecte forma anatomica a tibiei, cu variatii stanga /dreapta -Baza de implantare prin pin de stabilizare cu 2 aripioare laterale destinat cresterii rezistentei si stabilizarii rotationale -Componenta tibiala sa prezinte posibilitatea de suprastabilizare prin atasarea de tije de extensie, in functie de necesitatile intraoperatorii -Profilul platoului tibial sa fie asimetric -Sa prezinte modularitate, dimensiuni uzuale de tibie sa fie compatibile cu minim 3 dimensiuni de femur -Sistem de prindere periferica a insertului de polietilena -Dimensiuni:minim 10 in total pentru fiecare membru in parte -Sa prezinte un dop filetat distal pentru fixarea tijei de extensie - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	70	
10.3	Proteza totala de genunchi complet anatomica	Insert tibial	bucată	Insert tibial -Sa fie confectionat din polietilena UHMWPE -Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa -Sa prezinte modularitate deosebita, dimensiuni uzuale de tibie sa fie compatibile cu minim 3 dimensiuni de femur -Modalitatea de implantare: insert detasabil cu sistem de prindere periferica a insertului, cu elemente de stabilizare mecanica la nivelul piesei tibiale (tip pana) -Dimensiuni multiple: mim 10 inaltimi de inserturi cu crestere de 1mm -Varianta cu posterostabilizare - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării -	70	
10.4	Proteza totala de genunchi complet anatomica	Set de instrumentegratuit în folosință	bucată	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.	2	

10.5	Proteza totala de genunchi complet anatomica	Motor oscilant si reamer în custodie	bucată	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	4	
10.6	Proteza totala de genunchi complet anatomica	Lame pentru motor oscilant	bucată	Lame pentru motor oscilant	65	
11.1	Proteza unicompartimentala de genunchi.	Componentă femurală	bucată	Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr , -implantare cimentata si necimentata -Variante stanga/ dreapta ; - pin de fixare pentru stabilitate -Minim 5 dimensiuni pentru fiecare membru in parte ; -Suprafata articulara sa fie lustruita ; -Suprafata de implantare sa fie rugoasa ; - Sa fie sterila.minim 3 ani de la livrare	10	236640
11.2	Proteza unicompartimentala de genunchi.	Componentă tibială	bucată	Sa fie confectionata din aliaj de CoCr ; -implantare cimentata si necimentata -Sa respecte forma anatomica a hemiplatoului tibial; -Sa prezinte modularitate, dimensiuni uzuale de tibie sa fie compatibile cu minim 3 dimensiuni de femur ; -suprafata articulara sa fie lustruita -Dimensiuni: minim 6 in total pentru fiecare membru in parte ; -Sa fie sterila. Minim 3 ani de la livrare	10	
11.3	Proteza unicompartimentala de genunchi.	Insert de polietilenă	bucată	Insert tibial -Sa fie confectionat din polietilena UHMWPE - Să prezinte minim 5 dimensiuni cu 4 înălțimi de inserturi; -insertul sa fie mobil pe tibie - Sa fie steril.	10	
11.4	Proteza unicompartimentala de genunchi.	Set de instrumentegratuit în folosință	bucată	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.	1	
11.5	Proteza unicompartimentala de genunchi.	Ferestru oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	bucată	Ferestru oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	2	

11.6	Proteza unicompartimentala de genunchi.	Lame pentru motor oscilant	bucată	Lame pentru motor oscilant	10	
12.1	Proteza cimentata de cap radial (modulara)	Proteza cimentata de cap radial (modulara)	bucată	Tija confectionata din aliaj de titan/CoCr pentru implantare cimentata -Sa fie disponibile variatii de lungimi 2-3; - Sa fie steril	10	130000
12.2	Proteza cimentata de cap radial (modulara)	Cap diferite dimensiuni	bucată	Trebuie sa fie confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE de tip cross- link, - Sa fie disponibil in minim 3 dimensiuni la grosimea/innaltimea capului - Sa prezinte variante de diametru exterior intre 16-26 mm in diametru - Sa fie steril	10	
12.3	Proteza cimentata de cap radial (modulara)	Set de instrumente gratuit în folosință	bucată	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. .	1	
13.1	Proteză totală de genunchi necimentat	Componenta tibiala necimentata.	bucată	Componenta tibiala - Sa fie confectionata din aliaj Titan; - Sa fie universală SAU stanga/ dreapta - Profilul platoului tibial sa fie simetric si sa se adapteaza perfect la portiunea proximala a tibiei Să prezinte modularitate, 3 dimensiuni de tibie și de femur să poată fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel, o dimensiune de femur să se poată combina cu 3 dimensiuni de tibie Fixarea insertului de polietilenă pe tibie să se facă prin sistem de prindere -Dimensiuni: minim 5, universale SAU stînga/dreapta - Suprafata de implantare sa fie rugoasa, acoperita cu suprafata osteointegrativa hidroxiapatita,titan poros sau combinatie între ele ; -Modalitatea de implantare necimentata; -Sa permita corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern; Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	50	2000000
13.2	Proteză totală de genunchi necimentat	Componenta femurala necimentata	bucată	Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr , necimentata • Sa fie o componenta anatomica cu 3 raze de curbura • Variante stanga/ dreapta • Sa prezinte optional fixarea femurală antirotațională augmentată prin doi pini și o textură specială pentru o bună fixare a componentului necimentat • Deschiderea posterioara intercondiliana pentru sa permita implantarea tijelor centromedulare • Design care sa permita flexie pana la 130° • Suprafata posterioara acoperita cu hidroxiapatita or titan poros optional combinate. • Sa prezinte congruenta între raza condililor femurali si insertul tibial	50	

				• Sa prezinte minim 5 dimensiuni diferite stanga/ dreapta • Suprafata articulara sa fie lustruita • Suprafata de implantare sa fie rugoasa Sa fie sterila minim 3 ani din momentul livrării		
13.3	Proteză totală de genunchi necimentat	Insert tibial	bucată	Insert tibial - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa - Sa prezinte modularitate deosebită, , astfel o dimensiune de femur să se poată combina cu minim 3 dimensiuni de insert; - Modalitate de fixare prin sistem de prindere - Sa prezinte varianta cu stabilizare posterioara - Să prezinte 4 dimensiuni - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	50	
13.4	Proteză totală de genunchi necimentat	Set de instrumente gratuit în folosință	bucată	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.	1	
13.5	Proteză totală de genunchi necimentat	Motor oscilant si burghiu	bucată	Motor oscilant gratis în folosință 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	2	
14.1	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	Cupa acetabulară necimentata	bucată	Trebuie sa fie confectionata din aliaj de titan acoperita cu titan poros, ce produce porozitate mai mare de 40 % si prezinta grosimea acoperirii de la 300-500 μm (Bile sinterizate pure, Fibra metalica sau Titan poros); - Cupa trebuie sa prezinte forma hemisferica completa; - Sa prezinte mecanism additional de fixare a insertului polimeric in cupa ce previne detasarea si rotatia; -Trebuie sa prezinte diametrele externe să fie prezente în minim 10 dimensiuni;Dimensiunea cupei sa inceapa de la 38 - Trebuie sa accepte inserturi cu interiorul de, 28, 32 mm; - Sa prezinte minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor ; - Sa prezinte 2 suruburi incluse la fiecare cupa livrata, minim 6 dimensiuni de lungime; - Modalitate de implantare trebuie sa fie necimentata, tip press- fit - Sa fie sterila	20	547 100
14.2	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	Insert polimeric crosslink-at	bucată	. Insert crosslink-at - Sa fie confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE de tip crosslink-ata, cu gradul inalt de iradiere, variind între 7 – 10 Mrad	20	

				- Sa accepte capete de 22mm,28mm, 32 mm - Fixarea insertului la cupa metalica trebuie sa se faca prin sistem adițional de blocare al insertului insertului (ex. : proieminete ecuatoriale antirotationale, profil circular, etc.) - Sa fie steril ;		
14.3	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	Cap diferite dimensiuni	bucată	Sa fie confectionat din aliaj de Co-Cr; -Diametrul exterior trebuie sa fie de 22, 28, 32 mm - Minim 4 lungimi de col pentru fiecare diametru; -Trebuie sa prezinte con 12/14 -Sa fie steril.	10	
14.4	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	Cap ceramic	bucată	Cap femoral ceramic -Ceramică de generația a patra (cu incluziuni de zirconiu) ; - Conul 12/14 mm ; - Diametre 28 mm ; - Minim 3 dimensiuni de lungime - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	10	
14.5	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	Tija femurala necimentata	bucată	Confectionata din aliaj de titan. Acoperirea: titan poros (titan plasma spray) in partea metafizara a tijeii; Să prezinte șanțuri longitudinale pe partea diafizara a tijeii; Varianta de offset standard si offset lateralizat; Con 12/14 mm; Cel puțin 10 tipodimensiuni pentru fiecare varianta; Fara coleret; Sa fie sterila; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	10	
14.6	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	Tija femurala necimentată conica	bucată	sa fie confectionata din aliaj de titan , - sa prezinte un numar minim de 10 dimensiuni; - sa se prezinte cel puțin 2 variante la unghiului cervico-diafizar ; - ambele variante sa prezinte offset variabil; - sa fie conica in toate planurile; - sa fie conica circumferential; - sa prezinte microlamele pe toata lungimea si pe toata circumferinta ei pentru o ancorare in tesutul osos; - sa fie acoperita cu titan poros pe toata suprafata acesteia ; - sa permita implantarea in orice grad de anteverisie; - Tip de con interior cap femural: 12/ 14; - Sa fie sterila.	10	
14.7	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	Șuruburi de cupă	bucată	Șuruburi de cupă minim 6 dimensiuni.	20	
14.8	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	Set de instrumente gratuit în folosință	bucată	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.	1	

14.9	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	Ferestru oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	bucată	Ferestru oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	2	
14.10	Proteza totala necimentata pentru sold displazic	Lame pentru motor oscilant	bucată	Lame pentru motor oscilant	20	
15.1	Proteză totală de genunchi cimentat NPS (CR)	Componenta tibiala cimentata.	bucată	Componenta tibiala - Sa fie confectionata din aliaj Titan; - Sa fie universală SAU stanga/ dreapta - Profilul platoului tibial sa fie simetric si sa se adapteaza perfect la portiunea proximala a tibiei Să prezinte modularitate, 3 dimensiuni de tibie și de femur să poată fi combinate între ele, păstrându-se congruența articulară, astfel, o dimensiune de femur să se poată combina cu 3 dimensiuni de tibie Fixarea insertului de polietilenă pe tibie să se facă prin sistem de prindere -Dimensiuni: minim 5, universale SAU stînga/dreapta ; - Modalitatea de implantare cimentata; -Sa permita corecta pozitionare cu ghid centromedular sau extern; Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare	200	4460362
15.2	Proteză totală de genunchi cimentat NPS (CR)	Componenta femurala cimentata NPS	bucată	Sa fie confectionata din aliaj de Co-Cr, cimentata Să prezinte modularitate, o dimensiune de femur să se poată combina cu 3 dimensiuni de tibie • Variante stanga/ dreapta •Sa prezinte 2 pini pentru fixarea femurală antirotațională și o textură specială pentru o bună fixare a componentului cimentat • Deschiderea posterioara intercondiliana pentru sa permita implantarea tijelor centromedulare • Design care sa permita flexie pana la 130° • Sa prezinte congruenta intre raza condililor femurali si insertul tibial • Sa prezinte minim 5 dimensiuni diferite stanga/ dreapta • Suprafata articulara sa fie lustruita Sa fie sterilă minim 3 ani din momentul livrării	200	
15.3	Proteză totală de genunchi cimentat NPS (CR)	Insert tibial NPS	bucată	Insert tibial - Confectionat din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa aiba marginea tibiala anterioara inclinata pentru a evita impingementul la nivelul tendonului patelar in flexia completa - Sa prezinte modularitate deosebită, , astfel o dimensiune de femur să se poată combina cu minim 3 dimensiuni de insert; - Modalitate de fixare prin sistem de prindere - Să prezinte minim 4 dimensiuni de inlatime - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.	200	
15.4	Proteză totală de genunchi cimentat NPS (CR)	Componentă patelară	bucată	Componentă patelară Suprafata articulara confectionata din polietilena cu greutate moleculara ultra inalta (UHMWPE) - Sa fie adaptata la forma zonei trohleare a piesei femurale - Să prezinte 5 dimensiuni - Suprafata de implantare cimentata Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	50	
15.5	Proteză totală de genunchi cimentat NPS (CR)	Set de instrumente gratuit în folosință	bucată	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodă, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de	3	

				instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar.		
15.6	Proteză totală de genunchi cimentat NPS (CR)	Motor oscilant si burghiu	bucată	Motor oscilant si burghiu	6	
15.7	Proteză totală de genunchi cimentat NPS (CR)	Lame pentru motor oscilant	bucată	Lame pentru motor oscilant	200	
16	Ciment ortopedic cu antibiotic dublu viscozitate înaltă	Ciment ortopedic cu antibiotic dublu viscozitate înaltă	bucată	Ciment ortopedic cu antibiotic sa fie disponibil în pachete ce conțin minim 40 grame de pudră ce va conține polimer și monomer sub formă lichidă. - Sa prezintă viscozitate înaltă, indicat pentru fixarea protezelor temporare încărcate cu antibiotic în timpul procedurilor în două etape în cazul infecției articulare periprotetice (IPJ) și fixarea componentelor protetice în timpul intervenției chirurgicale de revizie în urma unui proces septic. - Sa conține oxidul de zirconiu sau sulfatul de bariu în pudra de ciment ca agent radioopac. - Sa conține Gentamicină și Vancomicină. - Sa prezintă o toxicitate redusă și să posede proprietăți hipoalergene. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării.	75	123750
17	Ciment ortopedic cu antibiotic dublu	Ciment ortopedic cu antibiotic dublu	bucată	Ciment ortopedic cu antibiotic sa fie disponibil în pachete ce conțin minim 40 grame de pudră ce va conține polimer și monomer sub formă lichidă. - Sa prezintă viscozitate medie, indicat pentru fixarea protezelor temporare încărcate cu antibiotic în timpul procedurilor în două etape în cazul infecției articulare periprotetice (IPJ) și fixarea componentelor protetice în timpul intervenției chirurgicale de revizie în urma unui proces septic. - Sa conține oxidul de zirconiu sau sulfatul de bariu în pudra de ciment ca agent radioopac. - Sa conține Gentamicină și Vancomicină. - Sa prezintă o toxicitate redusă și să posede proprietăți hipoalergene. - Corespunde standardului ISO 5833. - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 2 ani la momentul livrării.	75	123750
18.1	Proteza temporara (tip ATS) cu antibiotic pentru reviziile septice extinse de genunchi, destinat pentru tratamentul cazurilor cu defecte tibiale severe.	Proteza temporara (tip ATS) cu antibiotic pentru reviziile septice extinse de genunchi, destinat pentru tratamentul cazurilor cu defecte tibiale severe.	bucată	Proteza temporara cu antibiotic de tip tija tibiala augmentata (ATS), dedicat reviziilor septice extinse de genunchi in doua etape, special pentru cazuri cu tratamentul pacienților cu defecte tibiale severe. - Sa prezintă o proteză completă și preformată, de tip tija tibiala augmentata (ATS), gata pentru utilizarea; - Sa fie ca o componenta suplimentara, destinat să fie cuplat cu componenta tibiala a setului de proteza temporara de genunchi care o sa fie utilizata pentru implantare; - Sa fie universală stanga/drepta; - Să fie confecționata din ciment osos (PMMA) cu agent radioopac (BaSO4 sau echivalentul); - Să aibă rezistență mecanică ridicată;	61	915000

				- Suprafața de contact cu componenta tibială să aibă o structură ondulată, dotată cu creștătură cheie, care asigură o posibilitate de cuplare prin slot pe componenta tibială a protezei temporare de genunchi (obligatoriu creștătură cheie pe ATS trebuie să fie compatibilă cu slot pe componenta tibială a protezei temporare de genunchi, care o să fie utilizată); - Modul de fixare cu tibia: să fie prin pivot central cilindric destinat pentru ghidare și stabilizare, cu 2 aripioare laterale destinate creșterii rezistenței și stabilizării rotaționale; - Să fie impregnată cu Gentamicina și Vancomicina; - Să aibă suprafața generală cu structură care asigură eficacitate farmacologică prin eliberare locală ridicată și prelungită a antibioticelor; - Să permită implantarea temporară până la timp de maximum 6 luni. - Să fie disponibil în cel puțin 4 variante, profilul platoului să aibă cel puțin 2 opțiuni de grosime și cel puțin 2 opțiuni de lățime; - Dimensiuni uzuale de ATS să fie compatibile cu minim 2 dimensiuni de componenta tibială a protezei temporare de genunchi care o să fie utilizată; - Modalitatea de implantare cimentată; - Să fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării		
18.2	Set de șabloane gratuit în folosință	Set de șabloane gratuit în folosință	bucată	Setul de șabloane oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu proteze temporare (tip spacer) livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze temporare (tip spacer) existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive), în caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să înlocuiască șabloane deteriorate în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	3	
19.1	Proteza temporară cu antibiotic pentru reviziile septice extinse de genunchi	Proteza temporară cu antibiotic pentru reviziile septice extinse de genunchi	bucată	Proteza temporară cu antibiotic, dedicat reviziilor septice extinse de genunchi în două etape. - Să prezintă o proteză completă și preformată, set din două componente articulare independente (componenta femurală și tibială), gata pentru utilizare; - Să fie universală stanga/dreapta; - Să fie confecționată din ciment osos (PMMA) cu agent radioopac (BaSO4 sau echivalentul); - Să aibă rezistență mecanică ridicată; - Să fie impregnată cu Gentamicina și Vancomicina; - Să aibă suprafața generală cu structură care asigură eficacitate farmacologică prin eliberare locală ridicată și prelungită a antibioticelor; - Să permită implantarea temporară până la timp de maximum 6 luni. - Să fie disponibil în cel puțin 4 tipodimensiuni. - Componenta tibială să aibă un slot (orificiu cheie) care la necesitate (pentru cazuri cu tratamentul pacienților cu defecte tibiale severe) va asigura o posibilitate de cuplare cu o proteză temporară de tip tija tibială augmentată (ATS) și compatibilă cu proteza principală; - Modalitatea de implantare cimentată;	50	772869,16

				- Să fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării		
19.2	Proteza temporara cu antibiotic pentru reviziile septice extinse de genunchi	Set de șabloane gratuit în folosință	bucată	Setul de șabloane oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu proteze temporare (tip spacer) livrate 2. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze temporare (tip spacer) existente în stocul beneficiarului. 3. va fi nou (neutilizat) în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive), în caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să înlocuiască șabloane deteriorate în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului	1	
20.1	Proteza temporara cu antibiotic pentru reviziile septice extinse de sold	Proteza temporara cu antibiotic pentru reviziile septice extinse de sold	bucată	Proteza temporara cu antibiotic, dedicat reviziilor septice extinse de sold în doua etape. - Să fie o proteză completă și preformată, monobloc (tija femurala cu cap), gata pentru utilizarea; - Să include o structură portantă din metal oțel inoxidabil, acoperit cu ciment osos (PMMA) cu agent radiopac (BaSO4 sau echivalentul); - Să aibă rezistență mecanică ridicată; - Să fie impregnată cu Gentamicina și Vancomicina; - Să aibă suprafața generală cu structura care asigură eficacitate farmacologică prin eliberare locală ridicată și prelungită a antibioticelor; - Să permită implantarea temporară până la timp de maximum 6 luni. - Să aibă cel puțin două variante de design. - Fiecare varianta de design sa fie disponibilă în cel puțin 2 lungimi de tija și în cel puțin 3 diametre de cap; - Modalitatea de implantare cimentata; - Să fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării	61	942900,3752
20.2	Proteza temporara cu antibiotic pentru reviziile septice extinse de sold	Set de șabloane gratuit în folosință	bucată	Set de șabloane gratuit în folosință	2	
21.1	Proteza totala necimentata de sold cu cupa universală	Tija femurala necimentata	bucată	Confecționată din material de titan; - Configurație conică (“single taper” sau “double taper”); - Acoperirea: titan poros (titan plasma spray) în partea metafizică a tije; - Disponibilă în minim 10 dimensiuni - Con 12/14 mm; - Offset standard și lateralizat; - Fără coleret; - Să prezinte instrumente ce permit implantarea tije femurale prin abord minim-invaziv; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării; - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleza)	20	592750

21.2	Proteza totala necimentata de sold cu cupa universala	Cupa acetabulară necimentata	bucată	Confecționată din aliaj de titan. - Acoperirea cupei se va efectua prin suprafata poroasa (Bile sinterizate, fibra metalica de titan sau metal poros cu structura 3 D) ; -Sa prezinte mecanism additional intern de fixare a insertului polimeric in cupa; - Să fie prezentă orificii pentru posibilitatea fixarii suplimentare cu suruburi; - Include 2 suruburi - Diametre externe să fie prezente în minim 10 dimensiuni - Sa prezinte instrumente ce permit implantarea cupei acetabulare prin abord minim-invaziv. - Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză)	20	
21.3	Proteza totala necimentata de sold cu cupa universala	Cap ceramic	bucată	Confecționat din aliaj de ceramic de generatia a 4-a (Cu incluziuni de Zirconiu); - Diametre externe sa prezinte 28, 32,36,40 mm; - Con 12/14 mm; - Cel putin 4 dimensiuni de lungime la diametre 32,36,40, si cel putin 3 dimensiuni de lungime la diametul 28 mm; - Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză)	20	
21.4	Proteza totala necimentata de sold cu cupa universala	Insert ceramic	bucată	Confecționat din aliaj de ceramica de generatia a 4-a (Cu incluziuni de Zirconiu); - Diametre interne sa receptioneze capuri ceramice de dimensiuni 32,36,40 mm; - Diametre externe să fie prezente în minim 10 dimensiuni, compatibile cu cupele necimentate - Sa fie steril; - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză)	20	
21.5	Proteza totala necimentata de sold cu cupa universala	Șuruburi pentru stabilizarea suplimentara a cupei d-6,5 lungime de 15-50 mm	bucată	Confectionate din aliaj de titan - Sa prezinte diametre cuprinse intre 5,5-6,5mm - Sa prezinte minim 6 lungimi - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleza)	10	
21.6	Proteza totala necimentata de sold cu cupa universala	Set de instrumente gratuit în folosință	bucată	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. Compatibil cu endoprotezele livrate; 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului; 3. Va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. Va fi nou (neutilizat)	1	

				5.În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului		
21.7	Proteza totala necimentata de sold cu cupa universală	Motor oscilant si alezator gratis în folosință	bucată	Va corespunde următoarelor cerinte: 1. Compatibil cu endoprotezele livrate 2. Va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. Va fi nou (neutilizat) 4. În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului.	3	
21.8	Proteza totala necimentata de sold cu cupa universală	Lamele pentru motor	bucată	Va corespunde următoarelor cerinte: 1. Compatibile cu motoare livratelivrate 2. Vor fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului.	15	
22.1	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Tija femurala necimentata	bucată	Confecționată din material de titan - Acoperire cu titan poros combinat cu hidroxiapatita ce acopera toata suprafata a fijeii, sau doar titan poros prezent in zona metafizara a tijeii protetice; - Tija sa prezinte unul sau mai multe sanțuri metadiafizare - Disponibila in minim 10 dimensiuni - Con 12/14 mm - Offset standart si lateralizat - Fara guler - NB. Sa prezinte instrumente ce permit implantarea tijeii femurale prin abord minim-invaziv posterior.	110	2172500
22.2	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Cupa acetabulara necimentata	bucată	Trebuie sa fie confectionata din aliaj de titan acoperita cu titan poros, ce produce porozitate mai mare de 30 % si prezinta grosimea acoperirii de la 100 pina la 300 nm (Bile sinterizate, Fibra metalica sau Titan Poros) sau confecționată din aliaj de titan, acoperita cu titan poros asociat cu HA ; - Cupa trebuie sa prezinte forma hemisferica completa; - Sa prezinte mecanism robust de fixare a insertului polimeric in cupa (prin degajari ecuatoriale, ciocuri antirotationale sau inel de blocare al insertului); -Trebuie sa prezinte diametrele externe in minim 10 dimensiuni; - Trebuie sa accepte inserturi cu interiorul de 32, 36 mm; - Sa prezinte minim 3 orificii pentru utilizarea suruburilor ; - Sa prezinte 2 suruburi incluse la fiecare cupa livarata, minim 6 dimensiuni de lungime; - Modalitate de implantare trebuie sa fie necimentata, tip press- fit - Sa fie sterila - NB. Sa prezinte instrumente ce permit implantarea tijeii femurale prin abord minim-invaziv posterior.	110	
22.3	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Insert cross-linkat	bucată	Sa fie confectionat din polietilena cu greutate moleculara foarte inalta UHMWPE de tip cross- link. - Sa accepte capete de 32, 36 mm - Fixarea insertului la cupa metalica trebuie sa se faca prin sistem adițional de blocare al insertului insertului (prin degajari ecuatoriale, ciocuri antirotationale sau inel de	110	

				blocare al insertului) - Sa fie steril		
22.4	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Cap femural metalic	bucată	Sa fie confectionat din aliaj de Co-Cr; -Diametrul exterior trebuie sa fie de 32, 36 mm - Minim 4 lungimi de col ; -Trebuie sa prezinte con intern 12/14 ; -Sa fie steril.	110	
22.5	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Set de instrumente gratuit în folosință	bucată	Setul de instrumente oferit gratuit în folosință conform contractului de comodat, va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu endoprotezele livrate 2. va fi oferit pe perioada de la prima livrare a protezelor până la implantarea ultimei proteze existente în stocul beneficiarului. 3. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 4. va fi nou (neutilizat) sau pre utilizat în stare excelentă de utilizare (să nu prezinte defecte sau uzuri excesive) În caz de defecțiune, furnizorul va fi obligat să repare sau să înlocuiască utilajul deteriorat în decurs de 72 ore de la solicitarea scrisă a beneficiarului. 5. Pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. .	3	
22.6	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie	bucată	Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie (pentru fiecare beneficiar)	6	
22.7	Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior	Lame pentru motor oscilant		Lame pentru motor oscilant	52	
	Valoarea estimativă fără TVA	35.288.495,53				

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2026

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22	DA

		din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice ofertate, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (<i>întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini</i>). Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice ofertate vor fi determinate în cumul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrele de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „<i>testare clinică</i>”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe.	
--	--	---	--

		Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice oferite și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător.	
3	Modul de elaborare a Specificației de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 120 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (120 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (120 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	DA

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAЕ și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

17. Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAЕ care se depun în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) sau la solicitarea autorității contractante. Neprezentarea documentelor atrage respingerea ofertei, conform art. 1 7alin. (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Declarație cu privire la termenul de valabilitate	Termenul restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării - original confirmat prin aplicarea	DA

		semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	
12	Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligativ vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligativ cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.	DA
13	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
14	Dovada înregistrării dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale,	Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale,	DA
15	Notă de cerințe obligatorii	Firma cistigatoare este obligata sa asigure tot spectrul de marimi ale protezelor pina la epuizarea completa a stocului pentru a asigura selectarea exacta a marimii necesare si siguranta actului chirurgical. • Înlocuirea implantelor utilizate în maxim 72 ore. • Prezentarea studiilor clinice și statistice din registre internaționale - legate în special de rata de supraviețuire a implantelor respective (oferite). • În cazul unor implante noi, ofertantul desemnat cistigător va fi obligat să asigure	DA

		instruire cu personal calificat cu instrucțiunea scrisă detaliată sau workshop online, sau asistența în timpul intervențiilor chirurgicale (legat de utilizarea instrumentarului specific). • posibilitatea furnizării unor implante în minim de timp posibil în cazul apariției unor situații neprevăzute intraoperator • Produsele oferite la fiecare poziție din lot vor fi de la un singur producător (cu excepția motoarelor oscilante, alizoare și lamele pentru motoare și restrictorul pentru canal femoral). Nu vor fi acceptate produsele oferite de la diferiți producători în cadrul aceluiași lot.	
--	--	---	--

18. Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:

16	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
17	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31.01.2027.	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. __din__.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 31.01.2027.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0,01%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.

24. Modalitatea evaluării ofertelor: per lot cu corespunderea tuturor cerințelor.

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 de zile

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

30. Ofertele întârziate vor fi respinse.

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu**
34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).
36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
37. Data publicării anunțului de intenție: S-a transmis spre publice la data de **06.11.2025**
38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare **06.11.2025**
39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | | |
|--|------------------------------|
| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| Sistemul de comenzi electronice | - |
| Facturarea electronică | Se va utiliza |
| Plățile electronice | Se va utiliza |
40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da_____

se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG