

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 23)
prin procedura de achiziție: Licitatie publică**

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.md; www.capcs.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Nr · Lo t	Denumire Lot	Unitate a de măsură	Cantitate a	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimativ ă	Beneficia r
1	Ecograf stationar de unalta performanta Cardio vascular	bucată	1	Sistem ecografic digital staționar clasa Expert Sistem ecografic de tip stationar APLICAȚII CLINICE general, dedicat aplicațiilor abdominale, ginecologice, musculoscheletale, transcraniale, părți moi, etc; PROBE PORTURI ACTIVI ≥ 4 PROBE TIP 1. Linear/Vascular Frecventa minim între valorile de la maxim 4.5 MHz pînă la minim 13,5.0 MHz Tehnologie pentru aplicații vasculare, MSK; minim 5 frecvențe în modul B, 3 frecvențe în armonici superioare, 3 frecvențe în armonici tisulare diferențiale – 1 bucată Single cristal/ Matricial/ XDclear sau alta tehnologie de ultimă generație care formează o imagine de rezoluție înaltă. 2. Sectorial/Cardio Frecventa minimă între valorile de la maxim 1,8 Mhz pînă la minim 5,0 Mhz Tehnologie pentru aplicații cardio vasculare, TCD: minim 5 frecvențe în modul B, 3 frecvențe în armonici superioare, 3 frecvențe în armonici tisulare diferențiale – 1 bucată Single cristal/ Matricial/ XDclear sau alta tehnologie de ultimă generație care formează o imagine de rezoluție înaltă. Multifrequency da Focus ajustabil: minim 8 trepte Permite lucru cu sondele fără a fi necesar procurarea unui modul pentru scanare Liniar - Single cristal/ Matricial/ XDclear sau alta tehnologie de ultimă generație care formează o imagine de rezoluție înaltă. Liniar cu aplicații microcirculație și musculoschietal (cu frecvență de vîrf minim 18 MHz) Convex tehnologie standarta adult și copii Phased/cardica tehnologie și Phased/Cardiac tip 4D ADINCIMEA DE SCANARE minim între valorile 1 - 49 cm NIVELE DE GRI ≥ 256 POSTPROCESARE da IMAGE MODURI B-mod (2D) - prezentări listate standarte de măsurări incluse da	920 000	SCTO

			B-mod (2D) - doua imagini in Modul B pot fi afisate simultan (si masuratori pot fi realizate pe aceste imagini) da M-mod- prezentari listati standarte de masurari incluse da M-mod color prezentari listati standarte de masurari incluse da M-mod sa poata fi inregistrat in memorie: minimum 8 sec. da 4D cardica modul cu posibilitatea de dotare ulterioara da Harmonic imaging da DOPPLER Tip Color (CF) Pulsativ (PW) Continu (CW) Tisular Afişare frecvență cu posibilitatea de modificare dupa caz da Masuratori sunt posibile (timp, viteza, acceleratie, contur velocitati, ritm cardiac, etc) da Volum ajustabil da Balanta L/R pentru sunet ajustabila da Linia de baza este ajustabila pentru CF si PW da Analiza automata doppler spectral da Scanare oblica cu unghi ajustabil da Doppler tisular (TDI) pentru mod B si mod M da Posibilitate pentru afisaj color de inalta definitie da Persistenta si senzitivitate ajustabile da Optimizare automata a scarii si liniei de baza da Vizualizare in mod dual pentru imaginea in Modul B si cea Doppler da Posibilitate upgradare cu mod de lucru Panoramic da Power Doppler da Duplex da Triplex da FUNCȚIONALITĂȚI INCLUSE Măsurători digitale da Diapazon dinamic selectabil da Focalizare de transmisie ajustabilă da Focalizare de recepție dinamică da Butoane STC disponibile pentru ajustarea gain-ului : verticale si orizontale valabile pe touch monitor s-au consola da		
--	--	--	---	--	--

			Măsurători pe reluarea video da Masuratori posibile (lungime, suprafata, volum, hip-angle etc) da Tehnologie de lucru in regim non doppler pentru studiu circulatie sagvine indiferent de vitezele de curgere care sint prezente (Exemplu B-Flow) da Tehnologie de marire a imaginii fara a pierde din calitatea sau rezolutia imaginii. (Exemplu HD Zoom) da Inversare Stanga/Dreapta trebuie sa fie posibila da Mod masurare automa a grosimei vasului sagvin (IMT) da Mod de masurare Strain rate Ventriculul sting da Ventriculul Drept da Atriu sting da Bucula Cine disponibila da Afisare duala a imaginilor din memoria CINE este posibila da Cel putin 3 frecvente in mod THI da Cel putin 3 frecvente in regim diferential THI da Tehnologia "Compound scanning" da Control unghiului de scanare Minim pentru sonda cardio da Sistemul trebuie sa permita vizualizarea microvasculara cu flux redus da Sistemul trebuie sa dispuna de aplicatie pentru vizualizare avansata a microcalcinatelelor da 2D Speckle tracking-monitorizarea miscarii peretelui cardiac da Tehnologie pentru crea unui cimp de scanare trapezoidal pentru sonda liniara, sau convex deplin pentru sonda cardio (Exemplu Virtual Convex) da FUNCTIE RAPORTARE Sistemul poate crea rapoarte automat da Posibilitate editare raport final de catre utilizator da Posibilitate printare rapoarte da Posibilitate export rapoarte in format PDF da FUNCȚIONALITĂȚI OPTIONALE CE POT FI PROCURATE SEPART DE BENIFICIAR Prezentarea tuturor posibilitatilor pentru tehnologia de 4D cu lista softurilor optionale, si masuratorilor care pot fi realizate. da Prezenta tehnologie de postprocesare pentru Mod 4D, cu posibilitate de crearea a imaginii de inalta rezolutie control lumini, textura, taiere a elementelor care creaza umbra. da 3D Speckle tracking-monitorizarea miscarii peretelui cardiac in volum tridimensional da		
--	--	--	---	--	--

			Posibilitate de ajustare/selectare a hartilor pentru imaginea Strain da Modificarea dimensiunii regiunii de interes in interiorul careia se masoara rigiditatea da Mod de lucru Stress Echo da Functie de confirmare pentru playback automat da Functie de afisare imagini de referinta da Functie de cuantificare pentru miscarea peretelui da Modul de lucru cu agenti de contrast da Posibilitatea de upgrade cu modul pentru lucru cu agenti de contrast atat in mod B cat si mod Color da Functie de ajustare pentru Frame Rate da Postprocesare a imaginilor pe o statie de lucru de la producatorul echipamentului (Exemplu Echo pack) da TRANSDUCTORI "Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor convex (active Single cristal/ Matricial/ XDclear s-au analogic) pentru aplicatii generale ce accepta dispozitiv de biopsie" da Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor linear (active Single cristal/ Matricial/ XDclear s-au analogic) cu aplicatii in vizualizare parti mici si tesuturi moi da Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor linear matricial de inalta frecventa: minim 24 MHz da Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor convex 4D da Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor liniar 4D da Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor phased array pentru aplicatii cardiace 4D da Sistemul are posibilitatea cuplarii unui transductor trans-esofagian da Sistemul are posibilitatea cuplarii unor transductori tip creion da Transductori multifrecventionali, minim 12 frecvente, atit in armonici tisulare cit si diferentiale da PAN/ZOOM imagine în timp real da imagine înghețată da imagine salvata da STOCARE IMAGINI Capacitate hard disc, tip SSD $\geq 500\text{Gb}$ Cine memorie $\geq 950\text{ Mb}$ dupa numarul de cicluri da		
--	--	--	--	--	--

			dupa timpul de scanre da control timpului maxim de salvare da Sistemul trebuie sa dispuna de sistem de achizitie a datelor in format "Raw Data" pentru o prelucrare ulterioara a imaginilor da Stocarea pe DVD sa poata fi realizata in urmatoarele formate: DICOM, JPG, BMP, AVI da DICOM 3.0 da Trebuie sa existe posibilitatea pentru Dicom Storage SCU da Trebuie sa existe posibilitatea pentru Dicom Print SCU da Trebuie sa existe posibilitatea pentru Dicom Storage Commitment SCU, (Optional, cu posibilitatea de dotare ulterior) da Posibilitatea de conectare a unei statii de lucru (Optional, cu posibilitatea de dotare ulterior) da MONITOR FIZIOLOGIC ECG Cablu ECG inclus adult da PACHETE DE ANALIZĂ Cardio da Vascular da Abdomen da General da Musculoscheletal da Transcranial da Parți moi da Altele Să se indice MONITOR VIZUALIZARE, pliabil Diagonala ≥ 23 inch Rezolutia minim 1920x1080px, (FULL HD) Unghi de vizualizare ≥ 175 grade Luminozitate $\geq 300\text{cd/m}^2$ Pe brat articulat da Posibilitate de blocare a bratului articulat al monitorului da DIVIZARE MONITOR da MONITOR DE CONTROL, touch-screen Diagonala ≥ 12 inch Rezolutie touch monitor $\geq 1280 \times 800$ pixel PLATFORAM DE CONTROL Miscarile stinga si dreapta da sus si in sjos, motorizat da Unitatea este echipata cu suport pentru cablurile transductorilor da		
--	--	--	--	--	--

			Unitatea trebuie sa dispuna de sistem de incalzire pentru gel da Unitatea are functia de "Standby" da Unitatea trebuie sa aiba posibilitatea de conectare a unui monitor extern da Unitatea este echipata cu conector pentru sonda creion da Alimentarea 220/230 V - 50/60 Hz da "UPS integrat sau separat destinat pentru mentinerea functionarii dispozitivului in caz de stingere a luminei accidental" da, min. 20 min. Inscriptor DVD RW da Imprimanta alb/negru - 1 bucata da Iesirile sistemului: Conector USB pentru salvarea imaginilor direct pe stick de memorie sau HDD extern – minim 4 porturi USB da Iesire video S-VHS sau DVI-D da Ethernet 100BaseTX da Conector SATA pentru hard-disk da Ecograful sa fie pe roti cu posibilitate de blocare a frinelor pentru fiecare roata separata da. Echipamentul trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale pentru punerea pe piata – se vor prezenta urmatoarele documente: Toate certificatele si autorizatiile trebuie sa fie in termen de valabilitate." "Producătorul trebuie să furnizeze piese de schimb, cel puțin 10 ani de la data livrării. Se va anexa o declarație în acest sens." Da																																					
2	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza	1	<table><tr><td colspan="3">Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza</td><td></td></tr><tr><td>Cod</td><td colspan="2">260200</td><td></td></tr><tr><td>Descriere</td><td colspan="3">Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display monocrom.</td></tr><tr><td>Parametrul</td><td></td><td>Specificația</td><td>28000</td></tr><tr><td>Tip pacient</td><td colspan="2"></td><td>adult, pediatric</td></tr><tr><td>Numărul de canale de procesare</td><td colspan="2"></td><td>3</td></tr><tr><td>Configurația</td><td>Portabil</td><td colspan="2">da</td></tr><tr><td rowspan="2">Derivațiile</td><td>Tip înregistrare</td><td colspan="2">auto și manual</td></tr><tr><td>Sensivitatea</td><td colspan="2">2.5, 5, 10, 20 mm/mv</td></tr></table>	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza				Cod	260200			Descriere	Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display monocrom.			Parametrul		Specificația	28000	Tip pacient			adult, pediatric	Numărul de canale de procesare			3	Configurația	Portabil	da		Derivațiile	Tip înregistrare	auto și manual		Sensivitatea	2.5, 5, 10, 20 mm/mv			SCTO
Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza																																								
Cod	260200																																							
Descriere	Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display monocrom.																																							
Parametrul		Specificația	28000																																					
Tip pacient			adult, pediatric																																					
Numărul de canale de procesare			3																																					
Configurația	Portabil	da																																						
Derivațiile	Tip înregistrare	auto și manual																																						
	Sensivitatea	2.5, 5, 10, 20 mm/mv																																						

					Semnal de calibrare	1 mV, $\pm 3\%$			
					De diagnostic	0.05-150 Hz			
					Filtru muscular	25, 35Hz			
				Gama de frecvență	Filtru frecvență joasă	0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz			
					Filtru frecvență înaltă	20, 40, 100, 150Hz			
					Filtru de rețea	50 Hz			
					Impedanța de intrare	≥ 10 M Ohm			
					Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz	> 100 dB			
					Convertor analog-digital	≥ 12 bit			
					Scurgeri spre pacient prin electrozi	≤ 10 μ A			
					Detector de pacemaker	da			
					Indicator deconectare electrod acustic sau vizual	da			
					Termică	încorporată			
					Mărimea hîrtiei	≥ 60 mm			
					Să se indice numele derivației printate	da			
					Viteza de înscriere	5, 10, 25, 50 mm/s			
					Densitatea imprimarii	8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s			
					Derivațiile înscrise	minim 12			
					Numărul de derivații înscrise simultan	3			
					Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de	da			

					hîrtie cu dispozitivul ECG				
					Display	Grafic	da		
						LCD monochrmon	da		
						Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile	da		
						Marime ecran	≥ 3 inch		
						Rezoluție display	≥ 320x240		
						Numărul de derivații afișate simultan	≥ 6		
					Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului		Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea		
					Ajustarea automată a izoliniei		da		
					Identificarea aritmiei		da		
					Ritmului cardiac	Diapazon	30 - 300 BPM		
						Acuratețea	± 1 BPM		
					Interpretarea	Sistem de interpretare a datelor ECG	da		
						Măsurări	PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR;		
						Timpul interpretării	minim 10 s		
					Alimentarea		220 V, 50 Hz		
					Baterie internă	reîncărcabilă	da		

				Timp operare autonomă		≥ 2 h						
				Protecție defibrilator		da						
				Indicatori vizuali	contact slab sau lipsă de contact	da						
					status sistem	da						
					deconectare alimentare rețea	da						
					baterie descărcată	da						
				Accesorii								
				Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.)		2 set.						
				Hîrtie termică		30 buc.						
				Gel de contact		1 litru						
3	Laringoscop adult cu fibra optica, LED	bucată	1	Laringoscop adult cu fibra optica, LED			6 000	SCTO				
				Cod	110610							
				Descriere	Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinarea și vizualizarea laringelui. Efectuarea de laringoscopii de către secțiile primire urgente, reanimare, anestezie etc.							
				Parametru	Specificație							
				Lamele laringoscop	oțel inoxidabil mat	da						
					tip pacient	adult						
					iluminare	prin fibră optică						
					Lamele tip: McIntosh	da						
					mărimea 2	da						
					mărimea 3	da						
					mărimea 4	da						
					mărimea 5	da						
				autoclavabile la 134°C, 5min.		da						

					≥ 2000 ciluri de sterilizare	da		
				Maner laringoscop	fabricat din metal cromat	da		
					fixarea rapidă cu lamele	da		
					bec cu instalarea în mâner	da		
					diametru mâner standart: 28mm, ±2mm	da		
					Acumulator	acumulator reîncărcabil, cu autonomie de ≥ 3 ore		
				Bec	LED, intensitatea luminei ≥ 2000 lux	da		
					≥ 2.5V	da		
					lumină albă	da		
				Accesorii				
				Încărcător	de la priza de perete 220V, 50Hz	da		
				Trusă	trusă pentru păstrare/depozitarea dispozitivului în funcție de complectația lamelelor solicitate	da		

4	Laringoscop adult standard	bucată	1	Laringoscop adult standard		4200	SCTO	
				Cod	110600			
				Descriere	Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinarea și vizualizarea laringelui. Efectuarea de laringoscopii de către medici ORL, medici de familie în secțiile primire urgente, etc.			
				Parametru	Specificație			
				Lamele laringoscop	oțel inoxidabil mat			da
					tip pacient			adult
					tip iluminare			bec
Lamele reutilizabile tip: McIntosh	da							
mărimea 1	da							

					mărimea 2	da		
					mărimea 3	da		
					mărimea 4	da		
					autoclavabile la 134°C, 5min.	da		
				Mîner laringoscop	fabricat din metal cromat	da		
					fixarea rapidă a lamelelor	da		
					diametru mîner standart: 28mm, ±2mm	da		
					acumulator reîncărcabil, cu autonomie de ≥ 2 ore	da		
				Bec	bec intensitatea pentru lamele mici ≥ 1500 lux, lamele mari ≥ 2000 lux	da		
					≥ 2.5V	da		
					lumină albă	da		
				Accesorii				
				Încărcător	de la priza de perete 220V, 50Hz	da		
				Bec de rezervă	3 buc.	da		
				Acumulator reîncărcabil	1 buc.	da		
				Trusă	trusă pentru păstrare/depozitarea dispozivului în funcție de completația lamelelor solicitare	da		
5	Sistem de radiografie computerizata CR (Computed	bucată	1	Sistem de radiografie computerizată CR (Computed Radiography) În CR se folosește aceeași metodă de lucru ca și radiografia convențională doar că imaginea este fixată pe casetă cu fosfor fotosensibil. Ulterior imaginea cu ajutorul unui scanner este citită și digitalizată. Parametrul Specificația			423300	SCTO

	Radiography), cititor casete digitale cu accesorii		Aplicații Toate examenele radiografice Cititor imagine pe min. 12 biți Descriere Capacitatea buferului pentru casete 1 Transferuri pe oră Min. 70 Dimensiune pixel in regim de radiografie Max 100 μm Dimensiune pixel in regim de mamografie Max 50 μm Conector LAN da Greutate, kg Max 40 kg Alimentare, V 220 V (50-60 Hz) Caseta 35 x 43 cm – 4 un. 1750 x 2150; 3500 x 4300 high resolution Caseta 24 x 30 cm – 4 un. 1200 x 1500; 2400 x 3000 high resolution Caseta 18 x 24 cm – 4 un. 900 x 1200; 1800 x 2400 high resolution Timpul de viață a casetei 2 ani garanție ID pacient Introducere manuală/liste de lucru DICOM da PC Capacitatea de stocare a imaginilor Min. 500 GB Caracteristicile software Prelucrare automată a imaginii, de asigurare a calității imaginii (analiză de bază a imaginii), evidența cantitativă a expunerii, controlul calității sistemului DICOM 3.0 DICOM 3.0: CD IOD, print (SCU), modality worklist, MPPS Interfața PACS, Imprimantă Cerințe speciale: Sistemul de radiografie computerizata (CR), să fie compatibil cu instalația radiologică digitală, model PRS500B (PROTEC GmbH@CO.KG, Germania). Instalarea, punerea in functiune si instruirea personalului medical si tehnic, se va realiza de către agentul economic, în locația de livrare Echipamentele se vor livra cu manuale de utilizare in limba romana. Anul de productie: 2021-2022. Producătorul trebuie să furnizeze piese de schimb, cel puțin 10 ani de la data livrării Se va anexa o declarație în acest sens. Catalogul producătorului/documente tehnice, pe suport hîrtie sau în format electronic		
--	---	--	--	--	--

6	Fotometru de biochimie clinică	bucată	1	Fotometru de biochimie clinică pentru determinări cu punct final și cinetice analizelor de biochimie cu un termostat încorporat. Lungimile de undă ale filtrelor optice: 340, 405, 450, 505, 545 și 600 (sau 650) nm Sursa de lumină: bec halogen cu sistem de protecție Termostat uscat: cu 12 poziții, la 37°C pentru eprubete d=12 mm Imprimantă: termică, cu 20 caractere pe un rând inclusiv grafice Capacitatea de prelucrare: citește, calculează și imprimă rezultatele în 3 sec./tub. Analizorul lucrează în sistem deschis: poate fi programată orice analiză cu orice reactivi, care se pot citi la lungimile de undă menționate (sau apropiate de aceștia).	54000	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
7	Fotometru imunologic	bucată	1	Cititor de microplăci pentru cercetări imunologice. Tip sistem: Sistem deschis Lungimi de undă: de la 300 până la 750 nm Centrul acuratețea lungimii de undă: +/- 2 Sensibilitate: ≤ 0.1 fluor/μm^2 Acuratețe: 2% Precizie: ≤ 0.3 % Linearitatea: +/- 2% Capacitatea de încărcare: de la 3 strupuri de 8/12 godeuri Timpul de măsurare: ≤ 5 sec Sursa de lumină: halogen/xenon Memorie internă. Interfață PC . Imprimantă. Alimentarea - Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz	54000	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
8	Frigider de laborator	bucată	2	Frigider de laborator pentru stocarea și păstrarea regenților și biospecimentelor cu regimuri specifice pentru păstrarea regenților și probelor biologice. Caracteristici principale: - capacitate în interval la 300-360 L - sistem cu temperaturi ajustabile între 2°C și 8°C cu display vizual de temperatură pe exteriorul frigiderului (obligator). Însoțit de certificate metrologic sau certificate de la producător referitor la metrologia termometrului încorporat; - rafturi reglabile; - prevăzut cu cel puțin 5 rafturi; - interior din oțel inoxidabil (opțional, se va da prioritate); - închidere automată a ușii (opțional, se va da prioritate); - dotat cu roțile la baza frigiderului (obligator);	40000	IMSP Institutul de Medicină Urgentă

				- sistem de răcire intern ”no frost” (obligator) - congelator încorporat (sau asociat) cu volum în interval 15-30 L - lacăt cu cheie încorporat în ușa frigiderului Certificat de la producător referitor la conformitatea frigiderului. Certificat de Control Metrologic cu tichetul de control. Se acceptă dispozitive medicale sau echipamente electrice. Pentru dispozitive medicale declarație cu privire la înregistrare sau dovada înregistrării. Pentru echipamente electrice se va prezenta Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM Delarație de la producător prin care se confirmă că dispozitivul medical/ echipamentul electric este destinat pentru stocarea și păstrarea reagenților .		
--	--	--	--	--	--	--

Valoarea estimativă totală fără TVA: 1 529 500 lei

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot.
 - 2) Pentru mai multe loturi.
 - 3) Pentru toate loturile.
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 75 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)
12. Termenul de valabilitate a contractului: 6 luni de la înregistrarea contractelor.
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):
16. Documente **OBLIGATORII** care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.	DA
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA

		Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 120 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (120 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (120 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	DA
Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.			
<u>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAЕ</u>			
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA

8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu <u>indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u>	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni din data instalării/livrării, conform specificație tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana	DA

		împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2021, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Declarație de la ofertant cu privire înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor	cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractant – original, conform modelului atașat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. <i>* Neprezentarea dovezii privind numărul de înregistrare în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, în termenul menționat, servește drept temei de descalificare a ofertei</i> <i>Notă: pentru dispozitivele medicale înregistrate Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta dovada înregistrării (numărul de înregistrare/extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale) până la termenul limită de depunere a ofertelor.</i>	DA

		Notă: *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale și care corespund cerințelor tehnice solicitate.	
Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
19	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectiv și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
20	Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)	1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: 1. Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE 2. Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat 3. Codul fiscal: 1016601000212 4. IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA 5. cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 30.06.2023.	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin. Garanția de bună execuție valabilă până la 31.01.2023

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0,001%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

29. Ofertele întârziate vor fi respinse.

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare pe Mtender.
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis spre publicare la data de 04.11.2022
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 04.11.2022
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da_____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG