

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea Reactive și consumabile de laborator

prin procedura de achiziție contract de mică valoare

1. Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr.16-Pruncul
2. IDNO: 1006601000945
3. Adresa mun. Chișinău sect. Buiucani, str. Ion Pruncul 44
4. Numărul de telefon/fax: 022-61-53-51
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:
p16achizitie@anp.gov.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Instituție publică**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

Nr. lotului	Denumirea reactivelor	U/m.	Cantitatea	Valoarea estimativă al lotului fără TVA
1	Calibrator universal Elical 3 ml pentru anlizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"	flacon	10	2.500,000
2	Canule pentru caugulometru Helena	buc	2500	1.375,000
3	Control pentru determinarea proteinei în urina cu ac. sulfosalicilic (60gr)	buc	4	200,000
4	Emerald HGB lyse RGT 960 ml pentru analizatorul hematologic automat de tip închis "cell-Dyn Emerald 18"	buc	8	12.000,000
5	Emerald cleaner RGT 960 ml pentru analizatorul hematologic automat de tip închis "cell-Dyn Emerald 18"	buc	11	16.500,000
6	Emerald diluent RGT 10l pentru analizatorul hematologic automat de tip închis "cell-Dyn Emerald 18"	buc	11	16.500,000
7	Emerald diluent RGT 10l pentru analizatorul hematologic automat de tip închis "cell-Dyn Emerald 22"	buc	2	3.000,000
8	Emerald HGB lyse RGT 500 ml pentru analizatorul hematologic automat de tip închis "cell-Dyn Emerald 22"	buc	6	27.000,000
9	Eprubete de centrifugat gradate de plastic volum 15 ml	buc	500	442,500
10	HDL LDL calibrator 4x1 ml	ml	4	1.800,000
11	Test pentru Sânge ocult	buc	30	1.260,000
12	Selectra Pro S Rotor (3 buc în set)	buc	2	3.200,000
13	Ser control normal Elitrol I pentru anlizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"	ml	40	2.240,000
14	Ser control patologic Elitrol II pentru anlizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"	ml	40	2.240,000

15	Set p/ru det.Creatininei, cinetica,(100-125 ml) pentru anlaizitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"	ml	1250	1.450,000
16	Set p/u det. ALAT, cinetica ,(125-150 ml) pentru anlaizitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"	ml	1250	760,000
17	Set p/u det. ASAT, cinetica ,(125-150 ml) pentru anlaizitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"	ml	2000	2.640,000
18	Set p/u det. Bilirubinei directe (40-175 ml) pentru anlaizitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"	ml	1750	2.940,000
19	Set p/u det. Bilirubinei totale (40-175 ml) pentru anlaizitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"	ml	1750	2.940,000
20	Set p/u det. Calciului (40-175 ml) pentru anlaizitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"	ml	250	350,000
21	Set p/u det. Cholesterol HDL (40-175 ml) pentru anlaizitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"	ml	400	3.000,000
22	Set p/u det. Cholesterol LDL (40-175 ml) pentru anlaizitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"	ml	400	6.428,000
23	Set p/u det. Cholesterol total (40-175 ml) pentru anlaizitor biochimic c automat de tip închis "Selectra PRO S"	ml	400	440,000
24	Set p/u det. Ferului (40-175 ml) pentru anlaizitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"	ml	250	650,000
25	Set p/u det. Magneziului (40-175 ml) pentru anlaizitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"	ml	200	560,000
26	Set p/u det. Proteinei totala, biuret, (125 ml) pentru anlaizitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"	ml	500	680,000
27	Set de control p/u analizatorul hematologic, 8 parametri pentru analizatorul hematologic automat "cell-Dyn Emerald 22"	set	2	3.600,000
28	Set de control p/u analizatorul hematologic, 8 parametri pentru analizatorul hematologic automat de tip închis "cell-Dyn Emerald 18"	set	2	3.600,000
29	Set p/u det Acidul uric (40-175ml)	ml	400	412,000
30	Set p/u det Alfa-amilaza (40-175ml)	ml	300	1.560,000
31	Set p/u det. Urei cinetca 125-250 ml	ml	1500	2.100,000
32	Set p/u determinarea trigliceridelor pentru anlaizitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"	ml	100	150,000
33	Set p/u. det. Glucozei, cinetică (200ml-250 ml)	buc	800	440,000
34	Solutie acida sistemă 1l pentru anlaizitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"	flacon	1	600,000
35	Soluție concentrata de hipoclorid 0.5% p/u PCE pentru analizatorul hematologic automat "cell-Dyn Emerald 22"	buc	1	600,000
36	Soluție concentrata de hipoclorid 0.5% p/u PCE pentru analizatorul hematologic automat de tip închis "cell-Dyn Emerald 18"	buc	1	600,000
37	Stripuri pentru urina 5 parametri (100 teste in set)	set	40	4.400,000
38	Troponine test rapid calitativ	buc	10	1.000,000
TOTAL LICITAȚIE			X	132.157,500

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitată: În termen de 15 zile de la înregistrarea contractului
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): NU
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Specificația de preț (Oferta)	Original sau copie – conform anexei nr.1, confirmat prin semnătură electronică;	Obligativiu
2.	Specificația tehnică	Descrierea detaliată a serviciilor prestate conform anexei nr.2– confirmat prin semnătură electronică;	Obligativiu
3.	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont – copie, confirmată prin semnătură electronică;	Obligativiu
4.	Dovada înregistrării juridice	Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin semnătură electronică;	Obligativiu
5.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor	Eliberat de către Inspectorul Fiscal; Valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova – copie, confirmată prin semnătură electronică;	Obligativiu
6.	Informații generale despre oferatant	Format liber, confirmat prin semnătură electronică;	Obligativiu
7.	Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice confirmată prin semnătură electronică;	Declarației privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în

		Termenul de valabilitate este cel puțin de 12 luni, începând de la data în care este emis, și se încheie la data expirării termenului de valabilitate. Termenul de valabilitate este cel puțin de 12 luni, începând de la data în care este emis, și se încheie la data expirării termenului de valabilitate.	situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani
8.	Licența de activitate	Copie, confirmată prin semnatura și stampila operatorului economic. confirmată prin semnătură electronică;	Obligativ
9.	Certificat de calitate CE sau echivalent	Copie confirmată prin semnatura și stampila Participantului. confirmată prin semnătură electronică;	Obligativ
10.	Mostre	În decurs de 1 zi după solicitare confirmată prin semnătură electronică;	Obligativ
11.	Adaptarea/calibrarea metodelor la analizator	se va efectua de către furnizorul de reactivi cu prezentarea certificatului de instruire a inginerului de la firma producătoare a analizatorului.. Ambalajul reactivelor trebuie să fie compatibil cu aparatul (sistem închis). confirmată prin semnătură electronică;	Obligativ
12.	Reagentii si calibratorii sa fie insotiti de protocoale si standarde specializate pentru analizator.	Calibratorii și materialele de calibrare trebuie să fie înregistrate în ordinea stabilită în mod obligativ de legislația Republicii Moldova în vigoare și să corespundă cu setul de reagenți, (să fie de la același producător). confirmată prin semnătură electronică;	Obligativ
13.	Declarația pe propria răspundere	Ofertanții vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăpere dotată cu echipament specific). confirmată prin semnătură electronică;	Obligativ

14.	Declarația pe propria răspundere	Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai puțin de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat, etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de prestare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate al produsului confirmată prin semnătură electronică;	Obligatoriu
15.	Instrucțiunile de utilizare a truselor	Să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate inclusiv și în limba de stat. Posibilitate de utilizare în dependentă de reagent de la 200-300mkl pentru o probă. confirmată prin semnătură electronică;	Obligatoriu

17. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz_Nu se aplică
18. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):_): **Licitația electronică în 3 runde, pasul minim – 1%**
19. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului : Nu sunt
20. Ofertele se prezintă în valuta_ Națională lei Moldovenești
21. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.
În cazul în care două sau mai multe oferte sunt echivalente, autoritatea contractantă va aplica suplimentar criteriul cel mai bun raport calitate-preț.
22. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplică
23. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA RSAP
24. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
25. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

26. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

27. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

29. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

30. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

31. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): _ nu se aplică

32. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

33. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat

34. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIAR SAP


35. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
Sistemul de comenzi electronice	NU
Facturarea electronică	DA
Plățile electronice	DA

36. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

37. Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru: _____



Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție										
Obiectul de achiziției: Reactive de laborator și consumabile de laborator Cod CPV-33696500-0										
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri									
	Lotul 1									
33696500-0	Calibrator universal Elical 3 ml pentru anclazitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"							La maxim 3 zile lucrătoare de la solicitarea autorității contractante pe parcursul anului 2023	MD66TRPBAA334110A00814AC	
	Lotul 1 Total									
	Lotul 2									
	Canule pentru caugulometru Helena									
	Lotul 2 Total									
	Lotul 3									
	Control pentru determinarea proteinei in urina cu ac. sulfosalicilic (60gr)									
	Lotul 3 Total									
	Emerald HGB lyse RGT 960 ml pentru analizatorul hematologic automat de tip închis "cell-Dyn Emerald 18"									
	Lotul 5									

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție						
Obiectul achiziției: <i>Reactive de laborator</i> Cod CPV-33696500-0						

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producele	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Lotul 1						
Calibrator universal Elical 3 ml pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"				Calibrator universal Elical 3 ml pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"		
Lotul 2						
Canule pentru caugulometru Helena				Canule pentru caugulometru Helena		
Lotul 3						
Control pentru determinarea proteinei în urina cu ac. sulfosalicilic (60gr)				Control pentru determinarea proteinei în urina cu ac. sulfosalicilic (60gr)		
Lotul 4						
Emerald HGB lyse RGT 960 ml pentru analizatorul hematologic automat de tip				Emerald HGB lyse RGT 960 ml pentru analizatorul hematologic automat de tip		

închis "cell-Dyn Emerald 18"					închis "cell-Dyn Emerald 18"		
Lotul 5							
Emerald cleaner RGT 960 ml pentru analizatorul hematologic automat de tip închis "cell-Dyn Emerald 18"					Emerald cleaner RGT 960 ml pentru analizatorul hematologic automat de tip închis "cell-Dyn Emerald 18"		
Lotul 6							
Emerald diluent RGT 101 pentru analizatorul hematologic automat de tip închis "cell-Dyn Emerald 18"					Emerald diluent RGT 101 pentru analizatorul hematologic automat de tip închis "cell-Dyn Emerald 18"		
Lotul 7							
Emerald diluent RGT 101 pentru analizatorul hematologic automat de tip închis "cell-Dyn Emerald 22"					Emerald diluent RGT 101 pentru analizatorul hematologic automat de tip închis "cell-Dyn Emerald 22"		
Lotul 8							
Emerald HGB lyse RGT 500 ml pentru analizatorul hematologic automat de tip închis "cell-Dyn Emerald 22"					Emerald HGB lyse RGT 500 ml pentru analizatorul hematologic automat de tip închis "cell-Dyn Emerald 22"		
Lotul 9							
Eprubete de centrifugat gradate de plastic volum 15 ml					Eprubete de centrifugat gradate de plastic volum 15 ml		
Lotul 10							
HDL LDL calibrator 4x1 ml					HDL LDL calibrator 4x1 ml		
Lotul 11							
Test pentru Sânge ocult					Sânge ocult		
Lotul 12							

Selectra Pro S Rotor (3 buc în set)					Selectra Pro S Rotor (3 buc în set)			
Lotul 13								
Ser control normal Elitrol I pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"					Ser control normal Elitrol I pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"			
Lotul 14								
Ser control patologic Elitrol II pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"					Ser control patologic Elitrol II pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"			
Lotul 15								
Set p/ru det.Creatininei, cinetica,(100-125 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"					Set p/ru det.Creatininei, cinetica,(100-125 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"			
Lotul 16								
Set p/u det. ALAT, cinetica ,(125-150 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"					Set p/u det. ALAT, cinetica ,(125-150 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"			
Lotul 17								
Set p/u det. ASAT, cinetica ,(125-150 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"					Set p/u det. ASAT, cinetica ,(125-150 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"			
Lotul 18								
Set p/u det. Bilirubinei directe (40-175 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"					Set p/u det. Bilirubinei directe (40-175 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"			
Lotul 19								

Set p/u det. Bilirubinei totale (40-175 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"				Set p/u det. Bilirubinei totale (40-175 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"		
Lotul 20						
Set p/u det. Calciului (40-175 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"				Set p/u det. Calciului (40-175 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"		
Lotul 21						
Set p/u det. Cholesterol HDL (40-175 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"				Set p/u det. Cholesterol HDL (40-175 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"		
Lotul 22						
Set p/u det. Cholesterol LDL (40-175 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"				Set p/u det. Cholesterol LDL (40-175 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"		
Lotul 23						
Set p/u det. Cholesterol total (40-175 ml) pentru analizator biochimic c automat de tip închis "Selectra PRO S"				Set p/u det. Cholesterol total (40-175 ml) pentru analizator biochimic c automat de tip închis "Selectra PRO S"		
Lotul 24						
Set p/u det. Ferului (40-175 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"				Set p/u det. Ferului (40-175 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"		
Lotul 25						
Set p/u det. Magneziului (40-175 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"				Set p/u det. Magneziului (40-175 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S"		

