

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Necesarului de piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2022 etapa II
prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante:** IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
- IDNO:** 1003600150783
- Adresa:** MD-2025, mun.Chișinău, str.N.Testemițanu 29
- Numărul de telefon/fax:** 022 403 697
- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** www.scr.md/achizitiipublicescr@gmail.com
- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP achiziții.md*
- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Instituție medico-sanitară publică
Procedura a fost în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu) – NU, *Ulterior va fi inclus în Planul de achiziții modificat aprobat de MS.*
- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitatea	U/M	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	33100000-1	Lot 1: Furtun de presiune înaltă, pentru bioxid	2	Bucată	Furtun de presiune înaltă, pentru încărcare butelii de bioxid; Pentru bioxid; Ieșire și intrare furtun 3/4G; Presiunea de lucru ≥ 200 bar; Lungime 1-1,5 m; Presiunea maximă ≥ 250 bar; Tresă metalică; Rezistent la îngheț; Garnitura pentru ieșire și intrare furtun - 10 buc; Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 6 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător.	4166,66

2	33100000-1	Lot 2: Reductor de oxigen pentru generator de oxigen OGP 35 (MS4-LR-1/4-D5-AS) (0837 1500 90)	1	Bucată	Pentru aer; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Reglare presiune de ieșire; Presiune maximă intrare 14 bar; Presiunea maximă de ieșire 4 bar; Intrare in reductor - cupla rapidă 4 mm; Ieșire din reductor - cupla rapidă 4 mm; Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 6 luni după instalare piesei. Instalare și verificare la scurgeri de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	3333,33
3	33100000-1	Lot 3: Reductor de aer pentru generator de oxigen OGP 35 (MS4-LR-1/4-D6-AS) (0837 1500 47)	1	Bucată	Pentru aer; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Reglare presiune de ieșire; Presiune maximă intrare 14 bar; Presiunea maximă de ieșire 7 bar; Intrare in reductor - cupla rapidă 6 mm; Ieșire din reductor - cupla rapidă 6 mm; Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 6 luni după instalare piesei. Instalare și verificare la scurgeri de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	3333,33
4	33100000-1	Lot 4: Kit service Plan B ZT 45FF - 8000 ore, Kit service supapa de admisie (2901110100)	1	Set	Compatibil cu compresorul ZT 45FF. Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.	5416,66

5	33100000-I	Lot 5: Valva pneumatica, OGP 35 (1089 0641 34)	5	Bucată	<p>Compatibil cu generatorul de oxigen OGP35.</p> <p>Tensiune de alimentare 24V DC;</p> <p>Presiunea de operare minim 1.5 - 8 bar</p> <p>Intervalul de temperatura minim +5°C - +50°C</p> <p>Diametrul orificiului 4 mm;</p> <p>Dimensiuni:</p> <p>Lungime 100 mm;</p> <p>Lățime 18 mm;</p> <p>Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni după instalare piesei. Să se prezinte copia catalogului care confirmă compatibilitatea piesei oferite. Instalare de către agentul economic câștigător.</p>	16666,67
6	33100000-I	Lot 6: Drill intranasal: curbat ref. code 252571	3	Bucată	<p>Drill intranasal curbat, compatibil cu dispozitivul Karl Storz Unidrive SIII ENT aflat in dotare. Ref. code 252571.</p> <p>Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.</p>	106979,40
7	33100000-I	Lot 7: Miner pentru lampa chirurgicala	6	Bucată	<p>Miner pentru lampa de operatii Merivaara MeriLED L5. REF: 014-002, material miner- PEI (Polieterimida).</p> <p>Autoclavabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. .</p>	10000,00
8	33100000-I	Lot 8: Cablu interconectare pentru instrumente bipolare	1	Bucată	<p>Cablu interconectare instrumente monopolare - electrocoagulatorul Karl Storz Autocon 50 205205. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu</p>	1666,67

					piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	
9	33100000-I	Lot 9: Cablu interconectare electrod netru + electrod netru reutilizabil	1	Bucată	Cablu interconectare electrod netru reutilizabil cu electrocoagulatorul, compatibil cu electrocoagulatorul Karl Storz Autocon 50 205205 20. Electrod netru reutilizabil compatibil cu cablul de interconectare si electrocoagulatorul mentionat. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. .	1320,00
10	33100000-I	Lot 10: Duza pentru videorectoscop	2	Bucată	Duza pentru rectoscop compatibila cu rectoscopul Karl Storz existent in institutie. REF: 40924 B. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	3300,00
11	33100000-I	Lot 11: Insert pentru senzor de flux neonatal, sterilizabil (ref: 8410179)	10	Set	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Babylog VN500. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	58700,00
12	33100000-I	Lot 12: Senzor de oxigen (ref: 6640044)	7	Bucată	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. MAQUET, Servo-i, Servo-U. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea	23916,67

					compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	
13	33100000-I	Lot 13: Senzor de oxigen (ref: 396200)	2	Bucată	Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. HAMILTON C1. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	19583,33
14	33100000-I	Lot 14: Cablu IBP pentru utilizarea cu traductor tip B Braun	15	Bucată	Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	12500,00
15	33100000-I	Lot 15: Acumulator 14.4V 36Wh	3	Bucată	Compatibil cu Monitorul Pulsion, PiCCO2 PC8500. Produs în 2022. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Anul de producere 2022. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	33500,00
16	33100000-I	Lot 16: Upgrade software și hardware pentru analizatorul Luminex 200	1	Bucată	Compatibil cu analizatorul Luminex 200. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Efectuare upgrade de către furnizor. Certificat de conformitate european.	29700,00

17	33100000-1	Lot 17: Set acumulatori pentru injector Comecer IRIS	1	Set	Compatibil cu injectorul COMECER IRIS. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Instalare de către furnizor. Certificat de conformitate european.	29700,00
18	33100000-1	Lot 18: Set acumulatori pentru PDU Mediso	1	Set	Compatibil cu PDU Mediso. Anul producerii - 2022. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Instalare de către furnizor. Certificat de conformitate european.	29700,00
19	33100000-1	Lot 19: Set filtre și membrană p-u Cobas C311	1	Set	Compatibil cu analizatorul Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	4166,67
20	33100000-1	Lot 20: Acumulator 12V, 7,2Ah	36	Bucată	Ref: GP1272. Termen de garantie 24 luni din momentul livrării. Produs în 2022. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	14256,00
21	33100000-1	Lot 21: Cablu pentru diatermie compatibil cu sistemul de vitreotomie CONSTELLATION Vision System, reutilizabil.	3	Bucată	Compatibil cu sistemul de vitreotomie <i>Alcon CONSTELLATION Vision System</i> , reutilizabil. Lungimea minim 3 metri, suprafața din silicon flexibil, cu izolarea interconectorilor electrice. Conform recomandărilor	4950,00

					producătorului. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	
22	33100000-1	Lot 22: Lampă pentru sistemul de vitrectomie CONSTELLATION Vision System cu instalare și resetare contor	2	Bucată	Compatibil cu sistem pentru vitrectomie ALCON CONSTELLATION Vision System . Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	55440,00
23	33100000-1	Lot 23: Modulul de alimentare pentru ultrasonograful Acuson X300 Siemens, Ref: 10429578, X300 PE DC/DC_128CH	1	Bucată	Cu instalare și calibrare. Compatibil cu ultrasonograful Siemens Acuson X300 . Conform recomandărilor producătorului. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	66000,00
24	33100000-1	Lot 24: Transductor endocavitar EC9-4	1	Bucată	Compatibil cu ultrasonograful Siemens Acuson X300 . Diapazonul frecvența de lucru 4 – 9 MHz. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	116187,50

25	33100000-1	Lot 25: Sistem pentru ecoghidare pentru transductor endocavitar EC9-4	1	Bucată	Compatibil cu ultrasonograful Siemens Acuson X300, Transductor endocavitar EC9-4 și cu acele pentru biopsie 18G/1,2mm cu lungimea 240mm (ref: 6030.24.) Confectionat din metal, autoclavabil. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	16666,67
26	33100000-1	Lot 26: Cabu ECG Trunk IEC1 pentru AXIOM Sensis XP, Ref: 66 44 533	1	Bucată	Compatibil cu AXIOM Sensis XP și masa angiografului Artis Zee Biplane, SIEMENS. Lungimea 3,8 m, 16 pini, pentru 10 electrozi. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	13200,00
27	33100000-1	Lot 27: Acumulator pentru pedala wireless XRay FSW, Siemens Artis Zee Floor	1	Bucată	acumulator P/N: 04787789. Compatibil cu angiograful Artis Zee Floor, SIEMENS. Cu instalare și calibrare. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	8250,00
28	33100000-1	Lot 28: Set de acumulatori pentru sistemul de neuronavigare BrainLAB Curve, P/N:19908-83	1	Set	Set din doi acumulatori. Instalare și calibrările necesare. Compatibil cu sistemul de neuronavigare BrainLAB Curve. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de	28718,25

					conformitate european.	
29	33100000-1	Lot 29: Transductor transesofagian pediatric PET- 508MA pentru Toshiba Artida SSH-880CV	1	Bucată	Compatibil cu ultrasonograful Toshiba Artida SSH-880CV. Diapazonul frecvența de lucru 3 – 6.5 MHz, unghiul câmpului de scanare 90°.Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	450000,00
30	33100000-1	Lot 30: Transductor transesofagian adult PET- 511BTM pentru Toshiba Artida SSH-880CV	1	Bucată	Compatibil cu ultrasonograful Toshiba Artida SSH-880CV. Diapazonul frecvența de lucru 3 – 6.5 MHz, unghiul câmpului de scanare 90°.Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	321666,70
31	33100000-1	Lot 31: Corp filtru DP 10" MONO și Nipel 1/2" alamă	10	Set	Nipel 1/2" alamă pentru interconectare -1 bucată. Corp filtru DP 10" MONO -1 bucată. Dimensiuni de asamblare 1/2", Pentru cartuș filtru pentru apă din polipropilena 2,5x10", Presiunea maximă de lucru 8 bar, Temperatura maximă de lucru 40°C. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.	3712,50
32	33100000-1	Lot 32: Cartuș filtru pentru apă din polipropilena 2,5x10" 1mkm	100	Bucată	Dimensiuni 2,5x10", Temperatura maximă de lucru 40°C, Debit minim 9 litri/minut, Timpul de viață minim 10000 litri. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.	3300,00

33	33100000-1	Lot 33: Cartuș filtru pentru apă din polipropilena 2,5x10" 5mkm	100	Bucată	Dimensiuni 2,5x10", Temperatura maximă de lucru 40°C, Debit minim 9 litri/minut, Timpul de viață minim 10000 litri. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.	3300,00
34	33100000-1	Lot 34: Cartuș filtru pentru apă din polipropilena 2,5x10" 10mkm	100	Bucată	Dimensiuni 2,5x10", Temperatura maximă de lucru 40°C, Debit minim 9 litri/minut, Timpul de viață minim 10000 litri. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.	3300,00
35	33100000-1	Lot 35: Cablu S-Video	1	Bucată	Cablu cu 2 conectori de tip S-Video male, Lungimea 10-15 metri, Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.	495,00
36	33100000-1	Lot 36: Camera pneumatica din latex pentru tonometru mecanic	20	Bucată	Compoatibile cu tonometrele Dr.Frei aflate în dotarea spitalului.	1666,66
37	33100000-1	Lot 37: Pompa pentru tonometre	21	Bucată	Compoatibile cu tonometrele Dr.Frei aflate în dotarea spitalului.	1767,50
38	33100000-1	Lot 38: Cablu HDMI - DVI	1	Bucată	Cablu cu 1 conector de tip HDMI male, 1 conector de tip DVI male sau 2 conectori de tip HDMI male și 1 adaptor DVI. Lungimea 10-15 metri, Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.	500,00

39	33100000-1	Lot 39: Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C	1	Bucată	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref.(010013181)	12830,40
40	33100000-1	Lot 40: Kit mentenanță 1 an	1	Bucată	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL, Garantie 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	28017,00
41	33100000-1	Lot 41: Gel garnitură ușă	3	Bucată	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	3564,00
42	33100000-1	Lot 42: Level Controller, DC 10-35V, FTL20-012D	2	Bucată	Compatibil cu Sterilizator Selectomat PL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref.:(010085038).	9900,00
43	33100000-1	Lot 43: Valva de control pneumatica, 24VDC	2	Bucată	Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: VUVG-L10-P53C-T-M7-1P3	9166,67
44	33100000-1	Lot 44: Element încălzitor compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP)	2	Bucată	Compatibil cu Autoclave (sterilizator cu abur) model (CLG 40L-LDVP). Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau	6666,67

					confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. (Art Nr. 22001)	
45	33100000-1	Lot 45: Tub pentru pompa (lubricant pump) pentru mașina de spălat, MAT LD 2314	4	Bucată	Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.	6766,67
46	33100000-1	Lot 46: Garnitura usa (Silicone door gasket) - Plusteam TBT 1L	4	Bucată	Pentru Sterilizator Plusteam 1L TBT. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.	28512,00
47	33100000-1	Lot 47: Termoelement incalzitor Plusteam TBT 1L	2	Bucată	Pentru Sterilizator Plusteam 1L TBT. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.	10890,00
48	33100000-1	Lot 48: Comutator pneumo-hidraulic, Plusteam TBT 1L	2	Bucată	Pentru Sterilizator Plusteam 1L TBT. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.	13266,00
49	33100000-1	Lot 49: Tub pentru pompa (detergent pump) pentru mașina de spălat, MAT LD 2314	2	Bucată	Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.	3383,33
50	33100000-1	Lot 50: Ulei pentru pompă vacuum, ISO VG 100	10	Litrii	Ulei pentru pompe de vacuum, calitate superioară, ISO VG 100	2083,33

51	33100000-1	Lot 51: Recipient de evacuare (cod 24006)	1	Bucată	Pentru autoclavul CLG-40L. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.	10000,00
52	33100000-1	Lot 52: Carcasa de sus (ref: 1001-20-00134)	1	Bucată	Compatibil cu dispozitivul pentru plasmofareză DigiPla 80. Reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	4083,33
53	33100000-1	Lot 53: Carcasa fata (ref: 1001-20-00137)	1	Bucată	Compatibil cu dispozitivul pentru plasmofareză DigiPla 80. Reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	4083,33
54	33100000-1	Lot 54: Supor pentru salina (ref: 1001-20-00137)	1	Bucată	Compatibil cu dispozitivul pentru plasmofareză DigiPla 80. Reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	11333,33
55	33100000-1	Lot 55: Detector de aer (ref: 1001-30-00391)	1	Bucată	Compatibil cu dispozitivul pentru plasmofareză DigiPla 80. Reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de	3333,33

					conformitate european.	
56	33100000-I	Lot 56: Cântar (ref: 1001-20-00157)	1	Bucată	Compatibil cu dispozitivul pentru plasmofareză DigiPla 80. Reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	13083,33
57	33100000-I	Lot 57: Potentiometer 1K 1.5W 10% L.25%10G (ref: 07755531), Siemens Atris Zee Beplane	3	Bucată	Cu instalare și calibrarea sistemului la piesa schimbată. Compatibil cu angiograful Siemens Atris Zee Beplane. Reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	8750,00
58	33100000-I	Lot 58: Cant potentiometer (ref: 05769968), Siemens Artis Zee Floor	1	Bucată	Cu instalare și calibrarea sistemului la piesa schimbată. Compatibil cu angiograful Siemens Atris Zee Floor. Reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	21333,33
59	33100000-I	Lot 59: Tilt potentiometer (ref: 05769968), Siemens Artis Zee Floor	1	Bucată	Cu instalare și calibrarea sistemului la piesa schimbată. Compatibil cu angiograful Siemens Atris Zee Floor. Reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	17916,67

60	33100000-1	Lot 60: PRINTER ASSEMBLY (ref: 10324892)	2	Bucată	Compatibil cu analizatorul EAB Siemens RapidPoint500. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	10395,00
61	33100000-1	Lot 61: Bobină cilindrică pentru emiterea undelor șoc la Modulith SLK cu instalare și resetare contor	1	Bucată	Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Garanție 1000000 șocuri, în cazul defectării înainte de termen, bobina va fi înlocuită din contul furnizorului. Termenul de livrare 30 zile din momentul solicitării. Conform recomandărilor producătorului. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. certificat de conformitate european.	335940,00
62	33100000-1	Lot 62: Cablu flex	100	Bucată	7 pini, pasul 0,5 mm, lungimea 230 mm	8333,33
63	33100000-1	Lot 63: Upgrade cu ventilație neonatală pentru Evita V600	3	Bucată	Upgrade cu ventilație neonatală pentru dispozitivele de ventilație Drager Evita V600 aflate în dotarea instituției cu instalare și toate lucrările aferente necesare.	181785,00
64	33100000-1	Lot 64: Supapa de expirare, reutilizabilă (ref: 8415296)	3	Bucată	Compatibil cu analizatorul dispozitivele de ventilație Drager Evita V600. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	17955,00

65	33100000-I	Lot 65: Senzorul de debit ISO15 (ref: 8411130)	6	Bucată	Compatibil cu analizatorul dispozitivele de ventilare Drager Evita V600. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	28050,00
66	33100000-I	Lot 66: Cablu senzorului de debit (ref: 8416600)	3	Bucată	Compatibil cu analizatorul dispozitivele de ventilare Drager Evita V600. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	16845,00
67	33100000-I	Lot 67: Circuit respirator reutilizabil (N/P) (inclusiv piesa Y, reutilizabilă)	6	Bucată	Compatibil cu analizatorul dispozitivele de ventilare Drager Evita V600 cu configurația neonatal ventilation. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	84270,00
68	33100000-I	Lot 68: Camera umidificatorului MR 340 (N/P) (ref: 8411047)	6	Bucată	Compatibil cu umedificatoarele tip Fisher & Paykel. Termen de garantie 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.	44340,00
69	33100000-I	Lot 69: Placă și soft-uri pentru activarea CWD - Doppler Continu la Logiq S7 ref: H46482LH/55077 43	1	set	Cu instalare și calibrare. Compatibil cu ultrasonograful GE Logiq S7 XDClear. Conform recomandărilor producătorului. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității	51666,67

					cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	
suma estimativă						2 519 568,59

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot *;
 - 2) Pentru mai multe loturi *;
 - 3) Pentru toate loturile *;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
12. Termenii și condițiile de livrare solicitate: în termen de 30 de zile din momentul solicitării.
13. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2022
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	DUAE	În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; <u>În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă.</u>	Obligativiu
2	Garanția pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA	Garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante sau garanție prin scrisoare bancară (conform anexei nr. 9 din Documentația de atribuire) – <i>confirmate prin aplicare semnăturii electronice pentru platforma achiziții.md.</i> <i>*Notă: În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile</i>	Obligativiu

		<u>de la data deschiderii se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.</u>	
3	Specificații tehnice	Conform anexei nr. 22 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
4	Specificații de preț	Conform anexei nr. 23 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
5	Cerere de participare	Conform anexei nr. 7 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligatori
6	Declarație privind valabilitatea ofertelor	Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice <i>*Notă: Conform prevederilor pct. 53 Anexa nr. 1 al Ordinului MF115/2021, temernul pentru valabilitatea ofertelor se calculează din momentul termenului limită de depunere a ofertelor (data deschiderii inclusiv).</i> În cazul în care se va indica un termen mai mic (inclusiv data în declarație va fi greșită, oferta va fi descalificată).	Obligatori
Documente suplimentare de calificare și selecție			
6	Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare	Copie, emis de Agenția Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligatori
7	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standarde relevante	1) Certificatele CE (pentru loturile unde în specificație e indicat Certificat CE) vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare, valabile - copii, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice; 2) Declarație de conformitate sau document echivalent (pentru loturile la care nu este indicat în specificație certificatul CE) – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; 3) Catalogul producătorului / prospecte / documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice (vor fi prezentate în limba română sau rusă) – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; *Corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză; * În ofertă se va indica codul produsului oferit și pagina din catalog pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	Obligatori

8	Declarație pe propria răspundere privind asigurarea garanției pentru bunurile livrate și instalate	Termenul de garanție conform specificației tehnice, Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;	Obligativu
Prezentarea mostrelor		În decurs de 5 zile de la solicitare	
Modalitatea de efectuare a evaluării		Cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot;	
Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați		Pe parcursul anului 2022, în termen de 30 de zile din momentul solicitării;	
Termen și modalitate de achitare		Prin transfer, în termen de 30 zile, după livrarea fiecărei partide cu prezentarea facturii;	
Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă		Maxim 5 zile, de la remiterea acestuia spre semnare	
<p>În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitiipublicescr@gmail.com sau pe suport de hârtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice.</p>			
<p>Notă: În cazul în care documentele ofertelor nu vor avea aplicată semnătura electronică, acestea vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. Oferta și documentele suplimentare de calificare și selecție vor fi semnate electronic. În cazul în care pe acte este aplicată semnătura altei persoane decât a administratorului atunci se va încărca/prezenta și procura sau orice act prin care s-a împuternicit persoana pentru a aplica semnătura electronică pe ofertă.</p>			

17. **Garanția de bună execuție a contractului:** 5% din suma contractului.
18. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate)** Termenul de depunere a ofertelor va constitui 30 de zile în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (6) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice.
19. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** nu se aplică
20. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** -
21. **Ofertele se prezintă în valuta** lei MDL
22. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:** cel mai mic preț fără TVA, pe lot - cu corespunderea cerințelor solicitate.
23. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:** -
24. **Termenul limită de depunere:** conform informației din SIA RSAP, platforma achiziții.md
25. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:** Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP, platforma achiziții.md

26. **Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile**
27. **Locul deschiderii ofertelor:** SIA RSAP, platforma achiziții.md. Ofertele întârziate vor fi respinse.
28. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:** Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
29. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:** limba română.
30. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:** nu
31. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
32. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):** -
33. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** nu se aplică.
34. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** Nr. 78 din 04.10.2022
35. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** conform SIA RSAP, platforma achiziții.md.
36. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	da
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	da
Plățile electronice	da

37. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):** Jurnalul JOUE nr. 2022/S 199-567628 din 14.10.2022
38. **Rechizitele bancare pentru garanții:**

Garanția de bună execuție în cuantum de 5% prin transfer la contul autorității contractante sau garanție prin scrisoare bancară.

***Notă:** În cazul în care se va depune scrisoare de garanție bancară atunci în termen de maxim 2 zile de la data semnării contractului se va prezenta originalul scrisorii la sediul IMSP SCR „Timofei Moșneaga”.

conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: *IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29*

Denumirea Băncii: OTP BANK SA, Chișinău

Codul fiscal: 1003600150783

Contul de decontare: IBAN – MD57MO2251ASV96476607100

Codul bancar: MOBBMD22

Garanția pentru ofertă se v-a reține în cazul în care:

- a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
- b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;
- c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei.

Conducătorul grupului de lucru:



Alexandru Ferdohleb