

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA REOFERTARE

În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru
(ocds... 23084 din 12.08.2025) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-
1721649223084 din 07.10.2024 „privind încheierea acordului-cadru - Dispozitivelor medicale cu coduri
generice pentru anii 2025-2027

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV : 33100000-1

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificația tehnică deplină solicitată				Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimativă fără TVA
15-23084	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază) 130600	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici de bază)				Bucata	6	88800
		Cod	130600					
		Descriere	Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată.					
		Parametrul			Specificația			
		Caracteristici generale	Tipul		Cu un canal			
			Display	LCD				
				posibilitatea de ajustare a luminozitatii				
			Mîner încorporat		obligatoriu			
		Display	Date afișate	Viteza de infuzie	obligatoriu			
				Volumul de infuzie	obligatoriu			
				Timpul de infuzie	obligatoriu			
				Timpul pînă la final de infuzie	obligatoriu			
				Mărimea seringei	obligatoriu			
				Nivelul de ocluzie	obligatoriu			
				Rata KVO	obligatoriu			
				Data, ora	obligatoriu			
				Nivelul de încărcare a baterii	obligatoriu			
				Evenimente	obligatoriu			
				Alarme	obligatoriu			
		Proprietățile pompei	Rata fluxului	diapazon	0.1 - 999 ml/h			
				Pasul de incrementare	≤ 0.01 mL/h			
			Dozarea bolusului	diapazon	min. 0.01 - 1800 ml/h			
			Rata KVO		diapazon min. 0.01 - 3 ml/h			
			Acuratețea		≤2%			

			Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători		min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători
			Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă		obligatoriu
			Seringi acceptate		5, 10, 20, 30, 50, 60
			Detectare automată a seringii		obligatoriu
			Nivelul presiunii de ocluzie maxime		min. 4 nivele
			Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv		minim IP24
		Moduri de infuzie	Rata de perfuzie		obligatoriu
			Dozarea în timp		obligatoriu
			Modul crescător și descrescător		obligatoriu
		Alarme și indicatori	Ocluzie		obligatoriu
			Eroare de sistem		obligatoriu
			Seringă goală		obligatoriu
			Perfuzia pe sfârșite		obligatoriu
			Baterie descărcată		obligatoriu
		Alarmă sonoră	Volum reglabil		obligatoriu
			Buton mod silențios		obligatoriu
		Jurnalul de evidență	Evenimente stocate	Butoane apăsate	obligatoriu
				Coduri de eroare	obligatoriu
				Alarme	obligatoriu
				Medicamente injectate	obligatoriu
				Cantitatea infuzată	obligatoriu
Setări	obligatoriu				
Bolus solicitat	obligatoriu				
Alimentarea	Rețea electrică	220 V, 50 Hz	obligatoriu		
	Baterie internă	Reîncărcabilă	obligatoriu		
		Timp de operare	≥ 5 h la 5 mL/h		
Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată					

		Suport	sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie		obligatoriu					
		Seringi	50 ml		100 buc. , să se indice codul produsului oferit					
		Circuite	circuit de interconectare a seringii		100 buc. , să se indice codul produsului oferit					
16-23084	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate) 130610	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate)					Bucata	15	270000	
		Cod	130610							
		Descriere	Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată.							
		Parametrul				Specificația				
		Caracteristici generale	Tipul			Cu un canal				
			Display			LCD				
						posibilitatea de ajustare a luminozitatii				
			Posibilitate de amplasare într-o coloană cu fixare			obligatoriu				
		Display	Date afișate	Viteza de infuzie		obligatoriu				
				Volumul de infuzie		obligatoriu				
				Timpul de infuzie		obligatoriu				
				Timpul pînă la final de infuzie		obligatoriu				
				Mărimea seringii		obligatoriu				
				Producatorul seringii		obligatoriu				
				Nivelul de ocluzie		obligatoriu				
				Rata KVO		obligatoriu				
				Data, ora		obligatoriu				
				Nivelul de încărcare a baterii		obligatoriu				
				Evenimente		obligatoriu				
				Alarmer		obligatoriu				
			Rata fluxului	diapazon		0.01 - 999 ml/h				

		Proprietățile pompei		Pasul de incrementare	$\leq 0.01 \text{ mL/h}$			
			Dozarea bolusului	diapazon	min. 1 - 1800 ml/h			
			Rata KVO		diapazon min. 0.01 - 3 ml/h, cu pas de incrementare 0.1 ml/h			
			Acuratețea		$\leq 2\%$			
			Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători		min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători			
			Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă		obligatoriu			
			Seringi acceptate		2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60			
			Detectare automată a seringii		obligatoriu			
			Nivelul presiunii de ocluzie maxime		min. 75 - 880 mmHg			
					min. 9 nivele			
			Posibilitate de adăugare în bibliotecă alte denumiri medicamente		obligatoriu			
			Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv		minim IP23			
		Moduri de infuzie	Rata de perfuzie		obligatoriu			
			Dozarea în timp		obligatoriu			
			Modul crescător și descrescător		obligatoriu			
			Dozarea micro-perfuzie		obligatoriu			
		Alarmer și indicatori	Ocluzie		obligatoriu			
			Eroare de sistem		obligatoriu			
			Seringă goală		obligatoriu			
			Perfuzia pe sfârșite		obligatoriu			
			Baterie descărcată		obligatoriu			
		Alarmă sonoră	Volum reglabil		obligatoriu			
			Buton mod silențios		obligatoriu			
			Numărul de evenimente memorate		min. 1000			
		Jurnalul de evidență	Evenimente stocate	Butoane apăsate	obligatoriu			
				Coduri de eroare	obligatoriu			
				Alarmer	obligatoriu			

				Medicamente injectate	obligatoriu				
				Cantitatea infuzată	obligatoriu				
				Setări	obligatoriu				
				Bolus solicitat	obligatoriu				
		Alimentarea	Rețea electrică	220 V, 50 Hz	obligatoriu				
			Baterie internă	Reîncărcabilă	obligatoriu				
				Timp de operare	≥ 10 h la 5 mL/h				
		Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată							
		Suport	sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie		obligatoriu				
		Seringi	50 ml		100 buc. , să se indice codul produsului oferit				
		Circuite	circuit de interconectare a seringii		100 buc. , să se indice codul produsului oferit				

125.1-23084	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate 260210	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici avansate			Bucata	5	62155
		Cod	260210				
		Descriere	Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color.				
		Parametrul		Specificația			
		Tip pacient		adult, pediatric			
		Numărul de canale de procesare		3			
		Configurația	Portabil	da			
		Derivațiile	Tip înregistrare	auto și manual			
			Sensivitatea	2.5, 5, 10, 20 mm/mv			
			Semnal de calibrare	1 mV, ± 3%			
		Gama de frecvență	De diagnostic	0.05-150 Hz			
			Filtre musculare	obligatoriu			
			Filtre frecvență joasă	obligatoriu			
			Filtre frecvență înaltă	obligatoriu			
			Filtru de rețea	50 Hz			
		Impedanța de intrare		≥ 10 M Ohm			
		Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz		> 110 dB			

		Convertor analog-digital		≥ 16 bit			
		Scurgeri spre pacient prin electrozi		$\leq 10 \mu A$			
		Detector de pacemaker		da			
		Indicator deconectare electrod acustic sau vizual		da			
		Imprimantă	Termică	încorporată			
			Mărimea hîrtiei	≥ 60 mm			
			Să se indice numele derivației printate	da			
			Viteza de înscriere	5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s			
			Densitatea imprimării	8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s			
			Derivațiile înscrise	minim 12			
			Numărul de derivații înscrise simultan	3			
			Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG	da			
		Display	Grafic, LCD TFT color	da			
			Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile	da			
			Marime ecran	≥ 3 inch			
			Rezoluția	$\geq 320 \times 240$ pix			
			Numărul de derivații afișate simultan	≥ 6			
		Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere)		da			
		Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului		Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea			
		Ajustarea automată a izoliniei		da			

		Identificarea aritmiei		da
		Ritmului cardiac	Diapazon	30 - 300 BPM
			Acuratețea	± 1 BPM
		Interpretarea	Sistem de interpretare a datelor ECG	da
			Măsurări	PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR;
			Timpul interpretării	minim 10 s
		Alimentarea		220 V, 50 Hz
		Baterie internă	reîncărcabilă	da
		Timp operare autonomă		≥ 3 h
		Protecție defibrilator		≥ 400 J
		Indicatori vizuali	contact slab sau lipsă de contact	da
			status sistem	da
			deconectare alimentare rețea	da
			baterie descărcată	da
		Accesorii		
		Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.)		2 set.
		Hîrtie termică		30 buc.
		Gel de contact		1 litru
130.1-23084	Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici de baza 260230	Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici de baza		
		Cod	260230	
		Descriere	Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan, cu display color.	
		Parametrul	Specificația	
		Tip pacient	adult, pediatric	
		Numărul de canale de procesare		12
		Configurația	Portabil	obligatoriu
		Derivațiile	Tip înregistrare	auto și manual
			Sensivitatea	2.5, 5, 10, 20 mm/mv

			Semnal de calibrare	1 mV, $\pm 2\%$			
		Gama de frecvență	De diagnostic	0.05-150 Hz			
			Filtru muscular	25, 35Hz			
			Filtru frecvență joasă	0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz			
			Filtru frecvență înaltă	20, 40, 100, 150Hz			
			Filtru de rețea	50 Hz			
		Impedanța de intrare		≥ 50 M Ohm			
		Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz		> 100 dB			
		Convertor analog-digital		≥ 16 bit			
		Scurgeri spre pacient prin electrozi		≤ 10 μ A			
		Detector de pacemaker		obligatoriu			
		Indicator deconectare electrod acustic sau vizual		obligatoriu			
		Imprimantă	Termică	încorporată			
			Mărimea hîrtiei	≥ 110 mm			
			Să se indice numele derivației printate	obligatoriu			
			Viteza de înscriere	5, 10, 25, 50 mm/s			
			Densitatea imprimării	8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s			
			Acuratețea	$\pm 5\%$ (axa x), $\pm 5\%$ (axa y)			
			Derivațiile înscrise	minim 12			
			Numărul de derivații înscrise simultan	3, 6, 12			
			Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG	obligatoriu			
		Display	Grafic, LCD TFT color	obligatoriu			
			Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile	obligatoriu			

			Marime ecran	≥ 7 inch			
			Rezoluția	≥ 800x480 pix			
			Numărul de derivații afișate simultan	12			
		Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG	Ethernet / USB / SD card	obligatoriu			
		Format date ECG	BMP / JPG / GIF / PDF / XML / DICOM	obligatoriu			
		Memorie	≥ 200 înregistrări ECG	obligatoriu			
		Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator		obligatoriu			
		Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului		Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea			
		Ajustarea automată a izoliniei		obligatoriu			
		Identificarea aritmiei		obligatoriu			
		Ritmului cardiac	Diapazon	30 - 300 BPM			
			Acuratețea	± 1 BPM			
		Interpretarea	Sistem de interpretare a datelor ECG	obligatoriu			
			Măsurări	PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR;			
			Timpul interpretării	minim 10 s			
		Alimentarea		220 V, 50 Hz			
		Baterie internă	reîncărcabilă	da			
		Timp operare autonomă		≥ 2 h			
		Protecție defibrilator		≥ 400 J			
		Indicatori vizuali	contact slab sau lipsă de contact	obligatoriu			
			status sistem	obligatoriu			
			deconectare alimentare rețea	obligatoriu			

			baterie descărcată	obligatoriu					
		Accesorii							
		Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.)			≥ 2 set.				
		Hîrtie termică			≥ 30 buc.				
		Gel de contact			≥ 1 litru				
154.1-23084	Tensiometru Adult cu fonoendoscop 260710	Tensiometru Adult cu fonoendoscop					Bucata	50	7458,5
		Cod	260710						
		Parametrul	Specificația						
		Descriere	Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov						
		Tip pacient	adult						
		Caracterisitici tehnice	pomă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice						
			manșetă						
			tonometrul și manșeta separate						
			tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice						
		Parametri tehnici	limite de măsurare 0 - 300 mm Hg						
			Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg						
				Fonoendoscop	da, separat de manseta				
148.1-23084	Termometru mecanic 260600	Termometru mecanic					Bucata	200	6666
		Cod	260600						
		Parametrul	Specificația						
		Descriere	Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman						
		Material	făr de mercur						
		Rezoluție	0.1 grade						
		Acuratețe	0.1 grade						
		Descrierea	Afișare 35.0°C-42.0°C						

Valoarea estimativă fără TVA: 476 244,50 LEI

Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:

Potrivit prevederilor pct. 45 al Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2020, *elementele care pot face obiectul reofertării în cadrul acordului cadru, se vor referi la:*

- *preț care poate fi modificat numai în sensul îmbunătățirii acestuia (spre micșorare);*
- *caracteristici tehnice, nivel calitativ și de performanță fără modificarea producătorului și țării de origine menționate în Acord.*

Notă: Ca răspuns la INVITAȚIA DE PARTICIPARE LA REOFERTARE, nu vor fi luate în considerare pentru atribuirea contractelor subsecvente:

- *ofertele transmise de operatorii economici care nu au semnat acordul-cadru;*
- *ofertele transmise de operatorii economici semnatori ai acordului-cadru cu prețul unitar mai mare decât cel din Anexa 1 – Lista cu tarifele unitare - la Acordul cadru.*

9. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

10. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru

11. Documente OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea sau completarea neconformă a documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru oferit (de exemplu s-a solicitat ecran Touch screen color se oferă ecran Touch screen color pagina 13). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei	DA
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din	DA

		<i>Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	
5	Declarație privind valabilitatea ofertei (45 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.	DA
6	Garanția pentru ofertă	- 2 % din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 30 zile, - de 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezentat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (45 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor	DA
7	Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice	DECLARAȚIE privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, conform modelului atașat- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire	DA
8	Notă:	Vor fi atribuite în contracte subsecvente doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	

12. Garanția pentru ofertă va fi solicitată în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA,

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor la etapa de reofertare în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

13. Garanția de bună execuție a contractului subsecvent, cuantumul 5% din suma totală a contractului subsecvent.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică pasul minim 0.01%

14. Ofertele se prezintă: în lei.

15. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.

16. Modalitatea evaluării ofertelor: per lot la cu corespunderea tuturor cerințelor.

17. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

18. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

19. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 de zile

20. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

21. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

22. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

23. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

Data publicării anunțului de intenție În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

24. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG