

## Caiet de sarcină

### Lucrări de reparare a compresorului Atlas Copco al stației de producției oxigenului de 54mc

Nr.	Dispozitiv	Lucrări de reparație	Preț cu TVA
1	Lucrări de reparare a compresorului Atlas Copco GA 75VSD (s/n: API 235159, anul producerii 2020) al stației de producției oxigenului de 54mc, producător Inmatec	<p><b>Defect depistat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Eroare sistem, invertorul compresorului defect.</li><li>2. Eroare sistem de ventilarea defect, oprirea sistemului, supraîncălzire motor.</li></ol> <p><b>Lucrări necesare:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Înlocuirea Invertor Drive 126 KVAARC-D130-S+, compresor Atlas Copco-GA 75VSD Plus.</li><li>2. Înlocuirea ventilator FAN 400V, 50Hz pentru sistemul de răcire al uleiului compresor Atlas Copco GA 75VSD Plus.</li></ol> <p>Toate piesele înlocuite vor rămâne în proprietatea IMSP SCM „Sfânta Treime”.</p> <p>Toate piesele vor fi instalate, ajustate, calibrate de către ofertant.</p> <p>Se va oferi o garanție minim de 12 luni pentru toate piesele oferite și pentru toate lucrările îndeplinite.</p>	2 00 000

#### ACTE OBLIGATORII:

1. Certificat privind atestarea tehnico-profesională a inginerului care va efectua deservirea pentru modelul de dispozitiv solicitate;
2. Certificat de instruire de la producător sau de către alt organism autorizat de către producător pentru inginerului angajat pe modelul, care atestă că specialistul are cunoștințe necesare pentru procedura de mentenanță, reparare a dispozitivului;

#### CERINȚE GENERALE:

1. Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui;
2. Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii;
3. Timpul de reacționare de la chemarea inginerului pînă la 24 ore și soluționare problemei nu mai mult de 72 ore;
4. La finalul lucrărilor prestatorul de servicii, mentenanță va întocmi un act de predare-primire, Raport de Service sau Proces Verbal în care se vor menționa operațiunile efectuate, piesele utilizate și care va fi semnat de bioinginer local,

șef secție, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului;

5. Prestatorul se obliga sa ofere garanție lucrărilor efectuate pe o perioada de cel puțin 12 luni de la data întocmirii raportului de servis.

## **CONTROLUL PRIN VERIFICARE A ECHIPAMENTELOR MEDICALE**

- evaluarea parametrilor definatorii de securitate, prin examinare și testare;
- evaluarea parametrilor definatorii de performanță, prin examinare și testare;

### **Cerințe față de dispozitivele reparate:**

1. Garanție lucrărilor de reparație efectuate, minim 12 luni.
2. Testarea, verificarea dispozitivului după îndeplinirea lucrărilor de reparație.

15.05.2024

Șef Departament Inginerie Biomedicală și TI Palii Valeriu

Palii