

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____							
Denumirea procedurii de achiziție: Licitație deschisă							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
33100000-1	Aparat oftalmologic cu tehnologie de lumină regulată pulsatoare intensivă				<p>Aparat oftalmologic cu tehnologie de lumină regulată pulsatoare intensivă :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utilaj conceput pentru tratamentul disfuncției glandelor meibomiene de orice etiologie. - Rezultat rapid 0-15 zile - Tehnologia utilizată să fie IRPL (intense regulated pulse light- lumină intensă regulată și în impulsuri) - Dimensiunile sa nu depășească 350 mm x 330 mm x 450 mm - Greutatea netă ≤ 12kg - Nivelul de zgomot ≤ 56 dBA - Consumul de energie electrică ≤ 550 VA - Să nu necesite preancălzire - Să poată fi poziționat pe orice suprafață. 		

