

DISPOZITIVELE PENTRU DIALIZĂ ÎNAINȚATE PENTRU DESERVIRE EXTERNĂ PENTRU ANUL 2023

Tabel nr. 1 Lista dispozitivelor de dializă

Nr.	Denumirea generică	Denumirea comercială	Cantitatea	Unitate de măsură	Descrierea lucrărilor	Lucrări efectuate			Total, fara TVA
						Pentru un dispozitiv	Pentru o vizită	Total	
1	Sistem de purificare a apei	Fresenius Medical Care AG & Co. Aqua B 750	1	Buc.	<p>Vizita 1: Mentenanța sistemului de curățire a apei</p> <ul style="list-style-type: none"> - Înlocuirea componenteii coloanei de nisip ,instalarea și ajustarea sistemii de dirijare. - Înlocuirea componenteii coloanei de cărbune ,instalarea și ajustarea sistemii de dirijare. - Înlocuirea membranelor de pe stația de osmoză. - Dezinfecția si inclocuirea inelului de permeat 				
					<p>Vizita 2:Verificarea tehnică de siguranță anuală (conform protocolului de producător)</p>				
2	Dispozitiv pentru dializă acută	Fresenius Medical Care AG & Co. multiFiltrate	1	Buc.	<p>Vizita 2:Verificarea tehnică de siguranță anuală (conform protocolului de producător)</p>				

3	Dispozitiv pentru dializă.	Fresenius Medical Care AG & Co. 4008 B	5	Buc.	Vizita 2: Verificarea tehnică de siguranță anuală (conform protocolului de producător)				
4	Sistem de mixare a soluțiilor	Fresenius Medical Care AG & Co. Granumix 107 S	1	Buc.	Vizita 2: Verificarea tehnică de siguranță anuală (conform protocolului de producător)				
TOTAL									65000

Tabel nr. 2 Caiet de sarcină pentru deservirea **dispozitivelor de dializă acuta**

Documente obligatorii	
Certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului dispozitivului	Da
Cerințe generale	
Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui	Da
Toate intervențiile vor fi înregistrate în „ jurnalul de gardă ” și „ fișa de deservire ” și în documntele ulterioare specifice lucrării	Da
Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii	Da
La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului	Da
Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua o dată pe an, ce vor include și verificările tehnice de siguranță	Da
Mentenanța corectivă	
Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului	Da
Agentul economic va efectua repararea dispozitivului	Da
În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar	Da

Tabel nr. 3 Caiet de sarcină pentru deservirea **dispozitivului de filtrare a apei**

Documente obligatorii	
Certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului dispozitivului	Da
Cerințe generale	
Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui	Da
Toate intervențiile vor fi înregistrate în „ jurnalul de gardă ” și „ fișa de deservire ” și în documntele ulterioare specifice lucrării	Da
Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii	Da
La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului	Da
Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua de două ori pe an, ce vor include verificările tehnice de siguranță, lucrări de dezinfecție a inelului de apă pură și schimbarea filtrelor	Da
Mentenanța corectivă	
Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului	Da
Agentul economic va efectua repararea dispozitivului	Da
În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar	Da

Tabel nr. 4 Caiet de sarcină pentru deservirea **dispozitivului de mixare a soluțiilor**

Documente obligatorii	
Certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea pentru modelul sistemului dispozitivului	Da
Cerințe generale	
Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui	Da
Toate intervențiile vor fi înregistrate în „ jurnalul de gardă ” și „ fișa de deservire ” și în documntele ulterioare specifice lucrării	Da
Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii	Da
La finalul lucrărilor prestatorul de servicii va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, director, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului	Da
Lucrările de mentenanță preventivă se vor efectua o dată pe an, ce vor include verificările tehnice de siguranță	Da
Mentenanța corectivă	
Agentul economic va efectua diagnosticarea dispozitivului	Da
Agentul economic va efectua repararea dispozitivului	Da
În caz că vor fi necesare piese de schimb vor fi achiziționate suplimentar	Da