

## Caracteristicile tehnice ale testelor pentru determinarea echilibrului acido-bazic pentru aparatul EPOC

1. Sistemul trebuie să fie complet portabil și să includă o baterie reîncărcabilă pentru o soluție complet portabilă
2. Să efectueze un panou pînă la 12 teste pe un singur card
3. Calibrarea cardului de măsurare în mod automat
4. Reactivile nu trebuie să fie păstrate în condiții speciale
5. Volum mic de probe de sînge – pînă la 100 mcl

### Meniu de teste:

Ph	Na	Cl	Hct
Hct			
Pco2	K	Glu	
Po2	Ca	Lac	

Valori calculate – BE(b) , BE (ECF), cSO<sub>2</sub>, cHgb, cHCO<sub>3</sub>, cTCO<sub>2</sub>

### Cerințe față de participanți:

1. Certificat de la producător pentru compatibilitatea reactivelor cu sistem pentru determinarea gazelor în sînge
2. Mentenanța gratuită
3. Ingineri cu certificat de instruire de la producător
4. Certificate de calitate de la producător pentru fiecare lot nou de reactivi

Șeful Laboratorului Clinico-Biochimic

 Briceag Elena

11.07.2019