

13.03.24
025 1600

Anexa nr. 1
la Regulamentul cu privire la achizițiile
publice de valoare mică

**ANUNȚ DE PARTICIPARE
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

privind achiziționarea «Consumabile aneografice»
prin procedura de Achiziție cu costuri mici conform SIA RSAP M-Tender

Denumirea autorității contractante: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**

1. IDNO: 1003600152606
2. Adresa: mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1
3. Numărul de telefon/fax: (022) 250-809, Cristina Colbasiuc- Serviciu achiziții publice.
4. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@urgenta.md <http://www.urgenta.md>,
5. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: **documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.**
6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Nu e cazul.**
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr/ord	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	U/M	Cantit	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1.	Set introducător puncție radială	33111730-7	buc	20	Set introducător pentru puncție arterială radială compus din: teacă, dilatator, mini-ghid, valvă hemostatică, robinet tridirecțional, ac de puncție arterial, bisturiu. Material: teacă –PTFE. Acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru re ducere posibilității de traumare a vaselor sanguine; mini-ghid din oțel inoxidabil de 0,018”, 0,021” sau 0,025”; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; ac de puncție arterială de 18 G, 20 G sau 21 G.. Teacă cu diametru de 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr Lungime: 8 cm, 11 cm,23cm. Ghid ului 45cm si 80cm. Teacă acoperire hidrofilică 70%.	4040,00
2.	Teacă ghid lung	33111730-7		20	Vârf flexibil și atraumatic. Material: poliuretan cu strat intern de PTFE, cu împletirea din oțel inoxidabil	19 160,00

			buc		<p>încorporat și amestec optim de nailon durabil, rezistență ridicată la kinking și răspuns optim la torsiune.</p> <p>radiopacitate sportă,</p> <p>Segment de aliniere coaxială</p> <p>Forme: STR,MPA,MPC,MPD,HS,R DC,J,JR,IM,VTBL,Contra,H</p> <p>Diametre interne obligatorii: 6 Fr - 0,070"; 7 Fr- 0,078-0.080" ; 8 Fr 0.088-0.090". 9Fr - 0,098"</p> <p>Lungime obligatorii: 55cm, 90 cm sau 95</p>	
3.	Arc ghid de diagnostic standard hidrofilic	33111730-7	buc	20	<p>Componente: : nitinol superelasic acoperit cu o "jacheta" hidrofilic;Construcție dintr-o singura piesa, permitand torque-control 1:1 Varf usor conic, netraumatic;Radioopacitate crescuta;Curbura distala : dreapta, angulata, .Dimesiuni obligatorii Diametre: 0,035"; 0,038" Lungimi disponibile obligatorii: 150cm(+/-5cm) 260cm(+/-5cm), 180cm(+/-5cm); Lungimea partii flexibile 10mm (+/-2mm), 30mm (+/-5mm), 50mm (+/-10mm), 80mm (+/-10mm). (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)</p>	15 000,00
4.	Arc ghid de diagnostic superstiff	33111730-7	buc	20	<p>Constuctia ghidului este neteda cu arcuri spiralate format din otel inoxidabil, acoperire din PTFE virf atraumatic.</p> <p>Configurații vârfe diferite.</p> <p>Cerinte minime obligatorii Lungimi: 150cm, 180 cm, 260 cm Diametru de 0,035" si 0,038"</p>	10 700,00
5.	Catetere diagnostic angiografie	33111730-7	buc	30	<p>Virf atraumatic radioopac.</p> <p>Material neylon pebax.</p> <p>Rezistent la indoire și grad ridicat de manevrabilitate și împingere.</p> <p>Stabilitate termica la temperatura corpului.</p> <p>. cu posibilitate de a produce debite mai mari la presiuni mici .</p> <p>Compatibilitate cu ghid:</p>	8 100,00

					0,038". Forme: JL 3,5-6; JR 3,5-6; AL, AR, Left coronary bypass, Right coronary bypass, IM, Pigtail drept, 145°, 155°, Sones, MP. Dimesiuni obligatorii: Lungimea cateterelor va fi de: 100 si 125 cm cu diameter de 4, 5, 6F	
6.	Sistema de perfuzie cu presiune inalta	33111730-7	buc	50	Contine: seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub cu lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi. Steril, jetabil.	10 800,00
7.	Seringa cu piston de blocare	33111730-7	buc	50	Seringa piston ce poate fi blocat in mai multe pozitii pentru crearea de presiune negativa. Conectare luer-lock. Capacitate: 10, 20, 30, 60 ml. Sterile, de unica folosinta	18 000,00
8.	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie din 2 componente	33111730-7	buc	20	Dispozitivul de închidere vasculară indicat pentru închiderea locului de puncție a arterei femurale, reducând timpul până la hemostază și ambulație la pacienții care au fost supuși procedurilor de cateterizare diagnostic sau intervenții folosind un introducător de teacă vasculară standard 5F, 6F sau 7F cu până la 12 cm lungimea de lucru. Nu rămâne nici o ancoră în interiorul arterei <ul style="list-style-type: none"> • Doi indicatori vizuali unici permit poziționarea precisă • Ușor de manipulat și ajută la obținerea eficientă a succesului procedural • Procedură simplă în 3 pași • Disponibil în 3 dimensiuni. 	48 000,00
9.	Microsferere	33111730-7	buc	20	Microsfere biocompatibile din acrylic polimer). Design sferic, omogen, pentru evitarea agregării în cateterul de livrare. Sfere compresibile 20- 33% și calibrate pentru o embolizare selectivă în proporție de 90-100%. Prezentate in seringile	56 000,00

					preincarcate de 20 ml, unde - 2 ml microsferes si 4 ml solutie salina. Microsferes codate pe culori: Portocaliu: microsferes 40-120 micrometri Galben: microsferes 100-300 micrometri Albastru: microsferes 300-500 micrometri Rosu: microsferes 500-700 micrometri Verde: microsferes 700-900 micrometri Violet: microsferes 900-1200 micrometri. Compatibilitate cu catetere de livrare cu diametrul intern $\leq 0,038''$ pentru toate mărurile.	
10.	Seringi cu miner de sabie	33111730-7	buc	50	Seringi de 1ml sau 3 ml cu mâner de sabie, Luer fix, alunecare Luer și mâner de sabie. Piston din ABS sau PC. Vârful pistonului din silicon. Sterilizare EtO și gamma disponibilă. Aripioare, culori personalizate. Fabricat din policarbonat rezistent cu o netezime și claritate asemănătoare cu cea a sticlei pentru vizibilitate și control îmbunătățite.	5 650,00
Valoarea estimativă totală						195 450,00

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) *Pentru toate loturile;*
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant_____

9. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: **La comandă, după necesități, în termen de 5 zile de la solicitare, INCOTERMS DDP 2020.**

10. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2024**

11. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descriere criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatoritatea
1	Declarație privind valabilitatea ofertei	Conform Anexei nr. 8 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică	Obligatoriu
2	Oferta tehnică	Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021 Confirmat prin semnătura electronică	Obligatoriu
3	Oferta financiară	Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115 din 15.09.2021.	Obligatoriu

4	DUAЕ	Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții aprobat prin ordinul ministrului finanțelor nr. 72/2020 din 26.11.2020- confirmat prin semnătura electronică a participantului	Obligatoriu
5	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/Certificat de atribuire a contului bancar/ Lista fondatorilor a operatorului economic – cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.	Obligatoriu
6	Certificat ISO 9001	-Copie confirmata prin semnatura electronică	Obligatoriu
7	Certificat CE	-Copie confirmata prin semnatura electronică	Obligatoriu
8	Declaratie de la ofertant cu privire la Înregistrarea în Registrul de Statal Dispozitivelor Medicale	-Copie confirmata prin semnatura electronică	Obligatoriu
9	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale p/ucorupție, fraudă și/sau spălare de bani	Conform Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020.În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice.	Obligatoriu
10	Metoda și condițiile de plată:	–Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii;	Obligatoriu
11	Mostre:	Operatorul economic se obligă să prezente mostre, la solicitarea autorității contractante, în termen de 5 zile.	La solicitare

12. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică **nu se aplică**)
13. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **Nu se aplică**.
14. Ofertele se prezintă în valuta: lei MDL.
15. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: *evaluarea se va face pe lot, la cel mai mic preț, în corespundere cu parametrii solicitații.*
16. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

17. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- până la: **Indicată în SIA RSAP M-Tender/ pe data de: Indicată în SIA RSAP M-Tender**
18. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: **Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.**
19. Termenul de valabilitate a ofertelor: **60 zile.**
20. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP M-Tender.** Ofertele întârziate vor fi respinse.
21. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **limba română.**
22. Alte informații relevante: -----

Conducătorul grupului de lucru: _____



Diana Manea.