

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare
publice (listă suplimentară nr.19)**

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.gov.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că
autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de
achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV 33100000-1

Nr. lot	Denumire Lot	Specificația Tehnică deplină solicitată de autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma fără TVA	Beneficiar
1.	Centrifuga citologica	Principiul de lucru centrifugal este depunerea celulelor pe o zonă clar definită a unei lame de sticlă și permite absorbția lichidelor reziduale în cardul filtrant al camerei de probă. Capacitatea: Poate procesa simultan până la 12 probe (clipsuri, blocuri) Viteza de centrifugare: Reglabilă între 200 și 2000, cu posibilități de control al accelerației pentru protejarea probelor fragile. Memoria programabilă ce permite stocarea a până la 20 de rutine pentru acces rapid și protecție în cazul unei întreruperi de current. Rotorul să fie cu capac Sistem de siguranță: Trebuie să include un mecanism de blocare automata a capacului, alarme sonore pentru dezechilibru sau viteză necorespunzătoare și un panou de control ușor de curățat. Centrifuga citologica aplatizează constructiv celulele ca fiecare tip de celulă să aibă sansă de prezentare. Poziția de încărcare sau oprire trebuie să fie specific înclinată pentru a reduce pierderea de celule. Să existe varietate de kituri pentru camere de probe cum ar fi complet de unică folosință sau reutilizabile doar cu filtre de unică folosință. Consumabile: Fixatoare de camere pentru probă din oțel inoxidabil, autoclavabile – 12 buc Kit complet cameră pentru probe, de unică folosință, cu o gaură (de exemplu kit-ul poate fi format din: camera, capac, filtru etc.) – minim 48 buc (Consumabilele indicate sunt obligatorii de a fi livrate pentru exploatarea corespunzătoare a centrifugei din prima zi)	buc	1	195 000,00	Institutul Oncologic
2.	Brancardă pentru pacienți (tip îngustă)	Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților. Specificație Poziționare Tredelinburg ≥ 15 grade Control manual Bare laterale obligatoriu Roți Diametru ≥ 15 cm Frine ≥ 2 Sarcina maximă ≥ 220 kg Lungimea ≥ 200 cm Lățimea cu barele laterale ≤ 75 cm	buc	12	252000	Institutul Oncologic

		Mînere pentru transportarea brancardei Saltea, rezistentă la prelucrare și apă - da, detașabilă Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete																																																	
3.	Unitate stomatologică (caracteristici avansate)	<table><tr><td colspan="3">Unitate stomatologică (caracteristici avansate)</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td>Descriere</td><td colspan="2">Reprezintă echipamentul stomatologic esențial pentru igienă dentară și tratament stomatologic.</td></tr><tr><td colspan="2">Parametrul</td><td>Specificația</td></tr><tr><td rowspan="8">Scaun stomatologic</td><td>Unghi de înclinare</td><td>minim 120°pînă la 180°</td></tr><tr><td>Tetieră</td><td>reglabilă</td></tr><tr><td>Urcare/ coborîre</td><td>≥ 40cm</td></tr><tr><td>Greutate maximă</td><td>≥ 150kg</td></tr><tr><td>Comandă</td><td>pedală</td></tr><tr><td>Suprafața</td><td>rezistentă la prelucrarea chimică</td></tr><tr><td>Programe de poziționare</td><td>minim 3</td></tr><tr><td>Accesorii</td><td>cotiere</td></tr><tr><td rowspan="5">Scaun medic</td><td>Suprafața</td><td>rezistentă la prelucrarea chimică</td></tr><tr><td>Sarcina maximă</td><td>≥ 150kg</td></tr><tr><td>Înălțime</td><td>reglabilă</td></tr><tr><td>Suport spate</td><td>reglabil</td></tr><tr><td>Suport picior</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td rowspan="2">Masa dentistului</td><td>Turbină</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Seringă cu 3 căi</td><td>apă, aer, spray vîrf angulat 90°, detașabil</td></tr></table>	Unitate stomatologică (caracteristici avansate)						Descriere	Reprezintă echipamentul stomatologic esențial pentru igienă dentară și tratament stomatologic.		Parametrul		Specificația	Scaun stomatologic	Unghi de înclinare	minim 120°pînă la 180°	Tetieră	reglabilă	Urcare/ coborîre	≥ 40cm	Greutate maximă	≥ 150kg	Comandă	pedală	Suprafața	rezistentă la prelucrarea chimică	Programe de poziționare	minim 3	Accesorii	cotiere	Scaun medic	Suprafața	rezistentă la prelucrarea chimică	Sarcina maximă	≥ 150kg	Înălțime	reglabilă	Suport spate	reglabil	Suport picior	obligatoriu	Masa dentistului	Turbină	obligatoriu	Seringă cu 3 căi	apă, aer, spray vîrf angulat 90°, detașabil	buc	1	350000	Institutul Oncologic
Unitate stomatologică (caracteristici avansate)																																																			
Descriere	Reprezintă echipamentul stomatologic esențial pentru igienă dentară și tratament stomatologic.																																																		
Parametrul		Specificația																																																	
Scaun stomatologic	Unghi de înclinare	minim 120°pînă la 180°																																																	
	Tetieră	reglabilă																																																	
	Urcare/ coborîre	≥ 40cm																																																	
	Greutate maximă	≥ 150kg																																																	
	Comandă	pedală																																																	
	Suprafața	rezistentă la prelucrarea chimică																																																	
	Programe de poziționare	minim 3																																																	
	Accesorii	cotiere																																																	
Scaun medic	Suprafața	rezistentă la prelucrarea chimică																																																	
	Sarcina maximă	≥ 150kg																																																	
	Înălțime	reglabilă																																																	
	Suport spate	reglabil																																																	
	Suport picior	obligatoriu																																																	
Masa dentistului	Turbină	obligatoriu																																																	
	Seringă cu 3 căi	apă, aer, spray vîrf angulat 90°, detașabil																																																	

			Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED	obligatoriu					
			Micromotor electric	obligatoriu					
			Piesă contraughi	obligatoriu					
		Braț asistentă	Aspirator de salivă	2 furtunuri					
			Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului	obligatoriu					
			Camera intraorală	obligatoriu					
			Lampă fotopolimer	obligatoriu					
		Bloc hidrolic	Bol din ceramică sau sticlă detașabil	obligatoriu					
			Clătitor	obligatoriu					
			Filtru pentru impurități	obligatoriu					
			Posibilitatea programării volumului de apă	obligatoriu					
		Turbină dentară	Sistem buton la schimbul borului	obligatoriu					
			Presiune de lucru	de la 2.5 pînă la 2.7 bar					
			Sursa de lumină	LED					
			Răcire apă/aer	minim 3 orificii separate					
			Rotatii	≥300000 rot/min					
		Piesă dreapta	Rotații	≥40000 rot/min					

			Adaptabilă la micromotor	obligatoriu					
			Autoclavabilă	obligatoriu					
			Cu lumină	LED					
			Schimbarea frezei	buton					
			Răcire apă/aer	minim 3 orificii separate					
		Piesă contraunghi	Rotații	≥40000 rot/min					
			Adaptabilă la micromotor	obligatoriu					
			Autoclavabilă	obligatoriu					
			Cu lumină	LED					
			Schimbarea frezei	buton					
			Răcire apă/aer	minim 3 orificii separate					
		Sursa de lumină	LED	obligatoriu					
			Poziții 2	≥ 4000 Lux					
				de la 25 000 Lux					
				conectarea / deconectarea prin senzor					
			Axa de rotație	≥3					
			Unghi de iluminare	reglabilă					
			Înălțime	reglabilă					
			Tip lumină	alb/rece					
		Detartror (scaler)	5 vîrfuri cu iluminare LED	obligatoriu					
			Mîner detașabil, autoclavabil	obligatoriu					
			Fregvența de lucru	25 pînă la 31 KHz					

			Intensitate	reglabilă					
			Tip vârful	≥ 4					
		Compresor	Fără ulei	obligatoriu					
			Putere	≥1,5kw					
		Monitor		≥ 19					
		Camera intraorală	Conectare la monitor prin USB sau Wifi	obligatoriu					
			Rezoluția	minim 1920x1080					
			Adâncimea câmpului (DOF)	minim, de la 5 până la 70 mm					
			Tip	CCD sau CMOS					
		Revenirea automată la poziția inițială		obligatoriu					
		Comanda de oprire urgentă		obligatoriu					
		Control multifuncțional de la picior		mobil					
		Unitatea trebuie să dețină toate componentele și accesoriile necesare pentru funcționarea completă		obligatoriu					
		Tensiune		220-240V					
		Frecvența		50-60 Hz					
		Manual de utilizator în limba română și engleză Ghid rapid de utilizare.							

4.	Scaun WC	Descriere: Scaunele WC de camera se pot utiliza ca un simplu scaun sau ca si scaun de toaleta portabil pentru pacientii cu mobilitate scăzută sau imobilizați. Se poate poziționa peste vasul de toaleta existent, oferind in acest mod un grad de igiena sporit. Posibilitate de a fi utilizat atat în îngrijirea la domiciliu cat si într-o unitate de tip spitalicesc. Scaunul WC de camera este un dispozitiv portabil ușor de folosit si de ansamblat, nu ocupa mult spațiu de depozitare, este ușor de transportat si foarte ușor de curatat. Specificație tehnică înălțime reglabila in raport cu pardoseala 45 -55 cm	buc	3	4 500,00	SR Drochia
----	----------	---	-----	---	----------	------------

		lățime între mânere: 46 cm latimea totala: 54 cm adancimea totala: 54 scaunul se pliaza daca este necesara depozitarea sau transportul. realizat din aluminiu anodizat sau material mai avantajos, tubulatura ușoara picioare reglabile in inaltime scaun confortabil din vinilin si galeata din plastic mânere si pufere de cauciuc moi si sigure				
5.	Carucior pentru transportarea pacienților	Descriere: Dispozitiv ortopedic cu antrenare manuala avand o structura de rezistenta din otel, vopsit electrostatic, destinat transportului persoanelor cu un grad scăzut de mobilitate, persoanelor in varsta, pacientilor aflati in faza de recuperare postoperatorie Specificatii tehnice: • Lățimea totală 63 cm ±5cm • Lățimea scaunului 46 cm ±5cm • Diametru roata reala. 58 cm ±5cm • Diametru roata fata. 20 cm ±5cm • înălțimea scaunului 48cm ±5cm • înălțimea totală 92 ±5cm • Capacitate de încărcare minim 100Kg	buc	3	8 400,00	SR Drochia
6.	Set Oto-oftalmoscop	Descriere: Oftalmoscop- dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi. Otoscopul este un instrument medical profesional care permite examenul conductului auditiv al timpanului. 1. Otoscop: Sistem de iluminare cu fibră optică sau LED, cu lumină albă Mărire optică minim 3x Fereastră de vizualizare clară, rezistentă la zgârieturi Include cel puțin 4 vârfuri reutilizabile, cu diametre diferite (ex. 2,4 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm) Design portabil, utilizabil cu o singură mână 2. Oftalmoscop: Include deschideri optice multiple: spot mare, spot mic, hemispot, stea de fixare	set	1	2 400,00	SR Drochia

		Include filtru fără roșu (verde) Roata de selecție a deschiderii este ușor ieșită din carcasă pentru a permite manevrarea facilă cu degetul. Oprire automată - opțional Suport orbital compatibil cu utilizatorii care poartă ochelari 3. General: Setul este livrat în trusă rigidă sau husă de protecție Să fie livrat cu set de baterii sau acumulator în dependență de alimentare - minim 1 buc				
7.	Lampă bactericidă cu 2 tuburi	Lampă bactericidă pentru sterilizarea aului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Puterea tubului 30 W Unghiul de iradiere min 165° Timpul de funcționare a tubului : ≥8000 ore Lampile au în componenta următoarele parti functionale: a) Tub bactericid -2 buc b) Reflector pentru concentrarea radiatiei UV (mareste puterea radiatiei bactericide); c) Dispozitiv de orientare (permite protectia personalului uman); Alimentare: 110/220V, 50Hz Montabilă pe tavan sau perete.	buc	10	8 500,00	SR Drochia
8.	Hotă cu flux laminar	Descriere Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Exclde clasa I, clasa a III, și hote cu flux orizontal, precum și hote chimice și debitul de aer laminar banci curate. Parametru Specificație Descriere Hotă microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2 Control controlat de microprocesor sensor volumetric pentru monitorizarea fluxului de aer epuizat control automat al volumului de flux prezentat Interior suprafața internă din oțel inoxidabil antistatic Filtre HEPA sau ULPA Prefiltru Eficiența de minim 85 %, pentru particule de minim 0.5 microni Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux lampa UV pentru sterilizare, fixată în vitrina frontală Nivelul de zgomot 60dB ≤ Flux aer > 0.4 m/s Factorul de protecție (Apf) 1.5 10⁵	buc	1	50 000,00	CS Stefan Voda

		Afijaj digital Alimentarea 220V, 50 Hz Alarmer Acustică Vizuală Capac de închidere a exhaustării obligatoriu Set de livrare Hota cu filtre Lampă de iluminare lampă UV suport pentru amplasarea hotei robinet pentru vacuum robinet pentru gaze Greutate hotei ≤ 280 Kg				
9.	Masă infasat pentru nou-nascuti si copii	Structură stabilă, cu picioare prevăzute cu elemente antiderapante (ex. pufere, tălpi din cauciuc sau echivalent). Blat superior capitonat cu material moale (ex. spumă poliuretanică) și acoperit cu material impermeabil, lavabil și ușor de dezinfectat (ex. piele ecologică sau echivalent). Culoarea tapiteriei la alegerea beneficiarului. Prevăzută cu un raft sau blat inferior pentru depozitarea materialelor necesare. Dimensiuni de gabarit: aproximativ 800 × 500 × 950 mm (se acceptă abateri de $\pm 10\%$).	buc	2	5 850,00	CS Strasen
10.	Pediometru pentru nou-nascuti si copii	Dispozitiv pliabil și ușor, destinat măsurării în lungime a sugarilor și copiilor mici. Construcție cu mecanism de fixare a capului și componentă culisantă pentru sprijinul picioarelor, pentru poziționare corectă și măsurare precisă. Realizat din materiale netede, compatibile cu pielea sensibilă a sugarului. Ușor de utilizat și curățat, adecvat pentru utilizare în unități medicale (maternități, secții de pediatrie, clinici). Interval de măsurare: 20 – 99 cm Diviziune: 5 mm	buc	10	3 750,00	CS Strasen
11.	Tub pentru lampa bactericidă	Tub pentru lampa bactericidă tub putere 30 W. tip conexiune Soclu: G13 Lungimea tubului: aproximativ 900 mm Lungimea de undă emisă: 254 nm $\pm$ 1 nm (UV-C) Durata de viață a tubului: minim 9.000 ore Compatibil cu Lampa bactericidă de perete tip T8 aflat în dotare	buc	35	7 000,00	SR Singerei

12.	Pompă pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump)	Pompă pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump) Volum 275 ml. Viteza 2-8 ml/ora. Administrarea în bolus-0, 5/1 ml. Timpul de blocare 10/15 min. Pentru analgezia multinodală.	buc	11	1 760,00	10 bucăți – Institutul Oncologic, 1 bucată – SR Călărași
13.	Unitate stomatologică	Instalație stomatologică cu următorii parametri: - dotat cu minim 3 programe de poziționare - setari pentru 1 utilizatori - posibilitatea de reglarea poziției de ridicare pentru intervalul: de la 470 pina la 770 mm (limita de jos Nu va fi mai mare, limita de sus Nu va fi mai mică) - tetiera ergonomica detașabilă cu reglaj mecanic - unghi de înclinare de la 120grade pînă la 180 grade - lățimea spătarului de la 560 mm ± 10% - lățimea fotoliului de la 460 mm ± 10% - blocare automată a unitului cînd s-a atins poziția de coborîre maximă permisă - spatarul si tetiera acoperit cu piele artificială. - dotat cu monitor și cameră intraorală - posibilitatea de a inchide circuit de apa de care utilizator (robinet auxiliar pentru blocarea apei) Caracteristica tehnică: - tensiunea de alimentare 230 V - capacitate de incarcare maxim 150 kg • Masa medicului să fie echipată cu 5 instrumente integrate de sus: Tavita suspendata sub masa medicului cu tava din inox Lugimea brațului 75 cm ± 10cm Reglarea de către procesor a regimului de lucru a instrumentelor. Grup din 3 electrovalve separate (racire cu apa si aer sau aer de lucru) pentru turbina si motor sau echivalent cu funcție similară - Seringa cu trei căi – apă, aer și spray Carcasă metalică cu vîrf angulat 45 grade ±5grade, detașabil - Furtun pentru turbină cu lumină tip Midwest - Micromotor electric. Posibilitatea de cuplare directă la furtunul unității stomatologice. Cu reglare electronica de procesor Posibilitate de cuplare rapidă și facilă pieselor de mîna (contraunghi/dreapta)	buc	2	550 000,00	SR Drochia

		Sursă de lumină LED Viteza de rotație și posibilitatea de reglare pentru intervalul: 1.000 până la 20.000rp. (limita de jos NU va fi mai mare, limita de sus NU va fi mai mică). Spray apă, aer încorporate separate Intensitatea luminii led minim 26000 lux Posibilitatea de sterilizare în autoclav. Detartor (scaler) cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED Frecvența de lucru de la 25 pîna la 31kHz; Alimentare 24 V curent alternative; pentru scaling 5buc diferite ca mărime; Vîrf pentru Periodontics 1 buc; Vîrf pentru Endo cu cheie; K-file minim 4 ; Cheie dinamometrica pentru vîrfuri; Funcții, aria de aplicații: Scaling, Endodontic, îndepărtare de coroane, Tixotropice cimentare, Amalgam condensare; Lampa fotopolimer Tensiune de alimentare: 24 V ca $\pm 10\%$ - 50/60 Hz Lungimea de undă: de la 440 pîna la 480 nm, cu un maxim la 460 nm; Fibra optică cu diametru 8 mm ± 1 mm Fibra detașabilă v-a permite sterilizarea în autoclav Ecran cu indicarea timpului de expunere de la 5sec. pîna la 20 sec. trei regimuri de lucru – putere maximă, start lent și pulsativ Panou de comanda Tastatura din partea dreaptă pentru dirijarea instrumentelor și fotoliului: - posibilitatea de reglare viteză rot/min. - activarea negatoscop - micșorarea puterii rot/min - revers pentru micromotor - iluminarea la instrumente - comutarea răcirii în doua regimuri diferite spre/nimic - indicator cu lumină la activare a optiunilor - umplerea paharului cu apa - clătirea scuiptoarei cu apa - mișcarea fotoliului în sus - mișcarea fotoliului în jos - mișcarea spătarului înainte - mișcarea spătarului înapoi - revenirea fotoliului la poziția inițială				
--	--	--	--	--	--	--

		- salvarea și revenirea repetată a pozițiilor de lucru a fotoliului - regim de blocare a sensorului funcțiile de umplere pahar și curățire bol scuipătoare să fie la masa medicului sau de la masa asistentei Indicator cu lumina a puterii rot/min de la 0 % pina la 100 % Brațul asistentului cu butoane de comandă încorporate. - umplerea paharului cu apa - clătirea scuipătoarei cu apa - mișcarea fotoliului în sus - mișcarea fotoliului în jos - mișcarea spătarului înainte - mișcarea spătarului înapoi - regim de blocare a sensorului pentru a facilita dezinfectarea sau echivalent funcțional. Reglare a puterii de aspirare, Dotat cu filtru pentru particule mari,tip detașabil Puterea de aspirare minim 0.5 l/min Reflector Stomatologic Brațul dublu articulat, Braț pantografic balansat, Două axe de rotație, în plan vertical și orizontal Caracteristica tehnică a reflectorului: să ofere posibilitatea de a lucra cu materialele fotopolimerizabile, neaccelerând polimerizarea materialelor Lumina concentrată într-un dreptunghi cu dimensiunile de minim 70x140 mm la distanță optimală de 70 cm ±5 de focusare. Iluminare de la minim 8000 lux. Pedala electrică multifuncțională cu fir Comanda instrumentelor prioritare Reglarea puterii micromotorului prin actionare mecanica a butonelor de control Buton separat pentru mișcarea fotoliului sus-jos, coborîre-ridicare spătar Butoane separate pentru: - Selectarea programelor de poziționare a pacientului în fotoliu - Activarea poziționării selectate a pacientului - Pentru activare / deconectare răcire spray pentru instrumente - Revers pentru micromotor				
--	--	--	--	--	--	--

		- Pentru funcția seringă la turbină și micromotor - Reglare lentă a rotațiilor micromotorului Blocul hidraulic - Bol din sticlă ceramic sau material echivalent, ușor detașabil. - Filtru de particule mari - Suportul cu bol are posibilitatea de a se roti în jurul axului de la 0 până la 45 grade – spre pacient și de la pacient - Clătitor pentru bol, mobil și detașabil - Umplutor a paharului cu apă din inox sau ale materiale anticorozive mobil și detașabil - Posibilitatea programării volumului de apă turnată în pahar de la 1 sec – pina la 20 sec - Volumul pentru apă distilată minim 1L				
14.	Sistem garou pneumatic, cu accesorii	Descriere Pentru utilizarea în timpul intervențiilor chirurgicale, care restricționează circulația sîngelui la nivelul membrilor Parametru Specificația Presiune minimă ≤ 20 mmHg Da Presiune maximă ≥ 650 mmHg Da Pas de setare a presiunii ≤ 5 mmHg Da Interval de timp minim ≤ 5 min Da Interval de timp maxim ≥ 180 min Da Ecran LCD grafic TFT, Touchscreen cu diagonala 7inch (+/- 1 inch) Da Numar de canale 2 canale (4 porturi pentru 2 manșete duble sau manșete simple) Da Senzor LOP (Limb Occlusion Pressure) Pentru verificarea presiunii de ocluzie a membrelor și reglarea automată a presiunii optime Optional Autotestare a presiunii și verificarea sistemului Da Calibrare automată a senzorului de presiune Da Sistem de alarmă acustica și vizuală Da Baterie încorporată Cu autonomie min. 10 ore în modul de funcționare Da Interfață de utilizare a ecranului tactil Da Suport pentru masa sau stîlp Da Alimentarea 100- 220V, 50Hz Da Accesorii: Manșetă dublă reutilizabilă, mărimea și tipul la solicitarea utilizatorului înainte de livrare min. - 4 buc Da Set de tuburi min. - 4 buc Da	buc	2	220 000,00	IMU

		Cablu de alimentare min. 1 buc. Da Set de calibrare pentru bioinginer min. 1 set. Da Troleu cu 5 roțile și coș Da				
15.	Duodenoscop	Descriere: Destinat pentru endoscopia digestivă superioară, duoden ce permite investigarea endoscopică cu tehnologia de banda îngustă de culoare, cu rol de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, ceea ce oferă o delimitare mai bună a leziunilor la nivelul mucoasei. Specificatie: Unghiul câmpului de vedere ≥ 100 grade Directia de vedere laterala ≥ 15 grade Adâncimea câmpului vizual 5- 60 mm Capul distal $\leq 13,5$ mm Diametru tub de inserție $\leq 11,3$ mm Înclinarea capului distal sus/jos, min 120/90 grade dreapta/stânga min 110/90 grade Diametrul tubului introdus ≤ 10 mm Lungimea de lucru ≤ 1260 mm Lungimea totală ≤ 1600 mm Canalul de instrumente $\leq 4,2$ mm Setul standard de accesorii Capace distale de unică folosință – 60 buc. Compatibil cu Sistem Video Endoscopic EVIS EXERA III, CV-190&CLV-190 Olympus din dotare Metode de sterilizare Chimic Compatibil cu mașina de spălat/dezinfectat endoscoape ETD-4, Olympus, din dotare Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz	buc	1	534 000,00	Institutul Oncologic
16.	Spirograf	Descriere Spirometru de diagnosticare utilizat pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (de exemplu, capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). Parametrul Specificația Tip Spirometru portabil Memorarea automată a celor mai bune 3 rezultate de spirometrie obligatori Parametri măsurați FVC, FEV1, MVV, FEV1/FVC, Raport PEF, EVC, IVC, Ti, Te,	buc	1	70 000,00	AMT Buiucani

		IC, IRV, ERV, TV. Printer incorporat Memorie nu mai puțin de 100 teste grafice memorate Transfer obligatorite la PC teste pacient verificare aparat up-graobligatorire software Dispozitivul de măsură bidirecțional Diapazonul de volum $\geq 0-8$ l Diapazonul de flux $\geq 0-16$ l/s Eroarea la volum $\leq 3\%$ Eroarea la flux $\leq 5\%$ Afișaj Alfnumeric Control taste alfanumerice Display touchscreen, obligatoriu min. 5 inch, obligatoriu Interfața PC obligatori Port USB obligatori Baterie internă min. 4 ore, obligatoriu Alimentare Cu sursă internă de alimentare, acumulatori reîncărcabile Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz Accesorii Senzor SpO2 obligatoriu Turbina reutilizabilă obligatoriu Să fie incluse toate consumabilele necesare pentru 500 investigații: filtre antibacteriale cu muștucuri de unica folosință sau turbine cu muștucuri de unica utilizare Geanta de transportare obligatoriu Seringă de calibrare obligatoriu Clește pentru nas tip adult ≥ 2 buc Clește pentru nas tip pediatric ≥ 2 buc Hârtie ≥ 20 buc				
17.	Osteodensitometru	Descriere Dispozitiv medical mobil, wireless, cu ultrasunete utilizat pentru măsurarea densității osoase Parametru Specificația Metoda de masurare ultrasunete (QUS) Parametrii de măsurare:	buc	1	200 000,00	AMT Buiucani

		BUA obligatoriu SOS obligatoriu BQI obligatoriu T-Score obligatoriu Z-Score obligatoriu Raporul dintre T-Score și Z-Score obligatoriu Reproductibilitatea: BUA $\leq 1,5\%$ CV obligatoriu SOS $\leq 0,2\%$ CV obligatoriu BQI $\leq 1,5\%$ CV obligatoriu Timpul de scanare: ≤ 10 sec Funcții de transmitere a datelor: NFC / Bluetooth/Wifi Baterie reîncarcabilă integrată obligatoriu Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii: Tabletă sau PC cu soft licențiat pentru analiza și procesare a datelor, inclusiv cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare. obligatoriu Imprimantă obligatoriu Dispozitiv de calibrare opțional Accesorii pentru ajustarea la dimensiunile particulare a piciorului pacientului obligatoriu				
18.	Electrocardiograf cu 12 canale	Parametrul Specificația: Tip pacient:adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile: Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10/12,5, 20, 40 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, $\pm 5\%$ Gama de frecvență: De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru frecvență joasă 0.05Hz, 0.10/ 0.16Hz, 0.20/0.25Hz, 0.50Hz Filtru frecvență înaltă 20/25, 40/45, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 50 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 110 dB	buc	6	300 000,00	AMT Buiucani

		Convertor analog-digital ≥ 24 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi $\leq 10 \mu A$ Detector de pacemaker obligatoriu frecvența de eșantionare $> 1\,000$ Hz Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Detectarea automată a deconectării cablului EKG Imprimantă: Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 210 mm obligatoriu Să se indice numele derivației printate obligatoriu Viteza de înscriere 5, 10, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Acuratețea $\pm 5\%$ (axa x), $\pm 5\%$ (axa y) Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6, 12 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG obligatoriu Display: Grafic, LCD TFT color obligatoriu Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile obligatoriu Marime ecran ≥ 7 inch Rezoluția $\geq 800 \times 480$ pix Touchscreen, tehnologie Multi-touch. obligatoriu Numărul de derivații afișate simultan 12 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG: Ethernet / USB / SD card obligatoriu Format date ECG BMP / JPG / GIF / PDF / XML / DICOM obligatoriu Memorie ≥ 200 înregistrări ECG obligatoriu Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator obligatoriu Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu Identificarea aritmiei obligatoriu Ritmului cardiac:				
--	--	---	--	--	--	--

		Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea: Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Detectarea Sindromului coronarian acut Algoritm de interpretare specific după sexul pacientului Timpul interpretării minim 10 s Calculul de corecție al segmentului QT cu posibilitatea de selectare a formulei: Bazett Fridericia Framingham Notificator de valoare critică a unuia din parametrii mășurați HR, QTc obligatoriu Detectarea următoarelor condiții Bloc atrioventricular, Infarct Miocardic cu supradenivelare de segment ST, Ischemie cardiacă, Full disclosure ≥ 4 min, 12 derivatii Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu Timp operare autonomă ≥ 2 ore Protecție defibrilator ≥ 360 J Indicatori vizuali: vizualizarea în 3 culori a calității conexiunii fiecărui electrod în parte plasat pe corpul pacientului obligatoriu asistență în identificarea posibilei cauze a calității proaste a semnalului obligatoriu status sistem obligatoriu deconectare alimentare rețea obligatoriu baterie descărcată obligatoriu Accesorii: Cablul pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) ≥ 2 set. Hârtie termică ≥ 30 buc. Gel de contact ≥ 1 litru Troleu pe roțile: indicați modelul oferit obligatoriu troleu pe roțile obligatoriu ≥ 4 roți obligatoriu				
--	--	--	--	--	--	--

		≥ 2 roți cu frână obligatoriu mîner pentru transportarea standului obligatoriu coș pentru accesorii obligatoriu braț articulată pentru electrozi ECG obligatoriu suport pentru gel de contact obligatoriu ajustarea pe înălțime optional sistem de fixare dispozitivului de suport obligatoriu				
19.	Frigider pentru laborator 600-700 l	Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigider constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea internă a camerei ≥ 600 și 700 litri $\leq \pm 5 \%$ Număr de rafturi ≥ 10 Ușa Număr ≥ 2 Transparentă nu Mecanism blocare cu cheie Roți ≥ 4 Frîne ≥ 2 Lumină interior obligatoriu Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevăzute pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă $+2^{\circ}\text{C} \dots +8^{\circ}\text{C}$ Omogenitatea/ uniformitatea termică $\pm 2^{\circ}\text{C}$ Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 55 dB	buc	1	63 000,00	AMT Buiucani
20.	Sistem videoendoscopic pentru cistoscopie	Descriere Sistem video pentru investigarea vizuală directă a interiorului vezicii urinare și a uretrei. Parametrul Specificația	buc	1	888 920,00	AMT Buiucani

	(caracteristici avansate)	Videoprocessor Intrări cameră ≥ 1 Imaginea HDTV / HD $\geq 1920 \times 1080$ pixeli Controale / caracteristici Ajustare nuanță obligatoriu Iluminare auto Balans de alb auto Acuitate obligatoriu Videocompensare obligatoriu Înghetarea imaginii obligatoriu Iris automat obligatoriu Reducerea zgomotului imaginii obligatoriu Zoom electronic obligatoriu Ieșiri RGB 1 Y/C ≥ 1 Digital (DVI, SDI, HD-SDI) obligatoriu Tehnologia de banda îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei obligatoriu Sursa de lumină Tip lampă Xenon sau LED Timp de viață lampă ≥ 500 h Putere lampă ≥ 250 W pentru lampa Xenon, pentru lampa LED echivalentul la ≥ 250 W Putere lampă de rezervă ≥ 150 W, (doar în cazul lampii Xenon) Contor lampă da, (doar în cazul lampii Xenon) Mod standby da Lampă de rezervă da, (doar în cazul lampii Xenon) Periferice disponibile Display medical HD ≥ 27 inch Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode DVD / SD-card / memory stick USB / HDD portabil Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nașterii, vârstă, comentariu) ≥ 50 înregistrări Tastatura pentru introducerea datelor, tastare multilingvă care poate tastea și semnele diacritice obligatoriu Suport pe roțile obligatoriu Accesorii: Sursa de lumină modelul oferit 1 unit.				
--	---------------------------	---	--	--	--	--

		Lampă halogen de rezervă 2 unit., (doar in cazul lampii Xenon) Tester automat 1 unit. (să se indice modelul) Display medical HD ≥ 27 inch să se indice modelul Cablu de ghidare a luminii LED obligatoriu Extractor de pietre obligatoriu Troliu cu transformator de izolare pentru excluderea electrocutării pacienților și medicilor în timpul procedurilor 1 unit. (să se indice modelul) Polițe reglabile la înălțime 4 unit. Videocistoscop Să se indice modelul oferit modelul Tip HDTV / HD $\geq 1920 \times 1080$ pixeli Compatibilitatea cu Tehnologia de banda îngustă de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele și structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai bună delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei obligatoriu Canal de lucru Numărul de canale ≥ 1 Lungimea de lucru ≥ 370 mm Diametrul $\geq 2,3$ mm Optica Unghiul câmpului vizual ≥ 100 grade Înclinația câmpului vizual 0 grade Adâncimea câmpului vizual 2-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos 210/120 grade Funcționalitatea mâinerului de dirijare butoane ≥ 3 înghețarea imaginii obligatoriu eliberarea imaginii obligatoriu capturare imaginii obligatoriu reglarea intensității lumii obligatoriu reglarea tonului de culoare (filtre optice) obligatoriu modificarea contrastului obligatoriu zoom electronic obligatoriu Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare				
21.	Centrifuga de laborator 24 tuburi	Centrifugă de laborator (24 tuburi) Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația Rotor > 90 grade	buc	1	18 000,00	SR Cimișlia

		Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Pasul schimbării vitezei 100 rotații Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 12 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥ 60 min Incrementarea ≤ 1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului clapan pentru a bloca si debloca capacul obligatoriu Posibilitatea deschiderii in cazuri urgente Indicatori Indicarori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Butoane de schimbarea vitezei de centrifugare Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare obligatoriu Motor cu securitatea la supraîncalzire Camera de centrugare este facuta dintr-un numar de diferite ecrane aerodinamice si de protectie, inclusiv din otel inoxidabil				
22.	Electrocardiograf cu 3 canale	Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 3 Configurația Portabil Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, $\pm 3\%$ Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă 0.05Hz, 0.10/ 0.16Hz, 0.20/0.25Hz, 0.50Hz Filtru frecvență înaltă 20/25, 40/45, 100, 150Hz Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 110 dB Convertor analog-digital ≥ 16 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤ 10 μA	buc	3	40 620,00	SR Cimișlia

	Detector de pacemaker Indicator deconectare electrod acustic sau vizual Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm Să se indice numele derivației printate Viteza de înscriere 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG Display Grafic, LCD TFT color Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile Marime ecran ≥ 3 inch Rezoluția $\geq 320 \times 240$ pix Numărul de derivații afișate simultan ≥ 6 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfața de transmitere) Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei Identificarea aritmiei Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă Timp operare autonomă ≥ 3 h Protecție defibrilator ≥ 400 J Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact stat deconectare alimentare rețea baterie descărcată Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și				
--	--	--	--	--	--

		membranari de tip clește (4 buc.) 2 set. Hîrtie termică 30 buc. Gel de contact 1 litru sistem				
23.	Microscop binocular, de laborator	Corpul dotat cu cap revolver pentru 4 obiective; Cap binocular rotabil 360°cu inclinație 30°; Ocular cu cimp larg WF 10x/18 mm; Obiective acromatice 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65,100x/1.25(ulei); Dispozitiv de transport al preparatului in doua directii pe axa X/Y axa de deplasare 70x30mm; Placa mecanica cu 2 straturi, glisanta 125x115 mm; Focalizare cu control coaxial; ajustare ultrafina macro si micrometrica; Condensor Abbe 1.25 N.A, inaltime ajustabila si diafragma iris; Alimentare 100-240V/50-60Hz. Iluminare LED de 3 W cu intensitate reglabila, echivalent ca performanță tehnică cu X-LED 2;	buc	1	21 000,00	SR Cimișlia
24.	Coagulator pentru procedura endoscopice	ParametrulSpecificația Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical endoscopic care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă Frecvență > 400 KHz Canale de ieșire: Monopolar >=2 canale monopolare Comutator de piciortip pedală Bipolar>=1 canal d bipolar Moduri de lucru: Monopolar: Tăiere: Putere de taiere minim 200W la 350 Ohm Coagulare:Putere coagulare minim - 200 W la 250 Ohm Bipolar: Tăiere: Putere minima - 130W la 300 Ohm Coagulare:Putere minima - 120 W la 100 Ohm Program specializat ENDO, specializat pentru endoscopia flexibilada Programe memorate>8 Controlul scurgerilor curentilor de inalta frecventa pentru a elimina riscul arsurilor pacientilor da Siguranta electrodului neutru Controlul calitatii conexiunii electrodului neutru, la utilizarea electrozilor tip split. Garou pentru fixarea electrodului neutru 1 buc Electrod neutru din cauciuc cu cablu de conectare la coagulator 1 buc Cablu monopolar pentru instrumente endoscopice, utilizate in endoscopia flexibila 1	buc	1	106 310,00	SR Cimișlia

		buc Racirea sistemului prin convecție, fără ventilator Funcție de autotestare da Alarmer în cazul apariției erorilor da				
--	--	--	--	--	--	--

Valoarea estimativă 3 901 010,00 lei fără TVA,

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru toate loturile.
- 3) Pentru mai multe loturi.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obliga-tivitate a
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	DA

		Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat-atrage după sine respingerea ofertei	
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</i>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor	DA

nr. 115 din 15.09.2021. **Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.**

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE

Cerințe de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către	DA

		persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
19	Declarație de la ofertant-	cu privire livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
21	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului	DA

		Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” <u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</u>	
--	--	--	--

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție*

publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 1%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis la publicare la data de 08.08.2025

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 25.08.2025

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):
da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG