

ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziționarea utilajului stomatologic
prin procedura de achiziție licitație deschisă

***Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante: Da**

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <https://achizitii.usmf.md/ro/planuri-de-achizitii>

- 1. Denumirea autorității contractante:** Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie "Nicolae Testemițanu"
- 2. IDNO:** 1007600000794
- 3. Adresa:** or. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165
- 4. Numărul de telefon/fax:** 022-205-221
- 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:** achizitii@usmf.md
- 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menționa că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Nu se aplică
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:**

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	U M	Ca ntit	Valoarea estimată (lei, fără TVA)
1.	3310000 0-1		Utilaj stomatologic conform Anexei nr. 1			5 409 100,00

- 9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):** Pentru mai multe loturi
- 10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:** nu se admite
- 11. Termenii și condițiile de livrare solicitate:** în termen de 80 zile de la semnarea contractului, la sediul indicat de autoritatea contractantă.
- 12. Termenul de valabilitate a contractului:** 31.12.2022
- 13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):** nu se aplică.
- 14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):** _ nu se aplică.
- 15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	DUAE	conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de</i>	Obligatoriu



		<i>DUAЕ decît cel ataşat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	
2.	Garanția pentru ofertă	prezentată sub formă de transfer pe contul autorității contractante, confirmată prin dispoziția de plată: cuantumul căreia va constitui 1 % din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
3.	Specificații tehnice	conform Anexei nr. 22, completată integral, cu specificația tehnică oferită detaliată, model/cod de referință (model/cod care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/ broșurilor producătorului), producător, țară de origine. În cazul în care se atașează anexă, ea trebuie să fie atașată la formular completat integral și semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei.	Obligativ
4.	Specificații de preț	Specificații de preț conform Anexei nr. 23, completat integral, inclusiv rubrica "Termenul de livrare", semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, precum și completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei.	Obligativ
5.	Cerere de participare	conform Anexei nr. 7, semnată electronic de către operatorul economic	Obligativ

16. Informații și documente justificative aferente DUAЕ, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea Autorității contractante:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii	semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativ
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	conform Anexei nr. 8, semnată electronic de către operatorul economic.	Obligativ
3.	Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice	semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativ
4.	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativ
5.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	valabil la momentul deschiderii ofertelor, eliberat de Inspectoratul Fiscal al RM, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativ
6.	Situațiile financiare	pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării	Obligativ

		Situațiilor financiare online, semnate electronic de către operatorul economic;	
7.	Declarație privind asigurarea transportării, descărcării și instalării bunurilor la sediul indicat de către Cumpărător	Declarație privind asigurarea transportării, descărcării și instalării bunurilor (bunurile care necesită instalare conform Anexei nr. 1 al Anunțului de participare) la sediul indicat de către Cumpărător - confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligativ
8.	Declarație privind asigurarea service-ului în perioada de garanție a bunurilor	- cu timpul maxim de intervenție 24 ore, cu suportarea tuturor cheltuielilor, inclusiv cheltuielile de transport, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligativ
9.	Pasaportul tehnic pentru loturile nr. 1-3, 6-10, 12-17, 19, 20; 22-24, 29-31 Manual de utilizare pentru loturile nr. 4, 5, 11, 18, 21, 25-28	confirmat prin semnătura electronică a operatorului economic	Obligativ
10.	Declarație privind lista principalelor prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate	conform Anexei nr. 12, semnat electronic de către operatorul economic.	Obligativ
11.	Declarație privind confirmarea faptului că producătorul/distribuitoarea de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor	în conformitate cu Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr. 212 din 07.03.2018 - <u>prin indicarea numărului de înregistrare din Lista producătorilor menționată, pentru loturile nr. 1-3; 6-10; 12-17; 19-24; 29-31, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice</u>	Obligativ
12.	Acte privind confirmarea calității utilajului oferit	se vor prezenta certificatele de calitate solicitate conform Anexei nr. 1 a Anunțului de participare, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic	Obligativ
13.	Garanția de bună execuție a contractului	prezentată sub formă de transfer pe contul autorității contractante: cuantumul căreia va constitui 5% din valoarea contractului. <i>Notă: Garanția de bună execuție se prezintă la semnarea contractului.</i>	Obligativ
14.	Informații privind asocierea	conform Anexei nr. 11, semnată electronic de către operatorul economic	Obligativ după caz
15.	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	conform Anexei nr. 15, semnată electronic de către operatorul economic	Obligativ după caz
16.	Angajament terț susținător financiar	conform Anexei nr. 16, semnată electronic de către operatorul economic	Obligativ după caz
17.	Declarație terț susținător financiar	conform Anexei nr. 17, semnată electronic de către operatorul economic	Obligativ după caz
18.	Angajament privind	conform Anexei nr. 18, semnată electronic de	Obligativ

	susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici	către operatorul economic	după caz
19.	Declarație terț susținător tehnic	conform Anexei nr. 19, semnată electronic de către operatorul economic	Obligativu după caz
20.	Declarație terț susținător profesional	conform Anexei nr. 20, semnată electronic de către operatorul economic	Obligativu după caz
21.	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic	Obligativu

17. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz:** nu se aplică
18. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):** licitația electronică, ce se desfășoară în 3 runde succesive, pasul minim fiind de 1 % din valoarea estimată a lotului.
19. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):** nu se aplică
20. **Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:** cel mai mic preț.
21. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	nu se aplică	

22. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă]*_ Informația o găsiți în SIA RSAP
- pe: *[data]*_ Informația o găsiți în SIA RSAP

23. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

24. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

25. Locul deschiderii ofertelor: conform SIA RSAP

26. Ofertele întârziate vor fi respinse.

27. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

28. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

29. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică.

30. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

31. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică
32. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
33. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: 10.01.2022
34. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 23.02.2022
35. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

36. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene:
37. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru:

Valeriu Revenco



N O	Denumirea bunurilor	Descrierea tehnică	UM	Cant.	Suma Fără TVA
		Lotul 1. Complex computerizat pentru diagnosticul biofuncțional al sistemului stomatognat	buc	1	500000,00
1.1	Aparat predestinat pentru evaluarea contactelor ocluzale dento-dentare prin utilizarea plăcuțelor cu senzori.	Aparat predestinat pentru evaluarea contactelor ocluzale dento-dentare prin utilizarea plăcuțelor cu senzori. Utilajul este dotat cu soft care asigură evidența: • datelor referitor la contactele ocluzale ale pacientului; • contactelor ocluzale separat la nivelul dinților; • analiza datelor privitor la forța și durata contactului dento-dentar redate sub forma desenelor de contur, care reflectă: ○ identificarea topografiei contactului; ○ centrul forței ocluzale; ○ centrul traiectoriei forței ocluzale Softul sa asigure legătura și să fie compatibil cu aparatul predestinat pentru evaluarea contactelor ocluzale dento-dentare și aparatul care înregistrează activitatea musculaturii sistemului stomatognat în repaos și în funcție (electromiograf). Aparatul include două tipuri de placuțe cu senzori mare și mic suprafața plăcii cu senzori poliester densitatea sensorilor pe suprafață min. 62 senzori/cm², grosimea sensorului min. 0,102 mm. Plăcuța mare cu senzori lungimea-min. 130 mm, lățimea- max. 74 mm, lungimea suprafeței cu senzori – min. 56 mm, Lățimea suprafeței cu senzori-min. 66 mm, nr. de senzori min. 1370 Plăcuța mică cu senzori lungimea-min. 124 mm, lățimea-min. 67 mm, lungimea suprafeței cu senzori – min. 51 mm, lățimea suprafeței cu senzori-min. 58 mm nr. de senzori min. 1122. Posibilitatea de sterilizare rece a plăcuței cu senzori Rezistență a plăcuței cu senzori la max. 15-20 de occluderi. În cost vor fi incluse: - școlarizarea personalului medical minim 3 persoane; - garanție min. 24 luni; - servicii de mentenanță în perioada de post-garanție minim 3 ani	buc	1	
1.2	Aparat care înregistrează activitatea musculaturii sistemului stomatognat în repaos și în funcție.	Utilaj dotat cu soft. Caracteristica tehnică: ○ Posibilitatea de a evalua parametrii activității musculare în repaos și în funcție în aceeași înregistrare; ○ posibilitatea de a garanta modulul general a coeficientului de micșorarea a sunetului mai mare decât 130 decibeli; ○ posibilitatea de a mări semnalele în microvolți de până la 5000 de ori; ○ posibilitatea de înregistra activitatea simultan a	buc	1	

		8 mușchi; - o rezistența >100Mom; - o diapazonul 0-2000 microvolți; - o sunet >0,3 microvolți; - o diapazon deviere de la -0,7 volți până la +0,7 volți curent continuu; - o raport maxim signal-sunet 1000000:1; - o perioadă de grație până la milisecunda apropiată. În cost vor fi incluse: - școlarizarea personalului medical minim 3 persoane; - garanție min. 24 luni; servicii de mentenanță în perioada de post-garanție minim 3 ani			
1.3	Stimulator neuronal electric transcutanat compact, cu frecvență ultra joasă, utilizat în stomatologie pentru relaxarea musculară.	Stimulator neuronal electric transcutanat compact, cu frecvență ultra joasă ce oferă un stimul ritmic reglat cu precizie atât mușchilor masticatori, cât și faciali. O singură pereche de electrozi asigură o stimulare blândă, mediată prin nervii cranieni al cincilea (V-lea) și al șaptelea (VII-lea), astfel încât beneficiile să fie primite de întreaga musculatură masticatorie și iăcială. O plasare opțională a electrodului, pe triunghiul posterior al gâtului, bilateral, asigură stimularea celui de-al unsprezecelea nerv cranian (accesoriu al XI-lea), care conține fibrele motorii către mușchii trapez și sternocleidomastoidian. Posedă două canale de activitate; - o tipul impulsurilor - două faze, simetrie alternativă; - o ieșire - curent continuu; - o diapazon dinamic – min.0,7 mA – max.80 mA; - o durata impulsului min 300 -max. 900 microsecunde; - o frecvența impulsurilor max. 60/min.; - o balans 1:3-3,1; - o interval între canale 28 milisecunde; alimentare acumulator 9 volți. În cost vor fi incluse: - școlarizarea personalului medical minim 3 persoane; - garanție min. 24 luni; servicii de mentenanță în perioada de post-garanție minim 3 ani	buc	1	
		Lotul nr. 2. Set instalație stomatologică	buc	18	3420000,00
2.1	Instalație stomatologică	Instalație stomatologică cu următorii parametri: - dotat cu 4 programe de poziționare - setari pentru minim 2 utilizatori - posibilitatea de a regla poziția de ridicare (de la 390 pînă la 810 mm) - tetiera ergonomică biarticulară și detașabilă cu reglaj mecanic - mișcarea spatelui de (min 85- și max. 10 grade) ± 10% - lățimea spătarului de la 560 mm ± 10% - lățimea fotoliului de la 460 mm ± 10% - blocare automata a unitului la coborire în jos	buc	18	

	- spatarul si tetiera acoperit cu piele artificială din ambele parti. - fixarea în pardoseală din 4 puncte cite 2 pe ambele parti al platformei - dotat cu monitor și cameră intraorală - posibilitatea de a închide circuit de apa de care utilizator (robinet auxiliar pentru blocarea apei) Caracteristica tehnică: - tensiunea de alimentare 230 V - frecvența 50 Hz - consumul maximal de putere la frecventa 50Hz 1150 VA $\pm$ 10% - nivel de protecție la electrocutare - tip B - tip de protecție la electrocutare - Clasa I - capacitate de incarcare minim 150 kg • Masa medicului să fie echipată cu 5 instrumente integrate de sus: Tavita suspendata sub masa medicului cu tava din inox Lugimea brațului min 75 cm Reglarea de procesor a regimului de lucru a instrumentelor Grup din 3 electrovalve separate (racire cu apa si aer sau aer de lucru) pentru turbina si motor - Seringa cu trei funcții – apă, aer și spray Carcasă metalică; Cu vîrf angulat 45 grade, detașabil Butoane separate - Furtun pentru turbină cu lumină tip Midwest - Furtun pentru turbină cu lumină tip Midwest - Micromotor inducție LED Cuplarea directă la furtunul unitului stomatologic Cu reglare electronica de procesor Posibilitate de adaptare rapidă și facilă a piesei contraunghi sau a piesei drepte Sursă de lumină LED Rotații max.40000 rpm/min Frecvența de rotații de la 60 pîna la 40000 rot/min Tensiunea nominală în funcție de frecvența de rotații de la 5 pîna la 24V curent continuu Moment de rotire nu mai mic 3,5 Ncm Curent fără sarcină nu mai mare de 0.2 A la tensiunea 24 V curent continuu Spray apă, aer încorporate separate Intensitatea luminii led minim 26000 lux Greutatea max 125 g (+/-) 10 g Posibilitatea de autoclavare 134 grade Detartror (scaler) cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED Cu reglare electronica de processor Mîner detașabil autoclavabil; Frecvența de la 28 pîna la 31kHz; Alimentare 24 V curent alternative; Vîrf pentru scaling minim 4 buc diferite ca mărime; Vîrf pentru Periodontics minim 1 buc; Virf pentru Endo cu cheie; K-file minim 4 buc; Cheie dinamometrica pentru vîrfuri; Funcții, aria de aplicații: Scaling, Endodontic, Perio, îndepărtare de coroane, Tixotropice cimentare, Amalgam condensare; Lampa fotopolimer Tensiune de alimentare: 24 V ca $\pm$ 10% - 50/60 Hz			
--	---	--	--	--

	Lungimea de undă: de la 440 până la 480 nm, cu un maxim la 460 nm; Fibra optică confecționată din sticlă neagră cu diametru 8 mm $\pm$ 1 mm Fibra detașabilă v-a permite sterilizarea în autoclav la maxim 135 ° C; Ecran cu indicarea timpului de expunere de la 5sec. până la 20 sec. Minim trei regimuri de lucru – putere maximă, start lent și pulsativ Panou de comanda Tastatura din partea dreaptă pentru dirijarea instrumentelor și fotoliului din sticla și cu sensor: - mărirea puterii rot/min - activarea negatoscop - micșorarea puterii rot/min - revers pentru micromotor - iluminarea la instrumente - comutarea răcirii în două regimuri diferite spre/nimic - indicator cu lumină la activare a opțiunilor - umplerea paharului cu apă - clătirea scuiptoarei cu apă - mișcarea fotoliului în sus - mișcarea fotoliului în jos - mișcarea spătarului înainte - mișcarea spătarului înapoi - revenirea fotoliului la poziția inițială - salvarea și revenirea repetată a pozițiilor de lucru a fotoliului - regim de blocare a sensorului pentru a facilita dezinfectarea. Se admite ca funcțiile de umplere pahar și curățire bol scuiptoare să fie la masa medicului sau de la masa asistentei sau de la pedală Indicator cu lumina a puterii rot/min de la 0 % pînă la 100 % Brațul asistentului: Suprafața din sticla cu butoanele de comanda încorporate - umplerea paharului cu apă - clătirea scuiptoarei cu apă - mișcarea fotoliului în sus - mișcarea fotoliului în jos - mișcarea spătarului înainte - mișcarea spătarului înapoi - regim de blocare a sensorului pentru a facilita dezinfectarea <u>Aspirator de salivă pe bază de aer</u> Consum redus de aer Dotat cu aspirator de salivă Dotat cu aspirator chirurgical Reglare a puterii de aspirare, Dotat cu filtru pentru particule mari Ușor detașabil pentru curățire Puterea de aspirare minim 0.5 l/min <u>Reflector Stomatologic</u>			
--	--	--	--	--

		Brațul dublu articulat, Pantografic balansat. Minimum două axe de rotație, în plan vertical și orizontal Caracteristica tehnică a reflectorului: să ofere posibilitatea de a lucra cu materialele fotopolimerizabile, neaccelerând polimerizarea materialelor Lumina concentrată într-un dreptunghi cu dimensiunile de minimum 70x140 mm la distanță optimală de 70 cm $\pm$5 de focusare. Iluminare de la minim 8000 lux. Pedala electrică multifuncțională cu fir Comanda instrumentelor prioritare Reglarea puterii micromotorului prin acționare mecanică a butonelor de control Buton separat pentru mișcarea fotoliului sus-jos, coborîre-ridicare spătar Butoane separate minim 8 pentru: - Selectarea programelor de poziționare a pacientului în fotoliu - Activarea poziționării selectate a pacientului - Pentru activare / deconectare răcire spray pentru instrumente - Revers pentru micromotor - Pentru funcția seringă la turbină și micromotor - Reglare lentă a rotațiilor micromotorului - Umplerea paharului - Clătirea scuipătoarei <u>Blocul hidraulic</u> - Bol din sticla sau ceramică, ușor detașabil - Filtru de particule mari - Suportul cu bol are posibilitatea de a se roti în jurul axului de la 0 până la 45 grade – spre pacient și de la pacient - Clătitor pentru bol din sticla sau ceramică, mobil și detașabil - Posibilitatea programării volumului de apă turmat în bol de la 1 sec – pina la 40 sec - Umplutor a paharului cu apă din inox mobil și detașabil - Posibilitatea programării volumului de apă turmată în pahar de la 1 sec – pina la 20 sec -Volumul pentru apă distilată min.1.5 l <u>Cerințe obligatorii:</u> Posibilitatea de a alege culoarea tapităriei unitului stomatologic, să fie identică cu tapităria scaunului medicului și a asistentei medicale. La solicitare va prezenta certificatul de calitate CE, autorizația de la producător. Obligatoriu să dispună de act de garanție de la producător. Obligatoriu să dispună de etichetă fabricată de uzina în care se indică: Tipul unitului, Numărul de serie, Data producerii, Anul producerii – 2022 Cerințele solicitate în caietul de sarcini de către cumpărător să fie garantate prin înscrierile respective în pașaportul instalației, Pașaportul sa fie în limba rusa			
--	--	--	--	--	--

		sau română. Termenul de garanție: minim 3 ani. Servicii de mentenanță în perioada de post-garanție minim 2 ani Se va efectua școlarizare: 2 persoane din cadrul USMF "Nicolae Testemițanu" privind utilizarea, deservirea utilajului. Inginerul pentru asamblare și deservire (minim 2 persoane) să posede experiență în domeniul dat minim 5 ani. Operatorul economic va asigura instalarea utilajului			
2.2	Scaun pentru Medic	- Suport pentru picioarele rotund - Posibilitatea de regla unghiul de inclinare - Posibilitatea de a regla înaltimea spatarului - Suport pe 5 picioruse	buc	18	
2.3	Scaun pentru Asistent	- Posibilitatea de reglare a unghiului de inclinare - Posibilitatea de a regla înaltimea spatarului - Suport pe 5 picioruse	buc	18	
2.4	Masa pentru medic	Masă pentru instrumente stomatologice (de lucru pentru medic) mâner pentru direcționare bord protector suport mobil Specificații tehnice: Masă de service cu sertar dublu compact de top 2 sertare h: max. 11 cm 1 suport (poliță) deschis Mobilitate cu roți silențioase Dimensiuni: maxim 45 x 60 x 82 cm (h)	buc	18	
3.	Autoclav pentru sterilizarea instrumentarului stomatologic	Autoclav cu capacitate min. 23 și max. 24 litri, cu încărcătură din față, ce utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale. Caracteristica tehnică: - Clasa de autoclavare - B, S - Alimentare la rețeaua electrică – 220 V, 50 Hz - construcția interioară – din oțel inoxidabil, - exterior – din plastic, - regimuri de sterilizare – min. 4 programe, - control electronic- microprocesor, - să posede imprimantă termică, - monitorizarea procesului – pe ecran LCD sau afișaj LED, - Posibilitate de stocare a informației despre regimurile de lucru în format digital (card de memorie, stic), - Alarmer – acustică vizuală - Ciclu de sterilizare – ciclu de presiune pozitivă, ciclu de vacuum. - Facilități de setare – a ciclului de sterilizare și printarea rezultatelor, - Camera de sterilizare – din oțel - Volum interior – min. 23 și max. 24 litri - Gama de temperatură – 121-134 grade C, - Teste de lucru – Vaporii instantaneu, Teste B and D, Test Helix, Vacuum test. - Termenul de garanție min. 24 luni	buc	2	120000,00

		In cost vor fi incluse: - servicii de mentenanță în perioada de post-garanție minim 1 ani - serviciile de instalare a autoclavului - se va efectua școlarizare: 2 persoane din cadrul USMF "Nicolae Testemițanu" privind utilizarea și deservirea utilajului.			
4.	Set de instrumente chirurgicale pentru apicetomie.	Min. 15 instrumente chirurgicale cu boxa, care include: - Pensa parodontala Gerald; - Portac Crile Ryder (dupa autor) - 150mm+- 1mm; - Foarfece chirurgicale La Grange (dupa autor); - Bisturiu cu miner; - Miner pentru lame micro; - Pistol endo drept; - Miner pentru oglinda nr.5; - Micro oglinda; - Plugger; - Chiureta pentru os Hemingway (dupa autor) nr.1; - Chiureta pentru os Lucas (dupa autor) nr.87; - Elevator periostal numinat Molt (dupa autor) nr.9; - Retractor Senn-miller (dupa autor); - Aspirator chirurgical; - Retractor Gillies (dupa autor); - Boxa din inox. - Termenul de garantie – minim 12 luni	set	5	41000,00
5.	Trusa de chirurgie de bază	Sondă parodontală -cu scară, unghi unilateral cu mâner gol cu diametrul de 8 mm +-1mm, Mânerul pentru un bisturiu plat cu scara milimetrică nr. 3, DESCRIERE: - conexiune nr. 3 - compatibilă cu lame înlocuibile 10-11-12-12D-13-15-15C - scara milimetrica; - mâner plat - simplitate și ușurință de utilizare; - creștăturile speciale din zona de lucru nu permit alunecarea instrumentului în timpul lucrului; - lungimea mânerului bisturiului este de max. 125 mm; - curățare rapidă; - ușor și comod de utilizat; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. Mâner pentru un bisturiu rotativ nr 3 DESCRIERE: Port lama bisturiu, lung max.,160 mm+- 1mm, 180°. Suport pentru ac Mathieu (dupa autor) cu blocare internă, drept 140 mm +-1mm, DESCRIERE: - port-ac drept; - părțile de lucru sunt destul de mari și au capetele rotunjite; - suprafețele de lucru au creștături transversale; - dimensiunea acului 2-0, 3-0, 4-0; - lungimea instrumentului – max.140 mm; - curățare rapidă; - ușor și comod de utilizat;	buc	5	51000,00

		- oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. Suport pentru ace Crile-Wood (dupa autor) cu insertii de carbură drepte de max. 150 mm; DESCRIERE: - port-ac drept; - părțile de lucru sunt destul de mari și au capetele rotunjite; - suprafețele de lucru au creștături transversale; - dimensiunea acului 3-0, 4-0, 5-0, 6-0; - lungimea instrumentului – max.150 mm +/-1mm; - curățare rapidă; - ușor și comod de utilizat; - oțel inoxidabil chirurgical; - instrumentul este autoclavabil. Foarfece operaționale chirurgicale Iris BLACK SHARP LINE (dupa autor) cu vârf negru curbat; Foarfece de operare chirurgicale Goldman-Fox (dupa autor) Super tăiere cu vârf curbat; Retractor (expandator rotativ) Misch (dupa autor) 2 pentru țesuturile moi max.165 mm, Departator Misch (dupa autor) 2, max.165 mm Pensete anatomice rotunde drept max.180 mm, pensa chirurgicala Round (dupa autor), dreapta, max.180 mm; Pensule rotunde anatomice curbate de max.180 mm +/-1mm; Periostal Goldman-Fox Spreader (dupa autor), cu două fețe 4,5 mm - 5,5 mm; Spreader Periostal Prichard (dupa autor), cu două fețe 10 mm - 4,5 mm; Distribuitoare periostal Molt (dupa autor) N.9, cu două fețe 4 mm - 7 mm; Nippers (dupa autor) osoase (Rongers) (dupa autor), Micro Friedman (dupa autor) drept; Cutie cu capac pentru 20 de instrumente. - Autoclavabil; - Termenul de garanție – minim 12 luni			
6.	Aparat piezotom	• să posede certificate CE (conformitate europeană) Parametrii tehnici: • Putere 100 – 240V~50 Hz/60 Hz 600 mA (max) • Frecvența 24 kHz ~ 36kHz • Puterea de ieșire min 5W și max.35W • Greutate max. 3,1 kg • Panou de comandă digital (cu programele presetate) Componența setului: 1. Aparatul de piezochirurgie -1 2. 2 piese de mână autoclavabile 3. minim 14 anse diverse 4. Pedala de comandă -1 5. Boxă pentru sterilizarea și păstrarea piesei de mână și a anselor -1 6. Suport pentru piesa de mână 7. Suport pentru sticla cu ser fiziologic - 1 8. Geantă pentru păstrarea accesoriilor – 1 buc Termenul de garanție – minim 24 luni	buc	1	55000,00
7.	Fiziodispenser	Motor chirurgical pentru implantologie:	buc	4	220000,00

		Prezentare set: piesa contraunghi 20:1, irigatoare, bloc de control, pedala, micromotor, cablu de alimentare la rețeaua 220V, suport pentru soluție fiziologică Piesa contraunghi 20:1 cu fibră optică dubla pentru iluminare mai bună, irigare - prin interiorul piesei - pentru comoditatea doctorului și facilitarea irigației în cazul chirurgiei ghidate. Diametrul capului - maxim max, 9.8mm, mărimea capului maxim 13.5mm, greutate maximă ≤87g, nivel maxim de zgomot ≤57dB Blocul de comandă trebuie să aibă maxim 240mm x 240mm x 102mm, pentru a facilita plasarea în mobilierul medical, cu unitate de control autoclavabilă, și/sau cu posibilitatea de a proteja cu pelicula specială. Micromotor electric, fără perii (cu inducție), cu led, dimensiuni maxime: diametru 23mm x lungime 83mm, greutate maximă 110 grame, lavabil, autoclavabil. În regim de implantologie să asigure torque maxim pentru instrumente rotative de minim 70 Ncm. Termen de garanție min. 24 luni. Certificat de calitate CE.			
8.	Dispozitiv digital portabil de înregistrare a ocluziei	Setul constă din servietă, ce conține un dispozitiv digital de înregistrare a ocluziei portabil, încărcător inductiv, un încărcător cu cablu, un senzor de testare și o cutie de min. 25 de senzori ocluzali. Sistem digital portabil de înregistrare a ocluziei, care combină înregistrarea tradițională și digitală a distribuției presiunii pe suprafețe ocluzale. Sistemul digital portabil de înregistrare a ocluziei este utilizat în combinație cu senzorii ocluzali, și poate fi aplicat exact prin foliile de testare a ocluziei convenționale. Distribuția presiunii masticatorii pacientului este înregistrată digital în min. 256 de niveluri de presiune și apoi transmisă aplicației speciale de pe un iPad pentru evaluare ulterioară. Înregistrările sunt stocate în sistemul de gestionare a pacienților de pe iPad și pot fi revizuite sau exportate în orice moment. Setul conține: - servietă - dispozitiv de înregistrare a ocluziei portabil - încărcător inductiv - încărcător cu cablu - senzori de testare (cutie min.25 senzori) inductiv, un încărcător cu cablu, un senzor de testare și o cutie de min.25 de senzori ocluzali. Garantie min 24 luni, Operatorul economic va asigura școlarizarea a 3 angajați din cadrul Universității privind utilizarea și deservirea utilajului	buc	4	88000,00
9.	Aparat ultrasonic	Aparat ultrasonic pentru activarea serurilor în canalul radicular. Termenul de garanție – minim 12 luni	buc	3	9000,00
10.	Endomotor portabil fara fir	Descriere: 1. Cap mini pentru cea mai bună vedere 2. Interfață convenabilă și intuitivă 3. Motor fără perii 4. Funcție de autoreversare	buc	4	52000,00

		5. Posibilitatea de a instala capul în min. 6 poziții 6. Cap autoclavabil la max.135° 7. Dispune de min.5 programe personalizabile (cuplu, viteză, direcție de rotație, inversare automată, reciprocitate) 8. Opriți automat când este inactiv 9. Setări de salvare automată 10. Încărcător fără contact. Specificații tehnice: 1. Baterie Li-ion, de la min. 1200 mAh până la 1500mAh 2. Viteza de rotație: min.125rpm si max.800 rpm 3. Tipul de file: ø2,35 mm 4. Numărul de programe: min.5 5. Cuplu (N / cm): min. 0,5 si max. 4,5 6. Greutate: min. 120 grame, max. 160 grame 7. Dimensiune: maxime 270 x 40 x 35 Termenul de garanție min. 24 luni			
11.	Set de accesorii pentru fotografierea intraorală	Setul consta din: 1.Dispozitiv de ventilare (antiaburire) si iluminare oglinda cu baterie lithium (3.7 V/900 mAh). 2.Incercator de care 3.Oglinzi intraorale de diferite dimensiuni minm 3 buc 4.Retraктор vestibular 1 buc. 5.Retraктор 2 buc. Garanție 12 luni	buc	4	46000,00
12.	Endomotor fără fir, cu apex locator pe bază, integrat cu LED	Endomotor cu apex-locator integrat cu LED. Trei regimuri de lucru: endo-motor, apex locator, endomotor-apex locator, ecran tactil de min. 5 inch, min.7 tipuri de sisteme de ace endodontice setate, indicator luminos pentru - Apex, Baterie, Bluetooth., 4 moduri de funcționare – apex-locator, rotație continua, mișcare de reciprocitate, mișcare continua cu apexlocator Caracteristic tehnice - Alimentare încărcător 240V, 50 Hz - Cuplu reglabil min.0.6 si max. 3.9 N.cm - Min.5 setări pentru reglarea vitezei de rotație – min 125rpm și max.625rpm. - piesa de mana cu reductie 6:1 - Garanție min 24 luni	buc	9	126000,00
13.	Aparat de condensare și topire gutapercii.	Aparat de condensare gutapercă ce conține în set pistol de topire a gutapercii, pistol de condensare, încărcătoare și vîrf. Pistol de topire a gutapercii cu următoarele caracteristici: - Temperatura de lucru 160,180,200, 230 grade C. - Timpul de lucru max. 1.5 ore - Baterie Li-ion 3,7V și min.2200 mAh - Min.4 virfuri în set - Conexiune wireless - Capul pistolului să se poată roti la 360 grade - Dezvoltă temperatura de 200 grade C în 30 secunde Pistol de condensare cu caracteristicile: - Temperatura de lucru de 150, 180, 200, 230 grade C	buc	3	66000,00

		- Timpul de încălzire de max.5 sec. - Baterie Li-ion de 3.7V și min. 2600 mAh - Min. 4 vîrfuri în set - Garanție min. 24 luni.			
14.	Dispozitiv de malaxare automata	Setul consta din: dispozitiv de malaxare automata pentru VPS(Vinyl Polysiloxan) +min.10 cartuse cu volumul max. de 0.380 ml. fiecare material amprentar (tester) in set. Caracteristici dispozitiv de malaxare: • Complet automat cu min.12 programe de mixare pentru fiecare tip de material de amprentare. • Extrem de ușor de operat datorita semnalelor sonore pentru fiecare etapa de lucru emise de dispozitiv. • min.3 nivele de viteză - extrem de rapid și eficient în timp adaptate nevoilor variate ale echipei dentare. • Proces de tratament fără erori si calitatea materialului invariabil omogenă și fără bule. • Dozare optimă. • Raport de amestecare perfect • Interfață USB mini tip B5 pin, pentru actualizarea software-ului. Caracteristici tehnice: • Conexiune electrica 230V. • Siguranta de retea T2A,250V. • Fregventa 50 hz/60 hz. • Putere max.200 W=200 VA. • Pistonul de presare a cartusului cu material de amprentare revine in pozitia initiala maximum in 11 secunde. • Dimensiuni dispozitiv maximum 370x180x430 mm. • Greutate max. 8.9 kg. • Temperatura ambietala min +5 si max +40 • Temperatura recomandata de functionare min. +18 si max. +40 • Culoarea ALBA. Termenul de garantie min. 24 luni	buc	5	125000,00
15.	Apex Locator cu test de vitalitate a pulpei	Caracteristică: 1. Functie de masurare a vitalitatii pulpei dentare 3. Posibilitatea de reglare a unghiului dupa necesitate 3. Proiectare multi-frecvență, exactă; 4. Tehnologie de generare precisă stabilizată la curent 5. Funcția de autotest în localizatorul de vîrf; 6. Zona îngustă a vârfului poate fi ajustată dupa necesitatea; 7. Semnal sonor; Date Tehnice: 1. Tensiunea adaptorului: AC110-240V, 50 / 60HZ 2. Baterie: 7.4V / max. 1000mAh baterie Li-ion schimbabilă 3. Timp de incarcare: max.3 ore 4. Afișaj: ecran LCD color 5. Functie de semnal sonor Volum / greutate: 1. Volum (cm): maxim 24x19x9 2. Greutate: max.2,0 KG Garanție min. 24 luni	buc	6	30000,00

16.	Cuptorul de încălzire a obturatorului endodontic	Încălzire tridimensională pentru o umplere excelentă a canalelor laterale și apicale lungi și curbe. Încălzirea rapidă min 15 si max 35 sec periuta de curatat si un set de stikere autocolante Voltaj: 115 or 230 VAC, 50/60 Hertz Nivelul tensiunii de alimentare: $\pm 10\%$ Garantie 12 luni	buc	1	11700,00
17.	Apexlocator	Ecran LCD care oferă o imagine clară și strălucitoare - culori diferite ce indică într-un mod clar traiectoria acului. Tehnologie avansată de măsurare și calibrare asigură măsurători precise. Pliabil, ușor de ajustat unghiul visual Date: Baterie: 3.7V/750mAh Consum: $\leq 0.5W$ Ecran: min. 4.5" LCD Greutate unitate principală: max. 336g Dimensiuni: maxim - 84mm x 88mm x 112mm Prezentare: Clema ac; Cîrlig ac; Sonda ac; Baterie reîncărcabilă Garantie 24 luni	buc	12	66000,00
18.	Craniu 3D	Craniu didactic format din min 7 piese. Partea dreapta, transparenta, cu toate structurile transparente cu dimensiunile maxime 35x18x18 cm; min. 1,0kg. Termenul de garanție minim 12 luni	buc	4	40000,00
19.	Apexlocator	Aparat pentru determinarea lungimii de lucru, afișaj LED color, funcționează corect în canale uscate și umede. Nu este necesară calibrarea și ajustarea zero. Control îmbunătățit datorită sunetului progresiv în min. 4 trepte. La aparat se anexează 1 adapter de curent universal, 1 cablu de măsurare cu clemă, 2 cleme de buze, 1 cârlig de conectare. Ecran color LEDs. Greutatea aparatului: min. 50 gr – max. 360 gr. Consum: min. 0.5W- max.50W. Dimensiuni: min. 20 x 15 x 9 (+/- 5) cm. Încărcare de la rețea/acumulator reîncărcabil. Termenul de garanție minim 24 luni	buc	3	18000,00
20.	Bormașini pentru preparare	Destinată pentru prepararea țesuturilor dentare. Date tehnice –Tensiune de alimentare 220V/50Hz -10%, 110V/60/Hz-10% FDA, Cuplu puternic și control continuu de viteză variabil de la 0 pînă la 45.000 rpm, mai puțin motor de perie de carbon cu vibrații standard fără căldură după ore lungi de funcționare, schimbare ușoară a direcției de conducere pentru eficiență , pedală pentru picior, abilitate de rotire dreapta și stînga, proiectare compactă și ergonomică.Componentă - min. 6 moturi, bur.- 2,35mm, 1 piesă dreaptă, 1 piesă contraunghi, 1 pedală de picior. Termenul de garanție minim 24 luni	buc	15	30000,00
21.	Masa cu vibratie pentru turnare modele	230V, 50Hz, putere max. 150 W, greutate max.6kg. Termenul de garanție minim 12 luni	buc	4	16000,00
22.	Lampa bactericida de perete	Lampa bactericida de perete reciclatoare cu carcas metalic Sursă de iradiere – lampă ultravioletă; Confecționată din metal;	buc	3	12000,00

		Greutatea max. 3 kg NETO $\pm$ 10%; Sursa de energie electrică 220 -230 V; Dimensiunile max. 1170 x 175 x 110 mm $\pm$ 10%; Numărul tuburilor (tub)– două; Tipul iradierii – închis; Puterea utilizată de 2 lămpi – /60-75/ W; Lungimea unde max. 253,7 nm; Productivitatea (nivelul de prelucrare pe oră) = min.- 100 m³ pe oră, $\pm$ 10%; Termenul de exploatare a lămpii = 8000 - 10000ore cu prezentarea documentului de confirmare despre aceasta; Lampa să fie dotată cu control de evidență a utilizării lămpilor și a timpului lor de lucru (contor de oră); Să fie posibilă iradierea undelor ultraviolete în prezența pacienților; Fără ozon; Nivelul potențialului risc 2 E; Nivelul de protecție la electrocutare – tip B; Tip de protecție la electrocutare – clasa I; Nivelul acustic max – 40 DB; Termenul de garanție min 36 luni; Setul să fie dotat cu reciclator, set de fixare și instrucție în limbile română sau rusă; Producerea lămpii a. 2021 cu indicarea pe fiecare element; Certificat CE. Termenul de garanție minim 36 luni			
23.	Aparat de ambalat cu suport pentru rulouri	Aparat de ambalat cu support pentru rulouri de sigilare, 220V, banda de etanșare de min. 12 mm. Termenul de garanție minim 12 luni	buc	3	12600,00
24.	Distilator	Caracteristici: Distilare min.700ml si max. 2000ml/oră, Capacitate – min. 4l, Dimensiuni: diametru min. 23-25cm, înălțime – max.35-40cm, masa max. 6 kg, voltaj – 220V. Termenul de garanție minim 12 luni	buc	4	16800,00
25.	Articulator complet reglabil	Specificații tehnice: - Tip –Arcon - Pantă condiliană reglabilă min.20 si max. 60 grade - rază de curbura –max. 19 mm - Unghi Bennet (după autor) reglabil –min.5 și max. 30 grade - Protruzie min.0 si max. 6mm și retruzie min.0 si max 2 mm - Mișcări de lateralitate – min 0 sim max 1.5 mm - Înălțimea de max. 126 mm - Reglaj anterior – min 5 si max 10 mm. - Termenul de garanție minim 24 luni - Operatorul economic va asigura școlarizarea a 3 angajați din cadrul Universității privind utilizarea și deservirea utilajului	buc	1	22000,00
26.	Arc Facial	Arc facial realizat din aluminiu, deschidere paralelă pentru adaptare în canalul auditiv al pacientului, frontal – fixarea arcului facial să se efectueze printr-o bară deplasabilă în tija nazală cu sprijin în punctul nasion (baza nasului). Fixarea arcului facial pe craniul pacientului să se efectueze printr-un sistem de montare	buc	1	14000,00

		în trei puncte (2 adaptoare auriculare și sprijin în punctul nasion). Să posede în set furcă de înregistrare a arcadei superioare, conexiunea dintre furcă și arcul facial să fie realizată printr-un suport articular 3D. Arcul facial să fie compatibil cu articulatorul Artex CR. Termenul de garanție minim 24 luni Operatorul economic va asigura școlarizarea a 3 angajați din cadrul Universității privind utilizarea și deservirea utilajului			
27.	Măsuța de ghidare individuală compatibilă cu articulatorul Artex CR	Măsuța de ghidare individuală compatibilă cu articulatorul Artex CR (AmmanGirbach). Măsuța de ghidare individuală este utilizată pentru a menține unghiul de ghidare incizală și funcționează într-un mod în care tija verticală se sprijină pe centrul mesei de ghidare incizală în timpul mișcărilor de articulație. Termenul de garanție minim 24 luni. Operatorul economic va asigura școlarizarea a 3 angajați din cadrul Universității privind utilizarea și deservirea utilajului	buc	1	9000,00
28.	Măsuță de transfer compatibilă cu articulatorul Artex CR	Măsuță de transfer compatibilă cu articulatorul Artex CR (AmmanGirbach) Realizează transferul parametrilor din arcul facial în articulator. Termenul de garanție minim 24 luni Operatorul economic va asigura școlarizarea a 3 angajați din cadrul Universității privind utilizarea și deservirea utilajului	buc	2	14000,00
29.	Autoclav multifunctional	Autoclav multifunctional care permite curatarea, lubrifierea și sterilizarea a 6 piese de mana și turbine printr-o simplă atingere. Inclus în set min.6 adaptoare la alegere p/u orice tip de adaptare. Avantaje de curatare, ungere, dezinfectie și sterilizare într-un singur ciclu a turbinelor, pieselor de mana și a anselor pentru detartraj. Interfata pentru sisteme de documentare electronice Decontaminare în conformitate cu standardele internaționale Curatare și sterilizare proces în conformitate cu EN/ISO15883 și EN13060 Specificatii tehnice • Greutate neta: min 20 și max. 23kg • Nivel zgomot: <65 dBA • Alimentare: 90-120 VAC / 190-240 VAC • Frecventa: 50/60Hz • Curent nominal la 110/230VAC: 10 A/5A • Consum: max.1 kW • Clasa electrica: I • Lungime ciclul: min.16 și max. 32 minute • Conditii de operare: temperatura min 16°C și max. 26°C • Umiditate relativa: 60-80% • Fluctuatii in alimentare: +/- 10% • Volum rezervor apă: max 2litr • Presiune de lucru maxim admisa in camera autoclav: max.3.5bari Termenul de garanție minim 24 luni	buc	1	78000,00

		Operatorul economic va asigura școlarizarea a 3 angajați din cadrul Universității privind utilizarea și deservirea utilajului			
30.	Compresor de aer pentru două instalații stomatologice	Compresor de aer pentru două instalații stomatologice 1. Compresorul oferat trebuie să fie compatibil cu instalațiile stomatologice Diplomat Dental deținute de Universitate; 2. Compresorul dat să asigure cu aer comprimat două instalații stomatologice concomitent; 3. Motor cu 1 fază 50 Hz, minim 1.2 KW, minim 7.6 A; 4. Volumul minim a rezervorului 30 litri; 5. Să fie dotat cu uscător de aer pentru fiecare motor; 6. Să posede debitul minim de aer la presiunea de 5 Bar – 160 NL/min; 7. Nivelul maxim de zgomot 71 DB (A); 8. Dimensiuni maxime 620mm x 460 mm x720mm; 9. Greutatea (netă) maximală 54 kg; 10. La solicitare va prezenta certificatul de calitate CE și ISO; 11. Pașaportul de exploatare să fie în limba română și rusă; 12. Operatorul economic va asigura transportarea, instalarea și școlarizarea a 3 persoane. 13. Termenul de garanție: minim 3 ani. 14. Servicii de mentenanță în perioada de post-garanție minim 2 ani	buc	1	25000,00
31.	Compresor de aer pentru patru instalații stomatologice	Compresor de aer pentru patru instalații stomatologice 1. Compresorul oferat trebuie să fie compatibil cu instalațiile stomatologice Diplomat Dental deținute de Universitate; 2. Compresorul dat să asigure cu aer comprimat patru instalații stomatologice concomitent; 3. Să fie dotat cu 2 motare cu faza 50 Hz, minim 2.4 KW, minim 15.4 A; 4. Volumul minim a rezervorului 100 litri; 5. Dotat cu uscător de aer pentru fiecare motor; 6. Debitul minim de aer la presiunea de 5 Bar – 320 NL/min; 7. Nivelul maxim de zgomot 73 DB (A); 8. Dimensiuni maxime 1155 mm x 550 mm x 745mm; 9. Greutatea (netă) maximală 112 kg; 10. Recomandat pentru 4-5 instalații stomatologice; 11. Termenul de garanție: minim 36 luni; 12. Pașaportul de exploatare să fie în limba română și rusă; 13. La solicitare va prezenta certificatul de calitate CE și ISO; 14. Operatorul economic va asigura transportarea, instalarea și școlarizarea a 3 persoane. 15. Servicii de mentenanță în perioada de post-garanție minim 2 ani	buc	2	75000.00

Președintele grupului de lucru

Valeriu Revenco

