

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.23)

prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.gov.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV 33100000-1

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoare estimată	Beneficiari
1	Dispozitiv pentru reprocesarea automata a endoscoapelor	Descriere: Concepute pentru a dezinfecta și steriliza folosind un sistem automat de spălare și curățare a endoscopului. a) Static pe podea sau masa b) Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: - Curățirea/Spălarea - Clătirea - Dezinfecția - Clătirea - Clătirea finală - Uscarea canalelor c) În caz de necesitate să fie posibil de adăugat o etapă adițională de pre curățire. d) Monitorizarea și controlul fluxului soluții pe fiecare canal separat. e) Verificarea și detectarea automata a scurgerilor endoscopului să fie efectuată pe parcursul întregului ciclu de dezinfecție. f) Timpul unui ciclu deplin de reprocesare: ≤ 30 min g) Tipuri agenți anti microbieni: Chimici (peracetic acid, glutaraldehyde, chlorinedioxide) h) Compatibil cu următoarele tipuri de endoscoape: Olympus obligatoriu Fujifilm obligatoriu Pentax obligatoriu Storz obligatoriu Alți producători indicați producătorii oferți i) Rezervor, $l \geq 15$ litri j) Variația de temperatura ≤ 45 grade k) Încărcarea detergent Automata l) Alarma Automata m) Stand pe roți, opțional”. n) Auto dezinfectare o) Endoscoape per ciclu ≥ 1 p) Soluții de dezinfecție pentru minim 100 cicluri depline. q) Cel puțin 2 canale, la care se poate de conectat endoscoapele. r) Sistem de prefiltrare a apei. s) Imprimanta externă. t) Compresor de aer, în cazul în care dispozitivul are nevoie de compresor	Bucată	1	500 000,00	SR Cimișlia

		pentru funcționare. u) Include în preț deservirea și piesele necesare pentru 4 ani.				
2	Centrifugă de laborator	1. Caracteristici generale: Centrifugă de uz general, cu refrigerare Funcție de prerăcire Interval temperatură: minim de la -20°C până la cel puțin +40°C Viteză variabilă: Minim: 500–1000 rpm Maxim: ≥15.000 rpm Ajustare în pași de cel mult 10 rpm RCF maxim: ≥20.000 Nivel de zgomot: ≤65 dB Operare prin tastatură și buton multifuncțional de control Tastă de impuls pentru funcționare scurtă 2. Programe și control: Minimum 9 programe de lucru programabile Minimum 9 trepte de accelerație și 10 trepte de decelerație Sistem de afișaj digital (LCD/LED) cu iluminare, ce indică toți parametrii activi Mesaj auditiv (beep) la finalul ciclului 3. Siguranță și structură: Carcasă și capac: material metalic rezistent Cameră de centrifugare: oțel inoxidabil Port de vizualizare în capac Blocare automată motorizată a capacului Protecție împotriva deschiderii accidentale Deblocare de urgență Deteție automată a dezechilibrului Deteție și afișare erori pe ecran Recunoaștere automată a rotorului 4. Specificații tehnice: Alimentare: 200–240V, 50/60 Hz Timer: 1 sec – 99 min 59 sec, mod funcționare continuă Rulare și frânare: max. 30 secunde 5. Rotor și compatibilitate: Furnizată cu rotor unghiular fix (45°) Capacitate totală a rotorului: 90 ml-200ml Compatibilitate cu eprubete standard: Minim 30 eprubete per rotor Suport pentru eprubete de:	Bucată		280 000,00	Centrul Republican de Diagnosticare Medicală - CRDM
				2		

		3–5 ml (13 × 75 mm) 8–10 ml (16 × 100 mm)				
3	Sterilizator de aburi 750L	Scop clinic sau alt scop Unitatea este concepută pentru a acoperi un domeniu larg de aplicații în Departamentele de Sterilizare Centralizată, aplicații farmaceutice și biotehnologice. Sterilizator complet automat cu abur de mare viteză pre și post vacuum. Modelul este un sterilizator încălzit electric, care funcționează cu abur saturat ca agent de sterilizare și are o temperatură între 105°C și 138°C și o presiune de până la 4 bari. Autoclavul este clasificat ca Clasa B conform MDD 93/42/EEC. Autoclavul este proiectat ca un sterilizator cu abur mare în conformitate cu EN285. Dispozitivul nu este destinat utilizării în prezența amestecurilor inflamabile. da Nivel de utilizare Spital raional, spital municipal, spital republican, spital de specialitate. da Departament/secție clinică Decontaminare, Sterilizare da CAPACITATE Volumul camerei (convențional 750 l), orizontal, cu încărcare frontală: minim 740 l – maxim 830 l”. CADRU, CORP Versiune cu uși duble, independente (de trecere) da Cameră din oțel inoxidabil AISI 316L da Cămașa din AISI 316L da Față din oțel inoxidabil AISI 304L, capace laterale da Țevile, pompele, fittingurile, racorduri tri-clamp sunt fabricate din oțel inoxidabil 316Lda Ușă glisantă verticală complet automatăda Etanșarea ușilor trebuie asigurată prin garnituri din silicon cu sistemul pneumatic și de vacuum da Ușa rămâne blocată până la sfârșitul procesului de sterilizare da Ușa trebuie proiectată cu un sistem de siguranță pentru a preveni rănirea utilizatorului cu buton de oprire usă pneumatic sau electronic(integrat în usă). da Tip camera de sterilizare- dreptunghiulara da GENERATOR DE ABURI Generator de abur incorporat. Sterilizatorul are un generator de abur incorporat complet automat, cu elemente electrice ca sursă de caldură. da Sistem de monitorizare a nivelului de apă din generator – automat electronic da	bucată	1	1 800 000,00	SCTO

		Încălzitoare interioare cu control separat și siguranță la scurtcircuit da Protecție la supraîncălzire. Această protecție previne supraîncălzirea generatorului de abur dacă protecția împotriva fierberii uscate nu funcționează. da Echipat cu pompa de vacuum pe baza de apa, integrată da Sistem uscare: Sistem vacum prin injector sau sistem venturi sau similar". da Echipat cu pompa de apa de umplere a generatorului de abur, integrată da Răcitor/atenuator de abur (schimbător de căldură integrat) pentru sistemul de drenaj da Egalizarea presiunii în camera de sterilizare este asigurată prin filtru HEPA da Camera generatorului din oțel inoxidabil AISI 316L da CICLU Regimuri prestabilite de sterilizare ≥ 5 programe Regimuri de sterilizare care pot fi programate de utilizator ≥ 10 programe Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit da Teste acceptate: test de vacuum (scurgere) și test Bowie-Dick, preîncălzire. da Control electronic: microprocesor da Senzori de presiune independenți pentru generator, cămașă de protecție, cameră de sterilizare min. 3 buc. Monitorizare digitală: temperatura camerei, presiunea camerei, presiunea generatorului, presiunea cămașa , temperatură cămasă. da Afișarea graficului de sterilizare pe ecran da La sfârșitul ciclului de sterilizare trebuie să imprime un raport pe hârtie care să includă: temperatura, presiunea, erori în timpul sterilizării, (stocarea paralelă a datelor în memorie). da SIGURANȚĂ Protecție împotriva temperaturii excesive da Dispozitivul trebuie să fie echipat cu software, protecție electrică și mecanică de siguranță da Alarmer: pană de curent, temperatură scăzută, eșec ciclu de sterilizare, nivel apă scăzut, da				
--	--	--	--	--	--	--

	Camera va menține o presiune de testare ≥ 6 bar, echipată cu o supapă de siguranță reglabilă da Manometre minim 2, presiunea și temperatura trebuie să fie pe panoul frontal da Ușile trebuie să fie izolate termic pentru a preveni ca temperatura suprafeței să prezinte un potențial pericol pentru operatori da Sistem de protecție la deschiderea ușii în caz de presiune în camera de sterilizare da Ușile se blochează pentru a preveni deschiderea ambelor părți da Sterilizatorul cu abur ar trebui să fie prevăzut cu sisteme de monitorizare independente și cu alarme audio și vizuale pentru a notifica operatorii cu privire la orice problemă care necesită atenție. Un buton de oprire de urgență de pe partea de încărcare a autoclavului poate fi utilizat pentru a opri în siguranță ciclul autoclavului. Întrerupătorul de siguranță trebuie să permită izolarea tuturor surselor de alimentare cu energie electrică a generatorului de abur. Întrerupătorul de siguranță trebuie să poată fi blocat în poziția OPRIT. da CARACTERISTICI ELECTRICE 380V, 50 Hz, 3 faze de bază da Caracteristici electronice Panouri cu ecran tactil multicolor de minim 7 inchi de pe ambele părți da Niveluri de acces multiple și parole de utilizator pentru securitate sporită da Test de diagnosticare intrare/ieșire ce permite verificarea fiecărei componente a sistemului separat da Port USB da Posibilitatea de conectare la Internet da Software instalat pentru monitorizare de la distanță da Memorie internă pentru stocarea a minim 1.000 de cicluri da Accesorii/ piese de schimb Kit de întreținere pentru doi ani (trebuie să includă tot ce este da, dar nu numai, garnituri de ușă, filtre HEPA) da, 2 ani Imprimantă de date integrată (hârtia utilizată pe imprimantă trebuie să aibă dimensiuni universale utilizate în alte unități) da Suport de încărcare, cu 2 nivele de stocare, adaptat pentru trecere în sterilizator, fabricat din inox min.1 suport Hârtie de imprimantă min. 10 buc.				
--	---	--	--	--	--

		Capcana de aburi (stream trap) sau sistem similar da Sistem de încărcare (cărucior/troleu) adaptat pentru dimensiunea sterilizatorului cu abur oferit, oțel inoxidabil min. 2 cărucioare Compresor de aer, integrat (fara ulei) da Coș pentru pachete de dimensiuni ± 580x360x200, din oțel AISI 316L da Transport Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală da Instalare Furnizorul trebuie să efectueze complet verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare. Toate operațiunile trebuie să aibă un raport de conformitate. Trebuie asigurată instruirea utilizatorilor și a tehnicienilor. da garanție minim 24 de luni da Cerințe de documentare Toate documentele justificative, manualele de operare, de service trebuie prezentate în limba de stat sau în limba engleză. Manualul de utilizare/Instrucțiunile de utilizare trebuie prezentate în limba engleză și în limba de stat. Manualul de service cu ilustrații ale tuturor componentelor tehnice, senzori, pompe, clapete pneumatice/electrice, garnituri silicon/cauciuc; cu indicarea nr de catalog al piesei. da				
4	Sterilizator cu plasmă 130L	Sterilizator cu plasmă Descriere Sterilizatorul cu plasmă la temperatură scăzută (peroxid de hidrogen), potrivit pentru sterilizarea rapidă a diferitelor instrumente medicale chirurgicale în sălile de operație ale spitalelor și în spațiile de sterilizare centralizată. Lista minimă de articole și materiale care pot fi sterilizate: histeroscop, laparoscop, laringoscop, sondă, endoscop rigid, endoscop flexibil, lentilă oftalmică, cablu de fibră optică, senzor de presiune intracraniană, sondă de crioterapie, dispozitiv de prostatectomie, dilatator esofag, instrument de electrocauterizare, motor de vibrație, cap laser, metal, sticla, silicon. Volumul camerei, orizontal, cu încărcare frontală min. 120 L Independent, de tip dreptunghiular da Camera oțel inoxidabil AISI 316L / AISI 304 Camera proiectată pentru a rezista la presiunea de vacuum da Față oțel inoxidabil AISI 304L / oțel vopsită cu pulbere rezistent la zgârieturi	bucată	1	1 300 000,00	SCTO

Versiune cu o singură ușă. da
 Capace laterale da
 Ușa trebuie proiectată cu un sistem de siguranță pentru a preveni rănirea
 utilizatorului cu buton / sistem de oprire de urgență da
 Țevile și fittingurile fabricate din oțel inoxidabil 316L da
 Ușa rămîne blocată până la sfârșitul programului de sterilizare. da
 Tip cameră de sterilizare dreptunghiulară, 2 nivele / rafturi da
 Nu sunt necesare facilități speciale (apă / aerisire) da
 Poate fi instalat și mutat cu ușurință da
 Pompă vacuum de înaltă performanță, pentru penetrare adâncă da
 Timp de ciclu rapid da, max. 40min
 Timp de ciclu avansat da, max. 65min.
 Carcasă rezistentă la coroziune și acizi da
 Fără aerare după sterilizare da
 Autotest, Test de scurgere (ermetizare) da
 Destinat pentru sterilizarea materialelor sensibile la umiditate/caldură da
 Regimuri prestabilite de sterilizare da, ≥ 3 programe
 Funcționare: temperatura de sterilizare de 50 ± 10 , temperatură scăzută fără
 umiditate, fără deteriorare a articolelor și instrumentelor sterilizate da
 Admisia de aer -echipata cu un filtru HEPA da
 Sistemul de sterilizare cu plasmă capabile să efectueze validare independentă
 în conformitate cu ISO 14937 cu un kit de validare opțional. Fiecare fază a
 ciclului validată. da
 Protecție împotriva temperaturii excesive da
 Sistem de filtrare a vaporilor de ulei de evacuare da
 Alarmer: pană de curent, temperatură scăzută, întrerupere a ciclului da
 Temperatură și presiune scăzute în timpul sterilizării da
 Procesul de sterilizare rezultat: apă și produse secundare de oxigen da
 Sistemele de filtrare vor asigura decontaminarea aerului la intrarea în camera
 de sterilizare da
 Sterilizantul nu va folosi reziduuri de substanțe toxice, nici drenaj sau
 evacuare, fără prejudicii asupra operatorului.
 Sistem de filtrare a gazelor de evacuare din sterilizator, fără emisii periculoase,
 nocive sau mirositoare, fără poluare a mediului" da
 Utilizarea unui sistem de încălzire ignifug în conformitate cu standardele de
 Securitate și / sau rezistent la explozie da
 Alimentare da, 380V, 50 Hz, 3 faze sau 220 monofazat 50 Hz
 Panou tactil cu ecran multicolor de minim 7 inch da
 "Niveluri de acces la meniul de service prin parole/ coduri de acces. Toate
 parolele/codurile
 de acces vor fi puse la dispoziția personalului

		tehnic la momentul predării-primirii dispozitivului." da Sistem controlat cu microprocesor PLC cu sistem de control complet automat da Posibilitatea de conectare la Internet da Memorie internă pentru stocarea minim 500 de cicluri da Kit-uri de mentenanță pentru min. 2 ani da Imprimantă termică de date integrată (hârtia utilizată pe imprimantă trebuie să aibă dimensiuni universale utilizate în alte unități) da, min 10 role Indicatori biologici pentru sterilizare cu plasma da, min 50 buc. Test indicator tip bandă da, min 2000 buc. Incubator / termostat pentru indicatori biologici sterilizare da Rola sterilizare plasma 100mmx70m da, 40 buc. Rola sterilizare plasma 150mmx70m da, 40 buc. Rola sterilizare plasma 250mmx70m da, 20 buc. Rola sterilizare plasma 400mmx70m da, 10 buc. Agent de sterilizare H2O2 da, pentru min 1000 cicluri de sterilizare Cerințe de certificare: Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor da Instalare, darea în exploatare, instruire obligatorie da Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare da Certificat de școlarizare a personalului (eliberat de către producătorul utilajului supus instalării) da Servicii de mentenanță preventivă incluse pe perioada de garanție da În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. da Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h da La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză, Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. da Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv da				
5	Sistem de video Gastro-colonoscopie	1) VIDEOGASTROSCOP HD – 1 BUC. a) Cu imagine HDTV (High Definition TV) sau HD b) Camp de vedere (minim): 140° c) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei	Set	1	1 368 393,00	SR Cimișlia

- d) Adancimea campului vizual (minim): 3-100 mm
- e) Capacitate de flexiune (minim): sus 210°,jos 90°, dreapta 100°, stanga 100°
- f) Manerul de comanda prevazut cu minim 4 butoane cu functii variabile, care pot seta minim urmatoarele functii:
 - inghetarea imaginii endoscopice
 - eliberarea imaginii endoscopice catre dispozitive de inregistrare predefinite
 - capturarea imaginii endoscopice in imprimanta video
 - cumutarea modului de observare intre observarea in lumina normala si diverse moduri de observare
 - cronometru- opțional
 - balansul de alb
 - inregistrarea sau intreruperea inregistrarii pe dispozitivele de inregistrare video
 - pornirea sau oprirea pompei suplimentare de apa- opțional
- g) Canal instrumental: >=2,8 mm
- h) Diametru tubului de insertie: <=9,8 mm
- j) Lungimea de lucru: >=1000 mm
- k) Cu conector la videoprocessor care nu necesita capac de etansare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat in apa, evitandu-se astfel defectiunile datorate patrunderii apei in interiorul endoscopului prin imersarea lui fara capacul de etansare

2. VIDEOCOLONOSCOPIE HD – 1 BUC.

- a) Cu imagine HDTV (High Definition TV) sau HD
- b) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei
- c) Camp de vedere (minim): 140°
- d) Adancimea campului vizual (minim): 4-100 mm
- e) Capacitate de flexiune (minim): sus 180°,jos 180°, st. 160°, dr. 160°
- f) Manerul de comanda prevazut cu minim 4 butoane cu functii variabile care pot telecomanda minim urmatoarele functiile setate:
 - inghetarea imaginii endoscopice
 - eliberarea imaginii endoscopice catre dispozitive de inregistrare predefinite
 - capturarea imaginii endoscopice in imprimanta video
 - cumutarea modului de observare intre observarea in lumina normala si diverse moduri de observare

- inregistrarea sau intreruperea inregistrarii pe dispozitivele de inregistrare video
- pornirea sau oprirea pompei suplimentare de apa
- g) Canal instrumental: $\geq 3,7$ mm
- h) Cu canal suplimentar de apa prin care se poate pompa apa in jet pentru a permite curatarea colonului de mucus sau reziduuri
- i) Diametru exterior al tubului de insertie: $\leq 13,2$ mm
- k) Cu functie de rigidizare in trepte a tubului de insertie, ce da posibilitatea ajustarii rigiditatii colonoscopului prin simpla rotire a unui inel de ajustare care se afla pe manerul de control al endoscopului
- l) Lungimea de lucru: ≥ 1600 mm
- m) Cu conector la videoprocessor care nu necesita capac de etansare a contactelor electrice pentru a putea fi imersat in apa, evitandu-se astfel defectiunile datorate patrunderii apei in interiorul endoscopului prin imersarea lui fara capacul de etansare

4. **VIDEOPROCESOR CU SURSA DE LUMINA – 1 BUC.**

- a) Unitate compacta videoprocessor cu sursa de lumina-integrat sau separat
- b) Posibilitate de configurare a limbii Romane sau Ruse;
- c) Procesor imagine de inalta definitie (HDTV sau HD) cu rezolutie nu mai mica de 1920x1080pixeli (1080p)
- d) Permite investigarea endoscopica cu tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, ceea ce duce la o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei
- e) Cu iesire pentru semnal: VBS composite, Y/C si RGB, HD-SDI, DVI
- f) Memorie externa, conectare USB
- g) Posibilitatea de intarirea contururilor de structura pe minim 3 nivele
- h) Iris automat
- i) Reglarea tonurilor de culoare rosu/albastru/saturatie de culoare (minim): + 8 pasi
- j) Posibilitatea de etalonare automata de alb
- k) Reglarea automata a amplificarii (AGC)
- l) Contrastul sa poata fi setat in minim 3 moduri (Normal, Inalt si Scazut)
- m) Posibilitatea de schimbare a marimii imaginii endoscopice
- n) Posibilitatea de inghetare a imaginii endoscopice pe ecran
- o) Functie pre-freeze care da posibilitatea selectarii automate a celei mai clare imagini statice
- p) Posibilitate de zoom electronic
- q) Posibilitatea de alegere a functiilor variabile pentru butoanele endoscoapelor

	r) Posibilitatea de recunoastere a datelor de identificarea ale endoscopului s) Afişarea datelor de pacient t) Posibilitatea de pre-inregistrare a datelor pentru minim 50 de pacienti (minim ID, nume, sex, data nasterii, varsta, comentariu) u) Posibilitatea de inregistrare a setarilor pentru minim 10 de utilizatori v) Cu tastatura pt. introducerea datelor cu tastare multilingva care poate tasta si semnele diacritice w) Lampa examinare cu LED sau XENON (echivalent 250Watt Xenon) x) Sursa de lumina echipata cu filtrele necesare tehnologiei de banda ingusta de culoare pentru posibilitatea de cromendoscopie y) Ajustare automata a luminozitatii in minim 13 pasi z) Pompa de aer inclusa cu minimum 3 trepte aa) Posibilitatea de conectarea a capului de camera chirurgical pentru a fi folosit in chirurgie laparoscopica cu telescop. Specificarea capului de camera compatibil. 5. ASPIRATOR ENDOSCOPIC – 1 BUC. a) Cu borcan de minim 2 L, autoclavabil b) Cu filtru microbacterian (minim 5 buc.) c) Volum de aspiratie: >=20L/min 6. TESTER DE HERMETICITATE – 1 BUC. 7. MONITOR – 1 BUC. a) Pentru vizualizarea de imagini endoscopice de minim 26-inch b) Rezolutie Full HD: 1920 X 1080px c) Intrare semnal de la videoprocessor d) Unghi de vedere minim - 178°/178° 8. TROLIU ENDOSCOPIE – 1 BUC. a) Compatibil cu echipamentul oferit b) Cu brat cu 2 sectiuni mobile pe 2 axe(sus/jos, dreapta/stanga) pt. fixarea monitorului in pozitia comoda pentru doctor in timpul procedurii. c) Cu suport pt. tasta d) Cu suport pt. 2 endoscoape e) Prevazut cu roti blocabile f) Cu transformator de izolare la care se conecteaza toate dispozitivele de pe trolu, ce previne electrocutarea pacientilor sau a personalului medical in timpul procedurii 10. Utilajul sa fie nou si neutilizat 11. Anul de productie: 2025 12. Certificat de la producator, privind pregatirea inginerilor sa instaleze,				
--	---	--	--	--	--

		deserveasca si repare utilajul propus. 13. Manual de utilizare si reprocesare in limba de stat. 13. Garantarea posibilitatii reparatiei si a pieselor de schimb, pentru cel putin 8 ani de la punerea in functiunea.				
6	Holter EKG cu 3 canale	Configurație: Holter EKG cu 3 canale, husă de protecție cu clemă pentru curea, card micro SD, cablu USB, centură de gât durată de înregistrare minim 7 zile rată de eşantionare de minim 2000 Hz cu posibilitatea de alegere a ratei de esantionare rata de stocare de 250 Hz microfon încorporat pentru înregistrarea detaliilor pacientului afisaj LED vizualizare pe ecranul holterului EKG a celor 3 derivatii simultan baterie reîncărcabilă cu încărcator optiunea de a alege cablu cu 5sau 7 fire Analiza și detectarea pacemakerului minim 2 butoane de navigare sau minim buton multifuncțional cu posibilitate de navigare Indicator LED care indica starea dispozitivului Posibilitatea de testare a conexiunii pentru fiecare canal Program de interpretare cu licența și cheile de acces inclusă Posibilitatea de introducere a urmatoarelor date ale pacientului: ID, Data de nastere, Varsta, Nume, Prenume, Sexul pacientului, Greutatea, Nr. de telefon/ comentarii. Analiza aretmiilor Analiza QT, Analiza ST Mod de revizuire a semanlului pe intreaga perioada de timp capabilități de detectare de bază AF bazate pe intervale RR Funcționalitate de analiză a bătailor inimii; Analiza domeniului de timp HRV; Analiza undelor de puls și măsurători spot"	bucată	2	140 175,00	SR Cimișlia
7	Holter Tensiune Arteriala	Configurație să conțină minim: Manșetă mărimea M, husă cu curea de umăr și talie, Cablu USB la PC Baterii reîncărcabile cu încărcător/ stație de încărcare Posibilitatea de a alege intervalul de masurare a tensiunii Metoda de măsurare oscilometric minim 2 butoane de navigare sau buton multifuncțional Diapazonul de masurare a tensiunii 25-300 mmHg Diapazonul de masurare a batailor inimii minim 40-240 bpm Interval de masurare 5-120 min Posibilitatea ca pacientul sa initieze manual o masurare Program de interpretare cu licența și cheile de acces inclusă:	bucată	2	69 788,00	SR Cimișlia

		Funcționalitate de afișare a trendului tensiunii arteriale (Trend BP) – sau echivalent; Funcționalitate de afișare a histogramei valorilor de tensiune arterială (Histograma BP) – sau echivalent”.				
8	Termometru de frigider	Termometru din sticlă, non toxic, dotat cu cârlig pentru agățare, să asigure minim temperatura: -,-30°C până la +30°C . La livrare să fie însoțit de buletin de verificare metrologică.	bucată	254	68 580,00	SCR Timofei Mosneaga
9	Auto Ref-Keratometru	1. MĂSURAREA PUTERII REFRACTIVE 1.1 PUTEREA REFRACTIVĂ SFERICĂ: Raza de masurare 25.00 D până la +22.00 D (la VD=12.0 mm) Incrimentarea minim 0.12 D și 0.25 D Diametrul minim al pupilei Ø 2.2 mm ±0.2mm 1.2 PUTEREA REFRACTIVĂ CILINDRICĂ Raza de masurare -10.00 to +10.00D (la VD=12.0 mm) Incrimentarea minim 0.12 D și 0.25 D 1.3 ASTIGMATISM AXIAL: Raza de masurare 0°-180° Incrimentarea 1° 2. MĂSURAREA RAZA DE CURBURATĂ CORNEANE 2.1. RAZA DE CURBURATĂ CORNEENĂ Raza de masurare minim 5- 10 mm Incrimentarea 0.01 mm 2.2. ASTIGMATISM ȘI AXE CORNEAN Domeniul de măsurare 0-10 D Domeniul de măsurare 0°-180° Zona de măsurare a corneei Ø 3.0 mm / Ø 6.0 mm (la curbura corneei de 8,00 mm) 3. FUNCȚIE AUXILIARĂ Gama de distanție pupilară minim 50 până la 85 mm 4. UNITATEA PRINCIPALĂ Imprimantă încorporată Imprimantă termică Ieșire RS-232C Display LCD color de min 5,7 inch 5. DIMENSIUNI ȘI CERINȚE ELECTRICE Voltaj 100 VAC to 240 VAC, 50/60 Hz	bucată	1	120 000,00	IMSP Spitalul Clinic Balti
10	Tonometru oftalmologic portabil	Permite măsurătoarea presiunii intraoculare în poziția culcat sau așezat, fără anestezie, nu formează reflex cornean; Parametru Specificația Autocalibrare obligatoriu Intervalul presiunii de masurare minim: 7 - 50 mmHg Precizie ≤20mmHg +/-2mm ≥20mmHg- +/-10% Ecran LCD	bucată	6	48 000,00	CS Rudi+ IMSP Spitalul Clinic Balti

		Alimentare baterii Accesorii pentru minim 500 investigații				
11	Dispozitiv mobil de epurare sanguina extracorporala	Dispozitiv mobil de epurare sanguina extracorporala (Acute Therapy) Descriere Dispozitiv mobil pentru epurarea sanguină extracorporală destinat pacienților cu insuficiență renală/hepatică acută, sau cu intoxicații exogene/endogene Parametru Specificație Display color, tactil da Proprietăți Terapie de substituție renală continuă (CRRT) Ultrafiltrare continuă lentă (SCUF) Hemodializă veno-venoasă continuă (CVVHD) Hemofiltrare veno-venoasă continuă (CVVH) Hemodiafiltrare veno-venoasă continuă (CVVHDF) Setări serigă Rata de dozare continuă minim 0.5-10 ml/h Incrementarea ≤ 0.1 ml/h Volumul de livrare bolus 0-5 ml (± 0.5 ml) Rata de flux (Debit) Debitul sanguin Gama minim 10-450 ml/min. Incrementare ≤ 10 ml/min. Debitul soluției/fluidului de substituție Gama minim 100-7000 ml/h Incrementare ≤ 50 ml/h Debitul de dializă Gama minim 100-4000 ml/h Incrementare ≤ 10 ml/h Rata de înlăturare a fluidului Gama minim 50-1800 ml/h Incrementare ≤ 10 ml/h Numărul pachetelor de lichid atașabile pachete atașabile (cântar) ≥ 4 pachete metodă de măsurare gravimetrică Alarmer vizuale și sonore da Detector de scurgeri, sânge da Air detector da Presiunea sensorului liniei de acces Gama de operare, minim -250 până la +300 mmHg Acuratețea ± 15 mmHg Presiunea sensorului liniei de returnare Gama de operare, minim -50 până la +350 mmHg Acuratețea ± 15 mmHg Sensibilizator de presiune filtru Gama de operare, minim -50 până la +450 mmHg Acuratețea ± 15 mmHg Acumulator intern termen de operare pe acumulator minim 15 min. Sistem de alimentare 220V, 50 Hz Consumabile seturi ședințe CRRT pentru minim 10 pacienți	bucată	1	550 000,00	IP Chiril Draganiuc

12	Dispozitiv medical (Sistem) de obținere și aplicare a fibrinei autologe și/sau a fibrinei autologe îmbogățite plachetar	Descriere - utilizat pentru obținerea și aplicarea unui sigilator fibrinic din sânge integral sau sursă plasmatică sau a unui factor de creștere plachetar din sursă de sânge integral. Caracteristici funcționale generale: - sistem format din două unități separate: o unitate de procesare și o unitate de aplicare. Unitatea de procesare - rol în producția de adezivi autologi pentru țesuturi, proces complet automatizat; - max 120 ml de sânge pentru a obține 5-7 ml de adezivi autologi pentru țesuturi; - timp procesare max 30 de minute; - senzori: senzor ID, senzor de fibrină, senzor RBC, senzor de scurgere, senzor de temperatură aer, senzor de temperatură IC. Unitatea de aplicare - rol în aplicarea adezivilor autologi în timpul diferitelor proceduri chirurgicale; - dotată cu monitor, care să arate volumul rămas de adeziv tisular în orice moment; - 4 moduri de aplicare - 2 moduri cu aer și 2 moduri fără aer; - să nu existe posibilitatea de transmitere microbiană; - cu opțiune pentru conectarea pedalei pentru picior. Ecran: - afișaj frontal, care să indice: mesaje cu acțiuni pentru utilizator; stadiul operațional; cantitatea de fibrină rămasă; volumul de fibrină; codurile de eroare. Adezivul tisular rezultat: - să fie stabil timp de min 8 ore, la temperatura camerei; - să poată fi aplicat de mai multe ori în timpul unei singure proceduri chirurgicale. Date electrice: - clasificarea echipamentelor I.E.C.: tip BF, clasa 1, Cerințe de operare uzuale: - tensiune de intrare: 240 V;	bucată	1	1 000 000,00	imu
----	--	--	--------	---	--------------	-----

		- frecvență: 50/60 Hz; - bornă egalizare potențial Consumabile Set Fibrină 1 5 buc. Set PRF (fibrină îmbogățită plachetar) 5 buc.				
13	Turn artroscopic pentru intervenții minim invazive, articulații mari	Turn artroscopic pentru intervenții minim invazive, articulații mari DESCRIERE SI CONFIGURATIE Turnul de artroscopie trebuie să conțină: 1.Cart video si de depozitare – 1 buc. 2.Monitor medical – 1 buc. 3.Consola universal de imagine 3 in 1 – rezoluție 4 K – 1 buc. 4.Consola universal pentru piese de mana – 1 buc. 5.Maner Shaver cu butoane – 2 buc. 6. Artropompă – 1 buc. 7.Unitate de radiofrecvență – 1 buc. 8.Instrumentar pentru artroscopie – 1 set 1.Cart video si de depozitare - caracteristici - înălțime: minim 1400 mm - lățime: minim 600 mm - adâncime: minim 600 mm - încărcătura totală maximă - minim 120 kg - minim 4 polițe standard - minim 1 polița standard cu mâner - minim 1 sertar - transformator si alimentare la rețeaua de electricitate (220-240V) - 4 roti cu diametrul sub 150 mm, blocabile - minim 1 suport pentru cap camera - suport cabluri - montura braț mobil pentru monitor cu înălțime variabilă lungime minim 250 mm, care să permită mișcare monitor față-spate $\pm 20^\circ$, - rotație $\pm 30^\circ$ - greutate maximă suportată de suport monitor - minim 15 kg - cablu de alimentare - minim 5 m lungime 2. Monitor medical – caracteristici Diagonala de minim 32” Panoul frontal sa fie din sticla Sa prezinte carcasa din aluminum sau alte materiale rezistente la coroziune Rezoluție de minim 4K Rezoluție nativă de minim 3840 x 2160 Unghiul de vizualizare de cel puțin 178° Formatul imaginii sa fie de 16:9	bucată	1	1 833 333,33	imu

Timp de răspuns de cel mult 10 ms
 Latența cel mult 16 ms
 Sa prezinte intrări: Quad-Link SDI, HDMI 1.4b, DVI-D, 3G-SDI
 Sa prezinte ieșiri: Quad-Link SDI, DVI-D
 Display-ul să fie acoperit cu sticla rezistentă la zgâriere pe toată suprafața
 Greutate maxima: 12kg
 3. Consola universală de imagine 3 în 1 rezoluție 4K sau separate –
 caracteristici/ - înglobează partea video, sursa de lumină, înregistrare-
 configurația cuprinde: consola, cap camera, tableta
 - configurația cuprinde:
 - consola, cap camera, tableta
Consola – 1 buc.
 - minim 2 porturi de cel puțin 3840 x 2160p (4 K, UHD)
 - conectivitate wireless 802.11n WI-FI
 - captura foto minim rezoluție 1080 p, format jpeg
 - captura video H.264 codare cu rată variabilă
 - Hard Disk SSD capacitate minim 250 GB
 - funcție de înregistrare/afișare a 2 semnale video
 - posibilitate de conectare la imprimantă
 - dimensiuni aproximative: 150 mm x 300 mm x 350 mm
 - sursa de lumină integrată cu o durată de viață a Led-ului de minim 25.000 ore
 - comunicare directă cu camera
 - panoul frontal prezintă: buton pornit/oprit, minim un port USB 2.0 ce permite
 înregistrare video/foto pe memory stick, display cu touch screen de minim 7
 inch ce permite controlul și setarea camerei video, mufa pentru cablu de lumină
 tip turela care acceptă cabluri de lumină variate, port pentru camera video
 - panoul spate prezintă minim: 2 port-uri DVI-ieșire video digitală, 2 porturi
 ieșire 3G SDI, 1 port intrare DVI, 1 port USB conectare tableta, 3 porturi USB
 2.0 și 3.0 pentru conectare accesorii, 1 port Ethernet, 1 port rețea
 - mufa conectare cablu alimentare 220/240 V, 50/60Hz
 - funcții consola: zoom, balans alb, foto, înregistrare video, reglaj intensitate și
 standby lumină
 - permite update de soft direct de pe o unitate drive
Cap camera- 1 bucata
 -Senzor 3 CHIP CMOS 4K (UHD)
 -Autoclavabil
 -Rezistentă la soc
 -Prezintă minim 3 butoane programabile
 -Interfața EYECUP
 -Coupler integrat
 -Prezintă cablu cu o lungime de minim 2,5 m și diametru de 5 mm

Tableta - 1 bucata

- ecran cu diagonala de minim 10 inch, rezoluție cel puțin 1920x1080 (HD)
- poate comunica cu consola centrala prin WI-FI sau prin cablu de date dedicat
- în „sistem de operare Android sau echivalent, cu soft dedicat pentru sistemul de artroscopie permite personalului medical să facă setări personalizate pentru un caz nou și să poată modifica setările video în afara câmpului steril, permite conectarea la rețeaua spitalului, permite editarea de imagini și video

Cablu optic – 2 bucăți

- permite transmiterea informației rezoluție 4K de la scop la consola de imagine
- lungime minim 2.3 m
- diametru 4.8 mm
- autoclavabil
- prezinta adaptor pentru cuplare la consola și trocar

Scop optic– 2 bucati

- diametru de 4mm și vizualizare la unghi de 30°
- format eyecup
- sistem de lentile care furnizează o imagine de o calitate foarte buna (UHD), îmbunătățește transmiterea luminii și a adâncimii câmpului de lucru
- lungime totala 225 mm ±5mm, lungime a părții funcționale de 185 mm ±5mm
- compatibil cu trocarul
- se livrează împreună cu teaca compatibilă cu două robinete

4. Consola universală pentru piese de mână – caracteristici

- prezinta 2 porturi pentru conectarea simultană a două piese de mână și câte 1 ecran LCD pentru fiecare port
- pe ecran să poată fi afișate informații despre modul de funcționare a fiecărei piese de mână și să fie de tip touchscreen pentru reglaje ale vitezei/direcției pieselor de mână
- să prezinte 1 port pentru conectarea unui întrerupător de picior
- un buton pentru oprirea/pornirea consolei și un port de comunicare cu artropompa
- să prezinte posibilitatea conectării a cel puțin două pedale de control, cu conectivitate wireless
- să existe posibilitatea ca cele două piese de mână conectate să funcționeze simultan

5. Maner Shaver cu butoane - caracteristici

- minim 2 butoane de control, să permită controlul: pornire/oprire, schimbare de sens de rotație și viteza de rotație și mod de oscilare
- să fie posibilă o viteză de rotație de cel puțin 12.000 rpm și forța de rotație de minim 35 in-bounce

- cablul de conectare la consola să fie capsulat și să nu se detașeze de la piesa de mână, să permită inserția lamelor bidirecționale
- să prezinte un port de aspirație și buton pentru setarea gradului de aspirare
- piesa de mână să fie sterilizabilă prin autoclavare
- să poată să fie atasată o mandrina specială pentru piesa de mână shaver, mandrina fiind dotată cu cheiță

6. Artropompa – caracteristici

- prezintă setări pentru proceduri artroscopice
- ecran LCD touchscreen pentru alocare funcții
- pompa cu role – peristaltică
- presiune maximă de cel puțin 150 mmHg
- debit maxim de cel puțin de 1,7 l/min
- mod de aspirare sau irigare, comutabil automat la montarea tubulaturii
- recunoașterea automată a tubulaturii montate și a modului ei de lucru: irigare sau aspirare
- software cu moduri de operare presetate, posibilitatea de upgradare succesivă
- instalare ulterioară de noi software-uri, pentru alte proceduri chirurgicale
- mod de dilatare articulară prin controlul presiunii
- cu senzor de presiune inclus în carcasa tubulaturii de irigare
- cu clapeta de siguranță la instalarea tubulaturii de irigare
- cu pompa de aspirare integrată cu o presiune negativă de minim 450 mmHg pentru a permite aspirarea continuă și în dependență de la shaver sau electrozii de la unitatea de radiofrecvență
- cu posibilitatea de a conecta pedala de activare

7. Unitate de radiofrecvență - caracteristici

- utilizează un flux de curent de înaltă frecvență pentru tăiere, coagulare și vaporizare în cadrul intervențiilor artroscopice
- sistem automat de recunoaștere a instrumentelor folosite
- parametri prestabiliți pentru electrozii originali
- funcție de detectare a scopului artroscopic pentru a reduce riscul de deteriorare al acestuia
- funcție de autodiagnosticare a erorilor
- 1 ecran TFT de minim 7 inch cu funcție touch pentru controlul unității
- permite adăugarea a unei pedale pentru acționare
- frecvența de operare de 333 kHz
- putere maximă de 250 W pentru tăiere bipolară cu 9 efecte distincte de tăiere
- putere maximă de 200 W pentru coagularea bipolară cu 9 efecte distincte de coagulare
- să poată fi folosiți atât electrozi de unică folosință cât și electrozi cu mâner reutilizabil

8. Instrumentar pentru artroscopie - caracteristici

	Setul de instrumentar cuprinde cite1 bucata din fiecare din urmatoarele instrumente: - Chiureta artroscopica cu forma ovala, deschisa, cu diametrul de minim 8 mm - Palpator (explorator) artroscopic - Pensa artroscopica tip punch dreapta cu diametrul de minim 3,6 mm - Pensa artroscopica tip punch cu angulatie de 15° dreapta si cu diametrul de minim 3,6 mm - Pensa artroscopica tip punch cu angulatie de 15° stanga si cu diametrul de minim 3,6 mm - Pensa artroscopica tip grasper (aligator) pentru tesut si fire - Pensa artroscopica tip suture grasper suture manipulator Trusa Instrumentar umar Shoulder Instrument Case 1 Rhino, Straight Tip, SR Handle with FlushPort 1 sau echivalentul KingFisher sau analogic, Suture Retriever/Tissue Grasper, SR Handle with FlushPort 2 sau echivalentul Suture Retriever, Straight Tip, Ø3.4 mm Straight Shaft with FlushPort 1 sau echivalentul FiberTape Cutter with FlushPort 2 sau echivalentul Knot Pusher, Closed End 2 sau echivalentul Extra Long Switching Stick, 4 mm 2 sau echivalentul Reusable Obturator for AR-6535 2 sau echivalentul Reusable Obturator for AR-6530 2 sau echivalentul Shoulder Tissue Elevator, 30° 2 sau echivalentul Glenoid Rasp 2 sau echivalentul Fastpass Scorpion, SL-MF 2 sau echivalentul MultiFire Scorpion sau analogic, Needle 2 sau echivalentul Rhino, Right Curve Tip, SR Handle with FlushPort 2 sau echivalentul Rhino, Left Curve Tip, SR Handle with FlushPort 2 sau echivalentul				
--	--	--	--	--	--

Valoarea estimată totală 9 078 269,33 lei

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru toate loturile.
- 3) Pentru mai multe loturi.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (oferantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obliga-tivitate a
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	DA

		Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat atrage după sine respingerea ofertei "Accesorii Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferite de operatorul economic. Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale."	
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</i>	DA

6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i>	DA
<u>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.</u> <u>Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.</u> <u>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE</u>			
Cerințe de calificare obligatorii			
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit."	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu <u>indicarea/marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u>	DA

12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
19	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit	
20	Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
21	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice,	DA

	condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	
22	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” <u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</u>	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.01%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

29. Ofertele întârziate vor fi respinse.

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis la publicare la data de 22.09.2025

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 22.09.2025

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):
da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG