

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare
publice (listă suplimentară nr.16)**

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.gov.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV 33100000-1

Nr. lot	Denumire Lot	Specificația Tehnică deplină solicitată de autoritatea contractantă				Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma fără TVA	Beneficiar
1.	Dispozitiv mobil de epurare sanguina extracorporala	Dispozitiv mobil de epurare sanguina extracorporala (Acute Therapy)				bucată	1	550 000,00	IP Chiril Draganiuc
Descriere		Dispozitiv mobil pentru epurarea sângelui extracorporală destinat pacienților cu insuficiență renală/hepatică acută, sau cu intoxicații exogene/endogene							
Parametru		Specificație							
Display color, tactil		da							
Proprietăți		Terapia de substituție renală continuă (CRRT)							
		Ultrafiltrare continuă lentă (SCUF)							
		Hemodializă veno-venoasă continuă (CVVHD)							
		Hemofiltrare veno-venoasă continuă (CVVH)							
		Hemodiafiltrare veno-venoasă continuă (CVVHDF)							
Setări serigă		Rata de dozare continuă		minim 0.5-10 ml/h					
		Incrementarea		≤0.1 ml/h					
		Volumul de livrare bolus		0-5 ml (±0.5 ml)					
Rata de flux (Debit)		Debitul sanguin	Gama	minim 10-450 ml/min.					
			Incrementare	≤10 ml/min.					
		Debitul soluției/fluidului de substituție	Gama	minim 100-7000 ml/h					
			Incrementare	≤50 ml/h					
		Debitul de dializă	Gama	minim 100-4000 ml/h					
			Incrementare	≤10 ml/h					
		Rata de înlăturare a fluidului	Gama	minim 50-1800 ml/h					
			Incrementare	≤10 ml/h					
Numărul pachetelor de lichid atașabile		pachete atașabile (cântar)	≥4 pachete						
		metodă de măsurare	gravimetrică						

		Alarmer vizuale și sonore		da		
		Detector de scurgeri, sânge		da		
		Air detector		da		
		Presiunea sensorului liniei de acces	Gama de operare, minim		-250 pînă la +300 mmHg	
			Acuratețea		±15 mmHg	
		Presiunea sensorului liniei de returnare	Gama de operare, minim		-50 pînă la +350 mmHg	
			Acuratețea		±15 mmHg	
		Sennsor de presiune filtru	Gama de operare, minim		-50 pînă la +450 mmHg	
			Acuratețea		±15 mmHg	
		Acumulator intern		termen de operare pe acumulator	minim 15 min.	
		Sistem de alimentare			220V, 50 Hz	
		Consumabile			seturi ședințe CRRT pentru minim 10 pacienți	

2.	Unitate stomatologică (fără braț asistentă)	Unitate stomatologică (fără braț asistentă)			bucată	1	89 900,00	CSR Cimișlia	
Cod		120100							
Descriere		Reprezintă echipamentul stomatologic esențial pentru igiena dentară și tratament stomatologic							
Parametrul			Specificația						
Scaun stomatologic		Unghi de înclinare		de la 120°pînă la 180°					
		Tetieră		reglabilă					
		Urcare/ coborîre		≥ 30 cm					
		Greutate maximă		≥ 150 kg					
		Comandă		pedală					
		Suprafața		rezistentă la prelucrarea chimică					
		Programe de poziționare		minim 3					

			Accesorii	cotiere					
		Scaun medic	Suprafața	rezistentă la prelucrarea chimică					
			Sarcina maximă	≥ 150kg					
			Înălțime	reglabilă					
			Suport spate	reglabil					
			Suport picior	obligatoriu					
		Masa dentistului	Turbină	obligatoriu					
			Seringă cu 3 căi	apa, aer, spray					
				vîrf unghiulat 90°, detașabil					
			Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED	obligatoriu					
			Micromotor electric	obligatoriu					
			Piesă contraunghi	obligatoriu					
		Bloc hidrolic	Bol din ceramică sau sticlă detașabil	obligatoriu					
			Clătitor	obligatoriu					
			Filtru pentru impurități	obligatoriu					
			Posibilitatea programării volumului de apă	obligatoriu					
		Turbină dentară	Sistem buton la schimbul borului	obligatoriu					
			Presiune de lucru	de la 2.5 pînă la 2.7 bar					
			Sursa de lumină	LED					
			Răcire apă/aer	minim 3 orificii separate					
			Rotații	≥300000 rot/mon					
		Piesă contraunghi	Rotații	≥40000 rot/min					
			Adaptabilă la micromotor	obligatoriu					
			Autoclavabilă	obligatoriu					
			Schimbarea frezei	buton					

			Răcire apa/aer	minim 3 orificii separate				
		Sursa de lumină	Poziții 2	≥ 4000 Lux				
				de la 30 000 lux				
				conectarea / deconectarea prin senzor				
			Axa de rotație	≥3				
			Unghi de iluminare	reglabilă				
			Înălțime	reglabilă				
			Tip lumină	alb/rece				
		Detartror (scaler)	5 vîrfuri cu iluminare LED	obligatoriu				
			Mîner detașabil, autoclavabil	obligatoriu				
			Frecvența de lucru	25 pînă la 31 KHz				
			Intensitate	reglabilă				
			Tip vîrfuri	≥ 4				
		Compresor	Fără ulei	obligatoriu				
			Putere	≥1,5kw				
		Revenirea automată la poziția inițială		obligatoriu				
		Control multifuncțional de la picior		mobil				
		Tensiune		220-240V				
		Frecvența		50-60 Hz				
3.	Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B	Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B			bucată	1	53 100,00	CSR Cimișlia
		Cod	270110					
		Descriere	Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermicsensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil.					
		Parametrul	Specificația					

		Clasa autoclavului	Clasa B					
		Construcția interioară	camera de sterilizare din oțel inox					
		Exterior	metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni					
		Securitate la supraîncălzire	obligatoriu					
		Securitate la suprapresiune	obligatoriu					
		Alarmer	acustică vizuală					
		Durata sterilizării reglabilă	obligatoriu					
		Control	Microprocesor					
		Sistem de blocare a uşii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este uşa deschisă	obligatoriu					
		Uşa rămâne blocată până la finalizarea procesului de sterilizare	obligatoriu					
		Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit	obligatoriu					
		Imprimantă	obligatoriu					
		Afişaj	alfanumeric					
		Ciclu de strilizare	Ciclu de presiune pozitivă					
		Ciclu de vacuum	obligatoriu					
		Pre şi post vacuum	da, selectabil					
			3 cicluri de prevacuum si uscare vacuumata					
		Sistem de uscare	obligatoriu					
		Facilităţi de setare	timp					
			temperatura					
			eliberare automată a vaporilor					
		Volum interior	21 - 25 L					
		Rafturi	da, min. 3 tavi					
		Regimuri de sterilizare	minim 4 regimuri					
		Temperatura de sterilizare	121°C, 134°C					
		Cicluri preprogramate	Sterilizare, uscare					

		Înregistrator date	obligatoriu					
		Tip date	data					
			timp					
			temperatura					
			presiune					
		Capacitatea rezervorului de apă	min. 4 l					
		Alimentare	220V, 50 Hz					
4.	Centrifugă de laborator (32 tuburi)	Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 32 unități Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥ 60 min Incrementarea ≤ 1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicatori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standardelor în vigoare. obligatoriu			bucată	1	46 000	Direcția medicală SIS
5.	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 1500L	Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea internă a camerei în intervalul de 500–700 litri, cu o toleranță maximă de $\pm 10\%$ Număr de rafturi ≥ 6 Ușă Număr ≥ 2 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie			bucată	1	113000	Direcția medicală SIS

		Roți ≥ 4 Frâne ≥ 2 Lumină interior obligatoriu Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevăzute pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă +2°C ... +8°C Omogenitatea/ uniformitatea termică $\pm 2^{\circ}\text{C}$ Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 55 dB				
6.	Holter TA	Descriere: Înregistrarea valorilor tensiunii arteriale la intervale de timp de până la 48 ore. Parametrul Specificația Dezumflarea în trepte CARACTERISTICI TEHNICE Perioade de înregistrare a tensiunii arteriale ≥ 48 ore Metoda de măsurare oscilometrică Domeniu de măsurare 40-200/min (bpm) Alarmer pentru tensiunea sistolică și diastolică Memorie 400 măsurători Precizie ± 3 mmHg sau 2% din valoarea măsurată Manșete aplicabile dimensiuni mică, standard și mare Alimentare baterii reîncărcabile incluse în set Transmisie date prin USB Cablul USB Ecran LCD Greutate până la 200 g SOFTWARE Software în limba română/ rusă/ engleză Suport de date cu software GARANȚIE Serviciu Post-Garanție 2 ani	Bucată	1	85 833,33	DM SIS
7.	Carucior (scaun cu roțile) pentru	Descriere: Cărucior cu roțile pliabil pentru transport pacienți Tip pacient adult	bucată	4	23200	IMSP SCM Arh. Mihail

	transportarea pacientilor	Mânere de transport da Suprafață piele artificială sau nailon Caracteristici: Cadru contracție oțel vopsit sau inox Mecanism de pliere rigid da Role din față: cauciuc dur Ø, minim 20 cm Roți spate: rezistente la perforare Ø, minim 60 cm inel autopropulsat din oțel vopsit Frâne pentru fiecare roată Suport cotiere 1 pereche, tampon din PU Suport picioare 1 pereche, detașabile Suprafață scaun pacient: Lățime ≥ 55 cm Adâncime ≥ 45 cm Sarcină maximă: ≥ 200 Kg.				
8.	Electromiograf	Descriere: Electromiograful măsoară, amplifică, filtrează și înregistrează semnalul EMG și permite evaluarea nervilor periferici sau a activității musculare. Parametrul Specificații Aplicații: Diagnostic EMG, Neurografie, Stimulare nervoasă repetitivă de frecvență joasă și înaltă, electromiografie cuantitativă, EMG monitorizare și analiză spectrală, EP; Numărul de canale ≥ 7 ; Amplificator analog: Rata de respingere a zgomotului comun (CMRR), dB ≥ 100 ; Impedanța de intrare a amplificatorului, MΩ ≥ 100 MΩ; Gama frecvenței de lucru, Hz: limită inferioară nu mai mare de 100 Hz - limita superioară nu mai mică de 12000 Hz; Conversie A/D Rezoluția de conversie a datelor pe canal ADC, bit ≥ 24 ; Stimulator: Video stimulator; Audio stimulator. Calibrarea: automat Sistema de alarme Interfețe de intrare, ieșire: minim USB SISTEM PC: Mărimea display, inch ≥ 20 ROM minim 256 GB RAM min. 4 Gb Tip de stocare CD-R/DVD și/sau USB Imprimantă laser, colorat	buc	1	500 000,00	AMT Centru

		Imprimare automată Afișări: Afișare oră, data Afișare ID pacient Accesorii: Kit standard EMG Kit standard EP Soft necesar pentru rularea pe PC inclus cu cheie de acces și licență cu un termen nelimitat de utilizare, - Troleu cu rotile, - Sistem de Operare Windows PRO licențiat, pentru computerul utilizatorului, - UPS.				
9.	Videoproctoscop	Parametru Specificație Funcții modul video: Imagine live FULL-HD (16:9) Imagine de comparație Mod slave PC USB2.0 Adăugarea imaginii - Luminozitate, claritate, contrast, gamma, expunere - Conversia imaginii - Mod de culoare selectabil (Utilizator 1/2/3/implicit) - Redare fișier imagine stocată - Creare folder, ștergere folder și fișier - Setarea oră de sistem Rezoluția camerei minim 1920x1080 Ieșire video minim 1920x1080i, 60 de cadre, HDMI Interfața PC USB 2.0/Mod slave Conectat direct la aplicația PC, inclus Pachet software licențiat da Stocare internă Min 32Gb Interfață de stocare: internă, USB, Memory Stic Fotografie Captură fișier jpg 1920x1080 Sursă de lumină Lampă LED minim 18W, temperatură de culoare 4000-5000 K, intensitate luminoasă reglabilă Anoscop: Anoscop pentru hemoroizi interni sau externi, fisuri anale si fistula anale. F= 18,5 mm Lungime cablu video Min 2,0 m Comutator de picior/mână pentru Freeze & Still Capture pentru Freeze & Still Capture Pompa de aer manuala da Monitor de vizualizare Min 18.5 inch, Rezoluție minim FullHD Soft necesar pentru PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare + ghidul utilizatorului in romana/rusă" Obligatoriu	buc	1	184 000,00	AMT Centru

		Troleu Da, min 4 roti, min 2 roti cu frana Consumabile tuburi sterile, transparente pentru anoscop Min. 100 buc Soft necesar pentru PC inclus cu licență pe un termen nelimitat de utilizare. - Computer pentru utilizator cu următoarele caracteristici tehnice: minim 8 Gb RAM, SSD minim 240 Gb, Windows Pro licențiat, - UPS.				
10	Laser oftalmologic	Descriere Dispozitiv medical utilizat în tratamentele oftalmologice, în special pentru afecțiuni ale retinei, cum ar fi diabetul sau degenerescența maculară periferică; Parametrul Specificația Lungime de undă 514 nm (Argon Verde) sau 532 nm (Verde) Putere de ieșire reglabilă Până la 1.5 W (514 nm) sau Până la 2.5 W (532 nm) Iluminare cu laser și fantă coaxială Filtrul de protecție integrat în sistemul optic Putere de ieșire maximă între 1200-1500 mW Durata impulsului 10 ms – 10 s Dimensiunea spotului de la 50 μm până la 500 μm Tipul de răcire Cu aer sau Termoelectric Transmiterea undei de laser prin modulul lămpii cu fantă Modulul lămpii cu fantă Sistemul de iluminare LED / Halogen Lățimea fantei 0 mm până la 8 mm Înălțimea fantei 1 mm până la 8 mm Diametrul câmpului de iluminare 3 mm până la 8 mm Rotirea, grade 0 - 90° Filtre albastru, redfree (verde), gri (10%), UV și IR Microscop Tip Binocular Mărirea oculară 12.5x Mărire microscop reglabil, cel puțin: 6.3x până la 32x Distanța pupilară 55 - 78 mm Gama de reglare a dioptriei, dioptrii (D) de la -5 la +5 Sursa de lumină Halogen / LED Joystick Cu posibilitatea de reglare a bazei Alimentarea Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii Setul standard 1 set Husa de protecție antipraf 1 buc Masa cu mecanism electric de ridicare pe vertical; pentru amplasarea centrală a lampei cu fanta	Bucată	1	700 000,00	SC Bălți

		și a modulului YAG, cu sistem anti-coliziune si compartiment pentru toate conexiunile 1 buc. Reglare electronică pe înălțime până la 920 mm Ochelari de protecție de la laser 2 buc Lampă de rezervă, doar in cazul lămpii halogen 1 buc Lentilă pentru fotocoagulare 1 buc. Altele: Garanție 2 ani Manual de utilizare în limba de stat și limba rusă Manual de service limba engleză, rusă sau română Instalare și testare Transportare la locul necesar Deservire în perioada de garanție Training pentru utilizatori, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică																																										
11	Masă pentru operații (caracteristici avansate)	<table><tr><th colspan="3">Masă pentru operații (caracteristici avansate)</th></tr><tr><th colspan="2">Parametrul</th><th>Specificația</th></tr><tr><td>Descriere</td><td colspan="2">Masa de operații folosită în ortopedia protetică a articulațiilor mari, ce oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă.</td></tr><tr><td>Tip masă</td><td>Electrohidraulică</td><td>da</td></tr><tr><td rowspan="2">Mărimile blatului mesei</td><td>Lungimea</td><td>> 200 cm</td></tr><tr><td>Lățimea cu șinile laterale</td><td>> 55 cm</td></tr><tr><td rowspan="9">Poziționarea mesei</td><td>Reglarea înălțimii</td><td>minim 65 ±5cm pozitie jos și minim 100 ± 5 pozitie sus</td></tr><tr><td rowspan="2">Deplasarea longitudinală</td><td>bidirectionala</td></tr><tr><td>> 30 cm</td></tr><tr><td>Trendelemburg</td><td>≥ 35 grade</td></tr><tr><td>Inversarea trendelemburgului</td><td>≥ 35 grade</td></tr><tr><td>Flex</td><td>≥220 grade</td></tr><tr><td>Reflex</td><td>≥110 grade</td></tr><tr><td>Secțiile mesei</td><td>≥ 5 secții</td></tr><tr><td>Secția cap interschimbabilă cu secțiunile picioare</td><td>da</td></tr><tr><td>Înclinarea</td><td>Laterală</td><td>≥ 25 grade</td></tr></table>	Masă pentru operații (caracteristici avansate)			Parametrul		Specificația	Descriere	Masa de operații folosită în ortopedia protetică a articulațiilor mari, ce oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă.		Tip masă	Electrohidraulică	da	Mărimile blatului mesei	Lungimea	> 200 cm	Lățimea cu șinile laterale	> 55 cm	Poziționarea mesei	Reglarea înălțimii	minim 65 ±5cm pozitie jos și minim 100 ± 5 pozitie sus	Deplasarea longitudinală	bidirectionala	> 30 cm	Trendelemburg	≥ 35 grade	Inversarea trendelemburgului	≥ 35 grade	Flex	≥220 grade	Reflex	≥110 grade	Secțiile mesei	≥ 5 secții	Secția cap interschimbabilă cu secțiunile picioare	da	Înclinarea	Laterală	≥ 25 grade	Bucată	1	392000	SCTO
Masă pentru operații (caracteristici avansate)																																												
Parametrul		Specificația																																										
Descriere	Masa de operații folosită în ortopedia protetică a articulațiilor mari, ce oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă.																																											
Tip masă	Electrohidraulică	da																																										
Mărimile blatului mesei	Lungimea	> 200 cm																																										
	Lățimea cu șinile laterale	> 55 cm																																										
Poziționarea mesei	Reglarea înălțimii	minim 65 ±5cm pozitie jos și minim 100 ± 5 pozitie sus																																										
	Deplasarea longitudinală	bidirectionala																																										
		> 30 cm																																										
	Trendelemburg	≥ 35 grade																																										
	Inversarea trendelemburgului	≥ 35 grade																																										
	Flex	≥220 grade																																										
	Reflex	≥110 grade																																										
	Secțiile mesei	≥ 5 secții																																										
	Secția cap interschimbabilă cu secțiunile picioare	da																																										
Înclinarea	Laterală	≥ 25 grade																																										

			Secția spate	de la +80 la -40 grade (minim)				
			Secțiile picior	de la +20 la - 90 grade (minim)				
				detașabile				
				divizate				
		Greutatea pacientului	Secția cap	de la +45 la - 45 grade (minim)				
			Capacitate maximă de ridicare	≥ 350 kg				
			Capacitate minimă articulație	≥ 250 kg				
		Utilizarera radiografiei sau fluoroscopie	Tunel/ suport pentru casete X-ray-	pe toată lungimea mesei				
			Radiotransparență	da				
			Accesibilitatea brațului C	da				
			Mărimea casetelor	minim 35x43 cm				
		Atașarea de bază		mobilă				
		Diametru roților		≥ 75 mm				
		Roți pivotante pentru manevrare usoara a mesei		da				
		Saltea masă de operație	Grosimea	≥ 70 mm				
			Saltea din spumă de memorie	da				
			Înveliș lavabil, impermeabil	da				
			Înveliș rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți)	da				
			Divizată pentru fiecare secție în parte	da				
		Sistem de frinare a bazei		electrică				
		Sistem electrohidraulic pentru miscarea sus/jos, lateral, trendelenburg, inverstrendelenburg a mesei		da				
		Alimentarea electrică		220 V, 50 Hz				
		Baterie internă cu autonomie		≥ 60 manipulări				
		Telecomndă cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir și wireless (fără fir)		da				

		Panou de comandă cu butoane încorporat în masă, cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei		da					
		Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială		da					
		Șine laterale pentru accesorii		pe toată lungimea mesei					
		Accesorii	Saltea cu memorie p/u secțiunile: cap, spate și șezut, picior stâng și drept	1 set					
			Telecomandă cu fir	1 buc.					
			Telecomandă wireless (fără fir)	1 buc					
			Mecanizme de fixare a accesoriilor, pe șina laterală (de rezervă)	2 unit.					
			Suport mâini (stînga și dreapta) cu reglare pe verticală și orizontală, include mecanismul de fixare	2 unit.					
			Suport pentru ecran de anestezie, include mecanismul de fixare	1 unit.					
			Suport pentru fixarea pacientului din laterale cu reglare pe verticală și orizontală (pereche), include mecanismul de fixare	1 pereche					
			Suport pentru mîna la poziționarea pacientului pe laterală, cu reglare pe înaltime, include mecanismul de fixare	1 unit.					
			Masa Mayo cu reglare pe înaltime, include mecanismul de fixare	1 unit.					
			Suport pentru fixarea picioarelor (ginecologice) tip Goepel, cu reglare pe verticală și orizontală (pereche), include mecanizme de fixare	1 unit.					
			Suport pentru fixarea piciorului în artroscopie cu reglare pe înaltime, include mecanismul de fixare	1 unit.					

			Suport pentru fixarea genunghiului cu reglare pe înaltime, include mecanismul de fixare	1 unit.					
			Suport pentru cap din gel, pentru adult, tip potcoavă	1 unit.					
			Suport pentru mina/picior din gel, pentru adult, tip U, lungime ≥ 50 cm	1 unit.					
			Suport pentru corp pentru expunerea pacientului în poziție laterală, din gel, mărimea $\geq 70 \times 45$ cm	1 unit.					

Valoarea estimativă fără TVA: 2 737 033,33 lei fără TVA

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru toate loturile.
- 3) Pentru mai multe loturi.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (oferantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare.

Oferanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obliga-tivitate a
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	DA

		Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat-atrage după sine respingerea ofertei	
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</i>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor	DA

nr. 115 din 15.09.2021. **Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.**

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei. **Notă:** Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE

Cerințe de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către	DA

		persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament minim 24 de luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
19	Declarație de la ofertant-	cu privire livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
20	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit	DA
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
21	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către	DA

	corupție, fraudă și/sau spălare de bani	persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	
22	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” <u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</u>	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 1%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis la publicare la data de 18.06.2025
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 18.06.2025

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):
da_____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG