

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 22)  
prin procedura de achiziție: Licitație publică**

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [office@capcs.md](mailto:office@capcs.md);  
[www.capcs.md](http://www.capcs.md);**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitate de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Valoarea estimativă	Beneficiar																																
1	Ultrasonograf General, Multidisciplinar performanță obișnuită  (finanțat de proiectul Kusanone, scutit de TVA, conform HG 224/2020)	bucată	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="616 226 1794 268">Ultrasonograf General, Multidisciplinar performanță obișnuită</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="616 268 1111 309">Cod</td> <td data-bbox="1111 268 1794 309"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="616 309 1111 351">APLICAȚII CLINICE</td> <td data-bbox="1111 309 1794 351">General, Multidisciplinar</td> </tr> <tr> <td data-bbox="616 351 1111 392">PROBE PORTURI</td> <td data-bbox="1111 351 1794 392">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="616 392 887 699" rowspan="4">Transductoare cu care este necesar sa fie dota Ultrasonogrful</td> <td data-bbox="887 392 1111 699">Linear</td> <td data-bbox="1111 392 1794 491">banda de frecvențe de lucru acoperă in totalitate intervalul: nu mai mare de 2 MHz – nu mai mic de 11 MHz</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 491 1111 533"></td> <td data-bbox="1111 491 1794 533">câmp vizual de nu mai mic de 50 mm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 533 1111 616"></td> <td data-bbox="1111 533 1794 616">aplicatii: abdominale, vasculare, neonatale/pediatrice si parti moi.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="887 616 1111 699"></td> <td data-bbox="1111 616 1794 699">Posibilitate de atasare a unui ghid de biopsie</td> </tr> <tr> <td data-bbox="616 699 887 1104" rowspan="4">Transductoare cu care este necesar sa fie dota Ultrasonogrful</td> <td data-bbox="887 699 1111 1104" rowspan="4">Convex</td> <td data-bbox="1111 699 1794 817">banda de frecvențe de lucru acoperă in totalitate intervalul: nu mai mare de 1 MHz – nu mai mic de 6 MHz</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 817 1794 858">câmp vizual nu mai mic de 65°</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 858 1794 941">aplicatii: abdomen, obstetrica, ginecologie, musculoscheletal, pediatric, urologie, vascular</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 941 1794 1024">Tehnologia aplicabila pentru acest transductor obligatoriu XDClear/Matrical / Single cristala</td> </tr> <tr> <td data-bbox="616 1024 887 1104" rowspan="4">Transductoare cu care este necesar sa fie dota Ultrasonogrful</td> <td data-bbox="887 1024 1111 1104" rowspan="4">Edocavitar</td> <td data-bbox="1111 1024 1794 1107">Banda de frecvente de lucru acopera in totalitatea intervalul</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 1107 1794 1149">Nu mai mare de 3 MHz – nu mai mic de 10 MHz</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 1149 1794 1190">câmp vizual nu mai mic de 175°</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1111 1190 1794 1273">aplicatii:, obstetrica, ginecologie, urologie</td> </tr> <tr> <td data-bbox="616 1273 887 1343" rowspan="2">Transductoare cu care este necesar sa fie dota Ultrasonogrful</td> <td data-bbox="887 1273 1111 1343" rowspan="2">Edocavitar</td> <td data-bbox="1111 1273 1794 1343">Compatibil cu elastografi de compresie sau strain</td> </tr> </tbody> </table>		Ultrasonograf General, Multidisciplinar performanță obișnuită		Cod		APLICAȚII CLINICE	General, Multidisciplinar	PROBE PORTURI	4	Transductoare cu care este necesar sa fie dota Ultrasonogrful	Linear	banda de frecvențe de lucru acoperă in totalitate intervalul: nu mai mare de 2 MHz – nu mai mic de 11 MHz		câmp vizual de nu mai mic de 50 mm		aplicatii: abdominale, vasculare, neonatale/pediatrice si parti moi.		Posibilitate de atasare a unui ghid de biopsie	Transductoare cu care este necesar sa fie dota Ultrasonogrful	Convex	banda de frecvențe de lucru acoperă in totalitate intervalul: nu mai mare de 1 MHz – nu mai mic de 6 MHz	câmp vizual nu mai mic de 65°	aplicatii: abdomen, obstetrica, ginecologie, musculoscheletal, pediatric, urologie, vascular	Tehnologia aplicabila pentru acest transductor obligatoriu XDClear/Matrical / Single cristala	Transductoare cu care este necesar sa fie dota Ultrasonogrful	Edocavitar	Banda de frecvente de lucru acopera in totalitatea intervalul	Nu mai mare de 3 MHz – nu mai mic de 10 MHz	câmp vizual nu mai mic de 175°	aplicatii:, obstetrica, ginecologie, urologie	Transductoare cu care este necesar sa fie dota Ultrasonogrful	Edocavitar	Compatibil cu elastografi de compresie sau strain	1004029,7 scutit de TVA, conform HG 224/2020	CS Leova
Ultrasonograf General, Multidisciplinar performanță obișnuită																																							
Cod																																							
APLICAȚII CLINICE	General, Multidisciplinar																																						
PROBE PORTURI	4																																						
Transductoare cu care este necesar sa fie dota Ultrasonogrful	Linear	banda de frecvențe de lucru acoperă in totalitate intervalul: nu mai mare de 2 MHz – nu mai mic de 11 MHz																																					
		câmp vizual de nu mai mic de 50 mm																																					
		aplicatii: abdominale, vasculare, neonatale/pediatrice si parti moi.																																					
		Posibilitate de atasare a unui ghid de biopsie																																					
Transductoare cu care este necesar sa fie dota Ultrasonogrful	Convex	banda de frecvențe de lucru acoperă in totalitate intervalul: nu mai mare de 1 MHz – nu mai mic de 6 MHz																																					
		câmp vizual nu mai mic de 65°																																					
		aplicatii: abdomen, obstetrica, ginecologie, musculoscheletal, pediatric, urologie, vascular																																					
		Tehnologia aplicabila pentru acest transductor obligatoriu XDClear/Matrical / Single cristala																																					
Transductoare cu care este necesar sa fie dota Ultrasonogrful	Edocavitar	Banda de frecvente de lucru acopera in totalitatea intervalul																																					
		Nu mai mare de 3 MHz – nu mai mic de 10 MHz																																					
		câmp vizual nu mai mic de 175°																																					
		aplicatii:, obstetrica, ginecologie, urologie																																					
Transductoare cu care este necesar sa fie dota Ultrasonogrful	Edocavitar	Compatibil cu elastografi de compresie sau strain																																					

<b>NIVELE DE GRI</b>	≥256	
<b>PREPROCESARE, canale digitale</b>	≥380.000,00	
<b>GAMA DINAMICA</b>	≥ 350dB	
<b>Gama de fregventa a ecografului</b>	≥ 2 - 22 MHz	
<b>Adincimea de scanare</b>	≥ 45 cm	
<b>Prezenta obligatoriilor a fregventilor armonice si filtrelor care po fi reglate de utilizator pentru imagine, pentru contur.</b>	da prezentarea listei	
<b>POSTPROCESARE</b>	da	
<b>Compatibil cu transductoarele</b>	Liniar, Liniar Matriciale/XDClera/ Single Cristal, Liniar ≥ 20 Mhz, Convex, Convex matriciale/XDClear/ Single Cristal, Convex pediatric, Convex 4D (3D/4D), Endocavitar, Endocavitar 4D (3D/4D), Cardiac adult si cardiac pediatric si neodant, sonda CW si Sonda TEE prezentare listei compelte de sonde disponibile pe ecograf.	
<b>Aplicatii/Moduri disponibile pe echipament minim</b>	Cardiologie, Obstetrica, Ginecologie, Musculoscheletal, Abdomen, Vascular, Parti moi, Urologie, Pediatrie, Preseturi standard, Cord adult, Adnexa, Aorta, Arc aortic, Arterial, Abdomen, Vezica urinara, Intestine, Sin, Carotida, Penetrare, OB Trim 1, OB Trim 2, OB Trim 3, Coloana, Uter, Venos, Prostata, Renal, Tiroida, Testicul, Doppler transcranial, Cord fetal, Cap (neonatologie), Translucenta nucala, Abdomen pediatrie, Cord pediatrie, Sold pediatrie .	
<b>IMAGINE MODURI INCLUSE</b>	<b>2D/B-mode</b>	da
	<b>Dopper color</b>	da
	<b>Doppler Pulsat</b>	da
	<b>M-mode</b>	da

			Dual life	da
			Triplex life	da
			Quat life	da
		<b>IMAGINE MODURI OBTIONALE</b>	Doppler Tisular	da
			Doppler Continu	da
			Anatomic M- Mode	da
		<b>FUNCȚIONALITĂȚI INCLUSE</b>	Măsurători digitale	da
			Măsurători pe reluarea video	da
			Posibilitate de inversare a imaginii - Sus/jos - Stanga/dreapta	da
			Rotire a imaginii cu 90/180/270 grade necesara	da
			Mod de compunere a frecventelor	da
			Disponibil Baza de date a pacientilor	da
			Posibilitatea salvării bazei de date	da
			Posibilitate de editare a meniului de pe ecranul tactil	da
			Harti in scara gri	minim 11 harti

				<b>Posibilitatea reglarii nivelului gain-ului</b>	da
				<b>Posibilitatea reglarii nivelului gamei dinamice</b>	da
				<b>Posibilitatea reglarii nivelului puterii</b>	da
				<b>Read zoom de minim 8 ori in dependeta de adincime si sonda sa specifice sonda obligatooriu sibilitatea maririi imaginii 2D intr-un interval de 75-100%</b>	da
				<b>Gama PRF minim 0.2 KHz – 19 KHz</b>	da
				<b>Inclinarea ferestrei doppler cu minim <math>\pm 30^\circ</math></b>	da
				<b>Control Unghiul pentru regimul PW si M-Mode</b>	da
				<b>Control latime poarta sau SV in regimul PW si M-mode</b>	da

			<b>Masuratori atuoamte in regium PW</b>	da prezentarea listei
		<b>FUNCȚIONALITĂȚI OPTIONALE</b>	<b>Mod 3D</b>	da
			<b>Mod 4D</b>	da
			<b>Softuri de prelucrare a volumul cu control al grosimi slice-urilor</b>	da
			<b>Sitem de reconstructia de rezolutie inalta cu control a unghiului de iluminare si bioblioteca de textura pentru fetusul reconstruit.</b>	da
			<b>Masurarea automata a translucentei nucale</b>	da prezentarea modului de masurare
			<b>Masurarea autoamta a foliculilor avariane in regim 3D</b>	da
			<b>Unelte pentru prelucrarea imaginilor volumetrice sau reconstruite.</b>	da
			<b>Prezenta ergimului STIC</b>	da

				<b>Mod CWD Doppler Continu</b>	da
				<b>Mod Doppler Tisular</b>	da
				<b>Strain (cardiac)</b>	da
				<b>Ecografie Stress</b>	da
				<b>EF fractie de ejectie in regim semi-automat in Mod B</b>	da
				<b>Velocitate a tesutlui cardiac a analiza Q</b>	da
				<b>Masurarea autoama a intimi medii</b>	da
				<b>Regim de diagnostic hepatic UGAP - folosit in determinarea gradului de stenoza. Cu clasificarea de la prododucator pentru ecograf</b>	da
				<b>Elastografie Share wave heaptica, cu prezenta indiciului de calitatea pentru zona de diagnostic.</b>	da

				Soft de detectie autoamta a zonei cu poblema disponibila pentru glanda mamara	da prezentarea imagenii cu descriere	
				Modul ECG	da	
			PAN/ZOOM	imagine în timp real	da	
				imagine înghețată	da	
			STOCARE IMAGINI	Capacitate	≥500GB tip SSD	
				Cine		da
					Memoria minima 700 MB	
					Popsibilitare de navigare pe imaginea CINE in timp	
			DICOM 3.0 COMPLIANT		da	
			Posibilitatea de conectare la orice printer extern format minim A4		da	
			PACHETE DE ANALIZĂ	GENERAL, Multidisciplinar	da	
				Elastografie prin compresie Strain	da	
				Elastografie prin compresie cu analiza in timp	da	
				Regim de studiere a circulati sagvine non-Dopller ( Exemplu B-Flow)	da prezentarea magnilor pentru demonstarea posibilitatilorin preseturile disponibile.	



				<table border="1"> <tr> <td rowspan="3"><b>MONITOR</b></td> <td><b>Diagonala</b></td> <td>≥ 23 inch</td> </tr> <tr> <td><b>Rezolutie inalta</b></td> <td>da</td> </tr> <tr> <td><b>TIP</b></td> <td>LCD LED</td> </tr> <tr> <td rowspan="4"><b>CONTROL</b></td> <td rowspan="2"><b>Butonae</b></td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Minim 5 programele la necesitate utilizatorului</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><b>Tastiera</b></td> <td>Minim tip digitala</td> </tr> <tr> <td>Optional diponibilitate tip glisanta</td> </tr> <tr> <td rowspan="2"><b>Display pentru control</b></td> <td>Tip touch screen</td> </tr> <tr> <td>Diagonala minima 10 inch</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Imprimanta termica integrata tip alb/negru</b></td> <td>da</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Incalzitor de gel inclus</b></td> <td>da</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Suporturi pentru sonde inclus</b></td> <td>minim 4 uniati</td> </tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"><b>Brat articulata a monitorului cu posibilitate reglare</b></td> <td>pe inaltime</td> </tr> <tr> <td>stinga dreapta</td> </tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="3"><b>Platforma ecografului mobila</b></td> <td>da prezenta minim a 4 roti cu frina pentru fiecare roata</td> </tr> <tr> <td>reglabila pe inaltime</td> </tr> <tr> <td>Reglabila stinga/dreapta pentru partea zonei de cotrol si monitor fara a deplsa baza ecogrfului.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Alimentare elctrica</b></td> <td>220-230 V la 50-60 Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantia</b></td> <td>36 luni</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Declaratie de conformitate</b></td> <td>da</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>La cererea cumparatorului va fi prezentat utilajul pentru aprobare de catre medici care vor utiliza dispozitivul pentru 14 zile lucratoare.</b></td> <td>da</td> </tr> </table>	<b>MONITOR</b>	<b>Diagonala</b>	≥ 23 inch	<b>Rezolutie inalta</b>	da	<b>TIP</b>	LCD LED	<b>CONTROL</b>	<b>Butonae</b>	da	Minim 5 programele la necesitate utilizatorului	<b>Tastiera</b>	Minim tip digitala	Optional diponibilitate tip glisanta	<b>Display pentru control</b>	Tip touch screen	Diagonala minima 10 inch	<b>Imprimanta termica integrata tip alb/negru</b>		da	<b>Incalzitor de gel inclus</b>		da	<b>Suporturi pentru sonde inclus</b>		minim 4 uniati	<b>Brat articulata a monitorului cu posibilitate reglare</b>		pe inaltime	stinga dreapta	<b>Platforma ecografului mobila</b>		da prezenta minim a 4 roti cu frina pentru fiecare roata	reglabila pe inaltime	Reglabila stinga/dreapta pentru partea zonei de cotrol si monitor fara a deplsa baza ecogrfului.	<b>Alimentare elctrica</b>		220-230 V la 50-60 Hz	<b>Garantia</b>		36 luni	<b>Declaratie de conformitate</b>		da	<b>La cererea cumparatorului va fi prezentat utilajul pentru aprobare de catre medici care vor utiliza dispozitivul pentru 14 zile lucratoare.</b>		da		
<b>MONITOR</b>	<b>Diagonala</b>	≥ 23 inch																																																			
	<b>Rezolutie inalta</b>	da																																																			
	<b>TIP</b>	LCD LED																																																			
<b>CONTROL</b>	<b>Butonae</b>	da																																																			
		Minim 5 programele la necesitate utilizatorului																																																			
	<b>Tastiera</b>	Minim tip digitala																																																			
		Optional diponibilitate tip glisanta																																																			
<b>Display pentru control</b>	Tip touch screen																																																				
	Diagonala minima 10 inch																																																				
<b>Imprimanta termica integrata tip alb/negru</b>		da																																																			
<b>Incalzitor de gel inclus</b>		da																																																			
<b>Suporturi pentru sonde inclus</b>		minim 4 uniati																																																			
<b>Brat articulata a monitorului cu posibilitate reglare</b>		pe inaltime																																																			
		stinga dreapta																																																			
<b>Platforma ecografului mobila</b>		da prezenta minim a 4 roti cu frina pentru fiecare roata																																																			
		reglabila pe inaltime																																																			
		Reglabila stinga/dreapta pentru partea zonei de cotrol si monitor fara a deplsa baza ecogrfului.																																																			
<b>Alimentare elctrica</b>		220-230 V la 50-60 Hz																																																			
<b>Garantia</b>		36 luni																																																			
<b>Declaratie de conformitate</b>		da																																																			
<b>La cererea cumparatorului va fi prezentat utilajul pentru aprobare de catre medici care vor utiliza dispozitivul pentru 14 zile lucratoare.</b>		da																																																			
2	Frigider pentru reactivi cu usa	bucată	1	<p>Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Cod 140700 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei</p>	18 200	Maternitatea Municipala nr. 2																																															

<p>transparenta 100-200L</p> <p>(proiect finantat de CNAM)</p>	<p>între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Configurație mobil</p> <p>Capacitatea 100 - 200 l da</p> <p>Număr de rafturi ≥ 3</p> <p>Ușa Număr 1</p> <p>Transparentă da</p> <p>Mecanism blocare cu cheie</p> <p>Lumină interior da</p> <p>Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare</p> <p>Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă</p> <p>Afisaaj temperatură digital</p> <p>Alarmer acustică vizuală</p> <p>Răcire ventilată</p> <p>Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C</p> <p>Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C</p> <p>Alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Refrigerent fără CFC / HCFC</p> <p>Zgomot &lt; 48 dB</p> <p>Accesorii coșuri tip sertar, da</p> <p>Se acceptă dispozitive medicale sau echipamente electrice.</p> <p>Pentru dispozitive medicale declarație cu privire la înregistrare sau dovada înregistrării.</p> <p>Pentru echipamente electrice se va prezenta Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM</p> <p>Delarație de la producător prin care se confirmă că dispozitivul medical/ echipamentul electric este destinat pentru stocarea și păstrarea reagenților .</p>
--	--

**Valoarea estimativă totală fără TVA: 1 022 230 lei**

9. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**
- 1) Pentru un singur lot.
  - 2) Pentru mai multe loturi.
  - 3) Pentru toate loturile.
10. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite**
11. **Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 60 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. instalarea)**
12. **Termenul de valabilitate a contractului: 6 luni de la înregistrarea contractelor.**
13. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu**
14. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică**
15. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**
16. **Documente OBLIGATORII care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> <b>Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.</b>	DA
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA

		<b>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</b>	
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 120 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; <b>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (120 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor</b>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (120 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> <b>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.</b>	DA
<b>Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.</b>			
<b><u>Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAЕ</u></b>			
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA

8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <b>Manualul de utilizare.</b> <b>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu <u>indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u></b>	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni din data instalării/livrării, conform specificație tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana	DA

		împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2021, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice și Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Declarație de la ofertant cu privire înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor	cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractant – original, conform modelului atașat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. <i>* Neprezentarea dovezii privind numărul de înregistrare în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, în termenul menționat, servește drept temei de descalificare a ofertei</i> <i>Notă: pentru dispozitivele medicale înregistrate Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta dovada înregistrării (numărul de înregistrare/extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale) până la termenul limită de depunere a ofertelor.</i>	DA

		Notă: *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale și care corespund cerințelor tehnice solicitate.	
<b>Documente care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:</b>			
19	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
20	<b>Garanție de bună execuție (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice)</b>	<p>1. În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE</li> <li>2. Denumirea Băncii: <b>Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</b></li> <li>3. Codul fiscal: <b>1016601000212</b></li> <li>4. IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA</li> <li>5. cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)”</li> </ol> <p>Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă pînă la data de 30.06.2023.</p>	DA

**17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:**

***Transfer la contul instituției***

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

**Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei**

*sau*

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

**Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.**

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.**

***Transfer la contul instituției***

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

*sau*

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.** Garanția de bună execuție valabilă până la 31.01.2023

**19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.**

**20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0,001%, 3 runde).**

**21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică**

**22. Ofertele se prezintă: în lei.**

**23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.**

**24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică**

**25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- conform SIA RSAP MTender

**26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

**27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 de zile**

**28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**

**29. Ofertele întârziate vor fi respinse.**



30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare pe Mtender.
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis spre publicare la data de 04.11.2022
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 04.11.2022
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da \_\_\_\_\_

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG