

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind Achiziția Trolu laparoscopic 3D + accesorii conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2024.

prin procedura de achiziție: Licitatie publică

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.gov.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii: Cod CPV 33100000-1**

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimativă
1	Troliu laparoscopic 3D + accesorii	bucată	1	<p>DESCRIERE GENERALĂ Laparoscopia 3D oferă chirurgilor o vedere care seamănă foarte mult cu cea a intervenției chirurgicale deschise. Oferind un câmp vizual larg și imagini de înaltă calitate, reducerea timpului de operare și sporirea siguranței pacientului și confortului chirurgului. Laparoscopia 3D iti permite sa vizualizezi foarte clar si sa operezi in apropierea unor structuri vitale, cum ar fi vasele si nervii, sa faci suturi de organ si disectii ganglionare in profunzimea pelvisului, fiind in mod special utila in operatii complexe, ca de exemplu histerectomiile radicale, urologia laparoscopică, chirurgia oncoginecologica, etc.</p> <p>Unitate de procesare video digitală – 1 buc. Redare imagine 3D si 2D posibilitatea de comutare rapida din modul 3D in 2D Sistem 3D, 4K Ultra HD format 3840x2160 pixel Aspect imagine: raport 16/9 („wide-screen format”) Sa asigure reglarea intensitatea luminii a sursei de lumină in regim automat sau prin intermediul butoanelor setabile de pe camera video Cu posibilitatea presetărilor și setărilor individuale - minim 3 Sa asigure stocarea datelor, video, foto de calitate inalta minim 1080p pe unitate de memorie externa conectata prin port USB de minim 2TB. Functia „Automatic White Balance” sa fie realizata de pe panoul de control al videoprosesorului si un buton setabil de pe camera video. Reglare automată a culorilor Cu functie de lucru cu capete de camera NIR/ICG Cu filtre specifice pentru optimizarea imaginii: accentuarea culorilor structurilor pe suprafata organelor și mucoaselor, creșterea contrastului pentru diferențierea anumitor detalii anatomice..etc</p> <p>Camera video endoscopica UHD– 1 buc. Tip tehnologie minim 2 cip-uri CCD sau CMOS, lumina albă și infraroșu format imagine 16/9 Rezoluție format 4K ULTRA HD: minim 3840x2160 pixeli ZOOM minim 1.2X digital Cu minim 2 butoane cu functii programabile focalizare cu interval de la 16 mm la 26 mm Cuplare automata pe telescop Spectru luminos fluorescent NIR/ICG</p>	4 500 000

Total imersibilă în soluții de dezinfectare
Sterilizare prin minim două metode: autoclavare (134°C) și la rece în substanțe chimice sau/și la gaz/plasma și la rece în substanțe chimice.

Monitor Medical 3D, 4K Ultra HD – 1 buc.

Dimensiune diagonală: minim 50"

Afișaj activ cu matrice TFT sau LED

Aspect imagine pe ecran: raport 16/9 („wide-screen format")

Rezoluție: minim 3840 x 2160 pixel

Strălucire: minim 520 cd/m²

Suport pentru monitor montat pe trolie sau pe suport aparte pe roți care permite deplasarea monitorului pe 3 axe: sus – jos, dreapta – stânga, anterior – posterior (de ex: tip VESA 200x200 sau 300x300).

Videolaparoscop 3D, FHD – 1 buc.

Tip tehnologie minim 2 cip-uri CCD sau CMOS

Direcție de vedere: min 30°

Rezoluție minim FullHD (3840 x 2160 pixeli)

Cu funcție de autorotație

Minim 3 butoane de comandă, cu alocarea funcțiilor de comandă/fiecare buton la alegerea utilizatorului

Comutare 3D/2D

Captura de imagine/secvențe video

Cablu de conectare video min 3 metri

Diametru 10 – 10,3 mm

Lungime 30 – 35 cm

Usor de manipulat

Cu funcție de lucru în mod NIR /ICG

Imersibil în soluții de dezinfectare

Sterilizare prin minim două metode: autoclavare (134°C) și la rece în substanțe chimice sau/și la gaz/plasma și la rece în substanțe chimice.

Container tip coș de sterilizare și depozitare

Ochelari 3D – 6 buc.

polarizare pasivă

cu brate clasice rabatabile

Sursă lumină rece – 1 buc.

Separat sau integrat de videoprocessor
tehnologie LED
putere minimă, echivalentă cu lampa xenon de 300W sau mai mult
Mod de lucru dedicat pentru vizualizare fluorescență (NIR/ICG)
cu lungime de undă în domeniul lumina albă de minim 400-700 nm
cu lungime de undă în domeniul lumina infraroșu de minim 700-800 nm
reglarea intensității de lumină continuu variabil (0-100%)
ecran tip touchscreen sau display digital
timp prognozat de funcționare a modulului LED: minim 15.000 ore
Cu conectorul pentru cablul optic universal cu minim 3 tipuri de conectori: Olympus, K. Storz, Richard Wolf, etc.

Cablu optic – 3 buc.
4 – 5 mm diametru
Lungime - minim 260 cm
rezistent la căldură, autoclavabil 134 grade

Insuflator electronic CO2 – 1 buc.
debit minim necesar: 1 - 45 L/min
presiune în mod standard: 0-30 mmHg
cu funcție de încălzire a gazului la portul de ieșire către pacient
ajustare electronică a presiunii și debitului
afisare digitală a volumului de gaz consumat
alarma acustică presiune depășită
furtun butelie CO2 (de înaltă presiune) lungime minim 3 metri – 1 buc.
set furtun conexiune pacient reutilizabil (din cauciuc siliconic) – 2 buc
set furtun conexiune pacient reutilizabil, cu încălzire – 2 buc
set tuburi, filtru de gaz, încălzit, steril, de unică folosință, minim 40 buc.
set filtre CO2 sterile – minim 50 buc
set filtre cu carbune cu filtru preinstalat pentru evacuarea fumului, cu robinet și conector tip Luer-lock pentru conectare la trocar – minim 50 buc.
Butelie pentru CO2 minim 8 litri cu conectare DIN - 1 buc.

Pompă irigare – aspirare – 1 buc.
pentru chirurgie laparoscopică, urologie, ginecologie
pompa multifuncțională
debit irigare de **minim 1200 ml/min**
presiune de irigare min 450 mmHg
set tuburi irigare de unică folosință – 40 buc sau 2 unități reutilizabile în caz că sunt
alte seturi și filtre necesare de unică folosință, în dependență de dispozitiv – 40 buc

Troliu mobil – 1 buc.

carucior mobil cu roti pivotante, dintre care min 2 cu sistem de franare
stalpi cu casete inchise
blat retractabil pentru tastatura
minim 4 rafturi, un sertar cu cheie
mâner manipulare
suport cap camera video
minim 10 prize alimentare dispozitive (220 – 240 V)
cu suport butelie CO2
Stabilizator de tensiune/transformator de izolare atașat sau încorporat în troliu
Sistem de distributie al energiei electrice încorporat in troliu (lateral sau spate) pentru a exclude
conectarea multipla al modulelor troliului la surse externe de energie electrica.

Instrumentar laparoscopic:

Trocar 5 mm – 6 buc

confectionat din metal
lungime: 10-11 cm
diametru interior/exterior: 5/6 mm
alcatuit din maxim 3 componente: canula, corp supapa, trocar propriu zis
montare/demontare componente, fara filet
canula cu vârful oblic, standard
vârful trocar piramidal
corp supapa compact, nedemontabil
cu sistem automat de inchidere, la schimbarea instrumentelor
supapa cu clapeta exterioara, pentru actionarea clapetei interioare
clapeta interioara, din metal
cu port conexiune gaz cu "luer – lock", si robinet control insuflare

Trocar 10 mm – 4 buc

confectionat din metal
lungime: 10-11 cm
diametru interior/exterior: 10/11 mm
alcatuit din maxim 3 componente: canula, corp supapa, trocar propriu zis

			<p>montare/demontare componente, fara filet canula cu vârful oblic, standard vârful trocar piramidal corp supapa compact, nedemontabil cu sistem automat de inchidere, la schimbarea instrumentelor supapa cu clapeta exterioara, pentru actionarea clapetei interioare clapeta interioara, din metal cu port conexiune gaz cu "luer – lock", si robinet control insuflare</p> <p>Trocar spiralat optic – 2 buc confectionat din metal lungime: 10-11 cm diametru interior: 10 mm, exterior:11 mm demontabil in max. 2 parti componente: canula si corp supapa montare/demontare componente, fara filet spiralat pe toata lungimea tecii terminatia spiralei in varf bont corp supapa compact, nedemontabil cu sistem automat de inchidere, la schimbarea instrumentelor supapa cu clapeta exterioara, pentru actionarea clapetei interioare clapeta interioara, din metal cu manso metalic, rotativ pe canula, la 360° cu port conexiune gaz cu "luer – lock" si robinet control insuflare, fixat pe mansoul rotativ cu sistem pentru fixarea telescopului in canula: insertie fara mandren, prin incizie si rasucire-insurubare insertie cu laparoscopul introdus in canula inaintare prin rasucire-insurubare</p> <p>Pensa pentru prehensiune dubla fenestrata – 2 buc rotativa 360 grade demontabila in maxim 3 parti componente : maner, teaca, element de lucru, varf bont falci dublu fenestrate tip „bot de rata” maner cu conector, monopolar maner multifunctional: autostatic/neautostatic, cu clapa teaca izolata, cu port spalare cu dop cu sisteme de asamblare ale componentelor intre ele, confectionate din metal, fara filet, fara elemente suplimentare (suruburi, piulite) pentru conectare/ prindere/asamblare componente, diametru 5 mm</p>	
--	--	--	---	--

Pensa pentru prehensiune, fenestrată – 2 buc

rotativa 360 grade
demontabilă in maxim 3 părți componente : maner, teaca, element de lucru
vârf rotunjit
fâlcii lungi, striate fin
fenestrata pe toata lungimea falcilor
atraumatica
mâner cu conector, monopolar,
mâner multifunctional: autostatic/neautostatic, cu clapa
teaca izolata, cu port spalare cu dop
cu sisteme de asamblare ale componentelor intre ele, confectionate din metal, fara filet
fara elemente suplimentare (suruburi, piulite) pentru conectare/ prindere/asamblare componente
lungime 33-37 cm.

Pensa disecție – 2 buc

rotativa 360 grade
demontabilă in maxim 3 părți componente : maner, teaca, element de lucru,
vârf cu fâlcii curbe, angulate la dreapta la aproximativ 90 grade
falci striate fin,
dubla deschidere
mâner cu conector, monopolar,
mâner neautostatic,
teaca izolata, cu port spalare cu dop,
cu sisteme de asamblare ale componentelor intre ele, confectionate din metal, fara filet,
fara elemente suplimentare (suruburi, piulite) pentru conectare/ prindere/asamblare componente,
diametru 5 mm
lungime 33-37 cm.

Pensa disecție mare – 2 buc

rotativa 360 grade
demontabilă in maxim 3 părți componente : maner, teaca, element de lucru
vârf cu fâlcii curbe, angulate la aproximativ 90 grade
falci striate fin
dubla deschidere
mâner metalic , neautostatic
teaca izolata, cu port spalare cu dop
cu sisteme de asamblare ale componentelor intre ele, confectionate din metal, fara filet
fara elemente suplimentare (suruburi, piulite) pentru conectare/ prindere/asamblare componente
diametru 5 mm,

lungime 35-37 cm

Pensa extractoare, 10 mm rotativă 360 grade – 2 buc

demontabilă în maxim 3 părți componente pentru curățare facilă : insert pensa, teaca și maner cu ajutorul unui singur buton

vârf tip Gheara/Crocodil 2x3 dinți

diametru 10 mm

lungime 35 – 37 cm

prevăzută cu maner multifuncțional, cu posibilitate folosire și cu pică și fără pică prin simplă acționare a unui buton

autoclavabilă 134°C

Foarfecă – 2 buc

rotativă 360 grade

demontabilă în maxim 3 părți componente : maner, teaca, element de lucru,

lamă curbă, cu striatii

cu dubla deschidere

mâner cu conector, monopolar

mâner neautostatic

teaca izolată, cu port spălare cu dop

cu sisteme de asamblare ale componentelor între ele, confecționate din metal, fără filet,

fără elemente suplimentare (suruburi, piulite) pentru conectare/ prindere/asamblare componente

diametru 5 mm

lungime 35-37 cm.

Canulă lavaj și aspirație – 2 buc

confecționată din metal, Tub de aspirație și irigare, cu orificii laterale, suprafață antireflex, cu robinet cu două căi pentru control cu o singură mână, dimensiune 5 mm, lungime 36 cm

cu sistem de oprire flux de fluide

control monocomandă, cu maneta, al irigației și aspirației

control cu o singură mână

diametru: 5mm

l = 35-37 cm

Reducer trocar - 4 buc

reducție de la 11 la 5 mm

de tip cu clipsare pe trocar, tip basculant 2 buc, și 2 buc tip canula

Container pentru autoclavare instrumente laparoscopice

ușor, din aluminiu anodizat, autoclavabil

cu durata de viață nelimitată, rezistent la un ciclu infinit de sterilizări

cu bariera microbiologică formată dintr-un disc din plastic autoclavabil cu geometrie specială, labirint, pentru oprirea a minim 99,9999% a gemenilor cu o durată de utilizare nelimitată pentru sterilizare și depozitare sterilă
container fără risc de perforare cu obiecte ascuțite

Pensă de prehensiune fenestrată bipolară de tip CLERMONT-FERRAND – 2 buc

rotativă 360 grade
demontabilă în maxim 3 părți componente: mâner, teacă, element de lucru
vârf rotunjit
fălci lungi, striate fin
fenestrată pe toată lungimea fălcilor
atraumatică
mâner cu conector bipolar, din plastic, fără clichet
teaca izolată, cu suport spălare cu dop
dimensiunile 5 mm
lungime 35-37 cm

Pensa vasculară laparoscopică – 1 buc

model lung

lungimea branselor minim 10 mm

adâncimea branselor minim 2,5 mm

tubusul drept, cu mâner axial
cremaliera cu siguranță
mărimea 10 mm

lungimea 30-43 cm

Telescope optic 30° – 1 buc

Posibilitate de vizualizare NIR/ICG

4K

diametru 10 mm
lungime 30 -33 cm
transmisie lumina prin fibra optica încorporată
compatibil cu sursa de lumină și camera video endoscopica

Aplicator clipuri L – XL , 1 buc

Diametru 10 mm

Lungime 33-36 cm

Autoclavabil, făci rotative.

Cleme pentru ligaturare, non absorbabile, sterile, marimea L(6 cleme per cartuş) – 1400 cartuşe.

Cleme pentru ligaturare, non absorbabile, sterile, marimea XL(6 cleme per cartuş) - 1400 cartuşe.

Platformă energetică electrochirurgicală cu accesorii (dispozitiv avansat de energie și electrochirurgie) cu accesorii – 1 buc

Platformă energetică electrochirurgicală, care furnizează energii avansate în etanșarea și tăierea vaselor, destinată procedurilor laparoscopice și chirurgicale deschise, bazate pe generare de energie, pentru urologie, ginecologie, colorectal, cardiac, ORL și aplicație generală.

Canale de ieșire minim:

Monopolar cu conectare internațională 3-pin - 2 ieșiri

Bipolar și sigilare vase - 2 ieșiri

Comutator de mână - da

Comutator de picior bipolar și sigilare vase - da

Comutator de picior monopolar - da

Moduri de lucru:

Monopolar

Tăiere pură ≥ 300 W

Tăiere blend ≥ 200 W

Coagulare Fulguratie ≥ 120 W

Coagulare Soft ≥ 120 W

Spray pentru hemostaza ≥ 100 W

Bipolar

Tăiere pură (rezeție sau vaporizare) ≥ 300 W

Taiere cu coagulare (rezeție sau vaporizare) ≥ 150 W

Coagulare ≥ 90 W

Sigilare vase ("Ligasure" sau "EnSeal", sau "Thunderbeat")

- Sigileaza vase de sânge și limfatice până la și inclusiv 7 mm în diametru, cu arsuri colaterale minime ale țesuturilor.

- Tehnologie de măsurare în timp real a modificărilor în țesut ("Tissue Sensing Technology" sau "Adaptive Tissue Technology" sau "Intelligent Tissue Monitoring")

Aplicații chirurgicale - minim 60 de programe.

Ecran LCD touchscreen cu capacitatea de control a minim 4 moduri de lucru diferite (Monopolar, Bipolar, Sigilare vase, Laparoscopic)

Afișare separat în minim 4 cadrane

Funcție de autotestare - da

Indicatoare - acustic, vizual.

Control volum sunet - da

Soft încorporat de rezeecție bipolară în mediul salin - da

Funcții suplimentare:

- Prize de lucru tip «plug and play» recunosc automat instrumentarul de lucru și cu configurare de energie automată

- Recunoaștere automată a finalizării ciclului de Sigilare vase ("Ligasure" sau "EnSeal" sau "Thunderbeat") și sunet de finalizare a ciclului

- Comunicare interactivă de eroare, inclusiv acțiunile corective afișate pe ecranul în caz de nefinalizare a ciclului de Sigilare vase

Accesorii:

- Cablu de alimentare - 2 buc.

- Comutator de picior cu un singur circuit pentru control bipolar, cu cablu de conectare inclus - 2 buc.

- Comutator de picior cu 2 circuite pentru control monopolar/bipolar cu cablu de conectare inclus - 2 buc.

- Electrode neutre reutilizabile, cu cablu de minim 3 m inclus - 3 buc.

- Mâner monopolar (creion) reutilizabil pentru electrode, cu minim două butoane de operare, cablu de min. 3 m, minim 50 de cicluri de autoclavare - 20 buc

- Set de electrozi (min 5 buc.) de diferite dimensiuni și forme (minge, buclă, lama, ac..etc), reutilizabili - 5 seturi

- Cablu monopolar HF cu lungimea de minim 3 m (pentru cuplare instrumente clasice), reutilizabil - 2 buc.
- Cablu bipolar HF, cu lungimea de minim 3 m (pentru cuplare instrumente clasice), reutilizabil - 2 buc.
- Pensetă bipolara tip baionetă, antiaderentă, vârf 7-8 mm, lungime 19-25 cm, cu cablu de interconectare minim 3 metri, reutilizabilă, autoclavabilă – 1 buc
- Pensetă bipolara tip baionetă cu orificiu pentru irigare, antiaderentă, vârf 7-8 mm, lungime 19-25 cm, cu cablu de interconectare minim 3 metri, reutilizabilă, autoclavabilă – 1 buc
- Instrument multifuncțional pentru tăierea și etanșarea vaselor de sânge, folosită în laparoscopie, lungime 35-40 cm, diametru 5mm, fălci tocite drepte, lungimea cut-seal 16-22 mm, cu cablu de interconectare minim 3 metri – 30 buc
- Instrument multifuncțional pentru tăierea și etanșarea vaselor de sânge, folosită în laparoscopie, lungime 35-40 cm, diametru 5mm, fălci largi curbate, lungimea cut-seal 16-22 mm, cu cablu de interconectare minim 3 metri – 30 buc
- Instrument multifuncțional pentru tăierea și etanșarea vaselor de sânge, folosită în operații deschise și laparoscopie, lungime 20-25 cm, fălci largi curbate, lungimea cut-seal 16-22 mm, cu cablu de interconectare minim 3 metri – 12 buc.
- Instrument multifuncțional pentru tăierea și etanșarea vaselor de sânge, folosită în laparoscopie, lungime 43-46 cm, diametru 5mm, fălci largi curbate, lungimea cut-seal 16-22 mm, cu cablu de interconectare minim 3 metri – 18 buc

Cerințe:

Anul producerii minim 2023.

Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării.

Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu

Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu.

Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.

În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.

Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24-36 ore.

			<p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu Legea Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>	
--	--	--	--	--

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare/ instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;
12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):
16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;	DA

		<p>- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).</p> <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p>	
3	Specificația de preț	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</p>	DA
4	DUAЕ	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i></p>	DA
5	Garanția pentru ofertă	<p>- 2 % din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</p>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	<p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana</p>	DA

		împuțernicită atât și în cazul delegării sau împuțernicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuțernicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i>	
--	--	---	--

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE

Cerinte de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuțernicită atât și în cazul delegării sau împuțernicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuțernicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuțernicită atât și în cazul delegării sau împuțernicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuțernicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul	DA

		companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. <u>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u>	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni specificație tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2023, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către	DA

		persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
19	Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
21	<u>Garantia de bună execuție</u>	<p>În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;</p> <p>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA</p>	DA

	cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)"	
--	--	--

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.001%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA RSAP MTender
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
36. Data publicării anunțului de intenție: bap nr. 7 din 26.01.2024
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_7_1.pdf
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 09.04.2024
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG