

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind **Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Suplimentar 2**

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md);  
[www.capcs.gov.md](http://www.capcs.gov.md);
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

**Cod CPV 33192000-2**

| Nr   | Denumire lot   | Cantitate | Valoarea estimativă fără TVA | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Schiță                       |  |                  |  |                   |  |                     |  |                         |                             |                                   |  |                     |    |  |    |                       |  |  |    |  |    |                                   |                      |  |          |                |                        |  |
|--|--|-----------|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------|--|-------------------|--|---------------------|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|----|--|----|-----------------------|--|--|----|--|----|-----------------------------------|----------------------|--|----------|----------------|------------------------|--|
| 1  | Fotoliu ORL Hidraulic  | 1         | 77.500,00                    | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="674 225 1968 260"><b>Fotoliu ORL Hidraulic</b></th> </tr> <tr> <th data-bbox="674 260 898 448"><b>Descriere</b></th> <td data-bbox="898 260 1968 448">Fotoliul ORL hidraulic conceput pentru consultații și tratamente ORL pentru pacienți cu înălțimea 1,5 - 2,0 m. Dispune de un sistem hidraulic pentru reglarea înălțimii, spătar ajustabil și posibilitate de rotație, oferind stabilitate și confort atât pacientului, cât și medicului. Tapițeria este antibacteriană și ușor de curățat, iar structura robustă asigură durabilitate.</td> </tr> <tr> <th colspan="2" data-bbox="674 448 1968 483"><b>Parametrul</b></th> </tr> <tr> <th colspan="2" data-bbox="674 483 1968 518"><b>Specificația</b></th> </tr> <tr> <th data-bbox="674 518 898 553"><b>Sistem hidraulic</b></th> <td data-bbox="898 518 1968 553">da, pentru miscarea sus/jos</td> </tr> <tr> <th data-bbox="674 553 898 600"><b>Format din min. 5 secțiuni</b></th> <td data-bbox="898 553 1968 600">suport cap, suport spate, suport coapse, suport picioare, suport tălpi</td> </tr> <tr> <th data-bbox="674 600 898 635"><b>Suport mâini</b></th> <td data-bbox="898 600 1968 635">da</td> </tr> <tr> <th data-bbox="674 635 898 826"><b>Poziționare a spatelui din poziția ortostatică în poziția orizontală 180° ± 10 (culcat/pat), prin pârghie cu arc pe gaz</b></th> <td data-bbox="898 635 1968 826">da</td> </tr> <tr> <th data-bbox="674 826 898 1010"><b>Caracteristici</b></th> <td data-bbox="898 826 1968 1010"> <b>Rotație la minim 330° cu pedala de blocare</b><br/> <b>modificarea în:</b><br/> <i>Rotație la minim 330° cu pedala de blocare sau manual da</i> </td> </tr> <tr> <th data-bbox="674 1010 898 1125"><b>Cotieră și spătar reglabile manual prin pârghie cu arc pe gaz</b></th> <td data-bbox="898 1010 1968 1125">da</td> </tr> <tr> <th data-bbox="674 1125 898 1310"><b>Șezut cu tapițerie impermeabilă, nedeformabilă, de înaltă rezistență, antimicrobiană și ușor de curățat</b></th> <td data-bbox="898 1125 1968 1310">da</td> </tr> <tr> <th data-bbox="674 1310 898 1345"><b>Sistem mobil/transportabil</b></th> <td data-bbox="898 1310 1968 1345">da, pe roți cu frână</td> </tr> <tr> <th data-bbox="674 1345 898 1422"><b>Capacitate maximă a pacientului</b></th> <td data-bbox="898 1345 1968 1422">≥ 150 kg</td> </tr> <tr> <th data-bbox="674 1422 898 1460"><b>Culoare</b></th> <td data-bbox="898 1422 1968 1460"><b>Albastru închis</b></td> </tr> </thead></table> | <b>Fotoliu ORL Hidraulic</b> |  | <b>Descriere</b> | Fotoliul ORL hidraulic conceput pentru consultații și tratamente ORL pentru pacienți cu înălțimea 1,5 - 2,0 m. Dispune de un sistem hidraulic pentru reglarea înălțimii, spătar ajustabil și posibilitate de rotație, oferind stabilitate și confort atât pacientului, cât și medicului. Tapițeria este antibacteriană și ușor de curățat, iar structura robustă asigură durabilitate. | <b>Parametrul</b> |  | <b>Specificația</b> |  | <b>Sistem hidraulic</b> | da, pentru miscarea sus/jos | <b>Format din min. 5 secțiuni</b> | suport cap, suport spate, suport coapse, suport picioare, suport tălpi | <b>Suport mâini</b> | da | <b>Poziționare a spatelui din poziția ortostatică în poziția orizontală 180° ± 10 (culcat/pat), prin pârghie cu arc pe gaz</b> | da | <b>Caracteristici</b> | <b>Rotație la minim 330° cu pedala de blocare</b><br><b>modificarea în:</b><br><i>Rotație la minim 330° cu pedala de blocare sau manual da</i> | <b>Cotieră și spătar reglabile manual prin pârghie cu arc pe gaz</b> | da | <b>Șezut cu tapițerie impermeabilă, nedeformabilă, de înaltă rezistență, antimicrobiană și ușor de curățat</b> | da | <b>Sistem mobil/transportabil</b> | da, pe roți cu frână | <b>Capacitate maximă a pacientului</b> | ≥ 150 kg | <b>Culoare</b> | <b>Albastru închis</b> |  |
| <b>Fotoliu ORL Hidraulic</b>   |  |           |                              |   |                              |  |                  |  |                   |  |                     |  |                         |                             |                                   |  |                     |    |  |    |                       |  |  |    |  |    |                                   |                      |  |          |                |                        |  |
| <b>Descriere</b>   | Fotoliul ORL hidraulic conceput pentru consultații și tratamente ORL pentru pacienți cu înălțimea 1,5 - 2,0 m. Dispune de un sistem hidraulic pentru reglarea înălțimii, spătar ajustabil și posibilitate de rotație, oferind stabilitate și confort atât pacientului, cât și medicului. Tapițeria este antibacteriană și ușor de curățat, iar structura robustă asigură durabilitate. |           |                              |   |                              |  |                  |  |                   |  |                     |  |                         |                             |                                   |  |                     |    |  |    |                       |  |  |    |  |    |                                   |                      |  |          |                |                        |  |
| <b>Parametrul</b>  |  |           |                              |   |                              |  |                  |  |                   |  |                     |  |                         |                             |                                   |  |                     |    |  |    |                       |  |  |    |  |    |                                   |                      |  |          |                |                        |  |
| <b>Specificația</b>  |  |           |                              |   |                              |  |                  |  |                   |  |                     |  |                         |                             |                                   |  |                     |    |  |    |                       |  |  |    |  |    |                                   |                      |  |          |                |                        |  |
| <b>Sistem hidraulic</b>  | da, pentru miscarea sus/jos  |           |                              |   |                              |  |                  |  |                   |  |                     |  |                         |                             |                                   |  |                     |    |  |    |                       |  |  |    |  |    |                                   |                      |  |          |                |                        |  |
| <b>Format din min. 5 secțiuni</b>  | suport cap, suport spate, suport coapse, suport picioare, suport tălpi   |           |                              |   |                              |  |                  |  |                   |  |                     |  |                         |                             |                                   |  |                     |    |  |    |                       |  |  |    |  |    |                                   |                      |  |          |                |                        |  |
| <b>Suport mâini</b>  | da   |           |                              |   |                              |  |                  |  |                   |  |                     |  |                         |                             |                                   |  |                     |    |  |    |                       |  |  |    |  |    |                                   |                      |  |          |                |                        |  |
| <b>Poziționare a spatelui din poziția ortostatică în poziția orizontală 180° ± 10 (culcat/pat), prin pârghie cu arc pe gaz</b> | da   |           |                              |   |                              |  |                  |  |                   |  |                     |  |                         |                             |                                   |  |                     |    |  |    |                       |  |  |    |  |    |                                   |                      |  |          |                |                        |  |
| <b>Caracteristici</b>  | <b>Rotație la minim 330° cu pedala de blocare</b><br><b>modificarea în:</b><br><i>Rotație la minim 330° cu pedala de blocare sau manual da</i>   |           |                              |   |                              |  |                  |  |                   |  |                     |  |                         |                             |                                   |  |                     |    |  |    |                       |  |  |    |  |    |                                   |                      |  |          |                |                        |  |
| <b>Cotieră și spătar reglabile manual prin pârghie cu arc pe gaz</b>   | da   |           |                              |   |                              |  |                  |  |                   |  |                     |  |                         |                             |                                   |  |                     |    |  |    |                       |  |  |    |  |    |                                   |                      |  |          |                |                        |  |
| <b>Șezut cu tapițerie impermeabilă, nedeformabilă, de înaltă rezistență, antimicrobiană și ușor de curățat</b>                 | da   |           |                              |   |                              |  |                  |  |                   |  |                     |  |                         |                             |                                   |  |                     |    |  |    |                       |  |  |    |  |    |                                   |                      |  |          |                |                        |  |
| <b>Sistem mobil/transportabil</b>  | da, pe roți cu frână   |           |                              |   |                              |  |                  |  |                   |  |                     |  |                         |                             |                                   |  |                     |    |  |    |                       |  |  |    |  |    |                                   |                      |  |          |                |                        |  |
| <b>Capacitate maximă a pacientului</b>   | ≥ 150 kg   |           |                              |   |                              |  |                  |  |                   |  |                     |  |                         |                             |                                   |  |                     |    |  |    |                       |  |  |    |  |    |                                   |                      |  |          |                |                        |  |
| <b>Culoare</b>   | <b>Albastru închis</b>   |           |                              |   |                              |  |                  |  |                   |  |                     |  |                         |                             |                                   |  |                     |    |  |    |                       |  |  |    |  |    |                                   |                      |  |          |                |                        |  |

|  |  |  |  |                  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  |                  | <b>Accesorii articulat reglabil pentru suportul capului, cu posibilitatea de ajustare pe vertical si horizontal</b>  | <b>da</b>  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Accesorii</b> | <b>Accesoriu fix pentru suportul capului</b>   | <b>da</b>  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Altele</b>    | <b>Garanție</b>  | ≥ 36 luni  |  |  |
|  |  |  |  |                  |  | Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului  |  |  |
|  |  |  |  |                  | <b>Livrarea, instalarea și testarea la locul necesar fără implicarea beneficiarului</b>  | da   |  |  |
|  |  |  |  |                  | <b>Asigurarea tuturor elementelor necesare pentru instalarea completă, funcțională și sigură a sistemului, inclusiv cele aferente conectivității, integrării în infrastructura existentă și comunicării cu sistemele informatice relevante, conform standardelor aplicabile.</b> | da   |  |  |
|  |  |  |  |                  | <b>Preluarea ambalajelor (cutiile) în care a fost livrat sistemul/dispozitivul</b>   | da, la solicitarea beneficiarului  |  |  |
|  |  |  |  |                  | <b>Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user si service</b>   | Graficul de mentenanță preventivă și service disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Cu indicarea lucrărilor necesare, intervale recomandate, uneltele și instrumentele specifice utilizate, consumabilele , accesoriile și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, toate marcate cu numere de referință. |  |  |
|  |  |  |  |                  | <b>Ghid rapid</b>  | Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată  |  |  |



|   |                   |    |           |  |  |  |
|---|-------------------|----|-----------|--|--|--|
|   |                   |    |           |  | de dispozitiv. Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF.  |  |
|   |                   |    |           | <b>Manuale de utilizare</b>                | Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat. |  |
|   |                   |    |           | <b>Manual de service</b>                   | Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6).                |  |
|   |                   |    |           | <b>Manual de part list</b>                 | Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF, în limba engleză, dacă este prevăzut de către producător.   |  |
|   |                   |    |           | <b>Training pentru utilizatori</b>         | Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Minim 6 persoane, minim 1 zile lucrătoare   |  |
|   |                   |    |           | <b>Training pentru personal tehnic</b>     | Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și oferirea și gestionarea parolilor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute. Minim 2 persoane, o zi lucrătoare                 |  |
|   |                   |    |           | <b>Saltea antiescare</b>                   |  |  |
|   |                   |    |           | <b>Saltea:</b>                             |  |  |
|   |                   |    |           | • Dimensiune: 200-220 x 90-100 x 7-9 cm    |  |  |
|   |                   |    |           | • înalțimea celulelor: 7-10 cm             |  |  |
|   |                   |    |           | <b>• Material: PVC</b>                     |  |  |
|   |                   |    |           | • grosimea: minim 0.32 mm                  |  |  |
|   |                   |    |           | • număr de celule: minim 130               |  |  |
|   |                   |    |           | • greutatea maximă suportată: minim 130 kg |  |  |
|   |                   |    |           | <b>Pompa:</b>                              |  |  |
|   |                   |    |           | • Tensiunea de alimentare: 220 V, 50 Hz    |  |  |
|   |                   |    |           | • presiunea de lucru: 40-100 mmHg          |  |  |
|   |                   |    |           | • Debitul de aer la ieșire: minim 6l/min   |  |  |
| 2 | Saltea antiescare | 35 | 29.166,55 |  |  |  |

|   |                    |   |           |  |  |
|---|--------------------|---|-----------|--|--|
|   |                    |   |           | <p>• cu posibilitatea de a fi atașată de patul pacientului</p> <p><b>Kit de reparații inclus: În cazul înțepăturilor accidentale, kitul de reparații permite remedierea rapidă a saltelei</b></p> <p>Rezistent la curățare și dezinfecție;</p> <p>Garanția minim 24 luni</p>   |  |
| 3 | Masa oftalmologică | 3 | 30.000,00 | <p><b>Masa oftalmologică</b></p> <p>Masă oftalmologică electrică pentru montarea și utilizarea dispozitivelor oftalmologice</p> <p>Masă medicală destinată montării și utilizării dispozitivelor oftalmologice (lampă cu fantă, autorefractokeratometru, keratometru etc.), cu reglaj electric al înălțimii și construcție ergonomică.</p> <p><b>Specificații tehnice minime</b></p> <p>Compatibilitate: masa trebuie să fie certificată pentru instalarea și utilizarea dispozitivelor oftalmologice.</p> <p>Reglaj înălțime: electric, interval minim 650–850 mm.</p> <p>Capacitate de încărcare: ≥ 50 kg.</p> <p>Suprafață: anti-zgâriere, rezistentă la dezinfectanți, dimensiuni minime 600 × 400 mm.</p> <p>Siguranță: sistem de blocare pentru stabilitate în timpul examinării.</p> <p><b>Mobilitate: opțional, roți cu sistem de frânare pentru deplasare ușoară.</b></p> <p>Alimentare: 220–240 V, conform standardelor CE.</p> <p>Construcție: cadru metalic stabil, finisaj rezistent la uzură.</p> <p>Cerințe de calitate și conformitate</p> <p>Marcaj CE și certificat de conformitate.</p> <p>Conformitate cu standardele ISO aplicabile pentru mobilier medical.</p> <p>Manual de utilizare în limba română.</p> <p>Instalare: furnizorul are obligația să livreze masa și să o instaleze.</p> <p><b>Obligațiile furnizorului</b></p> <p>Asigurarea instalării și punerii în funcțiune la sediul beneficiarului.</p> <p>Predarea documentației tehnice și a certificatului de garanție.</p> <p>Garanția minim 24 luni</p> |  |
| 4 | Dulap Medical      | 1 | 8.000,00  | <p><b>Dulap Medical</b></p> <p>Dulap medical destinat depozitării materialelor sanitare, instrumentelor și documentației medicale. Construcție robustă, standard, cu compartiment superior vizibil (uși din sticlă) și compartiment inferior opac (uși din metal).</p> <p><b>Cerințe tehnice minime</b></p> <p>Structură: metalică, sudată sau modulară, vopsită în câmp electrostatic.</p> <p>Dimensiuni orientative:<br/> înălțime 180–200 cm,<br/> lățime 80–100 cm,<br/> adâncime 40–50 cm.</p> <p><b>Compartiment superior:</b></p>   |  |

|   |                                       |   |           |   |  |
|---|---------------------------------------|---|-----------|---|--|
|   |                                       |   |           | <p>2 uși din sticlă securizată transparentă;<br/>rafturi reglabile, minim 2 bucăți.</p> <p><b>Compartiment inferior:</b><br/>2 uși din metal;<br/>rafturi reglabile, minim 1 buc.<br/>Mânere: ergonomice, metalice sau ABS rezistent.<br/>Sistem de închidere: lacăt cu cheie pentru compartimentul inferior.<br/>Capacitate de încărcare: <math>\geq 30</math> kg/raft.</p> <p><b>Construcție și igienă</b><br/>Finisaj rezistent la dezinfectanți și soluții de curățare.<br/>Suprafețe netede, fără muchii ascuțite.<br/>Sticlă securizată, rezistentă la șocuri.</p> <p><b>Siguranță și conformitate</b><br/>Certificare CE pentru mobilier medical. Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru mobilier sanitar.</p> <p><b>Servicii asociate</b><br/>Garanție minimă: 24 luni.</p>   |  |
| 5 | Canapea de examinare medicală, mobilă | 1 | 13.000,00 | <p><b>Canapea de examinare medicală, mobilă</b><br/>Canapea de examinare medicală, mobilă, cu două funcții (manuală + electrică)</p> <p>Canapea medicală destinată examinării pacienților și efectuării procedurilor ambulatorii, dotată cu sistem de reglaj manual pentru spătar și sistem electric pentru reglarea pe înălțime, cu mobilitate asigurată prin roți de 10 cm.</p> <p><b>Specificații tehnice minime</b><br/>Funcții:<br/>1 funcție manuală – rabatarea spătarului.<br/>1 funcție electrică – reglarea pe înălțime.</p> <p><b>Mobilitate:</b><br/>2 roți <b>ascunse</b> de minim 10 cm diametru.<br/>2 roți universale pivotante de minim 10 cm diametru, dotate cu sistem de frânare.</p> <p><b>Performanță:</b><br/>Sistem pentru picioare din oțel inoxidabil, <b>fără uzură după <math>\geq 5.000</math> cicluri.</b><br/>Motor omologat CE.</p> <p><b>Materiale și rezistență:</b><br/>Tapițerie ignifugă, rezistentă la dezinfectanți, îndoire și uzură <b><math>\geq 100.000</math> cicluri.</b><br/>Grosime tapițerie: <math>\geq 8</math> cm.<br/>Spumă de înaltă densitate <b><math>\geq 30</math> kg/m<sup>3</sup>.</b><br/>Culoare: alb sau gri.</p> |  |

|   |                    |   |          |   |  |  |
|---|--------------------|---|----------|---|--|--|
|   |                    |   |          | <p style="text-align: center;"><b>Accesorii:</b></p> <p style="text-align: center;">Suport role de hârtie.</p> <p style="text-align: center;"><b>Dimensiuni:</b></p> <p style="text-align: center;">Suprafață minimă: 1800 × 600 mm.</p> <p style="text-align: center;">Interval înălțime reglabilă: minim 650–850 mm (adaptat pentru roți de 10 cm).</p> <p style="text-align: center;">Capacitate de încărcare: ≥ 150 kg.</p> <p style="text-align: center;"><b>3. Cerințe de calitate și conformitate</b></p> <p style="text-align: center;">Marcaj CE și certificat de conformitate.</p> <p style="text-align: center;">Manual de utilizare în limba română.</p> <p style="text-align: center; color: red;">Service post-vânzare: disponibil în Republica Moldova, timp de intervenție ≤ 72 ore.</p> <p style="text-align: center;">Garanție minimă: 24 luni.</p>   |  |  |
| 6 | Brancardă medicală | 1 | 7.000,00 | <p style="text-align: center;"><b>Brancardă medicală</b></p> <p style="text-align: center;">Brancardă robustă pentru transport intern și intervenții, cu sistem de blocare și saltea</p> <p style="text-align: center;"><b>Descriere generală</b></p> <p style="text-align: center;">Brancardă medicală destinată transportului pacienților în cadrul instituției și utilizării în intervenții de urgență. Construcție robustă, stabilă, cu saltea inclusă și sistem de blocare, adaptată pentru utilizare intensivă și sigură.</p> <p style="text-align: center;"><b>Cerințe tehnice minime</b></p> <p style="text-align: center;">Cadru: metalic, rigid, rezistent la sarcini ≥ 200 kg.</p> <p style="text-align: center;"><b>Roți:</b></p> <p style="text-align: center;">diametru ≥ 150 mm;</p> <p style="text-align: center;">pivotante, cu rulare silențioasă;</p> <p style="text-align: center;">cel puțin 2 roți prevăzute cu frâne sigure.</p> <p style="text-align: center;">Sistem de înclinare: reglabil pentru spătar acționat mecanic sau hidraulic.</p> <p style="text-align: center;">Saltea: inclusă, ergonomică, detașabilă, cu husă impermeabilă și rezistentă la dezinfectanți.</p> <p style="text-align: center;">Sistem de blocare: pentru fixarea brancardei în poziție stabilă în timpul procedurilor sau transportului.</p> <p style="text-align: center;">Mânere: ergonomice, pentru manevrare facilă.</p> <p style="text-align: center;">Dimensiuni: standard pentru transportul pacienților adulți (lungime ≥ 190 cm, lățime 55–65 cm).</p> <p style="text-align: center;"><b>Construcție și igienă</b></p> <p style="text-align: center;">Finisaj rezistent la dezinfectanți și soluții de curățare.</p> <p style="text-align: center;">Suprafețe netede, fără muchii ascuțite, ușor de igienizat.</p> <p style="text-align: center;">Saltea detașabilă pentru curățare și înlocuire.</p> <p style="text-align: center;"><b>Siguranță și conformitate</b></p> <p style="text-align: center;">Capacitate de încărcare minimă: 200 kg.</p> |  |  |

|   |                   |   |           |  |  |  |
|---|-------------------|---|-----------|--|--|--|
|   |                   |   |           | <p>Certificare CE și declarație de conformitate.</p> <p>Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru mobilier medical și dispozitive de transport pacienți.</p> <p><b>Servicii asociate</b></p> <p>Garanție minimă: 24 luni.</p> <p>Service post-vânzare: disponibil în Republica Moldova, timp de intervenție ≤ 72 ore.</p> <p><b>Obligațiile furnizorului</b></p> <p>Predarea documentației tehnice și a certificatului de garanție.</p>   |  |  |
| 7 | Masă de proceduri | 6 | 40.000,00 | <p><b>Masă de proceduri</b></p> <p>Masă de proceduri medicale, cu 2 polițe și 2 sertare.</p> <p>Masă de proceduri destinată utilizării în cabinete medicale, secții de tratament și laboratoare, pentru organizarea instrumentarului și materialelor necesare procedurilor. Construcție compactă, stabilă, mobilă, adaptată pentru utilizare zilnică în condiții de siguranță.</p> <p><b>Specificații tehnice minime</b></p> <p>Structură: metal vopsit în câmp electrostatic sau inox medical, rezistent la coroziune și dezinfectanți.</p> <p><b>Compartimentare:</b></p> <p>2 polițe deschise, rezistente, pentru instrumentar și materiale;</p> <p>2 sertare ergonomice, cu glisare ușoară și sistem de oprire.</p> <p><b>Mobilitate:</b></p> <p>4 roți pivotante, diametru ≥ 10 cm;</p> <p>cel puțin 2 roți prevăzute cu frâne sigure;</p> <p>rotile din material rezistent, silențios, care nu zgârie pardoseala.</p> <p>Dimensiuni: compacte, adaptate pentru spații medicale (înălțime 80–90 cm, lățime 40–60 cm, adâncime 40–50 cm).</p> <p>Stabilitate: cadru rigid, cu rezistență la sarcină ≥ 30 kg distribuită uniform.</p> <p>Siguranță: muchii rotunjite pentru prevenirea accidentelor; suprafețe netede, ușor de curățat și dezinfectat.</p> <p>Design: funcțional, ergonomic, cu acces facil la polițe și sertare.</p> <p><b>Cerințe de calitate și conformitate</b></p> <p>Marcaj CE și certificat de conformitate.</p> <p>Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru mobilier medical.</p> <p>Materiale conforme cu normele sanitare și de igienă.</p> <p>Manual de utilizare și întreținere în limba română.</p> <p><b>Servicii asociate</b></p> <p>Garanție minimă: 24 luni.</p> <p><b>Obligațiile furnizorului</b></p> <p>Predarea documentației tehnice și a certificatului de garanție.</p> |  |  |


|    |  |    |            |   |   |
|----|--|----|------------|---|---|
| 8  | Paravan medical pliant mobil cu 3 secțiuni | 60 | 120.000,00 | <p align="center"><b>Paravan medical pliant mobil cu 3 secțiuni</b></p> <p align="center">Structura din oțel cromat</p> <p align="center">Perdele Lavabile și ignifuge</p> <p align="center">Roți cu diametru minim 50 mm cu minim 4 blocabile</p> <p align="center">Dimensiuni: Înălțime 180 cm (±10 cm), lățimea totală 180 cm (±10 cm)</p> <p align="center">Garanția minim 24 luni</p>  |  |
| 9  | Paravan pliant mobil cu 2 secții           | 4  | 8.333,33   | <p align="center"><b>Paravan pliant mobil cu 2 secții</b></p> <p align="center">Tip acoperire: Folie PVC sau alt material echivalent;</p> <p align="center"><b>Dimensiuni generale:</b></p> <p align="center">Lățime: 1450...1550mm,</p> <p align="center">Înălțime: 1750...1850mm,</p> <p align="center">Cadru metalic: Da;</p> <p align="center">Grosime: 10...15 mm;</p> <p align="center">Secțiile au aceiași dimensiuni, părțile laterale se pot roti în raport cu axa centrală la 360°, fără a cauza căderea acesteia: Da;</p> <p align="center">Culoare cadru: Alb;</p> <p align="center"><b>Masa: 9...11 kg.</b></p> <p align="center">Garanția minim 24 luni</p> |  |
| 10 | Masa pentru instrumente (continuu sudat)   | 2  | 4.160,00   | <p align="center"><b>Masa pentru instrumente (continuu sudat)</b></p> <p align="center">Destinație pentru plasarea instrumentelor medicale în timpul diferitelor operații, manipulări în spații medicale și de laborator</p> <p align="center">Masa este confecționat din profil, continuu sudat</p> <p align="center">Vopsit în câmp electrostatic sau inox medical, rezistent la coroziune și dezinfectanți.</p> <p align="center">Polite din inox</p> <p align="center">Dimensiuni 650x410x870mm, ± 50mm</p> <p align="center">Garanția minim 24 luni</p>  |   |
| 11 | Fotoliu recoltare a sângelui               | 2  | 17.500,00  | <p align="center"><b>Fotoliu recoltare a sângelui</b></p> <p align="center">Cu reglarea secțiunii spatelui și a genunchilor, cu cotiere.</p> <p align="center">Cadru metalic robust, rezistent la greutatea mari, vopsit electrostatic;</p> <p align="center">Tapiterie rezistentă la substanțe dezinfectante (fără pori, ușor de igienizat), rezistent la coroziune și dezinfectanți.</p> <p align="center">Garanția minim 24 luni</p>   |   |
| 12 | Măsuță pentru manipulații                  | 8  | 22.000,00  | <p align="center"><b>Măsuță pentru manipulații</b></p> <p align="center">Masa pentru instrumente 2 rafturi, pentru manipulări și proceduri în spații medicale și de laborator.</p> <p align="center">Cadru metalic, stabil, vopsit electrostatic sau din oțel inoxidabil;</p> <p align="center">Construcție rezistentă la utilizare frecventă în mediul medical;</p>  |   |

|    |                        |   |           |   |  |  |
|----|------------------------|---|-----------|---|--|--|
|    |                        |   |           | <p>Colțuri rotunjite pentru siguranță.</p> <p>Blat din inox sau material compact medical;</p> <p>Suprafață netedă, neporoasă;</p> <p>Rezistentă la dezinfectanți și soluții chimice uzuale;</p> <p>Margini ridicate (min. 10–20 mm) pentru prevenirea scurgerilor.</p> <p>Garanția minim 24 luni</p>  |  |  |
| 13 | Stativ pentru perfuzii | 8 | 3.000,00  | <p><b>Stativ pentru perfuzii</b></p> <p>Stativ pentru infuzii cu reglarea pe înalțimii</p> <p>Construcție din oțel inoxidabil sau metal cromat;</p> <p>Rezistent la coroziune și dezinfectanți;</p> <p>Suprafață netedă, ușor de curățat;</p> <p>Cârlige metalice / inox pentru 4 perfuzii/sticle, pungi de perfuzie încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig</p> <p>Bază stabilă, cu diametru sau lățime suficientă pentru prevenirea răsturnării.</p> <p>Garanția minim 24 luni</p>  |  |  |
| 14 | Paravan                | 8 | 3.000,00  | <p><b>Paravan</b></p> <p>Executat din țevă din inox cu 2 elemente (secțiuni).</p> <p>Montat pe 2 roți, structură pliantă.</p> <p>Material de acoperire paravană: draperii din plastic lavabil sau alt material echivalent.</p> <p>Stabilitate bună în poziție deschisă;</p> <p>Ușor de manevrat;</p> <p>Permite curățare și dezinfecție completă;</p> <p>Fără muchii ascuțite.</p> <p>Garanția minim 24 luni</p>  |  |  |
| 15 | Scaun cu rotile        | 2 | 12.000,00 | <p><b>Scaun cu rotile</b></p> <p>Lățime: 63 cm, ±2 cm;</p> <p>Lățime scaun: 45 cm, ±2 cm;</p> <p>Adâncime scaun 44 cm, ±2 cm;</p> <p>Înălțime scaun 52 cm, ±2 cm;</p> <p>Înălțime parte spate a scaunului: minim 40 cm;</p> <p>Înălțime totală scaun: 87 cm, ±2 cm;</p> <p>Lungime totală scaun: 104 cm, ±2 cm;</p> <p>Diametru roată: 61 cm, ±4 cm;</p> <p>Greutate de susținere: minim 110 kg;</p> <p>Carcasa: mtel cromat;</p> <p>Scaunul: materiale moi;</p> <p>Rezistent la curățare și dezinfecție;</p> <p>Garanția minim 24 luni</p> |  |  |

|                               |   |    |            |  |  |
|-------------------------------|---|----|------------|--|--|
| 16                            | Cușetă medicală                                       | 10 | 58.000,00  | <b>Cușetă medicală</b>   |  |
|                               |   |    |            | Parametru Specificație   |  |
|                               |   |    |            | Sectiuni $\geq 2$  |  |
|                               |   |    |            | Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului  |  |
|                               |   |    |            | Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit   |  |
|                               |   |    |            | Saltea obligatoriu   |  |
|                               |   |    |            | Dimensiune, cm $\geq 180 \times 60 \times 55$ cm                                       |  |
|                               |   |    |            | Greutate pacient maxim, kg $\geq 150$  |  |
|                               |   |    |            | Culoarea Gri   |  |
|                               |   |    |            | Rezistent la curățare și dezinfectie;  |  |
|                               |   |    |            | Garanția minim 24 luni   |  |
| 17                            | Carucior pentru transportarea pacienților cu handicap | 13 | 65.000,00  | <b>Carucior pentru transportarea pacienților cu handicap</b>                           |  |
|                               |   |    |            | Material: Cadru din oțel negru vopsit sau oțel inoxidabil, rezistent și durabil        |  |
|                               |   |    |            | Dimensiuni: Lățimea sezutului minim 48 cm, lățimea totală 67 cm, $\pm 2$ cm            |  |
|                               |   |    |            | Roti: Roti mari pentru deplasare facilă pe diverse tipuri de teren                     |  |
|                               |   |    |            | Cotiere și Suporturi pentru Picioare: Detașabile și ajustabile pentru confort sporit   |  |
|                               |   |    |            | Funcții: Frână de mână și <b>opțional pentru picior, pentru siguranță suplimentară</b> |  |
|                               |   |    |            | Pliabil: Design pliabil pentru transport și depozitare ușoară                          |  |
|                               |   |    |            | Material Suprafață: Ușor lavabil și rezistent la apă pentru întreținere simplă         |  |
|                               |   |    |            | <b>Greutate: Aproximativ 17 kg, ușor de transportat și montat</b>                      |  |
|                               |   |    |            | Greutate maximă suportată: minim 110 kg  |  |
|                               |   |    |            | Rezistent la curățare și dezinfectie;  |  |
| Garanția minim 24 luni        |   |    |            |  |  |
| 18                            | Cabină pentru audiometrie                             | 1  | 140.000,00 | <b>Cabină pentru audiometrie</b>   |  |
|                               |   |    |            | <b>Dimensiuni / ergonomie</b>  |  |
|                               |   |    |            | Dimensiuni exterioare (LxAxH)  | în diapazon admisibil $\geq 100 \times 100 \times 210$ cm și $\leq 150 \times 130 \times 230$ cm                     |
|                               |   |    |            | Dimensiuni interioare utile (LxAxH)  | $\geq 95 \times 95 \times 185$ cm, Suficient pentru 1 persoană; înălțime minim utilă                                 |
|                               |   |    |            | Înălțime minimă încăpere pentru instalare  | $\geq 235$ cm, Pentru spațiu de montaj + ventilație (unde e cazul).  |
|                               |   |    |            | Acces  | Ușă cu deschidere spre exterior, Balama stânga/dreapta acceptat.   |
|                               |   |    |            | <b>Performanță acustică</b>  |  |
|                               |   |    |            | Atenuare globală (diferență interior/exterior)   | $\geq 35$ dB ( $\pm 3$ dB), Conform datelor producătorului; se acceptă metode echivalente de raportare.              |
|                               |   |    |            | Atenuare la frecvențe înalte   | $\geq 45$ dB la 5 kHz, Ex.: 50 dB la 5 kHz acceptat; se confirmă în fișa tehnică.                                    |
|                               |   |    |            | Condiții pentru audiometrie  | Permite efectuarea testelor conform ISO 8253-1<br>Dovadă: declarație/specificație producător (ambient intern redus). |
| <b>Construcție / finisaje</b> |   |    |            |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Structură panouri                      | Panouri modulare fonoizolante, Panouri interschimbabile/kit asamblare acceptat.  |
|  |  |  |  | Grosime panouri (acceptat)             | $\geq 50$ mm (acceptat), Valori mai mari acceptate (ex. 102 mm).   |
|  |  |  |  | Finisaj exterior                       | Suprafață lavabilă, Ex.: melamină/metal vopsit; culoare neutră.  |
|  |  |  |  | Finisaj interior                       | Material absorbant acustic, Ex.: spumă piramidală / panouri absorbante lavabile.   |
|  |  |  |  | Pardoseală                             | Material lavabil sau covor antistatic. Se acceptă ambele; trebuie să fie stabil și sigur.  |
|  |  |  |  | <b>Fereastră / vizibilitate</b>        |  |
|  |  |  |  | Fereastră observare                    | Da, Vizibilitate operator-pacient.   |
|  |  |  |  | Dimensiuni fereastră                   | $\geq 60 \times 50$ cm, Dublu vitrat / geam acustic.   |
|  |  |  |  | Tip geam                               | Dublu vitrat (acustic) sau echivalent. Sticlă securizată/safety glass acceptat.  |
|  |  |  |  | <b>Ventilație / confort</b>            |  |
|  |  |  |  | Ventilație silențioasă                 | Da, Sistem tip labirint sau ventilație forțată silențioasă; nu trebuie să compromită acustica.   |
|  |  |  |  | Zgomot ventilație (acceptat)           | Conform specificației producătorului pentru audiometrie. Se acceptă mențiune explicită a conformității cu cerințele de zgomot de fond.                                     |
|  |  |  |  | <b>Iluminare / electric</b>            |  |
|  |  |  |  | Iluminare interioară                   | <b>LED</b> , Comutator accesibil; lumină suficientă.   |
|  |  |  |  | Alimentare                             | 220–240 V AC, 50/60 Hz, Cablu de alimentare inclus.  |
|  |  |  |  | <b>Putere consumată</b>                | <b><math>\leq 150</math> W</b>   |
|  |  |  |  | Priză internă (acceptat)               | DA (acceptat), Dacă nu există intern, se acceptă alimentare externă + treceri cablu.   |
|  |  |  |  | <b>Panou conexiuni / treceri cablu</b> |  |
|  |  |  |  | Panou conexiuni audiometru             | Da, Conectori pentru căști/microfon/USB sau placă de trecere cabluri. Panou/placă conexiuni inclusă  |
|  |  |  |  | Jack-uri audio                         | <b><math>\geq 5 \times 6,3</math> mm + <math>\geq 1 \times 3,5</math> mm (sau echivalent)</b> . Se acceptă altă configurație dacă funcțional echivalentă (ex. 9 jack-uri). |
|  |  |  |  | USB (acceptat)                         | $\geq 1$ port/trecere USB (acceptat). Opțional; nu eliminat.   |
|  |  |  |  | <b>Mobilier / dotare minimă</b>        |  |
|  |  |  |  | Masă/suport audiometru                 | Masă rabatabilă sau raft. Dimensiune utilă minimă 70×40 cm. Masă/raft inclus   |
|  |  |  |  | Scaun/bancă pacient                    | 1 loc, Stabil, ușor de curățat. Scaun/bancă inclus   |
|  |  |  |  | Acces rampă (acceptat)                 | Opțional/acceptat. Dacă e necesar pentru acces persoane cu mobilitate redusă.  |
|  |  |  |  | Sistem free-field (acceptat)           | Preinstalare pentru free-field (acceptat). Dacă există: pregătire pentru difuzoare; nu eliminat.   |
|  |  |  |  | <b>Livrare / instalare / garanție</b>  |  |

|    |                                    |   |           |   |   |
|----|------------------------------------|---|-----------|---|---|
|    |                                    |   |           | Stare livrare                             | Preasamblată SAU kit (asamblare rapidă). Se acceptă ambele, cu instrucțiuni clare.  |
|    |                                    |   |           | Montaj                                    | Inclus  |
|    |                                    |   |           | Garanție                                  | ≥24 luni  |
|    |                                    |   |           | Certificat garanție.                      | Inclus  |
|    |                                    |   |           | Service / piese                           | Asigurat min. 5 ani. Declarație furnizor/producător.  |
|    |                                    |   |           | <b>Conformitate / reglementări</b>        |   |
|    |                                    |   |           | Compatibilitate audiometre                | Compatibilă cu orice audiometru. Inclusiv audiometre computerizate.   |
|    |                                    |   |           | Standard audiometrie (condiții test)      | ISO 8253-1, Menționat în documente producător.  |
|    |                                    |   |           | Securitate produs (acceptat)              | IEC/EN 60601-1 și IEC/EN 60601-1-2 (acceptat), Dacă producătorul declară aplicabilitate.  |
|    |                                    |   |           | RoHS/WEEE (unde e aplicabil)              | Da, Declarații aplicabile UE.   |
|    |                                    |   |           | <b>Fotoliu pentru colectarea sîngelui</b> |   |
|    |                                    |   |           | <b>General / utilizare</b>                |   |
|    |                                    |   |           | Destinație                                | Recoltare sânge / perfuzii / proceduri ambulatorii. Fotoliu medical pentru un pacient.  |
|    |                                    |   |           | Structură                                 | Oțel tubular cu acoperire pulbere epoxidică. Rezistent la coroziune și la agenți de curățare.   |
|    |                                    |   |           | Bază                                      | Bază fixă. Bază cu roți (acceptat). Roțile nu sunt obligatorii; dacă există, să fie dotate cu frâne.  |
|    |                                    |   |           | Capacitate maximă pacient                 | ≥150 kg   |
|    |                                    |   |           | <b>Dimensiuni</b>                         |   |
|    |                                    |   |           | Poziție scaun (L×W×H)                     | acceptat în diapazonul admisibil: L ≥900 mm; W ≥650 mm; H ≥1200 mm și L ≤1200 mm; W ≤850 mm; H ≤1300 mm. Se acceptă reglaj lățime prin cotiere. |
|    |                                    |   |           | Poziție întins (L×W×H)                    | acceptat în diapazonul admisibil: L ≥1600 mm; W ≥650 mm; H ≥630 mm și L ≤1750 mm; W ≤850 mm; H ≤760 mm  |
|    |                                    |   |           | Înălțime șezut de la podea                | în diapazon minim 50–52 cm, 45–55 cm (acceptat)   |
|    |                                    |   |           | <b>Greutate fotoliu</b>                   | <b>≤50 kg, Fără accesorii; valori mai mici acceptate.</b>   |
|    |                                    |   |           | <b>Segmentare &amp; reglaje</b>           |   |
|    |                                    |   |           | Număr segmente                            | 3 segmente (spate + șezut + picioare). Segmente interdependente acceptate.  |
|    |                                    |   |           | Spătar – dimensiuni (W×H)                 | ≥530×≥830 mm, Se acceptă valori echivalente.  |
|    |                                    |   |           | Spătar – reglaj înclinare                 | Min. 100°...≥180°. până la 185° (acceptat). Reglare manuală prin suport glisant sau echivalent.   |
|    |                                    |   |           | Șezut – dimensiuni (W×D)                  | ≥520×≥520 mm, Fix sau cu reglaje suplimentare acceptat.   |
|    |                                    |   |           | Secțiune picioare/genunchi                | Reglaj până la -90°. Reglare manuală prin suport glisant sau echivalent.  |
|    |                                    |   |           | Tetieră                                   | Da, Reglabilă manual, tapițată lavabil. Tetieră inclusă   |
| 19 | Fotoliu pentru colectarea sîngelui | 5 | 45.000,00 |   |   |

|    |                                 |   |           |  |   |
|----|---------------------------------|---|-----------|--|---|
|    |                                 |   |           | <p><b>Cotiere / suport brațe (obligatoriu)</b></p> <p>Număr cotiere 2 cotiere</p> <p>Dimensiuni cotiere L ≥470 mm; W ≥140 mm, Grosime ~60 mm acceptat.</p> <p>Reglaje cotiere Reglabile în poziție și înălțime (continuu sau trepte). Reglaj înălțime min. 300 mm (acceptat) sau echivalent.</p> <p>Cotiere pliabile Da, Pentru acces facil pacient.</p> <p>Reglaj lățime DA (prin cotiere). Lățime reglabilă 650–770 mm acceptat.</p> <p><b>Tapiterie / igienă (obligatoriu)</b></p> <p>Căptușeală Poliuretan spumat. Spumă cu suport MDF (acceptat). Echivalent acceptat.</p> <p>Husă/tapiterie Lavabilă, impermeabilă, rezistentă la pete și dezinfectanți. Compatibilă cu dezinfectanți uzuali, conform instrucțiunilor producătorului.</p> <p>Retardare flacără DA (acceptat). Opțional; dacă există, se indică certificarea.</p> <p>Culoare La alegerea beneficiarului</p> <p><b>Mobilitate (opțional)</b></p> <p>Roți pivotante 4 roți Ø ≥125 mm (acceptat). Dacă sunt oferite: frâne individuale (minim 2) și blocare direcție (acceptat).</p> <p><b>Siguranță / transport / livrare</b></p> <p>Dezasamblare pentru transport DA (acceptat). Bază dezasamblată pentru transport ușor (dacă există).</p> <p>Margini/colțuri Fără muchii tăioase, Siguranță pacient.</p> <p>Garanție ≥24 luni</p> <p>Instrucțiuni Instrucțiuni de utilizare + curățare/dezinfectare, Manual/ghid</p> <p><b>Accesorii indispensabile (minim)</b></p> <p>Tetieră 1 buc. Inclusă, Reglabilă, tapițată.</p> <p>Cotiere, Pliabile și reglabile. 2 buc. Incluse</p> <p>Picioare/role cu protecții Picioare antiderapante (bază fixă). Role cu frâne (acceptat)</p> |   |
| 20 | Fotoliu de recoltare a singelui | 5 | 50.000,00 | <p><b>Fotoliu de recoltare a sângelui</b></p> <p>Reglarea secțiunii din spate prin suport glisant minim 0-80°, (±5°)</p> <p>Reglarea secțiunii genunchiului prin suport glisant minim 0-90°, (±5°)</p> <p>Cu bază fixă da</p> <p>Perna din spuma cu sasiu da</p> <p>MDF si husa din piele artificiala da</p> <p>Cotiere reglabile care pot dobândi șase poziții da</p> <p>Baza dezasamblata pentru transport usor da</p> <p>Acoperire cu pulbere epoxidica da</p> <p>Lățime reglabila prin cotiere reglabile. da</p> <p>Masa totală suportată: ≥ 150 kg;</p>   |  |

|    |                                    |   |           |   |  |  |
|----|------------------------------------|---|-----------|---|--|--|
|    |                                    |   |           | Poziția scaunului: (L*W*H) 700*(650-770mm) *1200 mm, ±50 mm   |  |  |
|    |                                    |   |           | Poziția patului: (L*W*H) 1600*(650-770mm) *630 mm, ±50 mm   |  |  |
|    |                                    |   |           | Rezistent la curățare și dezinfecție;   |  |  |
|    |                                    |   |           | Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni  |  |  |
| 21 | Scaun cu rotile                    | 4 | 14.000,00 | <b>Scaun cu rotile</b>  |  |  |
|    |                                    |   |           | Este folosit pentru imbunatatirea mobilitatii permitand persoanelor cu handicap locomotor sa se poata deplasa.                                |  |  |
|    |                                    |   |           | Scaunul cu rotile se poate utiliza in interiorul sau exteriorul locuintei, se poate deplasa actionat de utilizator sau ajutat de un insotitor |  |  |
|    |                                    |   |           | Tip de functionare manual   |  |  |
|    |                                    |   |           | Pentru interior/exterior da   |  |  |
|    |                                    |   |           | Pliabil da  |  |  |
|    |                                    |   |           | Roti din cauciuc, fara camera   |  |  |
|    |                                    |   |           | Suporti pentru picioare detasabili da   |  |  |
|    |                                    |   |           | Inaltime totala 90 cm, ± 2cm  |  |  |
|    |                                    |   |           | Latime totala 67 cm, ± 2cm  |  |  |
|    |                                    |   |           | Latime sezut 46 cm, ± 2cm   |  |  |
|    |                                    |   |           | Rezistent la curățare și dezinfecție;   |  |  |
|    |                                    |   |           | Garanția minim 24 luni  |  |  |
| 22 | Dulap metalic 800x500x1800         | 4 | 34.400,00 | <b>Dulap metalic 800x500x1800</b>   |  |  |
|    |                                    |   |           | Dulap medical cu doua usi.  |  |  |
|    |                                    |   |           | Dulap pentru instrumente medicale cu lacat  |  |  |
|    |                                    |   |           | <b>Dimensiunile:</b>  |  |  |
|    |                                    |   |           | 800 mm (± 10 mm) x500 mm (± 10 mm) x1800mm (± 10 mm)  |  |  |
|    |                                    |   |           | Rezistent la curățare și dezinfecție;   |  |  |
|    |                                    |   |           | Garanția minim 24 luni  |  |  |
| 23 | Masa de lucru instrumente medic    | 4 | 16.000,00 | <b>Masa de lucru instrumente medic</b>  |  |  |
|    |                                    |   |           | Carcasa și blatul mesei vor fi executate din Inox AISI 304  |  |  |
|    |                                    |   |           | 4 secțiuni glisante   |  |  |
|    |                                    |   |           | Rezistent la curățare și dezinfecție;   |  |  |
|    |                                    |   |           | Garanția minim 24 luni  |  |  |
| 24 | Masa de manipulare medicala mobila | 4 | 18.000,00 | <b>Masa de manipulare medicala mobila</b>   |  |  |
|    |                                    |   |           | Masa este destinată amplasării medicamentelor, instrumentelor, dispozitivelor auxiliare necesare activității medicului.                       |  |  |
|    |                                    |   |           | Model cu două rafturi (din oțel inoxidabil)   |  |  |
|    |                                    |   |           | Materialul rezistent la soluții detergenți și soluții biodistructive  |  |  |
|    |                                    |   |           | Dimensiuni:   |  |  |
|    |                                    |   |           | latime 650 mm, ± 20mm   |  |  |
|    |                                    |   |           | lungime 450 mm, ± 20mm  |  |  |

|    |                            |    |            |   |  |  |
|----|----------------------------|----|------------|---|--|--|
|    |                            |    |            | <p>inaltime 920mm, ± 20mm</p> <p>Numar sertare 2buc.</p> <p>Numdrul de rafturi 2buc.</p> <p>Sarcina maximă pe masă este de minim 60 kg</p> <p>Rezistent la curățare și dezinfectie;</p> <p>Garanția minim 24 luni</p>   |  |  |
| 25 | Cuseta de examinare        | 2  | 10.000,00  | <p><b>Cuseta de examinare</b></p> <p>Lungimea - 190 cm, ± 2 cm</p> <p>Lățime - 65 cm, ± 2 cm</p> <p>Înălțime - 58 cm, ± 2c (pînă la saltea)</p> <p>SUPPORTUL PENTRU CEARSAF - 62 cm, ± 2cm</p> <p>Piese metalice acoperite cu nano ceramică sau vopsite cu pulbere electrostatică</p> <p>Suprafata de culcare din doua piese usor de curățat</p> <p>Tetiera reglabila manual</p> <p><b>Tapiterie din piele artificiala</b></p> <p>Mecanism de picior pliabil</p> <p>Suport rulou prosoape de unică utilizare</p> <p>Suport pentru perfuzie IV reglabil pe înălțime</p> <p>Rezistent la curățare și dezinfectie;</p> <p>Garanția minim 24 luni</p> |  |  |
| 26 | Masa de productie din inox | 2  | 4.000,00   | <p><b>Masa de productie din inox</b></p> <p>Fabricată din oțel inoxidabil</p> <p>Dimensiuni 1500 x 800 mm</p> <p>Rezistent la curățare și dezinfectie;</p> <p>Garanția minim 24 luni</p>  |  |  |
| 27 | Noptiera 500x400x600       | 50 | 310.000,00 | <p><b>Noptiera 500x400x600</b></p> <p>Executat din PAL MELAMINAT de nuanță deschisă, de minim 18 mm, cu marginea ABS de minim 2 mm și peretele din spate din PALMELAMINAT de minim 18 mm</p> <p>Mecanism ridicare a mesei de servire a alimentelor</p> <p>Culoarea U707ST9 sau analogic acestei nuanțe de culoare</p> <p><b>Balama si glisiere cu inchidere lenta</b></p> <p>Noptiera să fie dotată cu un sertar și o ușă cu mâner</p> <p>Dimensiunile noptiera:</p>  |  |  |

|    |                                     |   |            |   |  |
|----|-------------------------------------|---|------------|---|--|
|    |                                     |   |            | <p>500 mm (+/- 10 mm) x400 mm (+/- 10 mm) x 850 mm (+/- 50 mm)</p> <p>Dimensiunile masa:</p> <p>500 mm (+/- 10 mm) x 600 mm (+/- 50 mm)</p> <p>Masa reglabilă pe înălțime în interval minim de la 85 până la 110 cm, ± 7 cm</p> <p>Rezistent la curățare și dezinfecție;</p> <p>Garanția minim 24 luni</p>  |  |
| 28 | Canapea electromecanică ecografie   | 1 | 120.000,00 | <p><b>Canapea electromecanică ecografie</b></p> <p>Suprafață lavabilă nu mai mare de 60×190 cm</p> <p>Suprafață minim din 2 piese mobile</p> <p>Capacitate de greutate cu rezervă de siguranță <b>minim 230 kg</b></p> <p>Reglare înălțime minim 50-70 cm</p> <p>Reglare unghi al piesei proximale nu mai mic de 70°</p> <p>Roți cu zona de contact din cauciuc</p> <p>Roți cu rotire 360°</p> <p>Blocare centralizată pe 4 roți</p> <p>Voltajul de lucru 220-240 V</p> <p>Bumper-e de protecție a colțurilor</p> <p>Prezența fixatoarelor pentru suportul de infuzie</p> <p><b>Reglare de pe telecomandă</b></p> <p>Construcția din bare de metal ușor, acoperite cu vopsea electrostatică</p> <p>Nivelul de zgomot la funcționare reglementat minim IPX4</p> <p>Instrucțiune în limba română</p> <p>Rezistent la curățare și dezinfecție;</p> <p>Garanția minim 24 luni</p> |  |
| 29 | Masă stomatologică cu patru sertare | 5 | 50.000,00  | <p><b>Masă stomatologică cu patru sertare</b></p> <p>Dulap lateral cu patru sertare</p> <p>Blat din marmură/sticlă/HPL cu suprafață lavabilă</p> <p>Laterale metalice în jurul blatului mesei</p> <p>Mâner deasupra sertarelor de pe panou frontal al mesei pentru o mișcare ușoară</p> <p>Ultimele două sertare inferioare să fie echipate cu inserție din plastic - organizator cu 5-8 compartimente</p> <p>Sertare <b>montate pe ghidaje euro complet reglabile</b></p> <p>Roți cauciucate cu diametru de 50 mm (două dintre ele având frâne)</p> <p>Material din oțel inoxidabil cu pulbere de înaltă calitate</p>  |  |

|  |   |   |           | Dimensiuni 800-860mm*500mm   |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
|--|---|---|-----------|--|--|---|--|-------------------------------|-----------|--|--|-------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------|---|--------------|---------------------------------------|-------------|--|-------------|---------------------------------------|-------|------------------------|-----------|--------------------|-------------|
|  |   |   |           | Greutate- 35-40 kg   |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
|  |   |   |           | Culoarea - albă  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
|  |   |   |           | Rezistent la curățare și dezinfecție;  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
|  |   |   |           | Garanția minim 24 luni   |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
| 30   | Scaun operator punct de comandă pe roți   | 3 | 10.500,00 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Scaun operator punct de comandă pe roți</th> </tr> <tr> <th>Descriere</th> <th>Parametru</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Scaun pentru medic utilizat în timpul examinării pacienților</td> </tr> <tr> <td>Tip</td> <td>Specificație</td> </tr> <tr> <td>Baza</td> <td>Rotativ, cu spătar</td> </tr> <tr> <td>Material baza, picioare</td> <td>Pe 5 roți</td> </tr> <tr> <td>Material tapeterie</td> <td>Metal cromat</td> </tr> <tr> <td>Reglaj de înălțime</td> <td>Piele eco</td> </tr> <tr> <td></td> <td>460-610 mm</td> </tr> <tr> <td>Rezistent la curățare și dezinfecție;</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Garanția minim 24 luni</td> <td>da</td> </tr> </tbody> </table>             |  | Scaun operator punct de comandă pe roți   |  | Descriere                     | Parametru | Scaun pentru medic utilizat în timpul examinării pacienților |  | Tip                                 | Specificație | Baza                     | Rotativ, cu spătar | Material baza, picioare | Pe 5 roți                     | Material tapeterie                        | Metal cromat | Reglaj de înălțime                    | Piele eco   |  | 460-610 mm  | Rezistent la curățare și dezinfecție; | da    | Garanția minim 24 luni | da        |                    |             |
| Scaun operator punct de comandă pe roți                      |   |   |           |  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
| Descriere  | Parametru                                 |   |           |  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
| Scaun pentru medic utilizat în timpul examinării pacienților |   |   |           |  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
| Tip  | Specificație                              |   |           |  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
| Baza   | Rotativ, cu spătar                        |   |           |  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
| Material baza, picioare                                      | Pe 5 roți                                 |   |           |  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
| Material tapeterie   | Metal cromat                              |   |           |  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
| Reglaj de înălțime   | Piele eco                                 |   |           |  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
|  | 460-610 mm                                |   |           |  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
| Rezistent la curățare și dezinfecție;                        | da  |   |           |  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
| Garanția minim 24 luni                                       | da  |   |           |  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
| 31   | Măsuța de manipulare în sala de proceduri | 1 | 5.700,00  | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Măsuța de manipulare în sala de proceduri</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Lungime totală-72 mm, ± 20 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Lățime totală-550 mm, ± 20 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Blatul mesei-540 mmX380 mm, ± 20 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Înălțime 910 mm, ± 20 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Roți minim 100 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Încărcare maximală, nu mai puțin de 20 kg</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Rezistent la curățare și dezinfecție;</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni</td> </tr> </tbody> </table>  |  | Măsuța de manipulare în sala de proceduri |  | Lungime totală-72 mm, ± 20 mm |           | Lățime totală-550 mm, ± 20 mm                                |  | Blatul mesei-540 mmX380 mm, ± 20 mm |              | Înălțime 910 mm, ± 20 mm |                    | Roți minim 100 mm       |                               | Încărcare maximală, nu mai puțin de 20 kg |              | Rezistent la curățare și dezinfecție; |             | Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
| Măsuța de manipulare în sala de proceduri                    |   |   |           |  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
| Lungime totală-72 mm, ± 20 mm                                |   |   |           |  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
| Lățime totală-550 mm, ± 20 mm                                |   |   |           |  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
| Blatul mesei-540 mmX380 mm, ± 20 mm                          |   |   |           |  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
| Înălțime 910 mm, ± 20 mm                                     |   |   |           |  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
| Roți minim 100 mm  |   |   |           |  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
| Încărcare maximală, nu mai puțin de 20 kg                    |   |   |           |  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
| Rezistent la curățare și dezinfecție;                        |   |   |           |  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
| Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni       |   |   |           |  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
| 32   | Pat pentru examinarea (mecanic) adult     | 3 | 15.000,00 | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Pat pentru examinarea (mecanic) adult</th> </tr> <tr> <th>Descriere</th> <th>Parametru</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Pat pentru examinarea pacienților in IMSP</td> </tr> <tr> <td>Sectiuni</td> <td>Specificație</td> </tr> <tr> <td></td> <td>≥ 2</td> </tr> <tr> <td>Material carcasă</td> <td>cadru din oțel / metal vopsit</td> </tr> <tr> <td>Husă</td> <td>obligatoriu</td> </tr> <tr> <td>Saltea</td> <td>obligatoriu</td> </tr> <tr> <td>Dimensiune, cm</td> <td>≥ 180x60x60</td> </tr> <tr> <td>Greutate pacient maxim, kg</td> <td>≥ 180</td> </tr> <tr> <td>Tetiera</td> <td>reglabilă</td> </tr> <tr> <td>Suport rolă hartie</td> <td>obligatoriu</td> </tr> </tbody> </table> |  | Pat pentru examinarea (mecanic) adult     |  | Descriere                     | Parametru | Pat pentru examinarea pacienților in IMSP                    |  | Sectiuni                            | Specificație |                          | ≥ 2                | Material carcasă        | cadru din oțel / metal vopsit | Husă                                      | obligatoriu  | Saltea                                | obligatoriu | Dimensiune, cm   | ≥ 180x60x60 | Greutate pacient maxim, kg            | ≥ 180 | Tetiera                | reglabilă | Suport rolă hartie | obligatoriu |
| Pat pentru examinarea (mecanic) adult                        |   |   |           |  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
| Descriere  | Parametru                                 |   |           |  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
| Pat pentru examinarea pacienților in IMSP                    |   |   |           |  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
| Sectiuni   | Specificație                              |   |           |  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
|  | ≥ 2                                       |   |           |  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
| Material carcasă   | cadru din oțel / metal vopsit             |   |           |  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
| Husă   | obligatoriu                               |   |           |  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
| Saltea   | obligatoriu                               |   |           |  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
| Dimensiune, cm   | ≥ 180x60x60                               |   |           |  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
| Greutate pacient maxim, kg                                   | ≥ 180                                     |   |           |  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
| Tetiera  | reglabilă                                 |   |           |  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |
| Suport rolă hartie   | obligatoriu                               |   |           |  |  |   |  |                               |           |  |  |                                     |              |                          |                    |                         |                               |   |              |                                       |             |  |             |                                       |       |                        |           |                    |             |

|  |  |  |  |  |                       |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  | hirtie $\geq$ 20 buc. |  |  |  |
|  |  |  |  | Rezistent la curățare și dezinfecție;                  | da                    |  |  |  |
|  |  |  |  | Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni |                       |  |  |  |

**Valoarea estimativă: 1 360 259.88 lei fără TVA**

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă.

**Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.**

**Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.**

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data intrării în vigoare a contractului.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data intrării în vigoare a contractului.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. **Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice**

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:  | Obligativitatea |
|---------|---|--|-----------------|
| 1       | Cererea de participare                  | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.   | DA              |
| 2       | Specificația tehnică                    | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021<br>Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, | DA              |

|   |  |  |    |
|---|--|--|----|
|   |  | <p>pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.</p> <p><b>ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;</li> <li>- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente <math>\geq 192</math> de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).</li> </ul> <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p> <p><b>Notă: Operatorul economic va prezenta schițele mobilierului medical oferit.</b></p> |    |
| 3 | Specificația de preț                                   | <p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</p>  | DA |
| 4 | DUAЕ   | <p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i></p>  | DA |
| 5 | Garanția pentru ofertă                                 | <p>- 2% din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</i></p>   | DA |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile) | <p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din</i></p>  | DA |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <i>Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. <b>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</b></i> |  |
|--|--|--|--|

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE

Cerințe de calificare obligatorii

|    |   |   |    |
|----|---|---|----|
| 7  | Certificat de atribuire a contului bancar   | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;  | DA |
| 8  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit                      | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;  | DA |
| 9  | Lipsa restanțelor față de bugetul public național   | Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit." | DA |
| 10 | Situația financiară   | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;   | DA |
| 11 | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <b>Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu <u>indicarea/marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u></b>   | DA |
| 12 | Declarație de la Ofertant   | <b>prin care declară ca va realiza cu titlu gratuit livrarea, asamblarea, instalarea, ridicarea, încărcarea, descărcarea bunurilor la sediul</b>  | DA |

|  |  |  |    |
|--|--|--|----|
|  |  | <b>beneficiarului</b> de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;  |    |
| 13   | Declarație de la Ofertant  | în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de <u>          </u> luni <b>(SE VA INDICA DE OPERATORUL ECONOMIC, ÎNSĂ NU MAI MIC DE CEL MENȚIONAT ÎN SPRECIIFICAȚIA TEHNICĂ)</b> din momentul livrării/instalării, inclusiv a tuturor accesoriilor - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;   | DA |
| 14   | Declarație de la Ofertant  | - cu privire la garantarea perioadei de reacție 48 ore de la solicitare-<br>Semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;  | DA |
| 15   | Declarație de la ofertant  | în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025 originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;  | DA |
| 16   | Declarație de la ofertant-   | cu privire la livrarea componentele bunurilor trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;  | DA |
| 17   | Certificat de conformitate/calitate pentru bunurile oferite  | Eliberat de către Organismul Național/Internațional de verificare a conformitatea produselor<br>Semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;  | DA |
| 18   | Prezentarea mostrelor  | Prezentarea mostrelor în termen de 5 zile de la solicitarea înscrisă a autorității contractate pentru materia primă sau pentru produsul finit.   | DA |
| <b>Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:</b> |  |  |    |
| 19   | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător <b>în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică</b> , în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.   | DA |
| 20   | <u>Garanția de bună execuție</u>   | În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă;<br>2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:<br>Beneficiarul plății: <b>CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE</b> | DA |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat<br>Codul fiscal: 1016601000212<br>IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA<br>cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)”<br><u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni de la data intrării în vigoare a contractului.</u> |  |
|--|--|--|

**17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:**

***Transfer la contul instituției***

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

**Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei**

**sau**

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

**Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.**

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:**

**a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;**

**b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;**

**c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.**

**18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.**

***Transfer la contul instituției***

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

**sau**

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.**

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 1%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai bun raport calitate-preț, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

**NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul prețului și care corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare conform ordinii clasate în SIA „RSAP” (MTender). Ofertele celorlalți operatori economici, altele decât oferta câștigătoare clasată pe primul loc în clasament în SIA „RSAP” (MTender), vor fi respinse ca neconforme cerințelor din documentația de atribuire, în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.**

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Evaluarea ofertelor se va face prin însumarea punctajelor obținute pentru criteriile de mai jos:

1. Prețul / oferta financiară fără TVA: 60 puncte;
2. Termenul de garanție: 40 puncte.
3. Oferta cu cel mai mare punctaj total va fi desemnată câștigătoare.
4. Algoritmul de calcul al ofertei:
5. Punctajul total va fi calculat astfel:

$$\text{Punctaj total} = \text{Punctaj factor de evaluare al ofertei financiare} + \text{Punctaj factor de evaluare al Termenului de garanție}$$

1. Denumire factor evaluare: Prețul ofertei:

Descriere: Componenta financiară

Pondere: 60.00 %

Punctaj maxim 60.00 puncte

Punctajul se acordă astfel:

a) Pentru prețul cel mai scăzut se acordă punctajul maxim alocat;

b) Pentru alt preț decât cel mai scăzut, punctajul financiar se calculează proporțional, astfel:  $P1 = (\text{preț minim}/Pn)^*$

$P_{max}$

Unde:

$P1$  = punctaj factor de evaluare al ofertei financiare.

Preț minim = prețul cel mai scăzut ofertat de ofertanți pentru realizarea contractului.

$P_n$  = prețul ofertei curente

$P_{max}$  (Punctajul maxim alocat) = 60 puncte

2. Denumire factor evaluare: Termenul de garanție:

Descriere: Termenul de garanție

Pondere: 40.00 %

Punctaj maxim 40.00 puncte

Punctajul se acordă astfel:

a) Pentru termenul de garanție cel mai mare (față de cel solicitat în specificațiile tehnice) se acordă punctajul maxim alocat- 40 puncte;

b) Pentru alt termenul de garanție , punctajul se calculează proporțional,

$P = V_{of}/V_{max} * \text{Punctaj maxim}$ , unde

P - reprezintă punctajul criteriului calculat;

Vof - reprezintă valoarea criteriului oferat;

Vmax - reprezintă valoarea maximă oferată;

Punctaj maxim - punctajul maxim acordat pentru criteriul respectiv.

**25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

- conform SIA RSAP MTender

**26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*

**27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile**

**28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**

**29. Ofertele întârziate vor fi respinse.**

**30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**

*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*

**31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.**

**32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu**

**33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

**34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):**

**35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:**

**36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis la publicare la data de 23.02.2026**

**37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 24.02.2026**

**38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

| Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza                |
| Sistemul de comenzi electronice                                  | -                            |
| Facturarea electronică   | Se va utiliza                |
| Plățile electronice  | Se va utiliza                |

**39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):**

da \_\_\_\_\_

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG