

**CAIET DE SARCINI**  
Bunuri

**Obiectul Achiziția Achiziționarea consumabilelor angiografice, conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie, pentru anul 2022 (repetat)**

**Autoritatea contractantă Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**

**Descriere generală. Informații**

**Cod CPV 33100000-1**

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	valoarea estimată
1	Set introducator pentru punctie arteriala radiala lung	Set introducator pentru punctie arteriala radiala lung	Set	1500	Dimensiuni: 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr, 9 Fr Lungime: 10 - 25cm, Ac de punctie de 18-20G lungime de 3-5 cm “Side port” cu robinet cu trei cai mini-ghid de 0,018-0,021; 0,035-0,038 inch si 45 cm lungime Toate contin valva siliconata si dilatator din polipropilenă tip snap-on/click-off. Teaca din material ETFE rezistenta la kinking, tip TIF la capătul distal, se poate spala si steriliza usor Introducatorul trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care previne hemoragia. Introducatorul trebuie sa fie prevăzut cu marcat color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F. Toate componentele sunt incluse într-o tăvă de plastic și să nu contină latex.	630000
2	Set introducator pentru punctie arterială femurală de diametru mare	Set introducator pentru punctie arterială femurală lungă	Set	25	Set introducator pentru punctie arterială femurală compus din: teacă, dilatator, valvă hemostatică, robinet tridirectional. Teacă cu diametru de 10 Fr-16 Fr; lungime 60-70cm. acoperire hidrofilică; dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agentilor terapeutici, măsurarea presiunii; Teacă conține un inel radiopac incastrat pentru vizualizare sporită și un inel de sutură pentru fixare. Tecile sunt rezistente la kinking. Toate componentele nu conțin latex. Setul cu toate componentele sunt amplasate într-un suport de plastic.	9975
3	Set introducator pentru punctie arterială femurală scurtă	Set introducator pentru punctie arterială femurală scurtă	Set	200	Dimensiuni: 4 Fr - 7 Fr Lungime: 7-10 cm, Ac de punctie de 20-22G lungime de 3-4 cm in interiorul setului, “Side port” cu robinet cu trei cai mini-ghid din oțel inoxidabil de 0,018”, 0,021” sau 0,025” drept, angulat sau în forma de J si 35-45 cm lungime. Toate contin valva siliconata si dilatator din polipropilenă tip snap-on/click-off.. Teaca din material ETFE rezistenta la kinking, se poate spala si steriliza usor. Introducatorul trebuie sa fie dotat cu valva hemostatică, care	9360

4	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart	buc	700	previne hemoragia. Introducatorul trebuie sa fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F. Toate componentele setului să fie amplasate într-un suport de plastic sigilat.
5	Micro-ghid cateter coronarian	Micro-ghid cateter coronarian	buc	50	Miez construit din Nitinol (40cm distal) + oțel inoxidabil (proximal), ofera un excelent suport si rezistența la kinking. Lungime 180-300 cm, forma: dreaptă, varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru menținerea formei in vas. Acoperit cu polimer hidrofilic tip M-coating. Diametru: 0.014" (0.36 mm + 0.00 mm). Fără a se desprinde spire de metal (platină+oțel inoxidabil) în timpul schimbării unghiului. Radioopacitate: 3cm. Prezenta de 2 marchere la mijlocul ghidului ce permite o orientare usoara a localizarii lui. Diametru nu mai mare de 0,014". Incarcatura la vîrf pâna la 1,0 gr. Fara a se desprinde spire de metal in timpul modelarii unghiului.
6	Set inflator cu manometru digital	Set inflator cu manometru de presiuni mici	Set	700	Compatibil cu ghid de 4 Fr și ghid de 0,014", lungimi de 135 și 150 cm. Diametrul distal extern 1.9 Fr (0.62 mm), diametrul distal intern 1,4 Fr (0.48 mm). Diametrul proximal extern <2.6 Fr. Strat intern din PTFE (Polietetrafluoretilen). Acoperire hidrofilica pe o lungime de 70-85 cm în dependență de lungimea microcateterului. Impletire armata pe toata lungimea pentru o mai inalta performanta de parcurgere si suport. Rezistenta la kinking. Cu posibilitate de a traversa doua microcatetere intr-un cateter ghid de 6 Fr. Cu posibilitate de "înșurubare" prin rotatie.
7	Tub injectare substanță de contrast	Tub injectare substanță de contrast	buc	150	Dispozitiv de umflat baloane pîna la 30 atm. Seringa de 20 ml. Display digital iluminat pt vizualizare la lumina slabă, cu indicarea timpului și presiunii de umflare. Posibilitatea memorarii presiunii maximale precedente. Setul sa contină valva hemostatica cu sistem de închidere push-push, tub de extensie 20 cm-30 cm, torque sistem, introducator fir pentru ghid compatibil cu 0,014 inch
8	Set seringă+tub injectomat „MEDRAD Marc V ProVis”	Set seringă+tub injectomat „MEDRAD Marc V ProVis”	buc	150	1. Serunga 200 ml Caracteristici: Material: polipropilena Lungime totala serunga 240mm -Diametru extern serunga 60mm -Prevazuta cu varf tip Luer Male si cu conector rotativ pentru fixarea racordului de joasa presiune -Piston prevazut cu doua sisteme de prindere de 8,5mm lungime -Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari) Tub umplere Caracteristici: - Material: polietilena cu densitate mica -Lungime totala 40mm

9	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie de dimensiune mare	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie de dimensiune mare	buc	25	Dispozitiv activ pentru inchiderea vasculara efectiva si hemostaza instantanea, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant Dispozitiv compus din: -ancora intraarteriala -dop din colagen -sutura cu strangere automata -sa nu necesite compresie manuala -Ancorea cu profil mic conceputa pentru a se atasa strans de peretele arterial, pentru evitarea tulburarii fluxului sanguin. -Inchidere mecanica active - procedura rapida -usor de utilizat - confortabil pentru pacient -timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min - dispozitiv compatibil 14 si 18 F -studii de specialitate relevante privind eficienta si siguranta -complicatii reduse -Marcai CE	45000
10	Ghid metaliz amplatz super stiff	Ghid metaliz amplatz super stiff	buc	25	Constuctia ghidului este neteda cu arcuri spiralate format din otel inoxidabil, acoperire din PTFE, virfatraumatic. Lungimi: 145cm, 180 cm, 260 cm. Configurati vîrf diferite . Diametru de 0,035" si 0,038"	40000
11	Ghid metaliz amplatz extra stiff	Ghid metaliz amplatz extra stiff	buc	25	Shaft extrasifff. Diametrul 0,035" cu vîrfatraumatic moale. Control de torsione – 1:1. Acoperire hidrofila a portiunii distale pina la 25 cm cu un strat de acoperire microglide pentru miscarea frictiei, cu un vîrf moale drept si in unghi, deformabil . Lungimea de 180, 260, 300 cm.	40000
12	Sistem de rotablatie	Sistem de rotablatie	buc	1	Optiunile de dimensiuni brute multiple permit crearea dimensiunii lumenului previzibil pentru pregătirea vaselor controlate și dimensionarea și extinderea uniformă a stentului. Foloseste aer comprimat sau azot pentru a rula turbina cu presiunea intre 90 PSI si 110 PSI. Sistem pre-connectat sau avansator separat și burr. Vârful diamantat cu 2 000-3 000 cristale microscope de diamant pe vârful distal. Partea proximală din alamă nichel. Dimensiuni disponibile de la 1,25mm la 2,5mm. Sistemul pentru rotablatie are patru componente principale: sistemul de ghidare (2 buc ghid 0,009, 0,010" compatibil cu burr), avansator, cateter și consola în comodat. Sistema include ~10 buc burr și arborele de antrenare elicoidal, teaca, conectarea cateterului și corpul cateterului. Sistemul este capabil să transmită mișcarea rotativă la viteze de până la 190.000 RPM, care are ca rezultat ablația fină a particulelor de tessut ateromat de către burr acoperit cu diamant. Bururile sunt disponibile în următoarele dimensiuni: 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2,15, 2,25, 2,38 și 2,5 mm. Cateterul are o lungime de 135 cm. Teaca este de 1,4 mm (0,058 in) in diametru si este	616000

				tivita la varf pentru a permite trecerea usoara in navă.	
13	Ochelari de protecție radiologică	Ochelari de protecție radiologică	buc	Furnizorul sa asigure instruirea echipei medicale si asistenta tehnică la primele 10 interventii gratis.	69500
14	Sistem de protecție din 2 piese (vestă + fustă)	Vestă de protecție radiologică	buc	Confectionate din material multistrat din cauciuc cu continut de Pb ce asigura protectia radiologica conform normelor interne si international • Echivalent in Pb: 0,75 mm (frontal)/ 0,50 mm (lateral) • Greutate redusa (<5,0 kg), elasticitate, manipulare usoara, suprafete usor lavabile • Sistem de prindere cu "arici" • Dimensiuni: - Inaltime : 110 ±5 cm, lungime : 60 ±5 cm • Produse testate si avizate de Ministerul Sanatatii si autoritatatile competente din domeniu	50750
15	Sort de protecție	Sort de protecție radiologică	buc	Confectionate din material multistrat din cauciuc cu continut de Pb ce asigura protectia radiologica conform normelor interne si international • Echivalent de Pb: 0,50 mm Greutate redusa (<5,5 kg), elasticitate, manipulare usoara, suprafete usor lavabile • Sistem de prindere cu centura • Dimensiuni: - Inaltime : 105 ±5 cm, lungime : 60 ±5 cm • Produse testate si avizate de Ministerul Sanatatii si autoritatatile competente din domeniu	95000
16	Set presiune invaziva	Set presiune invaziva	Set	Confectionate din material multistrat din cauciuc cu continut de Pb ce asigura protectia radiologica conform normelor interne si international • Echivalent de Pb: 0,50 mm (fata)/ 0,35 mm (spate) • Greutate redusa (<5,5 kg), elasticitate, manipulare usoara, suprafete usor lavabile • Sistem de prindere cu "arici" • Se imbraca cu fixare pe umeri pentru a impiedica caderea lui in caz de desprindere a fixatoarelor cu "arici". Dimensiuni: - inaltimea: 65 cm, lungime : 110 cm, • Produse testate siavizate de Ministerul Sanatatii si autoritatatile competente din domeniu	2800
17	Set linie ECG	Set linie ECG	Set	Set linie presiune invaziva compatibil cu sistemul "mack-lab GE R3 6.9.6" compus din fir ce se uneste la Mack-lab si 4 camere de presiune.	36000

Valoarea estimată totală: 3 875 735,00

Nr.	Criteriile de calitate și de selecție	Obligativă	Cerearea de participare	Criteriile de calitate	Obligativă
1	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerimiei:		original - confirmata prin aplicarea semnatului electronic de către administratorul companiei indicat în Extrastu Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana imputernicita atât și în casuță delegării sau imputernicirii persoanei, la ofertă se anexază actul/documentul de imputernicire;	original - confirmata prin aplicarea semnatului electronic de către administratorul companiei indicat în Extrastu Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana imputernicita atât și în casuță delegării sau imputernicirii persoanei, la ofertă se anexază actul/documentul de imputernicire;	DA
2			- original confirmata prin aplicarea semnatului electronic de către administratorul companiei indicat în Extrastu Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana imputernicita atât și în casuță delegării sau imputernicirii persoanei, la ofertă se anexază actul/documentul de imputernicire;	original confirmata prin aplicarea semnatului electronic de către administratorul companiei indicat în Extrastu Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana imputernicita atât și în casuță delegării sau imputernicirii persoanei, la ofertă se anexază actul/documentul de imputernicire;	DA
3	Specificătia de preț		- original confirmata prin aplicarea semnatului electronic de către administratorul companiei indicat în Extrastu Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana imputernicita atât și în casuță delegării sau imputernicirii persoanei, la ofertă se anexază actul/documentul de imputernicire;	original confirmata prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	DA
4	DUAE		- 2.00% din valoarea ofertei fără TVA. - In cazul în care garanției bancare urmăza să fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 90 zile, - de: 2.00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPCS după termen de 24 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.	Garanția pentru ofertă	DA
5			- In cazul garantiei bancare urmăza să sub forma de transfer bancar,		
6	Declarative privind valabilitatea ofertei (90 de zile)		- original - confirmata prin aplicarea semnatului electronic de către administratorul companiei indicat în Extrastu Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana imputernicita atât și în casuță delegării sau imputernicirii persoanei, la ofertă se anexază actul/documentul de imputernicire;	Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	DA

Dокументe OBLLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA  
RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enuminate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achiziția publică)



		indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternică atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	
15	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternică atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
16	Notă	Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
17	Notă	In oferta se va indica obligatoriu codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.	DA

**1. Garanția pentru ofertă: în quantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:**

*Transfer la contul instituției*

Beneficiar: MF-TT Chisinau-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul bancii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cunatum de 2% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezena ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

*Garanție Bancară* conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 24 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

**2. Garanția de bună execuție a contractului, quantumul 5% din suma totală a contractului.**

*Transfer la contul instituției*

Beneficiar: MF-TT Chisinau-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul bancii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cunatum de 5% la procedura de achiziție*

*publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

*sau*

*Garanție Bancară* conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

**Toată informația cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire se regăsește în anunțul de participare.**

Autoritatea contractantă

Gheorghe GORCAG

