

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind achiziționarea serviciilor de deservire și reparație a aparatajului medical
prin procedura de achiziție valoare mică

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da):

<https://amt-ciocana.md/web-content/doc/achizitii-publice/Plan-achizitii-provizoriu-2024.pdf>

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
2. IDNO:1003600152743
3. Adresa_str. Vadul lui Vodă 80
4. Numărul de telefon/fax:022/475255, 022/477266
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: amt.ciocana@ms.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Lotul nr. 1 -Deservirea tehnică și reparația dispozitivelor medicale

Lotul nr.I Aparat radiologic fix BRIVO DR-F, GE Healthcare Inc. Switzerland Workstation -2

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Termenul de livrare	Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	50400000-9	Aparat radiologic fix BRIVO DR-F, GE Healthcare Inc. Switzerland Workstation - 2	Bucată	1		Pe parcursul anului 2024	63 000.00

Denumirea dispozitivului medical		Cantitatea, unități	Anul de fabricare
LOT I			
1	Aparat radiologic fix BRIVO DR-F, GE Healthcare Inc. Switzerland 24. Workstation - 2	1bucată	2014

Nr. d/o	Nomenclatorul lucrarilor de deservire profilactico-tehnica	Periodicitatea
---------	--	----------------

1	Verificarea părților mobile a dispozitivelor (monobloc, transportator, rotile).	Trimestrial și la necesitate
2	Verificarea, reglarea rulmenților și ungerea acestora.	Semestrial
3	Reglarea elementelor (părților) de autofrânare (monobloc și transportator).	La necesitate
4	Verificarea releului miliampersecundă.	Semestrial
5	Verificarea curentul anodului.	Semestrial
6	Verificarea monoblocului la ermetizare.	În caz de scurgere a uleiului sau apariția bulelor în rezervor
7	Ungerea nodurilor principale.	Semestrial

Nr. d/o	Nomenclatorul lucrărilor de deservire profilactico-tehnică	Periodicitatea
1	Inspecția vizuală a dispozitivului: 25. Integritatea firelor de tensiune înaltă și a elementelor de protecție contra radiației	Trimestrial
2	Curățarea dispozitivelor aparatului	Semestrial
3	Generator: verificarea conectorilor și a cablurilor de tensiune înaltă, verificarea conexiunii la priza de pamânt, schimbarea uleiului în conectoare, testarea indicatorilor de radiație, testarea și ajustarea exponometrului. Reglarea curentilor și conditionarea tuburilor de Ro, Verificarea puterii maxime a generatorului, Testele de calitate finală	Trimestrial
4	testarea fortei de fixare a dispozitivului de podea, ungerea și ajustarea dispozitivelor mecanice în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, testarea frânelor și mecanismele de transportare a acestora verificarea și ajustarea limitelor de mișcare a mesei, testarea butoanelor de oprire de urgență, testarea aparatului.	Semestrial
5	Collimator 12. ungerea și ajustarea mecanică	Semestrial
7	Coloana verticală curățarea, ungerea componentelor mecanice, testarea și ajustarea frânelor	Semestrial

8	Masa radiografică curățarea, ungerea componentelor mecanice, testarea și ajustarea frânelor, testarea camerei de ionizare a exponometrului	Semestrial
9	Ștativ vertical testarea forței de fixare a dispozitivului de podea, ungerea, curățarea componentelor mecanice, testarea și ajustarea frânelor.	Semestrial
	Workstation curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; curățarea părților componente ale echipamentului; diagnosticarea totală a calculatoarelor controlul asupra stării dispozitivelor de rețea controlul asupra funcționării bazei de date controlul asupra funcționării software-ului întreținerea preventivă a unităților CD și CD RW întreținerea preventivă a monitoarelor întreținerea preventivă a blocurilor de system verificarea parametrilor câmpului de lucru	Trimestrial
10	Testarea conexiunii dispozitivelor la punctul de conexiune cu împământarea (panoul electric de distribuție)	Semestrial
11	Alte servicii necesare - chemare, diagnostic, reparații accidentate (curente) - Piese nu intra sub acoperire.	lunar și la necesitate

Nr. d/o	Nomenclatorul lucrarilor de deservire profilactico-tehnică	Periodicitatea
1	Testarea funcțiilor de securitate: - testarea butoanelor la pupitru de televiziune	Trimestrial
2	Controlul surselor de alimentare, frânelor, ungerea pieselor mecanice	Trimestrial
3	Curățirea și ajustarea monitoarelor	
4	Profilactica generatorului	Semestrial
5	Testarea cu Quality Assurance-Constansy test: - evaluarea calității imaginii	Trimestrial
6	Testarea și regularea sistemului de televiziune	Trimestrial
7	Măsurarea rezistenței conexiunii dispozitivelor la punctul de conexiune a împământării interioare (panou electric de distribuție)	Trimestrial
8	Alte servicii necesare: - chemarea, diagnostic și reparații accidentale (curente) - Piese nu intra sub acoperire.	lunar și la necesitate

Executorul se obligă:

1. Să efectueze lucrările de reparație tehnică (mentenanță corectivă), conform cerintelor și instrucțiunilor producătorului (pașapoarte tehnice), cu mijloacele tehnice autorizate de acesta.
2. Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție, conform manualului de exploatare (pașapoarte tehnice).
3. Inspecția stării tehnice a dispozitivelor - o dată în trei luni și după efectuarea lucrărilor de reparație curentă.
4. Intervenția se face, doar în prezența persoanei autorizate din cadrul compartimentului intern specializat al autorității contractante. În caz de deteriorare sau pierdere a oricărui aparat, părți componente, accesoriilor, instrumentelor, din vina agentului economic, ce repară utilajul în cauză, toate pagubile materiale li se atribuie.
5. Să îndeplinească registrele de mentenanță tehnică, jurnale de deservire, după fiecare intervenție la dispozitiv;
6. Prestatorul va avea obligația de a instrui personalul medical și tehnic, cu privire la utilizarea aparatelor, ori de câte ori primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante.
7. Garanția lucrărilor executate, va fi de minim 6 luni de la data încheierii procesului verbal de intervenție (Registrul de mentenanță tehnică).
8. În caz de defectare, Executantul se obligă să răspundă la solicitarea Beneficiarului în max. **12 ore** din momentul anunțului (verbal, scris) al Beneficiarului.

9. Stațiunile tehnice, nu vor depăși mai mult de **1-2 zile calendaristice**. În caz, de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți (verbal sau scris).

10. **Stațiunile tehnice** din motivul executării necalitative de către Executant a lucrărilor de reparație montare, ajustare, ca și din cauza lipsei pieselor de schimb, pentru efectuarea lucrărilor de reparație de complexitate înaltă, vor fi excluse din achitățile contractuale. Durata stațiunilor tehnice nu va depăși max. **5 zile lucratoare**.

11. Toate comunicările între părți, pentru îndeplinirea contractului, se vor executa în scris sau verbal, confirmarea de luare la cunoștință a solicitării fiind obligatorie.

În prezentul contract de reparație sunt incluse:

1. Prețul (costul) noilor piese de schimb, ce sunt mai mult 1000 lei, nu sunt incluse în suma contractului, ci procurate în afara contractului.
2. Lucrările de reparație curente a utilajului medical, care nu pot fi executate pe loc, se efectuează la sediul Executantului. În acest caz, Executantul asigură transportarea utilajului tur-retur.
3. În cazul determinării unui defect, de ordin opțional, sau de ordin material, care afectează funcționarea utilajului medical deservit, Executorul perfectează împreună cu reprezentanții serviciului de aparataj medical al Instituției, un act de defectare și-l prezintă Beneficiarului.
4. După fiecare lucrare de deservire efectuată, Executantul trebuie să prezinte Beneficiarului un raport service (tehnic), specificând detaliile acțiunilor de întreținere executate și orice schimbări de piese, care s-au efectuat.
5. Piese defectate devin proprietatea Beneficiarului de îndată, ce sunt schimbate
6. Prestatorul va avea obligația de a instrui personalul medical și tehnic, cu privire la utilizarea dispozitivelor, ori de câte ori primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante.

Lotul nr. II Aparat radiologic fix Unimad DRAD Josef Betschart AG, United States of America (the) Workstation-2

1	50400000-9	<i>Aprat radiologic fix Unimad DRAD Josef Betschart AG, United States of America (the),</i>	Bucată	1		30000.00
---	------------	---	--------	---	--	----------

Nomenclatorul lucrărilor de deservire profilactico-tehnică		Deservirea (trimestrilă)
1. Efectuarea examinării vizuale cu scopul depistării defectelor mecanice		x
2. Verificarea și reglarea blocurilor electromecanice:		x
- frâne electromagnetice, dispozitive de acționare		x
- dispozitiv de centrare		x
3. Verificarea și reglarea utilajului de înaltă tensiune:		x
- cablu de înaltă tensiune și dispozitiv de comandă		x
- generator și tub roentgen		x
4. Verificarea calității dispozitivelor de siguranță din punct de vedere al conformității lor cu caracteristicile nominale necesare		x
5. Verificarea integrității și existenței plombelor		x
6. Verificarea parametrilor (conform cerințelor Pașaportului) inclusiv următoarele verificări:		x
- verificarea orei programării regimului de lucru		x
- verificarea capacității de lucru a Complexului în condițiile expunerii diferite		x
- verificarea parametrilor câmpului de lucru		x
- verificarea dozei de expunere		x
- verificarea capacității de lucru la modificarea tensiunii de alimentare		x
- verificarea puterii consumate		x
- verificarea calității parametrilor electrici ai modurilor de lucru		x
- verificarea capacității distinctive		x
7 Verificarea și ajustarea centrării canalului roentgeno optic		x
8. Calibrare detector digital		trimestrial
9. Verificare și calibrare tub radiologic		semestrială

Executorul se obligă:

1. Să efectueze lucrările de reparație tehnică (mentenanță corectivă), conform cerințelor și instrucțiunilor producătorului (pașapoarte tehnice), cu mijloacele tehnice autorizate de acesta.
2. Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție, conform manualului de exploatare (pașapoarte tehnice).
3. Inspecția stării tehnice a dispozitivelor - o dată în trei luni și după efectuarea lucrărilor de reparație curentă.
4. Intervenția se face, doar în prezența persoanei autorizate din cadrul compartimentului intern specializat al autorității contractante. În caz de deteriorare sau pierdere a oricărui aparat, părți componente, accesoriilor, instrumentelor, din vina agentului economic, ce repară utilajul în cauză, toate pagubile materiale li se atribuie.

5 Să îndeplinească registrele de mentenanță tehnică, jurnale de deservire, după fiecare intervenție la dispozitiv;

6. Prestatorul va avea obligația de a instrui personalul medical și tehnic, cu privire la utilizarea aparatelor, ori de câte ori primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante.

7. Garanția lucrărilor executate, va fi de minim 6 luni de la data încheierii procesului verbal de intervenție (Registrul de mentenanță tehnică).

8. În caz de defectare, Executantul se obligă să răspundă la solicitarea Beneficiarului în max. **12 ore** din momentul anunțului (verbal, scris) al Beneficiarului.

9. Stațiunile tehnice, nu vor depăși mai mult de **1-2 zile calendaristice**. În caz, de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți (verbal sau scris).

10. **Stațiunile tehnice** din motivul executării necalitative de către Executant a lucrărilor de reparație, montare, ajustare, ca și din cauza lipsei pieselor de schimb, pentru efectuarea lucrărilor de reparație de complexitate înaltă, vor fi excluse din achitățile contractuale. Durata stațiunilor tehnice nu va depăși max. 5 **zile lucratoare**.

11. Toate comunicările între părți, pentru îndeplinirea contractului, se vor executa în scris sau verbal, confirmarea de luare la cunoștință a solicitării fiind obligatorie.

În prezentul contract de reparație sunt incluse:

1 Prețul (costul) noilor piese de schimb, ce sunt mai mult 1000 lei, nu sunt incluse în suma contractului, ci procurate în afara contractului.

2. Lucrările de reparație curente a utilajului medical, care nu pot fi executate pe loc, se efectuează la sediul Executantului. În acest caz, Executantul asigură transportarea utilajului tur-retur.

3. În cazul determinării unui defect, de ordin opțional, sau de ordin material, care afectează funcționarea utilajului medical deservit, Executorul perfectează împreună cu reprezentanții serviciului de aparataj medical al Instituției, un act de defectare și-l prezintă Beneficiarului.

4. După fiecare lucrare de deservire efectuată, Executantul trebuie Să prezinte Beneficiarului un raport service (tehnic), specificând detaliile acțiunilor de întreținere executate și orice schimbări de piese, care s-au efectuat.

5. Piese defectate devin proprietatea Beneficiarului de îndată, ce sunt schimbate

6. Prestatorul va avea obligația de a instrui personalul medical și tehnic, cu privire la utilizarea dispozitivelor, ori de câte ori primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante.

Lotul nr. III Aprat radiologic fix CRDD- 09-ALFA, Teleoptic, Ucraina Workstation -2

1	50400000-9	Aprat radiologic fix CRDD-09-ALFA, Teleoptic, Ucraina Workstation-2	Bucată	1		30000.00
---	------------	---	--------	---	--	----------

Nomenclatorul lucrărilor de deservire profilactico-tehnică	Deservirea (trimestrială)
. Efectuarea examinării vizuale cu scopul depistării defectelor mecanice	x
Verificarea și reglarea blocurilor electromecanice:	x
- frâne electromagnetice, dispozitive de acționare	x
- dispozitiv de centrare	x
Verificarea și reglarea utilajului de înaltă tensiune:	x
- cablu de înaltă tensiune și dispozitiv de comandă	x
- generator și tub roentgen	x
Verificarea calității dispozitivelor de siguranță din punct de vedere al conformității lor cu caracteristicile nominale necesare	x
Verificarea integrității și existenței plombelor	x
Verificarea parametrilor (conform cerințelor Pașaportului) inclusiv următoarele verificări:	x
- verificarea orei programării regimului de lucru	x

- verificarea capacității de lucru a Complexului în condițiile expunerii diferite	x
- verificarea parametrilor câmpului de lucru	x
- verificarea dozei de expunere	x
- verificarea capacității de lucru la modificarea tensiunii de alimentare	x
- verificarea puterii consumate	x
- verificarea calității parametrilor electrici ai modurilor de lucru	x
- verificarea capacității distinctive	x
Verificarea și ajustarea centrării canalului roentgenoptic	x
Calibrare detector digital	trimestrial
. Verificare și calibrare tub radiologic	semimistrială

Executorul se obligă:

1. Să efectueze lucrările de reparație tehnică (mentenanță corectivă), conform cerintelor și instrucțiunilor producătorului (pașapoarte tehnice), cu mijloacele tehnice autorizate de acesta.
2. Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție, conform manualului de exploatare (pașapoarte tehnice).
3. Inspecția stării tehnice a dispozitivelor - o dată în trei luni și după efectuarea lucrărilor de reparație curentă.
4. Intervenția se face, doar în prezența persoanei autorizate din cadrul compartimentului intern specializat al autorității contractante. În caz de deteriorare sau pierdere a oricărui aparat, părți componente, accesoriilor, instrumentelor, din vina agentului economic, ce repară utilajul în cauză, toate pagubile materiale li se atribuie.
5. Să îndeplinească registrele de mentenanță tehnică, jurnale de deservire, după fiecare intervenție la -dispozitiv;
6. Prestatorul va avea obligația de a instrui personalul medical și tehnic, cu privire la utilizarea aparatelor, ori de câte ori primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante.
7. Garanția lucrărilor executate, va fi de minim 6 luni de la data încheierii procesului verbal de intervenție (Registrul de mentenanță tehnică).
8. În caz de defectare, Executantul se obligă să răspundă la solicitarea Beneficiarului în max. **12 ore** din momentul anunțului (verbal, scris) al Beneficiarului.
9. Stațiunile tehnice, nu vor depăși mai mult de 1-2 zile calendaristice. În caz, de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți (verbal sau scris).
10. Stațiunile tehnice din motivul executării necalitative de către Executant a lucrărilor de reparație, montare, ajustare, ca și din cauza lipsei pieselor de schimb, pentru efectuarea lucrărilor de reparație de complexitate înaltă, vor fi excluse din achitățile contractuale. Durata stațiunilor tehnice nu va depăși max. 5 zile lucratoare.
11. Toate comunicările între părți, pentru îndeplinirea contractului, se vor executa în scris sau verbal, confirmarea de luare la cunoștință a solicitării fiind obligatorie.

În prezentul contract de reparație sunt incluse:

1. Prețul (costul) noilor piese de schimb, ce sunt mai mult 1000 lei, nu sunt incluse în suma contractului, ci procurate în afara contractului.
2. Lucrările de reparație curente a utilajului medical, care nu pot fi executate pe loc, se efectuează la sediul Executantului. În acest caz, Executantul asigură transportarea utilajului tur-retur.
3. În cazul determinării unui defect, de ordin opțional, sau de ordin material, care afectează funcționarea utilajului medical deservit, Executorul perfectează împreună cu reprezentanții serviciului de aparataj medical al Instituției, un act de defectare și-l prezintă Beneficiarului.
4. După fiecare lucrare de deservire efectuată, Executantul trebuie să prezinte Beneficiarului un raport service (tehnic),

specificând detaliile acțiunilor de întrețineri executate și orice schimbări de piese, care s-au efectuat.

5. Piesele defectate devin proprietatea Beneficiarului de îndată, ce sunt schimbate

6. Prestatorul va avea obligația de a instrui personalul medical și tehnic, cu privire la utilizarea dispozitivelor, ori de câte ori primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante

Suma totală

123 000,00 lei (fără tva)

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pe loturi, cel mai scăzut preț, corespunderea cerințelor solicitate.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: Incoterms 2020 EXW, 01.02.01.2024-31.12.2024

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2024

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): NU

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): NU

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligatoritatea
1	Specificații de preț	Anexa nr.23 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) Obligatoriu	Obligatoriu
2	Specificații tehnice	Anexa nr. 22 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	Obligatoriu
3	Certificat de înregistrare/Decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții)	Obligatoriu
4	Certificate de calificare a inginerilor pe modelele de echipamente	Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Obligatoriu

15. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: Nu se aplică

16. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu sunt

18. Ofertele se prezintă în valuta: Lei MD

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Prețul cel mai mic, corespunderea cerințelor solicitate

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender
- pe: [data]_ Conform informației din SIA RSAP MTender

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP MTender

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP MTender. Ofertele întârziate vor fi respinse

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de Stat

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): NU

30. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: _



31. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	
Sistemul de comenzi electronice	
Facturarea electronică	
Plățile electronice	

32. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

33. Alte informații relevante: NU

Conducătorul grupului de lucru: _____ .