

la Documentația standard nr. _____

din “ ____ ” _____ 20__

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

| |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție _____ din _____ |
| Obiectul achiziției: _____ |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|--|---|-----------------|---------------|---|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii | | | | | | CE, ISO |
| Lotul 1 | | | | | | |
| Accesorii pentru Dispozitivul medical - Monitor de pacient "IntelliVue MX550, Philips" | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|--|--|--|---|--|--|
| 1.1 Senzor SpO2, adult | | | | Senzor SpO2 cu conector 8pin,3 m,compatibil cu Modulul MasimoSet | | |
| 1.2 Senzor SpO2, pediatric | | | | Senzor SpO2 cu conector 8pin,3 m,compatibil cu Modulul MasimoSet | | |
| Total lot 1 | | | | | | |
| Lotul 2 | | | | | | |
| Conector respirator gofrat | | | | adaptor intre tubul endotrahal și circuitul de respirație mecanică, 15mm(plug dad)x22mm(plug mum) | | |
| Total lot 2 | | | | | | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____