

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_

din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: _____

Denumirea modelului bunului/serviciului	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
<b>Lot 1 REAGENTI SI CONSUMABILE PENTRU TESTE IMUNOLOGICE Ig E SPECIFICE CU SCOP DE DIAGNOSTIC DESTINAT STOMATOLOGIEI – METODA ELISA</b>						
Ig E SPECIFICA ANTI – <b>LIDOCAINE/ XYLOCAIN</b>  TEST SISTEMA= CU 20 sau 25 TESTE//				Cerințe generale pentru investigațiile prin metoda ELISA* 1. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. <b>Seturile sa fie ambalate in volum de 20 sau 25 de teste.!!!</b> Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de		CE, ISO
Ig E SPECIFICA <b>ANTI – ARTICAINE</b>  TEST SISTEMA= CU 20 sau 25 TESTE//						

<p>Ig E SPECIFICA ANTI – <b>EPINEPHRINE</b></p> <p>TEST SISTEMA= CU 20 sau 25 TESTE//</p>				<p>producator să fie nu mai mic de 12 luni 2. La cerere de prezentat monstre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezența specialistului la procedurile de testare a monstrelor. In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție. 3. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucțiunea de folosire să fie indicată specificitatea și sensibilitatea testelor, test sistemele să fie cu sensibilitatea nu mai mică de 99,8%. Test sistemele să conțină nu mai puțin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul să conțină, in afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor. 4. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe stripul și de a folosi cite un godeu. Să fie posibil de a testa cite o probă. Notă pentru investigațiile prin metoda ELISA** In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție. Procedura de efectuare să fie compatibile cu aparataj <b>Awareness Technology Inc. SUA</b> și să conțină cit mai puține etape. Durata efectuării investigației să fie cit mai mică. Sensibilitate maximală (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). Calibratorii și standartele după deschidere să fie stabile. <b>La toate investigațiile enumerate să fie un protocol comun!!!</b> Să fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la</p>	
<p>Ig E SPECIFICA ANTI – <b>MEPIVICAIN</b></p> <p>TEST SISTEMA= CU 20 sau 25 TESTE//</p>					

				producător. Soluții de substrat+cromogenul într-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare.		
PLANSETE 96 GODEURI , FUND PLAT !!!				<b>Cerințe generale</b>		
<b>Lot 2 Spălător automat de microplăci ELISA</b>						
<b>Spălător automat de microplăci ELISA</b>				<p>Spălător pentru microplăci sau stripuri cu fundul plat, rotund sau în formă de V. Sa se calibrează și sa se poziționeze automat, detectând ultimul rând, fără intervenția operatorului.</p> <p>Timpul maxim programabil pentru aspirare, dozare sau uscare este de 99 min și 99 sec.</p> <p>Mod de operare: monitorizarea permanentă a vacumului și presiunii, cu pornirea ciclului de pompare numai în caz de necesitate, pentru silențiozitate în operare.</p> <p>Sa se poata programa cicluri automate de spălare.</p> <p>Volum rezidual: &lt; 3 m l</p> <p>Precizia dozării: Coef. de variație &lt;3 % la 200 ml</p> <p>Viteza de lucru: 1 ciclu de spălare a unei plăci cu dublă aspirare sa dureze 100 sec., cu aspirare simplă durata se reduce la 67 sec.</p>		

			<p>Afisaj: cu cristale lichide, alfanumeric, cu 24 de caractere pe 2 rânduri.</p> <p>Tastatură: 16 taste cu membrană, cu confirmare sonoră.</p> <p>Memorie: permanentă, cu posibilitatea de memorare până la 50 de protocoale de spălare definite de utilizator.</p> <p>Aparatul sa se livrează cu toate anexele necesare incluse: 3 flacoane de câte 1L pentru lichidele de spălare, clătire și reziduale, capac de protecție, element de spălare cu 8 duze.</p> <p>Certificat CE.</p> <p><b>TERMENUL DE LIVRARE SA NU DEPASEASCA</b></p>		
--	--	--	--	--	--

Ofertantul: \_\_\_\_\_ Adresa: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_