

CAIET DE SARCINI
Bunuri

Obiectul **REACTIVI CHIMICI SI CONSUMABILE DE LABORATOR pentru anul 2025**
(denumirea, adresa)
Autoritatea contractantă **IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”, or. Drochia bd.**
N.Testemițanu, 4/1 (denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informații

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
LOTUL I Reactive pentru analizorul automat biochimic A-25 (tip închis) Cod CPV 33696500-0						
1.	33696500-0	ASAT (GOT) cu ambalaj special pentru A-25	ml	2000	**Informatia se anexeaza	4800
2.		ALAT (GPT) cu ambalaj special pentru A-25	ml	2000	**Informatia se anexeaza	4800
3.		Albumina (Albumin) cu ambalaj special pentru A-25	ml	250	**Informatia se anexeaza	240
4.		alfa-Amilaza (alfa-Amylase) cu ambalaj special pentru A-25	ml	1000	**Informatia se anexeaza	11280
5.		Bilirubina totală (Total Bilirubin) cu ambalaj special pentru A-25	ml	750	**Informatia se anexeaza	817,5
6.		Bilirubina directă (Direct Bilirubin) cu ambalaj special pentru A-25	ml	750	**Informatia se anexeaza	832,5
7.	33696500-0	Cholesterol total (Cholesterol) cu ambalaj special pentru A25	ml	2000	**Informatia se anexeaza	3480
8.		Creatinina (Creatinine) cu ambalaj special pentru A-25	ml	1000	**Informatia se anexeaza	680
9.		Glucosa (Glucose) cu ambalaj special pentru A-25	ml	2500	**Informatia se anexeaza	1700
10.		Trigliceride (Triglicerides) cu ambalaj special pentru A-25	ml	1000	**Informatia se anexeaza	2000
11.		Uree (Urea) cu ambalaj special pentru A-25	ml	1000	**Informatia se anexeaza	2440
12.		Acidul Uric (Uric Acid) cu ambalaj special pentru A-25	ml	1000	**Informatia se anexeaza	1830

13.		Antistreptolizi na 0 (ASO) cu ambalaj special pentru A-25	ml	200	**Informatia se anexeaza	3128
14.	33696500-0	Proteina C reactivă (CRP) cu ambalaj special pentru A-25	ml	300	**Informatia se anexeaza	3990
15.		Iron (fer)	ml	250	**Informatia se anexeaza	850
16.		Proteina Totală (Total Protein) cu ambalaj special pentru A-25	ml	250	**Informatia se anexeaza	240
17.		Factorul Reumatic (RF) cu ambalaj special pentru A-25	ml	100	**Informatia se anexeaza	1014
18.		MultiCalibrator uman	ml	200	**Informatia se anexeaza	13802
19.		Control ser normal uman	ml	200	**Informatia se anexeaza	13802
20.		Control ser patologic uman	ml	200	**Informatia se anexeaza	13802
21.		Rotor de reacție, 10 buc/set (consumabile pentru Analizator A 25)	set	50	**Informatia se anexeaza	103414
22.		Solutie concentrata de spalare 100 ml/set	set	1	**Informatia se anexeaza	1902,13
23.		Soluție de spălare 1000 ml/set (consumabile pentru Analizator A 25)	set	2	**Informatia se anexeaza	2292,1
24.		Soluție concentrată de sistem 1000 ml/set (consumabil p/u A25)	set	3	**Informatia se anexeaza	4782,06
25.	33696500-0	Calciu (Calcium) cu ambalaj special pentru A-15 10x50 ml ml	ml	500	**Informatia se anexeaza	680
26.		cholesterol HDL, set + calibrator	set	80	**Informatia se anexeaza	112708,8
27.		cholesterol LDL, set + calibrator	set	80	**Informatia se anexeaza	189265,6
28.		hemoglobina glicolizata cu standard si material de control	set	10	**Informatia se anexeaza	151660,5
29.		Calibrator Antistreptolizina fl 1ml	ml	3	**Informatia se anexeaza	422,37
30.		Calibrator Proteina C reactivă fl 1ml	ml	3	**Informatia se anexeaza	422,37
31.	33696500-0	Calibrator Factorul Reumatoid fl 5ml	ml	3	**Informatia se anexeaza	422,37
32.		Control CRP, ASO, RF normal	ml	3	**Informatia se anexeaza	1073,58
33.		Control CRP, ASO, RF patologic	ml	3	**Informatia se anexeaza	1073,58
34.		Cuva pentru ser, 2 ml 1000 buc/set	set	50	**Informatia se anexeaza	33466

35.	Lampa halogen 6v-10W	buc	2	**Informatia se anexeaza	2236,32
36.	Lampa halogen 12v-20W	buc	1	**Informatia se anexeaza	2206,62
37.	material de control extern biochimic Prevacal (set)	set	1	**Informatia se anexeaza	6500
38.	Fosfataza alcalina	ml	100	**Informatia se anexeaza	376

Valoarea estimată pentru tot LOTUL I este de 700 432,40 lei f/TVA

**** Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință**

1. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE - copie confirmată prin ștampila și semnătura participantului.
 2. Reactivii să fie adaptați la Analizatorul A-25, cu certificat de confirmare de la producatorul analizorului.
 3. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător.
 4. Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului.
 5. Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor.
 6. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni.
 7. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat cu marcaj CE și etichetat de producător.
 8. Metodicele de adaptare pentru A-25 sunt obligatorii (prezentate odată cu oferta).
 9. Ambalaj standard pentru A-25 cu prezentarea mostrei de la operatorul economic câștigător în timp de cinci zile înainte de semnarea contractului sau certificat de confirmare de la producătorul analizorului că ambalajul corespunde analizatorului A-25.
 10. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.
 11. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea; liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza).
 12. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător sau certificat de desemnare în calitate de distribuitor oficial.
 13. Evaluarea se va face pe lot.
- Ofertantul va asigura gratuit deservirea analizatorului biochimic A-25 în mod de urgență (12-24 ore de la solicitare), inclusiv în zilele de odihnă
- Prioritate se va acorda seturilor de reactivi cu cea mai înaltă linearitate și termeni de valabilitate.
- Calibratorii și standardele să fie înregistrați în ordinea stabilită de lege în țară în mod obligatoriu!
- Calibratorii și materialul de control v-a corespunde cu setul de reactivi, adică v-a fi de la același producător.
- Ofertanții vor demonstra că reactivii, seturile de reactivi se păstrează până la livrare în condițiile prevăzute de producător (la frigider, frigifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).
- Ofertantul va prezenta certificate de compatibilitate al consumabilelor propuse pentru analizatorul A-25, eliberate de producătorul analizatorului. Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător sau certificat de desemnare în calitate de distribuitor oficial. **Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător!**

Nr. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
2	33696500-0	LOTUL 2 M-52 Diluent ~20 l pentru analizatorul hematologic MINDRAY tip deschis	canistre	30	~20 l pentru analizatorul hematologic MINDRAY tip deschis	24557,4

3	33696500-0	LOTUL 3 M-52 Diff Lyze 4*~500 ml (set) pentru analizatorul hematologic MINDRAY tip deschis	set	10	4*~500 ml (set) pentru analizatorul hematologic MINDRAY tip deschis	56618,5
4	33696500-0	LOTUL 4 M-52 LH Lyze. 4*~100 ml(set) pentru analizatorul hematologic MINDRAY tip deschis	set	10	4*~100 ml(set) pentru analizatorul hematologic MINDRAY tip deschis	37518,2
5	33696500-0	LOTUL 5 M-53 Probe Cleaner~ 50 ml (fl) pentru analizatorul hematologic MINDRAY tip deschis	fl	20	~ 50 ml (fl) pentru analizatorul hematologic MINDRAY tip deschis	10252,8
6	33696500-0	LOTUL 6 material de control pentru analizatorul hematologic MINDRAY tip deschis3 flx~3 ml (set)	set	5	pentru analizatorul hematologic MINDRAY tip deschis3 flx~3 ml (set)	13340
7	33696500-0	LOTUL 7 hirtie pentru pentru analizatorul hematologic MINDRAY tip deschis cu latimea de ~55 mm , buc	buc	200	pentru pentru analizatorul hematologic MINDRAY tip deschis cu latimea de ~55 mm , buc	1100
8	33696500-0	LOTUL 8 material de control extern pentru analizator hematologic Mindray 5 diff	set	4	pentru analizator hematologic Mindray 5 diff	36000
9	33696500-0	LOTUL 9 Brilliant crezil albastrum, ~ 50 ml fl	fl	1	~ 50 ml fl	388,8
10	33696500-0	LOTUL 10 Acid sulfosalicilic, kg	kg	2	kg	1386
11	33696500-0	LOTUL 11 material de control urina (normal si patologic) fl cite ~10ml	fl	1	(normal si patologic) fl cite ~10ml	378

12	33696500-0	LOTUL 12 Citrat de natriu, kg	kg	1	kg	450
13	33696500-0	LOTUL 13 ulei de imersie fl ~100 ml	fl	10	fl ~100 ml	720
14	33696500-0	LOTUL 14 Lancete (scarificatoare) metalice	buc	10000	(scarificatoare) metalice	1500
15	33696500-0	LOTUL 15 Eprubete Eppendorf~ 1,5 ml cu capac	buc	20000	~ 1,5 ml cu capac	400
16	33696500-0	LOTUL 16 Azopiram (set) Sol. Azopiram, set 4 flacoane, pt ~100 ml sol. (2x~50 ml)	set	5	Sol. Azopiram, set 4 flacoane, pt ~100 ml sol. (2x~50 ml)	450
Valoarea estimativă totală a achiziției (loturile 1-16) este de 885 492,10 lei f/TVA TERMENUL DE VALABILITATE A REACTIVILOR CHIMICI TREBUIE SĂ FIE NU MAI MIC DE 12 LUNI DIN DATA LIVRĂRII						

2. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/serviciilor:

LIVRAREA LA COMANDA în termen de 5 zile de la comanda Cumpărătorului, cu transportul Vânzătorului, la sediul Beneficiarului.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Conformitatea reactivilor conform standardelor în vigoare

4. Cerințe privind calculul costului/prețului

Prețul fără și cu TVA, în lei moldovenești.

5. Mostre

Prezentarea mostrelor la solicitarea Cumpărătorului.

6. Documente obligatorii la depunerea și evaluarea ofertelor

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1.	DUAE	Semnat electronic de către operatorul economic	Obligatoriu
Oferta:			
2.	Oferta: Specificația tehnică	Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din "15" 09. 2021, completat si semnat prin semnatura electronica a ofertantului	obligatoriu
3.	Oferta: Specificatia de preț	Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115 din "15" 09. 2021, completat si semnat prin semnatura electronica a ofertantului	obligatoriu
4.	Cererea de participare	Anexa nr. 7 la Documentația standard nr.115 din "15" 09. 2021, completat si semnat prin semnatura electronica a ofertantului	obligatoriu
5.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Anexa nr. 8 la Documentația standard nr.115 din "15" 09. 2021, completat si semnat prin semnatura electronica a ofertantului	obligatoriu
6.	DECLARAȚIE	APROBAT prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 semnat prin semnatura electronica a ofertantului	obligatoriu

	privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani		
7.	Scrisoare de garanție bancară pentru ofertă (cuanum 1%) sau transfer bancar la contul autorității contractante	Anexa nr. 9 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura și ștampila a băncii acreditată în RM, scanată și semnată prin semnatura electronică a ofertantului sau transfer bancar la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: IMSP CS Drochia IBAN:MD38TRPCBZ518430A00261AA Banca: MF-TT Drochia Adresa poștală a băncii: or. Drochia Cod:TREZMD2X Cod fiscal:1008600001156 cu nota „Garanția pentru ofertă”; Termenul de valabilitate al garanției să fie egal cu termenul de valabilitate al ofertei (30 zile). original scanat - cu semnătura electronică a operatorul economic	obligatoriu
8.	Garanția de bună execuție a contractului (cuanum 5%) prezentat odată cu semnarea contractului	Anexa nr. 10 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, (formular de la banca), a) Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) b) Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: IMSP CS Drochia IBAN:MD38TRPCBZ518430A00261AA Banca: MF-TT Drochia Adresa poștală a băncii: or. Drochia Cod:TREZMD2X Cod fiscal:1008600001156	obligatoriu
9.	Toate certificatele solicitate obligatoriu in lista reagentilor chimici CE	Semnate electronic de către operatorul economic	Obligativ

7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

Oferta finală și toate documentele solicitate de autoritatea contractantă la etapa depunerii.

Autoritatea contractantă _____ sefa, **Liliana MOROȘAN**