

ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziționarea centralizată a Instrumentar medical/ chirurgical – LISTA SUPLIMENTARĂ
conform necesităților IMSP SCR TIMOFEI MOȘNEAGA pentru anul 2025**

prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.gov.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de
atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că
autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă
de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe
la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV 33100000-1

Nr Lot	Denumirea Lotului	Specificație Tehnică	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată fără TVA
1	Ac pentru canularea venelor cu olivă	Ac pentru canularea venelor, lungime 90 mm, 13GA , vârf - olive diametrul 2,4 mm. Conector Luer Lock. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.	Bucată	6	9 961,75
2	Aplicator de noduri pentru MIDCAB "KnotPusher"	Aplicator de noduri angular 45 grade pentru MIDCAB tip "Knot Pusher" fara clichet. Lungimea instrumentului 300mm (+/-20mm). Diametrul de 5mm pe tot parcursul instrumentului. Menarul rotund antiderapant. (Echivalent codului de referinta: FC492R Aesculap, DC80300-30 Delacroix, MRB-6 Fehling, 38-7850 Geister).	Bucată	1	47 500,00
3	Aspirator toracoscopic	Aspirator toracoscopic/laparoscopic drept, monopolar accesibil prin troacar de 5mm. Lungimea instrumentului 330mm (+/-10mm). Reutilizabil. (Echivalent codului de referinta: 8383.73 R. Wolf).	Bucată	1	6 250,00
4	Bone Nibbling Rongeur (muscator de os), 140mm	Taietor de os 2 mm x 3mm bite (partea de lucru), lungimea totala 140 mm (+/-10mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Bucată	1	2 666,67
5	Bone Nibbling Rongeur (muscator de os), 160mm	Taietor de os 5 mm x 3,5 mm bite (partea de lucru), lungimea totala 160 mm(+/-10mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Bucată	1	2 666,67
6	Cârlig pentru muschi Grafe, 10mm	Partea de lucru 1 mm cu lungimea de 10 mm, lungimea totala 133 mm(+/-10mm); material inox medical. Nesteril, reutilizabil, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Bucată	6	3 752,75
7	Cârlig pentru muschi Grafe, 8mm	Partea de lucru 1 mm cu lungimea de 8 mm, lungimea totala 131 mm(+/-10mm); material inox medical. Nesteril, reutilizabil, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Bucată	4	2 501,84
8	Cârlig pentru rană și nerv Smithwick	Cârlig pentru rană și nerv Smithwick, lungimea 170 mm (+/-10mm) (Asemănător codului de referinta Geister 30-0310)	Bucată	2	2 834,87
9	Ciocan COTTLE	Ciocan metalic tip COTTLE ,lungimea totala 18 cm (+/-10mm),inox medical,reutilizabil,autoclavabil	Bucată	2	3 066,67
10	Ciupitor de os Dieter auricular	Ciupitor de os Dieter, taietor in sus, 8 cm(+/-10mm),lungimea totala,inox medical reutilizabil	Bucată	1	5 303,34
11	Clamă micro-vasculară atraumatică tip DIETHRICH	Clamă micro-vasculară atraumatică tip DIETHRICH, curbată, lungimea brașelor 20 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 50 mm (+/- 1 mm), material inox medical, fara latex duritatea metalului in limitele 50-58 HRC confirmata prin certificat de la producator.	Bucată	4	8 333,34
12	Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY	Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY periferic înclinat 60°, lungimea brașelor 65 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 180 mm (+/- 3 mm)material inox medical, fara latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator.	Bucată	6	17 200,00
13	Clamă vasculară atraumatică tip DERRA DE BAKEY	Clamă vasculară atraumatică tip DERRA DE BAKEY CURBATĂ, 175 MM (6/7/8"), MODEL PEDIATRIC, lungimea brașelor 26 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 175	Bucată	6	11 500,00

		mm (+/- 5 mm) material inox medical, fara latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator.			
14	Clamă vasculară tip MULLER, 250g	Clamă vasculară tip MULLER, ușor curbată, presiunea de inchidere minim 250g (+/- 10g) material inox medical, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator.	Bucată	4	16 666,67
15	Clamă vasculară tip MULLER, 250g angulară	Clamă vasculară tip MULLER, angulară, presiunea de inchidere minim 250 g (+/-10g) material inox medical, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator.	Bucată	4	16 666,67
16	Clamă vasculară tip MULLER, 350g angulară	Clamă vasculară tip MULLER, angulară, presiunea de inchidere minim 350 g (+/-10g) material inox medical, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator.	Bucată	4	16 666,67
17	Clamă vasculară tip MULLER,350g	Clamă vasculară tip MULLER, ușor curbată, presiunea de inchidere minim 350 g (+/- 10g) material inox medical, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator.	Bucată	4	16 666,67
18	Clamp Aortic CHITWOOD transtoracic	Clamp Aortic transtoracic, intercostal tip CHITWOOD DeBekey cu branse curbate pentru interventii cardiace minim-invazive. Lungimea branselor: 60mm (+/-5mm) Lungimea instrumentului 320mm (+/-30mm). (Echivalent codului de referinta: FC296R Aesculap, DC80996-32 Delacroix)	Bucată	1	36 666,67
19	Clamp aortic DeBakey-Beck	Clamp vascular atraumatic - Clamp aortic DeBakey-Beck, Lungimea instrumentului 170 mm (+/-5cm),(Asemanator codului de referinta Geister 22-0480)	Bucată	2	10 525,95
20	Clamp Aortic parietal interventii cardiace minim-invazive	Clamp Aortic cu bransele atraumatice curbate destiante pentru clamparea parietala a aortei in interventii cardiace minim-invazive (Liddle, Weber). Lungimea instrumentului: 260mm (+/-10mm). (Echivalent codului de referinta: DC40460-25, FB488R Aesculap).	Bucată	1	15 000,00
21	Clamp aortic pentru clampare parietala	Clamp aortic parietal DeBekey cu bransele curbate, distanta dintre branse pentru perimetru de prindere a aortei este de 40mm (+/-5mm) bransele tip DeBekey atraumatice, lungimea isnstrumentului:250mm (+/-5mm) (Echivalent codului de referinta: FB491R, Delacroix DC40460-25)	Bucată	2	14 166,67
22	Clamp aortic pentru clampare totala	Clamp atraumatic vascular (aortic) tip De Bakey, bransele curbate la 70grade, fiind destinate clamparii totale a aortei, lungimea instrumentului 250mm (+/-20mm) Reutilizabil, material inox medical, nesteril.(Echivalent codului de referinta: Aesculap FB494R , DC40257-27 Delacroix)	Bucată	3	21 250,00
23	Clamp atraumatic vascular CASTENADA	Clamp vascular atraumatic neonatal tip Castenada, cu bransele de prindere angulate la 30 grade, lungimea branselor de prindere 35mm (+/-5mm). Lungimea instrumentului 100mm (+/-5mm). (Echivalent codului de referinta FB581 Aesculap)	Bucată	2	7 000,00
24	Clamp cooley pentru interventii cardiace minim-invazive	Clamp Cooley pentru interventii cardiace minim-invazive. Bransele curbate. Lungimea instrumentului 270mm (+/-10mm). (Echivalent codului de referinta: DC40643-27, MB528R Aesculap).	Bucată	1	9 583,34

25	Clamp DeBakey pentru ligatura vaselor mari (cava inferioara)	Clamp DeBakey pentru ligatura vaselor mari, bransele curbate, inserate cu DeBakey pe parcurs a 25mm din totalul bransei de prindere. Curbura adaptabila pentru trecerea venei cave inferioara in interventii cardiace minim-invazive. Lungimea instrumentului: 260mm (+/- 10mm). (Echivalent codului de referinta: DC40271-26).	Bucată	1	7 916,67
26	Clamp DeBakey pentru ligatura vaselor mari (vene pulmonare)	Clamp DeBakey pentru ligatura vaselor mari, bransele curbate, inserate cu DeBakey pe parcurs a 20mm din totalul bransei de prindere. Curbura adaptabila pentru trecerea venelor pulmonare. Lungimea instrumentului: 245mm (+/- 10mm). (Echivalent codului de referinta: DC40270-23, FC329 Aesculap).	Bucată	1	7 083,34
27	Clamp miniatural pentru nou-născuți Castaneda	Clamp miniatural pentru nou-născuți Castaneda, Lungimea instrumentului 150 mm (+/-5cm), curbă mai deschisă (Asemanator codului de referinta Geister 23-0741)	Bucată	2	13 848,30
28	Clamp miniatural pentru nou-născuți Castaneda, curbat	Clamp miniatural pentru nou-născuți Castaneda, Lungimea instrumentului 150 mm (+/-5cm), cu o curbă pronunțată (Asemanator codului de referinta Geister 23-0740)	Bucată	2	13 848,30
29	Clamp pentru anastomoză DeBakey-Derra	Clamp vascular atraumatic - Clamp pentru anastomoză DeBakey-Derra, Lungimea instrumentului 170 mm (+/-5cm),(Asemanator codului de referinta Geister 22-0490)	Bucată	2	9 066,60
30	Clamp vascular atraumatic - Pensă (Forceps) pentru coarctăție și clamparea ductului arterial permeabil Glover	Clamp vascular atraumatic - Pensă (Forceps) pentru coarctăție și clamparea ductului arterial permeabil Glover, cu branșe angulate, Lungimea instrumentului 205 mm (+/-5cm),(Asemanator codului de referinta Geister 22-0120.GB)	Bucată	2	10 525,95
31	Clamp vascular pediatric DeBakey Extra-Fine, 115mm, 16mm	Clamp vascular atraumatic - Clamp vascular pediatric DeBakey Extra-Fine, Lungimea instrumentului 115 mm (+/-5cm), ang. shank 16 mm, (Asemanator codului de referinta Geister 22-0944)	Bucată	2	16 052,85
32	Clamp vascular pediatric DeBakey Extra-Fine, 145mm, 16mm	Clamp vascular atraumatic - Clamp vascular pediatric DeBakey Extra-Fine, Lungimea instrumentului 145 mm (+/-5cm), cvd.shank 16 mm(Asemanator codului de referinta Geister 22-0940)	Bucată	2	16 052,85
33	Clamp vascular pediatric DeBakey Extra-Fine, 145mm, 21mm	Clamp vascular atraumatic - Clamp vascular pediatric DeBakey Extra-Fine, Lungimea instrumentului 145 mm (+/-5cm), cvd.shank 21 mm(Asemanator codului de referinta Geister 22-0941)	Bucată	2	16 052,85
34	Clipoaplicator	Clipătoare pentru cipse LT-200 Miner. Lungimea 200mm (+/-10mm)	Bucată	2	834,32
35	Clipoaplicator Hem-o-lok M (albastru)	• Aplicator de clips pentru interventii chirurgicale deschise Mediu, Mediu-Mare și Mare de 10 mm ,lungime 200-270mm demontabil orizont • Vine ca ax de 32 cm sau lungime extinsă este disponibil cu un ax de 45 cm • Butonul de rotație mare și ușor permite rotirea la 360° a arborelui aplicatorului cu un singur deget	Bucată	2	25 000,00
36	Clipoaplicator medii pentru by-pass aortocoronarian minim-invaziv	Aplicator de clipuri pentru by-pass aortocoronarian minim-invaziv, destinat pentru clipuri medii cu deschidere orizontala. Lungimea instrumentului 300mm (+/-20mm). (Echivalent codului de referinta DC81353-30 Delacroix, 34-7462 Geister)	Bucată	1	37 500,00
37	Clipoaplicator mici pentru by-pass aortocoronarian minim-invaziv	Aplicator de clipuri pentru by-pass aortocoronarian minim-invaziv, destinat pentru clipuri mici cu deschidere orizontala. Lungimea instrumentului 300mm (+/-20mm). (Echivalent codului de referinta DC81351-30 Delacroix, 34-7460 Geister)	Bucată	1	37 500,00

38	Departator tip Farabef (Army Retractor)	Set de 2 retractore 8-1/2 (216mm) 38mmx22mm 41mmx25mm	Bucată	20	4 010,00
39	Diethrich Micro Bulldog pentru clamaprea grafturilor coronariene	Micro bulldog tip Diethrich atraumatic pentru clamparea grafturilor arterelor coronariene, bransele de prindere angulate, cu lungimea: 13mm (+/-2mm). (Echivalent codului de referinta: BH034R, DC41230-48 Delacroix).	Bucată	4	2 666,67
40	Dilatator Bakes bile-duct 3mm	Dilatator Bakes bile-duct 3 mm,Dilatator pentru conducte biliare BAKES, maleabil, 315 mm (±10mm), (12 3/8"), lungime de lucru: 265 mm (±10mm), Ø 3 mm (Ref.: EB063R sau analog)	Bucată	2	1 250,00
41	Dilatator Bakes bile-duct 4mm	Dilatator Bakes bile-duct 4 mm,Dilatator pentru conducte biliare BAKES, maleabil, 315 mm (±10mm), (12 3/8"), lungime de lucru: 265 mm (±10mm), Ø 4 mm (Ref.: EB064R sau analog)	Bucată	2	1 250,00
42	Dilatator Bakes bile-duct 5mm	Dilatator Bakes bile-duct 5 mm,Dilatator pentru conducte biliare BAKES, maleabil, 315 mm (±10mm), (12 3/8"), lungime de lucru: 265 mm (±10mm), Ø 5 mm (Ref.: EB065R sau analog)	Bucată	2	1 333,34
43	Dilatator Bakes bile-duct 6mm	Dilatator Bakes bile-duct 6 mm,Dilatator pentru conducte biliare BAKES, maleabil, 315 mm (±10mm), (12 3/8"), lungime de lucru: 265 mm(±10mm), Ø 6 mm (Ref.: EB066R sau analog)	Bucată	1	666,67
44	Dilatator Bakes bile-duct 7mm	Dilatator Bakes bile-duct 7 mm,Dilatator pentru conducte biliare BAKES, maleabil, 315 mm (±10mm), (12 3/8"), lungime de lucru: 265 mm (±10mm), Ø 7 mm (Ref.: EB067R sau analog)	Bucată	1	666,67
45	Dilatator microvascular DEBAKEY pentru MIDCAB, 1,0mm	Dilatator microvascular DEBAKEY pentru MIDCAB. Corpul maleabil, cu maner contrabalansor. Lungimea instrumentului : 180mm (+/-5mm). Diametrul varfului de dilatare: 1,0mm (Echivalent codului de referinta: FB161R Aesculap).	Bucată	6	4 000,00
46	Dilatator microvascular DEBAKEY pentru MIDCAB, 1,5mm	Dilatator microvascular DEBAKEY pentru MIDCAB. Corpul maleabil, cu maner contrabalansor. Lungimea instrumentului : 180mm (+/-5mm). Diametrul varfului de dilatare: 1,5mm (Echivalent codului de referinta: FB162R Aesculap).	Bucată	6	4 000,00
47	Dilatator microvascular DEBAKEY pentru MIDCAB, 2,0mm	Dilatator microvascular DEBAKEY pentru MIDCAB. Corpul maleabil, cu maner contrabalansor. Lungimea instrumentului : 180mm (+/-5mm). Diametrul varfului de dilatare: 2,0mm (Echivalent codului de referinta: FB163R Aesculap).	Bucată	6	4 000,00
48	Disector pentru vase Baby MIXTER	Disector fin pentru vase Baby MIXTER Forceps Lungimea instrumentului 17cm (+/-5cm), bransele curbate (Asemanator codului de referinta Aesculap BJ012R)	Bucată	2	4 300,00
49	Disector tip Fisch cu curbura dublu (curbat in stinga)	Fisch dissector,dublu curbat la stinga, lungimea totala 16,5 cm (±10mm),inox medical,reutilizabil	Bucată	1	1 766,67
50	Disector tip Fisch cu curbura dublu (curbat in dreapta)	Fisch dissector,dublu curbat la dreapta, lungimea totala 16,5 cm (±10mm),inox medical,reutilizabil	Bucată	1	1 766,67
51	Disector tip Fisch cu curbura simpla(curbat in dreapta)	Disector Fisch, curbura simpla, la dreapta, lungimea totala 16.5 cm (±10mm),inox medical,reutilizabil	Bucată	1	1 766,67
52	Disector tip Fisch cu curbura simpla(curbat in stinga)	Disector Fisch, curbura simpla, la stinga, lungimea totala 16.5 cm (±10mm),inox medical,reutilizabil	Bucată	1	1 766,67

53	Elevator-decolator septal tip FREER	Elevator-decolator septal tip FREER, lungimea totala 190 mm (± 10 mm), bond la virf , lungimea de lucru 7,5mm	Bucată	5	500,00
54	Foarfecă "Stevens" pentru by-pass aortocoronarian minim-invaziv	Foarfeca "Stevens" pentru by-pass aortocoronarian minim-invaziv, cu bransele semiascutite, curbate. Lungimea instrumentului 230mm (± 10 mm). (Echivalent codului de referinta : DC21410-23). Otel inoxidabil.	Bucată	1	11 666,67
55	Foarfecă (virf) pentru iridectomie Zaldivar cu miner inclus	Foarfece (virf) pentru iridectomie Zaldivar, lama curba, 23 G. Miner vitreoretinal cu doua clape, lungimea totala 90 mm. Material inoxidabil medical , nesteril, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Bucată	2	7 500,00
56	Foarfecă auriculara	Foarfeca auriculara, bransile drepte, ascuțite, lungimea totala 11,5 cm (± 10 mm), inox medical, reutilizabil	Bucată	1	897,50
57	Foarfecă auriculara Shea-Bellucci	Foarfeca auriculara Shea-Bellucci, dreapta, lungimea de lucru 8 mm, lungimea totala 8 cm (± 10 mm), inox medical, reutilizabil	Bucată	1	4 479,17
58	Foarfecă capsulotomie Gills-Vannas ascutite	Foarfece pentru capsulotomie Gills-Vannas curbe lama 10mm, ascutite, miner plat, lungimea totala 88mm ± 5 mm . Material inox medical, nesteril, reutilizabil placat cu crom 0,2 mm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Bucată	2	4 666,67
59	Foarfecă capsulotomie Gills-Vannas bonte	Foarfece pentru capsulotomie Gills-Vannas curbe lama 10mm, bonte, miner plat, lungimea totala 88mm ± 5 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Bucată	6	15 000,00
60	Foarfecă capsulotomie incizie 2mm	Foarfece pentru capsulotomie prin incizie de 2mm. Lamelle ultrasubtiri, lungimea 14mm, lungimea totala 92 mm ± 5 mm. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Bucată	4	10 000,00
61	Foarfecă chirurgical METZENBAUM, 180 mm, curbate	Foarfeca Metzenbaum tip. Lungimea instrumentului 180mm (± 10 mm), cu branse curbate. (Echivalent codului de referinta BC287R Aesculap, DC21400-23 Delacroix) *Certificat CE și declarație de conformitate CE cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.	Bucată	6	22 500,00
62	Foarfecă chirurgical METZENBAUM, 230mm, curbate	Foarfeca Metzenbaum tip. Lungimea instrumentului 230mm (± 10 mm), cu branse curbate. (Echivalent codului de referinta BC287R Aesculap, DC21400-23 Delacroix)	Bucată	4	26 666,67
63	Foarfecă pentru arteriotomie și disecție	Foarfeca DeBekey pentru disecție și arteriotomie cu bransele curbate, varfurile ascutite. Lungimea instrumentului 175mm (± 5 mm) Echivalent codului de referinta (BC629R Aesculap, C6624-86, Novo Surgical Inc). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator.	Bucată	2	4 166,67
64	Foarfecă ultrasonică chirurgicală	Instrument cu ultrasunete pentru generatorul de ultrasunete electrochirurgical GENii aflat în dotare: foarfece lungi cu tehnologie de adaptare a țesuturilor pentru operații deschise, lungime 17cm (Ref: Harmonic Focus+)		2	50 000,00
65	Foarfece pentru disecție Gregory	Foarfece pentru disecție Gregory, lungimea 145 mm (± 10 mm) (Asemănător codului de referinta Geister 26-4148)	Bucată	2	9 780,75

66	Foarfece vasculare Favaloro	Foarfece vasculare Favaloro, Lungimea instrumentului 170 mm (+/-5cm), cu unghi de 60° (Asemanator codului de referinta Geister 26-4135)	Bucată	1	8 399,03
67	Foarfica nazala sub 45 grade	Foarfece nazale sub 45°FOMON, lungimea 130mm (+/- 10 mm) x lungimea de lucru 50mm. *Reutilizabil, material inox medical,nesteril ,autoclavabil	Bucată	5	871,92
68	Forceps biopsie "fierbinte"	Forceps biopsie pentru diametru canalului de lucru 2,8-3,7mm(la cerere), cu diametru sculei numai mic de 2,6 mm, lungimea nu mai mica de 230 cm	Bucată	10	7 500,00
69	Forceps endoscopic pentru hemostaza prin coagulare	Forceps endoscopic pentru hemostaza prin coagulare, cu conector lateral. Deschiderea branselor 5-9mm. Lungimea 2300mm (+-10mm)	Bucată	10	10 833,34
70	Forceps tip combinat "Aligator" si "dinte de soarece"	Forceps tip combinat "Aligator" si "dinte de soarece" pentru înlăturarea corpiilor străini ,cu 2dinti,bransele deschise >14mm compatibil cu canalul endoscopului de 2,8mm,lungime 230cm (+-10mm)	Bucată	10	7 916,67
71	Forceps tip "pelican" pentru extragerea corpi straini	Forceps tip "pelican" pentru extragerea corpi straini, bransele deschise > 17 mm, diametrul 2,5-2,8 mm, lungimea 160-280 cm	Bucată	5	10 416,67
72	Injector pentru cristaline artificiale Royale (D)	Injector pentru cristaline artificiale tip Royale . Mecanism cu piston, pentru cartușele D, cu inel. Reutilizabil, material de titan. Obligativu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Bucată	1	16 666,67
73	Injector pentru cristaline artificiale tip Royale (B și C)	Injector pentru cristaline artificiale tip Royale . Mecanism cu piston, pentru cartușele B și C, cu inel. Reutilizabil, material de titan. Obligativu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Bucată	4	66 666,67
74	Instrument de sutura dupa BERCI	D- 2- 2,8mm; L-170±10mm , pentru ermetizarea porturilor laparoscopice , pentru uz multiplu; canula de lavaj, mecanism rotator	Bucată	2	20 068,34
75	Lama intercostala pentru departator intercostal in interventii MICS	Lama retractoare (pereche), fenestrate, fanta 40 x 35mm (+/-2mm). Unitate de masura: 1 bucata=1 pereche. Material inox medical, nesteril, reutilizabil. (Echivalent codului de referinta: MRP-2F Fehling).	Bucată	1	20 000,00
76	Lingura evisceratie	Bunge evisceration spoon, diametrul 13 mm, lungimea totala 140 mm (+-10mm). Material inox medical, nesteril, reutilizabil, obligativu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Bucată	1	1 000,00
77	Mâner bisturiu N3	Miner bisturiu N3 compatibilă cu lama 10,11,12,15. Lungimea manerului 125-130 mm. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	10	207,09
78	Mâner pentru retractor atrial flexibil	Mâner pentru retractor atrial, lungime 220mm (+/-10mm). Otel inoxidabil nesteril, reutilizabil. (Echivalnet codului de referinta: MRN-3).	Bucată	1	6 666,67
79	Micro-carlig pentru vase si nervi in MIDCAB	Micro-carlig inclinat la 90 grade pentru vase si nervi în interventii MIDCAB. Lungimea instrumentului 210mm (+-10mm). Diametrul la varf de 0,5mm. (Echivalent codului de referinta: DC81305-21)	Bucată	1	8 333,34
80	Micro-foarfece pentru adventiție/disecție cu branșe plate	Micro foarfece pentru adventiție/disecție cu mâner plat, branșe curbate de 10 mm, lungimea 110 mm (+-10mm) (Asemanator codului de referinta Geister 03-0066)	Bucată	2	14 593,50

81	Micro-foarfece tip Jacobson, 125 grade, 210mm	Micro-foarfeca pentru MIDCAB, tip Jacobson. Lungimea instrumentului 210mm (+/-10mm). Bransele inclinate la 125 grade cu varfurile ascutite, lungimea branselor 10mm (+/-2mm). Manerul rotund, material antiderapant, corpul instrumentului de culoare negru, antireflector. (Echivalent codului de referinta: DC20064-21S, BSI-9 Fehling).	Bucată	1	16 666,67
82	Micro-foarfece tip Jacobson, 125°, 170mm pentru adventiție/disecție cu branșe plate	Micro foarfece pentru arterele coronariene Jacobson cu mâner plat, unghi de 125°, lungimea branșelor de tăiere 7mm, lungimea 170 mm (+-10mm) (Asemanator codului de referinta Geister 03-0038.KS)	Bucată	2	30 770,55
83	Micro-foarfece tip Jacobson, 25° pentru arterele coronariene	Micro foarfece pentru arterele coronariene Jacobson cu mâner plat, unghi de 25°, lungimea branșelor de tăiere 7mm, lungimea 170 mm (+-10mm) (Asemanator codului de referinta Geister 03-0030.KS)	Bucată	2	25 243,65
84	Micro-foarfece tip Jacobson, 45 grade pentru MIDCAB	Micro-foarfeca pentru MIDCAB, tip Jacobson. Lungimea instrumentului 210mm (+/-10mm). Bransele inclinate la 45 grade cu varfurile ascutite, lungimea branselor 10mm (+/-2mm)Manerul rotund, material antiderapant, corpul instrumentului de culoare negru, antireflector. (Echivalent codului de referinta: DC20061-21S, BSI-6 Fehling).	Bucată	1	13 333,34
85	Micro-foarfece tip Jacobson, 60° pentru arterele coronariene	Micro foarfece pentru arterele coronariene Jacobson cu mâner plat, unghi de 60°, lungimea branșelor de tăiere 7mm, lungimea 170 mm (+-10mm) (Asemanator codului de referinta Geister 03-0034.KS)	Bucată	2	25 243,65
86	Micro-foarfece tip Jacobson, 90 grade pentru MIDCAB	Micro-foarfeca pentru MIDCAB, tip Jacobson. Lungimea instrumentului 210mm (+/-10mm). Bransele inclinate la 90 grade cu varfurile ascutite, lungimea branselor 10mm (+/-2mm). Manerul rotund, material antiderapant, corpul instrumentului de culoare negru, antireflector. (Echivalent codului de referinta: DC20063-21S, BSI-6 Fehling).	Bucată	1	14 166,67
87	Micro-pensa auriculara tip Hartmann	Micro pensa auriculara Hartmann, cupe ovale, dreapta, fina,marimea bransei 0.8x1.3 mm, lungimea totala 8cm (+-5mm),inox medical,reutilizabil	Bucată	1	4 479,17
88	Micro-pensa cu varf ascutit pentru MIDCAB	Micro-pensa cu maner rotund si contrabalansare, varfurile platformei drepte, ascutite platformele acoperite cu strat de diamonit fiind posibila prindere fiabila. Lungimea instrumentului 210mm (+/-20mm).(Echivalent codului de referinta FM599R) .	Bucată	2	8 333,34
89	Micro-pensă DeBakey atraumatică pentru țesuturi	Micro Pensă (Forceps) atraumatică pentru țesuturi cu branșe DeBakey, Lungimea instrumentului 180 mm (+/-5cm), bransele drepte de 1.0 mm (Asemanator codului de referinta Geister 10-4095)	Bucată	4	55 579,50
90	Micro-pensa DeBakey pentru MIDCAB	Micro-pensa DeBakey pentru MIDCAB. Bransele drepte, corpul instrumentului cu contrabalansare. Lungimea: 200mm(+/-10mm). (Echivalent codului de referinta: FM600R).	Bucată	1	3 333,34
91	Micro-pensa GERALD pentru MIDCAB	Micropensa GERALD pentru MIDCAB. Manerul plat. Instrument destinat pentru expozitia graftului coronarian. Lungimea instrumentului 200mm (+-10mm), bransele drepte acoperite cu diamonit pentru prindere fiabila a graftului coronarian cu grosimea branselor 1,0mm (Echivalent codului de referinta: BD196R).	Bucată	1	5 000,00
92	Micro-pensa pentru MIDCAB. Pentru anastomoza proximala	Micropensa pentru montarea anastomozei proximale pe aorta, in MIDCAB. Lungimea instrumentului 300mm (+-10mm). Manerul acoperit cu material antiderapant. Bransele drepte inserate cu material Tungsten. Grosimea branselor de 1 mm. (Echivalent codului de referinta: DC80228-30)	Bucată	1	33 333,34

93	Micro-portac cu clichet Jacobson pentru sutură 5.0 și mai mică	Micro-portac Jacobson, suprafața de aderență îmbunătățită pentru ac, cu mâner plat și clichet, pentru sutură 5.0 și mai mică, Lungimea instrumentului 180 mm (+/-5cm), cu branele de 1.2x11 mm, drepte (Asemănător codului de referință Geister 03-0230.12)	Bucată	2	20 120,40
94	Micro-portac cu clichet Jacobson pentru sutură 6.0 și mai mică	Micro-portac Jacobson, suprafața de aderență îmbunătățită pentru ac, cu mâner plat și clichet, pentru sutură 6.0 și mai mică, Lungimea instrumentului 180 mm (+/-5cm), cu branele de 0.8x11 mm, drepte (Asemănător codului de referință Geister 03-0230.08)	Bucată	2	20 120,40
95	Micro-portac pentru MIDCAB. Fire 10/0-7/0	Micro-portac pentru artera coronariană în MIDCAB. Lungimea instrumentului 205mm(+/-10mm), cu manere rotunde acoperite cu material antiderapant. Branele drepte cu grosimea 0,5mm acoperite cu strat de diamonit pentru prindere fiabilă. Destinat pentru firele de sutură: 10/0 ->7/0 (Echivalent codului de referință: Delacroix DC50102-21S).	Bucată	8	146 666,67
96	Micro-portac pentru MIDCAB. Pentru anastomoză proximală	Micro-portac pentru anastomoză proximală în MIDCAB. Lungimea instrumentului 280mm(+/-10mm), cu manere rotunde acoperite cu material antiderapant. Branele drepte cu grosimea 1,0mm acoperite cu strat de diamonit pentru prindere fiabilă. Lungimea branelor: 6mm. Destinat pentru firele de sutură: 9/0 ->6/0 (Echivalent codului de referință: Delacroix DC80040-28)	Bucată	1	33 333,34
97	Micro-portac titan Heavy Streamline cu clichet pentru sutură 3.0 și mai mică	Micro-portac titan Heavy Streamline, suprafața de aderență îmbunătățită pentru ac, cu mâner rotund și clichet, pentru sutură 2.0 și mai mică, Lungimea instrumentului 190 mm (+/-5cm), cu branele de 2.0x18 mm, curbate (Asemănător codului de referință Geister 03-4666)	Bucată	2	46 202,40
98	Micro-Spatula JACOBSON pentru endarterectomie coronariană	Micro-spatula JACOBSON pentru endarterectomie coronariană. Lungimea instrumentului: 180mm (+/-5mm). (Echivalent codului de referință: MB063R).	Bucată	2	1 333,34
99	Mini-Bulldog pentru clamaprea grafturilor coronariene	Mini-Bulldog, pentru clamaprea atraumatică a grafturilor arterelor coronariene, branele de prindere curbate, cu lungimea branelor: 45mm (+/-5mm). (Echivalent codului de referință: FB425R Aesculap, DC41210-54 Delacroix).	Bucată	4	2 666,67
100	Nefroscop	Nefroscop percutan, canal de lucru 14 Fr, unghiul de vizualizare 12°, compatibil cu teaca R. Wolf 24 Fr existent (Cod de referință: 8964.401 sau echivalentul)	Bucată	2	174 966,67
101	Obturator	Obturator pentru teaca uretrotomului (compatibil cu R. Wolf), Cod de referință: 8667.111 sau echivalentul	Bucată	2	3 916,67
102	Obturator Standard, pentru teaca 24/26 Fr	Obturator Standard, pentru teaca 24/26 Fr 27050SC/27050CA resectoscopului KARL STORZ.	Bucată	1	3 071,34
103	Pensă (Forceps) atraumatică pentru țesuturi DeBakey	Pensă (Forceps) atraumatică pentru țesuturi DeBakey, Lungimea instrumentului 150 mm (+/-5cm), branele drepte de 2.0 mm (Asemănător codului de referință Geister 10-0110)	Bucată	4	7 141,50
104	Pensă (Forceps) atraumatică pentru țesuturi DeBakey-Light	Pensă (Forceps) atraumatică pentru țesuturi DeBakey-Light, Lungimea instrumentului 150 mm (+/-5cm), branele drepte de 1.0 mm (Asemănător codului de referință Geister 10-0050)	Bucată	4	10 799,20
105	Pensa auriculară tip McGee	Pensa auriculară tip McGee, bransile drepte cu dimensiuni 0,8x3,5 mm, bransile drepte, lungimea totală 8 cm (+/-5mm), inox medical, reutilizabil	Bucată	1	4 666,67

106	Pensa Bayonet Jansen	Pensa nazala tip baioneta Jansen dimensiuni 18cm-20 cm gofrat. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Bucată	2	1 300,00
107	Pensa capsulorexis Kershner 23G cu miner inclus	Pensa capsulorexis Kershner, varf standart, 23 G. Cu miner vitreoretinal cu doua clape , lungimea 90 mm (+/-5mm). Material inoxidabil medical , nesteril, reutilizabil, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Bucată	4	15 000,00
108	Pensa chirurgicala cu platforma. Castroviejo, 1x2 dinti 0.12mm	Pensa chirurgicala cu platforma 1x2 dinti 0.12mm, platforma de legare 5.5 mm, lungimea totala 108 mm (+/-10mm). Material titan, nesteril, reutilizabil, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Bucată	2	5 000,00
109	Pensa chirurgicala cu platforma. Castroviejo, 1x2 dinti 0.3mm	Pensa chirurgicala cu platforma 1x2 dinti 0.3mm, platforma de legare 6 mm, lungimea totala 109 mm (+/-10mm). Material titan, nesteril, reutilizabil, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Bucată	3	7 500,00
110	Pensă de extragere a pietrelor pentru nefroscop universal	Lungimea 350mm (+/-10mm) (stone grasping forceps), diametrul 3,5 cm, compatibil cu R. Wolf, Cod de referință: 8964.601 sau echivalentul	Bucată	5	53 500,00
111	Pensa DeBakey 240mm pentru by-pass aortocoronarian minim-invaziv	Pensa DeBakey atraumatica cu branse drepte tip debekey pentru interventii MIDCAB. Lungimea instrumentului: 240-280mm. Greutatea instrumentului 200grame (+/-5gr). Material titan. Reutilizabil. Nesteril. (Echivalent codului de referinta: DC13100-24 Delacroix, FB 407R Aesculap)	Bucată	1	2 500,00
112	Pensă hemostatică DeBakey-Mixter (Gemini), 160mm	Pensă hemostatică DeBakey-Mixter (Gemini), Lungimea instrumentului 160 mm (+/-5cm), (Asemanator codului de referinta Geister 25-0101)	Bucată	1	2 875,23
113	Pensă hemostatică DeBakey-Mixter (Gemini), 180mm	Pensă hemostatică DeBakey-Mixter (Gemini), Lungimea instrumentului 180 mm (+/-5cm), (Asemanator codului de referinta Geister 25-0102)	Bucată	1	2 875,23
114	Pensă hemostatică delicată Pean	Pensă hemostatică delicată Pean, Lungimea instrumentului 145 mm (+/-5cm), bransele curbe (Asemanator codului de referinta Geister 25-1100)	Bucată	6	8 504,60
115	Pensă hemostatică fină - Baby-Mosquito (Hartmann)	Pensă hemostatică fină - Baby-Mosquito (Hartmann) Lungimea instrumentului 90 mm (+/-5cm), bransele drepte (Asemanator codului de referinta Geister 25-1060)	Bucată	2	2 834,87
116	Pensă hemostatică fină - Halstead-Mosquito	Pensă hemostatică fină - Halstead-Mosquito, Lungimea instrumentului 120 mm (+/-5cm), bransele curbe (Asemanator codului de referinta Geister 25-1071)	Bucată	2	3 185,74
117	Pensă hemostatică fină - Heiss	Pensă hemostatică fină - Heiss, Lungimea instrumentului 200 mm (+/-5cm), bransele curbe (Asemanator codului de referinta Geister 25-0152)	Bucată	2	4 660,61
118	Pensă hemostatică tip CRILE	Pensă hemostatică tip CRILE, cu brânsele curbate, serate, lungimea 160 mm (+/-10 mm), material inox medical, fara latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator.	Bucată	10	8 569,75
119	Pensă hemostatică tip JACOBSON	Pensă hemostatică tip JACOBSON, cu brânsele curbate, serate, lungimea 130 mm (+/-10 mm), material inox medical, fara latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator.	Bucată	10	12 622,34

120	Pensă hemostatică tip MICRO-HALSTED	Pensă hemostatică tip MICRO-HALSTED, cu brânșele curbate, serate, lungimea 125 mm (+/-10 mm), material inox medical, fara latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator.	Bucată	10	5 664,84
121	Pensă hemostatică tip RANKIN	Pensă hemostatică tip RANKIN, cu brânșele curbate, serate, lungimea 160 mm (+/-10 mm), material inox medical, fara latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator.	Bucată	10	14 755,92
122	Pensă hemostatică tip ROCHESTER-PEAN	Pensă hemostatică tip ROCHESTER-PEAN, cu brânșele curbate, serate, lungimea 160 mm (+/-10 mm), material inox medical, fara latex, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator.	Bucată	10	6 262,84
123	Pensă pentru prinderea/deprinderea clamei bulldog	Pensa tip labuta de catifea pentru prinderea/deprinderea clamei bulldog si plasarea meselor in pericard. Lungimea instrumentului: 200mm (+/-10mm). (Echivalent codului de referinta: B86780 Delacroix).	Bucată	1	2 000,00
124	Pensă pentru extragerea fragmentelor de calculi	Pensă pentru extragerea fragmentelor de calculi 4Fr WL 550mm (+/-10mm) (Ref.: Richard Wolf 8952.6118)	Bucată	5	20 541,67
125	Pensă Resano 360mm pentru interventii cardiace minim-invazive	Pensa Resano pentru interventii cardiocirurgicale minim-invazive, bransele drepte cu lungimea branselor de 16mm(+/-2mm), latimea branselor de 3mm(+/-1mm). O bransa fixata, a doua bransa-mobila, unica actiune. Lungimea totala a instrumentului: 360mm (+/-10mm). Lungimea de lucru a instrumentului 240mm(+/-10mm). Diametrul 5mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului in limitele 40-48 HRC confirmata prin certificat de la producator. (Echivalent codului de referinta: FC288R Aesculap, MRA-0 Fehling, FL8614.1 Wexler, 38-7824 Geister)	Bucată	1	39 166,67
126	Pensă vasculara DeBekey 200mm pentru prelevarea venei safene	Pensa vasculara tip DeBekey atraumatica. Lungimea instrumentului 190-200mm. Bransele drepte. Latimea branselor de 1,5mm, fine, pentru prindere fiabila. (Echivalent codului de referinta FB412R Aesculap, C10010 Landanger)	Bucată	6	18 000,00
127	Pensă vasculara DeBekey lunga 240mm, bransele 2,0mm pentru tesuturi	Pensa vasculara tip DeBekey atraumatica. Lungimea instrumentului 240mm (+/-10mm). Bransele drepte. Latimea branselor de 2,0mm, fine, pentru prindere fiabila. (Echivalent codului de referinta FB404R Aesculap, C10025 Landanger)	Bucată	4	9 600,00
128	Pensă vasculara DeBekey lunga 240mm, bransele 2,8mm pentru tesuturi	Pensa vasculara tip DeBekey atraumatica. Lungimea instrumentului 240mm (+/-10mm). Bransele drepte. Latimea branselor de 2,7-2,8 mm, fine, pentru prindere fiabila. (Echivalent codului de referinta FB416R Aesculap, C10043 Landanger)	Bucată	4	8 000,00
129	Pensă vasculara DeBekey scurta 195mm pentru tesuturi	Pensa vasculara tip DeBekey atraumatica. Lungimea instrumentului 195mm (+/-10mm). Bransele drepte. Latimea branselor de 3,5mm, fine, pentru prindere fiabila. (Echivalent codului de referinta FB406R Aesculap, C10042 Landanger).	Bucată	8	19 200,00
130	Perforator tip Punch pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a decupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise	Confecționate din plastic, capăt metalic cu două piese taietoare capabile să derondeze o rondelă chiar și din țesut aortic calcificat, diametrul-4,0mm	Bucată	160	44 798,67
131	Perie de curățare pentru endoscop, d-2-3,2mm	Perie specială de curățare a endoscopului, d-2-3,2mm (cu 2 capete lucratoare)	Bucată	1300	48 750,00

132	Perie de curatare pentru endoscop, cu 2 capete diametre 1,6 mm și 3 mm	Perie de curatare pentru endoscop cu 2 capete lucratoare. Lungimea totala 2300mm,deamtru total 1,6mm. Lungimea perii 20mm,deamtru perii 3mm	Bucată	300	7 255,00
133	Perie de curatare pentru endoscop, cu 2 capete diametre 1,8 mm și 5 mm	Perie de curatare pentru endoscop cu 2 capete. Lungimea totala 2300mm,deamtru total 1,8 mm. Lungimea perii 20mm,deamtru perii 5mm	Bucată	300	7 255,00
134	Plasator de tuburi transtoracic intercostal	Plasator de tuburi transtoracic intercostal pentru intervenții cardiace minim-invazive, cu cremaliera. Corpul instrumentului incovoiat. Lungimea instrumentului 240mm (+/-30mm) (Echivalent codului de referinta: DC80420-24 Delacroix, AL1300.1 Wexler, 4004-186 Scanlan, 03-7611 Geister)	Bucată	1	20 000,00
135	Portac cardiochirurgical minim-invaziv 365mm	Portac pentru interventii cardiace minim-invazive, destinata pentru corectie valvulara, bransle inclinate lateal cu unghi de 45grade. Lungimea branselor 15mm (+/-2mm), latimea branselor 1,5mm. Lungimea totala a instrumentului 360mm (+/-10mm). Lungimea de lucru a instrumentului 230mm (+/-5mm). Reutilizabil. Material inox medical, nesteril (Echivalent codului de referinta: FC287R Aesculap, MRA-O Fehling, 38-7824 Geister).	Bucată	1	40 000,00
136	Portac chirurgical (suport pentru ac)	Port ac HEGAR, lungimea 18cm (+/-10mm) , *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	10	3 330,25
137	Portac lung pentru fire la valva Mitrala	Portac tip HEGAR pentru fire 2/0 la valva Mitrala, bransle drepte cu insertie de Tungsten, grosimea branselor de 0,5cm. Lungimea instrumentului 240mm (+/-10mm). Echivalent codului de referinta BM078R, G30250 Landanger	Bucată	4	14 000,00
138	Portac MAYO-HEGAR pentru fir 3/0	Portac, tip MAYO-HEGAR pentru fir 3/0, bransle drepte cu insertie de Tungsten, grosimea branselor de 0,5cm. Lungimea instrumentului 200mm (+/-5mm). Echivalent codului de referinta BM067R Aesculap, G30240 Landanger	Bucată	4	9 600,00
139	Portac MAYO-HEGARm, 200mm	Portac cu clemariera 200mm (+/-10mm), lungimea branșei de clemare 6-7 mm., cu inserții TC. *Reutilizabil, material inox medical.	Bucată	10	2 724,75
140	Portac microchirurgical tip RYDER	Portac microchirurgical tip RYDER, din aliaj de carbon cu wolfram, cu brânșele extra-fine, pentru sutura 6/0-10/0, lungimea 175 mm (+/-5 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.	Bucată	8	25 333,34
141	Portac pentru fir 5/0 230mm	Portac pentru fir 5/0, bransle drepte cu insertie de Tungsten, grosimea branselor 0,4 cm. Lungimea instrumentului 230mm (+/-5mm). (Echivalent codului de referitna BM036R Aesculap, G30154 Landanger)	Bucată	4	12 000,00
142	Portac pentru fire metalice	Portac pentru fire metalice tip Baumgartner, bransle drepte cu insertie de Tungsten, grosimea branselor de 0,5cm lungimea instrumentului 200mm (+/-5mm) Reutilizabil, material inox medical, nesteril. (Echivalent codului de referinta: Aesculap BM112R , KAJ-5 Fehling)	Bucată	2	7 500,00
143	Portac tip DE BAKEY cu inserți de carbon	Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, brânșele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0, lungimea 230 mm (+/-3 mm), nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.	Bucată	4	8 333,34

144	Retractor de retinere pentru interventii cardiace minim-invazive	Retractor de retinere cu 3-4 dinti semi-ascutiti, corp cu articulatie pentru canularea periferica in interventii cardiace minim-invazive. Lungimea instrumentului: 200mm(+/-30mm). Material inox medical, nesteril, reutilizabil. (Echivalent codului de referinta BV094R Aesculap; 30-0740 GEISTER)	Bucată	2	15 000,00
145	Retractor Farabef	Retractor Farabef, are două părți de lucru, îndoite în unghi drept. Dimensiuni: lungimea 210 mm (+/-10mm), Latime 20 mm, inaltimea capetelor 20 mm si 42 mm, indoirea capatului 6 mm. nesteril, reutilizabil, aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.	Bucată	10	2 500,00
146	Retractor fin Zenker	Retractor fin Zenker, cu dimensiunile cârligului de 3x10 mm, lungimea 185 mm (+/-10mm) (Asemanator codului de referinta Geister 30-0153)	Bucată	2	3 924,72
147	Retractor intercostal pentru MICS	Retractor intercostal de retinere cu doua branse mobile. Lungimea de deschidere pana la 170mm (+/-10mm). Latimea retractorului 90mm (+/-5mm). (Echivalent codului de referinta: MRP-1 Fehling). Material inox medical, nesteril, reutilizabil.	Bucată	1	53 333,34
148	Retractor pentru expozitia valvei Aortice in MICS	Retractor destinat pentru expozitia valvei Aortice in interventii cardiace minim-invazive. Lungimea instrumentului 180mm (+/-5mm). Corpul curbat. (Echivalent codului de referinta: MSB-0 Fehling)	Bucată	4	2 666,67
149	Retractor Ragnell-Davis	Retractor Ragnell-Davis, cu două capete de retracție cu dimensiunile cârligului de 8x4 mm și 15x5,5mm, lungimea 140 mm (+/-10mm) (Asemanator codului de referinta Geister 30-0170)	Bucată	2	2 834,87
150	Retractor sternal adaptiv pentru prelevarea arterei mamare	Retractor sternal adaptiv pentru prelevarea artrei mamare. Lungimea corpului de deschidere 140mm (+/-10mm). (Echivalent codului de referinta: FC061R)	Bucată	1	31 000,00
151	Retractor tip ADSON	Retractor tip ADSON, cu dinți 4x4, semi-ascuțit, cu lacăt, lungime 215 mm (+/-10mm), branse semi-mobile. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.	Bucată	10	85 779,17
152	Retractor toracic Finochietto-Infant/Weinberg	Retractor toracic Finochietto-Infant/Weinberg, cu dimensiunile: adâncimea 12mm, lățimea 15mm, desfacerea la 70 mm, lungimea 55 mm (Asemanator codului de referinta Geister 29-0100)	Bucată	1	10 044,68
153	Set lamele accesorii pentru sistemul de abord spinal posterior "Spine Classic" aflat in dotare	Set accesorii pentru abord spinal pentru sistemul de retractor Aesculap aflat in dotare, placate cu aliaj anti-reflecție de culoare neagră constând din: 1. Caspar speculă 75mm, speculă 85mm; lamele mediale pentru retractor - dimensiuni 65mm și 70 mm; lamele laterale de 75mm și 85mm.	set	1	36 666,67
154	Set retractor pentru by-pass aortocoronarian minim-invaziv	Set retractor pentru by-pass aortocoronarian minim-invaziv. Setul destinat cu lame si picioruse toracice adaptive pentru prelevarea arterei mamare si etapa de baza a revascularizarii directe a miocardului. Material otel inoxidabil. (Echivalent codului de referinta FC540R Aesculap, DC82250-99 Delacroix)	Bucată	1	129 166,67
155	Setul de lamele (a retractorului) pentru etapa prelevării arterei mamare	Set din 3 lamele pentru etapa prelevării arterei mamare, lungimea lamelelor de 120mm (+/-10mm) . Adjustarea fiind compatibila pentru retractorul mamar FC061R. (Echivalent codului de referinta; FC062R).	Bucată	1	15 000,00

156	Setul de lamele 30mm (a retractorului) pentru etapa de by-pass aortocoronarian	Set din 2 lame pentru etapa principala a by-passului aorto-coronarian, lungimea lamelor de 100mm (+/-10mm), adancimea 30mm (+/-5mm), setul compatibil cu retractorul FC061R. (Echivalent codului de referinta: FC063R).	Bucată	1	8 000,00
157	Setul de lamele 40mm (a retractorului) pentru etapa de by-pass aortocoronarian	Set din 2 lame pentru etapa principala a by-passului aorto-coronarian, lungimea lamelor de 100mm (+/-10mm), adancimea 40mm (+/-5mm), setul compatibil cu retractorul FC061R. (Echivalent codului de referinta: FC064R).	Bucată	1	8 000,00
158	Sistem de irigație aspirație coaxială, inclusiv manșon, pentru incizia de 2,2mm	Sistem de irigație aspirație coaxială, manșon inclus în set, pentru incizia de 2,2mm, cu port coaxial de 0,3mm, vârf angular 30 grade. Material inox medical, nesteril, reutilizabil, placat cu crom cu grosimea minim 0,2mm, obligatoriu ambalaj individual cu sigiliu pentru prima deschidere.	Bucată	4	43 092,00
159	Specul nazal tip KILLIAN-STRUYCKEN(mare)	Specul nazal tip KILLIAN-STRUYCKEN, lungimea totala 13,5 cm (+/-10mm), lungimea de lamei 55mm, inox medical reutilizabil, model standard	Bucată	5	2 083,80
160	Specul nazal tip KILLIAN(mic)	Specul nazal tip KILLIAN, lungimea totala 130 mm (+/-10mm), lungimea de lamei 3,5mm, inox medical reutilizabil	Bucată	5	1 071,71
161	Stabilizator miocardial lamă pentru MIDCAB, angular 90grade	Stabilizator miocardial lamă, angular 90grade, fenestrat, diametru 8,0mm, conexiune cu stabilizator miocardial mâner. Otel inoxidabil, nesteril, reutilizabil.	Bucată	1	6 916,67
162	Stabilizator miocardial mâner pentru MIDCAB	Stabilizator miocardial mâner, lungime totală 300mm(+/-5mm). Diametru 8,0mm, conexiune design bilă de marimea 6,2mm, compatibil cu lama. Otel inoxidabil, nesteril, reutilizabil. (Echivalent codului de referinta: MTI-1 Fehling).	Bucată	1	22 500,00
163	Stilet butonat	Stilet butonat 2mm, L- 145mm (+/-10mm). seamana cu o sarma prevazuta cu un buton la capat, si cu o ureche ovala la cealalta extremitate Se utilizeaza pentru explorarea fistulelor si efectuarea tamponarilor.	Bucată	20	300,00
164	Teacă externă pentru nefroscop	Teaca 24Fr compatibil cu Nefroscopul R. Wolf 24Fr, existent. Cod de referință: 8965.041 sau echivalentul	Bucată	2	29 400,00
165	Teacă externă pentru resectoscop	Teaca externa pentru resectoscop 26 Charr. Dublu flux de irigare, blocare cu eliberare rapida, pentru utilizare cu teaca interioara rotativa KARL STORZ, 27050CA	Bucată	1	5 911,26
166	Teacă externă rezectoscop	Teaca externă, 26 Fr, compatibilă cu rezectoscopul Shark (Richard Wolf) aflat în dotarea instituției. Lungime 189 mm (+/-10mm) , capăt distal drept; pentru telescop de 4 mm. Autoclavabil, Cod de referință: 8675426 sau echivalentul	Bucată	1	8 685,00
167	Teacă interioară	Teacă interioară, rotativă, cu izolație ceramică și utilizată cu teacă 27050SC exterioară a resectoscopului KARL STORZ.	Bucată	6	83 813,55
168	Teacă internă rezectoscop	Teacă internă compatibil cu rezectoscopul Shark, aflat în dotarea instituției; Ø 24 Fr, cod de culoare: galben; lungime: 205 (+/-10mm)mm; rotativ; cu irigare continuă; capăt distal oblic, ceramic și cu telescoapele de 4 mm, 0°, 12°, 30° aflate în dotarea instituției. Conector tip clic. Autoclavabilă. Compatibil cu R. Wolf, Cod de referință: 8675324 sau echivalentul	Bucată	2	34 740,00

169	Teacă pentru nefroscop/Amplatz	Amplatz 24,3Fr (compatibil cu Nefroscopul R. Wolf 24Fr), lungimea de lucru 150 mm (+/-10mm), Cod de referință: 8964.041 sau echivalentul	Bucată	1	7 600,00
170	Telescop oblic de tip HOPKINS	Telescop oblic de tip HOPKINS, 30°, diametru 4 mm, lungime 30 cm (+/-10mm), autoclavabil, transmisie luminii cu fibră optică încorporată, lentile de safir. Pentru resctoscopul KARL STORZ.	Bucată	2	95 523,92
171	Tub de aspirație - colectare Baylor, 4mm	Tub pentru aspirație - colectare Baylor pediatric Southhampton, cu vârf detașabil de 4 mm , unghi de 90°, (Asemanator codului de referinta Geister 18-0305)	Bucată	2	10 525,95
172	Tub de aspirație - colectare Baylor, 5 mm	Tub pentru aspirație - colectare Baylor pediatric Southhampton, cu vârf detașabil de 5 mm , unghi de 90°, (Asemanator codului de referinta Geister 18-0300)	Bucată	2	11 271,15
173	Tub de aspiratie curbat 330mm pentru interventii cardiace minim-invazive	Tub de aspiratie DeBakey pentru interventii cardiace minim-invazive. Corpul instrumentului curbat, cu lungimea 330mm (+/-20mm). Diametrul tubului: 3mm. (Echivalent codului de referinta: DC71330-03, MNO-8 Fehling).	Bucată	1	3 166,67
174	Tub pentru aspirație pediatric Southhampton	Tub pentru aspirație pediatric Southhampton, tub pentru aspirație pediatric extra delicat cu vârf de 3 mm cu 4 părți deschise Lungimea instrumentului 195 mm (+/-5cm), (Asemanator codului de referinta Geister 18-0189)	Bucată	2	20 834,55
175	Tunelizator	Tunelizator Allenberg, curbat, 540mm (+/-10mm), mânăre cu clichet, nesteril, reutilizabil, material inox medical.	Bucată	3	9 082,50
176	Vent ventricular Ross	Vent ventricular Ross, pentru infanți 1/8", (Asemanator codului de referinta Geister 18-4522)	Bucată	2	19 002,60

2 973 780,55

Valoarea estimativă: 2 973 780,55 lei fără TVA

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, ect. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa. Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:	DA

		- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei. NOTĂ: Prezentarea mostrelor de produs în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice ofertate, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini). Mostrele de produs vor reprezenta exact produsul final care urmează să facă obiectul viitorului contract. Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice ofertate vor fi determinate în cumul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare clinică”, relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin scrisorile beneficiarilor finali, ce vor fi considerate drept probe. Corespunderea Mostrelor de produs se apreciază potrivit formulei „corespunde/nu corespunde”, iar fiind selectată metoda de „testare de laborator” relatarea oficială asupra rezultatelor testării, are loc prin raportul de testare, ce va fi considerat drept probă. Scopul mostrelor de produs nu este numai de a fi comparate cu specificațiile tehnice ofertate și cerințele caietului de sarcini, ci și de a fi păstrate pentru comparare cu produsele care vor fi livrate de către ofertantul câștigător, după caz.	
3	Modul de elaborare a Specificației de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2 % din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul	DA

		Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor	
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; . Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.	DA

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE

Cerințe de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA

11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
12	Prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului. Notă: Neprezentarea Eșantioane (mostre) va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model. Mostrele necorespunzătoare generează declararea ofertei ca fiind neconformă.	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 12 luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Dovada înregistrării dispozitivului oferit în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale. Pentru loturile ce nu au statut de dispozitiv medical se vor accepta echipamentele electrice și electronice - Cerințe pentru echipamentele electrice și electronice (care nu sunt dispozitive medicale). Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit.	DA
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
21	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului:	DA

		Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" <u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</u>	
--	--	---	--

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
 Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore.

Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.001%, 3 runde).
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică
22. Ofertele se prezintă: în lei.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA RSAP MTender
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis la publicare la data de 21.11.2024
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 22.11.2024
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| Sistemul de comenzi electronice | - |
| Facturarea electronică | Se va utiliza |
| Plățile electronice | Se va utiliza |
39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG