

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară 3)

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.gov.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:
*documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):
autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV 33100000-1

Nr. Lot	Denumire Lot	unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă		Valoarea estimativă fără TVA a analizatorului	Valoarea estimată totală pentru 4 ani (inclusiv dispozitive, reagenți, consumabile etc.)	
1	Analizator ion-selectiv Na, K, Ca++, Cl-	bucată	1	Analizator ion-selectiv Na, K, Ca++, Cl-		32 000	967 200,00	
Descriere				Analizatoarele de electroliți testează unul sau mai mulți electroliți folosind electrozi iono-selectivi.				
Parametrul				Specificația				
Tip probă				Ser				
				Urină				
				Plasmă				
				Sânge integru				
Tip analize				Na				
				K				
				Ca++				
				Cl-				
Spălare automată				Obligatoriu				
Display				LCD sau LED				
Imprimantă termică				Obligatoriu				
Data management				Obligatoriu				
Interfața PC				Obligatoriu				
Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare				≥ 50 analize (pentru instruire / testare)				
Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării				≥ 6 luni				
Note:								
Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare								
Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.								
Furnizorul va asigura:								
Instruirea personalului.								
Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe o perioadă a contractului cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare).								

				Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioadă a contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă). Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă a contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calității ori de câte ori este necesar în conformitate cu recomandările producătorului Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului. Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.														
2	Analizator semi-automat, de urină cu măsurare continue	bucată	2	<table><tr><td colspan="2">Analizator semi-automat, de urină cu măsurare continue</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice ale urinei, care determină prezența anumitor substanțe și estimează concentrațiile lor într-o probă de urină cu încărcare continuă.</td></tr><tr><td>Parametrul</td><td>Specificația</td></tr><tr><td>Productivitate în regim normal:</td><td>≥ 500 teste/oră</td></tr><tr><td rowspan="3">Teste chimice:</td><td>Bilirubin</td></tr><tr><td>Sânge (hematii)</td></tr><tr><td>Glucoză</td></tr></table>	Analizator semi-automat, de urină cu măsurare continue		Descriere	Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice ale urinei, care determină prezența anumitor substanțe și estimează concentrațiile lor într-o probă de urină cu încărcare continuă.	Parametrul	Specificația	Productivitate în regim normal:	≥ 500 teste/oră	Teste chimice:	Bilirubin	Sânge (hematii)	Glucoză	74 000,00	454 600,00
Analizator semi-automat, de urină cu măsurare continue																		
Descriere	Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice ale urinei, care determină prezența anumitor substanțe și estimează concentrațiile lor într-o probă de urină cu încărcare continuă.																	
Parametrul	Specificația																	
Productivitate în regim normal:	≥ 500 teste/oră																	
Teste chimice:	Bilirubin																	
	Sânge (hematii)																	
	Glucoză																	

					Corpi cetonici			
					Esterază leucocitară (Leucocite)			
					Nitrați			
					pH			
					Proteine			
					Greutatea specifică			
					Urobilinogen			
					Albumina			
					Creatina			
					culoare, claritate, Opțional			
					Rezultate calculate automat			
				Unități de măsură	convenționale, SI			
				Programare probe	manuală, coduri de bare sau descărcate de la LIS			
				Calibrare	automata			
				Cititor de coduri de bare	Obligatoriu			
				Timpul de măsurare a tuturor parametrilor	constituie în sumă ≤ 70 secunde			
				Interfață LIS	Unidirecțională			
				Memorie internă	≥ 1000 rezultate/măsurări			
				Monitor	LCD sau LED			
				Imprimantă termică	Obligatoriu			
				Alimentarea	220 V, 50 Hz			
				Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare	≥ 50 analize (pentru testare/instruire)			
				Note:				
				Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare				
				Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.				
				Furnizorul va asigura:				
				Instruirea personalului.				

				Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe o perioadă a contractului cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioadă a contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă). Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă a contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calității ori de câte ori este necesar în conformitate cu recomandările producătorului Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bu1nei funcționării pe întreaga perioada a contractului. Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.												
3	Analizator semi-automat de urină,sediment urinar	bucată	1	<table><tr><td colspan="2">Analizator semi-automat de urină, sediment</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizelor microscopice într-o probă de urină.</td></tr><tr><td>Parametrul</td><td>Specificația</td></tr><tr><td>Productivitate în regim normal:</td><td>≥ 50 teste/oră</td></tr><tr><td>Teste microscopice:</td><td>RBC (Red Blood Cells)</td></tr></table>	Analizator semi-automat de urină, sediment		Descriere	Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizelor microscopice într-o probă de urină.	Parametrul	Specificația	Productivitate în regim normal:	≥ 50 teste/oră	Teste microscopice:	RBC (Red Blood Cells)	123500	393 260,00
Analizator semi-automat de urină, sediment																
Descriere	Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizelor microscopice într-o probă de urină.															
Parametrul	Specificația															
Productivitate în regim normal:	≥ 50 teste/oră															
Teste microscopice:	RBC (Red Blood Cells)															

					WBC (White Blood Cells)			
					WBCc (WBC Clumps)			
					HYA (Hyaline Casts)			
					SQEP (Squamous Epithelial Cells)			
					NSE (Non-Squamous Epithelial Cells)			
					PAT (Pathological Casts)			
					BACT (Bacteria)			
					SPRM (Sperm)			
					MUC (Mucus)			
					CRY (Crystals)			
					YEA (Yeast)			
				Unități de măsură	convenționale, SI			
				Programare probe	manuală, coduri de bare sau descărcate de la LIS			
				Calibrare	automata			
				Cititor de coduri de bare	Obligatoriu			
				Timpul de măsurare a tuturor parametrilor	constituie în sumă ≤ 70 secunde			
				Interfață LIS	unidirecțională			

				Memorie internă Monitor Imprimantă Alimentarea Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare Note: Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Instruirea personalului. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe perioada contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioada contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator). Toate consumabilele necesare gratuite pe perioada contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calității ori de câte ori este necesar în conformitate cu recomandările producătorului. Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).			
				≥ 1000 rezultate/măsurări LCD sau LED termică încorporată / externă 220 V, 50 Hz ≥ 50 analize (pentru testare/instruire)			

				Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului. Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă a contractului.																							
4	Analizator imunologic portativ	bucată	1	Descriere Analizator imunologic pentru detectarea cantitativa in vitro a biomarkerilor pentru Diabet zaharat, Infecții, Boli Cardiovasculare, Hormoni, Boli Gastrice, Boli Renale, Oncologii, destinat analizei componente-i sanguine, urina. <table><tr><th>Parametrul</th><th>Specificația</th></tr><tr><td colspan="2">Metode imunologică cu fluorescență</td></tr><tr><td rowspan="12">Parametri măsurați și raportați (Determinarea cantitativă a rezultatelor)</td><td>HbA1C Hemoglobina glicolizată</td></tr><tr><td>TSH Hormonul de stimulare tiroidiană</td></tr><tr><td>TT3 Triiodotironin</td></tr><tr><td>TT4 Tiroxina</td></tr><tr><td>CRP Proteina C reactivă</td></tr><tr><td>Myo - Mioglobina</td></tr><tr><td>cTnl -Troponina cardiacă I</td></tr><tr><td>CK-MB- Creatinkinaza MB</td></tr><tr><td>Test pentru determinarea D-Dimer</td></tr><tr><td>Test pentru determinarea PSA</td></tr><tr><td>Vitamina D</td></tr><tr><td>Alte teste (să se indice)</td></tr><tr><td colspan="2">Control al calității pentru fiecare test</td></tr><tr><td colspan="2">Ecran LCD touch screen</td></tr></table>	Parametrul	Specificația	Metode imunologică cu fluorescență		Parametri măsurați și raportați (Determinarea cantitativă a rezultatelor)	HbA1C Hemoglobina glicolizată	TSH Hormonul de stimulare tiroidiană	TT3 Triiodotironin	TT4 Tiroxina	CRP Proteina C reactivă	Myo - Mioglobina	cTnl -Troponina cardiacă I	CK-MB- Creatinkinaza MB	Test pentru determinarea D-Dimer	Test pentru determinarea PSA	Vitamina D	Alte teste (să se indice)	Control al calității pentru fiecare test		Ecran LCD touch screen		27 610,92	251 860,92
Parametrul		Specificația																									
Metode imunologică cu fluorescență																											
Parametri măsurați și raportați (Determinarea cantitativă a rezultatelor)		HbA1C Hemoglobina glicolizată																									
		TSH Hormonul de stimulare tiroidiană																									
		TT3 Triiodotironin																									
		TT4 Tiroxina																									
		CRP Proteina C reactivă																									
		Myo - Mioglobina																									
		cTnl -Troponina cardiacă I																									
		CK-MB- Creatinkinaza MB																									
		Test pentru determinarea D-Dimer																									
		Test pentru determinarea PSA																									
		Vitamina D																									
		Alte teste (să se indice)																									
Control al calității pentru fiecare test																											
Ecran LCD touch screen																											

				Reactivi/Teste identificați prin cod de bare sau alte mijloace electronice de identificare, cu specificarea lotului și a datei de expirare.		
				Posibilitatea de conectare la internet		
				Posibilitatea de căutare pacient după dată sau după numărul de ordine		
				Alarme audio și vizuale		
				Stocare rezultate: ≥ 5000		
				Imprimantă termică încorporată sau detașabilă		
				Port USB pentru transmiterea datelor		
				Alimentare: Baterie reîncărcabilă		
				Încărcător de la rețea 220V, 50Hz		
				Limba de comunicare: engleză, română		
				Note:		
				Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare		
				Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.		
				Furnizorul va asigura:		
				Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.		
				Instruirea personalului.		
				Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe perioadă contractului.		
				Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioada contractului.		
				Toate consumabilele necesare gratuite pe perioada contractului, dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.		
				Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.		
				Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.		
				Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.		
				Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.		

				Operatorul Economic va include în prețel dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada a contractului.				
5	Analizator ion-selectiv Na, K	bucată	1	Analizator ion-selectiv Na, K		43200	323424	
Descriere				Analizatoarele de electroliți testează unul sau mai multi electroliți folosind electrozi iono-selectivi.				
Parametrul				Specificația				
Tip probă				Ser				
				Urină				
				Plasmă				
				Sânge integru				
Tip analize				Na				
				K				
Spălare automată				Obligatoriu				
Display				LCD sau LED				
Imprimantă termică				Obligatoriu				
Data management				Obligatoriu				
Interfața PC				Obligatoriu				
Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru				≥ 50 analize (pentru instruire / testare)				

				efectuarea analizelor și buna funcționare			
				Perioada de valabilitate a reagenților din momentul livrării	≥ 6 luni		
				Note:			
				Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare			
				Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.			
				Furnizorul va asigura:			
				Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.			
				Instruirea personalului.			
				Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe o perioadă contractului cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare).			
				Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioadă contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă).			
				Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.			
				Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.			
				Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.			
				Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.			
				Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.			
				Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:			
				Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.			
				Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).			
				Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioadă a contractului.			
				Sistemul de filtrare (stație purificare apă) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului.			
				UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatorilor necesare pe toată perioada contractului.			

				Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare.				
				Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.				
				Remarcă pentru cerințele: „Calculator (PC), monitor extern, tastatură și mouse, sistem de filtrare a apei.” În cazul analizatoarelor care dispun de interfață integrată cu ecran tactil color complet funcțional, care utilizează reactivi speciali (ex. soluție salină proprietară) și care nu necesită alimentare cu apă sau filtrare externă, această cerințe se consideră neaplicabile.				
				Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.				
6	Analizator biochimic, automat 100 teste	bucată	1	Analizator biochimic, automat 100 teste		180 800	416 640,00	
Descriere				Analizator automat destinat analizelor biochimice.				
Parametrul				Specificația				
Sistem analitic				automat cu calculator integrat sau exterior (procesor, monitor, tastatura + mouse)				
Tip de lucru				continuu				
Tip sistem				randoom acces				
Capacitatea (teste/oră)				≥ 100 (teste fotometrice, fără modulul ISE)				
Posibilitatea efectuării analizelor urgente				obligatoriu				
Tipul dispozitivului				staționar				
Tip probă				Ser și plasmă				
				urină				
				sânge integru / hemolizat				
				CSF (lichid cefalo-rahidian)				
Tip diluare				automat				
Sistem de spălare total automat (ac, sistem de dozare)				obligatoriu				
Program control al calității		obligatoriu						
Compartiment reactivi		cu răcire						

				Rotor cu cuve pentru reacție cu încălzire cu termostat la 37 °C		
				Rotor cu cuve pentru reacție de tip reutilizabil sau de unică folosință obligatoriu, (indicați ciclurile posibile de reutilizare)		
				Regimuri de măsurare	Cinetic	
					Mono și bi-cromatic	
					Imunoturbidimetric (Turbidity)	
				Controlul cantității de reagent rămas		
				Semnalizare lipsă reagent și probă		
				Sistemul de dozare Reagenții	Utilizarea a minim 2 metode: mono și bireagent	
					Volumul reagentului programabil cu pasul 1 μl	
					Cu senzor de obstacol	
				Alimentarea	220 V, 50 Hz	
				Note:		
				Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare		
				Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.		
				Furnizorul va asigura:		
				Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.		
				Instruirea personalului.		
				Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare).		
				Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă).		

				Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare. Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada contractului. Sistemul de filtrare (stație purificare apă) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului. UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatorilor necesare pe toată perioada contractului. Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.		
--	--	--	--	---	--	--

7	Analizator imunologic automat, 100 teste	bucată	1	Analizator imunologic automat, 100 teste		125 008	674 008
				Descriere	Analizator automat care utilizează tehnici imunologice care implică interacțiunea unui anticorp cu un antigen și hapten.		
				Parametru	Specificație		
				Sistem analitic	Calculator integrat sau extern, monitor, tastatura, mouse		
				Tip sistem	complet automat, acces direct (random acces)		
				Tip probă	urină		
					ser		
					plasmă		
					sânge integru		
				Metoda	sensibilitate și specificitate ridicată (ex. chemiluminiscență sau tehnologie echivalentă/superioară)		
				Capacitate de lucru	≥ 100 probe/oră		
				Posibilitatea integrării într-un sistem informațional centralizat (LIS bidirecțional)	Obligatory		
				Posibilitatea de a face o analiză la alegere (STAT)	Obligatory		
				Tip încărcare reactivi/probe	Continuu (fără a întrerupe procesul)		
				Compartimentul de stocare reactivi	Cu răcire		
				Cititor de coduri de bare pentru probe și reactivi	Obligatory		
				Detecție automată a erorilor și întreținere asistată	Obligatory		
				Detectarea nivelului probei și reagentului, cheagurilor și bulelor din probe	Obligatory		
				Program control al calității	Obligatory		
				Tip diluare	Automat		
				Calibrare	Automat		
				Tip reactivi	lichizi		
				Număr probe pe bord	≥40		

				Număr reagenți pe bord	≥25		
				Interfață PC	Obligativ		
				Limba de comunicare	Rom/Rus		
				Soft necesar pentru PC inclus cu cheie de acces, licență cu un termen nelimitat de utilizare	Obligativ		
				Sistem de spălare total automat	Obligativ		
				Posibilitatea de a imprima rezultatele	Obligativ		
				Alimentarea	220 V, 50 Hz		
				Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare	≥ 50 analize (pentru testare/instruire)		
				Accesorii livrate cu dispozitivul	Ghidul utilizatorului în romana/rusă		
					Sistem analitic (Calculator, monitor, tastatura, mouse)		
					Imprimantă		
					Cititor coduri de bare		
					UPS minim 1000 VA		
				Note:			
				Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare			
				Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.			
				Furnizorul va asigura:			
				Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.			
				Instruirea personalului.			

				Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare).			
				Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă).			
				Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.			
				Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.			
				Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.			
				Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.			
				Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj.			
				Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:			
				Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.			
				Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).			
				Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioadă a contractului.			
				Sistemul de filtrare (stație purificare apă) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului.			
				UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatorilor necesare pe toată perioada contractului.			
				Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare.			
				Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.			
				Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului.			
				Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă contractului.			
8	Analizator hematologic automat (5 diff)	bucată	1	Analizator hematologic automat (5 diff)	112 286,62	502 885,34	

				Descriere Analizator hematologic automat (5 diff) destinat analizei componentei sanguine.		
				Parametrul Specificația		
				optică (5 diff)		
				Procedura de curățire automată		
				Parametri determinați și calculați: WBC RBC Hgb Hct MCV MCH MCHC PLT LYM# LYM% NEU# NEU% BAS# BAS% MON# MON% EOS# EOS% RDW PDW MPV PCT		
				Capacitate (probe/oră) ≥ 60		
				Diluarea automată		
				Afișaj grafic, ecran tactil color		

				Imprimantă	obligatoriu		
				Introducerea datelor	manual		
				Interfața PC	obligatoriu		
				Afișarea histogramelor	obligatoriu		
				Stocarea datelor	obligatoriu		
				Calibrarea	automată, manuală		
				Grafice	RBC (repartizarea eritrocitelor după volum)		
					PLT (repartizarea trombocitelor după volum)		
				Scatergrame	WBC - 5 diff		
				Afișarea pe ecran a tuturor datelor	histograme		
					rezultate		
					rezultate din arhivă		
					date de servis		
				Monitorizarea datelor pacientului	nume pacient		
					ID pacient		
					sex		
					vârsta		
				Monitorizarea reactivelor	numărul lotului		
					data expirării		
					volumul rămas		
				Afișarea rezultatelor pe imprimantă	Parametri determinați și calculați		
					histograme pe parametri de bază- RBC, WBC, PLT		
					date despre pacient		
				Indicatori de avertizare	obligatoriu		
				Control al calității	≥ 3 nivele		

					Construirea tabelelor și graficelor Levey-Janings		
				Memorie internă	≥ 1000 pacienți		
				Limba de comunicare	rom/rus		
				Alimentarea	220 V, 50 Hz		
				Accesorii	Vas pentru deșeuri		
					tuburi pentru reagenți		
					tuburi pentru spălare		
				Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare	≥ 50 analize (pentru testare/instruire)		
				Sa fie incluse eprubete 2,5 ml cu anti-coagulant, pentru colectarea sângelui integru, compatibile cu analizorul oferit	≥ 50 eprubete (pentru testare/instruire)		
				Note:			
				Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare			
				Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.			
				Furnizorul va asigura:			
				Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.			
				Instruirea personalului.			
				Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe o perioadă contractului cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare).			
				Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioadă contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă).			

				Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare. Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioadă a contractului. Sistemul de filtrare (stație purificare apă) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului. UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatorilor necesare pe toată perioada contractului. Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. Remarcă pentru cerințele: „Calculator (PC), monitor extern, tastatură și mouse, sistem de filtrare a apei.” În cazul analizatoarelor care dispun de interfață integrată cu ecran tactil color complet funcțional, care utilizează reactivi speciali (ex. soluție salină proprietară) și care nu necesită alimentare cu apă sau filtrare externă, această cerințe se consideră neaplicabile. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă contractului.		
--	--	--	--	--	--	--

9	Analizator biochimic automat, 300 teste	bucată	1	Analizator biochimic automat, 300 teste		260283	933083
				Descriere	Analizator automat destinat analizelor biochimice.		
				Parametrul	Specificația		
				Sistem analitic	automat cu calculator integrat sau exterior (procesor, monitor, tastatura + mouse)		
				Tip de lucru	continuu		
				Tip sistem	random acces		
				Capacitatea (teste/oră)	≥ 300 (teste fotometrice, fără modulul ISE)		
				Posibilitatea efectuării analizelor urgente	obligatoriu		
				Tipul dispozitivului	staționar		
				Tip probă	Ser și plasmă		
					urină		
					sânge integru / hemolizat		
					CSF (lichid cefalo-rahidian)		
				Tip diluare	automat		
				Sistem de spălare total automat	obligatoriu		
				Program control al calității	obligatoriu		
				Compartiment reactivi	cu răcire		
				Rotor cu cuve pentru reacție	cu încălzire la 37 °C		
					tip reutilizabil, (indicați ciclurile posibile de reutilizare)		
				Sistem fotometric	cu sursă de lumina LED/Halogen		
					cu minim 12 lungimi de undă în intervalul 340-800 nm		
				Regimuri de măsurare	Cinetic		
					Mono și bi-cromatic		
					Imunoturbidimetrc (Turbidity)		
				Controlul cantității de reagent rămas	obligatoriu		

				<table><tr><td>Semnalizare lipsă reagent și probă</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td rowspan="3">Sistemul de dozare</td><td>Utilizarea a minim 2 metode: mono și bireagent</td></tr><tr><td>Volumul reagentului programabil cu pasul 1 µl</td></tr><tr><td>Cu senzor de obstacol</td></tr><tr><td>Detectia automata a cheagurilor de sânge</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Conectare LIS</td><td>Bi-direcțional</td></tr><tr><td>Alimentarea</td><td>220 V, 50 Hz</td></tr><tr><td colspan="2">Note:</td></tr><tr><td colspan="2">Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare.</td></tr><tr><td colspan="2">Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.</td></tr><tr><td colspan="2">Furnizorul va asigura:</td></tr><tr><td colspan="2">Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.</td></tr><tr><td colspan="2">Instruirea personalului.</td></tr><tr><td colspan="2">Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare).</td></tr><tr><td colspan="2">Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă).</td></tr><tr><td colspan="2">Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.</td></tr><tr><td colspan="2">Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.</td></tr><tr><td colspan="2">Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.</td></tr><tr><td colspan="2">Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.</td></tr></table>	Semnalizare lipsă reagent și probă	obligatoriu	Sistemul de dozare	Utilizarea a minim 2 metode: mono și bireagent	Volumul reagentului programabil cu pasul 1 µl	Cu senzor de obstacol	Detectia automata a cheagurilor de sânge	obligatoriu	Conectare LIS	Bi-direcțional	Alimentarea	220 V, 50 Hz	Note:		Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare.		Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.		Furnizorul va asigura:		Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.		Instruirea personalului.		Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare).		Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă).		Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.		Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.		Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.		Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.			
Semnalizare lipsă reagent și probă	obligatoriu																																									
Sistemul de dozare	Utilizarea a minim 2 metode: mono și bireagent																																									
	Volumul reagentului programabil cu pasul 1 µl																																									
	Cu senzor de obstacol																																									
Detectia automata a cheagurilor de sânge	obligatoriu																																									
Conectare LIS	Bi-direcțional																																									
Alimentarea	220 V, 50 Hz																																									
Note:																																										
Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare.																																										
Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.																																										
Furnizorul va asigura:																																										
Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.																																										
Instruirea personalului.																																										
Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare).																																										
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă).																																										
Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.																																										
Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.																																										
Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului.																																										
Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.																																										

				Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului. Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului. UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatele necesare pe toata perioada contractului. Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.															
10	Analizator de glicohemoglob ină	bucată	1	<table><tr><th colspan="2">Analizator de glicohemoglobină</th></tr><tr><td>Descriere</td><td>Acest grup de produse include analizatorii glicohemoglobinei (GHb), care depistează hemoglobina glicolizată la pacienți cu diabet zaharat.</td></tr><tr><td>Parametrul</td><td>Specificația</td></tr><tr><td rowspan="3">Teste</td><td>Hemoglobina A2</td></tr><tr><td>Hemoglobina A1c</td></tr><tr><td>Hemoglobina totală</td></tr><tr><td rowspan="2">Reagenți</td><td>Refrigerati</td></tr><tr><td>Livrați de producător</td></tr></table>	Analizator de glicohemoglobină		Descriere	Acest grup de produse include analizatorii glicohemoglobinei (GHb), care depistează hemoglobina glicolizată la pacienți cu diabet zaharat.	Parametrul	Specificația	Teste	Hemoglobina A2	Hemoglobina A1c	Hemoglobina totală	Reagenți	Refrigerati	Livrați de producător	30000	97200
Analizator de glicohemoglobină																			
Descriere	Acest grup de produse include analizatorii glicohemoglobinei (GHb), care depistează hemoglobina glicolizată la pacienți cu diabet zaharat.																		
Parametrul	Specificația																		
Teste	Hemoglobina A2																		
	Hemoglobina A1c																		
	Hemoglobina totală																		
Reagenți	Refrigerati																		
	Livrați de producător																		

			<table><tr><td>Tip probă</td><td>Sânge total, diluat, hemolizat, capilar, heparină</td></tr><tr><td colspan="2">Note:</td></tr><tr><td colspan="2">Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare</td></tr><tr><td colspan="2">Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.</td></tr><tr><td colspan="2">Furnizorul va asigura:</td></tr><tr><td colspan="2">Instruirea personalului.</td></tr><tr><td colspan="2">Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe o perioadă contractului cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare).</td></tr><tr><td colspan="2">Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioadă a contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă).</td></tr><tr><td colspan="2">Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă a contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.</td></tr><tr><td colspan="2">Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.</td></tr><tr><td colspan="2">Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada.</td></tr><tr><td colspan="2">Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.</td></tr><tr><td colspan="2">Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.</td></tr><tr><td colspan="2">Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:</td></tr><tr><td colspan="2">Efectuarea controlului calității ori de câte ori este necesar în conformitate cu recomandările producătorului</td></tr><tr><td colspan="2">Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).</td></tr><tr><td colspan="2">Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului.</td></tr><tr><td colspan="2">Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare.</td></tr><tr><td colspan="2">Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.</td></tr></table>	Tip probă	Sânge total, diluat, hemolizat, capilar, heparină	Note:		Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare		Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.		Furnizorul va asigura:		Instruirea personalului.		Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe o perioadă contractului cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare).		Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioadă a contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă).		Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă a contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.		Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.		Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada.		Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.		Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.		Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:		Efectuarea controlului calității ori de câte ori este necesar în conformitate cu recomandările producătorului		Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).		Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului.		Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare.		Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.			
Tip probă	Sânge total, diluat, hemolizat, capilar, heparină																																										
Note:																																											
Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare																																											
Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.																																											
Furnizorul va asigura:																																											
Instruirea personalului.																																											
Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe o perioadă contractului cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare).																																											
Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioadă a contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă).																																											
Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă a contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.																																											
Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.																																											
Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada.																																											
Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate.																																											
Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.																																											
Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând:																																											
Efectuarea controlului calității ori de câte ori este necesar în conformitate cu recomandările producătorului																																											
Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).																																											
Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada a contractului.																																											
Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare.																																											
Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.																																											

				Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada.																																						
11	Analizator pentru determinarea VSH cu 40 poziții (canale)	bucată	1	<table><tr><td colspan="2">Analizator automat pentru determinarea VSH cu 40 poziții (canale)</td></tr><tr><td>Descriere</td><td>Analizatorul automat pentru determinarea VSH este un dispozitiv de laborator destinat măsurării automate și rapide a vitezei de sedimentare a hematiilor în sânge.</td></tr><tr><td>Parametrul</td><td>Specificația</td></tr><tr><td>Productivitatea</td><td>≥ 40 teste / oră</td></tr><tr><td>Termostat încorporat sau corecție automată de temperatură</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Timpul de execuție a testului</td><td>≤ 30 min.</td></tr><tr><td>Efectuarea testului din eprubeta primara</td><td>pentru analiza generala de sânge</td></tr><tr><td>Posibilitatea conectării la sistemul informațional</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Identificarea pacienților prin cititor de cod de bare</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>QC pe bord cu curbe Levey-Jennings</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Afișaj</td><td>LED / LCD</td></tr><tr><td>Tip citire</td><td>Citire automată cu interpretare</td></tr><tr><td>Imprimantă termică</td><td>obligatoriu</td></tr><tr><td>Alimentarea</td><td>220 V, 50 Hz</td></tr><tr><td>Hârtie termică</td><td>10 buc.</td></tr><tr><td>Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare</td><td>≥ 50 analize (pentru testare/instruire)</td></tr><tr><td colspan="2">Note:</td></tr><tr><td colspan="2">Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare</td></tr></table>	Analizator automat pentru determinarea VSH cu 40 poziții (canale)		Descriere	Analizatorul automat pentru determinarea VSH este un dispozitiv de laborator destinat măsurării automate și rapide a vitezei de sedimentare a hematiilor în sânge.	Parametrul	Specificația	Productivitatea	≥ 40 teste / oră	Termostat încorporat sau corecție automată de temperatură	obligatoriu	Timpul de execuție a testului	≤ 30 min.	Efectuarea testului din eprubeta primara	pentru analiza generala de sânge	Posibilitatea conectării la sistemul informațional	obligatoriu	Identificarea pacienților prin cititor de cod de bare	obligatoriu	QC pe bord cu curbe Levey-Jennings	obligatoriu	Afișaj	LED / LCD	Tip citire	Citire automată cu interpretare	Imprimantă termică	obligatoriu	Alimentarea	220 V, 50 Hz	Hârtie termică	10 buc.	Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare	≥ 50 analize (pentru testare/instruire)	Note:		Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare		29000	151160
Analizator automat pentru determinarea VSH cu 40 poziții (canale)																																										
Descriere	Analizatorul automat pentru determinarea VSH este un dispozitiv de laborator destinat măsurării automate și rapide a vitezei de sedimentare a hematiilor în sânge.																																									
Parametrul	Specificația																																									
Productivitatea	≥ 40 teste / oră																																									
Termostat încorporat sau corecție automată de temperatură	obligatoriu																																									
Timpul de execuție a testului	≤ 30 min.																																									
Efectuarea testului din eprubeta primara	pentru analiza generala de sânge																																									
Posibilitatea conectării la sistemul informațional	obligatoriu																																									
Identificarea pacienților prin cititor de cod de bare	obligatoriu																																									
QC pe bord cu curbe Levey-Jennings	obligatoriu																																									
Afișaj	LED / LCD																																									
Tip citire	Citire automată cu interpretare																																									
Imprimantă termică	obligatoriu																																									
Alimentarea	220 V, 50 Hz																																									
Hârtie termică	10 buc.																																									
Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare	≥ 50 analize (pentru testare/instruire)																																									
Note:																																										
Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare																																										

				Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Instruirea personalului. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe o perioadă contractului cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe perioada contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă). Toate consumabilele necesare gratuite pe perioada contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calității ori de câte ori este necesar în conformitate cu recomandările producătorului Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioadă a contractului. Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă contractului.		
--	--	--	--	--	--	--

12	Analizator biochimic automat, 400 teste	bucată	1	<table><tr><td>Descriere</td><td colspan="2">Analizator automat destinat analizelor biochimice cu sistem închis de reactivi.</td></tr><tr><td>Sistem analitic</td><td colspan="2">automat cu calculator exterior (procesor, monitor, tastatura + mouse, imprimanta)</td></tr><tr><td colspan="2">Tip de lucru</td><td>continuu</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="3">Tip sistem</td><td>randoom acces</td></tr><tr><td>cu cititor de coduri de bare pentru reactivi</td></tr><tr><td>cu cititor de coduri de bare pentru probe</td></tr><tr><td colspan="2">Capacitatea (teste/oră)</td><td>≥ 400 (teste fotometrice)</td></tr><tr><td colspan="2">Posibilitatea efectuării analizelor urgente</td><td>Obligatoriu</td></tr><tr><td colspan="2">Tipul dispozitivului</td><td>staționar</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="6">Tip probă</td><td>Ser</td></tr><tr><td>plasmă</td></tr><tr><td>urină</td></tr><tr><td>sânge integru</td></tr><tr><td>CSF (lichid cefalo-rahidian)</td></tr><tr><td>lichide biologice</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">Tip diluare</td><td>automat</td></tr><tr><td>de la 1 până la 100</td></tr><tr><td colspan="2">Sistem de spălare total automat (rotor/cuva de reactie, sistem de dozare reactivi si proba)</td><td>Obligatoriu</td></tr><tr><td colspan="2">Program complex de control al calității</td><td>Obligatoriu</td></tr><tr><td colspan="2">Modul iono-selectiv</td><td>Da</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">Compartiment reactivi</td><td>cu răcire</td></tr><tr><td>≥ 40 celule</td></tr><tr><td colspan="2">Compartiment probe</td><td>≥ 80 celule</td></tr></table>	Descriere	Analizator automat destinat analizelor biochimice cu sistem închis de reactivi.		Sistem analitic	automat cu calculator exterior (procesor, monitor, tastatura + mouse, imprimanta)		Tip de lucru		continuu	Tip sistem		randoom acces	cu cititor de coduri de bare pentru reactivi	cu cititor de coduri de bare pentru probe	Capacitatea (teste/oră)		≥ 400 (teste fotometrice)	Posibilitatea efectuării analizelor urgente		Obligatoriu	Tipul dispozitivului		staționar	Tip probă		Ser	plasmă	urină	sânge integru	CSF (lichid cefalo-rahidian)	lichide biologice	Tip diluare		automat	de la 1 până la 100	Sistem de spălare total automat (rotor/cuva de reactie, sistem de dozare reactivi si proba)		Obligatoriu	Program complex de control al calității		Obligatoriu	Modul iono-selectiv		Da	Compartiment reactivi		cu răcire	≥ 40 celule	Compartiment probe		≥ 80 celule	208333,33	6531838,116
Descriere				Analizator automat destinat analizelor biochimice cu sistem închis de reactivi.																																																					
Sistem analitic				automat cu calculator exterior (procesor, monitor, tastatura + mouse, imprimanta)																																																					
Tip de lucru				continuu																																																					
Tip sistem				randoom acces																																																					
				cu cititor de coduri de bare pentru reactivi																																																					
				cu cititor de coduri de bare pentru probe																																																					
Capacitatea (teste/oră)				≥ 400 (teste fotometrice)																																																					
Posibilitatea efectuării analizelor urgente				Obligatoriu																																																					
Tipul dispozitivului				staționar																																																					
Tip probă				Ser																																																					
				plasmă																																																					
				urină																																																					
				sânge integru																																																					
				CSF (lichid cefalo-rahidian)																																																					
				lichide biologice																																																					
Tip diluare				automat																																																					
				de la 1 până la 100																																																					
Sistem de spălare total automat (rotor/cuva de reactie, sistem de dozare reactivi si proba)				Obligatoriu																																																					
Program complex de control al calității				Obligatoriu																																																					
Modul iono-selectiv		Da																																																							
Compartiment reactivi		cu răcire																																																							
		≥ 40 celule																																																							
Compartiment probe		≥ 80 celule																																																							

				Rotor/Cuva de reacție pentru probe		cu încălzire la 37°C			
						reutilizabil			
						≥ 80 celule			
				Sistem fotometric	sursa de lumina	LED/Halogen			
					gama fotometrica	de la 0 până la 3 A.			
					lungimi de unda a filtrelor fotometrice	cel puțin de la 340 până la 670 nm			
				Regimuri de măsurare	Cinetic	Obligatory			
					Mono și bi-cromatic	Obligatory			
					Imunoturbidimetrc	Obligatory			
					Semnalizare lipsă reagent și probă	Obligatory			
				Sistemul de dozare	Reagenții	Utilizarea a minim 2 metodici: mono și bireagent			
						Volumul reagentului programabil cu pasul 1 μl			
					detectia automata a cheagurilor de sange	Obligatory			
					"brațe" pentru dozare reagenti	≥1			
					"brațe" pentru dozare probe	≥1			
					Sistemul de dozare	Cu senzor de obstacol			
				posibilitatea conectării accesului la distanta (remote acces prin programe ex. TeamViewer / AnyDesk / Radmin)		Obligatory			
				Posibilitatea programării controalelor și calibratorilor prin acces la distanta in decurs de maxim o ora de la solicitare		Obligatory			
				Posibilitatea oferirii suportului tehnic prin acces la distanta in decurs de maxim o ora de la solicitare		Obligatory			
				Dimensiuni	lățime	≤ 1450 mm			
					adâncime	≤ 770 mm			

[illegible]

				Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă). Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare. Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioadă a contractului. Sistemul de filtrare (stație purificare apă) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului. UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatorilor necesare pe toată perioada contractului. Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă contractului.		
--	--	--	--	--	--	--

	Total		1 730 425,91	60 632 235,67
--	-------	--	--------------	----------------------

Notă: În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare și selecție și care au prezentat oferte admisibile, conforme este mai mic de doi per lot, autoritatea contractantă are dreptul să anuleze lotul.

Ofertele nu vor fi acceptate, în cazul în care vor depăși valoarea estimativă a dispozitivul medical cu 30% și mai mult.

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:	DA

		- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei	
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	Formularul costurilor recurente ale dispozitivului medical	original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) descifrarea costurilor pentru perioada indicată conform loturilor care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
5	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
6	Garanția pentru ofertă	- 2 % din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor	DA
7	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.	DA

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAЕ și Garanția pentru

ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorul economic în platforma SIA "RSAP" Mtender va indica suma ofertei totale (conform Formularul costurilor recurente ale dispozitivelor medicale).

Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma totală fără TVA per lot) trebuie să coincidă cu informațiile din Formularul costurilor recurente ale dispozitivelor medicale, în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE

Cerințe de calificare obligatorii

8	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
10	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
11	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
12	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
13	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 48 luni - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul	DA

		delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
15	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
19	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat (echipamentului medical), în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
20	Declarație de la ofertant-	cu privire livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate)- <i>Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</i>	DA
21	Declarație de la Ofertant	cu privire la garantarea de către operatorul economic că nu va modifica prețul reagenților, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 48 luni, în perioada de garanție a dispozitivului medical - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
22	Declarație de la ofertant penntru reagenți	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	DA
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
23	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
24	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau	DA

	olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” <u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</u>	
--	---	--

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore.

Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.001%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: **Vor fi contractate doar dispozitivele medicale (echipamentele medicale) propriu zise.**

CAPCS precizează și furnizează parametrii de bază pentru calculele (durata calculelor – 4 ani, Cantitatea planificată de examinări pe an este stabilită pentru fiecare analizator în parte, prețul kwh este de 2,808 lei pentru persoane juridice). Formularul costurilor recurente ale dispozitivelor medicale reprezintă un răspuns a ofertantului, în care furnizează, într-o manieră standard, datele necesare pentru a calcula costurile ciclului de viață ale ofertelor lor, conform tabelului de mai jos.

Totodată, numărul de examinări este cantitatea minimă și poate fi ajustată în funcție de necesitățile reale ale beneficiarului final.

22. Evaluarea va fi efectuată conform criteriului de evaluare și datelor din Formularul costurilor recurente ale dispozitivului medical.

23. Ofertele se prezintă: în lei.

24. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: costul cel mai scăzut cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.**

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

30. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

37. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis la publicare la dat de 23.09.2025

38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 23.09.2025

39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza

Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG