

## ANUNȚ DE INTENȚIE

**Achiziționarea Dispozitivului Medical Sistem de nimicire a deșeurilor medicale conform necesităților IMSP Asociația**

**Medicală Teritorială Buicani Din 22.12.2025**

### **I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denumirea autorității contractante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE                                                                                        |
| IDNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1016601000212                                                                                                                                    |
| Adresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2                                                                                           |
| Numărul de telefon/fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 022/222-445                                                                                                                                      |
| Adresa de e-mail ale autorității contractante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | office@capcs.md                                                                                                                                  |
| Adresa de internet ale autorității contractante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | www.capcs.md                                                                                                                                     |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lisenco Gabriela, 022-222 -364<br><a href="mailto:dispozitive@capcs.gov.md">dispozitive@capcs.gov.md</a>                                         |
| Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire<br><i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i> | SIA RSAP (MTeder)<br><a href="http://www.capcs.md">www.capcs.md</a>                                                                              |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate<br><i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>                                                                                                                                         | autoritate centrală de achiziție                                                                                                                 |
| Cod CPV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33100000-1                                                                                                                                       |
| Obiectul de achiziții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Achiziționarea Dispozitivului Medical Sistem de nimicire a deșeurilor medicale conform necesităților IMSP Asociația Medicală Teritorială Buicani |

### **II. Informații despre obiectul achiziției:**

| Nr. lot | Denumire Lot                             | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Sistem de nimicire a deșeurilor medicale | <b>Sistem de nimicire a deșeurilor medicale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
|         |                                          | <b>Descrierea:</b> Aparatul combină două funcții: sterilizare cu abur + tocător (shredder), într-un singur vas (cameră), destinat manipulării on-site a deșeurilor biologice / periculoase. Prelucrarea este într-un singur ciclu continuu automat. În final deșeurile devin în totalitate nepericuloase ceea ce permite aruncarea ca deșeuri municipale obișnuite. |                                                                                                 |
|         |                                          | <b>Parametrul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Specificația</b>                                                                             |
|         |                                          | Încărcare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Verticală                                                                                       |
|         |                                          | Construcția interioară, camera de sterilizare, generatorul                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | din oțel inox rezistent la coroziune și presiune conform Directivei Echipamentelor sub Presiune |
|         |                                          | Volum interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ≥ 150 litri                                                                                     |
|         |                                          | Capacitate de tratare a deșeurilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≥30kg/oră                                                                                       |
|         |                                          | Gama de temperatură:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | minim 134 °C                                                                                    |
|         |                                          | Ușa trebuie să fie proiectată cu un sistem de siguranță pentru a preveni accidentarea utilizatorului                                                                                                                                                                                                                                                                | obligatoriu                                                                                     |
|         |                                          | Procedura de sterilizare: cu generator de abur intern                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | obligatoriu                                                                                     |
|         |                                          | Dotat cu pompă de vacuum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | obligatoriu                                                                                     |
|         |                                          | Dotat cu pompă de apă de umplere a generatorului de aburi                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | obligatoriu                                                                                     |
|         |                                          | Sistemul va include compresor de aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | da, fără ulei                                                                                   |
|         |                                          | Sistem de răcire de aburi pentru sistemul de drenaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | obligatoriu                                                                                     |
|         |                                          | Sistemul posedă bio-fitre sau metodă echivalentă de filtrare prin care efectuează evacuarea aerului din camera de sterilizare fără emisii nocive                                                                                                                                                                                                                    | obligatoriu                                                                                     |

|  |  |                                                                                     |                                      |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
|  |  |                                                                                     | acustică, vizuală                    |  |
|  |  | <b>Alarme</b>                                                                       |                                      |  |
|  |  | Limbajul interfeței și meniului                                                     | Romană sau engleză                   |  |
|  |  | Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit                        | obligatoriu                          |  |
|  |  | Control electronic                                                                  | Microprocesor                        |  |
|  |  | Senzori de presiune                                                                 | pentru camera de sterilizare         |  |
|  |  | Autocurațare                                                                        | obligatoriu                          |  |
|  |  | Dispozitivul trebuie să fie echipat cu buton de oprire de urgență pe panoul frontal | obligatoriu                          |  |
|  |  | Imprimantă termică                                                                  | obligatoriu                          |  |
|  |  | Monitorizarea procesului                                                            | pe ecran LCD                         |  |
|  |  | Monitorizarea în timp real                                                          | temperatura in camera de sterilizare |  |
|  |  |                                                                                     | presiune                             |  |
|  |  |                                                                                     | graficile a ciclului de sterilizare  |  |
|  |  | Tip date imprimate pe hirtie                                                        | data                                 |  |
|  |  |                                                                                     | timp                                 |  |
|  |  |                                                                                     | temperatura                          |  |
|  |  |                                                                                     | presiune                             |  |
|  |  | Alimentare                                                                          | 380V, 50 Hz                          |  |
|  |  | <b>Securitate</b>                                                                   |                                      |  |
|  |  | Certificat conform Standardului de securitate electrică EN 60204-1                  | obligatoriu                          |  |
|  |  | Securitate la suprapresiune                                                         | obligatoriu                          |  |
|  |  | Securitate la supraîncălzire                                                        | obligatoriu                          |  |
|  |  | dotat cu valva de siguranta reglabila                                               |                                      |  |

|  |  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Suprafețele exterioare accesibile operatorului nu se supraîncălzesc în timpul funcționării normale.                                                                              | obligatoriu                                                                                                                                                              |
|  |  | Condiții de instalare                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |
|  |  | Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare                                                                                                                    | obligatoriu                                                                                                                                                              |
|  |  | Sistem complet de tratare a apei, compus din: prefiltrare în minimum 3 trepte cu manometre de control, dedurizare, sistem de osmoză inversă cu rezervor de apă purificată ≥100L. | obligatoriu                                                                                                                                                              |
|  |  | Consumabile și accesorii                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |
|  |  | Cărucior pentru scoterea și transportarea a deeurilor tratate                                                                                                                    | ≥ 1 buc.                                                                                                                                                                 |
|  |  | Garnitură ușă                                                                                                                                                                    | ≥4 buc., să se indice codul produsului                                                                                                                                   |
|  |  | Lubrifiant garnitură                                                                                                                                                             | ≥2 buc., să se indice codul produsului                                                                                                                                   |
|  |  | Filtre pentru Sistemul bio-fitre sau metodă echivalentă de filtrare prin care efectuează evacuarea aerului din camera de sterilizare fără emisii nocive                          | să fie incluse toate filtrele necesare pentru buna funcționare a autoclavului pentru perioada de 24 luni                                                                 |
|  |  | Set filtre pentru sistemul de filtrare a apei                                                                                                                                    | să fie incluse toate filtrele necesare pentru buna funcționare a autoclavului pentru perioada de 24 luni                                                                 |
|  |  | Hîrtie imprimantă                                                                                                                                                                | 30 buc., să se indice codul produsului                                                                                                                                   |
|  |  | Alte consumabile/accesorii necesare pentru funcționarea sistemului                                                                                                               | se va prezenta lista completă a consumabilelor și accesorilor, iar furnizorul va asigura livrarea acestora în cantități suficiente pentru întreaga perioadă de garanție. |

**I. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | Nu <input checked="" type="checkbox"/><br>Da <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                 |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative                      | Nu <input checked="" type="checkbox"/><br>Da <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                 |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție                                                                                                             | eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității; |

**II. Alte informații:**

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție                                                       | 2025                                                                                                                                                                                                                              |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate                                                                                                                            | Acord-cadru <input type="checkbox"/><br>Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>                                                                                                                                      |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului<br>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE) | Nu <input type="checkbox"/><br>Da <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                             |
| Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor                                                                                                                               | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;<br>tel/fax: (022) 820 652, 820-651<br>e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a><br>pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a> |
| Alte informații relevante                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |

Conducătorul grupului de lucru:

/semnat electronic/

Gheorghe GORCEAG

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la dat a aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice)