

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **Implante cerebrale și consumabile neurochirurgicale**

prin procedura de achiziție **COP**

Cod CPV: 33000000-0

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. IDNO: **10013600152606**
3. Adresa: **mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă 1**
4. Numărul de telefon/fax: **022 250 809**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **achizitii@urgenta.md**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **Autoritate central de achiziție**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. Lot	Denumire Lot (obiectul achiziției)	Denumire Poziție	Cant.	U/M	Descriere (specificații tehnice)	Suma estimativa
1.	Clipuri	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT740T	3	buc	Drepte, lungimea brașelor - 7,3 mm; deschiderea brașelor minim 6,2 mm; forța de închidere minim 150 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	6 000,00
1	Clipuri	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT750T	3	buc	Drepte, lungimea brașelor - 9,0 mm; deschiderea brașelor minim 7,0 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	6 000,00
1	Clipuri	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT760T	3	buc	Drepte, lungimea brașelor - 11,0 mm; deschiderea brașelor minim 7,8 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	6 000,00

1	Clipuri	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT762T	2	buc	Ușor curbate, lungimea brașelor - 10,2 mm; deschiderea brașelor minim 7,5 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	4 000,00
1	Clipuri	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT754T	1	buc	Curbate, lungimea brașelor - 10,2 mm; deschiderea brașelor minim 6,1 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	2 000,00
1	Clipuri	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT764T	4	buc	Curbate, lungimea brașelor - 8,0 mm; deschiderea brașelor minim 6,5 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	8 000,00
1	Clipuri	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT784T	4	buc	Curbate, lungimea brașelor - 10,3 mm; deschiderea brașelor minim 7,4 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	8 000,00
1	Clipuri	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT603T	1	buc	Curbate sub unghi 130 grade, lungimea brașelor - 8,0 mm; deschiderea brașelor minim 6,2 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	2 000,00
1	Clipuri	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT613T	1	buc	Curbate sub unghi 130 grade, lungimea brașelor - 6,1 mm; deschiderea brașelor minim 6,5 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	2 000,00

1	Clipuri	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT851T	1	buc	Curbate sub unghi 90 - 100 grade, lungimea brașelor - 9,0 mm; deschiderea brașelor minim 5,6 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	2 000,00
1	Clipuri	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT830T	1	buc	Curbate sub forma de carlig, lungimea brașelor - 7,0 mm; deschiderea brașelor minim 7,2 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	2 000,00
1	Clipuri	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT746T	3	buc	Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 7,0 mm; deschiderea brașelor minim 5,7 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	6 000,00
1	Clipuri	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT773T	3	buc	Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 7,8 mm; deschiderea brașelor minim 5,5 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	6 000,00
1	Clipuri	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT761T	3	buc	Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 11,4 mm; deschiderea brașelor minim 8,0 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	6 000,00
1	Clipuri	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT747T	4	buc	Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 8,6 mm; deschiderea brașelor minim 7,0 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	8 000,00

1	Clipuri	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT652T	2	buc	Fenestrate, curbate sub unghi 130 grade, lungimea brașelor - 7,5/10,6 mm; deschiderea brașelor minim 7,2 mm; diametrul fenestrării 5 mm; forța de închidere minim 150 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	4 000,00
1	Clipuri	Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT644T	2	buc	Fenestrate, curbate sub unghi 90 grade, lungimea brașelor - 5/6,7 mm; deschiderea brașelor minim 5,5 mm; diametrul fenestrării 5 mm; forța de închidere minim 150 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	4 000,00
1	Clipuri	Clipuri standard pentru aplicare temporară de tip FT262T	1	buc	Ușor curbate, lungimea brașelor - 10,2 mm; deschiderea brașelor minim 7,5 mm; forța de închidere minim 90 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	2 000,00
1	Clipuri	Clipuri standard pentru aplicare temporară de tip FT284T	1	buc	Curbate, lungimea brașelor - 10,3 mm; deschiderea brașelor minim 7,4 mm; forța de închidere minim 110 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	2 000,00
1	Clipuri	Clipuri standard pentru aplicare temporară de tip FT247T	1	buc	Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 8,6 mm; deschiderea brașelor minim 7,0 mm; forța de închidere minim 90 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	2 000,00
1	Clipuri	Mini clipuri pentru aplicare permanentă de tip FT710T	2	buc	Drepte, lungimea brașelor - 5,0 mm; deschiderea brașelor minim 4,0 mm; forța de închidere minim 110 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	4 000,00

1	Clipuri	Mini clipuri pentru aplicare permanentă de tip FT717T	3	buc	Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 6,3 mm; deschiderea brașelor minim 6,0 mm; forța de închidere minim 110 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	6 000,00
1	Clipuri	Mini clipuri pentru aplicare temporară de tip FT224T	1	buc	Curbate, lungimea brașelor - 5,0 mm; deschiderea brașelor minim 4,0 mm; forța de închidere minim 70 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	2 000,00
1	Clipuri	Mini clipuri pentru aplicare temporară de tip FT217T	1	buc	Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 6,3 mm; deschiderea brașelor minim 6,0 mm; forța de închidere minim 70 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	2 000,00
2	Dren ventricular	Dren ventricular	30	set	Standart, cerebral, mediu, roentghen contrastabil. Steril	20 000,00
3	Dren pentru drenarea plagilor postoperatorii	Dren pentru drenarea plagilor postoperatorii	100	buc	De cauciuc, moale la consistenta. Steril.	3 000,00
4	Gel hemostatic (Flo seal)	Gel hemostatic (Flo seal)	50	buc	Steril. Ambalaj 5-10 ml	10 000,00
5	Clei medical chirurgical	Clei medical chirurgical	30	buc	Steril. Tub, ambalaj 10-15 gr	10 000,00
6	Sfere reflectoare pentru sistem de neuronavigare	Sfere reflectoare pentru sistem de neuronavigare	200	buc	Steril	80 000,00
7	Pin-uri pentru Mayfiled	Pin-uri pentru Mayfiled	100	buc	Steril	5 000,00
8	Huse de polietilen protector pentru microscop Pantero 800	Huse de polietilen protector pentru microscop Pantero 800	200	buc	Sterile din polietilen. Dimensiune intre 120-250 cm	80 000,00

9	Set de biopsie stereotactica	Set de biopsie stereotactica	5	set	Steril, compatibil cu neuronavigare medtronic HEALTH Station 7	20 000,00
9	Set de biopsie stereotactica	Trajectory Guide Kit,	5	set	Steril, compatibil cu neuronavigare medtronic HEALTH Station 7	20 000,00
10	Sistem de șuntare ventriculo-peritoneală	Sistem de șuntare ventriculo-peritoneală	3	set	De presiune medie. Steril	15 000,00
11	Sistem de șuntare ventriculo-peritoneală	Sistem de șuntare ventriculo-peritoneală	3	set	De presiune mica. Steril	15 000,00

Valoarea estimativă a achiziției fără TVA

380000,00 lei

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) **Pentru mai multe loturi;**
- 3) Pentru toate loturile;
- 4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **NU se admit**
(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: **pe parcursul anului 2020, până la 31 decembrie 2020**

12. Termenul de valabilitate a contractului: **31.12.2020**

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **nu**

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): **nu**

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivel minim/Obligativitate
1	DUAE	Completat și semnat electronic;	Obligativiu
2	F3.2 Garanția pentru ofertă 1%	Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului;	Obligativiu
3	F3.3 Formular informativ despre ofertant + rechizitele bancare	Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului;	Obligativiu
4	F4.1 Specificații tehnice	Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului;	Obligativiu
5	F4.2 Specificații de preț	Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului;	Obligativiu
6	Licența de activitate/ Autorizație de funcționare	Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului;	Obligativiu
7	Certificat CE și/sau declarație de	Copie valabilă confirmată prin semnătura	Obligativiu

	conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite	ELECTRONICĂ a participantului;	
8	Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite	Copie valabilă confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului;	Obligativ
9	Catalog și/sau pliant. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau rusă	Confirmat prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului;	Obligativ
10	Certificat de înregistrare	Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului;	Obligativ
11	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie confirmată prin semnătura ELECTRONICĂ a participantului;	Obligativ
12	Mostre la produsele solicitate, ce vor fi supuse testării (la necesitate)	Timp de 3 zile de la solicitare.	Obligativ
13	Termen de livrare:	La comandă, după necesități timp de 24 ore.	
14	Metoda și condiții de plată:	Prin transfer, în termen de 90 zile după prezentarea facturii.	

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânseși al procedurii negociate), după caz **licitație electronică, 3 runde, pasul minim de micșorare a ratei licitației 0,4 %**

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **___ - ___**

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **___ - ___**

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **cel mai mic pret fara TVA pe loturi/poziții**

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă] conform BAP*
- pe: *[data] conform BAP*

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: **30 zile**

24. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP**

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **limba de stat (româna)**

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale UE: **nu**

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

