

ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind **Achiziționarea centralizată a instrumentarului medical (chirurgical) conform necesităților
instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2023**

prin procedura de achiziție: Licitație publică

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.md;
www.capcs.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV : 33100000-1

| Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Descriere | Suma estimată fără TVA |
|---------|---|---------------------|--------------------|------------|--|------------------------|
| 1 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Canulă de aspirație | Bucată | 9 | <p>Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø1,5mm (±0.1mm), lungimea de lucru 9-11cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 1,416.11 |
| 2 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Canulă de aspirație | Bucată | 7 | <p>Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø2mm (±0.2mm), lungimea de lucru 9-11cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului | 1,072.43 |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------|---|--|----------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. | |
| 3 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Canulă de aspirație | Bucată | 9 | <p>Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø3mm (±0.2mm), lungimea de lucru 9-11cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 1,378.84 |
| 4 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Canulă de aspirație | Bucată | 7 | <p>Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø4mm (±0.3mm), lungimea de lucru 9-11cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | 1,072.43 |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------|----|---|----------|
| | | | | | <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 5 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Canulă de aspirație | Bucată | 4 | <p>Canula pentru aspirație FRAZIER - curbă, Ø5mm (±0.3mm), lungimea de lucru 9-11 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 612.82 |
| 6 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Canulă de aspirație | Bucată | 11 | <p>Canula pentru aspirație Adson -la vârf puțin curbă, Ø4mm, lungime 21 cm, Fr=12.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> | 1,776.35 |

| | | | | | | |
|---|---|---------------------|--------|----|---|-----------|
| | | | | | <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 7 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Canulă de aspirație | Bucată | 8 | <p>Canula pentru aspirație Adson -la vârf puțin curbă, Ø5mm, lungime 21cm, Fr=15.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 1,291.89 |
| 8 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Port ac | Bucată | 19 | <p>Port ac HEGAR-MAYO, strat de diamant, lungimea 16 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de</p> | 12,160.17 |

| | | | | | | |
|----|---|---------|--------|----|--|-----------|
| | | | | | <p>referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 9 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Port ac | Bucată | 45 | <p>Port ac HEGAR-MAYO, strat de diamant, lungimea 18 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 33,083.93 |
| 10 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Port ac | Bucată | 16 | <p>Port ac HEGAR-MAYO, strat de diamant, lungimea 20 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în</p> | 12,499.29 |

| | | | | | | |
|----|---|---------|--------|----|---|----------|
| | | | | | <p>format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 11 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Port ac | Bucată | 2 | <p>Port ac HEGAR-MAYO, strat de diamant, lungimea 224 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 1,947.17 |
| 12 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Port ac | Bucată | 25 | <p>Port ac HALSEY, strat de diamant, lungimea 12 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> | 9,489.03 |

| | | | | | | |
|----|---|-------------------|--------|----|--|----------|
| | | | | | <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 13 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Mâner de bisturiu | Bucată | 68 | <p>Mâner de bisturiu standard, nr 3.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 1,407.83 |
| 14 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Mâner de bisturiu | Bucată | 75 | <p>Mâner de bisturiu standard, nr 4.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin</p> | 1,708.03 |

| | | | | | | |
|----|---|------------------------|--------|-----|---|-----------|
| | | | | | <p>semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 15 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Spatulă dreaptă | Bucată | 230 | <p>Spatulă dreaptă partea de lucru cu lățimea de 0,25 mm și lungimea 10 mm; partea de lucru curbată cu lățimea de 0,5 mm și lungimea 14 mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 27,745.23 |
| 16 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensa tampon auricular | Bucată | 38 | <p>Pensa tampon auricular, încovoiat Nr2, 140mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie</p> | 3,933.63 |

| | | | | | | |
|----|---|----------------------------|--------|----|---|----------|
| | | | | | <p>confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 17 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensa tampon nazal | Bucată | 40 | <p>Pensa tampon nazal, încovoiat 200mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 9,689.16 |
| 18 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Foarfece p/u tonzilectomie | Bucată | 20 | <p>Foarfece curbe cu vârfuri bonte, lățime 2,5-3,0mm, 180mmx40mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea</p> | 3,726.60 |

| | | | | | | |
|----|---|-------------------|--------|--|---|-----------|
| | | | | <p>conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | | |
| 19 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Foarfece Standard | Bucată | 249 | <p>Foarfece Standard,145mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 19,073.98 |

| | | | | | | |
|----|---|-------------------------|--------|----|--|----------|
| 20 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Foarfece nazale sub 45° | Bucată | 48 | <p>Foarfece nazale sub 45°, lungimea 160mmx70mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 9,540.10 |
| 21 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Foarfece | Bucată | 64 | <p>Foarfece KILNER(REGNER), lungimea 17 cm, vârful puțin curbat.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> | 9,734.43 |

| | | | | | | |
|----|---|---------------------|--------|----|---|-----------|
| | | | | | * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. | |
| 22 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Depărtător de plagă | Bucată | 3 | <p>Depărtător de plagă ANDERSON-ADSON, cu dinți 4x4,ascuțit,curbat , lungimea 20cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 4,140.67 |
| 23 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Depărtător de plagă | Bucată | 13 | <p>Depărtător de plagă JANSEN, cu dinți 3x3,bont, lungimea 10cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) | 17,279.00 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|-----|---|-----------|
| | | | | | <p>- Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 24 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Cuva de inox ovala | Bucată | 419 | <p>Cuva de inox ovala 250 x 140 x 40 mm. * Reutilizabil, material inox medical. * Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. * Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 75,180.70 |
| 25 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Micro pensă auriculară HARTMANN cu branșe gofrate | Bucată | 34 | <p>Micro pensă auriculară HARTMANN cu branșe gofrate: lungimea de lucru 8,5 cm. * Reutilizabil, material inox medical. * Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. * Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului</p> | 46,927.56 |

| | | | | | | |
|----|---|---------------------------------------|--------|----|--|-----------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. | |
| 26 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensa ciupitor antrum tip Stammberger | Bucată | 1 | <p>Pensa mușcătoare STAMMBERGER SILCUT, partea mușcătoare - superior-posterior, ranforsat, drept, cu mâner anatomic și dispozitiv de dezangajare, cu conector de curățare, lungime de lucru 10 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. | 30,163.38 |
| 27 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensă Weil Blakesley | Bucată | 11 | <p>Pensă Weil Blakesley, dreaptă, mărimea 2, lungimea de lucru 11 cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. | 21,133.96 |

| | | | | | | |
|----|---|-------------------------|--------|---|---|------------|
| | | | | | <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 28 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensă Weil Blakesley | Bucată | 2 | <p>Pensă Weil Blakesley, dreaptă, mărimea 3, lungimea de lucru 11 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 3,842.54 |
| 29 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensă nazală mușcătoare | Bucată | 8 | <p>Pensă nazală mușcătoare, vârful sub unghi de 45°, cu mușcătură fină, dimensiune 1,5x4mm, lungimea de lucru 12,5cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform</p> | 115,134.83 |

| | | | | | | |
|----|---|--------------------|--------|----|--|------------|
| | | | | | <p>catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 30 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Foarfece nazală | Bucată | 9 | <p>Foarfece nazală tip RHINOFORCE II, dreaptă, cu conector de curățare, lungimea de lucru 13 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 106,153.44 |
| 31 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensă BRUNINGS-LUC | Bucată | 12 | <p>Pensă pentru septul nazal BRUNINGS-LUC , dimensiune 2, lungime de lucru 11 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în</p> | 18,732.38 |

| | | | | | | |
|----|---|------------------|--------|---|--|------------|
| | | | | | <p>format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 32 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensă mușcătoare | Bucată | 5 | <p>Pensă mușcătoare GRÜNWALD-HENKE SILCUT, sub unghi de 45 °, tăiere transversală extrem de puternică, transmisie uniformă patentată a forței pentru o tăiere ușor controlată, formă BLAKESLEY, dimensiune 1, cu conector de curățare, lungime de lucru 13 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 133,097.59 |
| 33 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensă mușcătoare | Bucată | 1 | <p>Pensă mușcătoare tip STAMMBERGER RHINOFORCE II ,cu deschidere în partea dreaptă, cu conector de curățare, lungime de lucru 10 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea</p> | 13,769.65 |

| | | | | | | |
|----|---|------------------------|--------|--|---|-----------|
| | | | | <p>conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | | |
| 34 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Pensă micro laringiană | Bucată | 2 | <p>Pensă micro laringiană tip LARYNGOFORCE II dințată, cu dinți medii, lungime 22 cm, cu canal pentru aspirarea fumului în chirurgia laser CO2.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 38,252.03 |

| | | | | | | |
|----|---|----------------------|--------|---|---|-----------|
| 35 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Foarfece KLEINSASSER | Bucată | 5 | <p>Foarfece KLEINSASSER, drept, lungime de lucru 23 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 43,013.25 |
| 36 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Foarfece KLEINSASSER | Bucată | 6 | <p>Foarfece KLEINSASSER, sub unghi 45°, lungime de lucru 23 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> | 51,615.89 |

| | | | | | | |
|----|--|------------------------|--------|---|--|----------|
| | | | | | * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. | |
| 37 | Instrumente chirurgicale pentru intervenții ORL | Protecție pentru dinți | Bucată | 4 | <p>Protecție pentru dinți, din silicon, autoclavabilă.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 1,779.93 |
| 38 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Ac Veress | Bucată | 7 | <p>Ac Veress L-13cm, Diametru 2.1mm, cu supapa, autoclavabil.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE | 8,183.34 |

| | | | | | | |
|----|--|---|--------|---|---|-----------|
| | | | | | <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 39 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Foarfece Metzenbaum endoscopic(VATS Uniport) | Bucată | 6 | <p>Foarfece cu lame curbate și vârful contondente cu lungimea lamei 3.1cm , lungimea de lucru 32cm.lungimea totala 40-42cm,diametrul 8mm,fara cremaliera.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să aibă rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 90,895.91 |
| 40 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensa de prehensiunea atraumatica pulmonara(VATS Uniport) | Bucată | 6 | <p>Pensa cu clame cu inel oval de 12 mm, curba spre stânga cu cremaliera, lungimea de lucru 23 cm, lungimea totala 33.5 cm , diametrul pensei 7 mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să aibă rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului | 62,110.00 |

| | | | | | | |
|----|--|---|--------|---|---|-----------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. | |
| 41 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensă de prehensiunea atraumatica endoscopică (Babcock) | Bucată | 5 | <p>Pensă de prehensiunea atraumatica endoscopică (Babcock) D-10mm : L-340 ± 30mm, cu mecanism rotator, cu izolator, branșe fenestrate 35 ± 3mm, deschidere cu acțiune dublă, cu serații transversale, cu vârfuri bonte, rotunjite, miner cu cremaliera , dezasamblabil, pentru uz multiplu.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 68,666.46 |
| 42 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensa de prehensiunea atraumatica endoscopică(VATS Uniport) | Bucată | 5 | <p>Pensa de prehensiunea atraumatica endoscopică(VATS Uniport): cu fălci cu inel oval de 12 mm, curb stânga, cu cremaliera, lungimea de lucru 23.5cm, lungimea totala 33.5 cm, diametru 7 mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> | 53,966.69 |

| | | | | | | |
|----|--|---|--------|----|--|------------|
| | | | | | <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 43 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Portac laparoscopic(VATS Uniport) | Bucată | 8 | <p>Portac laparoscopic(VATS Uniport): cu fălci incrustate cu carbon, drepte cu cremaliera, lungimea de lucru 21 cm, lungimea totala 34 cm, diametru-5mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 116,216.92 |
| 44 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Canula (port laparoscopic) de 5,5-6mm (100mm) | Bucată | 10 | <p>Canula (port laparoscopic) de 5,5-6mm 5,5-6mm diametru, 100±10mm lungime de lucru, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin</p> | 62,220.42 |

| | | | | | | |
|----|--|--------------------------------------|--------|---|--|-----------|
| | | | | | <p>semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 45 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Trocar pentru canulă 5,5-6mm (100mm) | Bucată | 7 | <p>Trocar pentru canulă 5,5-6mm, 100± 10mm lungime de lucru, cu vârf conic, material inox medical, reutilizabil,</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 14,202.49 |
| 46 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Trocar pentru canulă 11mm (100mm) | Bucată | 4 | <p>Trocar pentru canulă 11mm, 100± 10mm lungime ce lucru, cu vârf conic,</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie</p> | 8,656.75 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|--|--|-----------|
| | | | | <p>confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | | |
| 47 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Canula de 11mm,cu insuflator (L-110mm) | Bucată | 4 | <p>Canula (port laparoscopic) de 11 mm diametru, parte de lucru 110± 10mm, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capăt distal oval oblic.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 27,376.98 |

| | | | | | | |
|----|--|---|--------|---|---|-----------|
| 48 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensa pentru disecție/hemostaza endoscopică(VATS Uniport) | Bucată | 5 | <p>Pensa pentru disecție tip De BAKEY, curbe ,fără cremaliera, lungimea de lucru 19 cm, lungimea totala 29 cm, diametru-5mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 51,758.33 |
| 49 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensa p/u disecție endoscopică(VATS Uniport) | Bucată | 3 | <p>Pensa pentru disecție tip De BAKEY, curbe ,cu cremaliera, lungimea de lucru 19 cm, lungimea totala 29 cm, diametru 5mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație</p> | 25,879.17 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|---|---|-----------|
| | | | | | <p>internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 50 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensa tip Alice, endoscopică (VATS Uniport) | Bucată | 5 | <p>Pensa tip Alice ,lățimea părții de lucru 5mm, lungimea de lucru 35-40 cm, diametru 5-7mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 40,261.08 |
| 51 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensa disector tip GONZALEZ-RIVAS (VATS Uniport) | Bucată | 5 | <p>Pensa disector tip GONZALEZ-RIVAS Vârf curbat conic până la 7 mm, lungimea de lucru- 24 cm, lungimea totala- 34-40cm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine | 40,330.09 |

| | | | | | | |
|----|--|---|--------|---|---|-----------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. | |
| 52 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensa disector tip DENNIS(VATS Uniport) | Bucată | 7 | <p>Pensa disector tip Dennis, curbata la stânga, brânșa zimțată, lungimea de lucru - 23 cm, lungimea totala - 34-40cm</p> <ul style="list-style-type: none"> *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. | 65,698.58 |
| 53 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensa pulmonara(VATS Uniport) | Bucată | 5 | <p>Pensa disector, curb, clame fenestrate, forma triunghiulara 12mm ,lungimea de lucru 23-25cm,lungimea totala 35-40cm,diametrul pensei 5-7mm</p> <ul style="list-style-type: none"> *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: | 56,382.08 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------|---|--|-----------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 54 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Termodisector tip L (Hook), 45°,spre dreapta | Bucată | 5 | <p>Termodisector tip L (Hook): diametru-5mm; lungime-330mm, tip „cârlig,, bont, unghi 45°,spre dreapta</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 12,204.25 |
| 55 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Împingător de nod extern | Bucată | 8 | <p>Împingător de nod extern: L-310mm.,D-5mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | 15,582.16 |

| | | | | | | |
|----|--|---|--------|----|--|-----------|
| | | | | | <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 56 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Termodisector tip L (Hook), 45°,spre stânga | Bucată | 5 | <p>Termodisector tip L (Hook) Diametru-5mm;Lungime-330mm,tip,,carlig,,bont, unghi 45°,spre stânga.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 13,802.22 |
| 57 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Portac tip MAYO HEGAR | Bucată | 57 | <p>Portac tip MAYO HEGAR 200mm 10x0,02mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> | 7,552.58 |

| | | | | | | |
|----|--|--------------------------|--------|----|--|-----------|
| | | | | | <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 58 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Portac vascular DE BAKEY | Bucată | 21 | <p>Portac vascular DE BAKEY: Portac cu strat de carbon, 250-260mm, 20x0.02mm, branșe aurite, pentru sutura vasculara 5/0, 6/0.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 18,297.30 |
| 59 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Portac | Bucată | 26 | <p>Portac DE Bakey L -260mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în</p> | 22,653.79 |

| | | | | | | |
|----|--|-----------------------------------|--------|----|---|-----------|
| | | | | | <p>format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 60 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensa port tampon tip GROSS-MAIER | Bucată | 92 | <p>Pensa port tampon tip GROSS-MAIER, 250mm direct, Cronțang.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 15,047.18 |
| 61 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensa port tampon tip GROSS-MAIER | Bucată | 80 | <p>Pensa port tampon tip GROSS-MAIER, 250mm curb, Cronțang.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> | 13,084.51 |

| | | | | | | |
|----|--|---------------------------------------|--------|----|--|-----------|
| | | | | | <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 62 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensă cu cremaliera ROCHESTER-OCHSNER | Bucată | 31 | <p>Pensă cu cremaliera ROCHESTER-OCHSNER, 200mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instrumentele trebuie să posede rezistență sporită la uzura mecanică.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 4,492.62 |
| 63 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensa hemostatica tip HEISS | Bucată | 56 | <p>Pensă hemostatică tip HEISS, cu branșele curbate, serate, lungimea 200 mm (+/-3 mm).</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> | 18,812.34 |

| | | | | | | |
|----|--|--------------------------------|--------|-----|--|-----------|
| | | | | | <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 64 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensa hemostatică tip PEAN | Bucată | 200 | <p>Pensă hemostatică tip PEAN, cu brașele curbate, serate, lungimea 140 mm (+/-3 mm).</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 18,633.00 |
| 65 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensa hemostatică tip CRAFOORD | Bucată | 88 | <p>Pensă hemostatică tip CRAFOORD, cu brașele curbate, serate, lungimea 240 mm (+/-3 mm)</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie</p> | 20,040.83 |

| | | | | | | |
|----|--|--------------------------------------|--------|----|--|------------|
| | | | | | <p>confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 66 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Foarfece de disecție METZENBAUM-FINO | Bucată | 23 | <p>Foarfece de disecție METZENBAUM-FINO din aliaj de carbon cu wolfram, lamă cu tăiere wave-cut, serat, vârf curbat bont, acoperit cu un strat anti-reflecție, rezistență sporită împotriva coroziunii, lungimea 280 mm (+/-3 mm)</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 206,091.38 |
| 67 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Foarfece chirurgical tip DOYEN | Bucată | 54 | <p>Foarfece chirurgical tip DOYEN vertical încovoiate 170mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea</p> | 5,813.50 |

| | | | | | | |
|----|--|----------------------------|--------|-----|---|-----------|
| | | | | | <p>conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 68 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensa tip FOERSTER | Bucată | 60 | <p>Pensa tip FOERSTER, cu cremaliera ,lungimea 250mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 8,695.40 |
| 69 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensetă anatomica STANDARD | Bucată | 452 | <p>Penceta anatomica STANDARDL-20cm, 200x2,5mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie</p> | 32,752.67 |

| | | | | | | |
|----|--|-------------------------------|--------|-----|---|-----------|
| | | | | | <p>confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 70 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensetă chirurgicală STANDARD | Bucată | 589 | <p>Pensetă chirurgicală STANDARD, L-16cm , 160x2,5mm, 1x2.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 32,924.51 |
| 71 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Venoextractor Nabatoff | Bucată | 5 | <p>Set Venoextractor Nabatoff, miner detașabil, oliva nativă 2,5mm și olive suplimentare de 9mm, 12mm si 15mm, autoclavabil.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie</p> | 25,554.81 |

| | | | | | | |
|----|--|---|--------|----|--|------------|
| | | | | | <p>confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 72 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 115mm | Bucată | 61 | <p>Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, curbată, lungimea brașelor 115 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 300 mm (+/- 3 mm).</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 567,545.25 |
| 73 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Clamă vasculară atraumatică tip COOLEY | Bucată | 39 | <p>Clamă vasculară atraumatică tip COOLEY, angulară 60°, lungimea brașelor 52 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 170 mm (+/- 3 mm).</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea</p> | 292,520.67 |

| | | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|--------|-----|---|------------|
| | | | | | <p>conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 74 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie toracică | Pensetă anatomică cu izolare, 250mm | Bucată | 123 | <p>Pensetă anatomică cu izolare. L - 250mm,porțiunea neizolată spre vârf -10mm lățimea vârfului 2mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 290,643.37 |
| 75 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Portac tip HEGAR-MAYO, lung.205 mm | Bucată | 105 | <p>Portac tip HEGAR-MAYO, lungime 205 mm, branșe cu micro serații de 0,5 mm din aliaj de carbon cu wolfram, drepte, pentru sutură 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> | 82,026.61 |

| | | | | | | |
|----|---|------------------------------------|--------|--|---|------------|
| | | | | <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | | |
| 76 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Portac tip HEGAR-MAYO, lung.235 mm | Bucată | 104 | <p>Portac tip HEGAR-MAYO, lungime 235 mm, branșe cu micro serații de 0,5 mm din aliaj de carbon cu wolfram, drepte, pentru sutură 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 404,911.19 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|---|--|-----------|
| 77 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Portac microchirurgical tip Castroviejo, lung.180mm | Bucată | 2 | <p>Portac microchirurgical, lungime 180 mm (+/-1 mm), branșe drepte cu micro serații de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură 6/0-10/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc. Micro serațiile de carbon cu wolfram vor fi specificate pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 40,692.95 |
| 78 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Portac microchirurgical tip Castroviejo, lung.200mm | Bucată | 4 | <p>Portac microchirurgical, lungime 200 mm (+/-1 mm), branșe drepte cu micro serații de 0,2 mm, din aliaj de carbon cu wolfram, pentru sutură 6/0-10/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc. Microserațiile de carbon cu wolfram vor fi specificate pe ambalajul produsului.*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație</p> | 81,385.91 |

| | | | | | | |
|----|---|---|--------|-----|---|-----------|
| | | | | | <p>internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 79 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Portac microchirurgical tip Castroviejo, lung.210mm | Bucată | 2 | <p>Portac microchirurgical, lungime 210 mm (+/-1mm), branșe curbate, acoperire cu praf de diamant, pentru sutură 4/0, mânere rotunjite cu clichet, tip arc. Praful de diamant va fi specificat pe ambalajul produsului. *Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 38,782.77 |
| 80 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Pensă port-tampon tip Mayer, curb, 260mm | Bucată | 124 | <p>Pensă port-tampon tip Mayer, lungime 260 mm (+/-1mm), cu branșe curbate, serate, mânere cu clichet. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena). *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | 21,051.15 |
| 81 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Pensă hemostatică tip Kocher-Ochsner, curb, 225mm | Bucată | 207 | <p>Pensă hemostatică tip Kocher-Ochsner, lungimea 225 mm (+/-1mm), cu branșe curbate, serate, dințat 1x2. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea</p> | 36,856.07 |

| | | | | | | |
|----|--|---|--------|-----|--|-----------|
| | | | | | <p>conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | |
| 82 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Pensă hemostatică tip Kocher-Ochsner, curb, 240mm | Bucată | 231 | <p>Pensă hemostatică tip Kocher-Ochsner, lungimea 240 mm (+/-1mm), cu branșe curbate, serate, dințat 1x2. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | 43,998.72 |
| 83 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Foarfece de disecție tip Mayo 170mm | Bucată | 87 | <p>Foarfece de disecție tip Mayo din aliaj de carbon cu wolfram, branșe curbate, bont/bont, lungimea 170 mm (+/-1mm). Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | 68,445.22 |
| 84 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Foarfece tip Potts-Smith 180mm | Bucată | 21 | <p>Foarfece tip Potts-Smith, lungime 180 mm (+/-1mm), tip supercut, branșe angulate 60°, ascuțite, lamă cu tăiere supercut, codificarea color a mânerelor supercut. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în</p> | 11,014.17 |

| | | | | | | |
|----|--|---|--------|-----|---|------------|
| | | | | | <p>format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | |
| 85 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Foarfece tip Potts-De Martel 220mm | Bucată | 27 | <p>Foarfece tip Potts-De Martel, lungime 220 mm (+/-1mm), fine, branșe angulate 60°, ascuțite. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | 19,974.58 |
| 86 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Pensă vasculară tip DE BAKEY, L-200 mm, 1,5mm | Bucată | 142 | <p>Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-1mm), branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | 82,316.45 |
| 87 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm | Bucată | 112 | <p>Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-1mm), tip ultralight, branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura) 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | 138,662.65 |

| | | | | | | |
|----|---|--|--------|----|--|------------|
| 88 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.200 mm, 3,5mm | Bucată | 19 | <p>Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 200 mm (+/-1mm), branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), 3,5 mm.</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | 11,014.17 |
| 89 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.240 mm, | Bucată | 29 | <p>Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 240 mm (+/-1mm), branșe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura) 3,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | 19,132.64 |
| 90 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Disector tip Penfield | Bucată | 39 | <p>Disector tip Penfield, lungime 205 mm (+/-1mm), bont, ușor curbată, mâner rotund, capăt distal curbat. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | 134,571.67 |
| 91 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Cârlig vascular St. Barts | Bucată | 1 | <p>Cârlig vascular St. Barts, lungime 180 mm, angular 90°, bont. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> | 690.11 |

| | | | | | | |
|----|---|--|--------|---|--|-----------|
| | | | | | <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | |
| 92 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Retractor tip Sauerbruch | Bucată | 1 | <p>Retractor tip Sauerbruch, lungime 260 mm (+/-1 mm), lățime 130x38mm, fenestrat. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | 5,520.89 |
| 93 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator CHIRURGIA vasculară | Tunelizator | Bucată | 2 | <p>Tunelizator Allenberg, curbat, 540mm, mănere cu clichet, nesteril, reutilizabil, material inox medical.*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | 6,901.11 |
| 94 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator CARDIOCHIRURGIE | Ciupitor tip Takahashi angular 130°, mușcătura sus- 3,00 mm, | Bucată | 5 | <p>Ciupitor tip Takahashi angular 130°, mușcătura sus- 3,00 mm, fin, lung. de lucru 120 mm (+/-3 mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | 54,633.80 |
| 95 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Clamă vasculară tip MULLER ALPHA, ușor curbat | Bucată | 1 | <p>Clamă vasculară tip MULLER ALPHA, ușor curbat, dințat tip DE BAKEY, forța de presiunea 3,5N. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si</p> | 6,901.11 |

| | | | | | | |
|----|--|------------------------------------|--------|-----|---|------------|
| | | | | | <p>declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | |
| 96 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Disector cu cremalieră | Bucată | 76 | <p>Disector cu cremaliera, lungime - 220mm., brașele de lucru 50x0,5mm, fine, miner drept.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 119,650.99 |
| 97 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Foarfece vertical încovoiate 14 cm | Bucată | 656 | <p>Foarfece cu vârfuri bonte vertical încovoiate 14 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | 50,251.13 |

| | | | | | | |
|----|--|------------------------------------|--------|-----|--|-----------|
| | | | | | <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 98 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Foarfece vertical încovoiate 17 cm | Bucată | 361 | <p>Foarfece cu vârfuri bonte vertical încovoiate 17 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 37,369.52 |
| 99 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Foarfece chirurgical tip "Kuper" | Bucată | 304 | <p>Foarfece chirurgical tip "Kuper" vertical încovoiate 160mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> | 31,469.07 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|-----|--|------------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 100 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Pensă cu cremaliera (Mikulicz) | Bucată | 994 | <p>Pensă cu cremaliera (Mikulicz), 195mm. *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 168,748.73 |
| 101 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Pensă cu cremaliera p/u albituri (Backhaus) | Bucată | 702 | <p>Pensă cu cremaliera p/u albituri 150mm, (Backhaus). *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului | 77,028.82 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------|-----|--|-----------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. | |
| 102 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Pensă de tip "Mosquito" vertical încovoiat | Bucată | 847 | <p>Pensă de tip "Mosquito" vertical încovoiat, vârf fin, lungime 125mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Reutilizabil, material inox medical. * Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. * Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. | 64,882.18 |
| 103 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Pensă de tip "Mosquito", încovoiat pe plan | Bucată | 569 | <p>Pensă de tip "Mosquito", încovoiat pe plan, lungime 151mm, vârf fin, 20x0,01mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Reutilizabil, material inox medical. * Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. * Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului | 77,487.52 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------|-----|---|-----------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. | |
| 104 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Pensă hemostatică Rochester-Ochsner încovoiată 200mm. (Kocher) | Bucată | 303 | <p>Pensă hemostatică Rochester-Ochsner 1x2 dinți , încovoiată lungime -200mm (Kocher).</p> <ul style="list-style-type: none"> *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. | 44,539.08 |
| 105 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Pensă hemostatică Rochester-Ochsner încovoiată 150mm. (Kocher) | Bucată | 205 | <p>Pensă hemostatică Rochester-Ochsner 1x2 dinți , încovoiată lungime -150mm (Kocher).</p> <ul style="list-style-type: none"> *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului | 25,040.68 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|-----|---|-----------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. | |
| 106 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Pensă hemostatică Rochester-Ochsner dreapta 200mm. (Kocher) | Bucată | 195 | <p>Pensă hemostatică Rochester-Ochsner 1x2 dinți , dreپți Nr 3 (200mm) Kocher, 55x0,5mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 28,260.05 |
| 107 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Pensă hemostatică tip ROCHESTER-PEAN | Bucată | 257 | <p>Pensă hemostatică tip ROCHESTER-PEAN, cu branșele curbate, serate, lungimea 160 mm (+/-3 mm).</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> | 30,328.31 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|-----|---|-----------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 108 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Pensa porttampon GROSS-MAIER , drept, 200mm | Bucată | 113 | <p>Pensa porttampon GROSS-MAIER , drept, cu clemariera, 200mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 17,780.02 |
| 109 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Pensa porttampon GROSS-MAIER , curb, 200mm | Bucată | 317 | <p>Pensa porttampon GROSS-MAIER , curb, cu clemariera, 220mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului | 50,534.77 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|-----|---|-----------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. | |
| 110 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Pensa porttampon GROSS-MAIER , drept, 250mm | Bucată | 151 | <p>Pensa porttampon GROSS-MAIER , drept, cu clemariera, 250mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. | 25,634.87 |
| 111 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Pensa porttampon GROSS-MAIER , curb, 250mm | Bucată | 142 | <p>Pensa porttampon GROSS-MAIER , curb, cu clemariera, 250mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului | 24,106.96 |

| | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|--------|----|--|-----------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. | |
| 112 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Pensa vasculara tip Satinsky (baby) | Bucată | 20 | <p>Pensa vasculara tip Satinsky (baby), curbă, mic cu cremalieră 150mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. | 15,568.91 |
| 113 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Portac tip DE BAKEY, lungimea 305 mm | Bucată | 44 | <p>Portac tip DE BAKEY, lungimea 305 mm (+/-10 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, branșele cu inserții de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <ul style="list-style-type: none"> *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului | 64,860.01 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|----|---|-----------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 114 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Portac microchirurgical tip Castroviejo, curbat, lung.145mm | Bucată | 4 | <p>Portac microchirurgical tip Castroviejo, lungime 145mm (+/-1mm), branșe curbate, pentru sutură 9/0-11/0, mânere plate tip arc, cu clichet. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 6,244.13 |
| 115 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Portac microchirurgical tip Castroviejo, drept, lung.145mm | Bucată | 25 | <p>Portac microchirurgical tip Castroviejo, lungime 145mm (+/-1mm), branșe drepte, pentru sutură 9/0-11/0, mânere plate tip arc, cu clichet. Reutilizabil, material inox medical, nesteril. Ambalaj securizat (pentru microportace si microfoarfece se va exclude ambalajul de polietilena).</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform</p> | 38,025.12 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------|--|--|------------|
| | | | | <p>catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | | |
| 116 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Portac tip DE BAKEY, lung.150 mm | Bucată | 145 | <p>Portac tip DE BAKEY, lungimea 150 mm (+/-1 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, brânșele cu inserții de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 169,111.73 |
| 117 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Foarfece vascular tip Potts-De Martel, lung.185 mm | Bucată | 38 | <p>Foarfece vascular tip Potts-De Martel, lungime 185 mm (+/-1mm), brânșe angulate 60°, ascuțite. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de</p> | 25,070.36 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|-----|--|------------|
| | | | | | referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | |
| 118 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Clamă vasculară tip DE BAKEY, 45° | Bucată | 7 | Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY (tip bulldog), angulară 45°, lungimea brașelor 53 mm (+/- 1 mm) dințat tip DE BAKEY, lungimea clamei 125 mm (+/- 1 mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 4,405.67 |
| 119 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Foarfece de disecție tip Baby-Metzenbaum | Bucată | 147 | Foarfece de disecție tip Baby-Metzenbaum din aliaj de carbon cu wolfram, fin, vârf curbat bont/bont, lungimea 145 mm (+/-1 mm). Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 137,967.01 |
| 120 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Pensă vasculară atraumatică DE BAKEY, lung.150 mm | Bucată | 13 | Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 150 mm (+/-1mm), fina, brașe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), vârf lățime 1,5 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 17,261.06 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------|----|---|------------|
| 121 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Clamă micro-vasculară atraumatică tip DE BAKEY-HESS | Bucată | 15 | Clamă micro-vasculară atraumatică tip DE BAKEY-HESS, angulară, lungimea brașelor 30 mm (+/- 1 mm), partea de lucru 20mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 43 mm (+/- 1 mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 25,568.62 |
| 122 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Forceps tip Iris de disecție, curbat, 100mm | Bucată | 31 | Forceps tip Iris de disecție fin, ușor curbat, lung. 100 mm (+/-1 mm), cu brașe serate. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 5,776.23 |
| 123 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Forceps pentru disecție tip BABY-MIXTER, lung.180mm | Bucată | 81 | Forceps pentru disecție tip BABY-MIXTER, cu brașele curbate, serate, lungimea 180 mm (+/-1mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 27,725.90 |
| 124 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lung.150 mm, 1,2mm | Bucată | 52 | Pensă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, lungime 150 mm (+/-1mm), mâner tip ultra-light, brașe drepte dințate de tip DE BAKEY (cu canelura), vârf maxim 1,2 mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele | 163,280.29 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------|----|--|-----------|
| | | | | | <p>corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | |
| 125 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Clește ciupitor os Liston, drept, lungime 220 mm | Bucată | 44 | <p>Clește ciupitor os Liston, drept, lungime 220 mm (+/-1mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | 17,307.99 |
| 126 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 170 mm | Bucată | 30 | <p>Clește ciupitor os Liston, ușor angular, lungime 170 mm (+/-1mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | 11,428.24 |
| 127 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 200 mm | Bucată | 29 | <p>Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 200 mm (+/-1mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | 11,167.38 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|-----|--|-----------|
| 128 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator de urgență | Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 220 mm | Bucată | 11 | <p>Clește ciupitor os Liston, angular, lungime 220 mm (+/-1mm). Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | 4,782.47 |
| 129 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Foarfece chirurgical STANDARD, 1 vârf ascuțit altul bont, drepte 15 cm | Bucată | 266 | <p>Foarfece chirurgical STANDARD, 1 vârf ascuțit altul bont, drepte 15 cm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 23,680.47 |
| 130 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Foarfece chirurgical STANDARD, bonte, încovoiate 17 cm | Bucată | 426 | <p>Foarfece chirurgical STANDARD, bonte, încovoiate 17 cm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform</p> | 44,098.10 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|-----|---|-----------|
| | | | | | <p>catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 131 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Foarfece chirurgical STANDARD bonte,drepte 150mm | Bucată | 184 | <p>Foarfece chirurgical STANDARD bonte, drepte 150mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 15,999.54 |
| 132 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Foarfece chirurgical Mayo-style, curbe 170mm | Bucată | 246 | <p>Foarfece chirurgical Mayo-style, curbe 170mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | 25,974.40 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|-----|--|-----------|
| | | | | | <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 133 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Foarfece chirurgical tip "METZENBAUM" mare | Bucată | 201 | <p>Foarfece chirurgical tip "METZENBAUM" mare ,curb 250mm 40x0,5mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 35,371.65 |
| 134 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Specula rectala bivalva, tip Bodenhammer 155mm | Bucată | 35 | <p>Specula rectala bivalva, tip Bodenhammer, 155 mm, lungimea oglinzii 90 mm, diametru 17 mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | 20,252.23 |

| | | | | | | |
|-----|---|----------------------------------|--------|-----|---|-----------|
| | | | | | <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 135 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Pensetă anatomică 20cm 200x2,5mm | Bucată | 226 | <p>Pensetă anatomică 20cm 200x2,5mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 17,312.13 |
| 136 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Pensă cu cremaliera (Mikulicz) | Bucată | 144 | <p>Pensă cu cremaliera (Mikulicz), 195mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> | 27,028.62 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------|-----|---|-----------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 137 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Pensă cu cremaliera p/u albituri (Backhaus) | Bucată | 116 | <p>Pensă cu cremaliera p/u albituri 150mm, (Backhaus).</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 12,728.41 |
| 138 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Pensă de tip "Mosquito" vertical încovoiat | Bucată | 324 | <p>Pensă de tip "Mosquito" vertical încovoiat, vârf fin, lungime 125mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului | 24,148.37 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|-----|---|-----------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. | |
| 139 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Pensă hemostatică Rochester-Ochsner încovoiați 150mm. (Kocher) | Bucată | 73 | <p>Pensă hemostatică Rochester-Ochsner 1x2 dinți , încovoiați lungime -150mm (Kocher).</p> <ul style="list-style-type: none"> *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. | 9,509.71 |
| 140 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Portac Mayo Hegar 200mm | Bucată | 510 | <p>Portac Mayo Hegar 200mm 10x0,02mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului | 67,575.68 |

| | | | | | | |
|-----|---|-------------------------------------|--------|-----|--|-----------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 141 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Miner pentru lame de bisturiu, N 4 | Bucată | 195 | <p>Portlama n 4. Compatibila cu lama N 20,22,23. Lungimea manerului 135-140 mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 8,659.69 |
| 142 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Penseta chirurgicala standard 140mm | Bucată | 408 | <p>Penseta chirurgicala standard 140mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului | 21,117.40 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------|-----|--|-----------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. | |
| 143 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie Colorectală | Pensă hemostatică ROCHESTER-PEAN 200mm | Bucată | 154 | <p>Pensă hemostatică ROCHESTER-PEAN: pensa curba cu clemariera 200mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Reutilizabil, material inox medical. * Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. * Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. | 22,318.19 |
| 144 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale bloc operator HBP și VAE | Miner pentru lame de bisturiu, N 4 | Bucată | 192 | <p>Portlama n 4. Compatibilă cu lama N 20,22,23. Lungimea manerului 135-140 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Reutilizabil, material inox medical. * Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. * Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine | 4,372.54 |

| | | | | | | |
|-----|--|------------------------------------|--------|-----|--|-----------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | |
| 145 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale bloc operator HBP si VAE | Miner pentru lame de bisturiu, N 3 | Bucată | 116 | <p>Portlama N 3 compatibila pentru lama N 20 - 22 - 23. Lungimea manerului 125-130 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Reutilizabil, material inox medical. * Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. * Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 2,401.59 |
| 146 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale bloc operator HBP si VAE | Foarfece chirurgicale drepte 130mm | Bucată | 179 | <p>Foarfece cu ambele virfuri ascutite drepte 130mm, Lungimea brașei de lucru 7mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator. * Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. * Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform | 17,047.12 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------|-----|---|-----------|
| | | | | | <p>catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 147 | Instrumente pentru interventii chirurgicale bloc operator HBP si VAE | Foarfece chirurgicale curbe tip Cooper 130mm | Bucată | 304 | <p>Foarfece cu ambele virfuri bonte curbe 130mm, Lungimea branșei taietoare 7-8 cm.</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 24,545.87 |
| 148 | Instrumente pentru interventii chirurgicale bloc operator HBP si VAE | Foarfece tip METZENBAUM 180mm | Bucată | 85 | <p>Foarfece curb 180mm , lungimea branșei taietoare 8-9 cm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garantie - minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 8,798.92 |
| 149 | Instrumente pentru interventii chirurgicale bloc operator HBP si VAE | Foarfece tip Nelson-METZENBAUM 250mm | Bucată | 175 | <p>Foarfece abdominal curb 250mm, Lungimea branșei taietoare 9-10cm.</p> <p>Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform</p> | 29,709.28 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|-----|--|-----------|
| | | | | | <p>catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 150 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale bloc operator HBP si VAE | Pensă hemostatică COLLER-CRILE 140mm | Bucată | 191 | <p>Pensă hemostatică COLLER-CRILE: dreapta cu clemariera 140mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 17,794.52 |
| 151 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale bloc operator HBP si VAE | Pensă hemostatică ROCHESTER-PEAN 200mm | Bucată | 65 | <p>Pensă hemostatică ROCHESTER-PEAN: pensa curba cu clemariera 200mm Reutilizabil, material inox medical, nesteril.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 9,420.02 |
| 152 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale bloc operator HBP si VAE | Pensa ROCHESTER-OCHSNER, dreaptă, 200mm | Bucată | 65 | <p>Pensă hemostatică ROCHESTER-OCHSNER : pensa curba, cu clemariera cu dinti 200mm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producator.</p> <p>*Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform</p> | 9,420.02 |

| | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|--------|-----|--|-----------|
| | | | | | <p>catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție - minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 153 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale bloc operator HBP și VAE | Pensa ROCHESTER-OCHSNER, curbă, 200mm | Bucată | 46 | <p>Pensă hemostatică ROCHESTER-OCHSNER, dreaptă, cu clemariera 200cm. Reutilizabil, material inox medical, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE, declarație de conformitate sau documente confirmative autohtone în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 6,666.47 |
| 154 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale bloc operator HBP și VAE | Pensa PEAN, curbă, fină, 160mm | Bucată | 282 | <p>Pensa hemostatică PEAN, fină, 160mm curba cu clemariera, Lungimea părții de clemare 12-13mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 58,383.40 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|-----|---|-----------|
| 155 | Instrumente pentru interventii chirurgicale bloc operator HBP si VAE | Pensa porttampon GROSS-MAIER , drept, 250mm | Bucată | 52 | <p>Pensa porttampon GROSS-MAIER , drept, cu clemariera, 250mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 8,827.90 |
| 156 | Instrumente pentru interventii chirurgicale bloc operator HBP si VAE | Portac MAYO-HEGARm, 200mm | Bucată | 169 | <p>Portac cu clemariera 200mm, lungimea branșei de clemare 6-7 mm., cu inserții TC.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau</p> | 52,482.95 |

| | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------------|--------|----|---|-----------|
| | | | | | la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | |
| 157 | Instrumente pentru interventii chirurgicale bloc operator HBP si VAE | Portac MAYO- HEGAR, 265mm | Bucată | 56 | <p>Portac lung cu clemariera 265mm, Lungimea brașei de clemare 8-9 mm. cu inserții TC.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 57,892.04 |
| 158 | Instrumente pentru interventii chirurgicale bloc operator HBP si VAE | Pencet atraumatic DE BAKEY, 200mm | Bucată | 45 | <p>Pencet atraumatic DE BAKEY, lungimea 200mm, grosimea brașei de clemare 2,0mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) | 10,726.91 |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------------------------|--------|-----|--|-----------|
| | | | | | <p>- Marcajul CE</p> <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 159 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale bloc operator HBP și VAE | Pencet anatomic Standard-Modelle | Bucată | 349 | <p>Pencet anatomic lungimea 250mm, parte de lucru 10-12mm, varf latime 2,0mm,</p> <p>* Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>* Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>* Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>* Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 27,898.32 |
| 160 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale bloc operator HBP și VAE | Pencet chirurgical Standard-Modelle | Bucată | 605 | <p>Pencet chirurgical standart cu dinti ce se întrepunză lungimea 150cm dintii 2,0-2,5mm ½ pentru prinderea și prezentarea unor structuri mai rezistente (piele , aponevroza)</p> <p>* Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>* Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>* Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>* Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului | 32,956.03 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------|----|---|-----------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | |
| 161 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale bloc operator HBP si VAE | Caseta pentru sterilizarea acelor chirurgicale | Bucată | 79 | <p>Caseta pentru sterilizarea acelor chirurgicale: Metal ; minim 7 dispartituri pentru ace chirurgicale cu gauri posibil de sterilizare minim 150x95x13mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 90,065.02 |
| 162 | Endoscopice Instrumente pentru intervenții chirurgicale bloc operator HBP si VAE | Tub pentru puncție cu control de aspirație 5mm | Bucată | 1 | <p>Tub pentru puncție cu control de aspirație a chisturilor, din 2 parti: corp- diametrul 5mm, varful acului pentru puncție diametrul 1,6mm, Lungimea - 360mm, conector Luer.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> | 1,704.30 |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------------------|--------|----|---|-----------|
| | | | | | <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 163 | Endoscopice Instrumente pentru intervenții chirurgicale bloc operator HBP si VAE | Termodisector tip L (Hook) | Bucată | 15 | <p>Termo disector tip L (Hook) D-5mm; L- 330± 30mm, varf - cirlig in forma de L , cu conector pin tip tata \varnothing4mm. pentru coagulare monopolară.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 53,157.88 |
| 164 | Instrumente chirurgicale pentru Chirurgie Hepatobiliopancreatică (TRANSPLANT) | Portac tip DE BAKEY 250mm | Bucată | 13 | <p>Portac tip DE BAKEY, lungimea 250 mm (+/-1 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, brânșele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> | 18,077.46 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------|--------|----|---|----------|
| | | | | | <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | |
| 165 | Instrumente chirurgicale pentru Chirurgie Hepatobiliopancreatică (TRANSPLANT) | Pensă hemostatică tip CRILE | Bucată | 62 | <p>Pensă hemostatică tip CRILE, cu brașele curbate, serate, lungimea 160 mm (+/-1 mm), reutilizabil, material inox medical, fără latex, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | 6,674.75 |
| 166 | Instrumente chirurgicale pentru Chirurgie Hepatobiliopancreatică (TRANSPLANT) | Portac tip DE BAKEY 250mm | Bucată | 2 | <p>Portac tip DE BAKEY, lungimea 250 mm (+/-1 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, brașele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Reutilizabil, material inox medical, nesteril.</p> <p>*Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | 2,781.15 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|----|--|----------|
| 167 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Foarfece chirurgical STANDARD ascuțite, vertical încovoiate 165mm | Bucată | 44 | <p>Foarfece chirurgical STANDARD,ascuțite, vertical încovoiate 165mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 4,281.45 |
| 168 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Foarfece chirurgical STANDARD cu un vârf ascuțit, drept 155mm | Bucată | 53 | <p>Foarfece cu un vârf ascuțit, drept 155 mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau</p> | 4,937.75 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|-----|---|-----------|
| | | | | | la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | |
| 169 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Foarfece chirurgical STANDARD, drepte 155mm | Bucată | 235 | <p>Foarfece chirurgical STANDARD, cu ambele vîrfuri bonte, drepte 155mm. *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 21,893.78 |
| 170 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Foarfece chirurgical STANDARD cu vîrfuri bonte vertical încovoiate 17cm | Bucată | 477 | <p>Foarfece chirurgical STANDARD cu vîrfuri bonte vertical încovoiate 17 cm,*Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE | 49,377.45 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|-----|--|-----------|
| | | | | | <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 171 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Foarfece chirurgical tip "METZENBAUM" mare. | Bucată | 114 | <p>Foarfece chirurgical tip "METZENBAUM" mare, curb 250mm 40x0,5mm,</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 20,061.53 |
| 172 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Pensă hemostatica 200mm | Bucată | 39 | <p>Pensă hemostatica tip ROCHESTER-PEAN 200mm, *Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului | 5,652.01 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|-----|--|-----------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | |
| 173 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Pensă cu cremaliera (Mikulicz) | Bucată | 190 | <p>Pensă cu cremaliera tip (Mikulicz), 200mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 35,817.92 |
| 174 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Pensă de tip "Halsted-Mosquito", încovoiat pe plan, 140mm | Bucată | 70 | <p>Pensă de tip "Halsted-Mosquito", încovoiat pe plan, 140mm, 20x0,01mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | 8,745.32 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|-----|--|-----------|
| | | | | | <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 175 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Pensa tip ROCHESTER-PEAN , încovoiată 260mm | Bucată | 48 | <p>Pensa tip ROCHESTER-PEAN , încovoiată 260mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 10,335.10 |
| 176 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Pensa chirurgicala standard, 160mm | Bucată | 487 | <p>Pensa chirurgicala standard, model cu 1*2 dinți, 160mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de</p> | 35,288.83 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|----|---|-----------|
| | | | | | <p>referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 177 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Pensa port tampon tip Gross-Maier curb, 250mm | Bucată | 20 | <p>Pensa port tampon tip Gross-Maier cu clemalieră, lungime 250mm, branșele curbe,</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 3,395.35 |
| 178 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Foarfece chirurgical tip "METZENBAUM" 300mm. | Bucată | 61 | <p>Foarfece chirurgical tip "METZENBAUM" mare, curb 300mm 40x0,5mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> | 11,366.13 |

| | | | | | | |
|-----|--|------------------------------------|--------|----|---|----------|
| | | | | | <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 179 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Pensa chirurgicala standard, 145mm | Bucată | 63 | <p>Pensa chirurgicala standard, 145mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 3,431.78 |
| 180 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Penseta vasculara DE BAKEY | Bucată | 1 | <p>Pensetă vasculara DE BAKEY 200x1,5 mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> | 238.38 |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------------------|--------|----|---|----------|
| | | | | | <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 181 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Penseta vasculara DE BAKEY | Bucată | 2 | <p>Pensetă vasculara DE BAKEY 300x1mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 680.52 |
| 182 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Pensa hemostatica HEISS | Bucată | 16 | <p>Pensa hemostatica HEISS 200mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie</p> | 5,374.95 |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------------|--------|----|--|----------|
| | | | | | <p>confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 183 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Extractor de piatra | Bucată | 5 | <p>Extractor de piatra tip HEIMING 170mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 1,532.16 |
| 184 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Portac Mayo Hegar 200mm | Bucată | 28 | <p>Portac Mayo Hegar 200mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea</p> | 4,057.85 |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------|--------|---|--|----------|
| | | | | | <p>conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 185 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Pensa SATINSKY | Bucată | 5 | <p>Pesa SATINSKY 150mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 3,892.23 |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------|--------|----|---|----------|
| 186 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Pensa SATINSKY | Bucată | 6 | <p>Pesa SATINSKY 205mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.*</p> <p>Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 5,755.53 |
| 187 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Pensa DE BAKEY | Bucată | 11 | <p>Pesa DE BAKEY 170mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau</p> | 3,366.45 |

| | | | | | | |
|-----|--|------------------|--------|----|---|-----------|
| | | | | | la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | |
| 188 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Pensa ALLIS-BABY | Bucată | 20 | <p>Pesa ALISS-BABY 140 mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 5,520.89 |
| 189 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Pensa ALLIS | Bucată | 72 | <p>Pesa ALLIS 190mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație</p> | 22,063.13 |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------------------------|--------|-----|---|-----------|
| | | | | | <p>internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 190 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Miner bisturiu N3 p/u lama 20,22,23 | Bucată | 116 | <p>Miner bisturiu N3 p/u lama 20,22,23. * Reutilizabil, material inox medical. * Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. * Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 2,401.59 |
| 191 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Urologie | Portac cu branse drepte | Bucată | 20 | <p>Portac tip DE BAKEY cu branse drepte 310mm. * Reutilizabil, material inox medical. * Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. * Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE</p> | 23,452.28 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|----|--|-----------|
| | | | | | <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 192 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Pensa port tampon tip GROSS-MAIER, direct 250mm | Bucată | 90 | <p>Pensa port tampon tip GROSS-MAIER, 250mm direct, Cronțang.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 15,279.06 |
| 193 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Pensa port tampon tip GROSS-MAIER,curb,250mm | Bucată | 95 | <p>Pensa port tampon tip GROSS-MAIER, 250mm curb, Cronțang.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) | 16,127.90 |

| | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|--------|----|--|----------|
| | | | | | <p>- Marcajul CE</p> <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 194 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Pensă hemostatică tip CRAFOORD | Bucată | 18 | <p>Pensă hemostatică tip CRAFOORD, cu brașele curbate, serate, lungimea 240 mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 4,099.26 |
| 195 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Pensă cu cremaliera ROCHESTER-OCHSNER | Bucată | 15 | <p>Pensă cu cremaliera ROCHESTER-OCHSNER, 200mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului | 2,173.85 |

| | | | | | | |
|-----|--|-----------------------------|--------|-----|---|-----------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | |
| 196 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Pensa hemostatica tip HEISS | Bucată | 100 | <p>Pensă hemostatică tip HEISS, cu brașele curbate, serate, lungimea 200 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 33,593.46 |
| 197 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Pensa hemostatica tip PEAN | Bucată | 222 | <p>Pensă hemostatică tip PEAN, cu brașele curbate, serate, lungimea 140 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului | 20,682.63 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|-----|--|-----------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | |
| 198 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Pensă hemostatică încovoiată tip Kocher | Bucată | 180 | <p>Pensă hemostatică 1x2 dinți , încovoiată (160mm) Kocher.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 23,448.60 |
| 199 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Portac tip MAYO HEGAR | Bucată | 463 | <p>Mayo Hegar 200mm 10x0,02mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> | 67,099.50 |

| | | | | | | |
|-----|---|--------------------------------------|--------|----|---|-----------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 200 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Portac tip DE BAKEY, lungimea 250 mm | Bucată | 22 | <p>Portac tip DE BAKEY, lungimea 250 mm (+/-1 mm), din aliaj de carbon cu wolfram, brânșele cu inserți de carbon de max. 0,4 mm, pentru sutura 4/0-6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 43,603.98 |
| 201 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Foarfece chirurgical tip DOYEN | Bucată | 98 | <p>Foarfece chirurgical tip DOYEN vertical incovoiete 170mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform</p> | 11,361.99 |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------------------|--------|-----|---|------------|
| | | | | | <p>catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 202 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Foarfece de disecție tip Mayo | Bucată | 45 | <p>Foarfece de disecție tip Mayo din aliaj de carbon cu wolfram, vîrf drept bont, acoperit cu un strat anti-reflecție, rezistență sporită împotriva coroziunii, lungimea 140-145 mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 186,330.00 |
| 203 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Penceta anatomica STANDARD | Bucată | 120 | <p>Penceta anatomica STANDARDL-20cm, 200x2,5mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în</p> | 9,192.28 |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------------------|--------|-----|---|-----------|
| | | | | | <p>format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 204 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Penceta chirurgicală STANDARD | Bucată | 236 | <p>Penceta chirurgicală STANDARD, L-16cm , 160x2,5mm, 1x2.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 17,100.95 |
| 205 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Pencet vascular DE BAKEY | Bucată | 42 | <p>Tip "DE BAKEY" L-240mm 1,5x0,01mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> | 27,709.34 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|-----|---|-----------|
| | | | | | <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 206 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Pensă cu cremaliera p/u albituri (Backhaus) | Bucată | 110 | <p>Pensă cu cremaliera p/u albituri 150mm, (Backhaus).</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 12,070.04 |
| 207 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Venoextractor Nabatoff | Bucată | 7 | <p>Set venextractor Nabatoff, ușor flexibil, miner detasabil, oliva nativă 2,0-2,5mm, suplimentar olive de 9mm, 12mm și 15mm, în cutie pentru pastrare, autoclavabil.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> | 35,776.74 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|---|---|-----------|
| | | | | | <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 208 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, 115mm | Bucată | 2 | <p>Clamă vasculară atraumatică tip DE BAKEY, curbată, lungimea brașnelor 115 mm (+/- 1 mm), lungimea clamei - 300 mm (+/- 3 mm).*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 18,610.00 |
| 209 | Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgie generală | Penceta anatomica cu izolare | Bucată | 4 | <p>Penceta anatomica cu izolare. L - 250mm,portiunea neizolata spre virf -10mm , latimea virfului- 2mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea</p> | 16,102.59 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------|---|---|-----------|
| | | | | | <p>conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 210 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgia Generala | Pensa tip Maryland de coagulare sectionare si disecție tehnologie Legasure | Bucată | 8 | <p>L-370mm., D- 5mm. Tip Maryland cu vîrfuri bonte, curbate, deschidere cu acțiune dublă, cu serații transversale.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 83,464.95 |

| | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------|--------|----|--|-----------|
| 211 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgia Generala | Termodisector tip L (Hook) | Bucată | 7 | <p>Termodisector tip L (Hook) D-5mm; L- 330± 30mm, varf - cirlig in forma de L , cu conector pin tpi tata \varnothing4mm. pentru coagulare monopolară.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 24,807.01 |
| 212 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgia Generala | Foarfece Metzenbaun endoscopic | Bucată | 10 | <p>Foarfece Metzenbaun endoscopic D-5mm ; L-400± 30mm, lungime de lucru 15mm, curbat, deschidere cu acțiune dublă, cu seraii transversale, cu vîrfuri bonte, rotunjite, miner cu cremaliera , dezasamblabil, pentru uz multiplu.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație</p> | 93,441.04 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------|---|--|----------|
| | | | | | <p>internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 213 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgia Generala | Trocar pentru canulă 5,5-6mm (150mm) | Bucată | 3 | <p>Trocar pentru canulă 5,5-6mm, 150± 10mm lungime de lucru, cu vîrf conic,</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 7,060.66 |
| 214 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgia Generala | Canula (port laparoscopic) de 11mm (150mm) | Bucată | 4 | <p>Canula (port laparoscopic) de 11 mm diametru, parte de lucru 150± 10mm, cu conector robinet pentru insuflator, valvă multifuncțională, capat distal oval oblic.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) | 6,738.30 |

| | | | | | | |
|-----|--|-----------------------------------|--------|---|---|-----------|
| | | | | | <p>- Marcajul CE</p> <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 215 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgia Generala | Trocar pentru canulă 11mm (150mm) | Bucată | 3 | <p>Trocar pentru canulă 11mm, 150± 10mm lungime ce lucru, cu vîrf conic.*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 28,486.13 |
| 216 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgia Generala | Tub aspirare laparoscopica 10mm | Bucată | 4 | <p>Tub aspirare laparoscopica D-10mm: L-360mm, bont, cu conector tip tata pentru tubul de aspiratie din polipropilen.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului | 42,093.47 |

| | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|--------|---|--|-----------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | |
| 217 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgia Generala | Tub de irigare aspirare laparoscopica | Bucată | 6 | <p>Tub de irigare aspirare laparoscopica D- 5mm; L- 330 mm, cu control biirecțional tip stopcock, cu orificii laterale la varf.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 15,744.47 |
| 218 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgia Generala | Portac laparoscopic drept | Bucată | 1 | <p>Portac D-5mm ;L-340±30mm, cu brânșele bonte, drepte, cu insertii TC (tungsten carbide), pentru sutura 2/0-4/0 , cu miner ergonomic drept, cu clichet de dezangajare, pentru uz multiplu.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform</p> | 16,332.63 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--------|---|---|-----------|
| | | | | | <p>catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 219 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgia Generala | Portac laparoscopic curbat stanga | Bucată | 1 | <p>Portac D-5mm ;L-340±30mm, cu brașele bonte, curbate stanga, cu insertii TC (tungsten carbide), pentru sutura 2/0-4/0 , cu miner ergonomic drept, cu clemalieră de dezangajare, pentru uz multiplu. *Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 16,332.63 |
| 220 | Endoscopice Instrumente chirurgicale pentru bloc operator Chirurgia Generala | Departator în evantai cu 5 lame laparoscopic 10 mm | Bucată | 3 | <p>Departator în evantai cu 5 lame laparoscopic D-10mm: L-min 360mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în</p> | 19,133.31 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------|----|---|-----------|
| | | | | | <p>format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 221 | Instrumente chirurgicale pentru secția Morfopatologie | Cuțit p/u amputație mare LANGENBERCH, 315mm | Bucată | 60 | <p>Cuțit p/u amputație mare LANGENBERCH 315x180mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 20,454.89 |
| 222 | Instrumente chirurgicale pentru secția Morfopatologie | Cuțit p/u amputație mic LANGENBERCH, 250mm | Bucată | 58 | <p>Cuțit p/u amputație mic LANGENBERCH, 250x 120mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> | 16,731.05 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|----|--|-----------|
| | | | | | <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 223 | Instrumente chirurgicale pentru secția Morfopatologie | Cuțit p/u coaste, cartilagos LANGENBERCH | Bucată | 56 | <p>Cuțit p/u coaste, cartilagos LANGENBERCH 205x 75x 3,5mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 17,160.21 |
| 224 | Instrumente secția consultativă | Specul nazal, tip Hartman-halle, 30 mm. | Bucată | 71 | <p>Specul nazal, tip Hartman-halle, 30 mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin</p> | 17,345.25 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---|--------|-----|--|-----------|
| | | | | | <p>semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 225 | Instrumente secția consultativă | Specul nazal, tip Hartman-halle, 35mm. | Bucată | 59 | <p>Specul nazal, tip Hartman-halle, 35mm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 14,413.66 |
| 226 | Instrumente secția consultativă | Specul auricular, tip Hartman-diam 4.5 ,metal placat. | Bucată | 100 | <p>Specul auricular, tip Hartman-diam 4.5 ,metal placat.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> | 4,759.47 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---|--------|----|---|----------|
| | | | | | <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 227 | Instrumente secția consultativă | Specul auricular, tip Hartman-, diam 5.5,metal placat | Bucată | 98 | <p>Specul auricular, tip Hartman-, diam 5.5,metal placat</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 4,664.28 |
| 228 | Instrumente secția consultativă | Specul auricular, tip Hartman-diam 6.5 ,metal placat | Bucată | 33 | <p>Specul auricular, tip Hartman-diam 6.5 ,metal placat</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie</p> | 1,570.62 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---|--------|-----|--|-----------|
| | | | | | <p>confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 229 | Instrumente secția consultativă | Spatula, 145 mm, 5 3/4",metal placat | Bucată | 119 | <p>Spatula, 145 mm, 5 3/4",metal placat</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 8,098.72 |
| 230 | Instrumente secția consultativă | Cirlig auricular tip Zaufal cu buton, lung 150 mm | Bucată | 28 | <p>Cirlig auricular tip Zaufal cu buton, lung 150 mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea</p> | 11,091.47 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------|--------|---|---|----------|
| | | | | <p>conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | | |
| 231 | Instrumente secția consultativă | Pensă nazală curbată Hartman 16 cm. | Bucată | 19 | <p>pensă nazală curbată Hartman 16 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 8,260.63 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---|--------|----|--|-----------|
| 232 | Instrumente secția consultativă | Pensă auriculară curbată, tip Hartman-diminesiuni 14 cm. | Bucată | 37 | <p>Pensă auriculară curbată, tip Hartman-diminesiuni 14 cm.</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 34,777.46 |
| 233 | Instrumente secția consultativă | Pensă auriculară curbată, tip Hartmann-Wullstein (x-85 mm) | Bucată | 12 | <p>Pensă auriculară curbată, tip Hartmann-Wullstein (x-85 mm)</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau</p> | 4,493.73 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------|---|--------|----|---|-----------|
| | | | | | la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | |
| 234 | Instrumente secția consultativă | Specula rectala bivalva, tip Sims, 155 mm, lung oglinzii 90 mm, diam 17 mm. | Bucată | 6 | <p>Specula rectala bivalva, tip Sims, 155 mm, lung oglinzii 90 mm, diam 17 mm. *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 3,602.38 |
| 235 | Instrumente secția consultativă | seringa Janet de uz multiplu,corp metalic si sticla cu canula metalica, 150 ml. | Bucată | 48 | <p>seringa Janet de uz multiplu,corp metalic si sticla cu canula metalica, 150 ml. *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație</p> | 34,781.60 |

| | | | | | | |
|-----|---|----------------------------------|--------|----|---|------------|
| | | | | | <p>internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 236 | Instrumente chirurgicale pentru traumatologie | Cleste(taietor)p/u brose | Bucată | 40 | <p>Cleste (taetor)p/u brose *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 82,813.33 |
| 237 | Instrumente chirurgicale pentru traumatologie | Cleste (taietor) p/u fise Schanz | Bucată | 17 | <p>Cleste (taietor) p/u fise Schanz *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE</p> | 103,240.62 |

| | | | | | | |
|-----|---|------------------------------------|--------|----|--|-----------|
| | | | | | <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 238 | Instrumente chirurgicale pentru traumatologie | Ciupitor de os Stille Ruskin 230mm | Bucată | 14 | <p>Ciupitor de os Stille Ruskin 230mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 16,038.18 |
| 239 | Instrumente chirurgicale pentru traumatologie | Ciupitor de os Stille Ruskin 270mm | Bucată | 3 | <p>Ciupitor de os Stille Ruskin 270mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) | 3,436.75 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|----|---|-----------|
| | | | | | <p>- Marcajul CE</p> <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 240 | Instrumente chirurgicale pentru traumatologie | Ciupitor de os Bohler 150mm | Bucată | 9 | <p>Ciupitor de os Bohler 150mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 10,310.26 |
| 241 | Instrumente chirurgicale pentru traumatologie | Clește de taiat os Stille Liston 270mm | Bucată | 13 | <p>Clește de taiat os Stille Liston 270mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine | 14,892.60 |

| | | | | | | |
|-----|---|------------------------------|--------|----|--|-----------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | |
| 242 | Instrumente chirurgicale pentru traumatologie | Fixator de os Farabeuf 270mm | Bucată | 17 | <p>Fixator de os Farabeuf 270mm</p> <ul style="list-style-type: none"> * Reutilizabil, material inox medical. * Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. * Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 19,944.21 |
| 243 | Instrumente chirurgicale pentru traumatologie | Rașpă Putti 300mm | Bucată | 10 | <p>Rașpă Putti 300mm</p> <ul style="list-style-type: none"> * Reutilizabil, material inox medical. * Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. * Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului | 9,661.56 |

| | | | | | | |
|-----|---|--------------------------------------|--------|---|--|----------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | |
| 244 | Instrumente chirurgicale pentru traumatologie | Ghid pentru sirma de tip Demel 240mm | Bucată | 3 | <p>Ghid pentru sirma de tip Demel 240mm</p> <ul style="list-style-type: none"> * Reutilizabil, material inox medical. * Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. * Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 2,070.33 |
| 245 | Instrumente chirurgicale pentru traumatologie | Ghid pentru sirma de tip Demel 270mm | Bucată | 8 | <p>Ghid pentru sirma de tip Demel 270mm</p> <ul style="list-style-type: none"> * Reutilizabil, material inox medical. * Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. * Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. * Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului | 5,520.89 |

| | | | | | | |
|-----|---|----------------------|--------|---|--|----------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | |
| 246 | Instrumente chirurgicale pentru traumatologie | Osteotom 16mm lațime | Bucată | 4 | <p>Osteotom 16mm lațime</p> <ul style="list-style-type: none"> *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 2,484.40 |
| 247 | Instrumente chirurgicale pentru traumatologie | Osteotom 30mm lațime | Bucată | 2 | <p>Osteotom 30mm lațime</p> <ul style="list-style-type: none"> *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: | 1,242.20 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------|----|---|----------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | |
| 248 | Instrumente chirurgicale pentru traumatologie | Burghiu 1-200-250mm., la diametru 2,5mm | Bucată | 20 | <p>Burghiu 1-200-250mm., la diametru 2,5mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 5,520.89 |
| 249 | Instrumente chirurgicale pentru traumatologie | Burghiu 250mm., la diametru 2,8mm | Bucată | 15 | <p>Burghiu 250mm., la diametru 2,8mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> | 4,140.67 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------|----|---|----------|
| | | | | | * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. | |
| 250 | Instrumente chirurgicale pentru traumatologie | Burghiu 1-200-250mm., la diametru 3,2mm | Bucată | 32 | Burghiu 1-200-250mm., la diametru 3,2mm *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. | 8,833.42 |
| 251 | Instrumente chirurgicale pentru traumatologie | Burghiu canulat 1-200-250mm., la diametru 3,5mm | Bucată | 7 | Burghiu canulat 1-200-250mm., la diametru 3,5mm *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. | 7,729.24 |
| 252 | Instrumente chirurgicale pentru traumatologie | Burghiu 1-300mm., la diametru 4,0 mm | Bucată | 4 | Burghiu 1-300mm., la diametru 4,0 mm *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. | 1,104.18 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|--------|---|--|----------|
| 253 | Instrumente chirurgicale pentru traumatologie | Burghiu 1-200-250mm., la diametru 4,5mm | Bucată | 7 | <p>Burghiu 1-200-250mm., la diametru 4,5mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 1,932.31 |
| 254 | Instrumente chirurgicale pentru traumatologie | Burghiu canulat 1-300mm la diam. 4,5mm | Bucată | 5 | <p>Burghiu canulat 1-300mm la diam. 4,5mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 5,520.89 |
| 255 | Instrumente chirurgicale pentru traumatologie | Burghiu canulat 1-300mm la diam. 2,5mm | Bucată | 4 | <p>Burghiu canulat 1-300mm la diam. 2,5mm</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> | 4,416.71 |
| 256 | Instrumente chirurgicale pentru traumatologie | Ghid p/u burghiu 2,8mm (placi blocate) | Bucată | 6 | <p>Ghid p/u burghiu 2,8mm (placi blocate)</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea</p> | 3,312.53 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|--------|---|--|----------|
| | | | | <p>conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | | |
| 257 | Instrumente chirurgicale pentru traumatologie | Ghid p/u burghiu 4,5mm (placi blocate) | Bucată | 4 | <p>Ghid p/u burghiu 4,5mm (placi blocate)</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 2,208.36 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----------------------------------|--------|----|---|----------|
| 258 | Instrumente chirurgicale pentru traumatologie | Extractor de șuruburi deteriorate | Bucată | 11 | <p>Extractor de șuruburi deteriorate</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 7,591.22 |
| 259 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Disc pelvin | Bucată | 6 | <p>Disc pelvin</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau</p> | 4,968.80 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|--------|---|--|----------|
| | | | | | la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | |
| 260 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Pensă de reducere pelvină, înclinată - sub unghi, cu bilă, cu virfurile ascutite, mică și mare (Pelvic Reduction Forceps Angled) | Bucată | 2 | <p>Pensă de reducere pelvină, înclinată - sub unghi, cu bilă, cu virfurile ascutite, mică și mare (Pelvic Reduction Forceps Angled)</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 9,385.51 |
| 261 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Pensă de reducere pelvină, asimetrică, cu bila cu virfurile ascutite mare (Pelvic Reduction Forceps, asymmetric (Large)) | Bucată | 1 | <p>Pensă de reducere pelvină, asimetrică, cu bila cu virfurile ascutite mare (Pelvic Reduction Forceps, asymmetric (Large))</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) | 4,968.80 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--|--------|---|--|----------|
| | | | | | <p>- Marcajul CE</p> <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.asimetrică, cu bila cu virfurile ascutite mare (Pelvic Reduction Forceps, asymmetric (Large))</p> | |
| 262 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Pensă de reducere pelvină, cu bila cu virfurile ascutite, cu trei vârfuri (Pelvic Reduction Forceps 3 pointed tip) | Bucată | 1 | <p>Pensă de reducere pelvină, cu bila cu virfurile ascutite, cu trei vârfuri (Pelvic Reduction Forceps 3 pointed tip)</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE <p>* Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.</p> <p>* Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior.</p> <p>* Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului.</p> | 4,968.80 |
| 263 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Pensă Forceps pentru reducerea pelvină pentru suruburi (Pelvic Reduction Forceps With Screw) | Bucată | 1 | <p>Pensă Forceps pentru reducerea pelvină pentru suruburi (Pelvic Reduction Forceps With Screw)</p> <p>*Reutilizabil, material inox medical.</p> <p>*Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p> <p>* Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație:</p> | 4,968.80 |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------|--------|---|--|---------------------|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | |
| 264 | Fixatoare pentru fracturile bazinului | Indicator de adincime 0-100 mm | Bucată | 4 | <p>Indicator de adincime 0-100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> *Reutilizabil, material inox medical. *Certificat CE si declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit – valabil - copie confirmată prin semnătura Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie și în format electronic obligatoriu, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Pe fiecare instrument să fie înscrisă următoarea informație: <ul style="list-style-type: none"> - Producătorul sau logo-ul producătorului - Codul instrumentului - Țara de origine - Stainless (oțel inox) - Marcajul CE * Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare. * Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului și/sau la sediul beneficiarului final pentru produsele care nu au fost folosite anterior. * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului. | 5,520.89 |
| | Total per loturi | | | | | 8,943,722.54 |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru mai multe loturi;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate: Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vînzătorului pe parcursul anului 2023:

În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă.

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2023

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente **OBLIGATORII** care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). **Neprezentarea sau completarea neconformă a documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)**

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligați vitatea |
|---------|---|--|------------------|
| 1 | Cererea de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i> | DA |
| 2 | Specificația tehnică | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> | DA |
| 3 | Specificația de preț | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> | DA |
| 4 | DUAE | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire; <i>.Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i> | DA |
| 5 | Garanția pentru ofertă | - 2 % din valoarea ofertei fără TVA. | DA |

| | | | |
|--|--|---|----|
| | | <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 120 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 24 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;</p> | |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertei (120 de zile) | <p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> | DA |
| Cerinte de calificare obligatorii | | | |
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | <p>eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> | DA |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | <p>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> | DA |
| 9 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | <p>eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> | DA |
| 10 | Declarație cu privire la înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | <p>prin care participantul se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile contractate pînă la momentul livrării acestora- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> | DA |
| 11 | Declarație de la ofertant | <p>cu privire la Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice</p> | DA |

| | | | |
|----|--|---|----|
| | | de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, | |
| 12 | Declarație de la ofertant | cu privire la prezentarea mostrelor în termen de 10 zile lucrătoare de la solicitare, ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al mostrei - Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, | DA |
| 13 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | DA |
| 14 | Notă | Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. | DA |
| 15 | Notă | În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. | DA |

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chisinau-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat

Codul bancii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 24 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chisinau-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat

Codul bancii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cunatum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă pînă la data de 31.01.2024 (valabilitatea contractului va fi pînă la 31.12.2023).

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică
22. Ofertele se prezintă: în lei.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.
24. Modalitatea evaluării ofertelor: per lot la cu corespunderea tuturor cerințelor.
25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 - conform SIA RSAP MTender
27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 120 de zile
29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
30. Ofertele întârziate vor fi respinse.
31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).
36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul III -IV 2022.
37. Data publicării anunțului de intenție: S-a transmis spre publicare la data de 25.07.2022
38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 25.07.2022
39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| | |
|--|------------------------------|
| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| Sistemul de comenzi electronice | - |
| Facturarea electronică | Se va utiliza |
| Plățile electronice | Se va utiliza |

40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da _____

(se specifică da sau nu)

/ Conducătorul grupului de lucru: semnat electronic

Gheorghe GORCEAG