



УТВЕРЖДАЮ

И.О. Генерального директора

„CET-Nord” SA

М.Ф. Брынза

„16” 08 2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка эталонных газовых смесей на 2022г.

1. Введение

Техническое задание является неотъемлемой частью документации по присуждению, сопровождающая технический проект и подробно описывающая технические требования, на основании которых каждый участник тендера составляет техническое и финансовое предложение.

В этом отношении любая представленная оферта, которая отличается от положений технического задания, будет принята во внимание, но только в той мере, в какой техническое предложение подразумевает предоставление качественного уровня, превосходящего минимальные требования технического задания. Оферты не соответствующие требованиям спецификаций, будут объявлены как несоответствующие и будут отклонены.

2. Необходимость

Настоящее техническое задание предназначено для закупки эталонных газовых смесей, являющихся рабочим эталоном для периодической градуировки измерительных и защитных систем оборудования "CET - Nord" SA, находящегося по адресу м. Бэлць, ул. Шт. чел Маре, 168.

Таблица №1

№	Наименование	Кол-во (шт.)
1.	Метан (CH ₄) в N ₂ 2,00%	Баллон 10л - 1 шт.
2.	Метан (CH ₄) в N ₂ 1,07%	Баллон 5л - 1 шт.
3.	Метан (CH ₄) в N ₂ 0,75%	Баллон 5л - 1 шт.
4.	Кислород (O ₂) в N ₂ 2,1 %	Баллон 10л - 1 шт.
5.	Оксид углерода CO в N ₂ 198 ppm	Баллон 5л - 1 шт.
6.	Оксид углерода CO в N ₂ 977 ppm	Баллон 10л - 1 шт.
7.	Азот особо чистый	Баллон 10л - 1 шт.

3. Требования к характеристикам смесей и баллонам:

- товар должен соответствовать заявленным характеристикам;
- абсолютная расширенная неопределённость не должна превышать 0,02%;
- по качеству товар должен соответствовать стандартам, ГОСТу или техническим условиям и спецификациям производителя, а также иметь сертификат, подтверждающий соответствие ГОСТу;
- баллоны должны иметь соответствующие маркировки;
- при хранении и транспортировке вентиль на баллоне должен быть закрытым, иметь заглушку штуцера и защитный колпак;



- для предотвращения коррозии баллон необходимо защищать от избыточной влаги (осадков);
- при транспортировке баллон размещать горизонтально и предотвращать его перекатывание и падение.

4. Требования к упаковке, маркировке, транспортировке

Вся продукция должна быть промаркирована. Во время транспортирования и погрузо-разгрузочных работ транспортная тара не должна подвергаться резким ударам и прямому воздействию осадков и пыли.

5. Требования к условиям поставки и приёмки

Количественная / качественная приёмка будет происходить на складе „CET – Nord” SA, находящемся по адресу м. Бэлць, ул. Шт. чел Маре, 168, при наличии сопровождаемой документации (товарные накладные, сертификаты, паспорта качества).

6. Требования к гарантии

Срок годности смесей не менее 1,5 лет. Срок будет определяться в соответствии с сертификатами на поставляемую продукцию всех доставленных единиц.

Штуцера (вместе с заглушкой) смесей, поставляемых по контракту, должны быть запечатаны термоусадочной плёнкой. Кроме того, поставщик обязан убедиться, что баллоны не имеют дефектов.

7. Контактные лица:

отдел снабжения – Рошка Г.

Телефон: + 373 (231) 5-33-67

e-mail: logistic@cet-nord.md

нач. цеха тепловой автоматики - Немцан В.А.

Телефон: + 373 (231) 5-33-85

e-mail: v.nemtan@cet-nord.md

Составил:

Мастер ЦТАИ



Гриненко В.А.

Начальник ЦТАИ



Немцан В.А.

Согласовано:

Технический директор



Савин И.Д.

Начальник отдела снабжения



Рошка Г.