Anexa nr. 2
la Documentația standard aprobată prin
Ordinul ministrului finanțelor nr. 115
din "15" 09. 2021

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind *Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 12)*

prin procedura de achiziție: Licitație deschisă

1. **Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
2. **IDNO: 1016601000212**
3. **Adresa: Republica Moldova, CHIŞINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
4. **Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
5. **Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante:** office@capcs.gov.md**;** www.capcs.gov.md**;**
6. **Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:** ***documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Cod CPV 33100000-1

Nr. Lot	Denumire Lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea estimată fără TVA	Beneficiar
1	Sistem garou pneumatic, cu accesorii	Descriere: Pentru utilizarea în timpul intervenţiilor chirurgicale, care restricţionează circulaţia sângelui la nivelul membrilor Parametru Specificaţia Presiune minimă ≤ 20 mmHg Da Presiune maximă ≥ 650 mmHg Da Pas de setare a presiunii ≤ 5 mmHg Da Interval de timp minim ≤ 5 min Da Interval de timp maxim ≥ 180 min Da Ecran LCD grafic TFT, Touchscreen cu diagonala 7inch (+/- 1 inch) Da Număr de canale 2 canale (4 porturi pentru 2 manşete duble sau manşetesimple) Da Senzor LOP Pentru verificarea presiunii de ocluzie a membrelor şi reglareaautomată a presiunii optime Opţional Autotestare a presiunii şi verificarea sistemului Da Calibrare automată a senzorului de presiune Da Sistem de alarmă acustica şi vizuală Da Baterie încorporată Cu autonomie min. 10 ore în modul de funcţionare Da Interfaţă de utilizare a ecranului tactil Da Suport pentru masa sau stâlp Da Alimentarea 100- 220V, 50Hz Da Accesorii: Manşetă dublă reutilizabilă, mărimea şi tipul la solicitarea utilizatorului înaintede livrare min. - 4 buc Da Set de tuburi min. - 4 buc Da Cablu de alimentare min. 1 buc. Da Set de calibrare pentru bioinginer min. 1 set. Da Troleu cu 5 rotile şi coş Da Alte cerinţe: Manuale de utilizare În limba de stat (Română), în cazul în care nu este prezentsă fie prezentat manualul în limba de stat cu ştampila biroului de traducere. Da Manual de service În limba de stat (română) sau în una din limbile de circulaţie internaţională (rusă sau engleză) da Instalarea şi testarea la locul necesar Da	buc	1	200 000,00	SR Causeni
2	Lupa binoculara	Lupa binoculara Descriere: Este un instrument optic folosit de medici pentru a mări şi clarifica structurile fine din ureche, nas şi gât în timpul examinării sau intervenţiilor chirurgicale Parametru Specificaţie Putere de mărire minim 2.5 Unghi de vizualizare Ajustabil Câmp visual 95-120 mm Iluminare Integrată Tip lumina LED cu fascicul focalizat Distanţa de lucru 350-450 mm Suport ochelari sau bandă de cap Baterie reâncarcabilă Autonomia bateriei minim 3 ore Incărcător baterie	buc	1	58 300,00	AMT Centru
3	Osteodensitometru	Osteodensitometru computerizat Descriere: Este un aparat folosit pentru evaluarea densităţii şi calităţii osului. Parametru Specificaţie Metoda de măsurare Cu ultrasunet Zona de scanare Calcaneus(Heel) Parametrii măsuraţi "T-Score Z-Score SOS BUA BQI index" Performanţă "SOS≤1% BUA≤2%" "Control de calitate cu simulator osos (phantom)" Obligatoriu Sistem de poziţionare automat Obligatoriu Export de date Obligatoriu Imprimanta termică Obligatoriu Alimentare 230V, 50Hz + UPS LCD tactil integrat sau staţie de lucru PC Obligatoriu Soft de analiză cu licentă, cu drepturi depline şi termen nelimitat Obligatoriu Accesorii Hîrtie termică 10 buc Gel USG 1 L	buc	1	166 600,00	AMT Centru
4	Autorefractometru_pediatric_portabil	Autorefractometru_pediatric_portabil Parametru Specificaţie Interval de masurare -7.00 - +5.00 dpt cu incrementare de maxim 0.25 dpt Marimea pupilei 3.0±1mm - 8.0±1 mm cu incrementare de maxim 0.1mm Timp de achizitie dinamic, maxim 1s Distanta de masurare 95 - 105 cm Operare ecran LCD tactil capacitiv, 4 - 6 inch Masa 800 - 1000 g Interfata de comunicare USB, (W)LAN Sursa de alimentare de la baterie reincarcabila, adaptor de la retea 230Vca	buc	1	50 000,00	AMT Centru
5	Set de lentile oftalmologice	Descriere: Trusa pentru alegerea (prescrierea) ochelarilor cuprinde lentilele în rame cu diametru diferit. Parametru Specificaţie Nr. Elemente minim 240 Sferă "perechi concave si convexe" "0,25D-6,0D in pas de 0,25 6,50D-10,0D în pas de 0,5 11,0D-15,0D în pas de 1,0 16,0D-20,0D - în pas de 2,0" Cilindru "perechi concave si convexe" "0,25D-4,0D în pas de 0,25 4,5D-6,0D în pas de 0,5" Prisme 0,5(2) 1,0-10,0 în pas de 1,0 Accesorii: "RF, GF, BL, PL(2), MR(2), FL, CL(2), PH(2), SS, PF Cross cilindru x0.25, x0.50	buc	2	33 300,00	AMT Centru

<table>
<tr><td></td><td></td><td>Geanta de transport"</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Sistem de litotriție incorporală (pneumatică)</td><td>Descriere: Fragmentarea calculilor (pietrelor) tractului urinar (rinichi, uretre și vizică)
Tip Pneumatic sau balistic
Compatibilitate: Compatibil cu o varietate de endoscoape și sisteme de aspirație pentru o gestionare eficientă a fragmentelor de piatră
Alimentare aer comprimat min≥3500hPa
max≤ 7000hPa
Presiune reglabilă
Alimentare: 220V 50-60Hz
Mod de operare continuu
Frecvența de lucru: Controlată de medic în timpul lucrului in 10-15 pasi
Impuls de lucru: Impuls singular, impuls continuu
Pedala de lucru: Pedala dublă, pentru a controla de medic frecvența și impulsurile
Piesa de mână pneumatică: Piesa de mână și tubul de aer comprimat un sistem etanș și pot fi autoclavabile sau steriflizabile fără capace de etanșe suplimentare.
Accesorii: minim 3 seturi gata de lucru</td><td>buc</td><td>1</td><td>316 666,67</td><td>SR Orhei</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Hote microbiologice clasa ll tip A2</td><td>Hotă microbiologică clasa II tip A2- destinată lucrului cu agenți biologici și material genetic în laboratoare de microbiologie și biologie moleculară.
Conform standartelor internaționale: EN 12469- Biosafetu cabinet
Minim 2 filtre HEPA sau ULPA
Eficiență filtrare: minim 99,999% pentru molecule de 0,3um
Filtrele trebuie să fie testate indicvidual și certificate de producător
Sistem de monitorizare a stării filtrelor
Flux laminar vertical:
Viteza aer intrare (inflow) 0.53m/s +/-0,025m/s
Viteza flux descendent (downflow): 0,33m/s +/-0,025m/s
Sistem automat de mentinere a stabilității fluxului de aer
Recirculare aer: aproximativ 70% recirculat/30% evacuat prin filtru HEPA.
Suprafața de lucru: oțel inoxidabil AISI304 sau superior, rezistentă la dezinfectanți și agenți achimici utilizați în laborator, 3-4 părți demontabile pentru a facilita decontaminarea și curățarea
Carcasă: oțel cu acoperire antibacteriană
Fereastră frontală: sticlă, securizată laminată, motorizată, anti-UV.
Sistem de deschidere a ferestrei frontale motorizat cu sistem de blocare sau alarmă, la depășirea poziției de lucru.
Lățime, adâncime inălțime zonă lucru:1200-1300 mm x 600x650 mm x 600-650mm
Nivel zgomot: maxim 65 dB.
Control microprocesor / display LCD cu monitorizare parametri: viteză aer necorespunzătoare, fereastră deschisă peste limita admisă, filtru colmatat.
Lampa UV 253,7 nm pentru decontaminare cu temporizator UV, indicator durata de viață a lampei
Illuminare LED internă
Afișaj digital(LCD sau echivalent) cu afișarea parametrilor de funcționare.
Minim 2 prize interne pentru echipamente
Alimentare 220-230V, 50Hz.
Stand cu roți și picioare reglabile.
Instalare/ Garanție/ Certificare:
Furnizorul va instla și testa echipamentul și toate componentele cu predarea echipamentului total funcțional
Instalarea minim 2 persoane.(Funcționarea de bază a sistemului. Rutina de întreținere)
Garanția minim 24 luni
Mentenanța pe toată perioada de garanție inclusiv cu schimbul kit-ului de mentenanță recomandat de producător.
Sarcini de întreținere/mentenanță preventivă, inclus în garanția de minim două ori pe an sau conform recomandările producătorului (se va prezenta de la producător/ manulul de utilizare/service în care se confirmă planul de mentenață planificat recomandat, numărul de vizită și lucrările necesare de executat).</td><td>buc</td><td>3</td><td>300 000,00</td><td>CRDM</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Ventilator pulmonar de frecvență înaltă cu jet (HFJV)</td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">Ventilator pulmonar de frecvență înaltă cu jet (HFJV)</th></tr>
<tr><td colspan="2">Descriere</td><td colspan="2">Ventilator mecanic cu frecvență ultra-înaltă (HFJV - High Frequency Jet Ventilation), ce oferă suport ventilator temporar sau permanent pentru pacienții care nu pot respira pe cont propriu sau care au nevoie de asistență în timpul intervențiilor chirurgicale (laringoscopie, bronhoscopie, chirurgie laser), menținând o ventilare adecvată.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Parametrul</td><td>Specificația</td></tr>
<tr><td colspan="3">Tip</td><td>Staționar cu troleu</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Troleu – 1 buc</td><td colspan="2">Sertar</td><td>≥ 1buc</td></tr>
<tr><td colspan="2">Polite ajustabile</td><td>≥ 2buc</td></tr>
<tr><td colspan="3">Tip pacient</td><td>Adult, pediatric</td></tr>
<tr><td colspan="3">Tip ventilație înaltă frecvență</td><td>HFJV (High Frequency Jet Ventilation)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Gama de control/setări</td><td rowspan="3">Frecvență normală (mod convențional)</td><td>Rata respiratorie</td><td>≥ 1–100 rpm</td></tr>
<tr><td>Raport E:I</td><td>≥ 1:5 până la 3:1</td></tr>
<tr><td>Presiunea de lucru</td><td>≥ 0,5–3,5 bar</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Frecvență înaltă (mod HFJV)</td><td>Rata respiratorie</td><td>≥ 60–1400 rpm</td></tr>
<tr><td>Raport E:I</td><td>≥ 1:5 până la 3:1</td></tr>
<tr><td>Presiunea de lucru</td><td>≥ 0,1–2,0 bar</td></tr>
</table>
</td><td>buc</td><td>1</td><td>1 800 000,00</td><td>IP Chiril Draganiuc</td></tr>
</table>

			Flux de inspir	0–200 L/min				
			FiO2, %	21–100				
			CO2, %	0–10%				
			Bias/base flow	0–60 L/min				
		Moduri de operare	**Bronhoscopie**	obligatoriu				
			Laringoscopie	obligatoriu				
			Cateter Mono-lumen	obligatoriu				
			Cateter Triplu-lumen	obligatoriu				
			Cateter Patru-lumen	obligatoriu				
			Mod terapie intensivă (ICU)	obligatoriu				
			Utilizarea laserului în siguranță (Laser safety)	obligatoriu				
			Mod bi-level (trecere HFJV ↔ convențional) sau funcțional analog	Opțional				
		Parametri monitorizați/ afișați	**Presiunea inspiratorie maximă**	obligatoriu				
			Presiunea medie în căile respiratorii	obligatoriu				
			Monitorizarea FiO2	obligatoriu				
			Monitorizarea CO2 / EtCO2	obligatoriu				
			Rata respiratorie	obligatoriu				
			Rata I:E	obligatoriu				
		Alarme pacient	**FiO2 mare/mic**	obligatoriu				
			Presiune inspir mare/mică	obligatoriu				
			Paw (presiunea medie) mare	obligatoriu				
			Presiune/ocluzie continuă ridicată	obligatoriu				
			Circuit respirator deconectat	obligatoriu				
		Alarme echipament	**Lipsă alimentare gaz**	obligatoriu				
			Presiune inegală între gaze	obligatoriu				
			Lipsă alimentare electrică	obligatoriu				
			Baterie descărcată	obligatoriu				
			Eroare sistem (sensor decalibrat, scurgere prin valve)	obligatoriu				
			Interval de service depășit	obligatoriu				
		Autodiagnostic	**La fiecare pornire (self-test automat)**	obligatoriu				
			Pornire rapidă la necesitate (quick start)	obligatoriu				
		Interfața	**Interfața cu dispozitivele exterioare**	obligatoriu				
			Porturi pentru ieșirea datelor	obligatoriu				
			Port pentru alarmă la distanță	obligatoriu				
			Ieșire analogică	Opțional				
			Raportarea alarmelor și starea pacientului (afișare + imprimată)	obligatoriu				
		Display	**Tip**	LCD sau LED, Touchscreen				
		Alimentare	**Pneumatică**	aer, O2				
			Presiunea în rețea	4–6 atm				
			Rețea electrică	220 V, 50 Hz				
			Baterie internă pentru alarmă în caz de intrerupere a alimentarii	obligatoriu				

		Accesorii	**Laringoscop Kleinsasser Mărimea A**	1 buc.				
			Laringoscop polygonal	1 buc.				
			Brațuri suport pentru accesorii și circuite	1 set				
			Senzor O2	4 buc.				
			Umidificator compatibil cu ventilatorul	1 set, cu accesorii				
			Sistem complet de tuburi pentru respirație	1 set				
			Adaptor pentru catetere	1 set				
			Braț suport universal pentru endoscop	cu adaptoare laringoscop, bronhoscop, jet endoscop – 1 set				
			Set de curățare pentru circuite și linii de monitorizare	1 set				

9	Aparat lazer	**Aparat lazer**				buc	1	180 000,00	IP Chiril Draganiuc
		Descriere	**Aparat lazer pentru rezecții traheobronșice endoscopice**						
		Parametrul	**Specificația**						
		Lungimi de undă:	980 nm și 1470 nm						
		Putere	maximă totală	≥ 100 W					
			distribuită	1470 nm – min. 7 W					
				980 nm – min. 12 W					
				Reglare individuală a puterii pentru fiecare lungime de undă					
		Fascicul de ghidaj (target beam)	635 nm (roșu) – 4-5 mW						
			532 nm (verde) – 1 mW- opțional						
			Intensitate reglabilă de către utilizator						
		Diametrul fibrei compatibile	≥ 360 µm						
		Clasa laser	4 (conform standardelor internaționale de siguranță)						
		Moduri de tratament	CW (continuu)						
			Pulse Mode (pulsat)						
			ELVeSR Signal sau echivalent funcțional						
			ELVeSR Segment sau echivalent funcțional						
			Derma Mode sau echivalent funcțional						
		Durata impulsului / pauzei:	0,01 – 60 sec (impuls)						
			0,01 – 60 sec (pauză)						
		Alimentare electrică:	110 – 240 VAC						
			50 / 60 Hz						
			max. 600 VA						
		Dimensiuni aproximative (Î × L × A):	≤ 30 cm × 40 cm × 20 cm						
		Greutate	≤ 8,5 kg						
		Accesorii							
		Fibră optică tip Bare Fiber 1000 µm	Vârf plat (Flat Tip)						
			Conector Luer reglabil						
			Sterilizabilă / de unică folosință (ID 1 × 6 h)						
			1000 µm						
			Lungime: ≥2.5 m						
			Diametru exterior: aprox. 1400 µm						
		Fibră (răcire gaz / lichid)	Lungime: 3 m						
			Diametru exterior: aprox. 1800 µm						
			Compatibilă cu sistem de răcire						

		Fibră optică tip Bare Fiber 400 µm	Vârf plat					
			Lungime: 2,6 m					
			Diametru exterior: aprox. 750 µm					
			400 µm					
		Fibră optică tip Bare Fiber 600 µm	Vârf plat					
			600 µm					
			Conector Luer reglabil					
			Lungime: 2,6 m					
			Diametru exterior: aprox. 860 µm					
		Piese de mână și instrumente	Instrument laparoscopic articulat (bending instrument)					
			Instrument pentru toracoscopie cu adaptor pentru aspirarea fumului, compatibil cu fibre 600 – 1000 µm					
			Piesă de mână universală Dual Luer, compatibilă cu fibre 600 – 1000 µm					
		Accesorii	Cărucior mobil pentru sistem laser					
			Ochelari de protecție laser pentru următoarele intervale:	950 – 980 nm				
				980 – 1400 nm				
				1400 – 11500 nm				
			Ac de biopsie 14 G, lungime 6 cm, cu marcaje centimetrice, steril, ambalaj 2					
		Sistem evacuare fum chirurgical	Sistem complet de evacuare fum					
			Unitate completă 220 / 240 V, 50 / 60 Hz					
			Filtru pentru evacuator fum (set dublu)					
			Set tuburi de unică folosință, lungime 3 m, steril (PU 10 buc.)					
			Tub laparoscopic pentru evacuare fum, lungime 2,44 m, steril (PU 5 buc.)					
10	Dispozitiv de ablatie spinala prin radiofrecventa	**Dispozitiv de ablație prin radiofrecvență (RFA) pentru gestionarea durerii cronice și pentru proceduri de denervare**				buc	1	500 000,00	IMU
		Descriere	Este un dispozitiv ce utilizează radiofrecvențe (RF) prin intermediul electrozilor plasați în proximitatea structurilor nervoase, reprezintă o metodă standard pentru gestionarea durerii cronice și, în anumite cazuri, pentru proceduri de denervare.					
		Parametrul	**Specificația**					
		Dimensiuni (înălțime x lațime x adâncime)	Înălțime: maxim 40 cm; Lățime: maxim 60 cm; Adâncime: maxim 60 cm;					
		Rata de stimulare	cel puțin în tot diapazonul 5-150 Hz					
		Rafiofrecvența pulsativă	Timp - cel puțin până la 20 min.					
			Putere - cel puțin până la 50W					
			Frecvență - cel puțin în tot diapazonul 5-10 Hz					
			Durata impulsului - cel puțin în tot diapazonul 10-40 milisecunde					
		Monitorizare termică	cel puțin în tot diapazonul 10-80 °C					
		Tipuri de radiofrecvențe generate	pulsative					
			bifazic / bipolar					
		Aplicare în chirurgia spinală, cel puțin	*Sisteme de Ablație prin Radiofrecvență (RFA / PFA);					
			*Neurostimulatoare Medulare (SCS - Spinal Cord Stimulators);					

				*IDET (Intradiscal Electrothermal Therapy);					
		Citire impedanță		da (Ω)					
		Semnalizare vizuală sau sonoră		da					
		Afișor LCD		da, de tip touchscreen- opțional					
		Butoane de ajustare a parametrilor		opțional					
		Porturi disponibile pentru conexiune		USB - da;					
				VGA / HDMI - opțional;					
				Sincronizare cu ECG extern - opțional;					
				Port / porturi de conectare a interfeței și/sau a cateterilor de terapie prin ablație					
				Port de conectare a telecomenzii sau a comutatorului de picior					
		Alimentare		220 V, 50 Hz					
		Accesorii		Cel puțin 4 electrozi (mnopolari / bipolari) în set cu cabluri, reutilizabili (autoclavabili) sau Cel puțin 40 lectrozi (mnopolari / bipolari) în set cu cabluri, de unică folosință					
				cablu de alimentare 220V					
				Cablu de interconexiune electrozi (dacă necesită)					
		Telecomandă / Comutator de picior		pentru declanșarea și/sau dirijarea terapiei prin radiofrecvență					
		Manual de utilizare		în limba de stat, pe suport de hâtie cât și în format digital					
		Manual de service / tehnic		în limba de stat, pe suport de hâtie cât și în format digital					
		Ghid rapid de utilizare a dispozitivului		în limba de stat, pe suport de hâtie cât și în format digital					
		Instruirea utilizatorilor		cel puțin 4 ore de către un specialist în domeniu					
		Garanție produs		minim 24 luni din momentul punerii în funcțiune					
11.1	Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate)	**1.1 Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate)**					buc	66	2 310 000,00	IMU
		Cod	**130610**							
		Descriere	Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată.							
		Parametrul			**Specificația**					
		Caracteristici generale	**Tipul**		Cu un canal					
			Display		LCD					
					posibilitatea de ajustare a luminozitatii					
			Posibilitate de amplasare într-o coloană cu fixare		obligatoriu					
		Display	**Date afișate**	**Viteza de infuzie**	obligatoriu					
				Volumul de infuzie	obligatoriu					
				Timpul de infuzie	obligatoriu					
				Timpul pînă la final de infuzie	obligatoriu					
				Mărimea seringei	obligatoriu					
				Producatorul seringei	obligatoriu					
				Nivelul de ocluzie	obligatoriu					

				Rata KVO	obligatoriu					
				Data, ora	obligatoriu					
				Nivelul de încărcare a baterii	obligatoriu					
				Evenimente	obligatoriu					
				Alarme	obligatoriu					
		Proprietățile pompei	Rata fluxului	diapazon	0.01 - 999 ml/h					
				Pasul de incrementare	≤ 0.01 mL/h					
			Dozarea bolusului	diapazon	min. 1 - 1800 ml/h					
			Rata KVO		diapazon min. 0.01 - 3 ml/h, cu pas de incrimentare 0.1 ml/h					
			Acuratețea		≤2%					
			Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători		obligatoriu, min. 8 producători					
			Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă		obligatoriu					
			Seringi acceptate		2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60					
			Detectare automată a seringei		obligatoriu					
			Nivelul presiunei de ocluzie maxime		min. 75 - 880 mmHg					
					min. 9 nivele					
			Posibilitate de adăugare în bibliotecă alte denumiri medicamente		obligatoriu					
			Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv		minim IP23					
		Moduri de infuzie	Rata de perfuzie		obligatoriu					
			Dozarea în timp		obligatoriu					
			Modul crescător și descrescător sau echivalent		obligatoriu					
			Dozarea micro-perfuzie sau echivalent		obligatoriu					
		Alarme și indicatori	Ocluzie		obligatoriu					
			Eroare de sistem		obligatoriu					
			Seringă goală		obligatoriu					
			Perfuzia pe sfîrșite		obligatoriu					
			Baterie descărcată		obligatoriu					
		Alarmă sonoră	Volum reglabil		obligatoriu					
			Buton mod silențios		obligatoriu					
			Numărul de evenimente memorate		min. 1000					
		Jurnalul de evidență	Evenimente stocate	Butoane apăsate	obligatoriu					
				Coduri de eroare	obligatoriu					
				Alarme	obligatoriu					
				Medicamente injectate	obligatoriu					
				Cantitatea infuzată	obligatoriu					
				Setări	obligatoriu					
				Bolus solicitat	obligatoriu					
		Alimentarea	Rețea electrică	220 V, 50 Hz	obligatoriu					

			Baterie internă	Reîncărcabilă	obligatoriu				
				Timp de operare	≥ 10 h la 5 mL/h				
		Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată							
		Suport	Pentru stație de andocare		Fixarea individuala pentru fiecare pompa sau fixarea mai multor pompe in aceeasi statie				
		Seringi	50 ml		100 buc. , să se indice codul produsului oferit				
		Circuite	circuit de interconectare a seringei		100 buc. , cu lungimea de cel putin 1.2 m , să se indice codul produsului oferit				
11.2	Stație de andocare pentru pompe cu modul de colectare și transmitere date către sistemul informațional al spitalului	1.2 Stație de andocare pentru pompe cu modul de colectare și transmitere date către sistemul informațional al spitalului				buc	11		IMU
		Parametrul			Specificatie				
		Capacitate stație			Andocare a minim 6 pompe pri 1 sau 2 module cuplate între ele				
		Modul de andocare pompe cu seringă	Mecanism de fixare modul pe țeavă veritcală		obligatoriu				
			Modul echipat cu raft de fixare ghidată pentru pompă cu seringă.		obligatoriu				
			Numă de pompe ce pot fi atașate la un modul		minim 3 pompe				
			Posibilitate de cuplare module		cel putin 2 module				
			Port de conectare 220V pentru fiecare pompă		obligatoriu				
			Port de transmitere date pentru fiecare pompă		obligatoriu				
		Caracteristici modul de transmitere date	Port USB		obligatoriu				
			Port Ethernet		obligatoriu				
			Conectare fără fir, WiFi		obligatoriu				
			Conectare HIS/LIS		Bidirecțional, HL7 sau echivalent				
		Accesorii	Capac pentru port de de interconectare stații		1 buc.				
			Modul de transmitere date		1 buc.				
			Cablu de alimentare cu energie electrică		1 buc.				
		Compatibil cu însuși pompa ofertantă			obligatoriu				
		Cerințe obligatorii	Garanție		minim 12 luni				
			Manual de utilizare în limba de stat		în format electronic sau pe suport de hârtie				
12.1	Pompe de infuzie (volumetrica)	2.1 Pompă de perfuzie volumetrica				buc	12	420 000,00	IMU
		Cod	130510						
		Descriere	Acest grup de produse include pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe avansate; pot avea 2 sau mai multe canale. Fluxul este calibrat în ml/oră. Au posibilitatea de a efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului reeşind direct din indicaţiile medicului.						
		Parametrul			Specificația				
		Display	Date afișate		LCD				
					posibilitatea de ajustare a luminozitatii				
					Alarme				
					Rata				
					Volum infuzat				
					Timpul infuzat				
					Rata KVO				
					Nivelul de încărcare a beteriei				
					Nielul de ocluzie				

				Evenimente ≥ 2000					
				Istoria					
				Data, ora					
			Diapazonul volumului infuzat	0.1 - 9999 ml					
			Rata fluxului	diapazon min. 0.1-1,500 ml/h					
				Setarea prin incrementare incepind cu 0.01 ml					
			Regim de lucru KVO - mentinerea venei deschise	diapazon min. 0.1 - 5 ml/h					
			Acuratetia infuziei	≤5 %					
			Functia bolus	obligatoriu					
			Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus	diapazon min. 0.1 - 1500 ml/h					
			Selectarea volumului infuzat	obligatoriu					
			Selectarea ratei de infuzie	obligatoriu					
			Calcularea dozei/medicament	obligatoriu					
		Capacitatea pompei	**Regim de lucru in flux (setarea fluxului)**	obligatoriu					
			Trecerea automată în regim de așteptare	obligatoriu					
			Carcasa ermetizata pentru a preveni scurgerea de lichide in interiorul dispozitivului	minim IP23					
			Nivelul presiunei de ocluzie maxime	diapazon min. 75 - 750 mmHg					
				min. 9 nivele					
			Funcția de evacuare a bulei de aer din sistema IV pînă la conectarea circuitului la pacient	obligatoriu					
			Funcție de chemare asistentă	obligatoriu					
			Blocarea panoului de control	obligatoriu					
			Alarma sonora	obligatoriu					
			Alarma vizuala	obligatoriu					
			Fixarea perfuzorului pe rampă verticală	obligatoriu					
		Setări IV	**Protecție la flux liber**	obligatoriu					
			Capacitatea de captare aer	obligatoriu					
		Alarmă acustică și vizuală	**Ocluzie**	obligatoriu					
			Nivelul de ocluzie	obligatoriu					
			Afișarea ocluziei în timp real	obligatoriu					
			Alarmă de flux	obligatoriu					
			Bula de aer	obligatoriu					
			Eroare de sistem	obligatoriu					
			Set decuplat	obligatoriu					
			Rezervor gol	obligatoriu					
			Ușă deschisă	obligatoriu					
			Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a	obligatoriu					

			fluxului soluției infuzate					
			Infuzia completă	obligatoriu				
			Baterie descărcată	obligatoriu				
			Posibilitatea de setare a volumului	obligatoriu				
			Mod silence a alarmei	obligatoriu				
		Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă)	**Setarea parametrilor impliciți dați de sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei**	obligatoriu				
			Programe de analiză presetate	obligatoriu				
		Alimentarea electrică	**Rețea electrică 220 V, 50 Hz**	obligatoriu				
			Baterie incorporata	obligatoriu				
			Durata de operare autonoma	≥ 6 h la fluxul de 25ml/h				
		Acesorii						
		Suport	Pentru stație de andocare	Fixarea individuala pentru fiecare pompa sau fixarea mai multor pompe in aceeasi statie				
		Circuite	≥ 200 buc. pentru fiectare pompă procurată	da, să se indice codul produsului oferit				
12.2	Stație de andocare pentru pompe cu modul de colectare și transmitere date către sistemul informațional al spitalului	**2.2 Stație de andocare pentru pompe cu modul de colectare și transmitere date către sistemul informațional al spitalului**			buc	2		IMU
		Parametrul		**Specificatie**				
		Capacitate stație		Andocare a minim 6 pompe pri 1 sau 2 module cuplate între ele				
		Modul de andocare pompe	Mecanism de fixare modul pe țeavă veritcală	da				
			Modul echipat cu raft de fixare ghidată pentru pompă	da				
			Numă de pompe ce pot fi atașate la un modul	minim 3 pompe				
			Posibilitate de cuplare module	cel putin 2 module				
			Port de conectare 220V pentru fiecare pompă	obligatoriu				
			Port de transmitere date pentru fiecare pompă	obligatoriu				
		Caracteristici modul de transmitere date	Port USB	obligatoriu				
			Port Ethernet	obligatoriu				
			Conectare fără fir, WiFi	obligatoriu				
			Conectare HIS/LIS	Bidirecțional, HL7 sau echivalent				
		Accesorii	Capac pentru port de de interconectare stații	1 buc.				
			Modul de transmitere date	1 buc.				
			Cablu de alimentare cu energie electrică	1 buc.				
		Compatibil cu insasi pompa ofertanta		obligatoriu				
		Cerințe obligatorii	Garanție	minim 12 luni				
			Manual de utilizare în limba de stat	în format electronic sau pe suport de hârtie				
13	Mașină automat de sigilat pungi	Specificația Parametrul Putere ≥ 150W Display LCD Mod de sigilare, tragerea automată a pachetului după detectarea poziționării da, automat Încărcare laterală Temperatura de sigilare minim 120-200°C Viteza de etanșare nu mai puțin de 10 metri/min Lățimea maximă de etanșare min. 10 mm Distanța de etanșare față de margine Min. 0- 35 mm, reglabilă Regimul de funcționare stand-by Obligatoriu Protecție la supraîncălzire Obligatoriu Alimentare 220V, 50Hz			buc	2	160 000,00	IMU

		Furnizorul trebuie să includă transportul până la unitatea medicală finală Furnizorul trebuie să efectueze verificările de instalare, siguranță și funcționare înainte de predare, instruire pentru utilizatori și tehnicieni Garanție și deservire completă (inclusiv piese de schimb) minim 24 luni Accesorii Rola sterilizare autoclav 100 mm x 200 m 4 Rola sterilizare autoclav 150 mm x 200 m 2 Rola sterilizare autoclav 250 mm x 200 m 2 Rola sterilizare autoclav 350 mm x 200 m 2						
14	Mașină de anestezie (caracteristici avansate)	**Mașină de anestezie (caracteristici avansate)**				buc	3	2 248 000,00	IMU
		Descriere	Mașina de anestezie este destinată să livreze, să monitorizeze gazele anestezice și să asigure respirația artificială a pacientului în timpul actului chirurgical						
		Parametru			**Specificația**				
		Prize de gaz			O2, Aer				
		Display mașina de anestezie			≥15", color TFT sau LCD				
					touch screen				
		Debitmetre	**tipul**		electronice				
			gaz		O2, Air				
			gama, L/min		diapazon min. 0.2 - 15				
		Vaporizator	**tip vaporizator acceptate**	**Izofluran**	obligatoriu				
				Sevofluran	obligatoriu				
				Halothan	obligatoriu				
			număr de vaporizatoare instalate la dipozitiv	**≥ 2 unități**	obligatoriu				
				Izofluran	obligatoriu				
				Sevofluran	obligatoriu				
			interlock		obligatoriu				
			sistem de absorbție		obligatoriu				
		Mecanisme de siguranță	**siguranța O2**		acustică, vizuală				
			siguranță de amestec hipoxic		obligatoriu				
		Ventilator automat	**tip pacient**		Adult, Pediatric, Neonatal				
			moduri de ventilație		Manual/spontan, VCV, PCV, PSV/PS, SIMV-V, SIMV-P				
			mecanism electronic de amestec a gazelor (mixer)		obligatoriu				
			volumul Tidal, ml		diapazon min. 5-1500				
			frecvența respirației/minut		diapazon min. 5 - 100				
			Volum minutar (MV), L/min		diapazon min. 3-60				
			raportul I:E		minim 2:1 la 1:8				
			pauză de inspirație		obligatoriu				
			limita de presiune, cmH2O		diapazon min. 10-70				
			PEEP, cmH2O		diapazon min. 4-30				
			Trigger flux		diapazon min. 1-10 L/min				
			Trigger presiune		diapazon min. 20 - 1 cmH20				
			Monitorizare complianta, rezistivitate		obligatoriu				
			Sistem de autodiagnostic		testare la scurgeri, testarea circuitelor respiratorii, complianța, alimentarea cu gaz, verificarea tuturor sistemelor				
		AGSS (sistem de evacuare a gazelor anestezice)			obligatoriu				
		Sistem de management al consumului de agent anestezic			opțional				
		Circuitul pneumatic de ventilare a pacinetului	**cu funcție de incălzire a amestecului gazos**		obligatoriu				
			port auxiliar ieșire a amestecului gazos		obligatoriu				

		Parametri monitorizați și afișați pe display	Presiunea de aer	Alarmă de înaltă presiune	obligatoriu					
				Alarma presiune subatmosferică	obligatoriu					
				Presiune scăzută / apnee	obligatoriu					
				Alte alarme de presiune	obligatoriu					
			Volumul expirator / flux		obligatoriu					
			Volumul minut, l/min		obligatoriu					
			Concentrația de O2	Timp de răspuns, sec	≤ 35					
			Concentrația de CO2	alarmă apnee	obligatoriu					
			Monitorizare agent	Tipul de agenți	Isofluran, sevofluran, Halothan opțional					
				Auto indentificare a gazelor anestezice	obligatoriu					
				Alarmă concentrare agent	obligatoriu					
				Determinare a și afișarea valorii MAC	obligatoriu					
			spirometria		opțional					
		Modulul de gaze	încorporat la mașina de anestezie		obligatoriu					
			determină concentrațiile de gaze: O2, CO2, agenți anestezici		obligatoriu					
			Celulă determinare O2 tip paramagnetic		obligatoriu					
		Monitorul pentru afișarea funcțiilor vitale	display	≥19", color TFT sau LCD	obligatoriu					
				touch screen	obligatoriu					
			monitor dedicat vizualizării funcțiilor vitale		obligatoriu					
			fixarea monitorului de/ pe masina de anestezie		obligatoriu					
			imprimantă termică încorporată *Reformularea parametrului in:* imprimantă termică		obligatoriu					
			conexiuni WiFi/LAN/HDMI/USB		obligatoriu					
			Protecti la defibrilare 360J		obligatoriu					
			Protectia contra dispozitivelor de electrochirurgie cu frecventa inalta		obligatoriu					
			Compensarea automata a driftului isoliniei		obligatoriu					
			Detectarea automata a tipului de manjeta		obligatoriu					
			baterie internă reîncărcabilă		obligatoriu					
			interfață de cominicare cu altele		obligatoriu					
			Conectare HIS/LIS		Bidirecțional, HL7 sau echivalent					
		Modulele hemodinamice incluse	Electro-cardio-grama (ECG)	frecvența cardiacă	obligatoriu					
				traseul ECG	obligatoriu					
				analiza și măsurarea segmentui ST	obligatoriu					
				determinare a cel puțin 20 de aritmii	obligatoriu					
			Puls-oximetria (SpO2)	fotopletismo grafia	obligatoriu					
				valoarea SpO2	obligatoriu					

				indicile de perfuzie	obligatoriu			
			Tensiune sanguină neinvazivă (NIBP)		obligatoriu			
			Respirația (impendanța transtoracică)		obligatoriu			
			Temperatura pe 2 canale		obligatoriu			
			Tensiune sanguină invazivă (IBP) pe 2 canale		obligatoriu			
			Modul de monitorizare BIS (bispectral index)/entropie sau modul de monitorizarea obiectiva a profunzimii blocului neuro-muscular intraanestezic (TOF/ NMT)		obligatoriu			
		Alarme prioritare			3			
		Tensiune de alimentare			220 V, 50 Hz			
		Prize auxiliare 220 V ≥ 3 buc			obligatoriu			
		Baterie internă	reîncărcabilă		obligatoriu			
			autonomie de lucru ≥ 1.5h		obligatoriu			
		Sertar pentru depozitare ≥ 2 buc			obligatoriu			
		Frînă centralizată pentru fixarea aparatului sau sistem clasic de blocare a minim două roți			obligatoriu			
		Presiune de alimentare cu gaze			3.0 - 6 bar			
		Accesorii						
		Furtunul cu conector de conectare la sursa de aer comprimat			1 buc.			
		Furtunul cu conector de conectare la sursa de oxigen			1 buc.			
		Circuit de ventilare	Adult, reutilizabil		≥ 2 set., să se indice codul produsului			
		Plămîn de test	Adult, reutilizabil		≥ 2 buc., să se indice codul produsului			
		Senzor de flux	Reutilizabil		≥ 2 buc., să se indice codul produsului			
		Filtru antibacterial	Adult, unică utilizare		≥ 200 buc., să se indice codul produsului			
		Accesorii modul de gaz	Adult		≥ 2 set., să se indice codul produsului			
		Cablu ECG	Adult, reutilizabil 5 fire		≥ 2 buc., să se indice codul produsului			
		Senzor ECG	Adult, unica utilizare		≥ 100 buc., să se indice codul produsului			
		Senzor SpO2	Adult, reutilizabil		≥ 2 Buc., să se indice codul produsului			
		Manșete NIBP	Adult, reutilizabilă		≥ 2 buc., să se indice codul produsului			
			Adult mare, reutilizabilă		≥ 2 buc., să se indice codul produsului			
		Senzor de temperatură	Adult, reutilizabil		≥ 2 buc., să se indice codul produsului			
		Cablu de interconectare senzor IBP	Adult, reutilizabil		≥ 1 buc., să se indice codul produsului			
		Senzor IBP	Adult, unica utilizare		≥ 10 buc., să se indice codul produsului			
		Accesorii necesare de functionare a modulului BIS/entropie sau TOF/ NMT	Accesorii pentru Adult		≥ 5 buc., să se indice codul produsului			
15	Verticalizator / lifter medical electric	Parametru Specificație Parametrii fizici: Lungime totală 900 – 1400 mm Lățime totală (bază) 650 – 1100 mm Lățime bază deschisă 1000 – 1200 mm Înălțime totală 1400 – 2000 mm Amplitudine braț de ridicare 600 – 1400 mm Diametru roți 75 – 175 mm Distanța între roți față 500 – 800 mm Distanța între roți spate 500 – 800 mm Greutate proprie unitate până la 90 kg Material cadru Oțel tubular / aliaj metalic tratat si vopsit Specificații tehnice: Tip echipament Verticalizator / lifter medical electric Capacitate de sarcină ≥ 180 kg Control ridicare/coborâre Electric, prin telecomandă și/sau panou Motor electric ridicare variabilă, silențios				BUC	4	108 000,00	IMU

		Reglaj braț obligatoriu, ajustabil (electric) Roți 4 pivotante cu frâne integrate la roți (măcar 2) Funcționalitate: Ridicare electrică controlată obligatoriu Coborâre controlată obligatoriu Control pedală opțională (sau hands-free) opțional Oprire de urgență obligatoriu Indicator nivel baterie obligatoriu Mânere ghidaj pentru îngrijitor obligatoriu Adaptare la diverse înălțimi, pacienți obligatoriu Baterie/Alimentare: Tip baterie reîncărcabilă și detașabilă Capacitate baterie Suficientă pentru ≥ 10 – 20 cicluri de ridicare Timp de încărcare ≤ 6 – 8 ore Funcții baterie Protecție la supradescărcare Accesorii incluse: Sling pentru pacienți obligatoriu (minim 1 set) Telecomandă / control obligatoriu Cablu de încărcare baterie obligatoriu Manual utilizare obligatoriu, RO/EN/RU Saltea semi-rigida, compatibilă cu dispozitivul oferit obligatoriu.				
16	Dulap pentru păstrarea și uscarea endoscoapelor	Sistem dublu de filtrare a aerului pentru a menține presiune pozitivă în dulap. Ușa/uși cu sticlă pentru o vizualizarea endoscoapelor stocate. Ecran tactil pentru control, afișarea datelor și starea endoscoapelor. HEPA filtru cu o eficienta de cel puțin 99.95%. Complianța cu standardul european ISO 16442. Uscarea endoscoapelor în maxim 3 ore. Afișarea monitorizării și vizualizării presiunii pozitiv a aerului în dulap. Afișarea monitorizării blocării filtrelor. Afișarea monitorizării temperaturii și umidității în interiorul dulapului. Alarmă sonoră la deschiderea ușii. Sistem de acces securizat la endoscoape. Imprimantă incorporată pentru extragerea raportului de păstrare a endoscopului. Monitorizarea timpului de păstrare a endoscopului Posibilitatea de transmitere a datelor la calculator. Timpul minim de păstrare a endoscoapelor în stare sterila minim 30 zile. Compresor integrat pentru circulația aerului. Nivelul de zgomot maxim 58 dBA. Scanarea endoscoapelor pentru identificare. Conectori pentru endoscoape de tip Olympus, (Fujinon, Storz - opțional). Capacitatea de păstrare minim 10 endoscoape: gastro/colono/duodeno/bronho, stocate vertical. Conectoare pentru 10 endoscoape definite de instituție la momentul livrării. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2025. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv. Cerințe: Anul producerii minim 2025 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana Manual de service limba engleza sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.	BUC	1	600 000,00	IMU
17	Procesor automat de țesuturi	Descriere: Procesor automat de țesuturi destinat procesării histologice a probelor biologice, utilizat în laboratoare de anatomie patologică, histopatologie și cercetare biomedicală. Parametru Specificație Componente: Unitate principală Carcasă rezistentă la substanțe chimice Sistem procesare Cu recipiente multiple pentru reactivi Coșuri pentru casete Capacitate mare, detașabile Sistem de încălzire Controlat electronic Sistem de control Microprocesor cu interfață digitală Ecran de control Display color / LCD Capac de siguranță Cu blocare automată Sistem de filtrare vapori Integrat sau conectabil extern Specificații tehnice principale: Tip procesor Automat, programabil Capacitate ≥ 200 casete Număr stații reactivi ≥ 10 Capacitate băii de parafină ≥ 3 litri Băi de parafină ≥ 2, încălzite Volum reactiv / stație ≥ 3 litri Temperatură parafină Reglabilă, până la ≥ 45-65 °C Control temperatură Electronic, precis Mod operare Automat și manual Alimentare 220–240 V, 50/60 Hz Programe de procesare: Programe presetate Da Programe personalizate Da Memorie programe ≥ 10 Secvențiere automată Opțional Pornire întârziată(programată) Opțional Procesare peste noapte Da Funcționalități avansate: Agitare / mișcare Da, pentru penetrare optimă Vacuum Opțional (pentru procesare rapidă) Presiune controlată Opțional Monitorizare temperatură În timp real Alarme Eroare, temperatură, lipsă reactiv Protecție probe Finalizare sigură în caz de întrerupere a energiei electrice.	BUC	1	300 000,00	IMU
					9750866.67	

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru toate loturile.
3) Pentru mai multe loturi.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o oferta alternativă.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligat Ivitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA

2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice" se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta ,,formularul specificațiilor tehnice" operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei ,,da", doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei **"Accesorii** **Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și ofertate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale."**	DA
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; *Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.*	DA

5	Garanția pentru ofertă	- 2% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 *din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021,* valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; *Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor*	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.	DA

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE

Cerințe de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit."	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament **minim 24 de luni** - (dacă în specificația tehnică la lot nu se prevede un alt termen) originală,	DA

		confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Înregistrarea bunurilor în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
19	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale	Cerințe pentru bunurile care nu sunt dispozitive medicale: Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM, certificat de calitate ce atestă conformitatea produsului oferit	DA
20	Declarație de la ofertant	cu privire livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
21	Cerințe pentru mijloace de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic	Se vor prezent următoarele documnte conform HG 1042/2016 - Certificat aprobare de Model a mijlocului de măsurare -valabil; - Buletin de verificare metrologică inițială -valabil;	DA
22	Cerințe pentru mijloace de cântărit	Se vor prezent următoarele documente conform HG nr. 267/2014 Declarație de conformitate eliberată de către producător- valabilă; **La livare mijloace de cântărit obligatoriu să corespundă următoarelor cerințe**: marcat în mod vizibil, lizibil și indelebil cu următoarele inscripționări: - marcajul CE și marcajul metrologic suplimentar; - numărul certificatului de examinare CE de tip, unde este cazul; - sigla sau denumirea producătorului, denumira comercială înregistrată sau marca înregistrată a acestuia; - clasa de exactitate, inclusă într-un oval sau între două linii paralele orizontale unite prin două jumătăţi de cerc; - limita maximă de cîntărire sub forma Max...; - limita minimă de cîntărire sub forma Min...; - diviziunea de verificare sub forma e =...; - număr de tip, de lot sau de serie; și după caz; - pentru aparatele de cîntărit neautomate construite din elemente separate care se asamblează, marca de identificare pe fiecare eliment; - diviziunea de verificare, dacă d este diferit de e, sub forma d =...; - efectul maxim aditiv de tară, sub forma T = +...; - efectul maxim substractiv de tară, dacă este diferit de Max, sub forma T = -...; - diviziunea tarelor, dacă este diferită de d, sub forma d(T) =...; - sarcina limită , în cazul în care este diferită de Max, sub forma Lim =...;	DA

		- limitele speciale de temperatură, sub forma... °C/...°C; - raportul dintre receptorul de greutate și sarcină. De asemenea, potrivit art. 31 alin (1) din Legea 235/2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, se recunosc certificatele de conformitate sau rapoartele de încercări emise de organismele de evaluare a conformității notificate, acreditate de organismele naționale de acreditare semnatare ale Acordului de recunoaștere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare, eliberate pentru produsele importate din statele membre ale Uniunii Europene, traduse în limba română și confirmate prin semnătura importatorului.	
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
23	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
24	Garanția de bună execuție	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" **Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS**	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Cod fiscal: 1016601000212
Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat
Codul băncii: TREZMD2X.
Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____din _____.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore.

Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate Cod fiscal:

1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA
Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 1%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut cost, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul prețului și care corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare conform ordinii clasate în SIA „RSAP" (MTender). Ofertele celorlalți operatori economici, altele decât oferta câștigătoare clasată pe primul loc în clasament în SIA „RSAP" (MTender), vor fi respinse ca neconforme cerințelor din documentația de atribuire, în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **conform SIA RSAP MTender**

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

36. Data publicării anunțului de intenție: 02.04.2026

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 02.04.2026

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	**Se va utiliza/accepta sau nu**
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	**Se va utiliza**
Sistemul de comenzi electronice	**-**
Facturarea electronică	**Se va utiliza**
Plățile electronice	**Se va utiliza**

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

da_____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru: Digitally signed by Gorceag Gheorghe
Date: 2026.04.16 16:50:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG