

CAIET DE SARCINI

OBIECTUL ACHIZITIEI: Achiziționarea de piesă de schimb pentru aparatul radiologic digital Brivo DR-F, Generator (Jedi 50 RIT) conform necesităților IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”

prin procedura de achiziție: VM

Cod CPV : 33110000-4

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante :

Da, SR-Soroca.md

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”**
2. IDNO: **1003607150209**
3. Adresa: **mun.Soroca str.M. Kogîlniceanu 1**
4. Numărul de telefon/fax: **0230-2-37-41**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **srsoroca@ms.md;**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): **nu e cazul**
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind îndeplinirea următoarelor bunuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
1	2
Piesă de schimb pentru aparatul radiologic digital Brivo DR-F, Generator (Jedi 50 RIT)	Caracteristici: Prezența specialiștilor certificați pentru a efectua reparația (certificat de instruire inginer, emis de producătorul aparatului radiologic, ce ar permite ofertantului executarea lucrărilor). Servicii de schimbare a pieselor incluse. Scrisoare de garanție din partea participantului la licitație că lucrările vor fi efectuate de către personalul autorizat la așa tip de lucrări, prin asumarea răspunderii financiare în cazul defecțiunilor produse a echipamentului beneficiarului în procesul lucrărilor și/sau cauzate de calitatea insuficientă a lucrărilor sau a piesei de schimb. Autorizație radiologică privind repararea și punerea în funcțiune a bunului. Scrisoare confirmativă prin care se confirmă că piesa oferită este nouă, nu a mai fost utilizată anterior și nu este recondiționată. Câștigătorul licitației va garanta că după efectuarea tuturor lucrărilor, echipamentul beneficiarului va funcționa în parametrii stabiliți de către producător și va garanta achitarea tuturor prejudiciilor financiare în cazul defecțiunii echipamentului în timpul procesului de lucru efectuat de către el la echipamentul beneficiarului și garantarea financiară după efectuarea lucrărilor, dacă echipamentul nu va funcționa din cauza lucrărilor efectuate de către câștigător sau pieselor de schimb puse la dispoziție, până la aducerea echipamentului în stare funcțională. Garanția pentru lucrări și piesă minim 12 luni. Diagnosticul aparatului „Brivo DRF”. Livrarea, demontarea ansamblului vechi, instalarea ansamblului nou, calibrarea, conform recomandărilor producătorului, punerea în funcțiune a aparatului. Ansamblul generatorului model Brivo DR-F 1 buc. Parametrii ansamblului: * Tensiunea de intrare: 380/400/440/480 VAC, 3 faze în conexiune WYE și împământare, fără neutru * Sursa de alimentare necesară : Distribuție WYE * Variații zilnice de tensiune: +/- 10% (VAC). În acest interval, generatorul va funcționa fără nici o scădere a preciziei specificațiilor. * Impedanța liniei: Impedanța aparentă a liniei garantată de client trebuie să fie egală sau mai mică decât valorile indicate mai jos, în funcție de tensiunea de alimentare și puterea comercială a generatorului. - Interval tensiune (V) Impedanță linie (ohmi) 3 faze – 50kW • 380 V → 0.15 Ω • 415 V → 0.18 Ω • 440 V → 0.20 Ω • 480 V → 0.24 Ω *Lungimea cablului HV: 8 metri *Tip cablu HV: *IB EEC: Cablu de Lyon 22 mm (≤105pF/m) *SUA: 22 mm DSI (≤165 pF/m) *EEC: 16mm Claymount (≤165pF/m) *Conector cablu HV = Standard Federal * Fir de împământare: # 8 AWG * Curent de pornire (Inrush current): 600 A.

Conducătorul grupului de lucru

Ella Ursu _____