

ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind *Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 4)*

prin procedura de achiziție: Licitație publică

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md; www.capcs.gov.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**
Cod CPV 33100000-1

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimativă	Beneficiar
1	Termometru de sticlă	bucată	45	Termometru de sticlă "Termometru destinat măsurării temperaturii în interiorul frigiderului "Termometru să fie dotat cu cârlig de fixare pentru a fi agăţat de poliţele frigiderului. Dimensiuni 130x20 mm Interval de temperatură- 30 până la + 30 grade. Certificat de verificare metrologică	10 000,00	IMSP CS Străşeni
2	Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici avansate)	bucată	1	Sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie (caracteristici avansate) Descriere Sistem video pentru investigarea şi tratamentului căilor gastrice Cod 290150 Parametrul Specificaţia Videoprocessor Intrări cameră ≥ 1 Imaginea HDTV / HD $\geq 1920 \times 1080$ pixeli Controale / caracteristici Ajustare nuanţă Iluminare auto Balans de alb auto Acuitate Videocompensare Îngheţarea imaginii Iris automat Reducerea zgomotului imaginii Zoom electronic Ieşiri RGB 1 Y/C ≥ 1 Digital (DVI, SDI, HD-SDI) Tehnologia de banda îngusta de culoare, care are rolul de a evidenţia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei Sursa de lumină Tip lampă Xenon sau LED Timp de viaţă lampă ≥ 500 h Putere lampă ≥ 250 W pentru lampa Xenon, pentru lampa LED echivalentul la ≥ 250 W Putere lampă de rezervă ≥ 150 W, (doar in cazul lămpii Xenon) Contor lampă da, (doar in cazul lămpii Xenon)	700 000,00	IMSP CS Străşeni

			Mod standby Lampă de rezervă , (doar in cazul lămpii Xenon) Periferece disponibile Display medical HD ≥ 23 inch Posibilitatea de stocare a datelor prin cel puțin una din metode DVD / SD-card / memory stick USB / HDD portabil Înregistrare a datelor pacienților (minim ID, nume, sex, data nașterii, vârstă, comentariu) ≥ 50 înregistrări Tastatura pentru introducerea datelor, tastare multilingva care poate tasta si semnele diacritice Suport pe rotile Sistem de furnizare a aerului/appei minim 3 regimuri de lucru volumul vasului pentru apă minim 250 ml Sistem de aspirație Să se indice modelul oferit modelul Tip Separat de procesor Volumul rezervorului $\geq 1,4$ litri Vid Dirijarea nivelului de aspirare în trepte Accesorii: Sursa de lumină modelul oferit 1 unit. Pompă inclusă 0,3- 0,6 bar Lampă halogen de rezervă 2 unit., (doar in cazul lămpii Xenon) Piesă bucală 2 unit. Tester automat 1 unit. (să se indice modelul) Aspirator endoscopic ≥ 0.85 bar Vas de rezervă pentru aspirator $\geq 1,4$ litri, 1 unit. Filtre pentru aspirator 5 unit. Display medical HD ≥ 23 inch să se indice modelul Trolu cu transformator de izolare pentru excluderea electrocutării pacienților si medicilor in timpul procedurilor 1 unit. (să se indice modelul) Polițe reglabile la înălțime 4 unit. Videogastroscoop Să se indice modelul oferit modelul Tip HDTV / HD $\geq 1920 \times 1080$ pixeli Compatibilitatea cu Tehnologia de banda îngusta de culoare, care are rolul de a evidenția capilarele si structurile de pe suprafața mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei Tubul de inserție Lungime totală ≥ 1300 mm		
--	--	--	--	--	--

				Lungime de lucru ≥ 1000 mm Diametrul exterior ≤ 9.3 mm Marcaj de lungime Canal de lucru Numărul de canale ≥ 1 Diametrul $\geq 2,8$ mm Optica Unghiul câmpului vizual ≥ 140 grade Înclinația câmpului vizual 0 grade Adâncimea câmpului vizual 2-100 mm Tipul și unghiurile de deflecție Sus/jos 210/90 grade Stînga/dreapta 100/100 grade Funcționalitatea mânerului de dirijare butoane ≥ 4 înghețarea imaginii eliberarea imaginii capturare imaginii reglarea intensității lumii reglarea tonului de culoare (filtre optice) modificarea contrastului zoom electronic Spălarea obiectivului Metode de sterilizare Chimic Etilen oxid opțional Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare		
3	Sistem radiologic cu braț U Cod 210230	bucată	1	Sistem radiologic cu braț U Cod Descriere Sisteme cu braț U destinate pentru examinări radiologice cu scop de diagnostic. Parametrul Specificația Tipul De frecvență înaltă Puterea Cel puțin 50 kW Diapazonul tensiunii anodice 40-150 kV Diapazonul curenților anodici 10- 600 mA Timpul de expunere 0,001-10 s Tensiunea curentului electric 380 V, 3 faze, 50 Hz SID Distanța: minim 1000 mm Diapazon mișcare 1000-1800 mm Unghi de rotație a brațului Motorizat :minim -30°/+120° Unghi rotație detector Minim: -45°/+45°	2 083 333,33	IMSP AMT Râșcani

				Unghiul de înclinare a tubului radiogen -90°/+90° Poziția inferioară a axei optice a tubului Rx și a receptorului Maxim 40 cm Grilă Minim 10:1, 200 lp/inch Indicator poziție ,unghi braț Afișaj alfanumeric Panou comandă poziție Tehnologie Touchscreen (denumirea internațională ecran tactil) Telecomandă Wireless (fără fir) Tipul detectorului FPD Cîmp activ, dimensiuni: $\geq 40 \times 40$ cm Rezoluția spațială Nu mai puțin de 3,5 pl/mm Matrice detector activ Minim 3072x3072 pixeli Dimensiuni pixel $\leq 140 \mu\text{m}$ DQE $> 40\%$ (0lp/mm) : @ RQA5 (2.7μGy) Adîncime imagine, bit Minim 14 biți Timp procesare imagine pe display Nu mai mult de 10 sec Capacitate termică ≥ 300 kHU Spotul focal 0,6mm și 1,2 mm Filtrare Maxim 1 mm Al@75 kV Diapazon kV 40-150 kV Centrare Lumina cu grilă laser Automat și manual Da Diapazon timp de expunere 0,0001-10 sec Factor de atenuare $\leq 1\%$ Echivalent Al $< 0.75\text{mm Al}$ Procesor Intel® Core™ i5-2400 sau echivalent HDD Minim 1 TB RAM Minim 4 GB Monitor Medical, Full HD, minim 21”, LCD (1920x1080) CD/DVD Obligatoriu Compatibil cu sistemele PACS Da USB Minim 4 porturi Sistem de operare Windows 10 licențiat sau superior Accesorii Mouse, tastatura Timp de procesare imagine $< 8\text{sec.}$ Post procesare obligatoriu Control nivel Zoom/Mărire; Rotire/Inversare Adnotări pe imagine marker, text, linii, unghi, lipse,		
--	--	--	--	--	--	--

				DICOM 3.0 DICOM Verification DICOM Modality worklist DICOM MPPS DICOM Storage DICOM Storage commitment DICOM Grayscale print DICOM Query / Retrieve DICOM GSPS Importul și exportul imaginilor de pe PACS Export imagini pe CD/DVD HDD Minim 1 TB de stocare utilizabila RAID 10 Procesor Intel Quad-Core Xeon X3450 CPU(2.66GHz) sau echivalent RAM Minim 4 GB Modul software PACS Funcții de manipulare a imaginii, Cine Tools. Măsurători, adnotări și de salvare. Suport pentru afișaj de diagnostic pentru mai multe monitoare de rezoluție înaltă, bazat pe reguli DICOM de rulare, DICOM Send, DICOM Import pe CD și pe documente, administrare si diagnostic la distanță. Monitor ≥19” LED Licență Minim 1 Soft DICOM de import, inscriere pe CD 1 Licenta de acces de pe web sau LAN Minim 2 Radiotransparentă Da Înălțimea nu mai mică de 60cm Dimensiuni Minim 200x60 cm, dar nu mai mare decât recomandările producătorului pentru brațul în U al sistemului radiologic. DAP metru Incorporat Greutatea pacientului Nu mai puțin de 130 kg Tehnologie Termal direct Rezoluție spațială Minim 12 pixeli/mm Capacitate ≥70 filme /ora Multiformat: 35 x 43 (14 x17), 26 x 36, 25 x 30 (10 x12), 20 x 25 (8 x10) Cel puțin 2 formate DICOM Da Calibrare Automata Memorie Nu mai puțin de 256 MB RAM		
--	--	--	--	---	--	--

				HARD DISC Nu mai puțin de 20 GB Control calitate imagine Da DAP-metru da Formatul imaginii Minim TIFF,GIF,PCX,BMP,PNG,JPEG,RGB,XWD Deservire de lungă durată min. 5 ani Accesorii Mînere, 2 Fixator cap, 1 Suport pentru picioare detașabil, 1 Suport pentru umeri, 1 Sticlă plumbată, minim 1x0,8 m Set radioprotecție Pacient, 1 Set radioprotecție Operator, 1		
4	Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 80L	bucată	2	Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 80L Descriere Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților Volumul camerei ≥ 80 L Carcasa exterioară din oțel inoxidabil AISI 304 Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent Pompa de apă, internă Pompa de aer, internă Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere ≤ 90 ° C Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor Numărul de uși 1 unitate Programe de dezinfecție implicite Min. 5 Ecran LCD, color Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului Imprimantă termică, integrată Temperatura de uscare ≥ 125 grade Filtrarea aerului HEPA filtru	500 000,00	IMSP AMT Râșcani

				Pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului Senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor Alarmer sonore și vizuale Alarmer cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cât și acțiunilor de remediere Alarma de finalizare a ciclului Tensiunea de alimentare 220V, 50 Hz Accesorii și consumabile: Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 2 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. da, sa se indice modelul oferit Suport pentru mașina de spălat 1 buc. Rafturi de încărcare 2 buc. Coșuri pentru instrumente min. 5 Hîrtie imprimantă 30 buc. Detergent, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri Dezinfectant, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri HEPA filtru 15 buc.		
5	Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270130	bucată	2	Autoclav 100 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum Cod 270130 Descriere Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încărcătură orizontală, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non termic sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inox. Parametrul Specificația Încărcare orizontală Încărcarea și scoaterea casoletelor se efectuează prin 2 uși separate, destinate pentru zona de primire a casoletelor nesterile și zona sterilă 2 uși Posibilitatea de blocarea a unei usi in caz de necesitate Construcția interioară din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox.	416 666,67	IMSP AMT Râșcani

				Securitate la supraîncălzire Alarmer acustică, vizuală Durata sterilizării reglabilă Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit Control electronic Microprocesor Sistem de blocare a uşii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este uşa deschisă Uşa rămâne blocată până la scaderea sfârşitului procesului de sterilizare Suprafaţa exterioară să nu se încălzească Imprimantă termică Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afişaj LED Monitorizarea în timp real temperatura în camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital) Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum Pre şi post vacuum selectabil Sistem de uscare Facilităţi de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor, printare a rezultatelor racire rapidă Volum interior 100 l, ± 10 l Rafturi minim 2 buc Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: 115 - 134 grade C Precizie temperatură $\pm 2^{\circ}\text{C}$ Autoclavul să fie conectat la conductele de apă şi canalizare Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare Înregistrator date Tip date imprimate pe hirtie data timp temperatura presiune Alimentare Cerinţe de alimentare la reţeaua electrică: 380V, 50 Hz		
6	Maşini de ambalat	bucată	4	Maşini de ambalat Descriere Maşini de ambalat pentru utilizare în cabinete medicale în secţiile de sterilizare. Ambalarea rapidă şi sigură a instrumentelor medicale în deplină conformitate cu standardele.	66 666,67	IMSP AMT Râşcani

				Perioada de preincalzire Max 2 minute, Termostatul continuu face posibilă utilizarea pachetelor de la diferiți producători. Latime de sigilare ≥ 8 mm Controleaza timpul si temperatura de lipire Semnale optice si acustice in caz de abateri Termostatul continuu face posibilă utilizarea pachetelor de la diferiți producători. Carcasa Metalic, neoxidabila Sacii pot fi sigilati continuu Lama mobila pentru taierea sacilor + (1 de rezerva) Termostatul continuu face posibilă utilizarea pachetelor de la diferiți producători.		
7	Spălător pentru microplăci ELISA automat	bucată	1	Spălător pentru microplăci ELISA automat Este fabricat pentru curățarea diferitor tipuri de microplăci, complet programabil asigurând soluții de diferite concentrații, aspirație, aspirație/ combinare/ dozare. Alimentare 220-240 V, 50 Hz Canale de la 8 până la 12 Capabile să spele toate tipurile de microplăci Dotat cu calibrator Afișare LCD Programabil Tastatură: patru taste cheie cu membrană Alarmă Control automat Numărul ciclurilor de spălare 1...15 Volumul de soluție de dispersare: 50-300 μl din 50 μl de etape pentru spălare precizie de distribuire: CV: $\leq 4\%$ peste placa (300 μl volum de distribuire, rata de distribuire:3) volumul rezidual: aspirație încrucișată: ≤ 2 μl per godeu singur aspirație - colector spălare de celule: ≤ 5 μl per godeu (Asp. Rata de 5, Asp. Timp de 4 secunde, Asp. 10mm viteză / sec) Certificat de etalonarea; La momentul livrării trebuie sa fie incluse următoarele certificate: Certificat ISO 9001 pentru producator Manual de operarea Instalarea, instruirea;	83 333,33	IMSP AMT Râșcani

8	Coagulometru semi-automat	bucată	1	Coagulometru semi-automat Descriere Coagulometru semiautomat destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienți pentru determinarea factorilor de coagulare a sîngelui. Parametrul Specificația Configurația Capacitatea sistemului 4 probe simultan Tip probă plasmă Teste APTT FIB PT TT Data management Display LCD sau LED Imprimantă Interfață PC Interfață LIS Cititor bar cod	16 666,67	IMSP AMT Râșcani
9	Sistem automat de colorare lame	bucată	1	Sistem automat de colorare lame Descriere Dispozitiv pentru colorarea automata a lamelor pentru hematologie, citologie, histologie, bacteriologie, s.a. Parametru Specificația Caracteristici sistem procesare simultana ≥ 5 stative statii de procesare, total ≥ 20 statii de incarcare ≤ 2 statii de descarcare ≤ 3 statii de spalare ≤ 3 capacitate stativ ≥ 30 lame volum reagent / statie ≥ 300 ml memorie ≥ 20 programe capacitate program ≥ 50 pasi posibilitatea de a programa sistemul de agitare pentru fiecare statie in parte posibilitatea de a programa sistemul de agitare pentru fiecare statie in parte program special pentru statii de spalare moduri de programare ≥ 4 parametri configurabili ≥ 3 (numar, viteza, amplituda) timp de imersie 1 sec - 59 min, pasul ≥ 59 sec memorie reagenti pre-programati ≥ 32 definiti de utilizator ≥ 20 real-time display pentru protocoalele executate	250 000,00	IMSP AMT Râșcani

				funcție de drenare reagent interfață USB pentru transmiterea datelor spre calculator filtru pentru purificare aer cu carbon activat conectare la sistem de apă presiunea ≤ 4 bar temperatura ≤ 30 °C standard conectare $\frac{3}{4}$" sistem dublu de protecție scurgere sistem canalizare drenaj prin gravitație diametru teavă ≤ 20 mm Caracteristici alimentare Acumulator LI-ion Autonomie acumulator ≥ 2 ore Alimentare prin bloc de alimentare extern Acesorii Dispozitivul să fie livrat împreună cu toate accesoriile necesare pentru punerea în funcțiune al dispozitivului vas pentru reagenți ≥ 20 buc vas pentru apă ≥ 3 buc capac pentru vas ≥ 23 buc stative pentru lame (capacitatea 30 lame) ≥ 3 buc suport pentru stativ cu lame ≥ 3 buc tub pentru conectarea la sistemul de apă ≥ 1 (~1,5 metri) tub pentru conectarea la sistemul de canalizare ≥ 1 (~3 metri) filtru pentru purificare aer cu carbon activat ≥ 1 buc Cablul USB pentru conectarea la calculator ≥ 1 buc bloc de alimentare ≥ 1 buc Calculator pentru programare 1 buc		
10	Fotoliu rulant p-t Adult cu dezabilitați locomotorii	bucată	4	Fotoliu rulant p-t Adult cu dezabilitați locomotorii Cadru de oțel carbon cromat durabil Roți din aliaj de carbură Roți spate cu anvelope solide Blocarea roților de frână Cotierele fixe și căptușite cu balustradă din oțel inoxidabil Footboards cu opritoare de aluminiu Tapițeria din PVC moale este durabilă și ușor de curățat Lățime totală 70 cm Înălțime totală 85 cm Adâncime totală (față în spate) 104 cm	20 000,00	IMSP AMT Râșcani

				Adâncime 21 cm Dimensiunea scaunului 46 cm (43 cm) Diametrul discurilor 20 cm Greutate maximă ≥ 100 kg		
11	Fotoliu performant pentru colectarea sângelui și efectuarea injectiilor	bucată	2	Fotoliu performant pentru colectarea sângelui și efectuarea injectiilor În special pentru pacienții cu mobilitate scăzută, înălțime variabilă printr-un sistem hidraulic condus de un sistem de control bilateral plasat pe baza suportului Acest fotoliu are mișcări secționale, atât cu controale bilaterale Fabricat dintr-o structură robustă din oțel vopsit confort maxim pentru a preveni decubitul Cotiere din poliuretan moale, pliabil cu scaun filetat pentru a facilita deplasarea pacienților Completă cu cuplul retractabil al pedalei cu sistem automat de frânare pentru coborârea pacientului La baza 4 roți rotative, cu frână Toate materialele folosite sunt tratate cu aditiv antibacterian Dimensiunile aproximative: L 75 / P 95 / H 125 cm	50 000,00	IMSP AMT Râșcani
12	Oftalmoscop direct	bucată	4	Oftalmoscop direct Descriere dispozitiv pentru examinarea fundului de ochi Diafragme 6 diafragme: Cerc mic, cerc mare, fantă, semicerc, filtru verde, cerc diafragmă Diapazon focusare +36/-36 dioptrii Indicator dioptrii Verde / roșu Sistem de iluminare Xenon /halogen Iluminare min.15000 lux Reostat p-t reglarea intensității luminoase Mâner pentru baterii metalic Baterii reîncărcabile da, min. 1 set Încărcator de la priză de perete pentru încărcarea Montarea capului de oftalmoscop la mâner se face prin sistemul de prinder CLIC	50 000,00	IMSP AMT Râșcani
13	Cazan de dezinfectare	bucată	3	Cazan de dezinfectare Fierbator pentru captusele în secția de fizioterapie Dimensiuni totale, mm 810×400×700	100 000,00	IMSP AMT Râșcani

				Tensiunea de intrare: 380V Timpul de fierbere, min 1-60		
14	Dispozitiv pentru Darsonvalizare	bucată	2	Dispozitiv pentru Darsonvalizare Frecvența impulsurilor 110 +/- 8,25 Durata fiecărui impuls 100 microsecunde Frecvența 50 Hz Tensiune 220 V Putere 50-80 W Prezența unui cronometru: Indicație de pornire a curentului de ieșire: Cu set de emițătoare:	50 000,00	IMSP AMT Râșcani
15	Dispozitiv fizioterapie Laseroterapie	bucată	1	Dispozitiv fizioterapie Laseroterapie Caracteristici fizice: Magnito – laser infraroșu și roșu Sonda laser R: 600nm-700nm/20mW-40mW Sonda laser IR: 800nm-900nm/200mW-400mW Radiație LED cu infraroșu pulsant constant 5, 50, 1000 Inducție magnit 35 mt Aria emițătorului 4 cm ² Frecvența de repetare 2 HT	16 666,67	IMSP AMT Râșcani
16	Dispozitiv pentru fizioterapie Ultrasonoterapie	bucată	2	Dispozitiv pentru fizioterapie Ultrasonoterapie Dispozitiv cu frecvența de lucru 1.0/3.0 MHz Minim 2 sonde min. 3,5cm ² -7 W și min. 1 cm ² -2 W Modul de emisie CONTINUU sau PULSATIV Frecvența impulsului 100 Hz, 48 Hz, 16 Hz Impuls 1/2 , 1/5 , 1/10 Clasa II da Alimentarea 220V 50Hz	41 666,67	IMSP AMT Râșcani
17	Dispozitiv Magnetoterapie	bucată	1	Dispozitiv Magnetoterapie Dispozitiv de magnetoterapie include aparatul propriu zis de formă de paralelipiped cu 3 emițători Emițătorul principal e alcătuit din 16 inductori 4 panglici a câte 4 inductori unite într-e ele Al 2 emițător are formă de panglică, ce conține 6 inductori – se utilizează pentru acțiuni locală Al 3 emițător local, diametru 21 cm acționează asupra	25 000,00	IMSP AMT Râșcani

				țesuturilor și organelor situate mai profund Tensiune 220-240 V Frecvența 50 Hz Timp de lucru 1-30 min. Nr. de programe individuale ≥ 79 Direcția câmpului magnetic fixată Inducția magnetică până la 45 mTl		
18	Dispozitiv pentru Electroforeză	bucată	1	Dispozitiv pentru Electroforeză Rețea de alimentare 220 V Frecvența rețelei 50 Hz Curentul maxim în circuitul pacientului cu o sarcină de 500 Ohm - 50 ± 5 Ohm; Coeficientul de rupere curent pentru orice valoare a curentului de sarcină nu depășește 0,5%;	8 333,33	IMSP AMT Râșcani
19	Analizator hematologic automat 5 diff cu modul VSH	bucată	1	Analizator hematologic automat 5 diff cu modul VSH Descriere Analizator hematologic automat cu VSH destinat analizei componentei sanguine Parametru Specificația Metode de măsurare impendansmetrică fotometrică Calorimetrică Fluroscență măsurarea VSH din aceeași probă și concomitent cu ceilalți parametri Parametri determinați și calculați: WBC VSH Lym% HGB Bas% MCHC Eos% PLT-H RBC PLT-I PLT Lym# PDW NRBC#	200 000,00	IMSP AMT Râșcani

			Mon% MCH NRBC% PCT Mon# IMG# P-LCR Eos# Neu# HCT IMG% MCV Bas# RDW-CV RDW-SD P-LCC Neu% MPV IPF Capacitate (probe/oră) ≥ 80 (fara VSH) ≥ 40 (cu VSH) Diluarea automată manuala Tip proba sange integru body fluid sange capilar sange pre-diluat Volum proba ≤ 25 uL (fara VSH) ≤ 160 uL (cu VSH) ≤ 20 uL (sange pre-diluat) Incarcator automat de probe ≥ 30 eprubete posibilitatea efectuării analizelor urgente (STAT) Afișaj Display cu TouchScreen Imprimantă posibilitatea conectării imprimantei externe Introducerea datelor manual automat Interfața PC da		
--	--	--	---	--	--

				Data Management LIS / HIS Afișarea histogramelor Stocarea datelor Calibrarea automată manuală Grafice RBC (repartizarea eritrocitelor după volum) PLT (repartizarea trombocitelor după volum) WBC (distributia leucocitelor după tip) Afișarea pe ecran a tuturor datelor grafice rezultate rezultate din arhivă date de servis Monitorizarea datelor pacientului nume pacient ID pacient sex vîrsta Monitorizarea reactivelor data expirării volumul rămas Afișarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinați și calculați histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT date despre pacient Indicatori de avertizare Control al calității ≥ 3 nivele Construirea tabelor și graficelor Levey-Janings Memorie internă > 100000 pacienți Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii cititor coduri de bare Vas pentru deșeuri tuburi pentru reagenți tuburi pentru spălare Limba de comunicare rom/rus/eng						
20	Sistem de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital	bucată	1	<table><tr><td colspan="2">Sistem de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Sistem de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză				3 333 333,33	IMSP AMT Râșcani
Sistem de radiografie cu fluroscopie, universal, complet digital pentru tomosinteză										

	pentru tomosinteză				Descriere Sistem de radiografie pentru scanarea întregului corp, utilizează un fascicul cu raze X colimat sub formă de fantă, care scanează continuu în direcția S-I (Superior-Inferior) pentru a face expuneri repetate. Tomosinteza digitală este o tehnică imagistică medicală ce utilizează un detector cu ecran plat și un tub rotativ care produce o serie de secțiuni la diferite adâncimi și produce imagini la doze mici de radiație cu distorsiuni geometrice minime și măsurări precise.			
					Parametru Specificație			
				Configurație	Tub deasupra mesei da			
					Operare de la distanță da			
					Radiografie în afara mesei da			
					Grila detașabilă			
					(SID) max. ≥125 cm			
					(SID) min. 90 - 110 cm			
				Turnul de imagine	Control Fluoroscopia se acționează de la pedală Radiografia se acționează din camera de examinare și control			
					Mărime pixel ≤150μm			
					Tip flat panel			
					Mărime, cm (in) ≥43x43 (17” x 17”)			
					kVp pulsație da			
					Pulsație rata, fps ≥0-30			
					Selectarea de către utilizator a filtrelor			
					Rata maximă de cadre a matricei de achiziții ≥1024 x 1024			
					Mărimea maximă a matricei ≥1024 x 1024			
					Adâncime achiziție, bit ≥14			
					Mărimea maximă a matricei ≥2048 x 2048			
					Radiografie seriată, fps ≥ 10			

					Adâncime achiziție bit	≥14			
				Caracteristicile imaginii	Afișarea ultimei imagini				
					Colimarea virtuală				
					Deplasarea manuală a pixelilor				
				Masa de examinare	Greutatea maximă a pacientului	≥200 kg			
					Dimensiuni	≥220x70 cm			
					Mișcarea laterală	≥25 cm			
					Mișcarea longitudinală	≥160 cm			
					Mișcarea verticală	min. 60 - 110cm			
					Înclinarea mesei	90 /- 90 grade			
					Greutatea maximă a pacientului la înclinare	≥200 kg			
					Indicator de înclinare				
					Asigurarea mișcării motorizată				
				Generatorul	Puterea	≥80 kW			
					Radiografia	min. 50-150kV			
					Gama radiografică	min. 0.5 - 800 mAs			
					Fluoroscopia	min. 70-120 kV			
				Display si Statie de lucru (Achizitie/postprocesare)	Cantitate	min. 2 monitoare in sala de control, optional min 2buc in sala de examinare			
					Mărimea	≥18 "			
				Accesorii	Set radioprotecție geam	După necesitate			
					Set radioprotecție Pacient (2 șorțuri, 2 gulerașe de protecție a glandei tiroide)	1 pentru copii si 1 pentru adulți			
					Set radioprotecție Operator (șorț)	1 (min 0,35 mm Pb)			
				Imprimantă	Procesare tip	Termal direct			
					Interfață	DICOM			
					Rezoluție spațială, Pixeli/mm	≥12			

					Format film, cm	20 x 25 - 35 x 43			
					Formate disponibile simultan	≥2			
				Stație de lucru	Procesor	Intel i7 4 nuclee, 2,8 GHz, sau echivalent			
					HDD	Minim 6 TB de stocare utilizabilă si 256 GB SSD pentru soft			
					RAM	≥ 8 GB			
					Monitor	Medical, Full HD, ≥ 21”, LCD ≥ 1920x1080 3 MP			
					CD/DVD	Obligatori			
					Compatibil cu sistemele PACS				
					USB	≥ 4 porturi			
					Accesorii	Mouse, tastatura			
				<i>DAP integrat cu afisare rezultatelor in baza de date a pacientului</i>					
				Soft de prelucrare	Post procesare	obligatoriu			
					Control nivel	Zoom/Mărire; Rotire/Inversare			
					Adnotări pe imagine	marker, text, linii, unghi, lipse			
					DICOM 3.0	- DICOM Verification			
						- DICOM Modality worklist			
						- DICOM MPPS			
						- DICOM Storage			
						- DICOM Storage commitment			
						- DICOM Grayscale print			
						- DICOM Query / Retrieve			
						- DICOM GSPS			

						-Importul si exportul imaginilor de pe PACS		
						-Export imagini pe CD/DVD		
						-Exportul rezultatelor examinărilor pe HIS / RIS		
					Soft pentru tomosinteză			
					Soft radiografie scan			
				Sistem PACS	HDD	Minim 2 TB		
					Procesor	Intel i7 4 nuclee, 2,8 GHz, sau echivalent		
					RAM	≥ 8 GB		
					Modul software PACS	Funcții de manipulare a imaginii		
						Măsurători, adnotări și salvare.		
						Suport pentru afișaj de diagnostic pentru mai multe monitoare de rezoluție înaltă, bazat pe reguli DICOM de rulare		
						Send, DICOM Import pe CD și pe documente, administrare și diagnostic la distanță.		
					Monitor	≥ 24” LED 1920x1080		
					Licența	≥ 2		
					Licența de acces de pe web sau LAN	≥ 2		

Valoarea estimativă fără TVA: 9 411 666,67 lei.

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
 - 2) Pentru mai multe loturi;
 - 3) Pentru toate loturile;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare/ instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;
12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):
16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor: - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;	DA

		- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei	
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2 % din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</i>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. <i>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i>	DA

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa

nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE

Cerinte de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.” Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului	DA

		de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni specificație tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defectiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2023, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Dovada înregistrării dispozitivului ofertat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.	DA
19	Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică,	DA

	neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	
21	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)” <u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</u>	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.001%, 3 runde).
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică
22. Ofertele se prezintă: în lei.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 - conform SIA RSAP MTender
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis spre publicare la data de 12.03.2024

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 12.03.2024

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG