


ANUNȚ DE PARTICIPARE

Privind **Achiziționarea mobilierului pentru sistemul medical conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 Suplimentar 2**

prin procedura de achiziție: Licitatie deschisă

1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
2. IDNO: 1016601000212
3. Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.gov.md;
www.capcs.gov.md;
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Cod CPV 33192000-2



Nr	Denumire lot	Cantitate	Valoarea estimativă fără TVA	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Schiță																																																																
1	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții)	60	1.666.666,67	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3" data-bbox="674 225 1973 256">Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții)</th> </tr> <tr> <th data-bbox="674 256 976 288">Descriere</th> <th colspan="2" data-bbox="976 256 1973 288">Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare</th> </tr> <tr> <th data-bbox="674 288 976 320">Parametrul</th> <th colspan="2" data-bbox="976 288 1973 320">Specificația</th> </tr> <tr> <th data-bbox="674 320 976 352">Tip</th> <td colspan="2" data-bbox="976 320 1973 352">multifuncțional cu 6-8 poziții</td> </tr> <tr> <th data-bbox="674 352 976 384">Tip pacient</th> <td colspan="2" data-bbox="976 352 1973 384">adult</td> </tr> <tr> <th data-bbox="674 384 976 536" rowspan="3">Controlul pacientului</th> <th data-bbox="976 384 1290 416">tip</th> <td data-bbox="1290 384 1973 416">Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice</td> </tr> <tr> <th data-bbox="976 416 1290 504" rowspan="2">Funcționalități</th> <td data-bbox="1290 416 1973 448">poziționare sedentară</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1290 448 1973 480">poziționare Trendelenburg</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1290 480 1973 536">poziționare anti-Trendelenburg</td> </tr> <tr> <th data-bbox="674 536 976 608">Controlul de către asistentă</th> <th data-bbox="976 536 1290 608">Blocarea control pacient</th> <td data-bbox="1290 536 1973 608">obligatoriu</td> </tr> <tr> <th data-bbox="674 608 976 671">Greutatea maximă admisă de încărcare</th> <td data-bbox="976 608 1290 671">Cu etichetă pe pat</td> <td data-bbox="1290 608 1973 671">≥220 kg</td> </tr> <tr> <th data-bbox="674 671 976 703">Înălțime</th> <td data-bbox="976 671 1290 703">Ajustabilă</td> <td data-bbox="1290 671 1973 703">≥ 74 cm</td> </tr> <tr> <th data-bbox="674 703 976 783" rowspan="2">Rotile</th> <th data-bbox="976 703 1290 735">Diametru</th> <td data-bbox="1290 703 1973 735">≥12.5 cm</td> </tr> <tr> <th data-bbox="976 735 1290 783">Sistem de blocare</th> <td data-bbox="1290 735 1973 783">la minim 2 rotile</td> </tr> <tr> <th colspan="2" data-bbox="674 783 1290 847">Parapete de protecție laterale</th> <td data-bbox="1290 783 1973 847">formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta)</td> </tr> <tr> <th colspan="2" data-bbox="674 847 1290 879">Extensia lungimii patului</th> <td data-bbox="1290 847 1973 879">opțională</td> </tr> <tr> <th colspan="2" data-bbox="674 879 1290 959">Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic</th> <td data-bbox="1290 879 1973 959">cu posibilitatea de a introduce detectorul digital cu mărimea în diapazon de la 43x43 până la 47x47 cm</td> </tr> <tr> <th data-bbox="674 959 976 991">Cântar electronic</th> <th data-bbox="976 959 1290 991">pacient</th> <td data-bbox="1290 959 1973 991">da</td> </tr> <tr> <th colspan="2" data-bbox="674 991 1290 1054">Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică</th> <td data-bbox="1290 991 1973 1054">opțională</td> </tr> <tr> <th colspan="2" data-bbox="674 1054 1290 1086">Alimentare</th> <td data-bbox="1290 1054 1973 1086">220 V, 50 Hz</td> </tr> <tr> <th data-bbox="674 1086 976 1198" rowspan="3">Saltea</th> <th data-bbox="976 1086 1290 1118">ortopedică, lavabilă</th> <td data-bbox="1290 1086 1973 1118">da, să se indice codul produsului oferit</td> </tr> <tr> <th data-bbox="976 1118 1290 1150">husă cu fermoar</th> <td data-bbox="1290 1118 1973 1150">da, să se indice codul produsului oferit</td> </tr> <tr> <th data-bbox="976 1150 1290 1198">antidecubit + accesorii</th> <td data-bbox="1290 1150 1973 1198">da, să se indice codul produsului oferit</td> </tr> <tr> <th colspan="2" data-bbox="674 1198 1290 1230">Garanția minim 24 luni</th> <td data-bbox="1290 1198 1973 1230">da</td> </tr> </thead></table>	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții)			Descriere	Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare		Parametrul	Specificația		Tip	multifuncțional cu 6-8 poziții		Tip pacient	adult		Controlul pacientului	tip	Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice	Funcționalități	poziționare sedentară	poziționare Trendelenburg	poziționare anti-Trendelenburg	Controlul de către asistentă	Blocarea control pacient	obligatoriu	Greutatea maximă admisă de încărcare	Cu etichetă pe pat	≥220 kg	Înălțime	Ajustabilă	≥ 74 cm	Rotile	Diametru	≥12.5 cm	Sistem de blocare	la minim 2 rotile	Parapete de protecție laterale		formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta)	Extensia lungimii patului		opțională	Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic		cu posibilitatea de a introduce detectorul digital cu mărimea în diapazon de la 43x43 până la 47x47 cm	Cântar electronic	pacient	da	Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică		opțională	Alimentare		220 V, 50 Hz	Saltea	ortopedică, lavabilă	da, să se indice codul produsului oferit	husă cu fermoar	da, să se indice codul produsului oferit	antidecubit + accesorii	da, să se indice codul produsului oferit	Garanția minim 24 luni		da	
Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții)																																																																					
Descriere	Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare																																																																				
Parametrul	Specificația																																																																				
Tip	multifuncțional cu 6-8 poziții																																																																				
Tip pacient	adult																																																																				
Controlul pacientului	tip	Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice																																																																			
	Funcționalități	poziționare sedentară																																																																			
		poziționare Trendelenburg																																																																			
poziționare anti-Trendelenburg																																																																					
Controlul de către asistentă	Blocarea control pacient	obligatoriu																																																																			
Greutatea maximă admisă de încărcare	Cu etichetă pe pat	≥220 kg																																																																			
Înălțime	Ajustabilă	≥ 74 cm																																																																			
Rotile	Diametru	≥12.5 cm																																																																			
	Sistem de blocare	la minim 2 rotile																																																																			
Parapete de protecție laterale		formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta)																																																																			
Extensia lungimii patului		opțională																																																																			
Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic		cu posibilitatea de a introduce detectorul digital cu mărimea în diapazon de la 43x43 până la 47x47 cm																																																																			
Cântar electronic	pacient	da																																																																			
Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică		opțională																																																																			
Alimentare		220 V, 50 Hz																																																																			
Saltea	ortopedică, lavabilă	da, să se indice codul produsului oferit																																																																			
	husă cu fermoar	da, să se indice codul produsului oferit																																																																			
	antidecubit + accesorii	da, să se indice codul produsului oferit																																																																			
Garanția minim 24 luni		da																																																																			
2	Saltea antiescare	35	29.166,55	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="674 1246 1973 1278">Saltea antiescare</th> </tr> <tr> <th colspan="2" data-bbox="674 1278 1973 1310">Saltea:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" data-bbox="674 1310 1973 1342">• Dimensiune: 200-220 x 90-100 x 7-9 cm</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="674 1342 1973 1374">• înalțimea celulelor: 7-10 cm</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="674 1374 1973 1406">• Material: PVC</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="674 1406 1973 1437">• grosimea: minim 0.32 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Saltea antiescare		Saltea:		• Dimensiune: 200-220 x 90-100 x 7-9 cm		• înalțimea celulelor: 7-10 cm		• Material: PVC		• grosimea: minim 0.32 mm																																																						
Saltea antiescare																																																																					
Saltea:																																																																					
• Dimensiune: 200-220 x 90-100 x 7-9 cm																																																																					
• înalțimea celulelor: 7-10 cm																																																																					
• Material: PVC																																																																					
• grosimea: minim 0.32 mm																																																																					

				<ul style="list-style-type: none"> • numar de celule: minim 130 • greutatea maxima suportată: minim 130 kg <p>Pompa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tensiunea de alimentare: 220 V, 50 Hz • presiunea de lucru: 40-100 mmHg • Debitul de aer la ieșire: minim 6l/min • cu posibilitatea de a fi atașată de patul pacientului <p>Kit de reparații inclus: În cazul înțepăturilor accidentale, kitul de reparații permite remedierea rapidă a saltelei</p> <p>Rezistent la curățare și dezinfecție; Garanția minim 24 luni</p>	
3	Masa oftalmologică	3	30.000,00	<p>Masa oftalmologică</p> <p>Masă oftalmologică electrică pentru montarea și utilizarea dispozitivelor oftalmologice Masă medicală destinată montării și utilizării dispozitivelor oftalmologice (lampă cu fantă, autorefractokeratometru, keratometru etc.), cu reglaj electric al înălțimii și construcție ergonomică.</p> <p>Specificații tehnice minime</p> <p>Compatibilitate: masa trebuie să fie certificată pentru instalarea și utilizarea dispozitivelor oftalmologice.</p> <p>Reglaj înălțime: electric, interval minim 650–850 mm. Capacitate de încărcare: ≥ 50 kg.</p> <p>Suprafață: anti-zgâriere, rezistentă la dezinfectanți, dimensiuni minime 600 × 400 mm. Siguranță: sistem de blocare pentru stabilitate în timpul examinării.</p> <p>Mobilitate: opțional, roți cu sistem de frânare pentru deplasare ușoară.</p> <p>Alimentare: 220–240 V, conform standardelor CE. Construcție: cadru metalic stabil, finisaj rezistent la uzură.</p> <p>Cerințe de calitate și conformitate Marcaj CE și certificat de conformitate. Conformitate cu standardele ISO aplicabile pentru mobilier medical. Manual de utilizare în limba română. Instalare: furnizorul are obligația să livreze masa și să o instaleze.</p> <p>Obligațiile furnizorului</p> <p>Asigurarea instalării și punerii în funcțiune la sediul beneficiarului. Predarea documentației tehnice și a certificatului de garanție. Garanția minim 24 luni</p>	
4	Dulap Medical	1	8.000,00	<p>Dulap Medical</p> <p>Dulap medical destinat depozitării materialelor sanitare, instrumentelor și documentației medicale. Construcție robustă, standard, cu compartiment superior vizibil (uși din sticlă) și compartiment inferior opac (uși din metal).</p> <p>Cerințe tehnice minime</p>	

				<p>Structură: metalică, sudată sau modulară, vopsită în câmp electrostatic.</p> <p>Dimensiuni orientative: înălțime 180–200 cm, lățime 80–100 cm, adâncime 40–50 cm.</p> <p>Compartiment superior: 2 uși din sticlă securizată transparentă; rafturi reglabile, minim 2 bucăți.</p> <p>Compartiment inferior: 2 uși din metal; rafturi reglabile, minim 1 buc.</p> <p>Mânere: ergonomice, metalice sau ABS rezistent. Sistem de închidere: lacăt cu cheie pentru compartimentul inferior. Capacitate de încărcare: ≥ 30 kg/raft.</p> <p>Construcție și igienă Finisaj rezistent la dezinfectanți și soluții de curățare. Suprafețe netede, fără muchii ascuțite. Sticlă securizată, rezistentă la șocuri.</p> <p>Siguranță și conformitate Certificare CE pentru mobilier medical. Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru mobilier sanitar.</p> <p>Servicii asociate Garanție minimă: 24 luni.</p>	
5	Canapea de examinare medicală, mobilă	1	13.000,00	<p>Canapea de examinare medicală, mobilă</p> <p>Canapea de examinare medicală, mobilă, cu două funcții (manuală + electrică)</p> <p>Canapea medicală destinată examinării pacienților și efectuării procedurilor ambulatorii, dotată cu sistem de reglaj manual pentru spătar și sistem electric pentru reglarea pe înălțime, cu mobilitate asigurată prin roți de 10 cm.</p> <p>Specificații tehnice minime</p> <p>Funcții: 1 funcție manuală – rabatarea spătarului. 1 funcție electrică – reglarea pe înălțime.</p> <p>Mobilitate: 2 roți ascunse de minim 10 cm diametru. 2 roți universale pivotante de minim 10 cm diametru, dotate cu sistem de frânare.</p> <p>Performanță: Sistem pentru picioare din oțel inoxidabil, fără uzură după ≥ 5.000 cicluri.</p>	

				<p>Motor omologat CE.</p> <p>Materiale și rezistență:</p> <p>Tapițerie ignifugă, rezistentă la dezinfectanți, îndoire și uzură ≥ 100.000 cicluri.</p> <p>Grosime tapițerie: ≥ 8 cm.</p> <p>Spumă de înaltă densitate ≥ 30 kg/m³.</p> <p>Culoare: alb sau gri.</p> <p>Accesorii:</p> <p>Suport role de hârtie.</p> <p>Dimensiuni:</p> <p>Suprafață minimă: 1800 × 600 mm.</p> <p>Interval înălțime reglabilă: minim 650–850 mm (adaptat pentru roți de 10 cm).</p> <p>Capacitate de încărcare: ≥ 150 kg.</p> <p>3. Cerințe de calitate și conformitate</p> <p>Marcaj CE și certificat de conformitate.</p> <p>Manual de utilizare în limba română.</p> <p>Service post-vânzare: disponibil în Republica Moldova, timp de intervenție ≤ 72 ore.</p> <p>Garanție minimă: 24 luni.</p>	
6	Brancardă medicală	1	7.000,00	<p>Brancardă medicală</p> <p>Brancardă robustă pentru transport intern și intervenții, cu sistem de blocare și saltea</p> <p>Descriere generală</p> <p>Brancardă medicală destinată transportului pacienților în cadrul instituției și utilizării în intervenții de urgență. Construcție robustă, stabilă, cu saltea inclusă și sistem de blocare, adaptată pentru utilizare intensivă și sigură.</p> <p>Cerințe tehnice minime</p> <p>Cadru: metalic, rigid, rezistent la sarcini ≥ 200 kg.</p> <p>Roți:</p> <p>diametru ≥ 150 mm;</p> <p>pivotante, cu rulare silențioasă;</p> <p>cel puțin 2 roți prevăzute cu frâne sigure.</p> <p>Sistem de înclinare: reglabil pentru spătar acționat mecanic sau hidraulic.</p> <p>Saltea: inclusă, ergonomică, detașabilă, cu husă impermeabilă și rezistentă la dezinfectanți.</p> <p>Sistem de blocare: pentru fixarea brancardei în poziție stabilă în timpul procedurilor sau transportului.</p> <p>Mânere: ergonomice, pentru manevrare facilă.</p>	

				<p>Dimensiuni: standard pentru transportul pacienților adulți (lungime \geq 190 cm, lățime 55–65 cm).</p> <p>Construcție și igienă</p> <p>Finisaj rezistent la dezinfectanți și soluții de curățare. Suprafețe netede, fără muchii ascuțite, ușor de igienizat. Saltea detașabilă pentru curățare și înlocuire.</p> <p>Siguranță și conformitate</p> <p>Capacitate de încărcare minimă: 200 kg. Certificare CE și declarație de conformitate. Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru mobilier medical și dispozitive de transport pacienți.</p> <p>Servicii asociate</p> <p>Garanție minimă: 24 luni.</p> <p>Service post-vânzare: disponibil în Republica Moldova, timp de intervenție \leq 72 ore.</p> <p>Obligațiile furnizorului</p> <p>Predarea documentației tehnice și a certificatului de garanție.</p>		
7	Masă de proceduri	6	40.000,00	<p>Masă de proceduri</p> <p>Masă de proceduri medicale, cu 2 polițe și 2 sertare. Masă de proceduri destinată utilizării în cabinete medicale, secții de tratament și laboratoare, pentru organizarea instrumentarului și materialelor necesare procedurilor. Construcție compactă, stabilă, mobilă, adaptată pentru utilizare zilnică în condiții de siguranță.</p> <p>Specificații tehnice minime</p> <p>Structură: metal vopsit în câmp electrostatic sau inox medical, rezistent la coroziune și dezinfectanți.</p> <p>Compartimentare:</p> <p>2 polițe deschise, rezistente, pentru instrumentar și materiale; 2 sertare ergonomice, cu glisare ușoară și sistem de oprire.</p> <p>Mobilitate:</p> <p>4 roți pivotante, diametru \geq 10 cm; cel puțin 2 roți prevăzute cu frâne sigure; rotile din material rezistent, silențios, care nu zgârie pardoseala. Dimensiuni: compacte, adaptate pentru spații medicale (înălțime 80–90 cm, lățime 40–60 cm, adâncime 40–50 cm). Stabilitate: cadru rigid, cu rezistență la sarcină \geq 30 kg distribuită uniform. Siguranță: muchii rotunjite pentru prevenirea accidentelor; suprafețe netede, ușor de curățat și dezinfectat. Design: funcțional, ergonomic, cu acces facil la polițe și sertare.</p> <p>Cerințe de calitate și conformitate</p> <p>Marcaj CE și certificat de conformitate.</p>		

				<p>Respectarea standardelor ISO aplicabile pentru mobilier medical.</p> <p>Materiale conforme cu normele sanitare și de igienă.</p> <p>Manual de utilizare și întreținere în limba română.</p> <p>Servicii asociate</p> <p>Garanție minimă: 24 luni.</p> <p>Obligațiile furnizorului</p> <p>Predarea documentației tehnice și a certificatului de garanție.</p>		
8	Paravan medical pliant mobil cu 3 secțiuni	60	120.000,00	<p>Paravan medical pliant mobil cu 3 secțiuni</p> <p>Structura din oțel cromat</p> <p>Perdele Lavabile și ignifuge</p> <p>Roți cu diametru minim 50 mm cu minim 4 blocabile</p> <p>Dimensiuni: Înălțime 180 cm (±10 cm), lățimea totală 180 cm (±10 cm)</p> <p>Garanția minim 24 luni</p>		
9	Paravan pliant mobil cu 2 secții	4	8.333,33	<p>Paravan pliant mobil cu 2 secții</p> <p>Tip acoperire: Folie PVC sau alt material echivalent;</p> <p>Dimensiuni generale:</p> <p>Lățime: 1450...1550mm,</p> <p>Înălțime: 1750...1850mm,</p> <p>Cadru metalic: Da;</p> <p>Grosime: 10...15 mm;</p> <p>Secțiile au aceiași dimensiuni, părțile laterale se pot roti în raport cu axa centrală la 360°, fără a cauza căderea acesteia: Da;</p> <p>Culoare cadru: Alb;</p> <p>Masa: 9...11 kg.</p> <p>Garanția minim 24 luni</p>		
10	Masa pentru instrumente (continuu sudat)	2	4.160,00	<p>Masa pentru instrumente (continuu sudat)</p> <p>Destinație pentru plasarea instrumentelor medicale în timpul diferitelor operații, manipulări în spații medicale și de laborator</p> <p>Masa este confecționat din profil, continuu sudat</p> <p>Vopsit în câmp electrostatic sau inox medical, rezistent la coroziune și dezinfectanți.</p> <p>Polite din inox</p> <p>Dimensiuni 650x410x870mm, ± 50mm</p> <p>Garanția minim 24 luni</p>		
11	Fotoliu recoltare a sângelui	2	17.500,00	<p>Fotoliu recoltare a sângelui</p> <p>Cu reglarea secțiunii spatelui și a genunchilor, cu cotiere.</p> <p>Cadru metalic robust, rezistent la greutatea mari, vopsit electrostatic;</p>		

				Tapiterie rezistentă la substanțe dezinfectante (fără pori, ușor de igienizat), rezistent la coroziune și dezinfectanți. Garanția minim 24 luni		
12	Măsuță pentru manipulații	8	22.000,00	Măsuță pentru manipulații Masa pentru instrumente 2 rafturi, pentru manipulări și proceduri în spații medicale și de laborator. Cadru metalic, stabil, vopsit electrostatic sau din oțel inoxidabil; Construcție rezistentă la utilizare frecventă în mediul medical; Colțuri rotunjite pentru siguranță. Blat din inox sau material compact medical; Suprafață netedă, neporoasă; Rezistentă la dezinfectanți și soluții chimice uzuale; Margini ridicate (min. 10–20 mm) pentru prevenirea scurgerilor. Garanția minim 24 luni		
13	Stativ pentru perfuzii	8	3.000,00	Stativ pentru perfuzii Stativ pentru infuzii cu reglarea pe înalțimii Construcție din oțel inoxidabil sau metal cromat; Rezistent la coroziune și dezinfectanți; Suprafață netedă, ușor de curățat; Cârlige metalice / inox pentru 4 perfuzii/sticle, pungi de perfuzie încărcarea minim 1 kg pe fiecare cârlig Bază stabilă, cu diametru sau lățime suficientă pentru prevenirea răsturnării. Garanția minim 24 luni		
14	Paravan	8	3.000,00	Paravan Executat din țevă din inox cu 2 elemente (secțiuni). Montat pe 2 roți, structură pliantă. Material de acoperire paravană: draperii din plastic lavabil sau alt material echivalent. Stabilitate bună în poziție deschisă; Ușor de manevrat; Permite curățare și dezinfecție completă; Fără muchii ascuțite. Garanția minim 24 luni		
15	Scaun cu rotile	2	12.000,00	Scaun cu rotile Lățime: 63 cm, ±2 cm; Lățime scaun: 45 cm, ±2 cm; Adâncime scaun 44 cm, ±2 cm; Înălțime scaun 52 cm, ±2 cm; Înălțime parte spate a scaunului: minim 40 cm; Înălțime totală scaun: 87 cm, ±2 cm;		

				<p>Lungime totală scaun: 104 cm, ±2 cm;</p> <p>Diametru roată: 61 cm, ±4 cm;</p> <p>Greutate de susținere: minim 110 kg;</p> <p>Carcasa: metal cromat;</p> <p>Scaunul: materiale moi;</p> <p>Rezistent la curățare și dezinfectie;</p> <p>Garanția minim 24 luni</p>		
16	Cușetă medicală	10	58.000,00	<p>Cușetă medicală</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Sectiuni ≥ 2</p> <p>Cușetă medicală cu reglarea secțiunii capului</p> <p>Material carcasă cadru din oțel / metal vopsit</p> <p>Saltea obligatoriu</p> <p>Dimensiune, cm ≥ 180x60x55 cm</p> <p>Greutate pacient maxim, kg ≥ 150</p> <p>Culoarea Gri</p> <p>Rezistent la curățare și dezinfectie;</p> <p>Garanția minim 24 luni</p>		
17	Carucior pentru transportarea pacienților cu handicap	13	65.000,00	<p>Carucior pentru transportarea pacienților cu handicap</p> <p>Material: Cadru din oțel negru vopsit sau oțel inoxidabil, rezistent și durabil</p> <p>Dimensiuni: Lățimea sezutului minim 48 cm, lățimea totală 67 cm, ±2 cm</p> <p>Roti: Roti mari pentru deplasare facilă pe diverse tipuri de teren</p> <p>Cotiere și Suporturi pentru Picioare: Detașabile și ajustabile pentru confort sporit</p> <p>Funcții: Frână de mână și opțional pentru picior, pentru siguranță suplimentară</p> <p>Pliabil: Design pliabil pentru transport și depozitare ușoară</p> <p>Material Suprafață: Ușor lavabil și rezistent la apă pentru întreținere simplă</p> <p>Greutate: Aproximativ 17 kg, ușor de transportat și montat</p> <p>Greutate maximă suportată: minim 110 kg</p> <p>Rezistent la curățare și dezinfectie;</p> <p>Garanția minim 24 luni</p>		
18	Cabină pentru audiometrie	1	140.000,00	<p>Cabină pentru audiometrie</p> <p>Dimensiuni / ergonomie</p> <p>Dimensiuni exterioare (L×A×H) în diapazon admisibil ≥ 100×100×210 cm și ≤ 150×130×230 cm</p> <p>Dimensiuni interioare utile (L×A×H) ≥ 95×95×185 cm, Suficient pentru 1 persoană; înălțime minim utilă</p> <p>Înălțime minimă încăpere pentru instalare ≥235 cm, Pentru spațiu de montaj + ventilație (unde e cazul).</p> <p>Acces Ușă cu deschidere spre exterior, Balama stânga/dreapta acceptat.</p> <p>Performanță acustică</p>		

			Atenuare globală (diferență interior/exterior)	≥35 dB (±3 dB), Conform datelor producătorului; se acceptă metode echivalente de raportare.
			Atenuare la frecvențe înalte	≥45 dB la 5 kHz, Ex.: 50 dB la 5 kHz acceptat; se confirmă în fișa tehnică.
			Condiții pentru audiometrie	Permite efectuarea testelor conform ISO 8253-1 Dovadă: declarație/specificație producător (ambient intern redus).
			Construcție / finisaje	
			Structură panouri	Panouri modulare fonoizolante, Panouri interschimbabile/kit asamblare acceptat.
			Grosime panouri (acceptat)	≥50 mm (acceptat), Valori mai mari acceptate (ex. 102 mm).
			Finisaj exterior	Suprafață lavabilă, Ex.: melamină/metal vopsit; culoare neutră.
			Finisaj interior	Material absorbant acustic, Ex.: spumă piramidală / panouri absorbante lavabile.
			Pardoseală	Material lavabil sau covor antistatic. Se acceptă ambele; trebuie să fie stabil și sigur.
			Fereastră / vizibilitate	
			Fereastră observare	Da, Vizibilitate operator-pacient.
			Dimensiuni fereastră	≥60×50 cm, Dublu vitrat / geam acustic.
			Tip geam	Dublu vitrat (acustic) sau echivalent. Sticlă securizată/safety glass acceptat.
			Ventilație / confort	
			Ventilație silențioasă	Da, Sistem tip labirint sau ventilație forțată silențioasă; nu trebuie să compromită acustica.
			Zgomot ventilație (acceptat)	Conform specificației producătorului pentru audiometrie. Se acceptă mențiune explicită a conformității cu cerințele de zgomot de fond.
			Iluminare / electric	
			Iluminare interioară	LED , Comutator accesibil; lumină suficientă.
			Alimentare	220–240 V AC, 50/60 Hz, Cablu de alimentare inclus.
			Putere consumată	≤150 W
			Priză internă (acceptat)	DA (acceptat), Dacă nu există intern, se acceptă alimentare externă + treceri cablu.
			Panou conexiuni / treceri cablu	
			Panou conexiuni audiometru	Da, Conectori pentru căști/microfon/USB sau placă de trecere cabluri. Panou/placă conexiuni inclusă
			Jack-uri audio	≥5× 6,3 mm + ≥1× 3,5 mm (sau echivalent) . Se acceptă altă configurație dacă funcțional echivalentă (ex. 9 jack-uri).
			USB (acceptat)	≥1 port/trecere USB (acceptat). Opțional; nu eliminatoriu.
			Mobilier / dotare minimă	
			Masă/suport audiometru	Masă rabatabilă sau raft. Dimensiune utilă minimă 70×40 cm. Masă/raft inclus
			Scaun/bancă pacient	1 loc, Stabil, ușor de curățat. Scaun/bancă inclus

				Acces rampă (acceptat)	Opțional/acceptat. Dacă e necesar pentru acces persoane cu mobilitate redusă.
				Sistem free-field (acceptat)	Preinstalare pentru free-field (acceptat). Dacă există: pregătire pentru difuzoare; nu eliminativ. Opțional
				Livrare / instalare / garanție	
				Stare livrare	Preasamblată SAU kit (asamblare rapidă). Se acceptă ambele, cu instrucțiuni clare.
				Montaj	Inclus
				Garanție	≥24 luni
				Certificat garanție.	Inclus
				Service / piese	Asigurat min. 5 ani. Declarație furnizor/producător.
				Conformitate / reglementări	
				Compatibilitate audiometre	Compatibilă cu orice audiometru. Inclusiv audiometre computerizate.
				Standard audiometrie (condiții test)	ISO 8253-1, Menționat în documente producător.
				Securitate produs (acceptat)	IEC/EN 60601-1 și IEC/EN 60601-1-2 (acceptat), Dacă producătorul declară aplicabilitate.
				RoHS/WEEE (unde e aplicabil)	Da, Declarații aplicabile UE.
				Fotoliu pentru colectarea sîngelui	
				General / utilizare	
				Destinație	Recoltare sânge / perfuzii / proceduri ambulatorii. Fotoliu medical pentru un pacient.
				Structură	Oțel tubular cu acoperire pulbere epoxidică. Rezistent la coroziune și la agenți de curățare.
				Bază	Bază fixă. Bază cu roți (acceptat). Roțile nu sunt obligatorii; dacă există, să fie dotate cu frâne.
				Capacitate maximă pacient	≥150 kg
				Dimensiuni	
				Poziție scaun (L×W×H)	acceptat în diapazonul admisibil: L ≥900 mm; W ≥650 mm; H ≥1200 mm și L ≤1200 mm; W ≤850 mm; H ≤1300 mm. Se acceptă reglaj lățime prin cotiere.
				Poziție întins (L×W×H)	acceptat în diapazonul admisibil: L ≥1600 mm; W ≥650 mm; H ≥630 mm și L ≤1750 mm; W ≤850 mm; H ≤760 mm
				Înălțime șezut de la podea	în diapazon minim 50–52 cm, 45–55 cm (acceptat)
				Greutate fotoliu	≤50 kg, Fără accesorii; valori mai mici acceptate.
				Segmentare & reglaje	
				Număr segmente	3 segmente (spate + șezut + picioare). Segmente interdependente acceptate.
				Spătar – dimensiuni (W×H)	≥530×≥830 mm, Se acceptă valori echivalente.
19	Fotoliu pentru colectarea sîngelui	5	45.000,00		

				Spătar – reglaj înclinare	Min. 100°...≥180°. până la 185° (acceptat). Reglare manuală prin suport glisant sau echivalent.	
				Șezut – dimensiuni (W×D)	≥520×≥520 mm, Fix sau cu reglaje suplimentare acceptat.	
				Secțiune picioare/genunchi	Reglaj până la -90°. Reglare manuală prin suport glisant sau echivalent.	
				Tetieră	Da, Reglabilă manual, tapițată lavabil. Tetieră inclusă	
				Cotiere / suport brațe (obligatoriu)		
				Număr cotiere	2 cotiere	
				Dimensiuni cotiere	L ≥470 mm; W ≥140 mm, Grosime ~60 mm acceptat.	
				Reglaje cotiere	Reglabile în poziție și înălțime (continuu sau trepte). Reglaj înălțime min. 300 mm (acceptat) sau echivalent.	
				Cotiere pliabile	Da, Pentru acces facil pacient.	
				Reglaj lățime	DA (prin cotiere). Lățime reglabilă 650–770 mm acceptat.	
				Tapiterie / igienă (obligatoriu)		
				Căptușeală	Poliuretan spumat. Spumă cu suport MDF (acceptat). Echivalent acceptat.	
				Husă/tapiterie	Lavabilă, impermeabilă, rezistentă la pete și dezinfectanți. Compatibilă cu dezinfectanți uzuali, conform instrucțiunilor producătorului.	
				Retardare flacără	DA (acceptat). Opțional; dacă există, se indică certificarea.	
				Culoare	La alegerea beneficiarului	
				Mobilitate (opțional)		
				Roți pivotante	4 roți Ø ≥125 mm (acceptat). Dacă sunt oferite: frâne individuale (minim 2) și blocare direcție (acceptat).	
				Siguranță / transport / livrare		
				Dezasamblare pentru transport	DA (acceptat). Bază dezasamblată pentru transport ușor (dacă există).	
				Margini/colțuri	Fără muchii tăioase, Siguranță pacient.	
				Garanție	≥24 luni	
				Instrucțiuni	Instrucțiuni de utilizare + curățare/dezinfectare, Manual/ghid	
				Accesorii indispensabile (minim)		
				Tetieră	1 buc. Inclusă, Reglabilă, tapițată.	
				Cotiere, Pliabile și reglabile.	2 buc. Incluse	
				Picioare/role cu protecții	Picioare antiderapante (bază fixă). Role cu frâne (acceptat)	
20	Fotoliu de recoltare a sângelui	5	50.000,00	Fotoliu de recoltare a sângelui		
					Reglarea secțiunii din spate prin suport glisant minim 0-80°, (±5°)	
					Reglarea secțiunii genunchiului prin suport glisant minim 0-90°, (±5°)	
					Cu bază fixă da	
					Perna din spuma cu sasiu da	
					MDF si husa din piele artificiala da	



				<p>Cotiere reglabile care pot dobândi șase poziții da</p> <p>Baza dezasamblata pentru transport usor da</p> <p>Acoperire cu pulbere epoxidica da</p> <p>Lățime reglabila prin cotiere reglabile. da</p> <p>Masa totală suportată: ≥ 150 kg;</p> <p>Poziția scaunului: (L*W*H) 700*(650-770mm) *1200 mm, ± 50 mm</p> <p>Poziția patului: (L*W*H) 1600*(650-770mm) *630 mm, ± 50 mm</p> <p>Rezistent la curățare și dezinfecție;</p> <p>Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni</p>		
21	Scaun cu roțile	4	14.000,00	<p>Scaun cu roțile</p> <p>Este folosit pentru imbunatatirea mobilitatii permitand persoanelor cu handicap locomotor sa se poata deplasa.</p> <p>Scaunul cu roțile se poate utiliza in interiorul sau exteriorul locuintei, se poate deplasa actionat de utilizator sau aiutat de un insotitor</p> <p>Tip de functionare manual</p> <p>Pentru interior/exterior da</p> <p>Pliabil da</p> <p>Roti din cauciuc, fara camera</p> <p>Suporti pentru picioare detasabili da</p> <p>Inaltime totala 90 cm, ± 2cm</p> <p>Latime totala 67 cm, ± 2cm</p> <p>Latime sezut 46 cm, ± 2cm</p> <p>Rezistent la curățare și dezinfecție;</p> <p>Garanția minim 24 luni</p>		
22	Dulap metalic 800x500x1800	4	34.400,00	<p>Dulap metalic 800x500x1800</p> <p>Dulap medical cu două uși.</p> <p>Dulap pentru instrumente medicale cu lacat</p> <p>Dimensiunile:</p> <p>800 mm (± 10 mm) x500 mm (± 10 mm) x1800mm (± 10 mm)</p> <p>Rezistent la curățare și dezinfecție;</p> <p>Garanția minim 24 luni</p>		
23	Masa de lucru instrumente medic	4	16.000,00	<p>Masa de lucru instrumente medic</p> <p>Carcasa și blatul mesei vor fi executate din Inox AISI 304</p> <p>4 secțiuni glisante</p> <p>Rezistent la curățare și dezinfecție;</p> <p>Garanția minim 24 luni</p>		
24	Masa de manipulare	4	18.000,00	<p>Masa de manipulare medicinala mobila</p> <p>Masa este destinată amplasării medicamentelor, instrumentelor, dispozitivelor auxiliare necesare activității medicului.</p>		

	medicinala mobila			<p>Model cu două rafturi (din oțel inoxidabil)</p> <p>Materialul rezistent la soluții detergenți și soluții biodistructive</p> <p>Dimensiuni:</p> <p>latime 650 mm, ± 20mm</p> <p>lungime 450 mm, ± 20mm</p> <p>inaltime 920mm, ± 20mm</p> <p>Numar sertare 2buc.</p> <p>Numdrul de rafturi 2buc.</p> <p>Sarcina maximă pe masă este de minim 60 kg</p> <p>Rezistent la curățare și dezinfecție;</p> <p>Garanția minim 24 luni</p>		
25	Cuseta de examinare	2	10.000,00	<p>Cuseta de examinare</p> <p>Lungimea - 190 cm, ± 2 cm</p> <p>Lățime - 65 cm, ± 2 cm</p> <p>Înălțime - 58 cm, ± 2c (până la saltea)</p> <p>SUPPORTUL PENTRU CEARSAF - 62 cm, ± 2cm</p> <p>Piese metalice acoperite cu nano ceramică sau vopsite cu pulbere electrostatică</p> <p>Suprafata de culcare din doua piese usor de curățat</p> <p>Tetiera reglabila manual</p> <p>Tapiterie din piele artificiala</p> <p>Mecanism de picior pliabil</p> <p>Suport rului prosoape de unică utilizare</p> <p>Suport pentru perfuzie IV reglabil pe înălțime</p> <p>Rezistent la curățare și dezinfecție;</p> <p>Garanția minim 24 luni</p>		
26	Masa de productie din inox	2	4.000,00	<p>Masa de productie din inox</p> <p>Fabricată din oțel inoxidabil</p> <p>Dimensiuni 1500 x 800 mm</p> <p>Rezistent la curățare și dezinfecție;</p> <p>Garanția minim 24 luni</p>		
27	Noptiera 500x400x600	50	310.000,00	<p>Noptiera 500x400x600</p> <p>Executat din PAL MELAMINAT de nuanță deschisă, de minim 18 mm, cu marginea ABS de minim 2 mm și peretele din spate din PALMELAMINAT de minim 18 mm</p> <p>Mecanism ridicare a mesei de servire a alimentelor</p> <p>Culoarea U707ST9 sau analogic acestei nuanțe de culoare</p> <p>Balama si glisiera cu inchidere lenta</p> <p>Dimensiunile noptiera:</p>		

				500 mm (+/- 10 mm) x400 mm (+/- 10 mm) x 600 mm (+/- 10 mm)		
				Dimensiunile masa:		
				500 mm (+/- 10 mm) x700 mm (+/- 10 mm)		
				Rezistent la curățare și dezinfectie;		
				Garanția minim 24 luni		
28	Canapea electromecanică ecografie	1	120.000,00	Canapea electromecanică ecografie		
				Suprafață lavabilă nu mai mare de 60×190 cm		
				Suprafață minim din 2 piese mobile		
				Capacitate de greutate cu rezervă de siguranță minim 230 kg		
				Reglare înălțime minim 50-70 cm		
				Reglare unghi al piesei proximale nu mai mic de 70°		
				Roți cu zona de contact din cauciuc		
				Roți cu rotire 360°		
				Blocare centralizată pe 4 roți		
				Voltajul de lucru 220-240 V		
				Bumper-e de protecție a colțurilor		
				Prezența fixatoarelor pentru suportul de infuzie		
				Reglare de pe telecomandă		
				Construcția din bare de metal ușor, acoperite cu vopsea electrostatică		
				Nivelul de zgomot la funcționare reglementat minim IPX4		
				Instrucțiune în limba română		
				Rezistent la curățare și dezinfectie;		
				Garanția minim 24 luni		
29	Masă stomatologică cu patru sertare	5	50.000,00	Masă stomatologică cu patru sertare		
				Dulap lateral cu patru sertare		
				Blat din marmură/sticlă/HPL cu suprafață lavabilă		
				Laterale metalice în jurul blatului mesei		
				Mâner deasupra sertarelor de pe panou frontal al mesei pentru o mișcare ușoară		
				Ultimele două sertare inferioare să fie echipate cu inserție din plastic - organizator cu 5-8 compartimente		
				Sertare montate pe ghidaje euro complet reglabile		
				Roți cauciucate cu diametru de 50 mm (două dintre ele având frâne)		
				Material din oțel inoxidabil cu pulbere de înaltă calitate		
				Dimensiuni 800-860mm*500mm		
				Greutate- 35-40 kg		
				Culoarea - albă		
				Rezistent la curățare și dezinfectie;		
				Garanția minim 24 luni		

30	Scaun operator punct de comandă pe roți	3	10.500,00	Scaun operator punct de comandă pe roți	
				Descriere	Scaun pentru medic utilizat în timpul examinării pacienților
				Parametru	Specificație
				Tip	Rotativ, cu spătar
				Baza	Pe 5 roți
				Material baza, picioare	Metal cromat
				Material tapeterie	Piele eco
				Reglaj de înălțime	460-610 mm
				Rezistent la curățare și dezinfecție;	da
Garanția minim 24 luni	da				
31	Măsuța de manipulare în sala de proceduri	1	5.700,00	Măsuța de manipulare în sala de proceduri	
				Lungime totală-72 mm, ± 20 mm	
				Lățime totală-550 mm, ± 20 mm	
				Blatul mesei-540 mmX380 mm, ± 20 mm	
				Înălțime 910 mm, ± 20 mm	
				Roți minim 100 mm	
				Încărcare maximală, nu mai puțin de 20 kg	
				Rezistent la curățare și dezinfecție;	
				Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni	
32	Pat pentru examinarea (mecanic) adult	3	15.000,00	Pat pentru examinarea (mecanic) adult	
				Descriere	Pat pentru examinarea pacienților in IMSP
				Parametru	Specificație
				Sectiuni	≥ 2
				Material carcasă	cadru din oțel / metal vopsit
				Husă	obligatoriu
				Saltea	obligatoriu
				Dimensiune, cm	≥ 180x60x60
				Greutate pacient maxim, kg	≥ 180
				Tetiera	reglabilă
				Suport rolă hartie	obligatoriu
					hartie ≥ 20 buc.
				Rezistent la curățare și dezinfecție;	da
Termenul de garanție minim 2 ani echivalent la 24 luni					
33	Fotoliu ORL Hidraulic	1	77.500,00	Fotoliu ORL Hidraulic	

				<p>Descriere</p> <p>Fotoliul ORL hidraulic conceput pentru consultații și tratamente ORL pentru pacienți cu înălțimea 1,5 - 2,0 m. Dispune de un sistem hidraulic pentru reglarea înălțimii, spătar ajustabil și posibilitate de rotație, oferind stabilitate și confort atât pacientului, cât și medicului. Tapițeria este antibacteriană și ușor de curățat, iar structura robustă asigură durabilitate.</p>																															
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parametrul</th> <th>Specificația</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sistem hidraulic</td> <td>da, pentru miscarea sus/jos</td> </tr> <tr> <td>Format din min. 5 secțiuni</td> <td>suport cap, suport spate, suport coapse, suport picioare, suport tălpi</td> </tr> <tr> <td>Suport mâini</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Poziționare a spatarului din poziția ortostatică în poziția orizontală 180° ± 10 (culcat/pat), prin pârghie cu arc pe gaz</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Rotație la minim 330° cu pedala de blocare</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Cotieră și spătar reglabile manual prin pârghie cu arc pe gaz</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Șezut cu tapițerie impermeabilă, nedeformabilă, de înaltă rezistență, antimicrobiană și ușor de curățat</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Sistem mobil/transportabil</td> <td>da, pe roți cu frână</td> </tr> <tr> <td>Capacitate maximă a pacientului</td> <td>≥ 150 kg</td> </tr> <tr> <td>Culoare</td> <td>Albastru închis</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Accesorii</td> <td>Accesoriu articulat reglabil pentru suportul capului, cu posibilitatea de ajustare pe vertical și horizontal</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td>Accesoriu fix pentru suportul capului</td> <td>da</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Altele</td> <td rowspan="2">Garanție</td> <td>≥ 36 luni</td> </tr> <tr> <td>Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor</td> </tr> </tbody> </table>	Parametrul	Specificația	Sistem hidraulic	da, pentru miscarea sus/jos	Format din min. 5 secțiuni	suport cap, suport spate, suport coapse, suport picioare, suport tălpi	Suport mâini	da	Poziționare a spatarului din poziția ortostatică în poziția orizontală 180° ± 10 (culcat/pat), prin pârghie cu arc pe gaz	da	Rotație la minim 330° cu pedala de blocare	da	Cotieră și spătar reglabile manual prin pârghie cu arc pe gaz	da	Șezut cu tapițerie impermeabilă, nedeformabilă, de înaltă rezistență, antimicrobiană și ușor de curățat	da	Sistem mobil/transportabil	da, pe roți cu frână	Capacitate maximă a pacientului	≥ 150 kg	Culoare	Albastru închis	Accesorii	Accesoriu articulat reglabil pentru suportul capului, cu posibilitatea de ajustare pe vertical și horizontal	da	Accesoriu fix pentru suportul capului	da	Altele	Garanție	≥ 36 luni	Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor
Parametrul	Specificația																																		
Sistem hidraulic	da, pentru miscarea sus/jos																																		
Format din min. 5 secțiuni	suport cap, suport spate, suport coapse, suport picioare, suport tălpi																																		
Suport mâini	da																																		
Poziționare a spatarului din poziția ortostatică în poziția orizontală 180° ± 10 (culcat/pat), prin pârghie cu arc pe gaz	da																																		
Rotație la minim 330° cu pedala de blocare	da																																		
Cotieră și spătar reglabile manual prin pârghie cu arc pe gaz	da																																		
Șezut cu tapițerie impermeabilă, nedeformabilă, de înaltă rezistență, antimicrobiană și ușor de curățat	da																																		
Sistem mobil/transportabil	da, pe roți cu frână																																		
Capacitate maximă a pacientului	≥ 150 kg																																		
Culoare	Albastru închis																																		
Accesorii	Accesoriu articulat reglabil pentru suportul capului, cu posibilitatea de ajustare pe vertical și horizontal	da																																	
	Accesoriu fix pentru suportul capului	da																																	
Altele	Garanție	≥ 36 luni																																	
		Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor																																	

					accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului	
				Livrarea, instalarea și testarea la locul necesar fără implicarea beneficiarului	da	
				Asigurarea tuturor elementelor necesare pentru instalarea completă, funcțională și sigură a sistemului, inclusiv cele aferente conectivității, integrării în infrastructura existentă și comunicării cu sistemele informatice relevante, conform standardelor aplicabile.	da	
				Preluarea ambalajelor (cutiile) în care a fost livrat sistemul/dispozitivul	da, la solicitarea beneficiarului	
				Deservire în perioada de garanție cu oferirea graficului de mentenanță de user si service	Graficul de mentenanță preventivă și service disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Cu indicarea lucrărilor necesare, intervale recomandate, uneltele și instrumentele specifice utilizate, consumabilele , accesoriile și instrucțiunile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, toate marcate cu numere de referință.	
				Ghid rapid	Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), laminată și atașată de dispozitiv. Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF.	
				Manuale de utilizare	Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat.	
				Manual de service	Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română)	

						sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6).	
					Manual de part list	Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF, în limba engleză, dacă este prevăzut de către producător.	
					Training pentru utilizatori	Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Minim 6 persoane, minim 1 zile lucrătoare	
					Training pentru personal tehnic	Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și oferirea și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute. Minim 2 persoane, o zi lucrătoare	

Valoarea estimativă: 3.026.926,55 lei fără TVA

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: se admite

Prin oferte alternative se subînțelege că operatorii economici pot depune oferte alternative Specificațiilor tehnice minime solicitate în anunțul de participare. (ofertantul dovedește în oferta sa alternativă, spre satisfacția autorității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că soluțiile tehnice pe care le propune satisfac, în orice manieră echivalentă, cerințele tehnice definite din Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă în anunțul de participare). Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător, un raport de încercare de la un organism recunoscut, etc. Totodată, în procesul de evaluare în cazul în care vor fi depuse pentru același lot oferte de bază și alternative se va da prioritate ofertelor care corespund cerințelor de bază, indiferent de poziționarea după preț. Pentru ofertele alternative, grupul de lucru își rezervă dreptul de a atribui sau nu lotul operatorului economic, fără a fi obligat să motiveze decizia sa, reieșind din criteriul de atribuire stabilit la pct. 22 din anunțul de participare.

Ofertanții pot depune o ofertă de bază sau o ofertă alternativă.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele de bază trebuie să le respecte sunt toate cerințele tehnice indicate pentru fiecare lot în parte.

Cerințele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le respecte sunt marcate cu roșu pentru fiecare lot în parte.

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la data intrării în vigoare a contractului.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data intrării în vigoare a contractului.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. **Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor,	DA

		<p>pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.</p> <p>ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică ofertată, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥ 192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p> <p>Notă: Operatorul economic va prezenta schițele mobilierului medical oferit.</p>	
3	Specificația de preț	<p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</p>	DA
4	DUAЕ	<p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i></p>	DA
5	Garanția pentru ofertă	<p>- 2% din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</i></p>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	<p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din</i></p>	DA

		<i>Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i>	
--	--	--	--

Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.

Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.

Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE

Cerințe de calificare obligatorii

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit."	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu <u>indicarea/marcarea numărului de referință/ modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u>	DA
12	Declarație de la Ofertant	prin care declară ca va realiza cu titlu gratuit livrarea, asamblarea, instalarea, ridicarea, încărcarea, descărcarea bunurilor la sediul	DA

		beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție nu mai mic de <u> </u> luni (SE VA INDICA DE OPERATORUL ECONOMIC, ÎNSĂ NU MAI MIC DE CEL MENȚIONAT ÎN SPRECIIFICAȚIA TEHNICĂ) din momentul livrării/instalării, inclusiv a tuturor accesoriilor - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție 48 ore de la solicitare- Semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2025 originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea componentele bunurilor trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Certificat de conformitate/calitate pentru bunurile oferite	Eliberat de către Organismul Național/Internațional de verificare a conformitatea produselor Semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
18	Prezentarea mostrelor	Prezentarea mostrelor în termen de 5 zile de la solicitarea înscrisă a autorității contractate pentru materia primă sau pentru produsul finit.	DA
Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:			
19	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică , în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
20	<u>Garanția de bună execuție</u>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE	DA

	Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1016601000212 IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota “Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)“ <u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni de la data intrării în vigoare a contractului.</u>	
--	--	--

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:

a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;

b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;

c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TR Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.

19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 1%, 3 runde).

21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

22. Ofertele se prezintă: în lei.

23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai bun raport calitate-preț, cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.

NOTĂ: în cazul în care au fost depuse două sau mai multe oferte echivalente sub aspectul prețului și care corespund tuturor cerințelor, autoritatea contractantă va da prioritate în selectarea ofertei câștigătoare conform ordinii clasate în SIA „RSAP” (MTender). Ofertele celorlalți operatori economici, altele decât oferta câștigătoare clasată pe primul loc în clasament în SIA „RSAP” (MTender), vor fi respinse ca neconforme cerințelor din documentația de atribuire, în conformitate cu art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Evaluarea ofertelor se va face prin însumarea punctajelor obținute pentru criteriile de mai jos:

1. Prețul / oferta financiară fără TVA: 60 puncte;
2. Termenul de garanție: 40 puncte.
3. Oferta cu cel mai mare punctaj total va fi desemnată câștigătoare.
4. Algoritmul de calcul al ofertei:
5. Punctajul total va fi calculat astfel:

$$\text{Punctaj total} = \text{Punctaj factor de evaluare al ofertei financiare} + \text{Punctaj factor de evaluare al Termenului de garanție}$$

1. Denumire factor evaluare: Prețul ofertei:

Descriere: Componenta financiară

Pondere: 60.00 %

Punctaj maxim 60.00 puncte

Punctajul se acordă astfel:

a) Pentru prețul cel mai scăzut se acordă punctajul maxim alocat;

b) Pentru alt preț decât cel mai scăzut, punctajul financiar se calculează proporțional, astfel: $P1 = (\text{preț minim}/Pn)^*$

P_{max}

Unde:

$P1$ = punctaj factor de evaluare al ofertei financiare.

Preț minim = prețul cel mai scăzut ofertat de ofertanți pentru realizarea contractului.

Pn = prețul ofertei curente

P_{max} (Punctajul maxim alocat) = 60 puncte

2. Denumire factor evaluare: Termenul de garanție:

Descriere: Termenul de garanție

Pondere: 40.00 %

Punctaj maxim 40.00 puncte

Punctajul se acordă astfel:

a) Pentru termenul de garanție cel mai mare (față de cel solicitat în specificațiile tehnice) se acordă punctajul maxim alocat- 40 puncte;

b) Pentru alt termenul de garanție , punctajul se calculează proporțional,

$P = V_{of}/V_{max} * \text{Punctaj maxim}$, unde

P - reprezintă punctajul criteriului calculat;

Vof - reprezintă valoarea criteriului oferat;

Vmax - reprezintă valoarea maximă oferată;

Punctaj maxim - punctajul maxim acordat pentru criteriul respectiv.

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP MTender

26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile

28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

29. Ofertele întârziate vor fi respinse.

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis la publicare la data de 23.02.2026

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 23.02.2026

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

da _____

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG