

20
01.11.2019

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor

1. Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr.1-Taraclia
2. IDNO: 1006601002064
3. Tip procedură achiziție: Contract de mică valoare
4. Obiectul achiziției: echipament medical
5. Cod CPV: 33100000-1;





Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării echipament medical
[obiectul achiziției]


conform necesităților Penitenciarului nr.1-Taraclia
[denumirea autorității contractante]




(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2019, este alocată suma necesară din:
surse financiare, bugetul de stat Trezoreria de Stat/TREZMD2X
[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
Lot 1					
1.1	33100000-1	Teste pentru glicemie.	ambalaj	20	-Volum minimă de sânge - 1 l -Rezultat Timp: 8 secunde -Ambalaj: 50 bucăți
1.2	33100000-1	Teste pentru Acid Uric	ambalaj	10	-Analiza necesită o cantitatei minimă de sânge- aproximativ 0,5 l -Rezultat Timp: 5 secunde -Ambalaj: 25 bucăți
1.3	33100000-1	Teste pentru Colesterol	ambalaj	10	-Volum minimă de sânge - 1 l -Rezultatul Timp de așteptare: 26 de secunde -Ambalaj: 10 bucăți
1.4	33100000-1	Test indicator pentru sterilizator	buc	3000	Индикаторы ИКВС-ВН/01- "Медтест" 4 класс внутри стерилизационных упаковок:
TOTAL pe LOT 1					9931.66
LOT 2					
2.1	33100000-1	Glucometru 3 in 1	buc	2	Aparat portabil pentru masurarea glicemiei, colesterolul si acid uric in sange. Sistemul este destinat utilizari in afara corpului exclusiv masurarii nivelului glicemiei, colesterolul si acid uric in sange. Avantaje: -Design compact -Ușor de utilizat -Ecranul LCD -Pentru a obține rezultate precise, destul de câteva secunde

					Unclude: Lantete: 10 buc. Test gucoza: 10 buc. Test colisterol: 5 buc. Tedst acid uric: 5 buc.
TOTAL pe LOT 2					1633.34
LOT 3					
3.1	33100000-1	Bisturiu chirurgical	Buc.	2	Bisturiu chirurgical cu virf ascutit 
3.2	33100000-1	Disector	buc	8	Disector cu cremaliera, cu mîner încovoiat, 220mm 
3.3	33100000-1	Foarfece	buc	1	Foarfece cu două vîrfuri ascuțite, încovoiate, 14cm 
3.4	33100000-1	Penceta	buc	3	Penceta anatomică, marime 20cm (200x2,5)
TOTAL pe LOT 3					2487.50
LOT 4					
4.1	33100000-1	Casolete sterilizare	buc	2	Casoleta 3litri, KCK-3 marime 190x140 mm 
4.2	33100000-1	Container pentru dezinfectie si transportare 5 litri	buc	2	Formă dreptunghiulară și constă dintr-o cutie dreptunghiulară, o tavă perforată, o placă și un capac. În partea superioară a corpului există șanțuri speciale pentru instalarea unui palet cu conținut ca soluția de scurgere.

					Placa asigură o imersare completă într-un dezinfectant al produselor prelucrate. Capacul are un mâner pentru o transportare ușoară. Sigiliul și capacele de închidere asigură o fixare impecabilă a corpului, împiedică evaporarea și stropirea dezinfectanților în timpul transportului. Dimensiuni 340 x 220 x 190 mm
4.3	33100000-1	Container pentru dezinfectie	buc	1	Container pentru dezinfectie, 3 litri, marime 323x215x125mm,
TOTAL pe lotul 4					1166.67
Lot 5					
5.1	33100000-1	Tonometru cu fonendoscop	buc	2	<p>Destinat masurarii presiunii arteriale</p> <p>CARACTERISTICI TEHNICE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diapazonul măsurărilor- de la 0 pînă la 300 mmHg - O diviziune din scara manometrului corespunde 2 mmHg - Eroarea admisă în diapazonul 60-240 mmHg corespunde a 3 mmHg, în restul cazurilor diapazonului -4mmHg - Verificarea metrologică 
5.2	33100000-1	Pulsoximetru pentru adulti	buc	1	<p>Pulsoximetru de degetcare care masoara precis si rapid saturatia de oxigen (SpO2) si pulsul.</p> <p>Specificatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Display LED in doua culori (galben si albastru) - Rezolutia ecranului: 128 x 64 pix - Afisare SpO2, PR, bara Puls si Plethysmograma - 6 moduri de afisare - 4 moduri de reglare a luminozitatii display-ului - Operare cu un singur buton - Consum mic de putere - Oprire automata - Indicator baterie descarcata - Alimentare: 2 baterii alcaline AAA sau acumulatori - Durata de viata a bateriilor: aprox. 20 ore de functionare continua - Autoreglare pentru diferite grosimi ale degetelor, de la copii (7+) la adulti - Valori masurate: Pulsul: 30-255 bpm acuratete : ±2% SpO2:

					0-99% acuratețe : ±2% pentru intervalul 70%~100% , sub 70% nespecificat. 
TOTAL pe LOT 5					1316.67
LOT 6					
6.1	33100000-1	Brancardă	buc	1	Targa medicala pliabila 2 sectiuni cu 2 rotile 
TOTAL pe LOT 6					1250.00
LOT 7					
7.1	33100000-1	Distrugător de ace și seringi – ELECTRIC	buc	1	Alimentare 220V ±5%, faza simplă, dia 50Hz,AC, 110V ±5%, faza simplă, dia 50Hz,AC Operare: Are două rezervoare. Acul se distruge prin ardere. Seringa se distruge prin tăiere Marimea seringilor: 14 - 30g, și 12- 14 mm lungime. Lama: Aliaj metalic, călit Protecție de supraîncărcare :Protector incorporat fin (3A) Dimensiuni: 220 x 180 x 150 mm Greutatea: 3.150 Kg 
TOTAL pe lotul 7					1460.00
TOTAL					19245,84

6. **Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale:** Penitenciarul nr.1- Taraclia, or. Taraclia, str. Vodoprovodnaia 5

7. **Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:**

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Specificații de preț	Prețul la pozițiile depuse original cu ștampilă și semnătură Participantului	obligatoriu
2	Specificații tehnice	completată în conformitate cu Formularul (F 4.1)- în original, cu ștampila și semnătura Participantului;	obligatoriu
3	Certificat de înregistrare	emis de organul abilitat- copie, cu ștampila și semnătura Participantului;	obligatoriu
4	Certificat de atribuire al contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont, în original sau copie cu ștampila și semnătura Participantului;	obligatoriu
5	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova, în original sau copie cu ștampila și semnătura Participantului	obligatoriu

8. **Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:**

a) Adresa: **or. Taraclia, str. Vodoprovodnaia 5,**

b) Tel: **0294 25-5-86; 078896569; 079994881**

c) E-mail: **p1achizitii@anp.gov.md**

d) Numele și funcția persoanei responsabile: Cristina Gavrilița

9. **Întocmirea ofertelor:** Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile

Ofertele întârziate vor fi respinse.

10. **Criteriul de atribuire este:** prețul cel mai scăzut și oferta cea mai avantajoasă.

11. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:** Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

12. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 30 zile

13. **Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei: 19245,84**

Conducătorul grupului de lucru: **Andrei BUȘMACHIU**

