

Specificatia lucrarilor

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Frecventa	Cantitatea (buc.)
1	Demontare si verificare supape pneumatice admisie oxigen	Lunar sau la solicitare	1
2	Demontare si verificare supape pneumatice admisie aer	Lunar sau la solicitare	1
3	Curățare si lubrifiere supape pneumatice admisie aer	Lunar sau la solicitare	1
4	Curățare si lubrifiere supapa pneumatica admisie oxigen	Lunar sau la solicitare	1
5	Schimb filtru ulei	Lunar	1
6	Schimb filtru aer	Lunar	1
7	Schimbare separator	1 data la 6 luni	1
8	Schimbare filtre finale stație generator Oxigen	1 data la 12 luni	1
9	Etalonare si verificare totala a generatorului de Oxigen	5000 ore sau la solicitare	1
10	Schimbare filtre de linie (M,S,A)	1 data la 12 luni	1
11	Schimb ulei	Lunar	1
12	Demontare, verificare si curățare filtru aer	Lunar sau la solicitare	1
13	Curățarea mecanica a radiatoarelor de ulei	1 data la 6 luni	1
14	Verificare si etalonare presostat	1 data la 6 luni	1
15	Etalonare si verificare senzori	1 data la 6 luni	1
16	Verificare soft	Lunar sau la solicitare	1
17	Actualizare soft	Lunar sau la solicitare	1
18	Verificarea indicatoarelor de eroare si alarmare (doar pentru controlor)	Lunar sau la solicitare	1
19	Verificare si curățarea purjelor rezervorului de aer	Lunar sau la solicitare	1
20	Verificarea funcționarii purjei de drenaj a condensului	Lunar sau la solicitare	1
21	Verificarea nivelului de ulei	Lunar sau la solicitare	1
22	Curățarea radiatoarelor pe exterior	Lunar sau la solicitare	1

23	Verificarea funcționării valvei de siguranță	Lunar sau la solicitare	1
24	Verificarea scurgerilor de ulei	Lunar sau la solicitare	1
25	Curățarea interiorului compresorului	Lunar sau la solicitare	1
26	Verificarea furtunului de retur al uleiului	Lunar sau la solicitare	1
27	Verificarea cablurilor circuitelor de forță ale motorului	Lunar sau la solicitare	1
28	Verificarea curelelor și fuliilor	Lunar sau la solicitare	1
29	Verificarea temperaturii	Lunar sau la solicitare	1
30	Verificarea termostatlui	Lunar sau la solicitare	1
31	Verificarea compresorului de răcire	2000 ore sau la solicitare	1
32	Verificarea presiunii de intrare și ieșire	Lunar sau la solicitare	1
33	Curățarea interioară a uscatorului	sau la solicitare sau la solicitare	1
34	Etalonare și verificare totală a compresorului de răcire	1 dată la 3 luni	1
35	Verificare cabluri și conexiuni electrice	Lunar sau la solicitare	1
36	Sensor de oxigen, inclusiv instalarea, calibrarea	La solicitare	1
36	Curea de transmisie, inclusiv instalarea, calibrarea	La solicitare	1
37	Sensor de oxigen, inclusiv instalarea, calibrarea	La solicitare	1
38	Schimbarea setului de supape (aer-oxigen) pneumatice automate	La solicitare	7

Cerințe către agenții economici:

1. Prezentarea certificatului de la producător privind eliberarea cheilor de acces la Software generator.

**Inmatec
Bottarini**

2. Certificate de studii

**Inmatec
Bottarini**

3. Autorizația de la producător

Bioinginer
Inginer șef



A.-M Popușoi
Eugen Scurtu