

CAIET DE SARCINI

Privind Achiziționarea de Tub Radiologic conform necesităților IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari”

prin procedura de achiziție: VM

Cod CPV : 33110000-4

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante :

Da, SR-Soroca.md

- 1. Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”**
- 2. IDNO: 1003607150209**
- 3. Adresa: mun.Soroca str.M. Kogîlniceanu 1**
- 4. Numărul de telefon/fax: 0230-2-37-41**
- 5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: srsoroca@ms.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu e cazul**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind îndeplinirea următoarelor bunuri**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
1	2
Tub Radiologic model E7843	Caracteristici: Prezența specialiștilor certificați pentru a efectua reparația (certificat de instruire inginer, emis de producătorul aparatului radiologic, ce ar permite ofertantului executarea lucrărilor). Servicii de schimbare a pieselor incluse. Scrisoare de garanție din partea participantului la licitație că lucrările vor fi efectuate de către personalul autorizat la așa tip de lucrări, prin asumarea răspunderii financiare în cazul defecțiunilor produse a echipamentului beneficiarului în procesul lucrărilor și/sau cauzate de calitatea insuficientă a lucrărilor sau a piesei de schimb. Autorizație radiologică privind repararea și punerea în funcțiune a bunului. Scrisoare confirmativă prin care se confirmă că piesa oferită este nouă, nu a mai fost utilizată anterior și nu este recondiționată. Câștigătorul licitației va garanta că după efectuarea tuturor lucrărilor, echipamentul beneficiarului va funcționa în parametrii stabiliți de către producător și va garanta achitarea tuturor prejudiciilor financiare în cazul defecțiunii echipamentului în timpul procesului de lucru efectuat de către el la echipamentul beneficiarului și garantarea financiară după efectuarea lucrărilor, dacă echipamentul nu va funcționa din cauza lucrărilor efectuate de către câștigător sau pieselor de schimb puse la dispoziție, până la aducerea echipamentului în stare funcțională. Garanția pentru lucrări și ansamblul E7843 (Tub Radiologic) minim 12 luni. Diagnosticul aparatului Livrarea, demontarea ansamblului vechi, instalarea ansamblului nou, calibrarea, conform recomandărilor producătorului, punerea în funcțiune a aparatului. Calibrarea tubului radiogen, reglarea coincidenței razelor de Rentghen cu câmpul optic al diafragmei. Ansamblul tubului radiogen model E 7843 1 buc. Ansamblul tubului radiogen cu tub anod rotativ alimentare trifazată, inclusiv materialul de instalare necesar. Ansamblul tubului radiogen X compusă din carcasă de protecție și tub cu raze X pentru tensiune nominală de 150 kW. Tub cu anod rotativ cu două focale cu anod compus cu capacitate mare de stocare a căldurii și capacitate mare de încărcare pentru focalul mic. Dispozitiv integrat de monitorizare termică și dispozitiv de securitate la suprapresiune în carcasă de protecție cu raze X. Parametrii ansamblului: Tensiunea nominală radiografie KW $\geq$150. Tensiunea nominală KW $\geq$110. 2 focale mm $\leq$ 0,6 - 1,2. Puterea nominală KW $\geq$ 30 50. Curentul maximal al filamentului A $\leq$ 10,3 16,8.

Conducătorul grupului de lucru

Ella Ursu _____