

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind : Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 6)**

**prin procedura de achiziție: Licitație publică**

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md);  
[www.capcs.gov.md](http://www.capcs.gov.md);**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:  
*documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):  
autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la  
procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

**Cod CPV 33100000-1**

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimativă fara TVA
1	Lampă cu fantă (cod generic 170100)	Lampă cu fantă (cod generic 170100)	bucată	2	<p>Lampă cu fantă Cod 170100 Descriere Microscop binocular care permite examinarea stereoscopică detaliată a structurilor oculare. Parametrul Specificația Sistemul de iluminare Lățimea fantei,mm 0-10 minimum, ajustabilă Lungimea fantei, mm 0-10 minimum, ajustabilă Rotirea, grade 0-90 Filtre Minim: albastru, verde, absorbție de căldură Microscopul Tipul Binocular Mărire totală 10x minimum Metoda de schimbare a măririi Să se indice Gama de reglare a dioptriei, dioptrii de la -7 la +7 minim Gama de mișcare Deplasare laterală, mm ≥100 Deplasare în adâncime, mm ≥100 Deplasare în înălțime, mm ≥30 Reglare fină de la joystick, mm ≥±10 Reglarea înălțimii bărbiei, mm ≥ 70 Alimentarea, 220 V, 50 Hz Obligatoriu Accesorii Setul standard Bec min. 2 buc.</p>	166 000
2	Electronic mixer-balance pentru colectarea sangelui	Electronic mixer-balance pentru colectarea sangelui	bucată	1	<p>Electronic mixer-balance pentru colectarea sangelui Clasa de protecție min. clasa 1 Clasificarea EEC Dir. 93/42 EEC, Clasa 1 da Standard de referință EN 6061-1, CEI EN 6060-1-1-2 Tip mixare: tridimensional pe axa centrală Gama de cântărire: diapazon minim 10 - 990 ml (cu o variație minimă 10 ml) Precizie: ± 2%, pentru valorile 300 - 600 ml Alimentare 230V, 50Hz ±10% baterie (opțional) Condiții de mediu: Temperatura diapazon minim 10 - 40C Umeditate minim 30 - 75% Rh fără condens, la o presiune atmosferică aproximativ 700 - 1060 hPa</p>	24 359
3	Cântar electronic pentru adulți cu taliometru (cod generic 130700)	Cântar electronic pentru adulți cu taliometru (cod generic 130700)	bucată	5	<p>Cântar electronic pentru adulți cu taliometru 130700 Cântar pentru adulți destinat pentru determinarea greutății Parametru Specificația Greutatea maximă ≥ 200 kg Precizie ≤ 100 gr Pornirea/Închiderea Automată</p>	25 000

					<p>Ecran LCD <math>\geq 65 \times 25</math> mm  Alimentare rețea 220V, 50Hz  Autocalibrare obligatoriu  Taliometru da, 200 cm</p>	
4	Cântar electronic, pentru nou-născuți (cod generic 130800)	Cântar electronic, pentru nou-născuți (cod generic 130800)	bucată	17	<p>Cântar electronic, pentru nou-născuți  Cod 130800  Descriere Cântar pentru nou născuți destinat pentru determinarea greutateii  Parametru Specificația  Greutatea maximă 20 - 25 kg  Precizie <math>\leq 5</math> gr  Funcția fixare greutate, (TARE) obligatoriu  Funcția Auto-Hold, determinarea greutății copilului chiar dacă se misca obligatoriu  Pornirea/Închiderea Automată  Ecran LCD <math>\geq 65 \times 25</math> mm  Alimentare 220V, 50Hz sau baterie internă  Autocalibrare obligatoriu</p>	12 750
5	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza (cod generic 260200)	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza (cod generic 260200)	bucată	4	<p>Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza  Cod 260200  Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display monocrom.  Parametrul Specificația  Tip pacient adult, pediatric  Numărul de canale de procesare 3  Configurația Portabil obligatoriu  Derivațiile Tip înregistrare auto și manual  Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv  Semnal de calibrare 1 mV, <math>\pm 3\%</math>  Gama de frecvență De diagnostic, diapazon 0.05-150 Hz  Filtru muscular 25, 35Hz  Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz  Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz  Filtru de rețea 50 Hz  Impedanța de intrare <math>\geq 10</math> M Ohm  Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz <math>&gt; 100</math> dB  Convertor analog-digital <math>\geq 12</math> bit  Scurgeri spre pacient prin electrozi <math>\leq 10</math> <math>\mu</math>A  Detector de pacemaker obligatoriu  Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu  Imprimantă Termică încorporată  Mărimea hîrtiei <math>\geq 60</math> mm  Să se indice numele derivației printate obligatoriu  Viteza de înscriere 5, 10, 25, 50 mm/s  Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteza de 25 mm/s  Derivațiile înscrise minim 12</p>	45 132

				<p>Numărul de derivații înscrise simultan 3  Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG obligatoriu, se indica parametrii hirtiei ( Exemplu Hirtie milimetrice 80x20x12 ext. unde 80 mm latimea, 20 m lungimea, 12 diametrul bobinei, ext - înfășurare exterioară)  Display Grafic obligatoriu  LCD monochrmon obligatoriu  Monitorizarea pe display:  data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile obligatoriu  Marime ecran <math>\geq 3</math> inch  Rezoluție display <math>\geq 320 \times 240</math>  Numărul de derivații afișate simultan <math>\geq 6</math>  Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vârsta, sex, greutate, înălțimea  Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu  Identificarea aritmiei obligatoriu  Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM  Acuratețea <math>\pm 1</math> BPM  Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu  Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR;  Timpul interpretării minim 10 s  Alimentarea 220 V, 50 Hz  Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu  Timp operare autonomă <math>\geq 2</math> ore  Protecție defibrilator obligatoriu  Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact obligatoriu  status sistem obligatoriu  deconectare alimentare rețea obligatoriu  baterie descărcată obligatoriu  Accesorii  Cablul pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) <math>\geq 2</math> set.  Hîrtie termică <math>\geq 30</math> buc.  Gel de contact <math>\geq 1</math> litru</p>		
6	Microscop binocular, simplu (cod generic 250200)	Microscop binocular, simplu (cod generic 250200)	bucată	2	<p>Microscop binocular, simplu  Cod 250200  Descriere Microscoape binoculare profesionale, destinate utilizării în laboratoarele spitalelor.  Parametru Specificația  Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă LED  Măsuța mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y  Fixator de probe (lamele) universal pentru un singur specimen  Revolver pentru 4 obiective (din sticlă)  Obiective Plan Achromat, fabrica din sticla 4x, 10x, 40x, 100x/1.25 Ulei</p>	11555

					<p>Condensor universal pre-centrat si pre-focusat, tip Abbe  Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler  Tub binocular cu unghi de înclinare 30°  cu ajustarea distanței interpupilare în diapazonul minim 52-75 mm;  Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare)  Unitatea de alimentare încorporată  Accesorii Ulei de imersie – o sticlută</p>	
7	Sterilizator 80 L	Sterilizator 80 L	bucată	1	<p>Sterilizator 80 L  Cod 270320  Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox  Parametrul Specificația  Ventilație forțată, controlată electronic  Construcție interioară oțel inox  Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă  Regimuri de sterilizare programabile  Protecție la supraîncălzire analogical digitală  Alarmer acustică vizuală  Diagnostic automat cu afișarea codului erorii  Volumul 80 l, ± 10 l  Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior  Temperatura 50 - 200°C  Divergență față de temperatura setată ≤ 1°C  Abatere timp ≤ 1 min  Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min  Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min  160°C, 150 min  120°C, 45 min  Rezoluția de programare 1°C  Timpul de răcire ≤ 35 min, pînă la 75°C  Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235°C  Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore  Rafturi ≥ 3  Suport metal pentru instalarea sterilizatorului obligatoriu  Alimentare 200-240V, 50 Hz</p>	30000
8	Sterilizator 200 L	Sterilizator 200 L	bucată	1	<p>Sterilizator 200 L  Cod 270340  Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox  Parametrul Specificația  Ventilație forțată, controlată electronic  Construcție interioară oțel inox  Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă</p>	56000

					<p>Regimuri de sterilizare programabile          Protecție la supraîncălzire analogical digitală          Alarmer acustică vizuală          Diagnostic automat cu afișarea codului erorii          Volumul 200, ± 20 l          Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior          Temperatura 50 - 200°C          Abateră temperatură nu mai mare de 3°C          Abatere timp ≤ 1 min          Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min          Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min          160°C, 150 min          120°C, 45 min          Rezoluția de programare 1°C          Timpul de răcire ≤ 45 min, până la 75°C          Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235°C          Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore          Rafturi ≥ 6          Suport pentru sterilizator obligatoriu          Alimentare 200-240V, 50 Hz</p>	
9	260640 Higrometru Psihrometru 15-40C	260640 Higrometru Psihrometru 15-40C	bucată	114	<p>Higrometru / Psihrometru 15-40C          Cod 260640          Parametrul Specificația          Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăperea          Lichid termometric excepție mercur          Rezoluție ± 0.2 C          Fixare pe perete obligatoriu          Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed)          Carcasa Plastic          Scară de temperatură da (Celsius)          Diapazonul măsurării Temperatura + 15...+ 40 C          Umiditatea 40...90 %</p>	23 940
10	210710 Negatoscop doua cadruri	210710 Negatoscop doua cadruri	bucată	2	<p>Negatoscop doua cadruri          Cod 210710          Descriere Dispozitiv destinat pentru vizualizarea filmelor radiografice sau tomografice          Parametru Specificație          Nr. de cadre ≥2          Nr. de lampe ≥2          Fixarea filmelor obligatoriu          Fixare masă/perete          Ecran anti-glare obligatoriu          Alimentare 220V, 50Hz</p>	16000

11	260430 Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric	260430 Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric	bucată	7	<p>Pulsoximetru portabil, Adult, Pediatric Cod 260430</p> <p>Descrierea Pulsoximetru portabil destinat pentru pacienții care sunt transportați. Parametru Specificație Tip dispozitiv Portabil obligatoriu Tip pacient Adult, pediatric obligatoriu Interval de măsurare Diapazon 0-100% Rata de măsurare 80 - 100, <math>\leq 3</math> % Pulsul 25 - 250 bpm, <math>\pm 2</math> % Rezoluția SPO2 <math>\pm 1</math> % Pulsul <math>\pm 1</math> bpm Afișaj SPO2 obligatoriu Valoare pulsului obligatoriu Puterea semnalului obligatoriu Indicator baterie descărcată obligatoriu Display LED sau LCD obligatoriu Alarmer Auditiv obligatoriu Vizual obligatoriu SpO2 și valoarea pulsului mare/mic obligatoriu Sensor deconectat obligatoriu Sensor epuizat obligatoriu Buton de dezactivare alarmei sonore obligatoriu Alimentare Baterie reîncărcabilă da, de la 220V 50Hz Durata de viață <math>\geq 8</math> ore Accesorii Sensor SpO2 reutilizabil, adult 2 buc., să se indice codul produsului Sensor SpO2 reutilizabil, pediatric 1 buc., să se indice codul produsului Bloc de alimentare de la rețeaua electrică 1 buc., să se indice codul produsului Acumulator/Baterii reîncărcabile 1 buc., să se indice codul produsului Husă pentru transportare 1 buc., să se indice codul produsului</p>	44 800
12	270110 Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B	270110 Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B	bucată	2	<p>Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B Cod 270110</p> <p>Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil.</p> <p>Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni Securitate la supraîncălzire obligatoriu Securitate la suprapresiune obligatoriu Alarmer acustică vizuală Durata sterilizării reglabilă obligatoriu</p>	116000

				<p>Control Microprocesor  Sistem de blocare a uşii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este uşa deschisă obligatoriu  Uşa rămâne blocată pana la finisarea procesului de sterilizare obligatoriu  Suprafata exterioara să nu se încălzească  Setarea de catre utilizator a modului de lucru dorit obligatoriu  Imprimanta obligatoriu  Afişaj alfanumeric  Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă  Ciclu de vacuum obligatoriu  Pre şi post vacuum da, selectabil  3 cicluri de prevacuum si uscare vacuumata  Sistem de uscare obligatoriu  Facilităţi de setare timp  temperatura  eliberare automată a vaporilor  racire rapidă  Volum interior 21 - 25 L  Precizie timp de sterilizare 1 min  Rafturi da, min. 3 tavi  Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri  Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C  Gama de temperatură diapazon minim 105 - 134 grade C  Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare  Înregistrator date obligatoriu  Tip date data  timp  temperatura  presiune  Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l  Alimentare 220V, 50 Hz</p>		
13	280200 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de baza)	280200 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de baza)	bucată	3	<p>Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici de baza)  Cod 280200  Parametrul Specificația  Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă  Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz  Canale de ieşire Monopolar izolat  Comutator de mână obligatoriu  Comutator de picior tip pedală dublă  Bipolar obligatoriu  Moduri de lucru Monopolar Tăiere <math>\geq 200</math> W  <math>\geq 300</math> Ohm  Coagulare <math>\geq 100</math> W  <math>\geq 250</math> Ohm</p>	250000



					<p>Bipolar Tăiere <math>\geq 80</math> W  <math>\geq 200</math> Ohm  Coagulare <math>\geq 80</math> W  <math>\geq 100</math> Ohm  Funcție de autotestare obligatoriu  Canal de ieșire independentă obligatoriu  Indicatoare acustic vizual  Control volum sunet obligatoriu  Accesorii  Cablul pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului  Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc., să se indice codul produsului  Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ coagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului  Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc., să se indice codul produsului  Pedală dublă 1 buc., să se indice codul produsului</p>	
14	130710 Cîntar electronic pentru adulti (220V)	130710 Cîntar electronic pentru adulti (220V)	bucată	2	<p>Cîntar electronic pentru adulți (220V)  Cod 130710  Descriere Cîntar pentru adulți destinat pentru determinarea greutateii  Parametru Specificația  Greutatea maximă <math>\geq 200</math>kg  Precizie <math>\leq 100</math> gr  Pornirea/Închiderea Automată  Ecran LCD <math>\geq 65 \times 25</math>mm  Alimentare rețea 220V, 50Hz  Autocalibrare obligatoriu</p>	8500
15	260230 Electrocardiograf 12 canale, caracteristici de baza	260230 Electrocardiograf 12 canale, caracteristici de baza	bucată	1	<p>Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici de baza  Cod 260230  Descriere Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan, cu display color.  Parametrul Specificația  Tip pacient adult, pediatric  Numărul de canale de procesare 12  Configurația Portabil obligatoriu  Derivațiile Tip înregistrare auto și manual  Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv  Semnal de calibrare 1 mV, <math>\pm 2\%</math>  Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz  Filtru muscular 25, 35Hz  Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz  Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz  Filtru de rețea 50 Hz  Impedanța de intrare <math>\geq 50</math> M Ohm  Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz <math>&gt; 100</math> dB</p>	20000

Convertor analog-digital  $\geq 16$  bit  
Scurgeri spre pacient prin electrozi  $\leq 10 \mu\text{A}$   
Detector de pacemaker obligatoriu  
Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu  
Imprimantă Termică încorporată  
Mărimea hîrtiei  $\geq 110$  mm  
Să se indice numele derivației printate obligatoriu  
Viteza de înscriere 5, 10, 25, 50 mm/s  
Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală)  
la viteza de 25 mm/s  
Acuratețea  $\pm 5\%$  (axa x),  $\pm 5\%$  (axa y)  
Derivațiile înscrise minim 12  
Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6, 12  
Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG obligatoriu  
Display Grafic, LCD TFT color obligatoriu  
Monitorizarea pe display:  
data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile obligatoriu  
Marime ecran  $\geq 7$  inch  
Rezoluția  $\geq 800 \times 480$  pix  
Numărul de derivații afișate simultan 12  
Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG Ethernet /  
USB / SD card obligatoriu  
Format date ECG BMP / JPG / GIF / PDF /  
XML / DICOM obligatoriu  
Memorie  $\geq 200$  înregistrări ECG obligatoriu  
Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator obligatoriu  
Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate,  
înălțimea  
Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu  
Identificarea aritmiei obligatoriu  
Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM  
Acuratețea  $\pm 1$  BPM  
Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu  
Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR;  
Timpul interpretării minim 10 s  
Alimentarea 220 V, 50 Hz  
Baterie internă reîncărcabilă da  
Timp operare autonomă  $\geq 2$  h  
Protecție defibrilator  $\geq 400$  J  
Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact obligatoriu  
status sistem obligatoriu  
deconectare alimentare rețea obligatoriu  
baterie descărcată obligatoriu  
Accesorii

					<p>Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) ≥ 2 set.  Hîrtie termică ≥ 30 buc.  Gel de contact ≥ 1 litru</p>	
16	150510 Analizator hematologic, automat (3 diff), 40 probe	150510 Analizator hematologic, automat (3 diff), 40 probe	bucată	2	<p>Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 40 probe  Cod 150510  Descriere Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componentei sanguine  Parametrul Specificația  Metode de analiză 3 diff  Procedura de curățire automată  Parametri determinați și calculați: WBC  RBC  HGB  HCT  MCV  MCH  MCHC  PLT  LYM  MID  GRA  LYM%  MID%  GRA%  RDW-SD  RDW-CV  MPV  PCT  Capacitate (probe/oră) ≥ 40  Diluarea automată  Afișaj graphic  Imprimantă încorporată, obligatoriu  Sistem ID pacient obligatoriu  Introducerea datelor manual  Interfața PC obligatoriu  Afișarea histogramelor obligatoriu  Stocarea datelor obligatoriu  Calibrarea automată  Histograme: WBC- repartizarea leucocitelor după volum  RBC- repartizarea eritrocitelor după volum  PLT- repartizarea trombocitelor după volum  Afișarea pe ecran a tuturor datelor histogramelor rezultate  grafice</p>	

					<p>rezultate din arhivă  date de service  Afișarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinați și calculați- histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient  Indicatori de avertizare obligatoriu  Control al calității în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings  Limba de comunicare rom/rus  Memorie internă <math>\geq 1000</math> pacienți  Accesorii Vas pentru deșeuri  tuburi pentru reagenți  tuburi pentru spălare  Alimentare 220 V, 50 Hz  Reagenți  Reagenți "Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a  <math>\geq 500</math> probe"  Accesorii, consumabile Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru <math>\geq 500</math> probe  Perioada de valabilitate a reagenților din momentul livrării <math>\geq 6</math> luni  * Pentru sistemele de tip închis, solicităm specificarea costului reactivilor, accesoriilor și consumabilelor pentru întreaga perioadă de garanție a analizatorului, cu indexare a prețurilor în conformitate cu rata inflației anuala anului precedent Se se indice lista/analiza</p>	
17	Lampa germicită 130130	Lampa germicită 130130	bucată	10	<p>Lampă germicida (variante de masă)  Cod 130130  Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea aelului, lichidului etc.  Alimentare 220V, 50Hz  Mobilă cu uși obligatoriu  Numar de tuburi 1 sau 2  <math>\geq 30W</math>  Spectru de raze UV + vizibil  Tuburi <math>\geq 8000</math> ore  Unghiul de iradiere fara reflector</p>	26 667
18	cintar electronic 130710	cintar electronic 130710	bucată	6	<p>Cîntar electronic pentru adulți (220V)  Cod 130710  Descriere Cîntar pentru adulți destinat pentru determinarea greutateii  Parametru Specificația  Greutatea maximă <math>\geq 200kg</math>  Precizie <math>\leq 100</math> gr  Pornirea/Închiderea Automată  Ecran LCD <math>\geq 65 \times 25mm</math>  Alimentare rețea 220V, 50Hz  Autocalibrare obligatoriu</p>	19 950
19	tonometru ocular portativ 170300	tonometru ocular portativ 170300	bucată	4	<p>Tonometru ocular portativ  Cod 170300</p>	31 423

					<p>Descriere Tonometrul ocular este destinat pentru masurarea presiunii intraoculare</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Tip non-corneal</p> <p>Autocalibrare obligatoriu</p> <p>Precizie <math>\leq 20\text{mmHg}</math> +/-2mm <math>\geq 20\text{mmHg}</math> +/-10%</p> <p>Ecran LCD</p> <p>Alimentare baterii</p>	
20	270310 Sterilizator 40 L	270310 Sterilizator 40 L	bucată	1	<p>Sterilizator 40 L</p> <p>Cod 270310</p> <p>Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Ventilație forțată, controlată electronic</p> <p>Construcție interioară oțel inox</p> <p>Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă</p> <p>Regimuri de sterilizare programabile</p> <p>Protecție la supraîncălzire analogical digitală</p> <p>Alarmer acustică vizuală</p> <p>Diagnostic automat cu afișarea codului erorii</p> <p>Volumul <math>\geq 40</math> l</p> <p>Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior</p> <p>Temperatura 50 - 200°C</p> <p>Divergență față de temperatura setată <math>\leq 1^\circ\text{C}</math></p> <p>Abatere timp <math>\leq 1</math> min</p> <p>Timp încălzire până la temperatura setată <math>\leq 60</math> min</p> <p>Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min</p> <p>160°C, 150 min</p> <p>120°C, 45 min</p> <p>Rezoluția de programare 1°C</p> <p>Timpul de răcire <math>\leq 35</math> min, pînă la 75°C</p> <p>Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235°C</p> <p>Tipul de funcționare fără întrerupere <math>\geq 8</math> ore</p> <p>Rafturi <math>\geq 2</math></p> <p>Alimentare 200-240V, 50 Hz</p>	14400
21	151100 Coagulometru automat	151100 Coagulometru automat	bucată	1	<p>Coagulometru automat</p> <p>Cod 151100</p> <p>Descriere Coagulometru automat destinat pentru testarea mostrelor preluate de la pacienți pentru determinarea factorilor de coagulare a sîngelui destinat pentru utilizarea laboratoarelor specializare.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Configurația Capacitatea sistemului <math>\geq 60</math></p> <p>Capacitatea Capacitatea de lucru, probe/h <math>\geq 150</math></p> <p>Numărul de probe simultan la bord <math>\geq 15</math></p>	12992

					<p>Numărul de probe programate simultan <math>\geq 40</math>  Tip probă Plasma  Teste APTT obligatoriu  D-dimer obligatoriu  FIB obligatoriu  PT obligatoriu  TT obligatoriu  altele să se indice  Incubarea APTT Timp, min să se indice  Caracteristici de sistem Autosampler Testul continuă în timp ce se încăcă reactivi / consumabile  Răcirea reactivilor la bord obligatoriu  Data management Display LCD TFT sau LED  Imprimantă obligatoriu  Interfață PC obligatoriu  Interfață LIS obligatoriu  Cititor bar cod reagent probă</p>	
22	130140 Lampa germicida (varianta stationara)	130140 Lampa germicida (varianta stationara)	bucată	1	<p>Lampă germicidă (varianta staționară)  Cod 130140  Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea aelului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc.  Alimentare 220V, 50Hz  Montabila pe tavan sau perete obligatoriu  Lampa cu tub inclus cu 1 tub, minim 15W  Spectru de raze UV + vizibil  Unghiul de iradiere minim 180 grade  Timpul de funcționare a lămpilor <math>\geq 8000</math> ore</p>	756
23	280220 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate)	280220 Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate)	bucată	2	<p>Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate)  Cod 280220  Parametrul Specificația  Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă  Frecvența cuprinsă între 300 KHz și 1 MHz  Canale de ieșire Monopolar izolat  Comutator de mână obligatoriu  Comutator de picior tip pedală dublă  Bipolar obligatoriu  Moduri de lucru Monopolar Tăiere <math>\geq 400</math> W  <math>\geq 300</math> Ohm  Coagulare <math>\geq 150</math> W  <math>\geq 250</math> Ohm  Bipolar Tăiere <math>\geq 120</math> W  <math>\geq 200</math> Ohm  Coagulare <math>\geq 120</math> W</p>	152000

				<p>≥ 100 Ohm  Regimuri de lucru  preselectate Blend, strong soft, spray minimum 10 regimuri  Funcție de autotestare obligatoriu  Canal de ieșire independentă obligatoriu  Indicatoare acustic vizual  Control volum sunet obligatoriu  Accesorii  Cablul pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului  Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc., să se indice codul produsului  Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicuri, cablu min 2 metri 2 buc., să se indice codul produsului  Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc., să se indice codul produsului  Electrod / penceță bipolar, tip reutilizabil 1 buc., să se indice codul produsului  Cablul pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc., să se indice codul produsului  Pedală dublă 1 buc., să se indice codul produsului</p>		
24	130610 Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă (caracteristici avansate)	130610 Pompa de infuzie (perfuzor), cu seringă (caracteristici avansate)	bucată	2	<p>Pompă de infuzie (perfuzor) cu seringă (caracteristici avansate)  Cod 130610  Descriere Perfuzor cu seringă este un dispozitiv care permite administrarea intravenoasă a fluidelor medicale cu o acuratețe ridicată.  Parametrul Specificația  Caracteristici generale Tipul Cu un canal  Display LCD  posibilitatea de ajustare a luminozității  Posibilitate de amplasare într-o coloană cu fixare obligatoriu  Display Date afișate Viteza de infuzie obligatoriu  Volumul de infuzie obligatoriu  Timpul de infuzie obligatoriu  Timpul până la final de infuzie obligatoriu  Mărimea seringii obligatoriu  Producatorul seringii obligatoriu  Nivelul de ocluzie obligatoriu  Rata KVO obligatoriu  Data, ora obligatoriu  Nivelul de încărcare a baterii obligatoriu  Evenimente obligatoriu  Alarmer obligatoriu  Proprietățile pompei Rata fluxului diapazon 0.01 - 999 ml/h  Pasul de incrementare ≤ 0.01 mL/h  Dozarea bolusului diapazon min. 1 - 1800 ml/h  Rata KVO diapazon min. 0.01 - 3 ml/h, cu pas de incrementare 0.1 ml/h  Acuratețea ≤2%</p>	34560

				<p>Compatibil cu toate marimile de seringi solicitate produse de diferiți producători min. 8 producători, cu prezentarea listei de producători</p> <p>Posibilitate de adăugare a noilor tipuri de seringi în bibliotecă obligatoriu</p> <p>Seringi acceptate 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60</p> <p>Detectare automată a seringii obligatoriu</p> <p>Nivelul presiunii de ocluzie maxime min. 75 - 880 mmHg</p> <p>min. 9 nivele</p> <p>Posibilitate de adăugare în bibliotecă alte denumiri medicamente obligatoriu</p> <p>Protecție la pătrunderea lichidelor în dispozitiv minim IP23</p> <p>Moduri de infuzie Rata de perfuzie obligatoriu</p> <p>Dozarea în timp obligatoriu</p> <p>Modul crescător și descrescător obligatoriu</p> <p>Dozarea micro-perfuzie obligatoriu</p> <p>Alarmer și indicatori Ocluzie obligatoriu</p> <p>Eroare de sistem obligatoriu</p> <p>Seringă goală obligatoriu</p> <p>Perfuzia pe sfârșite obligatoriu</p> <p>Baterie descărcată obligatoriu</p> <p>Alarmă sonoră Volum reglabil obligatoriu</p> <p>Buton mod silențios obligatoriu</p> <p>Numărul de evenimente memorate min. 1000</p> <p>Jurnalul de evidență Evenimente stocate Butoane apășate obligatoriu</p> <p>Coduri de eroare obligatoriu</p> <p>Alarmer obligatoriu</p> <p>Medicamente injectate obligatoriu</p> <p>Cantitatea infuzată obligatoriu</p> <p>Setări obligatoriu</p> <p>Bolus solicitat obligatoriu</p> <p>Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu</p> <p>Baterie internă Reîncărcabilă obligatoriu</p> <p>Timp de operare <math>\geq 10</math> h la 5 mL/h</p> <p>Accesorii incluse separat pentru fiecare pompă procurată</p> <p>Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie obligatoriu</p> <p>Seringi 50 ml 100 buc. , să se indice codul produsului oferit</p> <p>Circuite circuit de interconectare a seringii 100 buc. , să se indice codul produsului oferit</p>	
25	250330 Incubator (termostat) 80-100 L variația de temperatura	250330 Incubator (termostat) 80-100 L variația de temperatura	bucată	<p>1</p> <p>Incubator (termostat) 80 - 100 l variația de temperatură</p> <p>Cod 250330</p> <p>Descriere Incubatoarele termostat, dispozitiv de laborator care se utilizează pentru menținerea îndelungată la temperatură constantă a probelor pentru a amplifica mostre testate de acizi nucleari pentru utilizarea în tehnici de secvențiere.</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Descriere termostat utilizat în laborator</p> <p>Capacitate internă a camerei <math>\geq 80</math> l și <math>100</math> l</p> <p>Domeniul de temperatură, diapazon programabil</p>	17410



				<p>≥ (5 - 70 grade)  Rezoluția de programare ≤ 1 grad  Timp de funcționare, diapazon minim 1 - 999 minute, neîntrerupt  Afișaj LCD sau LED  Control Microprocesor  Usa dubla obligatoriu  Usa internă din sticlă obligatoriu  Construcția interioară din oțel inox  Alaramă vizuală și sonoră  divergență față de temperatura setată  Alimentarea 220 V, 50 Hz</p>	
26	270100 Autoclav 15-20 L, fara vacuum, clasa A	270100 Autoclav 15-20 L, fara vacuum, clasa A	bucată	<p>1</p> <p>Autoclav 15-20L, fara vacuum, clasa A  Cod 270100  Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa A, utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermicsensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil.  Parametrul Specificația  Clasa autoclavului Clasa A  Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox  Exterior metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni  Securitate la supraîncălzire obligatoriu  Securitate la suprapresiune obligatoriu  Alarmer acustică vizuală  Durata sterilizării reglabilă obligatoriu  Control Microprocesor  Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă obligatoriu  Ușa rămâne blocată până la finalizarea procesului de sterilizare obligatoriu  Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit obligatoriu  Imprimantă obligatoriu  Afișaj alfanumeric  Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă  Ciclu de vacuum fără vacuum  Sistem de uscare obligatoriu  Facilități de setare timp  temperatura  eliberare automată a vaporilor  racire rapidă  Volum interior 15 - 20 L  Precizie timp de sterilizare 1 min  Rafturi da, min. 3 tavi  Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri  Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C</p>	31900

					Gama de temperatură diapazon minim 105 - 134 grade C Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare Capacitatea rezervorului de apă $\geq 2$ L Alimentare 220V, 50 Hz	
27	260710 Tensiometru Adult cu fonoendoscop	260710 Tensiometru Adult cu fonoendoscop	bucată	20	Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracterisitici tehnice pompă integrată din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonoendoscop da, separat de manseta	3576
28	260600 Termometru mecanic	260600 Termometru mecanic	bucată	50	Termometru mecanic Cod 260600 Parametrul Specificația Descriere Termometru pentru măsurarea temperaturii corpului uman Material fără de mercur Rezoluție 0.1 grade Acuratețe 0.1 grade Descrierea Afișare 35.0°C-42.0°C	2400
29	270450 Distilator cu mono distilare 25L	270450 Distilator cu mono distilare 25L	bucată	1	Distilator cu mono distilare 25L Cod 270450 Descriere Aparat electric ce produce apa distilata de inalta calitate, chiar si in conditiile utilizarii unei surse de apa de calitate scazuta cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient $\geq 50$ l Capacitatea de distilare $\geq 25$ l/h Materialul carcasei oțel inox Materialul de contact și elemente de incalzire oțel inox pH în diapazon de 5,0 - 7 Conductivitate în diapazon de 0,056-5,0 $\mu$ s/cm Modul de operare continuu Protectie in cazul intreruperii accidentale a alimentarii cu apa obligatoriu Alimentare 380 V- 50 Hz Sistem de filtrare a apei cu sistem de fixare pe perete, inclus cu toate componentele necesare pentru montare Filtru pentru filtrare mecanică, 1 $\mu$ m min. 8 buc. Filtru anticalcar cu polifosfați	27000

				(cu granule) min. 2 rezervi de granule Filtru de clor min. 4 buc.		
30	150510 Analizator hematologic, automat (3 diff), (7000 probe)	150510 Analizator hematologic, automat (3 diff), (7000 probe)	bucată	1	<p>Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 7000 probe Cod 150510</p> <p>Descriere Analizator hematologic automat (3 diff) destinat analizei componenței sanguine</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Metode de analiză 3 diff</p> <p>Procedura de curățire automată</p> <p>Parametri determinați și calculați: WBC</p> <p>RBC</p> <p>HGB</p> <p>HCT</p> <p>MCV</p> <p>MCH</p> <p>MCHC</p> <p>PLT</p> <p>LYM</p> <p>MID</p> <p>GRA</p> <p>LYM%</p> <p>MID%</p> <p>GRA%</p> <p>RDW-SD</p> <p>RDW-CV</p> <p>MPV</p> <p>PCT</p> <p>Capacitate (probe/oră) ≥ 40</p> <p>Diluarea automată</p> <p>Afișaj graphic</p> <p>Imprimantă încorporată, obligatoriu</p> <p>Sistem ID pacient obligatoriu</p> <p>Introducerea datelor manual</p> <p>Interfața PC obligatoriu</p> <p>Afișarea histogramelor obligatoriu</p> <p>Stocarea datelor obligatoriu</p> <p>Calibrarea automată</p> <p>Histograme: WBC- repartizarea leucocitelor după volum</p> <p>RBC- repartizarea eritrocitelor după volum</p> <p>PLT- repartizarea trombocitelor după volum</p> <p>Afișarea pe ecran a tuturor datelor histogramelor</p> <p>rezultate grafice</p> <p>rezultate din arhivă</p> <p>date de service</p>	80000

				<p>Afișarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinați și calculați- histograme pe parametri de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient</p> <p>Indicatori de avertizare obligatoriu</p> <p>Control al calității în 3 nivele cu construirea graficelor Levey-Janings</p> <p>Limba de comunicare rom/rus</p> <p>Memorie internă <math>\geq 1000</math> pacienți</p> <p>Accesorii Vas pentru deșeuri</p> <p>tuburi pentru reagenți</p> <p>tuburi pentru spălare</p> <p>Alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Reagenți</p> <p>Reagenți "Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a <math>\geq 500</math> probe"</p> <p>Accesorii, consumabile Să fie incluse toate accesoriile, consumabile necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare pentru <math>\geq 500</math> probe</p> <p>Perioada de valabilitate a reagenților din momentul livrării <math>\geq 6</math> luni</p> <p>* Pentru sistemele de tip închis, solicităm specificarea costului reactivilor, accesoriilor și consumabilelor pentru întreaga perioadă de garanție a analizatorului, cu indexare a prețurilor în conformitate cu rata inflației anuala anului precedent Se se indice lista/analiza</p>		
31	151200 Glucometru (caracteristici de baza)	151200 Glucometru (caracteristici de baza)	bucată	8	<p>Glucometru (caracteristici de bază)</p> <p>Cod 151200</p> <p>Descriere Analizatoare de glicemie mobile (portabile) pentru folosirea acasă, în biroul medicului, mașini de ambulanță sau spitale.</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Metoda Electrochimică</p> <p>Tip probă Capilar</p> <p>Volumul minimal al probei <math>\leq 0.7 \mu\text{L}</math></p> <p>Gama de măsurare 1.1-30.0 mmol/L</p> <p>Gama hematocritului 25-60 %</p> <p>Timpul de măsurare <math>\leq 10</math> sec.</p> <p>Ecran LCD obligatoriu</p> <p>Calibrarea Fără calibrare sau calibrare automată</p> <p>Oprire automată obligatoriu</p> <p>Memoria numărul de teste <math>\geq 300</math></p> <p>Data/ora și rezultatul probei obligatoriu</p> <p>Baterie internă obligatoriu</p> <p>Autonomie de la baterie <math>\geq 700</math> teste</p> <p>Indicator baterie descărcată obligatoriu</p> <p>Păstrarea datelor din memorie la înlocuirea bateriei obligatoriu</p> <p>Accesorii, consumabile</p> <p>Toate accesoriile și consumabile să fie compatibile obligatoriu</p> <p>Baterie <math>\geq 1</math> buc.</p> <p>Geantă de transport pentru glucometru si accesorii</p>	1 779

					(ace, dispozitiv de intepare, teste) obligatoriu Dispozitiv de întepare cu nivel reglabil de strapungere obligatoriu Ace sterile de unică utilizare $\geq 400$ buc. Teste cu termenul de valabilitate min. 18 luni $\geq 400$ buc.	
32	260440 Pulsoximetru de buzunar	260440 Pulsoximetru de buzunar	bucată	20	Cod 260440 Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2) Parametru Specificație Interval de măsurare SPO2 70-100% Pulsul 30-250 bpm Acuratețe SPO2 $\pm 2\%$ între 70-100% Pulsul $\pm 3\%$ între 30-250 bpm Rezoluția SPO2 $\pm 1\%$ Pulsul $\pm 1$ bpm Afișaj SPO2 obligatoriu Indicele de perfuzie (PI) obligatoriu Valoare pulsului obligatoriu Indicator baterie descărcată obligatoriu Carcasa Rezistent la șocuri, căderi obligatoriu Display LED sau LCD Alarmer Auditiv obligatoriu Vizual obligatoriu Alimentare Baterie tip AAA Alkaline Stingerea automată în caz de neutilizare obligatoriu Durata de funcționare în continuu $\geq 10$ ore Set de baterii inclus 1 set	6000
33	150530 Analizator hematologic, automat (5 diff),	150530 Analizator hematologic, automat (5 diff),	bucată	1	Analizator hematologic, automat (5 diff), cu sistem de tip deschis Cod 150530 Descriere Analizator hematologic automat (5 diff) destinat analizei componentei sanguine Parametru Specificația optică (5 diff) Procedura de curățire automată Parametri determinați și calculați: WBC RBC Hgb Hct MCV MCH MCHC PLT LYM # MON#	108807,5

NEU#  
BAS#  
EOS#  
LYM%  
MON%  
NEU%  
BAS%  
EOS%  
RDW  
PDW  
MPV  
PCT  
Capacitate (probe/oră)  $\geq 60$   
Diluarea automată  
Afișaj grafic  
Imprimantă color  
Introducerea datelor manual  
Interfața PC obligatoriu  
Afișarea histogramelor obligatoriu  
Stocarea datelor obligatoriu  
Calibrarea automată  
manuală  
Grafice RBC (repartizarea eritrocitelor după volum)  
PLT (repartizarea trombocitelor după volum)  
Scatergrame WBC - 5 diff  
Afișarea pe ecran a tuturor datelor- histograme  
rezultate  
grafice  
rezultate din arhivă  
date de servis  
Monitorizarea datelor pacientului nume pacient  
ID pacient  
sex  
vîrsta  
Monitorizarea reactivelor numărul lotului  
data expirării  
volumul rămas  
Afișarea rezultatelor pe imprimantă Parametri determinați și calculați  
histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT  
date despre pacient  
Indicatori de avertizare obligatoriu  
Control al calității  $\geq 3$  nivele  
Construirea tabelor și graficelor Levey-Janings  
Memorie internă  $\geq 1000$  pacienți  
Alimentarea 220 V, 50 Hz

				<p>Accesorii Vas pentru deșeuri  tuburi pentru reagenți  tuburi pentru spălare  Limba de comunicare rom/rus  Reagenți  Reagenți "Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a  <math>\geq 1000</math> analize"  Consumabile Sa fie incluse <math>\geq 1000</math> eprubete 2,5 ml cu anti-coagulant, pentru colectarea singelui integru, compatibile cu analizorul oferit  Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării <math>\geq 6</math> luni  * Pentru sistemele de tip închis, solicităm specificarea costului reactivilor, accesoriilor și consumabilelor pentru întreaga perioadă de garanție a analizatorului, cu indexare a prețurilor în conformitate cu rata inflației anului precedent Se se indice lista/analiza</p>	
34	150580 Analizator automat cu 40 canale, VSH	150580 Analizator automat cu 40 canale, VSH	bucată	<p>2</p> <p>Analizator automat cu 40 canale, VSH  Cod 150580  Descriere Analizator automat VSH  Productivitatea <math>\geq 40</math> teste pe ora  Termostat încorporat sau corecție automată de temperatură da  Timpul de execuție a testului <math>\leq 30</math> min.  Efectuarea testului din eprubeta primara pentru analiza generala de sange  Posibilitatea conectării la sistemul informational da  Identificarea pacienților prin cititor de cod de bare da  QC pe bord cu curbe Levey-Jennings da  Afișaj Afișaj LCD  Tip citire: Citire automată cu interpretare  Imprimantă termică da  Alimentarea 220 V, 50 Hz  Consumabile Inclus toate consumabile necesare pentru efectuarea a minim 1000 teste da  Hârtie termică 10 buc.  Perioada de valabilitate din momentul livrării <math>\geq 1</math> an</p>	57 887
35	140410 Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenti	140410 Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenti	bucată	<p>50</p> <p>Pat pediatric standard (mecanic) pentru adolescenți  Cod 140410  Descriere Paturi pediatrice standard pentru adolescenți, destinate pentru staționarea pacienților  Parametrii Specificația  Construcția, căptușeala Netoxic  Fără margini ascuțite  Poziționare Secțiune spate și picioare Reglabilă  Saltea Ortopedică Să se potrivească perfect cu dimensiunile interioare ale patului  Barele de protecție laterale Detașabile  Rotile Diametru <math>\geq 12</math> cm  Frână <math>\geq 2</math>  Înălțime Reglabilă  Accesorii Husă pentru saltea</p>	625000

36	110420 Balon resuscitare AMBU copii	110420 Balon resuscitare AMBU copii	bucată	<p>1</p> <p>Balon resuscitare AMBU copii Cod 110420 Descriere Este un dispozitiv portabil de obicei utilizat pentru a asigura o ventilație cu presiune pozitivă la pacienții cu lipsă de respirație sau care nu respiră în mod adecvat. Parametru Specificație Material silicon Volum 550 ml, ± 50 ml Integral reutilizabil da, autoclavabil Masca si valvele minim 20 sterilizări Valve obligatoriu Intubare obligatoriu Rezervor oxigen obligatoriu Mască facială obligatoriu Marime mască nr. 2 și nr. 3 Articulație mobilă obligatoriu Colector obligatoriu Risc de contaminare scăzut Geantă de transport obligatoriu</p>	516,67
37	130320 Aspirator urgente	130320 Aspirator urgente	bucată	<p>2</p> <p>Aspirator urgențe Cod 130320 Descriere Aspiratoarele portabile de urgență alimentate cu baterii care sînt utilizate în situații de urgență în afecțiuni ale căilor respiratorii în spitale și în teritoriu. Aspiratoarele portabile de urgență sunt utilizate pentru a elimina secreții, sînge, vomă care obstrucționează căile respiratorii ale pacientului și păstrează căile deschise către plămîni pentru a permite ventilarea spontană sau mecanică. Parametru Specificația Vas colector Capacitatea ≥ 1,000 (1 L) Protecție la umplere obligatoriu Vasul să fie bine fixat de dispozitiv și montat ergonomic pentru posibilitatea manipularilor rapide asupra pacientului obligatoriu Reutilizabil obligatoriu Suport/diviziune pentru atașare a tubului de aspirare de dispozitiv obligatoriu Vacuum Rata, mm Hg 0 la ≥ 600 Timpul pînă cînd ajunge la 300 mm Hg, sec. ≤ 6 Rata de flux la vacuum maxim, l/min. ≥ 36 Reglator aspirație da Baterie internă reutilizabilă obligatoriu Timp de lucru la vacuum maxim ≥ 60 min Semnal baterie descărcată acustic vizual Greutatea totală inclusiv accesoriile &lt; 6 kg Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii Filtru antibacterian 15 buc., să se indice codul sau modelul produsului oferit</p>	14333,34



					Vas colector Reutilizabil 1 buc., să se indice codul sau modelul produsului oferit	
38	130650 Incalzitor pentru componente sanguine si solutii infuzabile caracteristici de baza	130650 Incalzitor pentru componente sanguine si solutii infuzabile caracteristici de baza	bucată	1	<p>Incălzitor pentru componente sanguine și soluții infuzabile caracteristici de bază</p> <p>Cod 130650</p> <p>Descriere Dispozitiv destinat pentru încălzirea soluțiilor în procesul de infuzare la pacient pentru evitarea hipotermiei</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Destinat pentru utilizarea la pacienți Adult, pediatric</p> <p>Temperatura maximă preselectată 34-41°C</p> <p>Pasul de incremendare a temperaturi ≤ 0.1°C</p> <p>Timp necesar pentru încălzire la temperatura setată ≤ 5 min</p> <p>Display LED, LCD obligatoriu</p> <p>Monitorizarea temperaturi de încălzire obligatoriu</p> <p>Compatibil cu toate circuitele de infuzie existente obligatoriu</p> <p>Clasa de protecție minim IPX2</p> <p>Alarmă temperatură înaltă obligatoriu</p> <p>temperatură joasă obligatoriu</p> <p>Regim de autotestare internă obligatoriu</p> <p>Sistem de fixare a dispozitivului de stativul de infuzie obligatoriu</p> <p>Alimentare de la rețea 220V 50 Hz</p> <p>Stativ de infuzie fabricat din oțel inoxidabil obligatoriu</p> <p>mobil pe minim 5 roți obligatoriu</p> <p>frână pentru fixarea stativului minim 2 roți</p> <p>tablă mică pentru manipulări da, fixată de stativ</p> <p>posibilitatea de fixare a minim 2</p> <p>sticle sau pachete de soluții pentru infuzie obligatoriu</p>	6316,67
39	150220 Analizator biochimic, automat 300 teste,	150220 Analizator biochimic, automat 300 teste,	bucată	1	<p>Analizator biochimic, automat 300 teste, cu sistem de tip deschis</p> <p>Cod 150220</p> <p>Descriere Analizator automat destinat analizelor biochimice.</p> <p>Sistem analitic automat cu calculator integrat sau exterior (procesor, monitor, tastatura+mouse)</p> <p>Tip de lucru continuu</p> <p>Tip sistem random acces</p> <p>Capacitatea (teste/oră) ≥ 300 (teste fotometrice, fără modulul ISE)</p> <p>Posibilitatea efectuării analizelor urgente obligatoriu</p> <p>Tipul dispozitivului staționar</p> <p>Tip probă Ser și plasmă</p> <p>urină</p> <p>sânge integru / hemolizat</p> <p>CSF (lichid cefalo-rahidian)</p> <p>Tip diluare automat</p> <p>Sistem de spălare total automat (cuvă, ac, sistem de dozare) obligatoriu</p> <p>Program control al calității obligatoriu</p> <p>Compartiment reactivi cu răcire</p>	76666,67

				<p>Rotor cu cuve pentru reacție cu încălzire cu termostat la 37 °C</p> <p>Rotor cu cuve pentru reacție de tip reutilizabil obligatoriu, (indicați ciclurile posibile de reutilizare)</p> <p>Regimuri de măsurare CINETIC</p> <p>Mono și bi-cromatic</p> <p>Imunoturbidimetrc</p> <p>Controlul cantității de reagent rămas</p> <p>Semnalizare lipsă reagent și probă</p> <p>Sistemul de dozare Reagenții Utilizarea a minim 2 metode: mono și bireagent</p> <p>Volumul reagentului programabil cu pasul 1 μl</p> <p>Sistemul de dozare Cu sensor de obstacol</p> <p>Alimentarea 220 V, 50 Hz</p>	
<b>Valoarea estimativă :</b>				2 274 376 lei fără TVA	

9. în cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot;
- 2) Pentru mai multe loturi;
- 3) Pentru toate loturile

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS;

12. Termenul de valabilitate a contractului: 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, vor fi examinate prin prisma art. 65 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 <b>Notă: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.</b> <b>ATENȚIE: In oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</b> - pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog; - pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11). În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei	DA
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează	DA

		actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 <b>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</b>	
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2 % din valoarea ofertei fără TVA. - În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta și în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <b>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</b>	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i>	DA

**Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAЕ și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abatere de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.**

**Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.**

**Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAЕ**

**Cerinte de calificare obligatorii**

7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu	DA

		<p>prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”</p> <p>Notă! Se vor lua în calcul prevederile Codului fiscal privind cuantumul sumei neachitate a obligațiilor fiscale care se consideră restanță față de bugetul public național.</p>	
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <b>Manualul de utilizare.</b> <b>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</b>	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni specificație tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2023, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul	DA

		companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
18	Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei) Notă: <b>Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</b>	DA
19	Declarație de la ofertant-	cu privire la livrarea componentele sistemului trebuie să fie noi (nefolosite)- Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
<b>Documente obligatorii care se vor prezenta după atribuirea contractelor de achiziții publice:</b>			
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
21	<b><u>Garanția de bună execuție</u></b>	În cazul în care este emisă de o bancă comercială - completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau olografe (cu aplicarea suplimentară a ștampilei) de către banca comercială emitentă; 2. În cazul transferului la contul autorității contractante (CAPCS) - completată conform următoarelor date bancare, prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului: Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE Denumirea Băncii: <b>Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat</b> Codul fiscal: <b>1016601000212</b> IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA cu nota "Pentru garanția de bună execuție la LD nr. (se va indica numărul procedurii)" <b><u>Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS</u></b>	DA

**17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:**

**Transfer la contul instituției**

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

**Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei**

**sau**

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

**Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată și în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore.**

**Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.**

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**Notă: Autoritatea contractantă vă reține garanția pentru ofertă, în următoarele situații:**

**a) operatorul economic retrage sau modifică oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;**

**b) ofertantul câștigător nu semnează contractul de achiziții publice;**

**c) nu se depune garanția de bună execuție a contractului după acceptarea ofertei și/sau nu se prezintă contractul semnat în termen de 10 zile din momentul transmiterii contractului spre semnare.**

**18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.**

*Transfer la contul instituției*

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

*sau*

***Garanție Bancară*** conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

**Garanția de bună execuție va fi valabilă 8 luni din data înregistrării de către CAPCS**

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**Garanția de bună execuție a contractului constituită de către contractant în scopul asigurării autorității contractante, se va reține în cazul neîndeplinirii cantitative, calitative și în perioada convenită a contractului de achiziție publică.**

- 19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.**
- 20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0.001%, 3 runde).**
- 21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică**
- 22. Ofertele se prezintă: în lei.**
- 23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.**
- 24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică**
- 25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
- conform SIA RSAP MTender
- 26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**
- Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
- 27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile**
- 28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**
- 29. Ofertele întârziate vor fi respinse.**
- 30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**
- Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
- 31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.**
- 32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu**

33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis spre publicare la data de 12.06.2024.

37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 12.06.2024

38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza
Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

da \_\_\_\_\_

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

*semnat electronic*

**Gheorghe GORCEAG**