

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea serviciilor de deservire și reparație a aparatului medical

prin procedura de contract de valoare mică

1. Denumirea autorității contractante: IMSP „Asociația Medicală Teritorială Ciocana”
2. IDNO: 1003600152743
3. Adresa: MD 2044, mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă,80
4. Numărul de telefon/fax: 022477266; 022 475255;
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: amt.ciocana@ms.md , eugenia.danu@mail.ru
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

NR. lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Termenul de livrare	Valoarea estimativă (se va indica pentru un lot)
1	50400000-9	Analizator biochimic Stat fax 303	Bucată	1	Deservirea utilajului se va efectua trimestrial, iar reparația la necesitate conform solicitărilor		5000.00
2	50400000-9	Analizator biochimic Stat fax 3300	Bucată	1	Deservirea utilajului se va efectua trimestrial, iar reparația la necesitate conform solicitărilor		5000.00
3	50400000-9	Analizator biochimic Stat fax 2200	Bucată	1	Deservirea utilajului se va efectua trimestrial, iar reparația la necesitate conform solicitărilor		5000.00
4	50400000-9	Analizator biochimic Stat fax 1904	Bucată	2	Deservirea utilajului se va efectua trimestrial, iar reparația la necesitate conform solicitărilor		7000.00

5	50400000-9	Coagulometru semi-automat Thrombotimer 4	Bucată	1	Deservirea utilajului se va efectua trimestrial, iar reparația la necesitate conform solicitărilor	5000.00
6	50400000-9	Analizator biochimic Selectra PROM	Bucată	1	Deservirea utilajului se va efectua trimestrial, iar reparația la necesitate conform solicitărilor	5000.00
7	50400000-9	Analizator hematologic PCE-210	Bucată	1	Deservirea utilajului se va efectua trimestrial, iar reparația la necesitate conform solicitărilor	5000.00
8	50400000-9	Analizator hematologic CellDyne Rubby	Bucată	1	Deservirea utilajului se va efectua trimestrial, iar reparația la necesitate conform solicitărilor	5000.00
9	50400000-9	Analizator leococitar EasyLyte Na/K	Bucată	1	Deservirea utilajului se va efectua trimestrial, iar reparația la necesitate conform solicitărilor	5000.00
10	50400000-9	Centrifugă Rotafix-32A Bucată	Bucată	5	Deservirea utilajului se va efectua trimestrial, iar reparația la necesitate conform solicitărilor	10000.00

Lotul nr.XI Aparat radiologic fix BRIVO DR-F, GE Healthcare Inc. Switzerland Workstation -2

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Termenul de livrare	Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1	50400000-9	Aparat radiologic fix BRIVO DR-F, GE Healthcare Inc. Switzerland Workstation - 2	Bucată	1			60000.00

<i>Denumirea dispozitivului medical</i>		<i>Cantitatea, unități</i>	<i>Anul de fabricare</i>
<i>LOTI</i>			
<i>1</i>	<i>Aprat radiologic fix BRIVO DR-F, GE Healthcare Inc. Switzerland 24. Workstation - 2</i>	<i>1</i>	<i>2014</i>

Nr. d/o	Nomenclatorul lucrarilor de deservire profilactico-tehnica	Periodicitatea
1	Verificarea părților mobile a dispozitivelor (monobloc, transportator, rotile).	Trimestrial și la necesitate
2	Verificarea, reglarea rulmenților și ungerea acestora.	Semestrial
3	Reglarea elementelor (părților) de autofrânare (monobloc și transportator).	La necesitate
4	Verificarea releului miliampersecundă.	Semestrial
5	Verificarea curentul anodului.	Semestrial
6	Verificarea monoblocului la ermetizare.	În caz de scurgere a uleiului sau aparitia bulelor în rezervor
7	Ungerea nodurilor principale.	Semestrial

Nr. d/o	Nomenclatorul lucrărilor de deservire profilactico-tehnică	Periodicitatea
1	Inspekția vizuală a dispozitivului: 25. Integritatea firelor de tensiune înaltă și a elementelor de protecție contra radiației	Trimestrial
2	Curățarea dispozitivelor aparatului	Semestrial
3	Generator: verificarea conectorilor și a cablurilor de tensiune înaltă, verificarea conexiunii la priza de pamânt, schimbarea uleiului în conectoare, testarea indicatorilor de radiatie, testarea și ajustarea exponometrului. Reglarea curentilor și conditionarea tuburilor de Ro, Verificarea puterii maxime a generatorului, Testele de calitate finală	Trimestrial

4	testarea fortei de fixare a dispozitivului de podea, ungerea și ajustarea dispozitivelor mecanice în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, testarea frânelor și mecanismele de transportare a acestora verificarea și ajustarea limitelor de mișcare a mesei, testarea butoanelor de oprire de urgență, testarea aparatului.	Semestrial
5	Collimator 12. ungerea și ajustarea mecanică	Semestrial
7	Coloana verticală curățarea, ungerea componentelor mecanice, testarea și ajustarea frânelor	Semestrial
8	Masa radiografică curățarea, ungerea componentelor mecanice, testarea și ajustarea frânelor, testarea camerei de ionizare a exponometrului	Semestrial
9	Ștativ vertical testarea fortei de fixare a dispozitivului de podea, ungerea, curățarea componentelor mecanice, testarea și ajustarea frânelor.	Semestrial
	Workstation curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; curățarea părților componente ale echipamentului; diagnosticarea totală a calculatoarelor controlul asupra stării dispozitivelor de rețea controlul asupra funcționării bazei de date controlul asupra funcționării software-ului întreținerea preventivă a unităților CD și CD RW întreținerea preventivă a monitoarelor întreținerea preventivă a blocurilor de system verificarea parametrilor câmpului de lucru	Trimestrial
10	Testarea conexiunii dispozitivelor la punctul de conexiune cu împământarea (panoul electric de distribuție)	Semestrial
11	Alte servicii necesare - chemare, diagnostic, reparații accidentate (curente) - Piesele nu intra sub acoperire.	lunar și la necesitate

<i>Nr. d/o</i>	Nomenclatorul lucrarilor de deservire profilactico-tehnică	Periodicitatea
<i>1</i>	Testarea funcțiilor de securitate: - testarea butoanelor la pupitru de televiziune	Trimestrial
<i>2</i>	Controlul surselor de alimentare, frânelor, ungerea pieselor mecanice	Trimestrial

3	Curățirea și ajustarea monitoarelor	
4	Profilactica generatorului	Semestrial
5	Testarea cu Quality Assurance-Constansy test: - evaluarea calității imaginii	Trimestrial
6	Testarea și regularea sistemului de televiziune	Trimestrial
7	Măsurarea rezistenței conexiei dispozitivelor la punctul de conexiune a împământării interioare (panou electric de distribuție)	Trimestrial
8	Alte servicii necesare: - chemarea, diagnostică și reparații accidentale (curente) - Piesele nu intra sub acoperire.	lunar și la necesitate

Executorul se obligă:

1. Să efectueze lucrările de reparație tehnică (mentenanță corectivă), conform cerintelor și instrucțiunilor producătorului (pașapoarte tehnice), cu mijloacele tehnice autorizate de acesta.
2. Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție, conform manualului de exploatare (pașapoarte tehnice).
3. Inspectia stării tehnice a dispozitivelor - o dată în trei luni și după efectuarea lucrărilor de reparație curentă.
4. Intervenția se face, doar în prezența persoanei autorizate din cadrul compartimentului intern specializat al autorității contractante. În caz de deteriorare sau pierdere a oricărui aparat, părți componente, accesorii, instrumentelor, din vina agentului economic, ce repară utilajul în cauză, toate pagubile materiale li se atribuie.
5. Să îndeplinească registrele de mentenanță tehnică, jurnale de deservire, după fiecare intervenție la dispozitiv;
6. Prestatorul va avea obligația de a instrui personalul medical și tehnic, cu privire la utilizarea aparatelor, ori de câte ori primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante.
7. Garanția lucrărilor executate, va fi de minim 6 luni de la data încheierii procesului verbal de intervenție (Registrul de mentenanță tehnică).
8. În caz de defectare, Executantul se obligă să răspundă la solicitarea Beneficiarului în max. 12 ore din momentul anunțului (verbal, scris) al Beneficiarului.
9. Stațiunile tehnice, nu vor depăși mai mult de 1-2 zile calendaristice. În caz, de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți (verbal sau scris).
10. Stațiunile tehnice din motivul executării necalitative de către Executant a lucrărilor de reparație montare, ajustare, ca și din cauza lipsei pieselor de schimb, pentru efectuarea lucrărilor de reparație de complexitate înaltă, vor fi excluse din achitățile contractuale. Durata stațiunilor tehnice nu va depăși max. 5 zile lucratoare.
11. Toate comunicările între părți, pentru îndeplinirea contractului, se vor executa în scris sau verbal, confirmarea de luare la cunoștință a solicitării fiind obligatorie.
În prezentul contract de reparație sunt incluse:
 1. Prețul (costul) noilor piese de schimb, ce sunt mai mult 1000 lei, nu sunt incluse în suma contractului, ci procurate în afara contractului.
 2. Lucrările de reparație curente a utilajului medical, care nu pot fi executate pe loc, se efectuează la sediul Executantului. În acest caz, Executantul asigură transportarea utilajului tur-retur.
 3. În cazul determinării unui defect, de ordin opțional, sau de ordin material, care afectează funcționarea

utilajului medical deservit, Executorul perfectează împreună cu reprezentanții serviciului de aparataj medical al Instituției, un act de defectare și-l prezintă Beneficiarului.

4. După fiecare lucrare de deservire efectuată, Executantul trebuie Să prezinte Beneficiarului un raport service (tehnic), specificând detaliile acțiunilor de întrețineri executate și orice schimbări de piese, care s-au efectuat.

5. Piese defectate devin proprietatea Beneficiarului de îndată, ce sunt schimbate

6. Prestatorul va avea obligația de a instrui personalul medical și tehnic, cu privire la utilizarea dispozitivelor, ori de câte ori primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractan

Lotul nr. XII Aparat radiologic fix Planmeca PRO X, Planmeca OY, Finland Workstation – I

2	50400000 -9	Aparat radiologic fix Planmeca PRO X, Planmeca OY, Finland Workstation - I	Bucată	1		10 000.00
---	----------------	---	--------	---	--	-----------

	<u>1</u> Nomenclatorul lucrarilor de deservire profilactico-tehnica	Periodicitatea
	Verificarea părților mobile a dispozitivelor (monobloc, transportator, rotile).	Trimestrial și la necesitate
	Verificarea, reglarea rulmenților și ungerea acestora.	Semestrial
	Reglarea elementelor (părților) de autofrânare (monobloc și transportator).	La necesitate
	Verificarea releului miliampersecundă.	Semestrial
	Verificarea curentul anodului.	Semestrial
	Verificarea monoblocului la ermetizare.	În caz de scurgere a uleiului sau aparitia bulelor în rezervor
	Ungerea nodurilor principale.	Semestrial

Executorul se obligă:

1. Să efectueze lucrările de reparație tehnică (mentenanță corectivă), conform cerintelor și instrucțiunilor producătorului (pașapoarte tehnice), cu mijloacele tehnice autorizate de acesta.

2. Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție, conform manualului de exploatare (pașapoarte tehnice).

3. Inspecția stării tehnice a dispozitivelor - o dată în trei luni și după efectuarea lucrărilor de reparație curentă.

4. Intervenția se face, doar în prezența persoanei autorizate din cadrul compartimentului intern specializat al autorității contractante. În caz de deteriorare sau pierdere a oricărui aparat, părți componente, accesoriilor, instrumentelor; din vina agentului economic, ce repară utilajul în cauză, toate pagubile materiale li se atribuie.

5. Să îndeplinească registrele de mentenanță tehnică, jurnale de deservire, după fiecare intervenție la dispozitiv;

6. Prestatorul va avea obligația de a instrui personalul medical și tehnic, cu privire la utilizarea aparatelor;

ori de câte ori primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante.

7. Garanția lucrărilor executate, va fi de minim 6 luni de la data încheierii procesului verbal de intervenție (Registrul de mentenanță tehnică).

8. În caz de defectare, Executantul se obligă să răspundă la solicitarea Beneficiarului în max. 12 ore din momentul anunțului (verbal, scris) al Beneficiarului.

9. Stațiunile tehnice, nu vor depăși mai mult de 1-2 zile calendaristice. În caz, de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți (verbal sau scris).

10. Stațiunile tehnice din motivul executării necalitative de către Executant a lucrărilor de reparație, montare, ajustare, ca și din cauza lipsei pieselor de schimb, pentru efectuarea lucrărilor de reparație de complexitate înaltă, vor fi excluse din achitățile contractuale. Durata stațiunilor tehnice nu va depăși max. 5 zile lucratoare.

11. Toate comunicările între părți, pentru îndeplinirea contractului, se vor executa în scris sau verbal, confirmarea de luare la cunoștință a solicitării fiind obligatorie.

12. În prezentul contract de reparație sunt incluse:

-Prețul (costul) noilor piese de schimb, ce sunt mai mult 1000 lei, nu sunt incluse în suma contractului, ci procurate în afara contractului.

- Lucrările de reparație curente a utilajului medical, care nu pot fi executate pe loc, se efectuează la sediul Executantului. În acest caz, Executantul asigură transportarea utilajului tur-retur.

- În cazul determinării unui defect, de ordin opțional, sau de ordin material, care afectează funcționarea utilajului medical deservit, Executorul perfectează împreună cu reprezentanții serviciului de aparataj medical al Instituției, un act de defectare și-l prezintă Beneficiarului.

- După fiecare lucrare de deservire efectuată, Executantul trebuie să prezinte Beneficiarului un raport service (tehnic), specificând detaliile acțiunilor de întreținere executate și orice schimbări de piese, care s-au efectuat.

- Piese defectate devin proprietatea Beneficiarului de îndată, ce sunt schimbate

- Prestatorul va avea obligația de a instrui personalul medical și tehnic, cu privire la utilizarea dispozitivelor, ori de câte ori primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante.

Lotul nr. XIII Aprat radiologic fix Unimad DRAD Josef Betschart AG, United States of America (the) Workstation-2

1	50400000-9	Aprat radiologic fix Unimad DRAD Josef Betschart AG, United States of America (the),	Bucată	1		25000.00
---	------------	--	--------	---	--	----------

Nomenclatorul lucrărilor de deservire profilactico-tehnică		Deservirea (lunară)
1. Efectuarea examinării vizuale cu scopul depistării defectelor mecanice		x
2. Verificarea și reglarea blocurilor electromecanice:		x
- frâne electromagnetice, dispozitive de acționare		x
- dispozitiv de centrare		x

3. Verificarea și reglarea utilajului de înaltă tensiune:	X
- cablu de înaltă tensiune și dispozitiv de comandă	X
- generator și tub roentgen	X
4. Verificarea calității dispozitivelor de siguranță din punct de vedere al conformității lor cu caracteristicile nominale necesare	X
5. Verificarea integrității și existenței plombelor	X
6. Verificarea parametrilor (conform cerințelor Pașaportului) inclusiv următoarele verificări:	X
- verificarea orei programării regimului de lucru	X
- verificarea capacității de lucru a Complexului în condițiile expunerii diferite	X
- verificarea parametrilor câmpului de lucru	X
- verificarea dozei de expunere	X
- verificarea capacității de lucru la modificarea tensiunii de alimentare	X
- verificarea puterii consumate	X
- verificarea calității parametrilor electrici ai modurilor de lucru	X
- verificarea capacității distinctive	X
7 Verificarea și ajustarea centrării canalului roentgenoaptic	X
8. Calibrare detector digital	trimestrial
9. Verificare și calibrare tub radiologic	Anual

Executorul se obligă:

1. Să efectueze lucrările de reparație tehnică (mentenanță corectivă), conform cerințelor și instrucțiunilor producătorului (pașapoarte tehnice), cu mijloacele tehnice autorizate de acesta.
2. Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție, conform manualului de exploatare (pașapoarte tehnice).
3. Inspecția stării tehnice a dispozitivelor - o dată în trei luni și după efectuarea lucrărilor de reparație curentă.
4. Intervenția se face, doar în prezența persoanei autorizate din cadrul compartimentului intern specializat al autorității contractante. În caz de deteriorare sau pierdere a oricărui aparat, părți componente, accesoriilor, instrumentelor, din vina agentului economic, ce repară utilajul în cauză, toate pagubile materiale li se atribuie.
- 5 Să îndeplinească registrele de mentenanță tehnică, jurnale de deservire, după fiecare intervenție la dispozitiv;
6. Prestatorul va avea obligația de a instrui personalul medical și tehnic, cu privire la utilizarea aparatelor, ori de câte ori primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante.
7. Garanția lucrărilor executate, va fi de minim 6 luni de la data încheierii procesului verbal de intervenție (Registrul de mentenanță tehnică).
8. În caz de defectare, Executantul se obligă să răspundă la solicitarea Beneficiarului în max. 12 ore din momentul anunțului (verbal, scris) al Beneficiarului.
9. Stațiunile tehnice, nu vor depăși mai mult de 1-2 zile calendaristice. În caz, de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți (verbal sau scris).
10. Stațiunile tehnice din motivul executării necalitative de către Executant a lucrărilor de reparație, montare, ajustare, ca și din cauza lipsei pieselor de schimb, pentru efectuarea lucrărilor de reparație de complexitate înaltă, vor fi excluse din achitățile contractuale. Durata stațiunilor tehnice nu va depăși max. 5 zile lucratoare.
11. Toate comunicările între părți, pentru îndeplinirea contractului, se vor executa în scris sau verbal,

confirmarea de luare la cunoștință a solicitării fiind obligatorie.

În prezentul contract de reparație sunt incluse:

- 1 Prețul (costul) noilor piese de schimb, ce sunt mai mult 1000 lei, nu sunt incluse în suma contractului, ci procurate în afara contractului.
2. Lucrările de reparație curente a utilajului medical, care nu pot fi executate pe loc, se efectuează la sediul Executantului. În acest caz, Executantul asigură transportarea utilajului tur-retur.
3. În cazul determinării unui defect, de ordin opțional, sau de ordin material, care afectează funcționarea utilajului medical deservit, Executorul perfectează împreună cu reprezentanții serviciului de aparataj medical al Instituției, un act de defectare și-l prezintă Beneficiarului.
4. După fiecare lucrare de deservire efectuată, Executantul trebuie să prezinte Beneficiarului un raport service (tehnic), specificând detaliile acțiunilor de întreținere executate și orice schimbări de piese, care s-au efectuat.
5. Piese defectate devin proprietatea Beneficiarului de îndată, ce sunt schimbate
6. Prestatorul va avea obligația de a instrui personalul medical și tehnic, cu privire la utilizarea dispozitivelor, ori de câte ori primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante.

Lotul nr. XIV Aprat radiologic fix CRDD- 09-ALFA, Teleoptic, Ucraina Workstation -2

1	50400000-9	Aprat radiologic fix CRDD- 09-ALFA, Teleoptic, Ucraina Workstation-2	Bucată	1	25000.00
---	------------	---	--------	---	----------

Nomenclatorul lucrărilor de deservire profilactico-tehnică	Deservirea (lunară)
. Efectuarea examinării vizuale cu scopul depistării defectelor mecanice	x
Verificarea și reglarea blocurilor electromecanice:	x
- frâne electromagnetice, dispozitive de acționare	x
- dispozitiv de centrare	x
Verificarea și reglarea utilajului de înaltă tensiune:	x
- cablu de înaltă tensiune și dispozitiv de comandă	x
- generator și tub roentgen	x
Verificarea calității dispozitivelor de siguranță din punct de vedere al conformității lor cu caracteristicile nominale necesare	x
Verificarea integrității și existenței plombelor	x
Verificarea parametrilor (conform cerințelor Pașaportului) inclusiv următoarele verificări:	x
- verificarea orei programării regimului de lucru	x
- verificarea capacității de lucru a Complexului în condițiile expunerii diferite	x
- verificarea parametrilor câmpului de lucru	x
- verificarea dozei de expunere	x
- verificarea capacității de lucru la modificarea tensiunii de alimentare	x
- verificarea puterii consumate	x
- verificarea calității parametrilor electrici ai modurilor de lucru	x
- verificarea capacității distinctive	x
Verificarea și ajustarea centrării canalului roentgeno optic	x

Calibrare detector digital	trimestrial
. Verificare și calibrare tub radiologic	Anual

Executorul se obligă:

1. Să efectueze lucrările de reparație tehnică (mentenanță corectivă), conform cerintelor și instrucțiunilor producătorului (pașapoarte tehnice), cu mijloacele tehnice autorizate de acesta.
 2. Să testeze dispozitivul medical după fiecare intervenție, conform manualului de exploatare (pașapoarte tehnice).
 3. Inspecția stării tehnice a dispozitivelor - o dată în trei luni și după efectuarea lucrărilor de reparație curentă.
 4. Intervenția se face, doar în prezența persoanei autorizate din cadrul compartimentului intern specializat al autorității contractante. În caz de deteriorare sau pierdere a oricărui aparat, părți componente, accesoriilor, instrumentelor, din vina agentului economic, ce repară utilajul în cauză, toate pagubile materiale li se atribuie.
 5. Să îndeplinească registrele de mentenanță tehnică, jurnale de deservire, după fiecare intervenție la -ispozitiv;
 6. Prestatorul va avea obligația de a instrui personalul medical și tehnic, cu privire la utilizarea aparatelor, ori de câte ori primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante.
 7. Garanția lucrărilor executate, va fi de minim 6 luni de la data încheierii procesului verbal de interventie (Registrul de mentenanță tehnică).
 8. În caz de defectare, Executantul se obligă să răspundă la solicitarea Beneficiarului în max. 12 ore din momentul anunțului (verbal, scris) al Beneficiarului.
 - 9. Stațiunile tehnice, nu vor depăși mai mult de 1-2 zile calendaristice. În caz, de necesitate a efectuării lucrărilor de complexitate înaltă, termenul poate fi prelungit cu acordul ambelor părți (verbal sau scris).
 10. Stațiunile tehnice din motivul executării necalitative de către Executantul a lucrărilor de reparație, montare, ajustare, ca și din cauza lipsei pieselor de schimb, pentru efectuarea lucrărilor de reparație de complexitate înaltă, vor fi excluse din achitățile contractuale. Durata stațiunilor tehnice nu va depăși max. 5 zile lucratoare.
 11. Toate comunicările între părți, pentru îndeplinirea contractului, se vor executa în scris sau verbal, confirmarea de luare la cunoștință a solicitării fiind obligatorie.
- În prezentul contract de reparație sunt incluse:
1. Prețul (costul) noilor piese de schimb, ce sunt mai mult 1000 lei, nu sunt incluse în suma contractului, ci procurate în afara contractului.
 2. Lucrările de reparație curente a utilajului medical, care nu pot fi executate pe loc, se efectuează la sediul Executantului. În acest caz, Executantul asigură transportarea utilajului tur-retur.
 3. În cazul determinării unui defect, de ordin opțional, sau de ordin material, care afectează funcționarea utilajului medical deservit, Executorul perfectează împreună cu reprezentanții serviciului de aparataj medical al Instituției, un act de defectare și-l prezintă Beneficiarului.
 4. După fiecare lucrare de deservire efectuată, Executantul trebuie Să prezinte Beneficiarului un raport service (tehnic), specificând detaliile acțiunilor de întreținere executate și orice schimbări de piese, care s-au efectuat.
 5. Piese defectate devin proprietatea Beneficiarului de îndată, ce sunt schimbate
 6. Prestatorul va avea obligația de a instrui personalul medical și tehnic, cu privire la utilizarea dispozitivelor, ori de câte ori primesc o solicitare în acest sens din partea autorității contractante

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

10. Pe fiecare lot în parte

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: Deservirea utilajului se va efectua la sediul autorității contractante lunar conform graficului stabilit și la comanda persoanei responsabile din cadrul instituției pe parcursul anului 2021 conform solicitării pe parcursul anului

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): __ nu se aplic
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Oferta de preț	Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Da
2	Specificația tehnică	Forularul F,4.1 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Da
3	Specificația de preț	Forularul F,4.2. din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Da
4	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice participantului.	Da
5	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art.18 din Legea nr. 131 din 03.05.2015	Declarația pe propria răspundere, completată în conformitate cu (F3.5) ,confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Da
6	Certificat de înregistrare a întreprinderii	Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Da
7	Certificat de atribuire a contului bancar	Certificat de atribuire a contului bancar Copia, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Da
8	Extras din Registrul de Stat a persoanelor Juridice	Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Da
11	DUAE	Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Da
13	Certificat de efectuare sistematic a plății impozitelor, contribuțiilor	Copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului - 15 zile din data eliberării),	Da

		confirmat aplicarea semnăturii electronice a participantului	
14	- Certificate de calificare a inginerilor pe modelele de echipamente	Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Da

17. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

18. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *cel mai scăzut preț pe loturi*

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
	nu se aplică	

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă]* _ Informația o găsiți în SIA RSAP
- pe: *[data]* _ Informația o găsiți în SIA RSAP

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: _ nu se aplică

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____
32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: _____
33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

35. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică
36. Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru _____

Vasile Pociumban

L.Ș.