

la Documentația standard nr. _____

din “ ____ ” _____ 20____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: _____

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						CE, ISO
Lotul 1						
Cateter i/v periferic 22G				1.dimensiune: 22 G 2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală		

				8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 11.Ambalaj individual.		
Total lot 1						
Lotul 2						
Cateter i/v periferic 24G				1.dimensiune: 24 G 2. port lateral 3.capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală 8.Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire 9.Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire 10. Atrombogen, Termoelastic 11.Ambalaj individual.		
Total lot 2						
Lotul 3						

Hîrtie milimetrică p/u ECG, termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată				Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80mm x 90mm x 250P tip: pliată caroiă rosu/albastru		
Total lot 3						
Lotul 4						
Lanțete pentru glucometru Clever Check				Lanțete sterile pentru lansatorul de lanțete TD-THIN pentru autotestare de unica folosință cu capac de protecție compatibil cu glucometrul Clever Check		
Total lot 4						
Lotul 5						
Strip- Test pentru glucometru Clever Check				Strip-test pentru autotestare de unică folosință cu glucometrul Clever Check		
Total lot 5						
Lotul 6						
Prelungitoare pentru sisteme infuzie (presiune înaltă)				"1.Steril, apirogen, ne-toxic 2.Lungimea 150cm 3.Material: PVC, transparent, presiune 4-7 bari 4. Unica folosinta 5.Ambalaj individual 6.Conectare Luer-Lock 7.Termen de valabilitate - 3 ani de la livrare. *		

Total lot 6						
Lotul 7						
Injector seringă pentru perfuzie 50ml				1. 3 componente 2. adaptată pentru perfuzie 3. luer-lock 4. Presiune înaltă 5. material : polipropilenă, fără latex 6. pistonul stop/garnitură de etanșare 7. gradat 8. steril 9. radiopac		
Total lot 7						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____