

**ANUNȚ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT
PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ**

privind achiziționarea servicii de mentenanță și reparația a dispozitivelor medicale, conform necesităților
IMSP AMT Riscani pentru 2025, prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante **Instituția Medico Sanitară Publică ASOCIAȚIA MEDICALĂ
TERITORIALĂ RÎȘCANI.**

2. IDNO1003600153212.

3. Adresa **Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alecu Russo 11.**

4. Numărul de telefon/fax: **022497742**, Fax: **022497742**

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante : amtriscani@ms.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la
documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în
SIA RSAP.*

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul,
mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția
implică o altă formă de achiziție comună) Instituție public și obiectul principal de activitate: Prestarea
serviciilor medicale.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să
participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

Nr. lot	Dispozitiv	An prod.	Cantit.	Lucrări necesare	Periodicitatea lucrărilor	Preț TOTAL lei fără TVA
I	LOT-1 Dispozitiv radiologic Protec PRS 500 B	2019	1	Mentenanță, calibrare, reparație	Trimestrial, la solicitare	70 000 lei f/TVA
II	LOT-2 Unitate radiodiagnostica moviplan 800	2021	1	Mentenanță, calibrare, reparație.	Trimestrial, la solicitare	32 500 lei f/TVA
III	LOT-3 Unitate radiodiagnostica moviplan 800 stația de lucru a medicului pentru softul Clarity	2021	1	Mentenanță, calibrare.	Trimestrial la solicitare	25000 lei f/TVA
IV	LOT-4 USG VINNO G65	2022	1	Mentenanță, calibrare, testare (după manualul tehnic a producătorului).	Trimestrială, la solicitare	8000 lei f/TVA
V	LOT-5 Autoclav Nueve OT-32 VS/ Prod. Nueve Co	2011	3	Mentenanță, calibrare, testare. Inclus și consumabilele (garnitura, filtre aer (x2)).	Trimestrială, la solicitare	19500 lei f/TVA
VI	LOT-6 Autoclav 21-25L /Prod. BIOBASE	2021 2023	2	Mentenanță, calibrare, testare. Inclus și consumabilele (garnitura, filtre aer (x2)).	Trimestrială, la solicitare	15000 lei f/TVA

VII	LOT-7 Autoclav AO-BKQ-Z100 (H) /Prod. BIOBASE	2018	1	Mentenanță, calibrare, testare. Inclus și consumabilele (garnitura, filtre aer (x2)).	Trimestrială, la solicitare	8000 lei f/TVA
VIII	LOT-8 Sterilizator cu caldura uscata HAS T-50 /Prod. BIOBASE	2017	10	Mentenanță, calibrare, testare (garnitura).	Trimestrială la solicitare	25000 lei f/TVA

Notă: Cerințe generale:

- Toate activitățile se coordonează cu bioinginerul local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui;
- Toate intervențiile vor fi înregistrate în „Registru” și „Fișa de deservire” și în documntele ulterioare specifice lucrării;
- Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii;
- Timpul de reacționare de la chemarea inginerului pînă la 6 ore și soluționare problemei nu mai mult de 24 ore; - La finalul lucrărilor prestatorul de servicii, mentenanță va întocmi un act de predare-primire a serviciilor, care va fi semnat de bioinginer local, șef secție, și se va îndeplini fișa de mentenanță pentru dispozitivul propriu-zis. După efectuarea lucrărilor prestatorul de servicii va emite un raport de calibrare și testare a parametrilor, în care se va indica parametrii testați și concluzia specialistului cu privire la starea dispozitivului;
- Prestatorul se obliga sa ofere garanție lucrărilor efectuate pe o perioada de cel puțin 6 luni de la data întocmirii raportului de servis.

Pentru loturile 1, 2, 3

Lot 1 Protec PRS 500

1. Efectuarea examinării vizuale cu scopul depistării defectelor mecanice
2. Verificarea și reglarea blocurilor electromecanice: - frâne electromagnetice, dispozitive de acționare; - dispozitiv de centrare
3. Verificarea și reglarea utilajului de înaltă tensiune: - cablu de înaltă tensiune și dispozitiv de comandă; - generator și tubul roentgen
4. Verificarea calității dispozitivelor de siguranță din punct de vedere al conformității lor cu caracteristicile nominale necesare
5. Verificarea parametrilor (conform cerințelor Pașaportului) inclusiv următoarele verificări: - verificarea capacității de lucru a Complexului în condițiile expunerii deferite
 - verificarea parametrilor câmpului de lucru; - verificarea dozei de expunere; - verificarea capacității de lucru la modificarea tensiunii de alimentare; - verificarea calității parametrilor electrici ai modurilor de lucru - verificarea sensibilității și a pragului de contrast;
6. Verificarea stării tehnice a serverului, stației de lucru: - verificarea suprafeței hard discului - defragmentarea hard discurilor - diagnosticarea totală a calculatoarelor - controlul asupra stării dispozitivelor de rețea - controlul asupra funcționării bazei de date - controlul asupra funcționării software-ului - întreținerea preventivă a unităților
 - CD și CD_RW - întreținerea preventivă a manipuloatoarelor - întreținerea preventivă a blocurilor de sistem - întreținerea preventivă a blocului electronic
7. Schimbarea lubrifiantului în mecanisme
8. Înlocuirea mecanismelor care funcționează în condițiile frecării
9. Verificarea și ajustarea centrării canalului roentgenoptic
10. Alte servicii conform pașaportului tehnic Condițiile speciale: - Prestatorul va dispune de autorizație radiologică pe fiecare dispozitiv ce urmează a fi deservit. - Inginerul care va deservi dispozitivele radiologice, va dispune de certificat de școlarizare de la producătorul dispozitivelor. - Prestatorul va efectua serviciile de mentenanță o dată în trimestru sau semestru conform specificației, coordonat cu medici imagiști radiologi ai cabinetelor radiologice digitale. - La necesitatea Beneficiarului, Prestatorul acordă consultații privind exploatarea și deservirea zilnică a Dispozitivului radiologic, precum și să invite pe reprezentantul Prestatorului în cazul stopării funcționării dispozitivului din cauza defectării lui. - Prestatorul se obligă să trimită reprezentantul său cu scopul

diagnosticării în toate cazurile stopării funcționării dispozitivului radiologic din cauza defectării, în decurs de 24 ore din momentul recepționării cererii Beneficiarului. Reprezentatul Prestatorului la fiecare vizită face o înscriere în registrul de evidență a serviciilor de mentenanță. - Beneficiarul asigură accesul reprezentanților Prestatorului la dispozitivul radiologic, precum și disponibilitatea documentației tehnice la momentul efectuării serviciilor de mentenanță tehnică. - Costul serviciilor de mentenanță nu include costul pieselor ieșite din uz, sau repararea acestora. Achiziționarea pieselor ieșite din uz sau defectate se efectuează de către Beneficiar conform actelor normative în domeniul achizițiilor publice. - Rezolvarea problemei actuale de reconectare a PACS-lui (PRO PAXX) cu baza de date a stației de lucru și transmitere de date între utilizatori (vizualizare 4 locuri).

Lot 2 Unitate radiodiagnostica moviplan 800

1. Efectuarea examinării vizuale cu scopul depistării defectelor mecanice
2. Verificarea și reglarea blocurilor electromecanice: - frâne electromagnetice, dispozitive de acționare; - dispozitiv de centrare
3. Verificarea și reglarea utilajului de înaltă tensiune: - cablu de înaltă tensiune și dispozitiv de comandă; - generator și tubul roentgen
4. Verificarea calității dispozitivelor de siguranță din punct de vedere al conformității lor cu caracteristicile nominale necesare
5. Verificarea parametrilor (conform cerințelor Pașaportului) inclusiv următoarele verificări: - verificarea capacității de lucru a Complexului în condițiile expunerii deferite
- verificarea parametrilor câmpului de lucru; - verificarea dozei de expunere; - verificarea capacității de lucru la modificarea tensiunii de alimentare; - verificarea calității parametrilor electrici ai modurilor de lucru - verificarea sensibilității și a pragului de contrast;
6. Verificarea stării tehnice a serverului, stației de lucru: - verificarea suprafeței hard discului - defragmentarea hard discurilor - diagnosticarea totală a calculatoarelor - controlul asupra stării dispozitivelor de rețea - controlul asupra funcționării bazei de date - controlul asupra funcționării software-ului - întreținerea preventivă a unităților
CD și CD_RW - întreținerea preventivă a manipuletoarelor - întreținerea preventivă a blocurilor de sistem - întreținerea preventivă a blocului electronic
6. Schimbarea lubrifiantului în mecanisme
7. Înlocuirea mecanismelor care funcționează în condițiile frecării
8. Verificarea și ajustarea centrării canalului roentgeno optic

Alte servicii conform pașaportului tehnic Condițiile speciale: - Prestatorul va dispune de autorizație radiologică pe fiecare dispozitiv ce urmează a fi deservit. - Inginerul care va deservi dispozitivele radiologice, va dispune de certificat de școlarizare de la producătorul dispozitivelor. - Prestatorul va efectua serviciile de mentenanță o dată în trimestru sau semestru conform specificației, coordonat cu medici imagiști radiologi ai cabinetelor radiologice digitale. - La necesitatea Beneficiarului, Prestatorul acordă consultații privind exploatarea și deservirea zilnică a Dispozitivului radiologic, precum și să invite pe reprezentantul Prestatorului în cazul stopării funcționării dispozitivului din cauza defectării lui. - Prestatorul se obligă să trimită reprezentantul său cu scopul diagnosticării în toate cazurile stopării funcționării dispozitivului radiologic din cauza defectării, în decurs de 24 ore din momentul recepționării cererii Beneficiarului. Reprezentatul Prestatorului la fiecare vizită face o înscriere în registrul de evidență a serviciilor de mentenanță. - Beneficiarul asigură accesul reprezentanților Prestatorului la dispozitivul radiologic, precum și disponibilitatea documentației tehnice la momentul efectuării serviciilor de mentenanță tehnică. - Costul serviciilor de mentenanță nu include costul pieselor ieșite din uz, sau repararea acestora. Achiziționarea pieselor ieșite din uz sau defectate se efectuează de către Beneficiar conform actelor normative în domeniul achizițiilor publice.

Lotul 3 Unitate radiodiagnostica moviplan 800 stația de lucru a medicului pentru softu Clarity

Verificarea stării tehnice a serverului, stației de lucru: - verificarea suprafeței hard discului - defragmentarea hard discurilor - diagnosticarea totală a calculatoarelor - controlul asupra stării dispozitivelor de rețea - controlul asupra funcționării bazei de date - controlul asupra funcționării software-ului - întreținerea preventivă a unităților CD și CD_RW - întreținerea preventivă a manipuletoarelor - întreținerea preventivă a blocurilor de sistem - întreținerea

preventivă a blocului electronic Alte servicii conform pașaportului tehnic Condițiile speciale: - Prestatorul va dispune de autorizație radiologică pe fiecare dispozitiv ce urmează a fi deservit. - Inginerul care va deservi dispozitivele radiologice, va dispune de certificat de școlarizare de la producătorul dispozitivelor. - Prestatorul va efectua serviciile de mentenanță o dată în trimestru sau semestru conform specificației, coordonat cu medici imagiști radiologi ai cabinetelor radiologice digitale. - La necesitatea Beneficiarului, Prestatorul acordă consultații privind exploatarea și deservirea zilnică a Dispozitivului radiologic, precum și să invite pe reprezentantul Prestatorului în cazul stopării funcționării dispozitivului din cauza defectării lui. - Prestatorul se obligă să trimită reprezentantul său cu scopul diagnosticării în toate cazurile stopării funcționării dispozitivului radiologic din cauza defectării, în decurs de 24 ore din momentul recepționării cererii Beneficiarului. Reprezentatul Prestatorului la fiecare vizită face o înscriere în registrul de evidență a serviciilor de mentenanță. - Beneficiarul asigură accesul reprezentanților Prestatorului la dispozitivul radiologic, precum și disponibilitatea documentației tehnice la momentul efectuării serviciilor de mentenanță tehnică. - Costul serviciilor de mentenanță nu include costul pieselor ieșite din uz. Achiziționarea pieselor ieșite din uz sau defectate se efectuează de către Beneficiar conform actelor normative în domeniul achizițiilor publice.

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) pentru un singur lot;
 - 2) pentru mai multe loturi;
 - 3) pentru toate loturile;
 - 4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant.
10. Termenele și condițiile de livrare/prestare solicitate la solicitare
11. Termenul de valabilitate a contractului de la semnare pînă la -31.12.2025.
12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

Nr. crt.	Criteriile de calificare și de selecție (descrierea criteriului/cerinței)	Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței	Nivelul minim/obligativitatea
1.	DUAЕ	Semnat electronic	Obligatoriu
2.	Certificat de înregistrare a întreprinderii (emis de Camera Înregistrării de Stat)	copie -confirmată prin semnătura electronică a participantului	DA
3.	Specificații tehnice	copie -confirmată prin semnătura electronică a participantului	DA
4.	Specifiții de preț	copie -confirmată prin semnătura electronică a participantului	DA
5.	Extrasul din Registrul de Stat cu indicarea genului de activitate	copie -confirmată prin semnătura electronică a participantului	DA
6.	Certificat privind atestarea tehnico-profesională a personalului care va efectua deservirea dispozitivelor solicitate;	Semnat electronic	DA
7.	Autorizație radiologică pentru lotul 1, 2, 3	Semnat electronic	DA

13. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică)_da.

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) nu.

15. Ofertele se prezintă în valută nu.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț pe întreg lot și corespunderea cerințelor solicitate.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea, %
----------	----------------------------------	-------------

1.		
----	--	--

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA „RSAP”/până la: *(ora exactă)* _____

- pe: *(data)* _____

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare _____

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA „RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 60 zile.

21. Locul deschiderii ofertelor_ SIA „RSAP”.

(SIA „RSAP” sau adresa locului deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

23. Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru _____.