

## ANUNȚ DE PARTICIPARE

**Privind Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 19)  
prin procedura de achiziție: Licitație publică**

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [office@capcs.md](mailto:office@capcs.md);  
[www.capcs.md](http://www.capcs.md);**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimativă	Beneficiar
1	<b>Fotometru de biochimie clinică</b>	bucată	1	<b>Fotometru de biochimie clinică</b> pentru determinări cu punct final și cinetice analizelor de biochimie cu un termostat incorporat. <b>Lungimile de undă ale filtrelor optice:</b> 340, 405, 450, 505, 545 și 600 (sau 650) nm <b>Sursa de lumină:</b> bec halogen cu sistem de protecție <b>Termostat uscat:</b> cu 12 poziții, la 37°C pentru eprubete d=12 mm <b>Imprimantă:</b> termică, cu 20 caractere pe un rând inclusiv grafice <b>Capacitatea de prelucrare:</b> citește, calculează și imprimă rezultatele în 3 sec./tub. <b>Analizorul lucrează în sistem deschis:</b> poate fi programată orice analiză cu orice reactivi, care se pot citi la lungimile de undă menționate (sau apropiate de aceștia).	54000	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
2	<b>Fotometru imunologic</b>	bucată	1	<b>Cititor de micro plăci pentru cercetări imunologice.</b> <b>Tip sistem:</b> Sistem deschis <b>Lungimi de undă:</b> de la 300 până la 750 nm <b>Centrul acuratețea lungimii de undă:</b> +/- 2 <b>Sensibilitate:</b> ≤0.1 fluor/μm <sup>2</sup> <b>Acuratețe:</b> 2% <b>Precizie:</b> ≤ 0.3 % <b>Linearitatea:</b> +/- 2% <b>Capacitatea de încărcare:</b> de la 3 strupuri de 8/12 godeuri <b>Timpul de măsurare:</b> ≤ 5 sec <b>Sursa de lumină:</b> halogen/xenon <b>Memorie internă.</b> Interfață PC . Imprimantă. Alimentarea - Rețeaua electrică 220 V, 50 Hz	54000	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3	<b>Microscop binocular LED</b>	bucată	3	<b>Microscop binocular LED pentru cercetări hematologice și clinice</b> Cap binocular rotativ Interval de mărire: 40x–1000x Lumina LED de 3W cu un colector Reglare luminozitate; o sursa de curent alternativ. Obiective acromate 4x, 10x, 40xs, 100xs(ulei) Oculare WF10x/18mm (2 buc) Condensator Abbe N.A. 1.25 cu diafragma iris si suport filtru Filtre: albastru, verde, galben Siguranța Cablu de alimentare	24000	IMSP Institutul de Medicină Urgentă

4	<b>Frigider de laborator</b>	bucată	2	<p><b>Frigider de laborator</b> pentru stocarea și păstrarea reagenților și bio - speci­menelor cu regimuri specifice pentru păstrarea rege­nților și probelor biologice.</p> <p>Caracteristici principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- capacitate 500 L ±100L,</li> <li>- sistem cu temperaturi ajustabile între 2°C și 8°C.</li> <li>- rafturi reglabile;</li> <li>- prevăzut cu cel puțin 5 rafturi;</li> <li>- interior din oțel inoxidabil;</li> <li>- închidere automată a ușii;</li> <li>- ușa de sticlă;</li> <li>- alarmă de temperatură ridicată / scăzută;</li> </ul> <p>Se acceptă dispozitive medicale sau echipamente electrice.</p> <p>Pentru dispozitive medicale declarație cu privire la înregistrare sau dovada înregistrării.</p> <p>Pentru echipamente electrice se va prezenta Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM</p> <p>Declarație de la producător prin care se confirmă că dispozitivul medical/ echipamentul electric este destinat pentru stocarea și păstrarea reagenților .</p>	130000	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
5	<b>Frigider de laborator</b>	bucată	2	<p><b>Frigider de laborator</b> pentru stocarea și păstrarea rege­nților și bio - speci­menelor cu regimuri specifice pentru păstrarea rege­nților și probelor biologice.</p> <p>Caracteristici principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- capacitate în interval la 300-360 L</li> <li>- sistem cu temperaturi ajustabile între 2°C și 8°C cu display vizual de temperatură pe exteriorul frigiderului (obligator). Însoțit de certificate metrologic sau certificate de la producător referitor la metrologia termometrului încorporat;</li> <li>- rafturi reglabile;</li> <li>- prevăzut cu cel puțin 5 rafturi;</li> <li>- interior din oțel inoxidabil (opțional, se va da prioritate);</li> <li>- închidere automată a ușii (opțional, se va da prioritate);</li> <li>- dotat cu roțile la baza frigiderului (obligator);</li> <li>- sistem de răcire intern "no frost" (obligator)</li> <li>- congelator încorporat (sau asociat) cu volum în interval 15-30 L</li> <li>- lacăt cu cheie încorporat în ușa frigiderului</li> </ul> <p>Certificat de la producător referitor la conformitatea frigiderului. Certificat de Control Metrologic cu tichetul de control. Se acceptă dispozitive medicale sau echipamente electrice.</p>	40000	IMSP Institutul de Medicină Urgentă

				<p>Pentru dispozitive medicale declarație cu privire la înregistrare sau dovada înregistrării.</p> <p>Pentru echipamente electrice se va prezenta Declarație de conformitate CE/SM și/sau Certificat de conformitate CE/SM</p> <p>Declarație de la producător prin care se confirmă că dispozitivul medical/ echipamentul electric este destinat pentru stocarea și păstrarea reagenților .</p>		
6	<b>Centrifugă de laborator</b>	bucată	2	<p><b>Centrifugă de laborator</b> pentru centrifugarea mostrelor biologice de sânge.</p> <p>Detalii tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- viteza de centrifugare: 1000 – 5000 (6000) rotații/min.;</li> <li>- blocarea capacului in timpul funcționării;</li> <li>- senzor de dezechilibru;</li> <li>- deblocarea automată;</li> <li>- alarma sonora după oprirea rotorului;</li> <li>- funcționarea silențioasă;</li> <li>- intervalul de temp. mediului permise (de la +10 până la +40 );</li> <li>- alimentarea de la rețea ( 220 V );</li> <li>- rotor pentru 24 de adaptoare;</li> <li>- volumul maxim al eprubetelor utilizate ( 12 ml)</li> </ul>	42000	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
7	<b>Centrifugă de laborator</b>	bucată	2	<p><b>Centrifugă de laborator</b> pentru centrifugarea mostrelor biologice.</p> <p>Detalii tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- viteza de centrifugare: 1000 – 6 000 rotații/min.;</li> <li>- rotor pentru 16 poziții de eprubete;</li> <li>- blocarea capacului in timpul funcționării;</li> <li>- senzor de dezechilibru;</li> <li>- deblocarea automată;</li> <li>- alarma sonora după oprirea rotorului;</li> <li>- funcționarea silențioasă;</li> <li>- alimentarea de la rețea ( 220 V );</li> <li>- volumul maxim al eprubetelor utilizate (12 ml)</li> </ul> <p>Certificat de la producător. Certificat de Control Metrologic cu tichet de control pe corpul extern al centrifugii.</p>	45000	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
8	<b>Analizator automat pentru investigații de laborator al sistemului de hemostază</b>	bucată	1	<p>Analizator de hemostază automatizat, sistem semiînchis sau închis sau <b>deschis</b> cu cel puțin 4 canale de măsurare simultane. Viteza de lucru de la 50 teste/oră.</p> <p>Analizator dotat cu sisteme de dozare, sistem de detectare a nivelului de reagenți și volumului rămas de reagenți, dotat cu seringi și ace noi acoperiți cu materiale de protecție, sistem de detectare a nivelului de plasmă, sistem de citire a barcodurilor de pe eprubete, sistem de detecție a prezenței/absenței eprubetei în rak-ul</p>	100000	IMSP Institutul de Medicină Urgentă

				<p>analizatorului, sistemul optic de măsurare să fie funcționabili. Toate sisteme de dozare și modulul optic de măsurare să fie calibrate de producător, însoțite de certificat de calibrare de la producător. Soft încorporat instalat și activ, compatibil cu Windows. Limbile softului RU/RO/ENG/FR. Toate aplicațiile softului să fie deschise pentru utilizator medic/laborant. Posibilitate de conectare la LIS prin Ethernet și citirea eprubetelor barcodate. Memorie cu stocarea rezultatelor investigațiilor, posibilitate de stocare pe USB extern. Memorie pentru stocarea controlului intern de calitate în sistem Lewy-Genings. Softul să aibă programate aplicațiile pentru investigarea Activității Protrombinei după Quick, Fibrinogenul după Claus, APTT, TT, D-dimeri cantitativ și alte investigații al sistemului de hemostază. Metode de analizare: <b>clotting cu detecție optică</b> sau <b>optomecanic</b>, imunoturbodimetrie, cromogenice. Garanție de import și procurarea consumabilelor specifice analizatorului pe piața RM. Instalarea totală și instructaj de către serviciul ingineresc al agentului economic câștigător. În contract de vânzare a analizatorului să fie prevăzute pe perioada uzurii analizatorului deserviri ingineresti gratuite din partea agentului economic, executarea mentenanțelor la 6 și 12 luni specifice - gratuite. Manualul de utilizare a analizatorului în limba de stat, sau un ghid scurt de utilizare pe aplicații și mentenanțe în limba de stat.</p>		
9	<b>Sistem automat de detecție a bacteriilor și fungilor din sânge și lichide biologice</b>	bucată	1	<p>Sistem automat de detecție a bacteriilor și fungilor din sânge și lichide biologice  Descriere Sistem de detecție microbiană automat capabil să incubeze, să agite și să monitorizeze continuu (pe bază de lumina reflectată) mediile aerobe și anaerobe prelevate de la pacienți suspecti de bacteriemie, fungemie și/sau micobacteriemie.  Capacitate de încărcare, investigații minim 120 flacoane  Tipul de probe sânge da  lichide biologice considerate în mod normal sterile da, (studii clinice ce confirmă acest fapt)  Metoda de detecție colorimetrică / fluorescentă  Panoul de comandă cu ecran tactil da  Emisia de sunet maxim 60 dB  USB da  tastatura externă da  imprimanta externă da  cititor coduri de bare extern da  UPS (potrivit pentru sistem) da  Cerințe de alimentare cu energie electrică 220/240 Volts (50-60 HZ)  Cablu cu fișă type F (Schuko)</p>	482500	IMSP Institutul de Medicină Urgentă

				<p>Domeniul temperaturii de funcționare: 10°C - 30°C  Domeniul umidității de funcționare: umiditate relativa între 10% - 90%  fără condens  Consumabile "Flacoane din polycarbonat / sticlă  cu mediu de cultură ce asigură condiții nutritive pentru microorganisme  Volum probă inoculat: până la 10 ml" Flacoane pentru incubare aerobă, simple - 400 buc.  Flacoane pentru incubare anaerobă, simple - 100 buc.  Flacoane pentru incubare aerobă, cu neutralizare de substanțe antimicrobiene (antibiotice) - 800 buc.  Flacoane pentru incubare anaerobă, cu neutralizare de substanțe antimicrobiene (antibiotice) - 100 buc.  flacoane, marcate CE da  Soft specializat "Softul permite vizualizarea curbei de creștere bacteriană monitorizată pe toată perioada incubării, prelungirea perioadei de incubare pe flacon (dacă este nevoie).  Soft-ul permite imprimarea graficelor de creștere și toate informațiile legate de fiecare tip de flacon (data introducerii flacoanelor, data pozitivării flacoanelor, starea flacoanelor, celulele în care se află poziționate flacoanele)."  Manual de utilizare în limba de stat  Manual de service în limba engleză  Termen de garanție minim 24 luni</p>		
10	<b>Defibrilator extern, manual (caracteristici medii)</b>	bucată	2	<p>Defibrilator extern, manual (caracteristici medii)  Descriere Defibrilator extern, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici de bază  Parametrul Specificația  Defibrilator Selectarea energiei "adult 50-360 bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut"  Controlul padelelor Selectarea energiei da  Încărcare energiei da  Descărcarea energiei da  Forma de undă la ieșire bifazic  Sincronizator da  Regim de operare Defibrilare manuală da  Defibrilare Automată ( AED) da  Display Mărimea display ≥ 6 inch  TFT LCD color, LED da</p>	160000	IMSP Institutul de Cardiologie

				Rezoluția 640 x 480 pix. Afișarea derivațiilor bipolare I, II, III Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor da Afișarea ritmului cardiac da Afișarea saturației SpO2 da Alarmer ale ritmului cardiac da Frecvența de lucru 0.05-100 Hz Modul ECG Captarea semnalului ECG prin fir cu 3 electrozi da Diapazon 30 - 300 BPM Protecție în potruva șocurilor de defibrilare $\geq 360$ J Mesaje de alarmă HR, Asistola, VF, VT Modul SpO2 Modul SpO2 da Rata SpO2 1 - 100% Precizia 70 - 100%, $\pm 2\%$ Rata pulsului 30-300 bpm Mesaje de alarmă da Imprimantă pentru ECG Viteza hârtiei 12.5, 25, 50 mm/sec Imprimantă termică încorporată da Printare auto sau manuală Adnotări ora da data da derivația da ritmul cardiac da modul de operare da forma unde descărcate da Funcția sumară da Memorie Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a cartelei de memorie da Informația stocată ECG, șoc, vocele din anturaj Capacitatea de stocare $\geq 3$ ore Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Baterie internă reîncărcabilă da Timp de lucru de la baterie $\geq 3$ ore ECG continuu sau min. 150 descărcări la energia maximă Greutatea cu accesorii < 9 kg Accesorii Padele Adult, reutilizabile 1 set.		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>"Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrie)" 1 set.          Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 2 set.          Cablu ECG reutilizabil 3 fire 1 buc.          Electrozi ECG Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 50 buc.          Senzor SpO2 Adult, reutilizabil 1 buc.          Hârtie termică 5 buc.          Gel de contact 250 ml</p>		
11	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi), pentru sânge	bucată	1	<p>Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi), pentru sânge          Cod 150910          Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele.          Parametrul Specificația          Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă          Maximală, rpm <math>\geq 6000</math>          Setări setarea vitezei          Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml          Numărul de tuburi 8-12 tuburi          Timer Gama de timp 0 - <math>\geq 60</math> min          Incrementarea <math>\leq 1</math> min          Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da          Indicatori vizual și acustic da          Debalansare da          Pornire/oprire da          Capac deschis da          Display Digital da          Nivelul de zgomot <math>\leq 70</math> dB da          Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standardelor în vigoare da</p>	16 600	IMSP Maternitatea Municipală nr. 2
12	Termometru digital	bucată	5	<p>Termometru digital          Cod 260610          Parametrul Specificația          Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman          Afișaj alfanumeric          Diapazon de măsurare 34-42 grad C</p>	290	ANP



				<p>Eroarea 0.1 grade C  Timp de măsurare &lt; 60 s  Control on/off deconectare automată  "Alarmer/  indicatori" Vizuală temperatura finală  baterie descărcată  pornire/oprire  Acustică temperatura finală febră  Posibilitatea de dezinfectare da  Rezistent la pătrunderea apei da</p>		
13	Termometru digital cu infraroșu	bucată	10	<p>Termometru digital cu infraroșu  Cod 260620  Parametrul Specificația  Descriere Termometru electronic pentru măsurarea temperaturii corpului uman, camerei și alte  Afișaj alfanumeric  LED / LCD  Tip pacient nou-născut, pediatric, adult  Regim de măsurare temperatura urechii (timpanic)  temperatura frunții (temporală)  Diapazon de măsurare 34.0 - 43.0 °C  Rezoluția de măsurare 0.1 °C  Eroarea ≤ ± 0.2 °C  Timp de măsurare ≤ 5 s  Control on/off, deconectare automată  Alarmer/indicatori Vizuală alerta febră  temperatura finală  baterie descărcată  pornire/oprire  Acustică temperatura finală  Alimentare Baterie inclusă</p>	9580	ANP
14	Higrometru / Psihrometru 15-40C	bucată	30	<p>Higrometru / Psihrometru 15-40C  Cod 260640  Parametrul Specificația  Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăperea  Lichid termometric excepție mercur</p>	7020	ANP

				Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete da Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării "Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40...90 %		
15	Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710	bucată	10	Tensiometru Adult cu fonoendoscop Cod 260710 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru mecanic destinat pentru măsurarea tensiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korodcov Tip pacient adult Caracteristici tehnice pompă integrată din cauciuc manșetă integrată din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0 - 300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Fonendoscop da	1600	ANP
16	Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760	bucată	5	Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurării tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracteristici tehnice pompă electrică integrată manșetă integrală din cauciuc tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg "Precizia valorilor afișate" sistolic ± 3 mmHg diastolic ± 3 mmHg Conectare la PC USB / RC232 / Sdcard / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a minim 100 măsurări	5370	ANP

				<p>Alarma sonora  Alimentare baterii alcaline, + 220V  Accesorii manșetă pentru adulți - 2 buc</p>		
17	<p>Tensiometru electronic automat de triaj Adult  Cod 260780</p>	c	2	<p>Tensiometru electronic automat de triaj Adult  Cod 260780  Parametrul Specificația  Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurării tensiunii arteriale neinvazive  Tip portabil, pacient adult  Caracteristici tehnice- pompă electrică integrată  manșetă integrală din cauciuc  tonometrul și manșeta separate  tub aer din cauciuc  Parametri tehnici- limite de măsurare 0-300 mm Hg  Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg  Tehnologii de detecție a ritmului cardiac neregulat (aritmii) Irregular Heart Beat (IHD), Pulse Arrhythmia Detection (PAD), AFIB etc.  Conectare la PC USB / RC232 / Sdcard / ethernet  Memorie internă Stocarea datelor a minim 100 măsurări  Alarma sonora  Alimentare baterii alcaline, + 220V  Accesorii manșetă pentru adulți - 2 buc</p>	3048	ANP

**Valoarea estimativă totală fără TVA: 1 175 008 lei**

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- 1) Pentru un singur lot.
- 2) Pentru mai multe loturi.
- 3) Pentru toate loturile.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 31.12.2022.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2022

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente **OBLIGATORII** care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Obligați vitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	DA
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	DA
4	DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; .Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2.00% din valoarea ofertei fără TVA.	DA

		<p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 90 zile, - de: 2.00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p>	
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (90 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	DA
7	Declarație de la ofertant cu privire înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale	<p>cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractant – original, conform modelului atașat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p> <p><i>* Neprezentarea dovezii privind numărul de înregistrare în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, în termenul menționat, servește drept temei de descalificare a ofertei</i></p> <p><i>Notă: pentru dispozitivele medicale înregistrate Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta dovada înregistrării (numărul de înregistrare/extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale) până la termenul limită de depunere a ofertelor.</i></p> <p><b>Notă: *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale și care corespund cerințelor tehnice solicitate</b></p>	DA
<b><u>Cerințe de calificare obligatorii</u></b>			
8	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
9	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori	DA

	țara în care ofertantul este stabilit	apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
10	Certificat privind lipsa sau existenta restanțelor față de bugetul public național	eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
12	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte), <b>manualul de utilizare</b> și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <b>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</b>	DA
13	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
14	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni din data instalării/livrării, conform specificație tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA

16	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2021, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
17	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
18	Dovada înregistrării în Lista producătorilor,	Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
20	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziției Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	DA
21	Notă	Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
22	Notă	În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.	DA
23	Notă	Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.	DA
24	Notă	Garanția de bună execuție valabilă până la 31.01.2023	DA

**17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:**

***Transfer la contul instituției***

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat  
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

**Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei**

*sau*

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

**Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.**

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.**

**18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.**

***Transfer la contul instituției***

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

*sau*

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

**Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.** Garanția de bună execuție valabilă până la 31.01.2023

**19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.**

**20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire licitația electronică, conform platformei de achiziții publice (pasul minim 0,001%, 3 runde).**

**21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică**

**22. Ofertele se prezintă: în lei.**

**23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.**

**24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică**



25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
- conform SIA RSAP MTender
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  
*Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP*
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 de zile
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
29. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:  
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.*
31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
32. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
33. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:  
*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*  
*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*  
*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*
34. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare pe Mtender.
35. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
36. Data publicării anunțului de intenție: s-a transmis spre publicare la data de 06.10.2022
37. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 06.10.2022
38. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
- | Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
|--|------------------------------|
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza                |
| Sistemul de comenzi electronice                                  | -                            |
| Facturarea electronică   | Se va utiliza                |
| Plățile electronice  | Se va utiliza                |
39. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da \_\_\_\_\_

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Ala GOJAN