

20
01. 11. 2019

**ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor**

1. **Denumirea autorității contractante:** Penitenciarul nr.1-Taraclia
2. **IDNO:** 1006601002064
3. **Tip procedură achiziție:** Contract de mică valoare
4. **Obiectul achiziției:** echipament medical
5. **Cod CPV:** 33100000-1;

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziționării **echipament medical**
[obiectul achiziției]



conform necesităților Penitenciarului nr.1-Taraclia
[denumirea autorității contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2019, este alocată suma necesară din:
surse financiare, bugetul de stat Trezoreria de Stat/ TREZMD2X


[sursa banilor publici]

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri /servicii:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
Lot 1					
1.1	33100000-1	Glucometru Benecheck Plus 3 in 1	buc	2	Aparat portabil pentru masurarea glicemiei, colesterolul si acid uric in sange. Sistemul este destinat utilizari in afara corpului exclusiv masurarii nivelului glicemiei, colesterolul si acid uric in sange. Avantaje: -Design compact -Ușor de utilizat -Ecranul LCD -Pentru a obține rezultate precise, destul de câteva secunde Unclude: Lantete: 10 buc. Test gucoza: 10 buc. Test colisterol: 5 buc. Tedst acid uric: 5 buc.
1.2	33100000-1	Teste pentru glicemie Benecheck 3 in 1.	ambalaj	20	-Volum minimă de sânge - 1 l -Utilizat numai cu dispozitivul BeneCheck Hb -Rezultat Timp: 8 secunde -Utilizat numai cu dispozitivul BeneCheck Plus -Ambalaj: 50 bucăți
1.3	33100000-1	Teste pentru Acid Uric Benecheck 3 in 1	ambalaj	10	-Analiza necesită o cantitatei minimă de sânge- aproximativ 0,5 l -Utilizat numai cu dispozitivul BeneCheck PLUS -Rezultat Timp: 5 secunde

					-Ambalaj: 25 bucăți
1.4	33100000-1	Teste pentru Colesterol Benecheck 3 in 1.	ambalaj	10	-Volum minimă de sânge - 1 l -Utilizat numai cu dispozitivul BeneCheck Plus -Rezultatul Timp de așteptare: 26 de secunde -Ambalaj: 10 bucăți
1.5	33100000-1	Test indicator pentru sterilizator	buc	3000	Индикаторы ИКВС-ВН/01- "Медгест" 4 класс внутри стерилизационных упаковок:
1.6	33100000-1	Bisturiu chirurgical	Buc.	2	Bisturiu chirurgical cu virf ascutit 
1.7	33100000-1	Disector	buc	8	Disector cu cremaliera, cu mâner încovoiat, 220mm 
1.8	33100000-1	Foarfece	buc	1	Foarfece cu două vîrfuri ascuțite, încovoiate, 14cm 
1.9	33100000-1	Casolete sterilizare	buc	2	Casoleta 3litri, KCK-3 marime 190x140 mm 
1.20	33100000-1	Container pentru dezinfecție și transportare 5 litri	buc	2	Formă dreptunghiulară și constă dintr-o cutie dreptunghiulară, o tavă perforată, o placă și un capac. În partea superioară a corpului există șanțuri speciale pentru instalarea unui palet cu

					conținut ca soluția de scurgere. Placa asigură o imersare completă într-un dezinfectant al produselor prelucrate. Capacul are un mâner pentru o transportare ușoară. Sigiliul și capacele de închidere asigură o fixare impecabilă a corpului, împiedică evaporarea și stropirea dezinfectanților în timpul transportului. Dimensiuni 340 x 220 x 190 mm
1.21	33100000-1	Container pentru dezinfectie	buc	1	Container pentru dezinfectie, 3 litri, marime 323x215x125mm ,
1.22	33100000-1	Penceta	buc	3	Penceta anatomică, marime 20cm (200x2,5)
TOTAL pe lotul 1					15 287,50
Lot 2					
2.1	33100000-1	Tonometru cu fonendoscop	buc	2	Destinat masurarii presiunii arteriale CARACTERISTICI TEHNICE - Diapazonul măsurărilor- de la 0 pînă la 300 mmHg - O diviziune din scara manometrului corespunde 2 mmHg - Eroarea admisă în diapazonul 60-240 mmHg corespunde a 3 mmHg, în restul cazurilor diapazonului -4mmHg - Verificarea metrologică 
2.2	33100000-1	Pulsoximetru pentru adulti	buc	1	Pulsoximetru de degetcare care masoara precis si rapid saturatia de oxigen (SpO2) si pulsul. Specificatii: - Display LED in doua culori (galben si albastru) - Rezolutia ecranului: 128 x 64 pix - Afisare SpO2, PR, bara Puls si Plethysmograma - 6 moduri de afisare - 4 moduri de reglare a luminozitatii display-ului - Operare cu un singur buton - Consum mic de putere - Oprere automata - Indicator baterie descarcata - Alimentare: 2 baterii alcaline

					AAA sau acumulatori - Durata de viata a bateriilor: aprox. 20 ore de functionare continua - Autoreglare pentru diferite grosimi ale degetelor, de la copii (7+) la adulti - Valori masurate: Pulsul: 30-255 bpm acuratete : $\pm 2\%$ SpO2: 0-99% acuratete : $\pm 2\%$ pentru intervalul 70%~100% , sub 70% nespecificat. 
2.3	33100000-1	Brancardă	buc	1	Targa medicala pliabila 2 sectiuni cu 2 rotile 
2.4	33100000-1	Distrugător de ace și seringi – ELECTRIC	buc	1	Alimentare 220V $\pm 5\%$, faza simplă, dia 50Hz, AC, 110V $\pm 5\%$, faza simplă, dia 50Hz, AC Operare: Are două rezervoare. Acul se distruge prin ardere. Seringa se distruge prin tăiere Marimea seringilor: 14 - 30g, și 12- 14 mm lungime. Lama: Aliaj metalic, călit Protecție de supraîncărcare :Protector incorporat fin (3A) Dimensiuni: 220 x 180 x 150 mm Greutatea: 3.150 Kg 
TOTAL pe lotul 2					3958,34
TOTAL					19245,84

6. **Termenul de livrare/prestare solicitat și locul destinației finale:** Penitenciarul nr.1- Taraclia, or. Taraclia, str. Vodoprovodnaia 5

7. **Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:**

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Specificații de preț	Prețul la pozițiile depuse original cu ștampilă și semnătură Participantului	obligatoriu
2	Specificații tehnice	completată în conformitate cu Formularul (F 4.1)- în original, cu ștampila și semnătura Participantului;	obligatoriu
3	Certificat de înregistrare	emis de organul abilitat- copie, cu ștampila și semnătura Participantului;	obligatoriu
4	Certificat de atribuire al contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont, în original sau copie cu ștampila și semnătura Participantului;	obligatoriu
5	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova, în original sau copie cu ștampila și semnătura Participantului	obligatoriu

8. **Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară sau pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă la adresa indicată mai jos:**

a) Adresa: or. Taraclia, str. Vodoprovodnaia 5,

b) Tel: 0294 25-5-86; 078896569; 079994881

c) E-mail: p1achizitii@anp.gov.md

d) Numele și funcția persoanei responsabile: Cristina Gavrilița

9. **Întocmirea ofertelor:** Oferta și documentele de calificare solicitate vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile

Ofertele întârziate vor fi respinse.

10. **Criteriul de atribuire este:** prețul cel mai scăzut și oferta cea mai avantajoasă.

11. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:** Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

12. **Termenul de valabilitate a ofertelor:** 30 zile

13. **Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei:** **19245,84**

Conducătorul grupului de lucru:



Andrei BUȘMACHIU