

## **ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE**

**privind *Achiziționarea de Instrumentar Medical/Chirurgical conform necesităților IMSP Institutul  
Medicină Urgentă, pentru anul 2023***  
**prin procedura de achiziție: Licitatie publică**

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: [office@capcs.gov.md](mailto:office@capcs.gov.md);  
[www.capcs.md](http://www.capcs.md);**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

**Cod CPV : 33100000-1**

| Nr. Lot | Denumire Lot                          | Denumirea poziție            | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Unitatea de măsură | Cantitatea | Valoarea estimativă |
|---------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|
| 1       | Necesități instrumentar Bloc Operator | Ciocan ortopedic             | Ciocan ortopedic, bifuncțional, cu diam. 30mm/30mm (±3mm), greutatea capului 380g (±3g), mâner din plastic cu amprente digitale; lungime 235mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                                                               | buc                | 15         | 69000,00            |
| 2       | Necesități instrumentar Bloc Operator | Ciocan cu discuri de rezerva | Set Ciocan ortopedic, bifuncțional, greutatea capului/ greutatea totală 340g/690g (±3g), diam. 35mm/35mm (±3mm), inclusiv discuri de rezervă: 1 pereche de discuri de metal 215g (unul convex, unul plat) și 1 pereche de discuri de plastic 30g (unul de convex, unul plat; mâner cu amprente digitale; lungime 240mm (±5mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.       | buc                | 5          | 23000,00            |
| 3       | Necesități instrumentar Bloc Operator | Ciocan HEAD 900g             | Ciocan ortopedic HEAD, bifuncțional, diam. 40mm/40mm (±3mm), greutate 900g (±10g), suprafața mânerului cu asperități; lungime 190mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                                                                          | buc                | 15         | 60000,00            |
| 4       | Necesități instrumentar Bloc Operator | Ciocan Cottle                | Ciocan ortopedic COTTLE, bifuncțional, diam. 30mm/30mm (±3mm), plat/convex, greutatea capului/ greutatea totală 235g/320g (±5g); suprafața mânerului aplatizată, cu amprente digitale; lungime 185mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                         | buc                | 5          | 11500,00            |
| 5       | Necesități instrumentar Bloc Operator | Ciocan HEAD 530g             | Set Ciocan ortopedic HEAD, greutatea capului 530g (±3g), bifuncțional, diam 35mm/35mm (±3mm), inclusiv discuri de rezervă: 1 pereche de discuri de metal 215g (unul convex, unul concav) și 1 pereche de discuri de plastic 30g (unul de convex, unul concav; mâner cu design solid, cu amprente transversale; lungime 240mm (±5mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. | buc                | 10         | 58000,00            |
| 6       | Necesități instrumentar Bloc Operator | Ciocan OMBREDANNE            | Ciocan ortopedic OMBREDANNE, bifuncțional, diam. 40mm/40mm (±3mm), greutatea capului 580g (±5g), mâner cu design solid, cu amprente transversale; lungime 245mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                | 10         | 53000,00            |

|    |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |    |          |
|----|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|
|    |                                       |                    | producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |          |
| 7  | Necesități instrumentar Bloc Operator | Ciocan cu fanta    | Ciocan ortopedic cu fanta 6,5 mm, greutatea capului 680g ( $\pm$ 5g), monofuncțional, mâner cu design solid, cu amprente transversale; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                               | buc | 5  | 29000,00 |
| 8  | Necesități instrumentar Bloc Operator | Ciocan HEAD 900g   | Ciocan ortopedic HEAD, bifuncțional, diam. 40mm/40mm ( $\pm$ 3mm), greutatea capului 660g ( $\pm$ 10g), mâner cu design solid, cu amprente transversale; lungime 225mm ( $\pm$ 3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. | buc | 15 | 60000,00 |
| 9  | Necesități instrumentar Bloc Operator | Ciocan COTTLE      | Ciocan ortopedic, bifuncțional, diam. 30mm/30mm ( $\pm$ 3mm), suprafața convexă/suprafață plată, greutatea capului 235g ( $\pm$ 3g), mâner solid; lungime 185mm ( $\pm$ 3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.        | buc | 5  | 11500,00 |
| 10 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Ciocan fin         | Ciocan ortopedic, bifuncțional, diam. 25mm/25mm ( $\pm$ 3mm), suprafața netedă/rugoasă, greutatea capului 130g ( $\pm$ 3g), mâner fin; lungime 185mm ( $\pm$ 3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                   | buc | 3  | 6900,00  |
| 11 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Ciocan din plastic | Ciocan ortopedic din plastic, bifuncțional, diam. 50mm/50mm ( $\pm$ 3mm), greutate 315g ( $\pm$ 5g), din plastic, lungime 255mm ( $\pm$ 3mm), apt pentru sterilizarea cu aburi, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                           | buc | 2  | 5000,00  |
| 12 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Retractor          | Retractor pentru chirurgia toracică, paleta 115x65mm ( $\pm$ 3mm), cvadri-fenestrat; lungime totală 255 mm ( $\pm$ 3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                             | buc | 8  | 44000,00 |
| 13 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Elevator osos      | Elevator osos, lungime 160mm ( $\pm$ 3mm), curbat, lățimea vârfului 2mm; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare                                                                                                                                                                                                          | buc | 4  | 5200,00  |

|    |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |    |          |
|----|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|
|    |                                       |                        | (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |    |          |
| 14 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Retractor țesuturi moi | Retractor, lungime 235mm (±3mm), paleta cu 3 dinți 25x75mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                      | buc | 2  | 2400,00  |
| 15 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Retractor țesuturi moi | Retractor, lungime 235mm (±3mm), paleta cu 3 dinți 20x50mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                      | buc | 2  | 3000,00  |
| 16 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Retractor țesuturi moi | Retractor, lungime 235mm (±3mm), paleta cu 3 dinți 13x25mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                      | buc | 2  | 3200,00  |
| 17 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Retractor țesuturi moi | Retractor chirurgie generala US-ARMY, lungime 220mm, set din două piese, capăt dublu: 22x15mm, 26x15mm, 39x15mm, 43x15mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător* Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. | SET | 10 | 14000,00 |
| 18 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Casoleta ace           | Casoleta pentru ace, perforată, cu 7 secțiuni, dim. 150x90x10mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                                  | buc | 20 | 40000,00 |
| 19 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Forceps hemostatic     | Forceps hemostatic fin, curbat, lung. 150 mm (± 3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                   | buc | 60 | 10800,00 |
| 20 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Set Nabatoff           | Set pentru extirparea venelor. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                                                                                                              | SET | 5  | 3000,00  |
| 21 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Canula heparinica      | Canula heparinică Zanger pentru chirurgia toracica, maleabilă, vârf 3,5mm; lungime 70 mm (±5mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                        | buc | 5  | 900,00   |
| 22 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Canula heparinica      | Canula heparinică pentru chirurgia toracica, maleabilă, vârf 1,2mm; lungime 95 mm (±5mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare                                                                                                                            | buc | 5  | 8000,00  |

|    |                                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |    |           |
|----|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------|
|    |                                       |                | (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    |           |
| 23 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Ciupitor de os | Ciupitor de os, fălci 5,0 x 36,5 mm, lungime 205mm (±3mm), curbat, cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                      | buc | 10 | 60000,00  |
| 24 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Ciupitor de os | Ciupitor de os, fălci 21,0 x 31,5 mm, lungime 200mm (±3mm), drept, cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                      | buc | 4  | 21600,00  |
| 25 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Ciupitor de os | Ciupitor de os, fălci 25,0 x 3,5 mm, lungime 155mm (±3mm), curbat, cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător* Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                        | buc | 4  | 19200,00  |
| 26 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Ciupitor de os | Ciupitor de os Luer, fălci 9,0 x 30,0 mm, lungime 180mm (±3mm), curbat, cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                 | buc | 25 | 147500,00 |
| 27 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Ciupitor de os | Ciupitor de os ROETTGEN-RUSKIN, lungime 240mm (±3mm), curbat, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                               | buc | 6  | 77400,00  |
| 28 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Ciupitor de os | Ciupitor de os, lungime 230mm (±3mm), angular lateral, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, fălci 2,0mm x10,0mm, mânere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. | buc | 6  | 66000,00  |
| 29 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Ciupitor de os | Ciupitor de os, lungime 230mm (±3mm), angular lateral, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, fălci 3,0mm x10,0mm, mânere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.                                                                                                                                                                                                                       | buc | 6  | 66000,00  |
| 30 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Ciupitor de os | Ciupitor de os, lungime 270mm (±3mm), curbat, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, fălci în formă de lingură, mânere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 5  | 94500,00  |

|    |                                       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |           |
|----|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------|
|    |                                       |                          | reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.                                                                                                                                                                                                               |     |    |           |
| 31 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Ciupitor de os           | Ciupitor de os, fălci 21,0 x 31,5 mm, lungime 200mm (+/- 3mm), drept, cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.                                                                                                        | buc | 5  | 27000,00  |
| 32 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Ciupitor de os           | Ciupitor de os, lungime 240mm (±3mm), angular lateral, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, mânere cu amprente transversale, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.                                                          | buc | 2  | 25200,00  |
| 33 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Foarfece                 | Foarfece de disecție din aliaj de carbon cu wolfram, lungime 115mm (±3mm), branșe curbate, bont/bont, design fin, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. | buc | 2  | 6000,00   |
| 34 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Foarfece                 | Foarfece lungime 185 mm (±3mm), lamă cu tăiere supercut, branșe angulare 45°, ascuțit/ascuțit, wavecut, codificarea color a mânerelor supercut, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.                                          | buc | 10 | 49000,00  |
| 35 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Foarfece                 | Foarfece pentru bandaj cu o lamă cu vârf bilă, lungime 200mm (±3mm), angular lateral, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.                                                                                                    | buc | 30 | 29700,00  |
| 36 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Foarfece                 | Foarfece chirurgical COOPER, design standard, lungime 175mm (±3mm), curbat, bont/bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.                                                                                                   | buc | 50 | 9000,00   |
| 37 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Foarfece                 | Foarfece pentru bandaj cu o lamă cu vârf conic, lungime 200mm (±3mm), angular lateral, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.                                                                                                   | buc | 10 | 1800,00   |
| 38 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Foarfece                 | Foarfece de disecție, lungime 230mm (±3mm), branșe curbate, bont/bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.                                                                                                                   | buc | 50 | 60000,00  |
| 39 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Foarfece                 | Foarfece de disecție, lungime 175mm (±3mm), design fin, branșe curbate, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.                                                                                                                  | buc | 30 | 54000,00  |
| 40 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Foarfece                 | Foarfece de disecție, lungime 200mm (±3mm), design fin, branșe curbate, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.                                                                                                                  | buc | 30 | 30000,00  |
| 41 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Foarfece                 | Foarfece de disecție, lungime 180 mm (±3mm), design fin, lamă cu tăiere supercut, branșe curbate, bont/bont, wavecut, codificarea color a mânerelor supercut, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.                            | buc | 15 | 40500,00  |
| 42 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Forceps de repoziționare | Forceps de repoziționare, lungime 140mm (±3mm), curbat, cu cremalieră, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.                                                                                                                   | buc | 2  | 8600,00   |
| 43 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Forceps hemostatic       | Forceps hemostatic atraumatic, lungime 165mm (±3mm), curbat, cu canelură, lungimea branșelor 27mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.                                                                                       | buc | 30 | 117000,00 |

|         |                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |          |          |
|---------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| 44      | Necesități instrumentar Bloc Operator | Forceps hemostatic              | Forceps hemostatic HALSTED-MOSQUITO, lungime 200mm (±3mm), fin, curbat, bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. .                                                                                  | buc        | 30       | 57000,00 |
| 45      | Necesități instrumentar Bloc Operator | Forceps hemostatic              | Forceps hemostatic Kocher-Ochsner lungime 185mm (±3mm), curbat, dinți 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.                                                                                       | buc        | 50       | 55000,00 |
| 46      | Necesități instrumentar Bloc Operator | Forceps hemostatic              | Forceps hemostatic KOCHER, lungime 150mm (±3mm), curbat, dinți 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.                                                                                              | buc        | 30       | 33000,00 |
| 47      | Necesități instrumentar Bloc Operator | Forceps de disecție/ligatură    | Forceps de disecție/ligatură, lungime 180mm (±3mm), puternic curbat, cu 4 caneluri longitudinale, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.                                                                | buc        | 12       | 28800,00 |
| 48      | Necesități instrumentar Bloc Operator | Pensetă chirurgicală            | Pensetă chirurgicală design rusesc, lungime 150mm (±3mm), dreaptă, vârf inelar, zimțat, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.                                                                          | buc        | 10       | 7600,00  |
| 49      | Necesități instrumentar Bloc Operator | Pensetă chirurgicală            | Pensetă chirurgicală tip ADSON, lungime 180mm (±3mm), dreaptă, fină, dințată 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.                                                                                | buc        | 10       | 20000,00 |
| 50      | Necesități instrumentar Bloc Operator | Pensetă chirurgicală            | Pensetă chirurgicală standard, lungime 160mm (±3mm), dreaptă, dințată 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.                                                                                       | buc        | 120      | 21600,00 |
| 51      | Necesități instrumentar Bloc Operator | Clamă BACKHAUS                  | Clamă BACKHAUS pentru fixarea câmpurilor chirurgicale, lungime 135mm, curbată, ascuțită, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.                                                                         | buc        | 120      | 21600,00 |
| 52      | Necesități instrumentar Bloc Operator | Clamă vasculară                 | Clamă vasculară, ușor curbată/angulară, cu dublu platou, fălcile rotunjite, atraumatice, forța de închidere 3,5 N indicată pe produs (pentru diferențiere), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.      | buc        | 2        | 10800,00 |
| 53      | Necesități instrumentar Bloc Operator | Clamă vasculară                 | Clamă vasculară, dublu curbată, cu dublu platou, fălcile rotunjite, atraumatice, forța de închidere 3,5N indicată pe produs (pentru diferențiere), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.               | buc        | 2        | 10800,00 |
| 54      | Necesități instrumentar Bloc Operator | Clamă vasculară                 | Clamă vasculară, angulară/dreaptă, cu dublu platou, fălcile rotunjite, atraumatice, forța de închidere 3,5N indicată pe produs (pentru diferențiere), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.            | buc        | 2        | 10800,00 |
| 55      | Necesități instrumentar Bloc Operator | Clamă vasculară                 | Clamă vasculară, angulară/cu genunchi indoit, cu dublu platou, fălcile rotunjite, atraumatice, forța de închidere 3,5N indicată pe produs (pentru diferențiere), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. | buc        | 2        | 10800,00 |
| Lot 56. | Set de elevatoare cu mâner PEEK       | Set de elevatoare cu mâner PEEK | <b>In componența setului:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>SET</b> | <b>1</b> | 22000,00 |
| 56.1    | Set de elevatoare cu mâner PEEK       | Elevator cu mâner PEEK          | Elevator periostal drept, lama dreaptă, latime 6,0 mm, lungime totală 190 mm (±3mm), mâner PEEK, apt pentru sterilizarea cu aburi; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.                               | buc        | 2        | 0,00     |

|         |                                       |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |          |          |
|---------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| 56.2    | Set de elevatoare cu mâner PEEK       | Elevator cu mâner PEEK    | Elevator periostal drept, lama curbată, latime 6,0 mm, lungime totală 190 mm (±3mm), mâner PEEK, apt pentru sterilizarea cu aburi; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.                                                                                                                                                                              | buc        | 2        | 0,00     |
| 56.3    | Set de elevatoare cu mâner PEEK       | Elevator cu mâner PEEK    | Elevator periostal drept, lama curbată, rotunjită, latime 6,0 mm, lungime totală 190 mm (±3mm), mâner PEEK, apt pentru sterilizarea cu aburi; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.                                                                                                                                                                   | buc        | 2        | 0,00     |
| 56.4    | Set de elevatoare cu mâner PEEK       | Elevator cu mâner PEEK    | Elevator periostal curbat, lama curbată, latime 13,0 mm, lungime totală 175 mm (±3mm), mâner PEEK, apt pentru sterilizarea cu aburi; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.                                                                                                                                                                            | buc        | 2        | 0,00     |
| 56.5    | Set de elevatoare cu mâner PEEK       | Elevator cu mâner PEEK    | Elevator periostal drept, lama dreaptă, rotunjită, latime 14,0 mm, lungime totală 190 mm (±3mm), mâner PEEK, apt pentru sterilizarea cu aburi; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.                                                                                                                                                                  | buc        | 2        | 0,00     |
| 56.6    | Set de elevatoare cu mâner PEEK       | Elevator cu mâner PEEK    | Elevator periostal curbat, lama curbată, rotunjită, latime 14,0 mm, lungime totală 180 mm (±3mm), mâner PEEK, apt pentru sterilizarea cu aburi; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.                                                                                                                                                                 | buc        | 2        | 0,00     |
| 57.     | Necesități instrumentar Bloc Operator | Răzușă                    | Răzușă KRAEMER, ușor curbat, ascuțit, latime 10,0 mm, lungime 190 mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.                                                                                                                                                                                                                                    | buc        | 2        | 3800,00  |
| Lot 58. | Set de răzușe spinale                 | Set de răzușe spinale     | <b>In componența setului:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>SET</b> | <b>1</b> | 21400,00 |
| 58.1    | Set de răzușe spinale                 | Răzușă spinală            | Răzușă spinală ușor curbată, latime 10,0 mm, lungime 280 mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.                                                                                                                                                                                                                                             | buc        | 2        | 0,00     |
| 58.2    | Set de răzușe spinale                 | Răzușă spinală            | Răzușă spinală ușor curbată, latime 13,0 mm, lungime 280 mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.                                                                                                                                                                                                                                             | buc        | 2        | 0,00     |
| 58.3    | Set de răzușe spinale                 | Răzușă spinală            | Răzușă spinală ușor curbată, latime 19,0 mm, lungime 280 mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.                                                                                                                                                                                                                                             | buc        | 2        | 0,00     |
| 59      | Set elevatoare LANGENBECK             | Set elevatoare LANGENBECK | <b>In componența setului:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>SET</b> | <b>1</b> | 6800,00  |
| 59.1    | Set elevatoare LANGENBECK             | Elevator                  | Elevator LANGENBECK, ușor curbat, bont, latime 7,5 mm, mâner plat, lungime 195 mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător.                                                                                                                                                                                                                       | buc        | 2        | 0,00     |
| 59.2    | Set elevatoare LANGENBECK             | Elevator                  | Elevator LANGENBECK, ușor curbat, bont, latime 10,0 mm, mâner plat, lungime 195 mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. | buc        | 2        | 0,00     |

|      |                                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |          |
|------|------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|
| 59.3 | Set elevatoare<br>LANGENBECK             | Elevator | Elevator LANGENBECK, ușor curbat, bont, latime 11,0 mm, mâner fenestrat, lungime 230 mm ( $\pm 3$ mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                            | buc  | 2  | 0,00     |
| 60   | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator | Elevator | Elevator CHANDLER XL, curbat, bont, latime 30,0 mm, lungime 255 mm ( $\pm 3$ mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător* Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                   | buc  | 1  | 2200,00  |
| 61   | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator | Portac   | Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, lungime 165mm, foarte fin, brașele drepte, cu inserți de 0,4 mm, pentru sutura 4/0 - 6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. | buc  | 5  | 16650,00 |
| 62   | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator | Portac   | Portac tip DE BAKEY din aliaj de carbon cu wolfram, lungime 180mm, foarte fin, brașele drepte, cu inserți de 0,4 mm, pentru sutura 4/0 - 6/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. | Buc. | 5  | 11000,00 |
| 63   | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator | Portac   | Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, lungime 150mm, brașele drepte, cu inserți de 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.         | Buc. | 10 | 19000,00 |
| 64   | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator | Portac   | Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, lungime 185mm, brașele drepte, cu inserți de 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.         | buc  | 10 | 19000,00 |
| 65   | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator | Portac   | Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, lungime 205mm, brașele drepte, cu inserți de 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător* Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare                                                                                                        | buc  | 10 | 20000,00 |

|    |                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |   |          |
|----|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|
|    |                                       |                   | (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |   |          |
| 66 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Foarfece disecție | Foarfece de disecție nervi, design fin, branșe curbate, branșe exterior semi-ascuțit/ascuțit, lungime 150mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.         | buc | 5 | 7500,00  |
| 67 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Foarfece disecție | Foarfece de disecție Baby Metzenbaum, cu mînere inelare largi, design fin, branșe curbate, bont/bont, lungime 145mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. | buc | 5 | 12000,00 |
| 68 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Foarfece disecție | Foarfece de disecție tip LEXER, design îngust, branșe curbate, bont/bont, lungime 165mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                             | buc | 5 | 5500,00  |
| 69 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Foarfece disecție | Foarfece de disecție tip Mayo-LEXER, design standard, branșe curbate, bont/bont, lungime 165mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                      | buc | 5 | 5500,00  |
| 70 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Foarfece disecție | Foarfece de disecție tip MAYO, lungime 140mm, branșe drepte, ascuțit/ascuțit. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                  | buc | 5 | 5500,00  |
| 71 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Foarfece disecție | Foarfece de disecție tip TOENNIS-ADSON, design fin, branșe curbate, bont/bont; lungime 175mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                        | buc | 5 | 8500,00  |
| 82 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Portac            | Portac tip CRILE-WOOD, design fin, branșe drepte, zimțate, canelură longitudinală, mînere cu clichet, lungime 150mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. | buc | 5 | 8000,00  |
| 83 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Portac            | Portac tip CRILE-MURRAY, branșe drepte, zimțate, mînere cu clichet, lungime 150mm (±3mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 5 | 8000,00  |

|    |                                          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |          |
|----|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|
|    |                                          |                             | limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                                                                                                                                              |     |   |          |
| 84 | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator | Portac                      | Portac tip HALSEY, branșe drepte, netede, mânere cu clichet, lungime 130mm ( $\pm 3$ mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                | buc | 5 | 8000,00  |
| 85 | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator | Portac cu foarfece          | Portac tip HEGAR-OLSEN, branșe drepte, serate, canelură longitudinală, mânere cu clichet, cu un inel angular, lungime 140mm( $\pm 3$ mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                | buc | 5 | 12000,00 |
| 86 | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator | Portac                      | Portac tip HEGAR-MAYO din aliaj de carbon cu wolfram, lungime 205mm ( $\pm 3$ mm), branșele drepte, cu inserți de 0,5 mm, pentru sutura până la 3/0. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. | buc | 3 | 6300,00  |
| 87 | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator | Forceps de disecție,<br>fin | Forceps de disecție ADSON, drept, fin, vârf serat 1,0 mm, lungime 120mm( $\pm 3$ mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                    | buc | 5 | 1750,00  |
| 88 | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator | Forceps de disecție,<br>fin | Forceps de disecție ADSON, drept, fin, vârf 1,0 mm cu 1x2 dinți, lungime 120mm( $\pm 3$ mm); din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                             | buc | 5 | 1750,00  |
| 89 | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator | Pensetă chirurgicală        | Pensetă chirurgicală design rusc, dreaptă, vârf inelar, zimțat, lungime 150mm ( $\pm 3$ mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                             | buc | 5 | 3750,00  |
| 90 | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator | Pensetă chirurgicală        | Pensetă chirurgicală standard, dreaptă, dințată 1x2, lungime 145mm ( $\pm 3$ mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 5 | 1500,00  |

|    |                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |          |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|
|    |                                       |                                   | producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |          |
| 91 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Forceps atraumatic                | Forceps atraumatic, fin, drept, dinți DE BAKEY, cu canelură, vârf 1,0mm, lungime 195mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                           | buc | 3  | 6000,00  |
| 92 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Forceps hemostatic                | Forceps hemostatic tip JACOBSON, curbat, fin, bont, mânere cu clichet, lungime 130mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                             | buc | 10 | 19000,00 |
| 93 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Forceps hemostatic                | Forceps hemostatic tip COLLER, curbat, fin, bont, mânere cu clichet, lungime 140mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                               | buc | 5  | 4500,00  |
| 94 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Forceps de ligatura/disecție, fin | Forceps de disecție tip GEMINI, drept, branșe angulare serate, mânere cu clichet, lungime 180mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                  | buc | 5  | 13000,00 |
| 95 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Cârlig                            | Cârlig cu capăt dublu, ascuțit, lățime 3,0mm, lungime 160mm ( ±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                     | buc | 6  | 6600,00  |
| 96 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Retractor                         | Retractor tip SENN-MILLER, bifuncțional, un capăt ascuțit cu 3 dinți bonți cu dimensiuni 8x7mm; un capăt bont cu dimensiuni 22x7mm, opus curbat, lungime 180mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.   | buc | 6  | 4680,00  |
| 97 | Necesități instrumentar Bloc Operator | Retractor                         | Retractor tip FARABEUF, bifuncțional, set din 2 piese, dimensiuni: 22 x 10 mm, 25 x 10 mm la un capăt și 28 x 12 mm, 32 x 12 mm la celălalt capăt; lungime 125mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. | SET | 6  | 3600,00  |

|     |                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |          |
|-----|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|
| 98  | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator | Retractor           | Retractor tip WEITLANER, cu autofixare, lungime 130mm, cu dinți 3x4, bonți, unilaterali, cu lacăt, lungime 130mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. | buc | 5 | 19000,00 |
| 99  | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator | Extractor de tendon | Extractor de tendon Kleinert-KUTZ, lungime 210mm (±3mm), shaft rigid, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                    | buc | 3 | 570,00   |
| 100 | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator | Extractor de tendon | Extractor de tendon Kleinert-KUTZ, lungime 200mm (±3mm), shaft flexibil, serat, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                          | buc | 2 | 380,00   |
| 101 | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator | Forceps de tendon   | Forceps de tendon tip BRAND, drept, dințat 1x2, brașele cu zimți transversali, lungime 150mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător* Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                       | buc | 3 | 22950,00 |
| 102 | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator | Forceps de tendon   | Forceps de tendon tip BRAND, puternic curbat, dințat 1x2, brașele cu zimți transversali, lungime 150mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător* Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.             | buc | 3 | 24300,00 |
| 103 | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator | Daltă               | Daltă dreaptă, vârf 6,0mm; lungime 140mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                         | buc | 3 | 3000,00  |
| 104 | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator | Cutter pentru os    | Cutter pentru os, drept, cu cremalieră, cu acțiune dublă, lungime 170mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                          | buc | 4 | 41600,00 |
| 105 | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator | Cutter pentru os    | Cutter pentru os, drept, cu cremalieră, lungime 200mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător* Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                              | buc | 2 | 10440,00 |

|     |                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |          |
|-----|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|
| 106 | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator | Daltă                 | Daltă dreaptă, vârf 8,0mm; lungime 205mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                                                                              | buc | 2 | 4400,00  |
| 107 | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator | Tipar mână copii      | Tipar mână copii, dimensiuni 22,5 mm x 17,5 mm; din aluminiu, reutilizabil. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 5 | 17500,00 |
| 108 | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator | Cutter inele          | Cutter inele metal, mecanic, cu disc de rezervă, lungime 150mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                                                        | buc | 1 | 4200,00  |
| 109 | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator | Cutter fire metalice  | Cutter pentru fire metalice din aliaj de carbon cu wolfram, lungime 235mm (±5mm), muchiile tăietoare special întărite, apt pentru a tăia sârma dură de diam. min 2.2mm și sârma moale de diam. min 3.0mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. | buc | 3 | 42000,00 |
| 110 | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator | Cutter fire metalice  | Cutter pentru fire metalice din aliaj de carbon cu wolfram, lungime 165mm, muchiile tăietoare special întărite, apt pentru a tăia sârma dură de diam. min 2.5mm și sârma moale de diam. min 3.5mm. Aliajul de carbon cu wolfram va fi specificat pe ambalajul produsului. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.        | buc | 3 | 20400,00 |
| 111 | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator | Forceps repoziționare | Forceps de repoziționare curbat, lungime 135mm (±3mm), curbat, cu cremalieră, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                                                  | buc | 4 | 10400,00 |
| 112 | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator | Forceps repoziționare | Forceps de repoziționare, lungime 135mm (±5mm), curbat, cu cremalieră, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                                                        | buc | 4 | 16800,00 |
| 113 | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator | Forceps autocentrare  | Forceps autocentrare a osului, curbat lateral, cu fălci 2,5mm și 7mm, cu filet ajustabil, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                                     | buc | 2 | 13400,00 |

|             |                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
| 114         | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator                                               | Ciocan                                                                                 | Ciocan ortopedic HEAD, lungime 190mm (±3mm), bifunctional, diam. 22mm/22mm (±3mm), greutatea capului 155g (±5g), suprafața mânerului cu canelură longitudinală; din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. | buc | 2 | 4400,00   |
| 115         | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator                                               | Clește                                                                                 | Clește pentru fire metalice, fălci plate, cu serații longitudinale și transversale, lungime 170mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător* Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                         | buc | 2 | 3000,00   |
| 116         | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator                                               | Clește                                                                                 | Clește pentru fire metalice, fălci plate, cu serații perpendiculare, lungime 190mm (±3mm), din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                      | buc | 2 | 6400,00   |
| 117         | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator                                               | Container pentru<br>stocarea și sterilizarea<br>instrumentelor                         | Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentelor, dimensiuni totale: 590x 285 x 155mm (±2mm). Container dotat cu coș perforat pentru fixarea și stocarea instrumentelor, dimensiuni 540 x 255 x 35mm (±2mm). Filtre PTFE pentru 1000 cicluri sterilizare. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                   | buc | 1 | 25000,00  |
| LOT<br>118. | Set instrumente pentru<br>operații ortopedice<br>specializate de<br>performanță înaltă | Set instrumente pentru<br>operații ortopedice<br>specializate de<br>performanță înaltă | <b>In componența setului:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SET | 1 | 226900,00 |
| 118.1       | Set instrumente pentru<br>operații ortopedice<br>specializate de<br>performanță înaltă | Ciocan HEAD                                                                            | Ciocan ortopedic HEAD, bifunctional, diam. 40mm/40mm (±3mm), greutatea capului 780g (±10g), mâner cu design solid, cu amprente transversale; lungime 245mm (±3mm), 100% oțel inoxidabil, reutilizabil. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                              | buc | 2 | 0,00      |
| 118.2       | Set instrumente pentru<br>operații ortopedice<br>specializate de<br>performanță înaltă | Ciocan HEAD                                                                            | Ciocan ortopedic HEAD, bifunctional, diam. 40mm/40mm (±3mm), greutatea capului 660g (±10g), mâner cu design solid, cu amprente transversale; lungime 225mm (±3mm), 100% oțel inoxidabil, reutilizabil. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                              | buc | 2 | 0,00      |
| 118.3       | Set instrumente pentru<br>operații ortopedice<br>specializate de<br>performanță înaltă | Daltă                                                                                  | Daltă Lexer dreaptă, vârf 4,0mm; lungime 240mm (±3mm), mâner cu design solid, cu amprente transversale; din oțel inoxidabil, reutilizabil. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 1 | 0,00      |

|        |                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|
|        |                                                                               |       | producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |      |
| 118.4  | Set instrumente pentru operații ortopedice specializate de performanță înaltă | Daltă | Daltă Lexer dreaptă, vârf 6,0mm; lungime 240mm (±3mm), mâner cu design solid, cu amprente transversale; din oțel inoxidabil, reutilizabil. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                        | buc | 1 | 0,00 |
| 118.5  | Set instrumente pentru operații ortopedice specializate de performanță înaltă | Daltă | Daltă Lexer dreaptă, vârf 4,0mm; lungime 300mm (±3mm), mâner cu design solid, cu amprente transversale; din oțel inoxidabil, reutilizabil. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                        | buc | 1 | 0,00 |
| 118.6  | Set instrumente pentru operații ortopedice specializate de performanță înaltă | Daltă | Daltă Lexer dreaptă, vârf 4,0mm; lungime 400mm (±3mm), mâner cu design solid, cu amprente transversale; din oțel inoxidabil, reutilizabil. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                        | buc | 1 | 0,00 |
| 118.7  | Set instrumente pentru operații ortopedice specializate de performanță înaltă | Daltă | Daltă Lexer dreaptă, vârf 8,0mm; lungime 400mm (±3mm), mâner cu design solid, cu amprente transversale; din oțel inoxidabil, reutilizabil. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                        | buc | 1 | 0,00 |
| 118.8  | Set instrumente pentru operații ortopedice specializate de performanță înaltă | Daltă | Daltă Lexer angulară, vârf 10,0mm; lungime 300mm (±3mm), mâner cu design solid, cu amprente transversale; din oțel inoxidabil, reutilizabil. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                      | buc | 1 | 0,00 |
| 118.9  | Set instrumente pentru operații ortopedice specializate de performanță înaltă | Daltă | Daltă Lexer dreaptă, vârf 4,0mm; lungime 300mm (±3mm), mâner cu design solid, cu amprente transversale; din oțel inoxidabil, reutilizabil. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                        | buc | 1 | 0,00 |
| 118.10 | Set instrumente pentru operații ortopedice specializate de performanță înaltă | Daltă | Daltă pentru țesut osos spongios S-curbată, vârf 5,0mm; lungime 250mm (±3mm), mâner cu design solid, cu amprente transversale; din oțel inoxidabil, reutilizabil. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. | buc | 1 | 0,00 |
| 118.11 | Set instrumente pentru operații ortopedice specializate de performanță înaltă | Daltă | Daltă "gât de lebădă", vârf 25,0mm; lungime 285mm (±3mm), mâner cu design solid, cu amprente transversale; din oțel inoxidabil, reutilizabil. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                     | buc | 1 | 0,00 |
| 118.12 | Set instrumente pentru operații ortopedice                                    | Daltă | Daltă WAGNER, vârf 9,0mm; lungime 400mm (±3mm), mâner cu design solid, cu amprente transversale; din oțel inoxidabil, reutilizabil. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii                                                                                                                                         | buc | 1 | 0,00 |

|        |                                                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   |      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|
|        | specializate de performanță înaltă                                            |                     | producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |   |      |
| 118.13 | Set instrumente pentru operații ortopedice specializate de performanță înaltă | Extractor de cement | Extractor de ciment tip foraj, drept, diam vârf 8,0mm, partea de lucru 6,0mm, lungime 525mm (±3mm). * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                       | buc | 1 | 0,00 |
| 118.14 | Set instrumente pentru operații ortopedice specializate de performanță înaltă | Extractor de cement | Extractor de ciment tip cârlig, drept, diam vârf 6,0mm, partea de lucru 6,0mm, lungime 530mm (±3mm). * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                      | buc | 1 | 0,00 |
| 118.15 | Set instrumente pentru operații ortopedice specializate de performanță înaltă | Osteotom            | Osteotom LAMBOTTE drept, vârf 4mm, lungime 300mm (±3mm). * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                                                                  | buc | 1 | 0,00 |
| 118.16 | Set instrumente pentru operații ortopedice specializate de performanță înaltă | Osteotom            | Osteotom LAMBOTTE drept, vârf 6mm, lungime 300mm (±3mm). * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                                                                  | buc | 1 | 0,00 |
| 118.17 | Set instrumente pentru operații ortopedice specializate de performanță înaltă | Ciupitor de os      | Ciupitor de os curbat, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, cu suport pentru degete, lățimea fălcilor 4,6mm, lungime 180mm (±3mm), design solid, cu amprente transversale; din oțel inoxidabil, reutilizabil. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                          | buc | 1 | 0,00 |
| 118.18 | Set instrumente pentru operații ortopedice specializate de performanță înaltă | Ciupitor de os      | Ciupitor de os puternic curbat, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, cu suport pentru degete, lățimea fălcilor 5,5mm, lungime 180mm (±3mm), design solid, cu amprente transversale; din oțel inoxidabil, reutilizabil. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                 | buc | 1 | 0,00 |
| 118.19 | Set instrumente pentru operații ortopedice specializate de performanță înaltă | Ciupitor de os      | Ciupitor de os puternic curbat, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, cu suport pentru degete, lățimea fălcilor 5,5mm, lungime 240mm (±3mm), design solid, cu amprente transversale; din oțel inoxidabil, reutilizabil. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                 | buc | 1 | 0,00 |
| 118.20 | Set instrumente pentru operații ortopedice specializate de performanță înaltă | Ciupitor de os      | Ciupitor de os puternic angular lateral, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, cu suport pentru degete, lățimea fălcilor 6,8mm, lungime 240mm (±3mm), design foarte solid, cu amprente transversale; din oțel inoxidabil, reutilizabil. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. | buc | 1 | 0,00 |
| 118.21 | Set instrumente pentru operații ortopedice                                    | Ciupitor de os      | Ciupitor de os angular, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, cu suport pentru degete, lungimea fălcilor 22mm, lungime totală 180mm (±3mm), design foarte solid, cu amprente transversale; din oțel inoxidabil, reutilizabil* Instrumentarul trebuie să fie                                                                                                                                                                                                   | buc | 1 | 0,00 |

|        |                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |   |      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|
|        | specializate de performanță înaltă                                            |                      | marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                                                                                                |     |   |      |
| 118.22 | Set instrumente pentru operații ortopedice specializate de performanță înaltă | Chiuretă             | Chiuretă dreaptă cu vârf diam. 5,2mm, lungime totală 300mm (±3mm), design solid, cu amprente transversale; din oțel inoxidabil, reutilizabil. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                  | buc | 1 | 0,00 |
| 118.23 | Set instrumente pentru operații ortopedice specializate de performanță înaltă | Chiuretă             | Chiuretă ușor angulară cu vârf dințat diam. 9,0mm, lungime totală 300mm (±3mm), design solid, cu amprente transversale; din oțel inoxidabil, reutilizabil* Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                       | buc | 1 | 0,00 |
| 118.24 | Set instrumente pentru operații ortopedice specializate de performanță înaltă | Chiuretă             | Chiuretă ușor angulară cu vârf diam. 30,0mm, lungime totală 300mm (±3mm), design solid, cu amprente transversale; din oțel inoxidabil, reutilizabil. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                           | buc | 1 | 0,00 |
| 118.25 | Set instrumente pentru operații ortopedice specializate de performanță înaltă | Răzușă               | Răzușă ușor curbată, angulară, vârf 6,0mm; lungime 200mm (±3mm), mâner cu design solid, cu amprente transversale; din oțel inoxidabil, reutilizabil* Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                             | buc | 1 | 0,00 |
| 118.26 | Set instrumente pentru operații ortopedice specializate de performanță înaltă | Pârghie de dislocare | Pârghie de dislocare a femurului, dreaptă, paleta la vârf de 27,0mm; lungime 300mm (±3mm), mâner cu design solid, cu amprente transversale; din oțel inoxidabil, reutilizabil. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. | buc | 1 | 0,00 |
| 118.27 | Set instrumente pentru operații ortopedice specializate de performanță înaltă | Cârlig osos          | Cârlig osos cu mâner tip T, cu raza 32mm, semibont, lungime 240mm (±3mm), mâner cu design solid; din oțel inoxidabil, reutilizabil. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                            | buc | 1 | 0,00 |
| 118.28 | Set instrumente pentru operații ortopedice specializate de performanță înaltă | Dril                 | Dril osos cu mâner tip T, cu diam. 10,0mm, lungime 260mm (±3mm), mâner cu design solid; din oțel inoxidabil, reutilizabil. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                     | buc | 1 | 0,00 |
| 118.29 | Set instrumente pentru operații ortopedice specializate de performanță înaltă | Ghid pentru sârmă    | Ghid pentru sârmă cu diam. 1,2mm, curbat, lungime 230mm (±3mm), mâner cu design solid; din oțel inoxidabil, reutilizabil. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                      | buc | 2 | 0,00 |
| 118.30 | Set instrumente pentru operații ortopedice specializate de performanță înaltă | Ghid pentru sârmă    | Ghid pentru sârmă cu diam. 1,5mm, curbat, lungime 240mm (±3mm), mâner cu design solid; din oțel inoxidabil, reutilizabil* Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                        | buc | 2 | 0,00 |

|        |                                                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |          |          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| 118.31 | Set instrumente pentru operații ortopedice specializate de performanță înaltă | Clește                                                   | Clește pentru fire metalice, fălci plate largi, dublă joncțiune, lungime 180mm (±3mm), mâner cu design solid; din oțel inoxidabil, reutilizabil. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                         | buc        | 1        | 0,00     |
| 118.32 | Set instrumente pentru operații ortopedice specializate de performanță înaltă | Clește                                                   | Clește pentru fire metalice, fălci conice, dublă joncțiune, lungime 180mm (±3mm), mâner cu design solid; din oțel inoxidabil, reutilizabil. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                              | buc        | 1        | 0,00     |
| 118.33 | Set instrumente pentru operații ortopedice specializate de performanță înaltă | Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentelor | Container pentru stocarea și sterilizarea instrumentelor, dimensiuni totale: 590x 285 x 155mm (±2mm). Container dotat cu coș perforat pentru fixarea și stocarea instrumentelor, dimensiuni 540 x 255 x 35mm (±2mm). Filtre PTFE pentru 1000 cicluri sterilizare. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                        | buc        | 1        | 0,00     |
| 119    | Set implanturi si clipuri                                                     | Set implanturi si clipuri                                | <b>In componența setului:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>SET</b> | <b>1</b> | 73500,00 |
| 119.1  | Set implanturi si clipuri                                                     | Implant din titan, 16mm                                  | Implant din titan, 16mm, compatibilitate RMN și 3Tesla (1 cutie a cate 6 buc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cutie      | 3        | 0,00     |
| 119.2  | Set implanturi si clipuri                                                     | Implant din titan, 16mm                                  | Implant din titan, 20mm, compatibilitate RMN și 3Tesla (1 cutie a cate 6 buc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | cutie      | 3        | 0,00     |
| 119.3  | Set implanturi si clipuri                                                     | Clipuri de unică folosință                               | Clipuri de unică folosință pentru scalp tip Raney, din plastic, sterile. (200 per cutie de carton)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | cutie      | 2        | 0,00     |
| 120    | Necesități instrumentar Bloc Operator                                         | Ciupitor de os                                           | Ciupitor de os, fălci 21,0 x 31,5 mm, lungime 200mm (±3mm), drept, cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                       | buc        | 5        | 26500,00 |
| 121    | Necesități instrumentar Bloc Operator                                         | Ciupitor de os                                           | Ciupitor de os, lungime 230mm (±3mm), angular lateral, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, fălci 2,0mm x 10,0mm, mânere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. | buc        | 5        | 55000,00 |
| 122    | Necesități instrumentar Bloc Operator                                         | Ciupitor de os                                           | Ciupitor de os, lungime 230mm (±3mm), angular lateral, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, fălci 3,0mm x 10,0mm, mânere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. | buc        | 5        | 55000,00 |
| 123    | Necesități instrumentar Bloc Operator                                         | Ciupitor de os                                           | Ciupitor de os ROETTGGEN-RUSKIN, lungime 240mm (±3mm), curbat, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător.                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc        | 5        | 64000,00 |

|       |                                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |   |           |
|-------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|-----------|
|       |                                       |                         | * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |   |           |
| 124   | Necesități instrumentar Bloc Operator | Ciupitor de os          | Ciupitor de os, lungime 270mm (±3mm), curbat, cu 3 fileți, dublă acțiune, cu clichet, fălci în formă de lingură, mânere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                        | buc        | 5 | 94500,00  |
| 125   | Set ciupitoare Kerrison               | Set ciupitoare Kerrison | <b>In componența setului:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>SET</b> | 1 | 193500,00 |
| 125.1 | Set ciupitoare Kerrison               | Ciupitor Kerrison       | Ciupitor tip KERRISON, lungime 180mm ±2 mm), 130 grade, mușcătura sus, lățime vârf 1,0mm, deschiderea 8,0 mm, cu ejector, cu clichet, mânere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător* Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.     | buc        | 5 | 0,00      |
| 125.2 | Set ciupitoare Kerrison               | Ciupitor Kerrison       | Ciupitor tip KERRISON, lungime 180mm (±2 mm), 130 grade, mușcătura sus, lățime vârf 2,0mm, deschiderea 15,0 mm, cu ejector, cu clichet, mânere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. | buc        | 5 | 0,00      |
| 125.3 | Set ciupitoare Kerrison               | Ciupitor Kerrison       | Ciupitor tip KERRISON, lungime 180mm (±2 mm), 130 grade, mușcătura sus, lățime vârf 4,0mm, deschiderea 15,0 mm, cu ejector, cu clichet, mânere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. | buc        | 5 | 0,00      |
| 126   | Necesități instrumentar Bloc Operator | Ciupitor Takahashi      | Ciupitor tip Takahashi, lungime 120mm (±2 mm), angular 130 grade, mușcătura sus, lățime vârf 3,0mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                     | buc        | 2 | 17300,00  |
| 127   | Set canule de aspirație               | Set canule de aspirație | <b>In componența setului:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>SET</b> | 1 | 31500,00  |
| 127.1 | Set canule de aspirație               | Canulă de aspirație     | Canulă de aspirație, lungime de lucru 140mm, lungime totală 200mm (±5 mm), diametru 1,0mm, 3FR, model conic, larg. Reutilizabil, din oțel inoxidabil, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent,                                                                                                                                                                                     | buc        | 3 | 0,00      |

|       |                                       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |          |
|-------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|
|       |                                       |                            | cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |   |          |
| 127.2 | Set canule de aspirație               | Canulă de aspirație        | Canulă de aspirație, lungime de lucru 140mm, lungime totală 200mm (±5 mm), diametru 2,0mm, 6FR, model conic, larg. Reutilizabil, din oțel inoxidabil, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                       | buc | 3 | 0,00     |
| 127.3 | Set canule de aspirație               | Canulă de aspirație        | Canulă de aspirație, lungime de lucru 140mm, lungime totală 200mm (±5 mm), diametru 3,0mm, 9FR, model conic, larg. Reutilizabil, din oțel inoxidabil, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                       | buc | 3 | 0,00     |
| 128   | Necesități instrumentar Bloc Operator | Retractor Hauser           | Retractor Hauser, lungime 190 mm (±3 mm), autoexpandabil, brânșă dreaptă - lamă cu dinți orientată în exterior, dimensiuni 50x20mm, brânșă stângă cârlig angular orientat în exterior, mâner cu clichet, pentru ajustarea deschiderii. Reutilizabil, din oțel inoxidabil, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.   | buc | 3 | 57600,00 |
| 129   | Necesități instrumentar Bloc Operator | Retractor Hauser           | Retractor Hauser, lungime 190 mm (±3 mm), autoexpandabil, brânșă dreaptă - cârlig angular orientat în exterior, brânșă stângă - lamă cu dinți orientată în exterior, dimensiuni 50x20mm, mâner cu clichet, pentru ajustarea deschiderii. Reutilizabil, din oțel inoxidabil, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. | buc | 3 | 57600,00 |
| 130   | Necesități instrumentar Bloc Operator | Speculă CUSHING-LANDOLT    | Speculă CUSHING-LANDOLT pentru hipofizectomie transsfenoidală, 70x15mm. Reutilizabil, din oțel inoxidabil, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                                                  | buc | 2 | 21000,00 |
| 131   | Necesități instrumentar Bloc Operator | Retractor cervical Cloward | Retractor cervical Cloward, fără proeminență la capăt (without lip), lățime 7mm, lungime 180mm (±2mm) Reutilizabil, din oțel inoxidabil, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                    | buc | 2 | 380,00   |
| 132   | Necesități instrumentar Bloc Operator | Retractor cervical Cloward | Retractor cervical Cloward, cu proeminență angulară la capăt (with lip), lățime 7 mm, lungime 180mm (±2mm) Reutilizabil, din oțel inoxidabil, nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător* Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii                                                                                                                                                                                                                                           | buc | 2 | 380,00   |

|       |                                                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|
|       |                                                                       |                                                                       | producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   |           |
| 133   | Set Forcepsuri bipolare (3buc) cu cabluri de conexiune (4 buc) in set | Set Forcepsuri bipolare (3buc) cu cabluri de conexiune (4 buc) in set | <b>In componența setului:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SET | 1 | 44200,00  |
| 133.1 | Set Forcepsuri bipolare (3buc) cu cabluri de conexiune (4 buc) in set | Forceps bipolar pentru coagulare                                      | Forceps bipolar pentru coagulare tip CASPAR, lungime de lucru 125mm, lungime totală 220mm (±2 mm), lățime vârf 0,2mm, drept, formă baionetă, izolat Reutilizabil. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                                 | buc | 1 | 0,00      |
| 133.2 | Set Forcepsuri bipolare (3buc) cu cabluri de conexiune (4 buc) in set | Forceps bipolar pentru coagulare                                      | Forceps bipolar pentru coagulare tip CASPAR, lungime de lucru 125mm, lungime totală 220mm (±2 mm), lățime vârf 0,5mm, drept, formă baionetă, izolat Reutilizabil. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                                 | buc | 1 | 0,00      |
| 133.3 | Set Forcepsuri bipolare (3buc) cu cabluri de conexiune (4 buc) in set | Forceps bipolar pentru coagulare                                      | Forceps bipolar pentru coagulare tip CASPAR, lungime de lucru 125mm, lungime totală 220mm (±2 mm), lățime vârf 1,0mm, drept, formă baionetă, izolat Reutilizabil. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                                 | buc | 1 | 0,00      |
| 133.4 | Set Forcepsuri bipolare (3buc) cu cabluri de conexiune (4 buc) in set | Cablu de interconexiune                                               | Cablu de interconexiune pentru forceps bipolar, la electrocoagulatorul GN060 Aesculap din dotare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 4 | 0,00      |
| 134   | Set ciupitoare Kerrison                                               | Set ciupitoare Kerrison                                               | <b>In componența setului:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SET | 1 | 108300,00 |
| 134.1 | Set ciupitoare Kerrison                                               | Ciupitor Kerrison                                                     | Ciupitor de os tip KERRISON, lungime 180mm (±2 mm), 130 grade, mușcătura sus, lățime vârf 2,0mm, deschiderea 15,0 mm, cu ejector, cu clichet, mânere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. | buc | 2 | 0,00      |
| 134.2 | Set ciupitoare Kerrison                                               | Ciupitor Kerrison                                                     | Ciupitor de os tip KERRISON, lungime 180mm (±2 mm), 130 grade, mușcătura sus, lățime vârf 3,0mm, deschiderea 15,0 mm, cu ejector, cu clichet, mânere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. | buc | 2 | 0,00      |
| 134.3 | Set ciupitoare Kerrison                                               | Ciupitor Kerrison                                                     | Ciupitor de os tip KERRISON, lungime 180mm (±2 mm), 130 grade, mușcătura sus, lățime vârf 4,0mm, deschiderea 15,0 mm, cu ejector, cu clichet, mânere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie                                                                                                                                                                                       | buc | 2 | 0,00      |

|       |                                       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |          |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|
|       |                                       |                             | marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |   |          |
| 134.4 | Set ciupitoare Kerrison               | Ciupitor Kerrison           | Ciupitor de os tip KERRISON, lungime 180mm (±2 mm), 130 grade, mușcătura sus, lățime vârf 5,0mm, deschiderea 15,0 mm, cu ejector, cu clichet, mânere cu suport pentru degete, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. | buc | 2 | 0,00     |
| 135   | Necesități instrumentar Bloc Operator | Ciupitor de os tip CASPAR   | Ciupitor de os tip CASPAR, lungime 185mm (±2 mm), drept, serat, lățime vârf 3,0mm, lungime vârf 12,0 mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător* Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                        | buc | 2 | 26100,00 |
| 136   | Necesități instrumentar Bloc Operator | Ciupitor de os Kerrison     | Ciupitor de os Kerrison, lungimea 260mm (±2 mm), mușcătura sus, drept, lățime vârf 5,3mm, lungime vârf 20,0 mm, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător* Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                 | buc | 1 | 11200,00 |
| 137   | Necesități instrumentar Bloc Operator | Ciupitor de os tip WAGNER   | Ciupitor de os tip WAGNER, lungime 260mm (±2 mm), 150 grade, mușcătura sus, branșe netede, lățime vârf 5,5mm, lungime vârf 20,0 mm. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                              | buc | 1 | 13500,00 |
| 138   | Necesități instrumentar Bloc Operator | Spatulă vasculară tip FREER | Spatulă vasculară tip FREER, lungime 185mm (±2 mm), curbată, dublă funcțională, ascuțit/bont, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                 | buc | 3 | 3300,00  |
| 139   | Necesități instrumentar Bloc Operator | Chiuretă osoasă             | Chiuretă osoasă, lungime 250mm (±2 mm), lățime 4,4mm, dreaptă, ascuțită, fig.00, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                              | buc | 2 | 4800,00  |
| 140   | Necesități instrumentar Bloc Operator | Chiuretă osoasă CASPAR      | Chiuretă osoasă CASPAR, lungime 220mm (±2 mm), lățime 3,6mm, angulară sus, fig.000, mâner peek, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 50-58 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii                                                                                                                                                                                         | buc | 2 | 6440,00  |

|     |                                                            |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |          |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|
|     |                                                            |                                          | producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |    |          |
| 141 | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator                   | Retractor tip<br>WEITLANER               | Retractor tip WEITLANER, lungime 165mm (±2 mm), cu dinți 3x4, bont, cu lacăt. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                         | buc  | 2  | 8200,00  |
| 142 | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator                   | Speculum rectal                          | Specula rectala, lungime totală 160mm (±2 mm), 2 lame, lungimea lamei 75mm (±2mm), lățimea lamei 15mm (±2mm) mâner cu sistem de blocare cu șurubare, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător* Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE. | buc  | 3  | 9000,00  |
| 143 | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator                   | Recipient (bol)<br>medical               | Recipient (bol) medical, volum 350 ml (±50ml), din oțel inoxidabil, reutilizabil. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20 | 9000,00  |
| 144 | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator                   | Retractor tip<br>ALLISON                 | Retractor tip ALLISON lungime 320mm (±2 mm), lățime 54mm, fenestrat, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                               | buc  | 1  | 3900,00  |
| 145 | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator                   | Pensă pentru<br>histerectomie<br>PHANEUF | Pensă pentru histerectomie PHANEUF, lungime 200mm (±2 mm), cu branșe curbate, serate, dinți 1x2. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător* Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                                                        | buc  | 10 | 2000,00  |
| 146 | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator                   | Pensă hemostatică tip<br>Kocher-Ochsner  | Pensă hemostatică tip Kocher-Ochsner, lungimea 200 mm (±2mm), cu branșe curbate, serate, dinți 1x2, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                | buc  | 25 | 35000,00 |
| 147 | Necesități instrumentar<br>Bloc Operator                   | Forceps tunnelling tip<br>HALLMAN        | Forceps tunnelling tip HALLMAN, lungime 340cm (±2mm), cu dublă joncțiune, branșe inelare serate, din oțel inoxidabil, reutilizabil. Nesteril, duritatea metalului în limitele 40-48 HRC confirmată prin certificat de la producător. * Instrumentarul trebuie să fie marcat de către producător, în mod lizibil, permanent, cu marcajul fabricii producătoare (emblema sau sigla); cu marcajul numelui producătorului și codul produsului, cu marcajul CE.                                                   | buc  | 2  | 440,00   |
| 148 | Necesitati Bloc<br>Operatii instrumentariu<br>laparoscopie | Set trocar                               | Set trocar (teaca si stilet); Diametru 5,5 mm; Lungime: 100 mm; Capăt distal teaca: oblic; Valvă de protecție: titan magnetică; varf stilet: piramidal;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc. | 10 | 60000,00 |

|     |                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |      |    |           |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------|
| 149 | Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie | Set trocar                                                                        | Set trocar (teaca si stilet); Diametru 10 mm; Lungime: 100 mm; Capăt distal teaca: oblic; Valvă de protecție: titan magnetică; varf stilet: piramidal;                                                                                | buc. | 10 | 60000,00  |
| 150 | Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie | Electrod L-Hook pentru coagulare si disectie                                      | electrod tip cârlig fără aspirație, lungime 36 cm, diametru electrod 5 mm.                                                                                                                                                            | buc. | 6  | 21264,00  |
| 151 | Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie | Electrod bilă pentru coagulare                                                    | Electrod tip bila fără aspirație, lungime 36 cm, diametru electrod 5 mm                                                                                                                                                               | buc. | 6  | 21264,00  |
| 152 | Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie | Foarfece METZENBAUM                                                               | Foarfece METZENBAUM Ø 5MM / 330 mm, monopolar                                                                                                                                                                                         | buc. | 10 | 100000,00 |
| 153 | Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie | Irigator-aspirator(5 mm.)                                                         | Irigator-aspirator(5 mm.); lungime 36 cm; diametru 5 mm;                                                                                                                                                                              | buc. | 5  | 12500,00  |
| 154 | Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie | Pensa universală(atraumatică)                                                     | Pensa universală(atraumatică); D-5mm; L-33-36cm;                                                                                                                                                                                      | buc. | 10 | 80660,00  |
| 155 | Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie | Pensa prindere                                                                    | Pensa prindere fenestrata ; - acțiune dublă; D-5mm; L=33-36cm;                                                                                                                                                                        | buc. | 10 | 80660,00  |
| 156 | Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie | Pensa prindere                                                                    | Pensa prindere;- 3x2 dinți; D=5mm; L=33-36cm;                                                                                                                                                                                         | buc. | 4  | 32264,00  |
| 157 | Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie | Pensa disector                                                                    | Pensa disector:- curbă; acțiune dublă; D-5mm; L - 33-36cm;                                                                                                                                                                            | buc. | 4  | 32264,00  |
| 158 | Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie | Clip aplicator                                                                    | Compatibil cu clame medium-large, D-10 mm                                                                                                                                                                                             | buc. | 5  | 75000,00  |
| 159 | Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie | Aplicator- impingator de noduri(Pusher)                                           | Din oțel inoxidabil, D-5mm, L-33 cm                                                                                                                                                                                                   | buc. | 2  | 4000,00   |
| 160 | Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie | Forceps chirurgical bipolar autoclavabil pentru intervenții chirurgicale deschise | Funcție de sigilare a vaselor cu cablu de conectare cu funcție de autorecunoastere a instrumentului compatibil cu unitatea electrochirurgicală Lamidey Nouri SEAL II aflată în dotarea instituției. Lungimea 220mm, bransele curbate. | buc. | 2  | 80000,00  |
| 161 | Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie | Optică laparoscopică 0°                                                           | TELESCOPE 0°, Ø 10mm, WL 307mm (±7mm)                                                                                                                                                                                                 | buc. | 1  | 50000,00  |
| 162 | Necesitati Bloc Operatii instrumentariu laparoscopie | Optică laparoscopică 30°                                                          | TELESCOPE 30°, Ø 10mm, WL 307mm (±7mm)                                                                                                                                                                                                | buc. | 1  | 50000,00  |

|     |                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |   |          |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------|
| 163 | Necesități instrumentar artroscopic | Trocar artroscopic          | Trocar artroscopic cu sistem de autoblocare din inox autoclavabil. compatibil cu turn artroscopic Richard Wolf.Sa prezinte 2 robinete.6mm, lungime 215mm<br>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.                                                    | buc. | 1 | 17000,00 |
| 164 | Necesități instrumentar artroscopic | Pensa artroscopica dreapta  | Pensa artroscopica (punch) dreapta .Dreapta cu profil de 2mm+/-0,5mm,latimea muscatarii 2mm+/-0,5mm,latimea totala 3mm,lungimea de lucru 13cm,profil inox autoclavabil.<br>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.                                     | buc. | 2 | 26000,00 |
| 165 | Necesități instrumentar artroscopic | Pensa artroscopica angulata | Pensa artroscopica (punch) angulata .Angulata spre stinga diametrul 4 mm+/-0,5mm,latimea totala 4mm,lungimea de lucru 13cm,inaltimea muscatarii 1,6mm,profil inox autoclavabil.Arthrolin punch<br>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.              | buc. | 1 | 12000,00 |
| 166 | Necesități instrumentar artroscopic | Pensa artroscopica angulata | Pensa artroscopica (basket punch oval) angulata .Angulata spre dreapta diametrul 3 mm+/-0,5mm,latimea totala 4mm,lungimea de lucru 13cm,inaltimea muscatarii 1,6mm,profil inox autoclavabil.Arthrolin punch<br>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului. | buc. | 1 | 12000,00 |
| 167 | Necesități instrumentar artroscopic | Pensa artroscopica ovala    | Pensa artroscopica ovala dreapta(basket punch oval),cu prfil de 2mm,+/-0,5mm,latimea muscatarii de 3mm +/-0,5mm si latimea totala a virfului de 5mm+/-1mm,lungimea de lucru 13cm,profil inox autoclavanil .<br>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului. | buc. | 2 | 24000,00 |
| 168 | Necesități instrumentar artroscopic | Pensa artroscopica ovala    | Pensa artroscopica ovala curba in sus,cu prfil de 2mm,+/-0,5mm,latimea muscatarii de 3mm +/-0,5mm si latimea totala a virfului de 5mm+/-1mm,lungimea de lucru 13cm,profil inox autoclavanil .<br>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.               | buc. | 1 | 12000,00 |
| 169 | Necesități instrumentar artroscopic | Pensa artroscopica punch    | Pensa artroscopica (punch) dreapta .Dreapta cu profil de 3mm+/-0,5mm,latimea muscatarii 3mm+/-0,5mm,latimea totala 5mm,lungimea de lucru 13cm,profil inox autoclavabil.<br>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.                                     | buc. | 2 | 24000,00 |
| 170 | Necesități instrumentar artroscopic | Foarfece artroscopic drept  | Foarfece artroscopic drept cu cioc 3,5mm,+/-0,5mm,lungimea de lucru 13cm,cu prfil de inox autoclavabil.<br>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.                                                                                                     | buc. | 1 | 10000,00 |
| 171 | Necesități instrumentar artroscopic | Pensa cu muscatira in spate | Pensa punch cu muscatura in spate(retrograde cutting action) diametrul tecii 4mm+/-0,5mm,lungimea de lucru 13cm,profil inox autoclavabil.<br>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.                                                                   | buc. | 1 | 14000,00 |
| 172 | Necesități instrumentar artroscopic | Microfracturator            | Instrument artroscopic pentru microfracturi din inox autoclavabil cu miner ,virful angulat la 35 grade .Lungimea totala 16cm +/-2cm<br>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.                                                                         | buc. | 1 | 6000,00  |
| 173 | Necesități instrumentar artroscopic | Raspa artroscopica          | Raspa artroscopica din inox autoclavabil,cu miner ,cu virf convex rugos.6,5x15mm).Lungimea totala 140mm.<br>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.                                                                                                    | buc. | 1 | 4000,00  |
| 174 | Necesități instrumentar artroscopic | Microfoarfece artroscopic   | Microfoarfece artroscopic drept lungimea muscatarii 3,4mm din inox lungimea de lucru 13cm.<br>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.                                                                                                                  | buc. | 1 | 12000,00 |
| 175 | Necesități instrumentar artroscopic | Ciupitor artroscopic(punch) | Artroscopic punch cu cioc drept din inox ,inaltimea muscatarii 1,6mm.inox autoclavabil ,lungimea de lucru 13cm.<br>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.                                                                                             | buc. | 2 | 6000,00  |

|     |                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |           |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------|
| 176 | Necesități instrumentar endoscopic, Urologie     | Optica pentru cistoscop                                | Telescope oblic 30°, diametru 4 mm, lungimea 30 cm, autoclavabil, fibra optica de transmitere a luminii incorporat<br>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.                                                                                                                                                                                                                       | buc. | 1  | 50000,00  |
| 177 | Necesități instrumentar endoscopic, Urologie     | Optica pentru cistoscop                                | Telescope 0°, diametru 4 mm, lungimea 30 cm, autoclavabil, fibra optica de transmitere a luminii incorporat<br>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.                                                                                                                                                                                                                              | buc. | 1  | 50000,00  |
| 178 | Necesități instrumentar endoscopic, Urologie     | Mecanism de deflecție                                  | Mecanism de deflecție a cateterelor pentru cistoscop cu 2 canale de lucru cu lacat si loja de direcție<br>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.                                                                                                                                                                                                                                   | buc. | 2  | 30000,00  |
| 179 | Necesități instrumentar endoscopic, Urologie     | Forceps de extracție                                   | Forceps de extracție a corpiilor straini 7 Fr., mobilitate dubla a partii lucrate de fixare, flexibile, lungimea 40 cm<br>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.                                                                                                                                                                                                                   | buc. | 2  | 24000,00  |
| 180 | Necesități instrumentar endoscopic, Urologie     | Teaca cistoscopului                                    | 20 Fr., cu obturator si 2 LUER-Lock conectoare .<br>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc. | 1  | 12000,00  |
| 181 | Necesități instrumentar endoscopic, Urologie     | Video-ureteroroscop                                    | Video-Ureterorenoscop Flexibil (Cimp de vedere frontal , unghi-90 grade. Adâncimea câmpului de vedere 3-50 mm.Flux de lumina prin fibra optica. Deflecția distala: sus-270 grade , jos-270 grade. Lungimea 650 mm, Diametrul de inserție maximum 9,6 Fr. Canal de lucru 3,6 Fr.Compatibil cu video-proceroorul UTV-100, aflat in dotare.<br>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului. | buc. | 2  | 48000,00  |
| 182 | Necesități instrumentar endoscopic, Urologie     | Fibra laser                                            | 365 microni, (pentru 20 de utilizari ) pentru Laser-litotripsie a tractului urinar compatibile cu laserlitotriptor Holmium H-30 (Cook Medical).<br>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.                                                                                                                                                                                          | buc. | 2  | 52000,00  |
| 183 | Necesități instrumentar endoscopic, Urologie     | Fibra laser                                            | 550 microni, (pentru 20 de utilizari ) pentru Laser-litotripsie a tractului urinar compatibile cu laserlitotriptor Holmium H-30 (Cook Medical).<br>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.                                                                                                                                                                                          | buc. | 2  | 52000,00  |
| 184 | Necesități instrumentar endoscopic, Urologie     | Ureterorenoscop rigid                                  | Ureterorenoscop rigid (diametrul 8 – 9,5 Ch., canal de lucru cu traiect drept - 5 Ch., lungimea 43 cm, optica – 6 grade )<br>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.                                                                                                                                                                                                                | buc. | 1  | 140000,00 |
| 185 | Necesități instrumentar endoscopic, Urologie     | Forceps de litoextracție                               | Forceps de litoextracție pentru ureteroscop (rigid, Diametru 4 Fr., lungimea 60 cm).<br>* Termen de garantie minim 12 luni de la livrarea bunului.                                                                                                                                                                                                                                                     | buc. | 2  | 24000,00  |
| 187 | Necesități instrumentar endoscopic, Oftalmologie | Pensa capsulorexix Utrata , curba, titan               | Lungimea totala 105 - 112 mm, miner rotunjit, dinti 10.5 - 11.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc. | 20 | 40000,00  |
| 188 | Necesități instrumentar endoscopic, Oftalmologie | Pensa capsulorexix Utrata , dreapta, titan             | Lungimea totala 102 - 11 mm, miner rotunjit, dinti 10.5 - 11.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc. | 10 | 20000,00  |
| 189 | Necesități instrumentar endoscopic, Oftalmologie | Pensa microchirurgicala Castroviejo, miner plat, titan | Lungimea totala 100 - 105 mm, platforma 4 - 6 mm , dinti 0.3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc. | 30 | 60000,00  |
| 190 | Necesități instrumentar endoscopic, Oftalmologie | Portac , titan                                         | Lungimea totala 115 - 125 mm, miner rotunjit, cu branse curbe de 7.5 - 11 mm , latimea virfurilor 0.4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc. | 8  | 20000,00  |

|     |                                                  |                                                              |                                                                                                                        |      |    |                     |
|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------------------|
| 191 | Necesități instrumentar endoscopic, Oftalmologie | Foarfece pentru capsulotomie, titan                          | Lungimea totala 110 - 115 mm, miner rotunjit, cu lame de taiere curbe de 8.5 - 11 mm , latimea virfurilor 0.15 -0.3 mm | buc. | 10 | 25000,00            |
| 192 | Necesități instrumentar endoscopic, Oftalmologie | Foarfece pentru conjunctiva, titan                           | Lungimea totala 110 - 125 mm, curb, cu lame de taiere 16 - 20 mm, virfuri ascutite partea taietoare, curba             | buc. | 6  | 15000,00            |
| 193 | Necesități instrumentar endoscopic, Oftalmologie | Pensa microchirurgicala pentru sutura , titan                | Lungimea totala 85 - 115 mm,, miner plat, angulata la 45 gradela si 8-12 mm de virf, platforme innodare 4.5 - 6 mm     | buc. | 10 | 25000,00            |
| 194 | Necesități instrumentar endoscopic, Oftalmologie | Pensa microchirurgicala pentru legare (capsulara) , titan    | Lungimea totala 85 - 115 mm, curba, miner rotunjit, platforme innodare 4.5 - 6 mm                                      | buc. | 15 | 37500,00            |
| 195 | Necesități instrumentar endoscopic, Oftalmologie | Spatulă microchirurgicală dreaptă pentru chirurgia oftalmica | 0,4 mm, lungimea 14 mm, lungimea totală 120 mm                                                                         | buc. | 6  | 15000,00            |
| 196 | Necesități instrumentar endoscopic, Oftalmologie | Pensa pentru plierea cristalinului (IOL folding), titan      | Lungimea totala 110 -115 mm, angulata la 45 grade.                                                                     | buc. | 1  | 5000,00             |
| 197 | Necesități instrumentar endoscopic, Oftalmologie | Cioper-manipulator pentru chirurgia oftalmica, titan         | Cu taiere laterala, lungime totala 120 - 125 mm, cirlig 1.25 - 1.5 mm                                                  | buc. | 10 | 25000,00            |
| 198 | Necesități instrumentar endoscopic, Oftalmologie | Cioper nucleu, titan                                         | Cu taiere retrograda, lama 1.2 mm, cu virf rotunjit                                                                    | buc. | 5  | 12500,00            |
| 199 | Necesități instrumentar endoscopic, Oftalmologie | Piesa irigare- aspirare, coaxiala                            | Compatibila cu toate tipurile de facoemulsificatoare, virf curb, reutilizabila                                         | buc. | 5  | 40000,00            |
| 200 | Necesități instrumentar endoscopic, Oftalmologie | Set irigare + aspirare, pentru tehnica bimanuala             | Compatibila cu toate tipurile de facoemulsificatoare, virf curb, reutilizabile                                         | buc. | 3  | 15000,00            |
| 201 | Necesități instrumentar endoscopic, Oftalmologie | Tonometru Maclacov                                           | Set de 2 greutate de 10 grame, inclusiv rigle pentru masurare                                                          | buc. | 2  | 8000,00             |
|     | <b>Valoarea estimativă</b>                       |                                                              |                                                                                                                        |      |    | <b>5 448 036,00</b> |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
- 1) Pentru un singur lot;
  - 2) Pentru mai multe loturi;
  - 3) Pentru toate loturile;
10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite
11. **Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitate:** DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020. În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă,
12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2023
13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică
15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):
16. Documente **OBLIGATORII** care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). **Neprezentarea sau completarea neconformă a documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)**

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Obligați vitatea |
|---------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1       | Cererea de participare                  | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>                                                | DA               |
| 2       | Specificația tehnică                    | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>                                                | DA               |
| 3       | Specificația de preț                    | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>                                                | DA               |
| 4       | DUAЕ                                    | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire; <i>.Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i> | DA               |

|                                          |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5                                        | Garanția pentru ofertă                                                                    | <p>- 2 % din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>- În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, <b>valabilă 160 zile</b>, - de: 2 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p><b>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.</b></p>                                                                                                                                              | DA |
| 6                                        | Declarație privind valabilitatea ofertei ( <b>160 de zile</b> )                           | <p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</p> <p><b>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DA |
| 7                                        | Declarație de la ofertant cu privire înregistrarea în Registrul de Stat al Dispozitivelor | <p>cu privire la prezentarea numărului de înregistrare la AMDM în termen de 15 zile de la solicitare autorității contractant – original, conform modelului atașat, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.</p> <p><i>* Neprezentarea dovezii privind numărul de înregistrare în registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, în termenul menționat, servește drept temei de descalificare a ofertei</i></p> <p><b>Notă: pentru dispozitivele medicale înregistrate Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale se va prezenta dovada înregistrării (numărul de înregistrare/extrasul din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale) până la termenul limită de depunere a ofertelor.</b></p> <p><b>Notă: *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale și care corespund cerințelor tehnice solicitate.</b></p> | DA |
| <b>Cerinte de calificare obligatorii</b> |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 8                                        | Certificat de atribuire a contului bancar                                                 | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DA |
| 9                                        | Situația financiară                                                                       | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DA |

|    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                                                                                                                          | către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 10 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DA |
| 11 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național                                       | eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DA |
| 12 | Declarație de la ofertant                                                                                                | cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului, dar nu mai puțin de 12 luni - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DA |
| 13 | Declarație de la ofertant                                                                                                | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, cu privire la prezentarea mostrelor în termen de 10 zile de la solicitare, ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al mostrei. Mostrele vor fi prezentate în termen de 10 zile de la solicitare, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic.<br>Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/2018.<br>Notă: Mostrele prezentate după termenul după termenul limită nu vor fi acceptate sau neprezentarea mostrelor va constitui temei de respingere a ofertelor. | DA |
| 14 | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi                                                                   | Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DA |

|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                                                   | 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 15 | Documente confirmatoare a specificațiilor tehnice | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit Numărului de lot oferit.<br>Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.<br>Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. | DA |
| 16 | Notă                                              | Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. <b>Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară), în caz contrar oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.</b>                                                                                                                                                                      | DA |
| 17 | Notă                                              | Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DA |
| 18 | Notă                                              | În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DA |
| 19 | Notă:                                             | Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 31.01.2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DA |

**17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2% din valoarea ofertei fără TVA.:**

***Transfer la contul instituției***

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cuantum de 2% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

**Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei**

**sau**

**Garanție Bancară** conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

**Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediu CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de până la 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.**

**18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.**

***Transfer la contul instituției***

Beneficiar: MF-TT Chișinău-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de stat

Codul băncii: TREZMD2X.

*Cu următoarea notă: Garanția de bună execuție în cuantum de 5% la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.*

**sau**

***Garanție Bancară*** conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

**Notă: Garanția de bună execuție va fi valabilă până la data de 31.01.2024.**

**19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.**

**20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.**

**21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică**

**22. Ofertele se prezintă: în lei.**

**23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.**

**24. Modalitatea evaluării ofertelor: per lot la cu corespunderea tuturor cerințelor.**

**25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică**

**26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**

**- conform SIA RSAP MTender**

**27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

***Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP***

**28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 160 de zile**

**29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP**

**30. Ofertele întârziate vor fi respinse.**

**31. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:**

***Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.***

**32. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.**

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor*

*Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;*

*Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md*

35. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicare în SIA RSAP (Mtender).

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: trimestrul III -IV 2022.

37. Data publicării anunțului de intenție: BAP nr. 77 din 30.09.2022

38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare 04.10.2022

39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

|                                                                  |                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Denumirea instrumentului electronic                              | Se va utiliza/accepta sau nu |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza                |
| Sistemul de comenzi electronice                                  | -                            |
| Facturarea electronică                                           | Se va utiliza                |
| Plățile electronice                                              | Se va utiliza                |

40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): da \_\_\_\_\_

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG