

ANUNȚ DE PARTICIPARE
privind achiziția Dispozitivelor medicale (Stației de producere a oxigenului medical)
conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2022
(repetat 3)

prin procedura de achiziție: Licitație publică

- 1. Denumirea autorității contractante: Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**
- 2. IDNO: 1016601000212**
- 3. Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2**
- 4. Numărul de telefon/fax: 022-222 445/ 022 – 222- 364**
- 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: office@capcs.md;
www.capcs.md;**
- 6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
- 7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate centrală de achiziție**
- 8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

CPV	Denumire lot	Cantitatea /unitatea de măsură	Specificația tehnică deplină solicitată	Valoarea estimativă
33100000-1	Stației de producere a oxigenului medical	1 bucată	Metoda de obținere a oxigenului Pressure Swing Adsorbtion (PSA) Puritatea oxigen ≥ 93 %, (oxigen medical conform cerintelor European Pharmacopoeia / ISO 10083) Debit de oxigen la concentrația de 93% ≥ 16 mc/ora Reductor presiune la ieșire din rezervorul de oxygen (reglare presiune) min. 6 bar Alimentarea electrică 220V, 50 Hz Presiune intrare aer comprimat \geq (mai mare sau egal) 5 bar Instalația să nu afecteze mediul înconjurător și stratul de ozon da Temperatura de funcționare, cu valorile cuprinse între (+5°C - +45°C, ± 5 °C) Panou central de comandă cu display min 3 inch Monitorizarea continuă a presiunii de intrare a aerului comprimat în generatorul de oxigen da Monitorizarea continuă a presiunii de ieșire a oxigenului din generatrul de oxigen da Monitorizarea permanentă a purității oxigenului produs de generator – afișare dublă da, prin intermediul unui senzor paramagnetic / zirconium Monitorizarea temperaturii aerului la intrarea în generator da Monitorizarea continuă a presiunii de încărcare a tancurilor de separare da	2 200 000 lei

		<p>Monitorizarea de la distanță prin interfață TCP / IP a parametrilor de bază da Soft PC inclus pentru monitorizare de la distanță prin interfața TCP/IP, cu licență nelimitată da Monitorizarea permanentă a debitului instantaneu de oxigen în rețea (litri/minut sau m3/oră) da Monitorizarea permanentă a presiunii oxigenului în rețeaua spitalului da</p> <p>Monitorizarea permanentă a timpului de funcționare a generatorului da Alarmare acustică și vizuală la scăderea purității oxigenului sub limita de 90% da Alarma acustică și vizuală la scăderea presiunii de intrare a aerului comprimat în generator da Alarmarea acustică la creșterea peste limita admisă a temperaturii în interiorul generatorului da Memorarea internă a datelor și parametrilor de funcționare da Memorarea internă a alarmelor cu data și ora care s-au produs da Port USB/SD pentru colectarea datelor și parametrilor de funcționare și stocarea lor în PC da Senzor de presiune la intrare și la ieșire da Certificat de Calitate ISO 13485, CE si Declaratie de Conformitate 93/42 EEC da Montat prealabil în container sau construcție ușoara tip sandwich -da</p> <p>UPS cu sistem de stabilizare a tensiunii) min. 30 minute de funcționare după deconectarea luminii</p> <p>2. REZERVOR DE OXIGEN MEDICAL 1 buc. Sa se indice modelul oferit modelul oferit Capacitatea Min. 1000 litri Rezervor special destinat pentru oxigen,Galvanizat interior/exterior, acoperit cu VITROFLEX pe interior, Vopsit pe exterior cu indicator de Oxigen da Presiunea de lucru suportată de vas, min. ≥ 11 bar Supapă de siguranță și manometru de presiune da Declaratie de conformitate CE si/sau certifica de conformitate CE Montat prealabil în container sau construcție ușoara tip sandwich da</p> <p>Produs conform Directivei Europene 2014/68/UE PED.</p> <p>3. SISTEM FILTRARE OXIGEN MEDICAL 1 set. Filtru de înaltă eficiență pentru particole, sa se indice modelul oferit da, modelul oferit Debit filtrare oxigen min. 7 bar ≥ 1.5 m3/min. Presiune de lucru maximal min. 11 bar Filtru reținere particule solide Până la 0,01 μm Manometru indicator colmatare opțional Montat prealabil în container sau construcție ușoara tip sandwich da Declaratie de conformitate CE si/sau certifica de conformitate CE</p> <p>4. SISTEM AER COMPRIMAT 1 buc. Compresor profesional da, modelul oferit Calitatea aerului comprimat să corespundă standartelor ISO 1217 sau ISO 8573 – 1:2010 – 1.4.1 Presiune de lucru, maximă Min. 10 bari Debit $\geq 3,5$ m3/min. Alimentare electrică 380 / 50 V / Hz Clasa izolare / grad protecție motor F / IP 55</p>	
--	--	--	--

Eficienta motor electric Min. IE4 sau IE4 premium
 Putere motor, min. 20 kW-max 50 kW
 Tip motor Electric standard sau VSD (cu inverter)
 Nivel de zgomot conform ISO 2151 Max 69dB(A) (+/- 3dB)
 Temperatura mediului ambiant +5°C - +45°C
 Senzor de temperatură da
 Control al rotației (protejat la inversarea de faze) da
 Termostat electronic/mecanic a circuitului de Ulei da
 Elemente de siguranță pentru supraîncălzire compresor – motor, alarmă la 105°C, oprire la 110°C da
 Sistem repornire automată în caz de cădere de curent da
 Sistem comandă electronic cu display da, ecran min. 3 inch
 Panoul de comanda cu capacitate de a arată orele de functionare pîna la înlocuire a: Filtre, Rulmenti, chiturile de supape, uleiul. da
 Sistem intern de autodiagnosticare și afișare erori da
 Card USB/SD pentru colectarea datelor și parametrilor de funcționare și stocarea lor în PC da
 Indicatori pentru: presiune și temperatură da
 Contor pentru: număr total de ore de operare și pentru număr total de ore pe faza de încărcare da
 Separator de condens Ciclonic cu purja automata incorporate in interiorul compresorului. da
 Robinet sferic da
 Compresor cu transmisie directă, fără curea și furtunuri de ulei da
 Montat prealabil în container sau construcție ușoara tip sandwich da
 Declaratie de conformitate CE si/sau certifica de conformitate CE
 Conform standardului ISO 8573-1: Aer comprimat – Partea 1: Contaminanți și clase de puritate.

5. SISTEM USCARE AER COMPRIMAT 1 buc.

Uscător de aer separat da
 Uscator de aer cu refrigerare, racit cu aer da, modelul oferit
 Presiunea normala de lucru min. 7 bar
 Presiune de lucru suportată de vas min. 14 bar
 Caderea de presiune pe uscator max. 0.25 bar
 Capacitate de uscare, minimă la 7 bar min. 4,0 m³/min.
 Agent frigorific Ecologic
 Punct de rouă garantat ≤+3 C - +5 C
 Senzor pentru măsurarea punctului de rouă da
 Alarmarea în momentul depășirii punctului de rouă da
 Alimentare electrică 220V, 50 Hz sau 380V, 50Hz
 Tip motor Electric standard sau VSD (cu inverter)
 Temperatura mediului ambiant ≥ +1 - +50°C
 Temperatura de intrare a aerului ≥ +35 - +70°C
 Uscatorul să lucreze automat, controlat de un sistem electronic cu display da
 Separator de condens cu purjare automată da
 Uscătorul să funcționeze în regim continuu da

		<p>Panou de comandă da</p> <p>Montat prealabil în container sau construcție ușoară tip sandwich da</p> <p>Declaratie de conformitate CE si/sau certifica de conformitate CE</p> <p>6. REZERVOR DE AER COMPRIMAT 2 buc.</p> <p>Rezervor galvanizat, sa se indice modelul oferit da, modelul oferit</p> <p>Rezervor de aer tip galvanizat da</p> <p>Capacitatea 1000 litri</p> <p>Presiunea maximă de lucru suportată de vas min. 16 bar</p> <p>Supapă de siguranță și manometru de presiune da</p> <p>Separator de condens cu purjare automată da, modelul oferit</p> <p>Declaratie de conformitate CE si/sau certifica de conformitate CE</p> <p>Galvanizare fierbinte da</p> <p>Montat prealabil în container sau construcție ușoară tip sandwich da</p> <p>Produs conform Directivei Europene 2014/68/EU PED</p> <p>7. SISTEM FILTRARE AER COMPRIMAT 1 set.</p> <p>1. Filtru grosier, sa se indice modelul oferit da, modelul oferit</p> <p>Filtrare, debit la 7 bar, capacitate min. 4,0 mc/min.</p> <p>Cantitate max. de ulei remanent 0,1 mg/m³</p> <p>Presiune de lucru min. 16 bar</p> <p>Filtru reținere particule solide Până la 1 μm</p> <p>Manometru indicator colmatare da</p> <p>Purja de condens (model) da, modelul oferit</p> <p>Declaratie de conformitate CE si/sau certifica de conformitate CE</p> <p>2. Filtru de înaltă eficiență da, modelul oferit</p> <p>Filtrare, debit la 7 bar, minim min. 4,0 mc/min.</p> <p>Presiune de lucru min. 16 bar</p> <p>Reținere particule solide, până la 0,01 μm</p> <p>Cantitate max. de ulei remanent 0,01 mg/m³</p> <p>Manometru indicator colmatare da</p> <p>Declaratie de conformitate CE si/sau certifica de conformitate CE</p> <p>3. Turn de carbon pentru vapori de ulei si mirosuri da, modelul oferit</p> <p>Filtrare, debit la 7 bar, minim min. 4,0 mc/min.</p> <p>Presiune de lucru min. 12 bar</p> <p>Cantitate max. de ulei remanent cu indicator de ulei rezidual inclus. max. 0,003 mg/m³</p> <p>Declaratie de conformitate CE si/sau certifica de conformitate CE</p> <p>4. Filtru iesire din turn de carbune da, modelul oferit</p> <p>Filtrare, debit la 7 bar, minim min. 4,0 mc/min.</p> <p>Presiune de lucru Min. 12 bar</p> <p>Eficiența filtrare 99,99%</p> <p>Montat prealabil în container sau construcție ușoară tip sandwich da</p> <p>Declaratie de conformitate CE si/sau certifica de conformitate CE</p> <p>8. Filtru medical steril la iesirea din rezervorul de oxigen. da, modelul oferit</p>	
--	--	---	--

		<p>Debit filtrare oxigen ≥ 16 m³/oră Presiune de lucru maximal min 11 bar Reținere particule solide $\leq 0,01$ μm Manometru indicator colmatare da Declaratie de conformitate CE si/sau certifica de conformitate CE</p> <p>9. Priza pentru Oxigen medical instalata pe perete cu protectie impotriva factorilor externi . 29 buc Umedificator autoclavabil cu debitmetru O2 24 buc. Declaratie de conformitate CE si/sau certifica de conformitate CE</p> <p>10. Bloc de inchidere fortuita si monitorizare cu 2 ramuri pentru gaze medicale O2, AER cu alarme pentru presiune slaba (Inclusiv montare). 5 buc</p> <p>11. Teava de cupru medical conformă cu EN 13348 sau Teava de inox AISI 304 2mm,; etichetate cu simbolul gazului si sensul de curgere: Diametrul minim 22 = 310 metri liniari Diametrul minim 18= 100 metri liniari Diamterul minim 12= 465 metri liniari *Imbinarile de tevi de inox nu trebuie sa contina cauciuc *Imbinarile de tevi de cupru se va face cu aliaj de argint. *Pentru trecerile de la container la clădiri vor fi instalați piloni de suport la 2,5 m înălțime și min 4 m la traversările de drum pe întreg traseu. Modificările de traseu și suplimentul de țevă dacă va fneceser v fi compensate e aenul conomic, dar nu mai mult de 100 m. da</p> <p>12. Containerul trebui sa fie dotat cu usa de acces pentru personal, cu aeresire, plafoniere LED, Carcasa si pardoseala izolată termic, minim 6 cm. da Totate sistemele în ansamblu (1-8) să fie montate în container. da Sistem de climatizare calculat astfel încât, să mențină temperatura optimă în interiorul containerului strict în conformitate cu recomandărilor prevăzute de producător. da Condiționer tip iarnă/vară) instalat în container de minim 12000BTU pentru păstrarea mediului ambiant (cu inverter de tensiune) 1 buc Containerul va fi instalat sub cerul liber, se va ține cont de hidroizolare și termoizolare da Panou cu automate pentru conectarea cablului de tensiune trifazat și monofazat pîna la echipamente. da Propun adăugarea următoarelor cerințe tehnice Minim o fereastră da Podeaua să fie acoperită cu o suprafață care poate fi spălată pentru întreținerea curățeniei da Sistem pentru evacuarea condensatului din compresor și uscător. Da Un switch trebuie să fie instalat în încăperea la care vor fi conectate generatorul și compresorul. (Obligațiile de conectare a switch-ului la rețeaua a spitalului, dacă este posibil, sunt asumate și de agentul economic) Da Detectoare de fum da</p>	
--	--	--	--

		<p>CERINȚE FAȚĂ DE INSTALAȚIA DE OXIGEN</p> <p>Să fie incluse toate conductele necesare pentru conectarea, instalarea și buna utilizare a stației de oxigen. da</p> <p>Toate aprobările și autorizările necesare pentru instalare și punerea în exploatare a stației de oxigen sunt efectuate cu suportul și la recomandările agentului economic. da</p> <p>Echipamentele trebuie să fie în totalitate conforme cu standardele naționale și internaționale purtătoare de marcaj CE (Prezentat la livrare). Pentru toate modulele stației sunt necesare prezentarea certificatelor de calitate CE și/sau Declarație de conformitate. da</p> <p>Termen de garanție Min. 24 luni</p> <p>Timpul de intervenție în caz de avariere (max. 30 minute la telefon și max. 24 ore la fața locului) da</p> <p>Toate componentele sistemului să fie noi (neutilizate), anul producerii 2021 da</p> <p>Instruirea unui bioinginer în procesul de utilizare tehnica a sistemului, cât și de efectuarea lucrărilor de mentenanță preventivă și corectivă. După instalarea stației agentul economic este obligat să predea și/sau: cheile de acces, cardurile, pin codurile, parolele și manulele de utilizare în limba română. da, obligatoriu</p> <p>Suport tehnic din partea companiei câștigătoare pentru procesul de utilizare a sistemului cât și de efectuarea lucrărilor de mentenanță preventivă și corectivă Min. 24 luni</p> <p>Să fie incluse toate consumabilele (ulei, filtre, etc.) pentru buna funcționare a sistemului în decurs de 1 an de funcționare a echipamentelor Da</p> <p>Certificatul de training pentru generator și compresor privind personalul de specialitate atestat propus pentru îndeplinirea contractului propus, direct de la producător da</p> <p>Certificat de diriginte de șantier atestat în Republica Moldova pentru instalații tehnologice (la solicitare) da</p> <p>Proiect avizat și stampilat de proiectant autorizat și act de darea în exploatare a utilajului. da</p> <p>Certificat pentru sudor (la solicitare) da</p> <p>Containerul va fi împământat conform normativelor RM cu prezentarea rapoartelor de verificare de către instituție autorizată da</p> <p>Stația în ansamblu va fi dată în exploatare cu avizul de racordare și actul de recepție întocmit de electrician autorizat da</p> <p>Experiența similară în ultimele 24 luni da</p> <p>Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale-copie * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor</p>	
--	--	---	--

		<p>Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele :</p> <p>Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie *Certificat de conformitate CE, declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; da Calitatea aerului comprimat să corespundă standartelor ISO 1217, ISO 8573 1:2010 -1.4.1 Curățat conform ISO 15001, ASTM G93 sau echivalent. Acest standard impune o cerință pentru toată tubulatura și vasele ce intră în contact cu oxigenul, toate necesită a fi curățate și degresate conform standardului. Durata de viață de minim 10 ani, garantat printr-o scrisoare de la producător</p>	
--	--	--	--

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS, și instalarea/darea în exploatare în termen de 15 zile din momentul livrării (pentru cele care necesită instalarea)

12. Termenul de valabilitate a contractului: până la 31.12.2022

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

16. Documente **OBLIGATORII care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare (art. 65 alin. (4) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice)**

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligativitatea
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.	DA
2	Specificația tehnică	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat	DA

		al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	
3	Specificația de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	DA
4	DUAЕ	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	DA
5	Garanția pentru ofertă	- 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. -În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 90 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (90 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;. <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	DA
<u>Cerinte de calificare obligatorii</u>			
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat	DA

		prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
9	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
11	Documente ce atestă calitatea bunurilor	Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie *Certificat de conformitate CE, declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
11	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit	Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; <u>Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u>	DA
12	Declarație de la Ofertant	cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA

13	Declarație de la Ofertant	în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 24 luni din data instalării/livrării, conform specificație tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
14	Declarație de la Ofertant	- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
15	Declarație de la ofertant	în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2021, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
16	Declarație de la Ofertant	cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
17	Declarație de la Ofertant	în care participantul se obligă să se pînă la momentul livrării va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;	DA
18	Declarație de la ofertant	în care participantul se obligă să înregistreze în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale bunurile contractate pînă la momentul livrării acestora. Original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	DA
19	Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale	Se va prezenta de către ofertantul desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziției Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul	DA

	unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.	
20	Notă	Oferta operatorului economic va fi scutită de TVA, conform acordului semnat între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei. (Oferta operatorului economic va fi fără TVA)	DA
21	Notă	Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.	DA
22	Notă	În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.	DA

17. Garanția pentru ofertă: în cuantum de 2 % din valoarea ofertei fără TVA.:

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chisinau-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat

Codul bancii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: Garanția pentru ofertă în cunatum de 2% la procedura de achiziție publică

nr. _____ din _____.

Notă: În cazul transferului operatorul economic va prezenat ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății pînă la termenul limită de depunere a ofertei

sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 9 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.

Notă: În cazul în care garanția pentru ofertă este prezentată sub formă de garanție bancară, aceasta urmează a fi prezentată în original (dacă este semnată olograf de către bancă) la sediul CAPCS, după deschiderea ofertelor în termen de 72 de ore. Termenul de valabilitate a garanției bancare trebuie să fie același cu termenul de valabilitate a ofertei.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul 5% din suma totală a contractului.

Transfer la contul instituției

Beneficiar: MF-TT Chisinau-bugetul de stat

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Cod fiscal: 1016601000212

Cont IBAN: MD23TRPCCC518430B01859AA

Banca benefic.: Ministerul Finantelor-Trezoreria de stat

Codul bancii: TREZMD2X.

Cu următoarea notă: *Garanția de bună execuție în cunatum de 5% la procedura de achiziție publică nr. _____ din _____.*
sau

Garanție Bancară conform Anexa nr. 10 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, în original atașată la contract.

Prezentarea oricărui alt formular decât cel aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 constituie temei de respingere a ofertei, conform pct. 49 din Ordin.

Notă: Garanția Bancară valabilă până la data de 31.01.2023.

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, res trânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

19. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică
20. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică
21. Ofertele se prezintă: în lei.
22. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.
23. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică
24. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
 - conform SIA RSAP MTender
25. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
26. Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 de zile
27. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP
28. *Ofertele întârziate vor fi respinse.*
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba se stat.
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): se va publica după publicarea în SIA RSAP (Mtender)
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:
35. Data publicării anunțului de intenție: BAP nr. 43 din 03.06.2022.
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 12.07.2022
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se va utiliza

Sistemul de comenzi electronice	-
Facturarea electronică	Se va utiliza
Plățile electronice	Se va utiliza

38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):

(se specifică da sau nu)

Conducătorul grupului de lucru:

semnat electronic

Gheorghe GORCEAG