

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea reactivelor și articolelor pentru laborator
conform necesităților instituției prin procedura Licitatie deschisă

1. Denumirea autorității contractante: IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana
2. IDNO: 1003600152743
3. Adresa: Vadul lui Vodă, 80
4. Numărul de telefon/fax: 022477266
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: amt.ciocana@ms.md
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP*
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): IMSP
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

Lotul nr. 1 Reagenți pentru investigații biochimice la analizatorul automat de tip închis „Arhitect Ci8200”

Nr. d/ o lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucră rilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantit atea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pe lot) lei
1	33600000-6	Reagenți pentru analizatorul automat (tip închis) „Arhitect Ci8200”;	Seturi	271	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj, trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate; sensibilitatea; liniaritatea; specificitatea; reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă.</p> <p>Nota:</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai înaltă liniaritate și termeni de valabilitate. Calibratorii și standardele să fie înregistrați în ordinea stabilită de lege în țara în mod obligatoriu! Calibratorii și standardele trebuie să corespundă cu setul de reagenți,</p>	1545782.64

					adică să fie de la același producător . 2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.	
--	--	--	--	--	---	--

Lotul nr.2 Reagenți pentru analizatorul automat, tip închis, "VIDAS-2"

2	33600000-6	Reagenți, calibratori și material de control pentru analizatorul automat de tip închis, „VIDAS 2”	Bucată	10550	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate în ambalaj securizat,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea, numărul lotului ,seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea; liniaritatea; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza).</p> <p>Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai înaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie înregistrați în ordinea stabilită de lege în țara în mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	747058.00
---	------------	---	--------	-------	---	-----------

Lotul nr. 3 Reagenți pentru analizatorul automat buiochimic, tip închis „RX Imola”

Nr. d/o lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pe lot) lei
3	33600000-6	Reagenți pentru analizatorul automat buiochimic, tip închis „RX Imola”	Kituri	164	Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate în	329398.00

					<p>ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea, numărul lotului ,seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea; liniaritatea; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai înaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie înregistrați în ordinea stabilită de lege în țara în mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>
--	--	--	--	--	--

Lotul nr.4 Reagenți pentru analizatorul automat, tip închis „Cell Dyn Ruby”

Nr. de lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pe lot) lei
4	33600000-6	Reagenți pentru analizatorul automat, tip închis „Cell Dyn Ruby”	Litri, set	1735	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea, numărul lotului ,seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea; liniaritatea; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă .</p>	545790.00

					<p>Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai înaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie înregistrați în ordinea stabilită de lege în țara în mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Lotul nr.5 Reagenți pentru analizatorul semiautomat , tip închis „EMERALD” ,

Nr. d/o lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pe lot) lei
5	33600000-6	Reagenți pentru analizatorul semiautomat, tip închis „EMERALD”	Litri	114	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate în ambalaj securizat,marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea, numărul lotului ,seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea; liniaritatea; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai înaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie înregistrați în ordinea stabilită de lege în țara în mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	46900.00

Lotul nr.6 Reagenți pentru analizatorul semiautomat de tip închis „EasyLute” K/Na,

Nr. d/o lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pe lot) lei
6	33600000-6	Reagenți pentru analizatorul automat, tip închis „EasyLute” K/Na ”	Set, unități	8	<p>Cerințe generale: Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 9 luni .Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător .Date de identitate (denumirea, numărul lotului ,seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj ,trebuie sa coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set .Instrucțiunile de utilizare a truselor sa conțină caracteristicile de performanța și calitate; sensibilitatea; liniaritatea; specificitatea ; reproductibilitatea și interferenta (lipemia, bilirubinemia ,hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau rusă .</p> <p>Nota :</p> <p>1. Prioritate se va acorda seturilor de reagenți cu cea mai înaltă liniaritate și termeni de valabilitate . Calibratorii și standardele să fie înregistrați în ordinea stabilită de lege în țara în mod obligatoriu ! Calibratorii și standardele trebuie sa corespunda cu setul de reagenți , adică să fie de la același producător .</p> <p>2. Ofertantii vor demonstra că reagenții, seturile de reagenți se păstrează pînă la livrare în condițiile prevazute de producător (la frigider , frigorifer sau oncăperi dotate cu echipament specific, etc.</p>	18990.00

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pe toate loturile

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: din 01.02.2021-31.12.2021

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2021

Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz)

Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Oferta de preț	Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Da
2	Specificația tehnică	Forularul F,4.1 din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Da
3	Specificația de preț	Forularul F,4.2. din documentația standard (capitolul IV), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Da
4	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice-confirmat prin aplicarea semnăturii electronice participantului.	Da
5	Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art.18 din Legea nr. 131 din 03.05.2015	Declarația pe propria răspundere, completată în conformitate cu (F3.5) , confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Da
6	Extras din Registrul de Stat a persoanelor Juridice	Copia, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului	Da
7	La cererea grupului de lucru se prezintă mostre în timp de 5 zile, de la operatorul câștigător	Cu indicarea numărului poziției pe ambalaj(se va prezenta la solicitarea grupului de lucru în decurs de 5 zile)	Da
8	Prezentarea de dovezi privind confirmarea produselor,identificată prin referire la specificații sau standarde relevante	Copie, certificate de conformitate vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare -conform caietului de sarcini, confirmată prin semnătura electronică a participantului	Da
9	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului -15 zile din data eliberării), confirmat aplicarea semnăturii electronice a participantului	Da
	Certificat de calitate ISO-9001,CE sau echivalentul și sau Certificat de la Producător	Copie, certificate de conformitate vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare -conform caietului de sarcini, confirmată prin semnătura electronică a participantului	Da
10	Declarație pe propria răspundere privind criteriile de calitate	Seturile vor fi livrate în ambalaj original,securizat,marcat și etichetat de producător,fără preambalare. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate,condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a setului sa conțină caracteristicile de performanță și calitate. Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau liba rusă.	Da

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz_nu se aplica_

Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai scăzut preț, pe loturi, corespunderea cerințelor solicitate.

Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

până la: Informația o găsiți în SIA "RSAP"

- pe: Informația o găsiți în SIA "RSAP"

13. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

14. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

15. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

16. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".

17. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat

18. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplica

19. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

20. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplica

21. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplica

22. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: a fost publicat planul

23. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform BAP

24. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	DA
sistemul de comenzi electronice	DA
facturarea electronică	DA
plățile electronice	DA

25. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

26. Alte informații relevante:

Conducătorul grupului de lucru

V. Pocumban

Vasile Pocumban